



## Normas de seguridad en materia de trabajos de servicio en productos Leica

### Información sobre el formulario "CERTIFICADO DE DESCONTAMINACIÓN"

Estimado/a señor/a:

A resultas de los requisitos legales y como parte de las directivas y normas ampliadas, en calidad de fabricante, tenemos la obligación de cumplir los reglamentos de seguridad para la protección de nuestros empleados e instalaciones de operación.

Para la aplicación de las medidas de protección, dependemos de su cooperación. Muchos laboratorios trabajan con sustancias biológicas, infecciosas, radiactivas o tóxicas. Esto hace que haya residuos de dichas sustancias presentes en productos Leica en los que nuestro departamento de Servicio debe efectuar trabajos de mantenimiento o reparación.

A fin de proteger a nuestros trabajadores le solicitamos que, antes de que el personal de Leica visite su laboratorio, lleve a cabo un proceso de limpieza exhaustiva y, si es necesario, de descontaminación y desinfección. Esto es especialmente aplicable a los productos Leica para los que se haya planificado trabajos de mantenimiento o reparación. Resulta asimismo aplicable a los productos que vayan a enviarse a nuestra planta o a una de nuestras oficinas de servicio. En ese caso, también se debe efectuar un proceso de limpieza exhaustiva y, si es necesario, de descontaminación y desinfección.

Si el producto Leica no ha entrado en contacto con ninguna sustancia peligrosa, le solicitamos que nos proporcione confirmación de ello por escrito.

En la página siguiente puede encontrar el formulario "Certificado de descontaminación" que se requiere a este efecto. Le rogamos que cumplimente el formulario, lo firme y lo adjunte a su pedido de reparación. Al realizar el envío, le rogamos que adjunte la confirmación con la documentación de envío y la fije al exterior del embalaje de modo que resulte claramente visible.

En el caso de que se vaya a realizar algún trabajo de servicio in situ, entregue el formulario cumplimentado y firmado a nuestro técnico de servicio.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto directamente con el servicio de atención al cliente de Leica o con el comercial de Leica de su país.

Atentamente,

**Leica Biosystems GmbH**

# Certificado de descontaminación

## Indicaciones importantes. Léalas atentamente.

Estimado cliente:

Todos los productos que se devuelvan a Leica Biosystems o que requieran mantenimiento in situ deben limpiarse y descontaminarse adecuadamente. Como no es posible descontaminar un producto frente a enfermedades causadas por priones, como **CJD, BSE o CWD**, los productos que hayan entrado en contacto con muestras que contengan priones **NO** se pueden devolver a Leica Biosystems para proceder a su reparación. Los productos contaminados con priones únicamente se repararán in situ después de que se haya informado al técnico de servicio de los riesgos y las directivas y procedimientos aplicables al equipo afectado y se le haya suministrado un equipo de protección personal apropiado. Únicamente se abrirán los envases devueltos y se pondrán en marcha las medidas de mantenimiento una vez que la empresa o el técnico de servicio hayan recibido la confirmación sobre la descontaminación.

**Cuando devuelva un producto**, le rogamos que adjunte una copia de dicha confirmación o se la entregue al técnico de servicio. La responsabilidad sobre los productos que se devuelvan sin esta confirmación o con una confirmación incompleta recaerá en el remitente. Las mercancías devueltas que se considere que pueden constituir una fuente potencial de peligro para la empresa se reenviarán al remitente sin pago anticipado.

**Nota:** Las cuchillas de micrótopo deben embalar en el estuche original.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la sucursal de Leica más cercana.

## Información de la placa de datos:

Modelo (véase la placa de datos)

N.º serie (véase la placa de datos)

REF. (véase la placa de datos)

## El interior y el exterior de este producto han estado expuestos a las siguientes sustancias peligrosas:

Sí	No		Especificación / frases H y P
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sangre, fluidos corporales, muestras patológicas	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Otras sustancias biológicas peligrosas	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sustancias nocivas/químicas	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Radiactividad	Valor de irradiancia: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="text"/>

Si ha respondido "Sí" a alguna de estas preguntas, le rogamos que especifique los métodos de limpieza o descontaminación que haya empleado, así como cualquier agente de limpieza/descontaminación que se haya utilizado, incluida la duración del tratamiento:

Si tiene pensado enviarnos el producto, debe estar preparado para su manipulación y transporte de forma segura. Si dispone de él, utilice el embalaje original.

Especifique el nivel de seguridad del laboratorio en el que se haya utilizado el producto:

No aplicable     S1     S2     S3     S4

Con mi firma, certifico por la presente que la información anteriormente especificada es completa y correcta y, por tanto, que los empleados de Leica pueden manipular de forma segura el producto en cuestión.

Fecha	Firma	Organización
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre		Departamento
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Puesto		Dirección
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Dirección de correo electrónico	Teléfono	Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Uso interno de Leica:** si los conoce, indique la tarea y los números RAN/RGA:

N.º de ficha de trabajo: \_\_\_\_\_ SU Return Goods Authorization: \_\_\_\_\_ BU Return Authorization Number: \_\_\_\_\_