

HistoCore PEGASUS

Тъканен процесор



Инструкции за употреба
Български

Поръчка №: 14 0488 81120 - Редакция D

Винаги съхранявайте настоящото ръководство в близост до инструмента.
Прочетете внимателно, преди да започнете да работите с инструмента.

CE

Съдържащите се в настоящите инструкции за употреба информация, цифрови данни, указания и преценки според нашите грижливи проучвания са в съответствие с известното ни съвременно състояние на науката и техниката.

Не сме задължени да актуализираме настоящите инструкции за употреба периодично и на текуша основа в съответствие с най-новите технически разработки, нито да предоставяме на нашите клиенти допълнителни копия, актуализации и прочие на настоящите инструкции за употреба.

Доколкото е разрешено в съответствие с националната правна система, приложима във всеки отделен случай, ние не носим отговорност за грешни твърдения, чертежи, технически илюстрации и т.н., съдържащи се в настоящите инструкции за употреба. По-специално, не се поема никаква отговорност за финансови загуби или последвали щети, причинени от или свързани със спазването на изявленията или друга информация, предоставена в настоящите инструкции за употреба.

Сведенията, скиците, фигураните и друга информация по съдържанието и от техническо естество в настоящите инструкции за употреба не следва да се считат за гарантирани характеристики на нашите продукти.

В такъв смисъл са меродавни само договорните положения между нас и нашите клиенти.

Leica си запазва правото без предварително известие да прави изменения на техническата спецификация, а също така и на производствения процес. Само по такъв начин е възможен един постоянен процес на техническо и на производствено усъвършенстване.

Настоящата документация е защитена с авторско право. Всички авторски права принадлежат на Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Възпроизвеждане на текста и фигураните (също и на части от тях) чрез печат, фотокопиране, микрофилм, уеб камера или други методи – включително всички електронни системи и медии – изисква изрично предварително писмено разрешение на Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Серийните номера и годината на производство се намират на двете фирмени табелки на задната страна на инструмента.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Германия
Телефон.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268
Интернет страница: www.LeicaBiosystems.com

Сглобяването е възложено на Leica Microsystems Ltd. Shanghai

Съдържание

1.	Важна информация	8
1.1	Правила за именуване.....	8
1.2	Символи и тяхното значение	8
1.3	Тип на инструмента.....	12
1.4	Предназначение	12
1.5	Квалификация на персонала	12
1.6	Декларация за защита и поверителност на потребителските данни.....	12
2.	Безопасност	13
2.1	Бележки за безопасност	13
2.2	Предупреждения.....	14
2.2.1	Маркировки на самия инструмент.....	14
2.2.2	Транспорт и монтаж.....	14
2.2.3	Работа с инструмента	16
2.2.4	Работа с реактиви.....	23
2.3	Предпазни функции на инструмента	23
3.	Компоненти и спецификации на инструмента.....	24
3.1	Общ преглед.....	24
3.1.1	Компоненти на инструмента.....	24
3.1.2	Заден панел	25
3.2	Основни функции на инструмента	25
3.3	Технически данни	26
4.	Настройка на инструмента.....	30
4.1	Изисквания към мястото за монтаж.....	30
4.2	Стандартна доставка – списък за опаковане.....	30
4.3	Разопаковане и монтаж.....	32
4.3.1	Инструкции за разопаковане.....	32
4.3.2	Монтаж на дисплея.....	35
4.3.3	Активен въглероден филтър.....	35
4.3.4	Външна изпускателна система	36
4.4	Основен инструмент/хардуер	37
4.4.1	Реторти	37
4.4.2	Кошници за касети.....	40
4.4.3	Ванички за парафин	42
4.4.4	Шкаф за реактиви	43
4.4.5	Тава за оттичане	45
4.4.6	Дисплей	46
4.4.7	HistoCore I-Scan (по избор).....	47
4.4.8	USB портове	48
4.4.9	Връзки за аларми	49
4.5	Свързване на непрекъсваемо захранване (UPS).....	50
4.6	Включване и изключване	51
4.6.1	Включване	51
4.6.2	Изключване	52
4.6.3	Аварийно изключване	52
4.6.4	Рестартиране след дълготраен период в изключено състояние	52
4.7	Преместване на инструмента	53

Съдържание

5.	Изпълнение на протокол.....	54
5.1	Използване на софтуера	54
5.1.1	Основна експлоатация	54
5.1.2	Навигация	55
5.1.3	Нива на достъп	57
5.1.4	Помощ.....	59
5.2	Бърз старт	59
5.3	Протоколи за почистване	66
5.4	Еcran за състояние	70
5.4.1	Зона на състоянието	71
5.4.2	Панели на протокола	75
5.5	Опции за изпълнение на протокол	78
5.5.1	Насрочване на протоколи.....	78
5.5.2	Промяна на началната стъпка за едно изпълнение	80
5.5.3	Промяна на продължителността на стъпка за едно изпълнение	81
5.6	Пауза и прекратяване на протоколи	83
5.6.1	Възстановяване от прекратено изпълнение.....	85
5.7	Насрочване на реторта	85
5.7.1	Отложени крайни часове и първоначално запълване	86
5.7.2	Неизбежни застъпвания на реактиви	86
5.7.3	Неналични реактиви	86
6.	Настройка на протокол.....	88
6.1	Преглед на протокол.....	88
6.1.1	Типове протоколи	88
6.1.2	Метод за избор на реактив	89
6.1.3	Предварително дефинирани протоколи	90
6.1.4	Валидиране на протокол.....	91
6.1.5	Настройка за пренос.....	91
6.1.6	Файлове на протокол	94
6.2	Създаване, редактиране и преглед на протоколи	94
6.2.1	Еcran за избор на протокол	94
6.2.2	Редактиране на протокол	94
6.2.3	Създаване на нови протоколи	97
6.2.4	Преглед на протоколи.....	100
7.	Настройка на реактив	101
7.1	Общ преглед.....	101
7.1.1	Групи, типове и станции реактиви	101
7.1.2	Управление на концентрацията	103
7.1.3	Прагове	104
7.1.4	Препоръчителни реактиви	107
7.1.5	Непрепоръчителни реактиви	109
7.1.6	Съвместимост на реактиви	109
7.2	Управление на типовете реактиви	109
7.2.1	Предварително дефинирани реактиви	110
7.2.2	Редактиране на активни типове реактиви	110
7.2.3	Добавяне, скриване и изтриване на реактиви	112
7.3	Управление на станции за реактиви	114
7.3.1	Еcran на станциите за реактиви	115
7.3.2	Задаване на свойства на станция за реактиви	116

Съдържание

7.4 Замяна на реактиви	119
7.4.1 Екран за дистанционно пълнене/източване	119
7.4.2 Връзки за дистанционно пълнене/източване	120
7.4.3 Замяна на реагент – дистанционно пълнене и източване	121
7.4.4 Замяна на реагент – ръчно	124
7.4.5 Замяна на парафина	125
7.4.6 Пълнене и източване на реторти	127
8. Спомагателни функции и действия	128
8.1 Меню за реактиви	128
8.1.1 Ръчни действия	128
8.2 Администраторско меню	129
8.2.1 Управление на потребители	130
8.2.2 Отчети	131
8.2.3 Регистрационни файлове за събития	135
8.3 Меню с настройки	136
8.3.1 Сервизно обслужване	136
8.3.2 Настройки за обработка	138
8.3.3 Настройки на инструмента	140
8.3.4 Опции за проследяване (по избор)	142
9. Почистване и поддръжка	144
9.1 Инструменти за почистване и поддръжка	144
9.1.1 Стъргало за парафин	144
9.1.2 Вентилационна тапа на ваничка за парафин	144
9.2 Екран за поддръжка	145
9.3 График за почистване и поддръжка	146
9.3.1 Ежедневни задачи	148
9.3.2 Ежеседмични задачи	152
9.3.3 60–90 дни	154
10. Справка	156
10.1 Насоки за праг на реагент	156
10.2 Протоколи	157
10.2.1 Тип проба и времетраене на протокола	157
10.2.2 Списък на предварително дефинираните протоколи	157
10.2.3 Протоколи с ксилен	158
10.2.4 Протоколи без ксилен	160
10.2.5 Протокол за почистване	161
10.3 Конфигурации на станциите	161
10.4 Температури на стъпки от протоколи	164
10.5 Таблици за съвместимост на реагентите	164
11. Отстраняване на неизправности	167
11.1 Предварителни въпроси	167
11.2 Блок-схеми	167
11.2.1 Недостатъчно обработена тъкан – настройка на инструмента	168
11.2.2 Прекомерно обработена тъкан – настройка на инструмента	169
11.2.3 Недостатъчно и прекомерно обработена тъкан – реагенти	170
11.2.4 Неправилна обработка – неправилен протокол	171
11.2.5 Неправилна обработка – правилен протокол	172
11.2.6 Артефакт от рязане	173

Съдържание

11.2.7 Артефакт от оцветяване	174
11.2.8 Артефакт от блок	175
11.2.9 Препоръки за повторна обработка	176
11.3 Прекъсване на електрозахранването	179
11.4 Срив или замръзване на основния софтуер	179
12. Информация за поръчки	180
A1. Информация за обеззаразяване	181
A2. Гаранция и сервизно обслужване	182

1. Важна информация

1.1 Правила за именуване



Бележка

- Пълното наименование на устройството е тъканен процесор HistoCore PEGASUS. Устройството е наречено HistoCore PEGASUS, за да е сигурно, че инструкциите за употреба са четливи.

1.2 Символи и тяхното значение

Символ:



Име на символа:

Опасност

Описание:

Указва непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозни травми.

Символ:



Име на символа:

Предупреждение

Описание:

Ако тази опасност не бъде избегната, това може да доведе до смърт или сериозна травма.

Символ:



Име на символа:

Внимание

Описание:

Указва потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозна травма.

Символ:



Име на символа:

Бележка

Описание:

Указва информация, която е важна, но не е свързана с рисък.

Символ:

→ **Фиг. 7-1**

Име на символа:

Номер на елемент

Описание:

Начин на номерация на илюстрациите. Цифрите в червен цвят се отнасят до елементите в илюстрацията.

Символ:

Супервайзър

Име на символа:

Софтуерни символи

Описание:

Софтуерните символи, който трябва да бъдат натиснати на екрана за въвеждане, се показват в получер, сив текст.

Символ:

Save (Запис)

Име на символа:

Функционален клавиш

Описание:

Функционалните клавиши на инструмента, които трябва да бъдат натиснати, се показват в получер, сив и подчертан текст.

Символ:

Превключвател на захранването

Име на символа:

Клавиши и превключватели на инструмента

Описание:

Клавишите и превключвателите на инструмента, които потребителят трябва да натисне в зависимост от ситуацията, се показват в получер, сив и подчертан текст.

Символ:



Име на символа:



Производител

Описание:

Указва производителя на медицинския продукт.

Символ:	Име на символа:	Дата на производство
	Описание:	Указва датата на производство на медицинското изделие.
Символ:	Име на символа:	Номер на артикул
	Описание:	Указва каталожния номер на производителя, за да може медицинското изделие да бъде идентифицирано.
Символ:	Име на символа:	Сериен номер
	Описание:	Указва серийния номер на производителя, за да може конкретното медицинско изделие да бъде идентифицирано.
Символ:	Име на символа:	Вижте инструкциите за употреба
	Описание:	Указва необходимостта потребителят да се консултира с инструкциите за употреба.
Символ:	Име на символа:	Внимание
	Описание:	Указва необходимостта потребителят да се консултира с инструкциите за употреба относно важна информация, като предупреждения и предпазни мерки, които по различни причини не могат да бъдат указаны върху самото медицинско изделие.
Символ:	Име на символа:	Медицинско изделие за In vitro диагностика
	Описание:	Указва медицинско изделие, предназначено за използване при In vitro диагностика.
Символ:	Име на символа:	Съответствие с CE
	Описание:	CE маркировката представлява декларация на производителя, че медицинският продукт отговаря на изискванията на приложимите директиви и разпоредби на ЕС.
Символ:	Име на символа:	Страна на произход
Country of Origin: China	Описание:	Полето „Страна на произход“ указва държавата, където е извършена окончателната трансформация на продукта.
Символ:	Име на символа:	UKCA
	Описание:	Маркировката UKCA (Оценка на съответствието на Обединеното кралство) е нова продуктова маркировка на Обединеното кралство, използваща се за стоки, пускані на пазара във Великобритания (Англия, Уелс и Шотландия). Тя обхваща повечето стоки, за които преди това се е изисквала маркировка CE.
Символ:	Име на символа:	WEEE символ
	Описание:	Символът WEEE, указващ разделно събиране на WEEE – Отпадъци от електрическо и електронно оборудване, се състои от зачеркнат кояш върху колелца (§ 7 ElektroG).

Символ:	Име на символа:	ROHS Китай
	Описание:	Символ за защита на околната среда на китайската RoHS директива. Числото в символа указва „Период на екологосъобразна употреба“ на продукта в години. Символът се използва, ако се използва забранено в Китай вещество и стойността на неговото съдържание е по-висока от максималната разрешена граница.
Символ:	Име на символа:	Променлив ток
Символ:	Име на символа:	PE клема
Символ:	Име на символа:	<u>ON</u> (Вкл. на захранването)
	Описание:	В позиция на включено захранване
Символ:	Име на символа:	<u>OFF</u> (Изкл. на захранването)
	Описание:	В позиция на изключено захранване
Символ:	Име на символа:	Предупреждение, гореща повърхност
	Описание:	С този символ са маркирани повърхностите на инструмента, които се нагорещяват по време на работа. Избягвайте пряк контакт, за да предотвратите риск от изгаряне.
Символ:	Име на символа:	Предупреждение за биологична опасност
	Описание:	
Символ:	Име на символа:	Запалимо
	Описание:	С този символ за обозначени запалимите реактиви, разтворители и почистващи препарати.
Символ:	Име на символа:	Внимание, чупливо
	Описание:	Съдържанието на опаковката е чупливо и с него трябва да се работи внимателно.
Символ:	Име на символа:	Съхранявайте на сухо място
	Описание:	Опаковката трябва да се съхранява в суха среда

Символ:	Име на символа:	Ограничения за подреждане
	Описание:	Не подреждайте едно върху друго.
Символ:	Име на символа:	Тази страна нагоре
	Описание:	Указва правилната изправена позиция на опаковката.
Символ:	Име на символа:	Ограничения за температурата при транспортиране
	Описание:	Указва температурния диапазон, разрешен за транспорт на пакета.
Символ:	Име на символа:	Ограничения за температура при съхранение
	Описание:	Указва температурния диапазон, разрешен за съхранение на пакета.
Символ:	Име на символа:	Ограничения за влажността при транспортиране и съхранение
	Описание:	Указва диапазона на влажност, разрешен за съхранение и транспорт на пакета.
Символ:	Име на символа:	Shockdot индикатор за удари
	Описание:	В системата Shockwatch индикаторът за въздействие показва облъсъци или удари, които са над определена интензивност, като индикаторът се оцветява в червено. Надвишаването на определено ускорение (g стойност) води до промяна на цвета на индикатора.
Символ:	Име на символа:	Индикатор за наклон
	Описание:	Индикатор Tip-n-Tell, който следи дали товарът е транспортиран и съхраняван в изправена позиция, в съответствие с вашите изисквания. При наклон от 60° или повече, синият кварцов пясък преминава в индикатора с форма на стрелка и остава там за постоянно. Неправилната работа с пакета може да бъде открита незабавно и може да се докаже със сигурност.
Символ:	Име на символа:	CSA символ
	Описание:	Настоящият продукт отговаря на изискванията на CAN/CSA-C22.2 № 61010.

**Символ:****Име на символа:**

Символ за рециклиране

Описание:

Указва, че артикулът може да бъде рециклиран на местата, на които съществуват подходящи условия за това.

1.3 Тип на инструмента

Цялата информация, предоставена в настоящите инструкции за употреба, е приложима само за типа инструмент, указан на първата страница. Към задната част на инструмента е прикрепена фирмена табелка, съдържаща серийния номер на инструмента.

1.4 Предназначение

HistoCore PEGASUS е автоматизиран тъканен процесор, проектиран за фиксиране, дехидратация и инфильтрация с междинна среда и парафин на човешки тъканни проби, използвани за хистологична медицинска диагностика от патологи, напр. за диагностика на рак.

HistoCore PEGASUS е проектиран за приложение при *in vitro* диагностика.



Предупреждение

- Всички останали употреби на инструмента се разглеждат като употреби, които не са по предназначение. Неспазването на тези инструкции може да доведе до инцидент, травма, повреда на инструмента, неговите принадлежности или на пробите. Правилната употреба и употребата по предназначение включват спазване на всички инструкции за проверка и поддръжка, заедно със спазването на всички инструкции, съдържащи се в инструкциите за употреба.

1.5 Квалификация на персонала

- HistoCore PEGASUS трябва да се използва само от обучен лабораторен персонал. Инструментът е предназначен само за професионална употреба.
- Всички членове на лабораторния персонал, определени за работа с инструмента, трябва внимателно да прочетат тези инструкции за употреба и да се запознаят с всички технически характеристики на инструмента, преди да започнат работа с него.

1.6 Декларация за защита и поверителност на потребителските данни

Leica Biosystems зачита защитата и поверителността на потребителските данни. Декларацията ни за защита и поверителност на потребителските данни, предоставена по-долу, ще ви информира, че посочените по-долу потребителски данни ще бъдат събираны и използвани от инструмента.

- Снимки на кошниците с касети:** Снимките на кошниците, както и пълната информация относно обработените в кошниците касети, ще бъдат събрани с цел проследяване на подробностите за пускането на касетите и ще бъдат съхранявани в продължение на 90 дни.
- Използване на имената и идентификаторите на потребителите:** Информацията за акаунта на потребителя, включваща името, паролата и информацията относно значката за удостоверяване и удостоверяване на потребителя, ще бъде събрана и запазена, докато администраторът не я премахне. Използваната за съхраняване на информацията за акаунта база данни ще бъде криптирана.

2. Безопасност

2.1 Бележки за безопасност

Инструкциите за употреба съдържат важна информация, свързана с работната безопасност и поддръжката на инструмента.

Инструкциите за употреба са важна част от продукта и трябва да бъдат прочетени внимателно, преди стартиране и започване на употреба, и трябва винаги да се съхраняват в близост до инструмента.

Този инструмент е произведен и изпитан в съответствие с изискванията за безопасност за електрическо оборудване, предназначено за измерване, контрол и лабораторно приложение.

За да се поддържа това състояние и да се гарантира безопасна работа, потребителят трябва да спазва всички бележки и предупреждения, съдържащи се в инструкциите за употреба.

Бележките за безопасност и внимание, съдържащи се в настоящата глава, трябва винаги да бъдат спазвани.

Прочетете тези бележки, дори и да сте запознати с работата и употребата на други продукти на Leica Biosystems.

Инструкциите за употреба трябва да получат подходящото допълнение, както е необходимо, във връзка със съществуващите регламенти за защита от инциденти и екологична безопасност в държавата на оператора.



Предупреждение

- Предпазните устройства, разположени на инструмента и принадлежностите, не трябва да бъдат отстранявани или модифицирани. Ремонтът и достъпът до вътрешните компоненти на инструмента е разрешен само за квалифициран обслужващ персонал, упълномощен от Leica Biosystems.
- Ако инструментът трябва да бъде върнат на Leica Biosystems за ремонт, той трябва да бъде почищен и обеззаразен по подходящ начин (→ стр. 181 – A1. Информация за обеззаразяване).



Бележка

За актуална информация по отношение на приложимите стандарти, вижте CE декларацията за съответствие и UKCA сертификатите на уеб страницата ни:

<http://www.LeicaBiosystems.com>.

Прилагат се изискванията за електромагнитна съвместимост, излъчвани смущения и устойчивост на смущенията, както и изискванията в съответствие с IEC/EN 61326-2-6. Прилагат се изискванията в съответствие с IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-101, IEC/EN 61010-2-010 и ISO 14971 във връзка с информацията за безопасност.

Настоящото оборудване е проектирано и тествано в съответствие с CISPR 11 клас А. В домашна обстановка е възможно да причини радиосмущения, вследствие на което ще се наложи да предприемете мерки за смягчаване на смущенията.

Електромагнитната среда трябва да бъде оценена, преди да се започне работа с инструмента.

Не използвайте този инструмент в близост до източници на високо електромагнитно лъчение (напр. неекранирани умишлени източници на RF), тъй като те могат да предизвикат смущения в обичайната работа.

2.2 Предупреждения

Предпазните устройства, монтирани на този инструмент от производителя, съставляват само основата за предотвратяване на инциденти. Използването на инструмента по безопасен начин е преди всичко отговорност на неговия собственик, както и на определения персонал, който работи, обслужва или ремонтира инструмента.

За да гарантирате безпроблемна работа на инструмента, спазвайте следните инструкции и предупреждения.

2.2.1 Маркировки на самия инструмент



Предупреждение

Неспазване на правилните инструкции за употреба (като са дефинирани в инструкциите за употреба) на съответните маркировки и предупредителни триъгълници на инструмента.

Сериозно нараняване на индивиди и/или повреда на инструмент, принадлежности или проба.

- Обърнете внимание на маркировките върху инструмента и стриктно спазвайте инструкциите за работа, описани в инструкциите за употреба, когато работите или подменяте маркирания елемент.

2.2.2 Транспорт и монтаж



Предупреждение

Принадлежностите/компонентите може да се разхлабят/повредят по време на транспортиране.

Повреда на проба

- Опаковката има два индикатора, ShockDot индикатор за удар и индикатор за наклон, които указват неправилно транспортиране. При доставка на инструмента първо проверете тези индикатори. Ако един от индикаторите е задействан, с пакетът не е боравено в съответствие с предписането. В този случай, поставете съответните маркировки в документите за изпращане и проверете доставката за повреди.



Предупреждение

Принадлежностите може да паднат или да бъдат изпуснати върху потребителите при разопаковане.

Нараняване на хора

- Следвайте внимателно инструкциите за разопаковане, за да избегнете повреда на инструмента.
- За разопаковането на инструмента са необходими поне двама души.
- След разопаковане инструментът трябва да се транспортира само в изправено положение.



Предупреждение

При първоначален монтаж инструментът може да се наклони по време на движение.

Нараняване на хора

- Задължително е поне двама човека да държат инструмента, когато той се спуска от палета по рампата.



Предупреждение

Повдигнете го без инструменти или оборудване.

Инструментът може да падне или да бъде изпуснат върху потребителите при повдигане, което ще причини нараняване на хора.

- Винаги използвайте подходящо подемно оборудване, като количка или вилкови повдигачи, когато местите инструмента нагоре.



Предупреждение

Преместете заредения с реактиви и парафин инструмент, със или без да е включен захранващият кабел.

Нараняване на хора.

- Преди всяко транспортиране, при което е възможно инструментът да бъде разклатен, наклонен или повдигнат, той трябва да бъде почистен, включително неговите тръби, ваничките за парафин и флаконите за реактиви. Захранващият кабел трябва да бъде изключен.



Предупреждение

Принадлежностите/компонентите може да се разхлабят или повредят по време на транспортиране.

Повреда на проба

- По време на транспортиране капациите на фурната за парафин трябва да бъдат затворени.
- По време на транспортиране капациите на ретортата трябва да бъдат заключени.



Предупреждение

Принадлежностите/компонентите може да се разхлабят/повредят по време на транспортиране

Повреда на проба

- Преди да включите инструмента, направете визуална проверка на инструмента и принадлежностите за повреди, които може да са предизвикани при транспортиране или преместване на инструмента.



Предупреждение

Принадлежностите/компонентите може да се разхлабят/повредят по време на транспортиране

Повреда на проба

- Преди обработката на пробы с тъкани на пациенти, след транспорт или преместване на инструмента, направете пробно пускане, за да удостоверите стабилността на инструмента и на използванния протокол. Или използвайте предварително дефиниран протокол, или комбинирайте тази дейност с удостоверяване, в съответствие с вашите собствени протоколи.
- Извършвайте обработка на тъкани на пациенти за диагностични цели само след успешното завършване на всички описани по-горе проверки. Ако някоя от горните стъпки е неуспешна, не използвайте инструмента и се свържете с местния сервис на Leica Biosystems.

**Предупреждение**

Недостатъчна или отсъстваща изпускателна система/Грешна връзка с изпускателната система

Наранявания на хора, причинено от изтичане на пари или прекомерни изпарения

- Никога не използвайте инструмента без активен въглероден филтър или външна изпускателна система, тъй като това ще доведе до отделяне на потенциално опасни изпарения в лабораторията.
- Използването на външна система за отработени газове е препоръчително.
- Дори и инструментът да е свързан с външна изпускателна система, предоставеният активен въглероден филтър трябва да продължи да се използва.

**Предупреждение**

Инструментът е включен в захранваща платка заедно с други инструменти.

Възможно е инструментът да работи с нестабилно захранване/ток, което ще повреди пробата.

- Не използвайте удължител.
- Включвате инструмента само в заземен захранващ контакт. Осигурете задължителното използване на прекъсвач на веригата.

**Предупреждение**

Тавата за оттичане не е монтирана или е монтирана неправилно и течността изтича на пода.

Нараняване на хора.**Замърсяване на околната среда.**

- Не използвайте инструмента, без да сте монтирали тавата за оттичане.
- Носете ЛПС (лични предпазни средства), когато използвате инструмента.

2.2.3 Работа с инструмента**Предупреждение**

Конекторът не съответства на тръбата/Корозия на конектора; Препълване на флакона с реактив (количеството външен реактив не съвпада с флакона с реактив и т.н.); Флаконът пада по време на пълненето или размяната на реактив; Флаконът се разхлабва по време на източване.

Хората се подхлъзват или вдишват токсични/опасни изпарения.**Биологична опасност, причинена от отпаден реактив.****Замърсяване на околната среда.**

- Винаги носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими лични предпазни средства за защита от химикали, когато работите с реактиви. Реактивите, използвани за обработка на тъкани, могат да бъдат както токсични, така и/или запалими.
- Винаги използвайте тръбата, доставена с инструмента.
- Никога не пълнете станция за реактив, в която вече има такъв.

**Предупреждение**

Флаконът с реактив не е напълнен достатъчно (ретортата не е празна).

Повреда на проба

- Преди да стартирате протокол, проверете ретортата и се уверете, че е празна.

**Предупреждение**

Отворете/Затворете капака на ваничката за парафин; Напълнете с разтопен парафин; Конекторът не съвпада с тръбата / Корозия на конектора; Тръбата се разхлабва по време на източване; Контейнерът за отпадъчен парафин не е в готовност/не е стабилен, когато източването чрез GUI започне; Издърпайте тръбата за източване.

Попаряване на ръце/пръсти.

Хората се подхлъзват или вдишват токсични/опасни изпарения.

Биологична опасност, причинена от замърсен парафин.

Замърсяване на околната среда.

- Носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими предпазни средства за защита от химикали, когато пълните/източвате разтопен парафин. Използваният парафин може да бъде замърсен.
- Използвайте шлаух за оттиchanе на парафин с правилен размер, за да избегнете изтиchanето на парафин.
- Напускащият тръбата парафин ще е горещ и може да причини изгаряния. Уверете се, че парафинът се оттича в подходящ съд и стойте на безопасно разстояние, докато оттиchanето не приключи.
- Не премахвайте тръбата за дистанционно пълнене/източване, докато софтуерът не покаже, че процесът е завършен и тръбата не бъде почистена чрез въздух под налягане. Спирането на потока от реактив не означава, че процедурата е приключила.

**Предупреждение**

Дефинираните от потребителя протоколи не са валидирани.

Повреда на проба

- Предварително дефинираните и персонализирани протоколи трябва да бъдат удостоверени от потребителя преди стартиране на протокола, т.е. обработка на тъкан с тъкан на пациент за диагностика, в съответствие с местните и регионални изисквания за акредитация.

**Предупреждение**

RMS (Системата за управление на реактива) е настроена на „N/A“ (Няма) или е с грешна стойност.

Състоянието на потреблението на реактив не може да бъде наблюдавано, което може да повлияе на качеството на обработката на тъканите и да причини повреда на пробата.

- Не задавайте RMS на „N/A“ (Няма). Използвайте RMS, за да наблюдавате състоянието на потребление на реактив.
- Настройките на RMS трябва да бъдат удостоверени от потребителя преди стартиране на протокола, т.е. обработка на тъкан с тъкан на пациент за диагностика, в съответствие с местните и регионални изисквания за акредитация.

**Предупреждение**

При отваряне на ретортата, докато инструментът обработка/след пауза/след приключването на протокола, потребителят влиза в контакт с горещата повърхност на капака/кошниците/течностите/опасните реактиви/изпаренията от ретортата.

Протоколът не може да продължи, ако отворите ретортата.

Нараняване на хора/Повреда на пробата/Увредени преби

- Гореща повърхност. Носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими предпазни средства за защита от химикали по време на експлоатация.
- Не отваряйте капака на ретортата и не отстранявайте флаконите за реактив/ваничките за парафин, когато се изпълнява протокол освен ако системно съобщение не изисква това. Докато се изпълнява даден протокол, ако желаете да отстраните преби от ретортата или да добавите преби в ретортата, натиснете бутона за пауза. Прочетете всички предупредителни съобщения – например, ретортата е над безопасната температура за достъп – и преди да продължите, предприемете съответните предпазни мерки.
- Бъдете внимателни, ако отваряте ретортата или ваничката за парафин, след като поставите инструмента на пауза. Прочетете всички предупредителни съобщения – например, ретортата е над безопасната температура за достъп – и преди да продължите, предприемете съответните предпазни мерки.
- Разтопеният парафин е горещ и може да предизвика изгаряния. Бъдете внимателни, когато боравите с парафин и премахвате кошниците.

**Предупреждение**

Затворете капациите на ретортата, когато са отворени.

Нараняване на хора. Смачкан пръсти или ръце.

- Не затваряйте капациите на ретортата, когато са отворени.

**Предупреждение**

Обработката започва, когато парафинът още не се е разтопил напълно.

Повреда на преба

- Уверете се, че парафинът във ваничките за парафин е напълно разтопен, преди да натиснете бутона Start (Старт).

**Предупреждение**

Пробите не са покрити с реактив/парафин.

Пробите са изсъхнали и са се повредили.

- Преди да стартирате протокола, извършете външна проверка на нивото на реактив във флаконите с реактив. Уверете се, че нивото на реактивите е в предела на маркировките за минимално и максимално ниво. Проверете и нивата на парафина.
- Не поставяйте преби върху сензора за ниво.
- Не добавяйте повече от препоръченото количество преби.
- Винаги бъдете сигурни, че касетите са поставени правилно в кошниците, както и че кошниците са поставени правилно в ретортите.
- Не се препоръчва протоколите за избор на станции да бъдат обработвани през нощта. Ако реактивът по някаква причина стане недостъпен, протоколът не може да бъде завършен.



Предупреждение

Неправилна настройка на концентрациите

Повреда на проба или намаляване на качеството на обработката на тъкани

- Не променяйте концентрацията на използвания реагент, освен ако не можете да проверите действителната концентрация.



Предупреждение

Неправилно зададен температурен праг на реагента, който е над неговата точка на кипене.

Нараняване на хора/Повреда на пробата/Замърсяване на околната среда, причинено от прекомерни изпарения, генеририани по време на обработката.

- Бъдете изключително внимателни, когато решавате да промените температурния праг на реагента. Повишените прагове могат да доведат до кипене на реагентите. Кипящите реагенти ще отделят големи количества изпарения, които могат да претоварят вътрешния филтър с активен въглен или външната изпускателна система (ако съществува такава). Кипящите реагенти също така могат да доведат до прекомерно налягане в инструмента, повишено замърсяване на реагент и разлив на реагент. Точките на кипене на реагента са по-ниски, когато същият се намира в реторта, работеща с вакуум или с циклично налягане/вакуум.
- Никога не използвайте инструмента без активен въглероден филтър или външна изпускателна система. Дори и инструментът да е свързан с външна изпускателна система, предоставеният активен въглероден филтър трябва да продължи да се използва.



Предупреждение

Грешно определение на реагенти

Повреда на проба, причинена от несъответствие на реагенти с GUI определения и етикетите на флаконите.

- Винаги актуализирайте правилно данните на станцията.
- Винаги проверявайте дефиницията на станциите, когато/преди да стартират протоколите.
- Никога не актуализирайте данните, без да сте заменили реагента.



Предупреждение

Игнорирайте информацията, която предоставя инструмента.

Актуализирайте параметрите на реагента/станцията, но не заменяйте реагента.

Не актуализирайте състоянието на реагента в GUI от Empty (Празно) на Full (Пълно), след като флаконът се напълни.

Или задайте състоянието на Full (Пълно), преди да напълните флакона, но без да пълните флакона или да го напълните с недостатъчно количество.

Повреда на проба, причинена от замърсен или истекъл реагент или недостиг на реагент.

Забавяне на диагностика.

- Винаги сменяйте реагентите при подканата.
- Винаги актуализирайте правилно данните на станцията.
- Никога не актуализирайте данните, без да сте заменили реагента.

**Предупреждение**

Добавяне на реактив от нестабилен контейнер.

Нараняване на хора – функциите за пълнене/източване включват силно прочистване, което може да причини преобръщане и разливане на контейнера, ако той е нестабилен. Потребителят може да се подхлъзне на разлятия на земята реактив.

Замърсяване на околната среда.

- Винаги бъдете сигурни, че реактивът се пълни или оттича в голям и стабилен контейнер. Контейнерът трябва да бъде с достатъчно голям обем, за да побере лесно цялата източена течност. Ако използвате малък контейнер, ще трябва да поддържате контейнера и тръбата по време на пълнене или източване.
- Винаги използвайте тръбата, доставена с инструмента.
- Винаги носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими лични предпазни средства за защита от химикали, когато работите с реактиви. Реактивите, използвани за обработка на тъкани, могат да бъдат както токсични, така и/или запалими.

**Предупреждение**

Инструментът работи с липсващи флакони с реактив или с разхлабени/липсващи капачки на флакони за реактив.

Хората се подхлъзват или вдишват токсични/опасни изпарения.

Замърсяване на околната среда.

- Никога не използвайте инструмента, ако липсват флакони или същите са с разхлабени или липсващи капачки.
- Никога не използвайте инструмента без въглероден филтър или външна изпускателна система, тъй като това ще доведе до отделяне на потенциално опасни изпарения в лабораторията.

**Предупреждение**

Инструментът работи с липсващ флакон за кондензат или с разхлабени/липсващи капачки за флакона с кондензат.

Хората се подхлъзват или вдишват токсични/опасни изпарения.

Биологична опасност, причинена от изтичане на токсични/опасни изпарения.

- Никога не използвайте инструмента, ако липсват флакони или същите са с разхлабени или липсващи капачки.
- Никога не използвайте инструмента без въглероден филтър или външна изпускателна система, тъй като това ще доведе до отделяне на потенциално опасни изпарения в лабораторията.

**Предупреждение**

Затворете капациите на ваничката за парафин, когато са отворени.

Нараняване на хора

- Постарайте се да не затваряте капациите на ваничката за парафин, когато са отворени. Те може да смачкат пръстите или ръцете.

**Предупреждение**

Отворете капака на ваничката за парафин, когато в ретортата има парафин или той се прехвърля.

Нараняване на хора

- Никога не отваряйте капака на ваничката за парафин, когато в ретортата има парафин или той се прехвърля. Горещият парафин може да се изплъска от ваничката.

**Предупреждение**

Запушване чрез загуба на касети/тъкани от ретортата или примеси от реактиви или парафин

Повреда на проба

- Използвайте кошница по време на обработката. Не поставяйте пробите директно в ретортата.
- Проверете дали ситото е монтирано на дъното на ретортата, преди да стартирате протокол.
- Внимавайте да не изпуснете нищо в ретортата, докато премахвате ситото на ретортата. Наличието на чужди вещества в тръбите може да попречи на правилното функциониране на клапаните.

**Предупреждение**

Локалната аларма/дистанционната аларма не е свързана.

Повреда на проба

- Дистанционната алармена система/локалната алармена система трябва да бъде свързана към инструмента.

**Предупреждение**

В ретортата остават тъкани по време на изпълнение на протокола за почистване.

Повреда на проба

- Отстранете всички тъкани от ретортата, преди да задействате протокола за почистване, тъй като стъпката за сущене ще повреди тъканите.

**Предупреждение**

Използвайте протокола за почистване за повторна обработка на пробата.

Повреда на проба

- Не използвайте протоколите за почистване за повторна обработка, тъй като стъпката за сущене ще повреди тъканите.

**Предупреждение**

Използвате грешни/недостатъчни почистващи инструменти/реактиви

Повреда на проба

- Не използвайте замърсени дехидратанти като почистващ етанол. Замърсените дехидратанти съдържат формалин (или други фиксатори), а стъпката за сущене ще доведе до кристализиране на солите върху вътрешните повърхности на ретортата.
- Винаги задействайте протокол за почистване, след като в ретортата е имало парафин.

**Предупреждение**

Необработените преби (с остатъци от формалин) се поставят в ретортата преди задействане на протокол за почистване.

Увредени преби – формалин в остатъка, прочистен до ваничката за парафин в началото на цикъла на почистване, може да увреди тъканта при следващи цикли.

- Не зареждайте тъканни преби в ретортата преди задействането на протокол за почистване.
- Ако по невнимание заредите необработени преби в реторта, преди да сте изпълнили протокол за почистване, премахнете пребите и се опитайте да заредите протокол за обработка, преди да заредите протокола за почистване. Прочистването преди цикъла на почистване ще бъде пропуснато.

**Предупреждение**

Изпълнете протокол за почистване, за да почистите всички материали, различни от кошници.

Повредени проби – почистващите реактиви дегенерират с по-бърза скорост. Ако прагът на нивото на чистота на цикъла не бъде намален, почистващите реактиви с ниско ниво на чистота ще доведат до почистване с по-ниско качество.

- Не почиствайте други материали с протокол за почистване.

**Предупреждение**

Добавете фиксирани проби към задействания протокол.

Увредени проби.

- Бъдете внимателни, когато добавяте фиксирани проби към задействания протокол. Допълнителният фиксатор ще замърси реактива, използван в текущата стъпка, и това замърсяване няма да бъде проследено от системата за управление на реактива.

**Предупреждение**

Добавете още преби по време на обработката.

Увредени проби.

- Колкото повече е напреднал протоколът, преди да добавите още преби, толкова по-компрометирано е качеството на обработка на пробите. Добавяйте преби само по време на стъпката за фиксиране или по време на първата стъпка на дехидратиране.

**Предупреждение**

Извадете захранващия кабел или изключете системата, докато протоколът е задействан.

Повреда на проба, причинена от прекъсване на захранването

- Не изключвате кабела на захранването, докато инструментът работи, освен ако не е възникнала аварийна ситуация и бутона за захранване на предния панел и стенния превключвател на захранването са недостъпни.
- Не изключвате системата, докато се изпълнява протокол.

**Предупреждение**

Използвате неподходящо оборудване по време на поддръжка.

Нараняване на хора – потребители са наранени от гореща повърхност/остър ръб/остатъци и др.

- Носете ЛПС по време на поддръжка.

**Внимание**

- В изключителни ситуации (напр. инцидентен разлив на реактив) може да е необходимо да носите аспиратор. Това зависи от специфичната температура на околната среда, обема на помещението, допълнителния товар, нивото на вентилация и др. В случай на съмнение собственикът/операторът на лабораторията може да извърши локално измерване, за да докаже, че приложимите ограничения за максимални концентрации на работното място не са надвишени. Извършените измервания на максимални концентрации на работното място при скорост на обмен на въздуха от 8,75 пъти в час и температура на помещението от 40°C, обем на помещението от 24 m³ и температура на реактива от 45°C показват, че граничните стойности се превишават за кратки периоди от време по време на стъпката, в която пробите се зареждат във формалин. При по-ниска температура на околната среда и/или по-голям обем на помещението на лабораторията или при по-висока скорост на вентилация концентрацията на работното място ще бъде по-ниска. Точните стойности на концентрацията може да се измерят само локално. Границите са съобразени във всички работни състояния.

2.2.4 Работа с реактиви



Предупреждение

Използване на реактиви, различни от препоръчаните

Нараняване на хора – възможно е някои токсични/запалими реактиви да причинят пожар или експлозия.

Забавяне диагностика – корозивни реактиви могат да повредят компонентите на инструмента.

- С инструмента използвайте единствено реактивите, предложени по-долу.
- Не използвайте фиксатори, съдържащи пикринова киселина, тъй като тя може да експлодира, когато изсъхне.
- Не използвайте реактиви, съдържащи корозивни химикали, като живачни соли, пикринова киселина, азотна киселина и солна киселина.
- Не използвайте ацетон или други кетони. Те увреждат клапаните на инструмента.



Бележка

- Информационни листове за безопасност на материала може да бъдат получени от доставчика на химикали. Ако използвате реактиви с марката Leica, информационни листове за безопасност на материала са налични онлайн на адрес: <http://www.LeicaBiosystems.com>

2.3 Предпазни функции на инструмента

Тъканният процесор е оборудван с многобройни предпазни функции и със сложни софтуерни механизми за контрол. Те гарантират, че пробите остават неповредени в случай на токов удар или друга неизправност по време на процеса на инфильтриране, както и че инфильтрацията е завършена успешно.

Зашита срещу свръхналягане

- Когато захранването е изключено, помпата и клапаните за въздух под налягане по подразбиране преминават в безопасно състояние (ретортата е вентилирана, не се генерира налягане).
- Ако помпата по време на херметизиране не бъде спряна в правилния момент, отделна електронна верига ще прекъсне захранването.

Зашита срещу свръхнапрежение

- Условията на претоварване с променлив ток са защитени от механизма за откриване на нагревателен ток.
- Условията на претоварване с постоянен ток са защитени от отделни предпазители за топлинна мощност.

Зашита срещу прегряване

Ограничителите на топлина и софтуерният механизъм за обработка на грешки при прегряване предпазват инструмента от прекомерно висока температура.

Зашита от прекомерен вакуум


Вакуумната система не е в състояние да генерира опасно вакуумно състояние.

3 Компоненти и спецификации на инструмента

3. Компоненти и спецификации на инструмента

3.1 Общ преглед


3.1.1 Компоненти на инструмента



Фиг. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Дисплей | 7. Тава за оттичане |
| 2. Четири ванички за парафин | 8. Флакон за кондензат |
| 3. Две реторти | 9. Активен въглероден филтър (зад капака) |
| 4. Порт за дистанционно пълнене/източване (реактив) (зад капака) | 10. Превключвател на основното захранване |
| 5. Порт за дистанционно източване (парафин) (зад капака) | 11. Кутия с инструменти |
| 6. Флакони за реактив | 12. HistoCore I-Scan (по избор) |
| | 13. Колелца (не са показвани на тази фигура) |

3.1.2 Заден панел



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ethernet порт | 5. Аларми и UPS връзки |
| 2. Вентилатор | 6. Изпускателен фланец (свързване към външно изпускателно устройство) |
| 3. Прекъсвач на веригата | 7. Фирмена табелка |
| 4. Вход на основното захранване | |

3.2 Основни функции на инструмента

HistoCore PEGASUS (наречен по-нататък PEGASUS) е тъканен процесор с двойна реторта, който предлага бърза, висококачествена обработка на тъкани за хистологични лаборатории. С капацитет за реактив, достатъчен за обработка на двете реторти независимо една от друга, той позволява висока степен на гъвкавост при планиране. Интелигентният софтуер ви позволява да конфигурирате инструмента така, че да отговаря на работните процеси в лабораторията ви, като същевременно извършва проверки и осигурява ограничения, които помагат да избегнете грешки, водещи до увреждане на тъканите.

В зависимост от вашата настройка PEGASUS използва тази информация, за да избере оптималния реактив за всяка стъпка от протокола. Той ви предупреждава кога трябва да смените реактива, така че качеството никога да не бъде компрометирано, като в същото време гарантира, че всички реактиви ще бъдат напълно използвани.

Ясният, интуитивен и сензорен интерфейс улеснява зареждането и наблюдението им. Конфигурирането на протокола, настройката на реактива и други системни настройки са също улеснени.

Прецизната система за управление на реактиви осигурява ниско потребление на реактиви и оптимизира натоварването при замяна на реактиви.

Предварително дефинирани и валидирани протоколи ви позволяват да бъдете гъвкави при обработването на различни типове тъкани, като качеството остава неизменно.

Технологията на магнитната бъркалка е проектирана да оптимизира ефективността на инфильтрацията с парафин, като помага за намаляване на времето за обработка и подобрява обмена на реактиви в клетките на тъканите.

Подсветката позволява лесно да проверите нивото на реактива. Подсветката ще се изключи, когато флаконът с реактив не е свързан правилно.

Пълненето и източването на реактиви и парафин може да се извърши, като се използва функцията за дистанционно пълнене/източване, която минимално намалява излагането на реактиви и горещ парфин.

Флаконите с реактив с конструкция срещу разливане, което предотвратява разливите при прехвърляне на реактив.

Ускорете времето за топене на парофина до 3,5 часа с HistoCore PEGASUS Parablocks, който съответства точно на обема на пълнене с парафин на парафиновата камера без доливане и елиминиране на разливането на пелети. В случай че използвате пелети Leica, времето за топене е около 4,5 часа.

Скенер, наречен HistoCore I-Scan, може да бъде поръчан допълнително, което ще активира дадените по-долу функции:

Отчитайте и записвайте критично важни данни с вградени функции за проследяване и локализиране. Интегрираната технология I-Scan проследява идентификатора на кошницата, идентификатора на потребителя и информацията за реактива. Скенер по избор отчита идентификатора на касетата, количеството и цвета, давайки възможност за проследяване на всяка проба в работния процес на тъканна обработка.

Лесният достъп до записаните данни ви осигурява контрол върху отчетите за обработка на тъкани, като същевременно минимално намалява ръчното документиране, увеличавайки максимално достоверността.

3.3 Технически данни

Електрически спецификации

Номинално захранващо напрежение	100-120 VAC/220-240 VAC
Номинална честота на захранването	50/60 Hz
Консумация на енергия	100-120 VAC 15A макс.; 220-240 VAC 10 A макс.
Главни входни предпазители	16 A 250 VAC

Спецификация за размери и тегло

Общ размер на устройството в работен режим (ширина x дълбочина x височина, mm)	804 x 715 x 1533
Общ размер на серийната опаковка (ширина x дълбочина x височина, mm)	1040 x 1045 x 1480
Тегло в празно състояние (без принадлежности, kg)	235 kg
Общо тегло (с принадлежности, kg)	315 kg
Тегло на устройството заедно с опаковката (kg)	300 kg

Спецификации на околната среда

Работна надморска височина (метри над морското равнище) (мин./макс.)	До макс. 2250 m над морското равнище
Температура (по време на употреба) (мин./макс.)	+10°C до +35°C
Относителна влажност (по време на употреба) (мин./макс.)	Влажност от 20% до 80% без кондензиране
Температура (по време на транспортиране) (мин./макс.)	-29°C до +50°C
Температура (по време на съхранение) (мин./макс.)	+5°C до +50°C
Относителна влажност (транспортиране)	Влажност 10% до 85%
Относителна влажност (съхранение)	Влажност от 10% до 85% без кондензиране
Минимално разстояние до стените (mm)	80 mm
BTU (J/s)	<ul style="list-style-type: none"> • 100-120V: максимум 6141.86 BTU/h (1800 J/s) • 220-240V: максимум 8189.14 BTU/h (2400 J/s)

Емисии и пределни норми

Категория на свръхнапрежение според IEC 61010-1	Категория на изолация срещу свръхнапрежение II
Категория на замърсяване според IEC 61010-1	Степен на замърсяване 2
Средства за защита според IEC 61010-1	Клас I
Степен на защита според IEC 60529	IP20
A-претеглено ниво на шум, измерено на разстояние от 1 m	< 70 dB(A)
Клас EMC	Клас A

Тъканен процесор

Реле за локална/дистанционна аларма	30V DC, максимум 1 A
Брой контейнери за реактив	17 флакона за реактиви, 1 флакон за кондензат
Максимален обем на флакона	Макс. 3,88 L

Контейнери за парафин

Брой ванички за парафин	4
Вместимост	Макс. 3,9 L за една ваничка за парафин
Време за топене	Макс. 7 часа при температура на околната среда 23°C до 25°C
Диапазон за задаване на температура	<ul style="list-style-type: none"> • Настройка на точка на топене на парафина: 50°C до 65°C • Настройка на температурата в режим на готовност: Точка на топене на парафина +1°C и макс. 71°C

Репорта	
Вместимост	Макс. 2 X 200 касети
Температура (парафин)	Температурата на парафина може да се избере между 58°C до 85°C.
Температура (реактиви за обработка)	Температура на околната среда от 35°C до 65°C
Температура (реактиви за почистване)	35°C до 85°C
Пълнене на вакуума	-60 kPa
Налягане при източване	45 kPa
Други спецификации	
CE	Одобрено
CSA	Одобрено
Система за управление на реактиви (RMS)	<ul style="list-style-type: none"> • Протокол за обработка: Касети/Цикли/Дни/Концентрация • Протокол за почистване: Цикли/Дни
Тава за оттиchanе	<ul style="list-style-type: none"> • >3,88 L
Нива на достъп	<ul style="list-style-type: none"> • Оператор • Супервайзър • Администратор • Сервизно обслужване • Производител
Статус на парола	<ul style="list-style-type: none"> • Оператор • Супервайзър • Администратор • Сервизно обслужване • Производител
Тип парола	Паролата трябва да съдържа минимум 6 знака, най-малко една буква и една цифра.
Хардуер и софтуер	<ul style="list-style-type: none"> • Цветен сензорен LCD екран • Лесен за използване, интелигентен софтуер • Два USB 2.0 порта, DC 5V. • Алармена система с две гнезда за аларма (за локална аларма и за дистанционна аларма). • Интелигентна обработка на грешки за защита на пробите.

Други спецификации

Вместимости

- 20 свободни за конфигурация протокола.
- 4 предварително дефинирани протокола.
- Предварително дефинираните протоколи с ксилен се състоят от най-много 10 реактива и 3 стъпки за обработка на парафин. Предварително дефинираните протоколи без ксилен се състоят от най-много 8 реактива и 3 стъпки за обработка на парафин.
 - Време за стъпка на протокол: 0 - 5999 минути.
 - Време на отлагане: макс. 1000 часа.
- Едновременно могат да се обработват до 400 касети.
- 1 предварително дефиниран протокол за почистване на ретортата.

4. Настройка на инструмента

4.1 Изисквания към мястото за монтаж

- Потребителят е длъжен да се увери, че се поддържа съвместима електромагнитна среда, така че инструментът да работи правилно.
- Мястото на монтаж трябва да бъде защитено срещу електрически разряд.
- Химикалите, използвани в инструмента, са лесно запалими и опасни за здравето. Поради тази причина мястото на монтаж трябва да бъде добре проветрявано и да не съдържа открит пламък. Помещението, в което се разполага инструментът, не трябва да се използва като постоянна станция за хора. В противен случай помещението трябва да бъде оборудвано с изпускателна система.
- Не използвайте инструмента в помещения с риск от експлозия.
- Избягвайте вибрации, пряка слънчева светлина и значителни промени в температурата.
- Инструментът изиска зона за монтаж с приблизителни размери от 900 mm x 800 mm.
- Основата трябва да има достатъчно висока товароносимост и здравина по отношение на теглото на инструмента.
- Инструментът е предназначен само за употреба на закрито.
- За да се гарантира правилното функциониране на инструмента, той трябва да бъде разположен така, че да се поддържа минимално разстояние от 80 mm от стени и мебели.
- Инструментът трябва да се монтира на място, което осигурява лесно изключване от електрозахранването. Захранващият кабел трябва да се намира на лесно достъпно място.
- Не може да се използва удължител.
- Инструментът трябва да бъде свързан към заземен захранващ контакт.
- Използвайте само предоставените електрозахранващи кабели, които са предназначени за локално захранване.

4.2 Стандартна доставка – списък за опаковане

Количество	Описание на част	Поръчка №
1	Основен инструмент HistoCore PEGASUS	14 0488 58006
1	Кука за кошница	14 0488 58177
4	Кошница за касета	14 0488 58160
4	Сини клипове с матрица на данните	14 0488 58176
4	Черни клипове с матрица на данните	14 0488 58173
10	Отпечатани стикери с баркод	14 0488 60133
1	Комплект флакони за реактив	14 0488 57899
2	Капачка за флакон	14 0488 57901
2	Вентилационна тапа на ваничка за парафин	14 0488 58088

Количество	Описание на част	Поръчка №
1	Интерфейс за отработени газове	14 0493 53387
1	Активен въглероден филтър	14 0488 58136
1	Тръба за дистанционно пълнене/източване на реактиви	14 0488 60134
1	Тръба за дистанционно пълнене/източване на парафин	14 0488 60135
1	Стъргало за парафин	14 0393 53643
1	Смазка Molykote 111, 100 g	14 0336 35460
20	О-пръстен	14 0493 51361
2	Комплекти залепващи се етикети за флакони	14 0488 60131
1	Комплект залепващи се етикети с номера за флакон	14 0488 60148
1	Сглобка джоб за принадлежности	14 0488 60153
2	Кръстосан конектор 21,85*5 mm	14 6000 05407
1	Тава за оттичане	14 0488 59324
2	Амортизор	14 0488 59321
4	M4x8 EN ISO 7380	14 3000 00065
2	M6x35 ISO4762 изцяло резбован	14 3000 00537
1	Права отвертка	14 0488 60138
1	Шестоъгълен ключ с размер 2,5	14 0488 60139
1	Шестоъгълен ключ с размер 3,0	14 0488 60140
1	Шестоъгълен ключ с размер 4,0	14 0488 60141
1	Шестоъгълен ключ с размер 5,0	14 0488 60137
2	Гаечен ключ 17 mm	14 0488 60142
1	Инструкции за употреба (отпечатани на английски език с допълнителни езици на носител за данни 14 0488 81200)	14 0488 81001

Ако установите, че предоставеният кабел за локално захранване е дефектен или изгубен, моля, свържете се с местния представител на Leica.



Бележка

- Проверете доставените части спрямо списъка за опаковане и спрямо вашата поръчка, за да удостоверите дали доставката е пълна. Ако установите несъответствия, незабавно се свържете с търговския отдел на Leica Biosystems.

4 Настройка на инструмента

4.3 Разопаковане и монтаж

4.3.1 Инструкции за разопаковане



Предупреждение

Принадлежностите/компонентите може да се разхлабят/повредят по време на транспортиране

Повреда на проба

- Опаковката има два индикатора, ShockDot индикатор за удар ([→ Фиг. 3-1](#)) и индикатор за наклон ([→ Фиг. 3-2](#)), които указват неправилен транспорт. При доставка на инструмента първо проверете тези индикатори. Ако един от индикаторите е задействан, с пакетът не е боравено в съответствие с предписанието. В този случай, поставете съответните маркировки в документите за изпращане и проверете доставката за повреди.



Предупреждение

Принадлежностите може да паднат или да бъдат изпуснати върху потребителите при разопаковане.

Нараняване на хора

- Следвайте внимателно инструкциите за разопаковане, за да избегнете повреда на инструмента.
- За разопаковането на инструмента са необходими поне двама души.
- След разопаковане инструментът трябва да се транспортира само в изправено положение.



Фиг. 3

За разопаковане на инструмента е необходимо достатъчно пространство. Разстоянието до най-близката стена трябва да бъде поне 1 м отстрани и отзад. Отпред разстоянието трябва да бъде най-малко 3 м, тъй като инструментът се плъзга от дървен палет в тази посока. Височината на помещението трябва да бъде най-малко 3,2 м, тъй като опаковката ще трябва да бъде отстранена чрез издърпване нагоре.

1. Транспортирайте опакования инструмент ([→ Фиг. 3-3](#)) възможно най-близо до мястото на окончателен монтаж. Премахнете ремъците ([→ Фиг. 3-4](#)).



Фиг. 4

2. Отворете опаковката и извадете дисплея, захранващия кабел и инструкциите за употреба ([→ Фиг. 4-1](#)) от транспортния фиксатор.
3. Извадете двата транспортни фиксатора ([→ Фиг. 4-2](#)), изработени от пяна.
4. Отстранете външната втулка на опаковката ([→ Фиг. 4-3](#)) от дървения палет, като я издърпate нагоре.



Фиг. 5

5. Опаковъчната кутия ([→ Фиг. 5-1](#)) съдържа принадлежностите, които все още не са монтирани в инструмента. Внимателно оставете опаковъчната кутия на страна.
6. Внимателно отстранете пластмасовия капак за предпазване на инструмента от прах.



Фиг. 6

7. Отстранете винтовете ([→ Фиг. 6-1](#)), които държат инструмента закрепен върху дървения палет. Първо отстранете 4-те винта от 4-те ъгъла. За да направите това, необходимо е двама души последователно да разхлабят винтовете в напречните ъгли с помощта на гаечни ключове. След това разхлабете винтовете отпред и отзад.
8. Издърпайте двете релси ([→ Фиг. 6-2](#)) за рампата под инструмента, като ги дръпнете към себе си.
9. Фиксирайте тези релси в жлебовете вляво и вдясно с панела, така че те да са на едно ниво с дървената дъска, върху която се намира инструментът.
10. Освободете спирачния лост на двете предни транспортни колелца, така че инструментът да може да се премести.

4 Настройка на инструмента



Предупреждение

При първоначален монтаж инструментът може да се наклони по време на движение.

Нараняване на хора

- Задължително е поне двама човека да държат инструмента, когато той се спуска от палета по рампата.



Фиг. 7


11. Когато спускате инструмента от палета, придържайте го за външните горни ъгли с две ръце.
12. След като бъде свален от дървения палет, инструментът може да бъде транспортиран до окончателното си местоположение.
13. Когато инструментът бъде поставен на окончателното си местоположение, спирачките на колелцата му отново трябва да бъдат задействани. За да направите това, отново натиснете лоста надолу.



Бележка

- Кутията, в която е бил транспортиран, както и включените задържащи елементи, трябва да се съхраняват, в случай че по-късно се наложи връщане на пратката. За да върнете инструмента, следвайте горните инструкции в обратен ред.

4.3.2 Монтаж на дисплея



Фиг. 8

1. Прокарайте два кабела (→ Фиг. 8-1) през носещата скоба на дисплея. (→ Фиг. 8-2).
2. Фиксирайте носещата скоба на дисплея, като затегнете 4-те винта (→ Фиг. 8-3) в долната част.
3. Монтирайте дисплея, като затегнете 4-те винта (→ Фиг. 8-4) в горната част на носещата скоба на дисплея.
4. Включете двата кабела (→ Фиг. 8-5).

4.3.3 Активен въглероден филтър



Предупреждение

Недостатъчна или отсъстваща изпускателна система/Грешна връзка с изпускателната система

Наранявания на хора, причинено от изтичане на пари или прекомерни изпарения

- Никога не използвайте инструмента без активен въглероден филтър или външна изпускателна система, тъй като това ще доведе до отделяне на потенциално опасни изпарения в лабораторията.
- Използването на външна система за отработени газове е препоръчително.
- Дори и инструментът да е свързан с външна изпускателна система, предоставеният активен въглероден филтър трябва да продължи да се използва.

Активният въглероден въглен абсорбира изпаренията от реактивите, като по този начин предотвратява навлизането им в атмосферата на лабораторията. За да се гарантира, че активният въглероден филтър работи ефективно, той трябва периодично да се подменя. Супервайзърите могат да задават прага за подмяна, като докоснат Carbon filter threshold (Праг на въглероден филтър) на екрана Settings (Настройки) > Instrument settings (Настройки на инструмента).

За да поставите/подмените активния въглероден филтър, отворете капака за дистанционно пълнене/източване (→ Фиг. 9-1). След това натиснете активния въглероден филтър (→ Фиг. 9-2) докрай. Датата, на която активният въглероден филтър е бил поставен, може да бъде маркирана на етикета на предната страна.



4.3.4 Външна изпускателна система



Предупреждение

Недостатъчна или отсъстваща изпускателна система/Грешна връзка с изпускателната система

Наранявания на хора, причинено от изтичане на пари или прекомерни изпарения

- Никога не използвайте инструмента без активен въглероден филтър или външна изпускателна система, тъй като това ще доведе до отделяне на потенциално опасни изпарения в лабораторията.
- Използването на външна система за отработени газове е препоръчително.
- Дори и инструментът да е свързан с външна изпускателна система, предоставеният активен въглероден филтър трябва да продължи да се използва.

Инструментът е проектиран така, че да може да бъде свързан към външно изпускателно устройство. За тази цел в допълнителната доставка е включена изпускателна тръба. Използването на външна система за отработени газове е препоръчително.



Прикрепете единия край на изпускателната тръба към насочената нагоре тръба (→ Фиг. 10-1) на изпускателния фланец и я натиснете надолу докрай. Свържете другия край на изпускателната среда към външната изпускателна система.

4.4 Основен инструмент/хардуер

4.4.1 Реторти



Фиг. 11

На разположение са две реторти, всяка побира до 200 касети в две кошници за касети. Всяка реторта работи независимо, със собствена температура, налягане и настройки за включване/изключване на бъркалката. Системата планира ресурсите, така че и двете реторти да работят ефективно. Планирането гарантира, че при едновременно изпълнявани протоколи не се използва един и същ флакон за реактив по едно и също време.

Отваряне и затваряне на капаците на ретортата


Използвайте ръкохватките в предната част на инструмента, за да заключите/отключите капака на ретортата.

За да отворите ретортата, завъртете ръкохватката по посока на часовниковата стрелка ([→ Фиг. 11-1](#)) и отворете капака на ретортата, като повдигнете предния край на капака ([→ Фиг. 11-2](#)). Не опитвайте да отделите ръкохватката. За да заключите ретортата, върнете ръкохватката обратно на място, като упражните сила.

Винаги имайте предвид съдържанието, температурата и налягането в ретортата, преди да я отворите. В някои случаи може да се наложи ръчно да настроите налягането и температурата в ретортата, преди да можете да я отворите безопасно.

Може да се покаже предупреждение, ако температурата на ретортата е по-висока от температурата за достъп до празна реторта (показана на екрана [Settings](#) (Настройки) > [Processing settings](#) (Настройки за обработката)) или от безопасната температура за достъп, свързана с реактива в ретортата (зададена на екрана [Reagents](#) (Реактиви) > [Reagent types](#) (Типове реактиви) > [Temperature thresholds](#) (Температурни прагове)).

В спешни случаи, когато капакът на ретортата е заключен заради магнитна неизправност и не може да бъде повдигнат, издърпайте черния капак ([→ Фиг. 12-1](#)) до ръкохватката на ретортата, поставете права отвертка в отвора и го задръжте в положение. Това отключва електронната заключалка. Капакът на ретортата вече може да бъде отворен. След това извадете правата отвертка и поставете черния капак обратно на мястото му.



Фиг. 12

**Предупреждение**

При отваряне на ретортата, докато инструментът обработва/след пауза/след приключването на протокола, потребителят влиза в контакт с горещата повърхност на капака/кошиците/техностите/опасните реактиви/изпаренията от ретортата.

Протоколът не може да продължи, ако отворите ретортата.

Нараняване на хора/Повреда на пробата/Увредени преби

- Гореща повърхност. Носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими предпазни средства за защита от химикали по време на експлоатация.
- Не отваряйте капака на ретортата и не отстранявайте флаconите за реактив/ваничките за парафин, когато се изпълнява протокол освен ако системно съобщение не изиска това. Докато се изпълнява даден протокол, ако желаете да отстраните преби от ретортата или да добавите преби в ретортата, натиснете бутона за пауза.
- Бъдете внимателни, ако отваряте ретортата или ваничката за парафин, след като поставите инструмента на пауза. Прочетете всички предупредителни съобщения – например, ретортата е над безопасната температура за достъп – и преди да продължите, предприемете съответните предпазни мерки.
- Разтопеният парафин е горещ и може да предизвика изгаряния. Бъдете внимателни, когато боравите с парафин и премахвате кошиците.

**Предупреждение**

Затворете капациите на ретортата, когато са отворени.

Нараняване на хора. Смачкани пръсти или ръце.

- Не затваряйте капациите на ретортата, когато са отворени.


Обезвъздушаване на реторта

Трябва да се уверите, че в ретортата няма налягане или вакуум, преди да отворите капака на ретортата. Ретортите автоматично се обезвъздушават в началото и края на всеки протокол, както и по време на пауза в протокола. Въпреки това може да се наложи да обезвъздушите ретортата ръчно, ако автоматичното обезвъздушаване не е успешно или ако искате да получите достъп до реторта под налягане или изпразнена реторта в друг момент.

Използвайте экрана **Reagents** (Реактиви) > **Manual operations** (Ръчно действие), за да обезвъздушите ръчно ретортите. Изберете ретортата, която искате да отворите, и докоснете бутона **Vent** (Вентилиране) за тази реторта. Може да се наложи да изчакате до 90 секунди, докато налягането се изравни.


**Бележка**

- Ако оставите гореща ретортата затворена за продължително време, въздухът в ретортата ще се охлади и ще създаде вакуум. След това трябва да я обезвъздушите, преди да отворите капака на ретортата.

Нива на запълване

Фиг. 13

Ретортите могат да бъдат запълнени с достатъчно количество реактив за две кошници за касети. Маркировките върху флаконите за реактиви ([→ Фиг. 13-1](#)) и ваничките за парафин ([→ Фиг. 13-2](#)) ще ви помогнат да определите дали имате достатъчно реактив, за да запълнете ретортите до необходимото ниво. Винаги поддържайте обемите на реактива и парафина доста над минималното (**MIN**) ниво, но под максималното (**MAX**) ниво. Нивата на реагентите под минимума ще доведат или до неуспех на протоколите, или до това да се използва неоптимална последователност от реагенти.


Сензори за ниво на течностите

Фиг. 14

Всяка реторт притежава два сензора за ниво на течностите за наблюдение на нивата на течността. Долният сензор ([→ Фиг. 14-1](#)) следи нивото на двете кошници. Горният сензор ([→ Фиг. 14-2](#)) се задейства, ако повече от максималния допустим обем течност навлезе в ретортата. Той изпълнява функция за безопасност.

Понякога сензорите могат да бъдат засегнати от натрупване на конденз или отлагания. Винаги поддържайте сензорите чисти, като редовно почиствате ретортата ([→ стр. 148 – 9.3.1 Ежедневни задачи](#)).

Магнитна бъркалка




Фиг. 15

Всяка реторт има магнитна бъркалка (→ Фиг. 15-1), която разбърква реактива или парафина, за да осигури постоянна температура и качествено проникване в тъканите. Бъркалката се задвижва от външен магнитно съединен мотор. Бъркалката може да се включва или изключва за всяка стъпка от протокола и лесно се премахва в случай на почистване (→ стр. 148 – 9.3.1 Ежедневни задачи).

Сито на ретортата

На дъното на всяка реторт има сито. Монтирайте ситото, като го вкарате и завъртите по посока на часовниковата стрелка. Редовно го проверявайте и почиствайте (→ стр. 148 – 9.3.1 Ежедневни задачи).

4.4.2 Кошници за касети



Фиг. 16

Кошниците за касети от неръждаема стомана (→ Фиг. 16-1) са съвместими с най-разпространените видове касети. Използвайте кошницата по време на обработка. Не поставяйте пробите директно в ретортата.

Пружината на кошницата (→ Фиг. 16-2) се използва за точно подравняване на касетите в кошницата и с разделителната дъска на кошницата (→ Фиг. 16-3) за поставянето ѝ в кошницата.

С поставена пружина стандартната кошница може да бъде напълнена с до 72 касети с проби. Без поставена пружина касетите могат да се подредят по-плътно, така че кошницата да събере максимален брой от 100 касети.

Кошницата с пружина осигурява оптимален поток на реактив с минимален пренос и трябва да се използва само за протоколи без ксилен.

Капак за кошница, ръкохватка за кошница и кука за кошница

Капакът приляга плътно върху клетката на кошницата, като две пластини на вътрешните ръбове влизат в отворите от горните страни на клетката. Можете да повдигнете капака на кошницата, хващайки здраво страните й и повдигайки я нагоре.


Ръкохватката на кошницата е вдлъбната по централната ос и може да се удължи, като се повдигне нагоре.

Ръкохватката на кошницата пада в централния жлеб, като една малка част остава над капака на кошницата.

Тя действа като ограничител на кошницата, поставена отгоре, за да се избегне падането на горната кошница по време на прехвърляне.

Към инструмента се доставя и кука за кошница. Използвайте куката, за да повдигнете и отделите кошницата от ретортата.

Клипове за кошници (по избор)



Фиг. 17

① Клиповете за кошница работят само с HistoCore I-Scan (номер на поръчка: 14 0488 58056).


Клиповете за кошници ([Фиг. 17-2](#)) може да се използват за препоръчани протоколи, тоест за свързване на конкретни кошници с конкретни протоколи. Клиповете се предлагат в два цвята – син и черен.

Към всяка кошница е приложен по един чифт клипове. Един от клиповете в чифта има отпечатан уникален баркод ([Фиг. 17-1](#)). Той може да бъде сканиран, преди кошницата да бъде поставена в ретортата. Отчетеният баркод се записва заедно с другите данни от процеса на обработка ([стр. 142 – 8.3.4 Опции за проследяване \(по избор\)](#)). След като сканирате баркода и снимате кошницата, можете да поставите кошницата в ретортата.

Препоръчва се използването на предварително дефинирани/валидиирани консумативи (кошници и касети).

4 Настройка на инструмента

4.4.3 Ванички за парафин



Фиг. 18

Четири ванички за парафин са разположени в горната задна част на инструмента, до които се достига чрез два капака на ванички за парафин ([→ Фиг. 18-1](#)). Всяка ваничка функционира независимо, задържайки достатъчно парафин, за да напълни реторта. Въпреки че парафинът не се движи между ваничките, двете са свързани с въздушен поток, което позволява винаги да имат едно и също налягане.

Използвайте ръкохватките на капака на ваничката за парафин, за да отворите капациите на ваничките. Бъдете внимателни, когато отваряте капациите на ваничките за парафин. Ако е необходимо, завъртете дисплея, за да осигурите лесен достъп до ваничката за парафин ([→ Фиг. 23](#)). Винаги използвайте ръкохватките на ваничката за парафин, за да затворите капациите, като се уверите, че са добре заключени.

Винаги проверявайте дали налягането на ваничката за парафин е равно на налягането на околната среда, преди да отворите капака. Ако налягането не е изравнено с околната среда, първо обезвъздушете ваничката за парафин. Можете да го направите, като поставите на пауза задействания протокол или когато инструментът не работи. Намерете бутона Vent (Вентилиране) на екрана Reagents (Реактиви) > Manual operations (Ръчни действия) ([→ стр. 128 – 8.1.1 Ръчни действия](#)).

Вижте текущата температура на всяка парафинова станция, като отидете на Reagents (Реактиви) > Stations (Станции) > Paraffin chambers (Камери за парафин).

Източете използвания парафин чрез достъпните команди на екрана Reagents (Реактиви) > Remote fill/drain (Дистанционно пълнене/източване). Директно напълнете ваничките за парафин с разтопен или твърд парафин ([→ стр. 125 – 7.4.5 Замяна на парафина](#)).

**Предупреждение**

Отворете капака на ваничката за парафин, когато в ретортата има парафин или той се прехвърля.

Нараняване на хора

- Никога не отваряйте капака на ваничката за парафин, когато в ретортата има парафин или той се прехвърля. Горещият парафин може да се изплъска от ваничката.

**Предупреждение**

Затворете капациите на ваничката за парафин, когато са отворени.

Нараняване на хора

- Постарарайте се да не затваряте капациите на ваничката за парафин, когато са отворени. Те може да смачкат пръстите или ръцете.

4.4.4 Шкаф за реактиви



Фиг. 19

Шкафът за реактиви съдържа седемнадесет флакона за реактиви и един флакон за кондензат ([→ Фиг. 19-1](#)).
Флаконите са полупрозрачни, за да можете визуално да определите нивото на реактив във флаконите.

Шкафът за реактиви се осветява от задната страна.

Флакони за реактив

Шкафът за реактиви съдържа седемнадесет флакона с реактиви. Количество на реактиви е достатъчно за едновременно планиране на протоколи в двете реторти, като същевременно разполагате с достатъчно почистващи реактиви, готови за употреба. Флаконът за реактив на всяка станция съдържа достатъчно реактив за запълване на една реторта.

Флаконите с реактиви са полупрозрачни и имат цветово кодирани етикети. Те също така имат маркировки отпред, показващи минималното ниво ([→ Фиг. 20-1](#)) за изпълнение на протокол и максималното ниво на запълване ([→ Фиг. 20-2](#)).



Фиг. 20

За да извадите флаcona за реактив, издърпайте навън. Натиснете обратно в позиция, за да го върнете. Ще чуете щракване и ще почувствате как флаconът приляга в точката на свързване на гърба на шкафа.

Можете да смените реактива във флаcona за реактив или:

- ръчно, след като сте извадили флаcona за реактив от инструмента, или
- полуръчно, като флаconът за реактив все още е на място в шкафа за реактиви, но се пълни с помощта на командите на екрана **Reagents** (Реактиви) > **Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване) (→ стр. 119 – 7.4 Замяна на реагенти).

С течение на времето някои химикали могат да причинят разширяване на флаconите за реагент. Това е нормално и не влияе върху работата на инструмента.



Предупреждение

Инструментът работи с липсващи флаconi с реагент или с разхлабени/липсващи капачки на флаconi за реагент.

Хората се подхлъзват или вдишат токсични/опасни изпарения.

Замърсяване на околната среда.

- Никога не използвайте инструмента, ако липсват флаconi или същите са с разхлабени или липсващи капачки.
- Никога не използвайте инструмента без въглероден филтър или външна изпускателна система, тъй като това ще доведе до отделяне на потенциално опасни изпарения в лабораторията.

Флаcon за кондензат

Отделен флаcon събира кондензата. Той е позициониран до флаconите за реагенти в долната част на шкафа за реагенти. Изправяйте флаconа за кондензат ежеседмично. Не позволявайте флаconът за кондензат да прелее, тъй като течността може да замърси други реагенти.

**Предупреждение**

Инструментът работи с липсващ флакон за кондензат или с разхлабени/липсващи капачки за флакона с кондензат.
Хората се подхлъзват или вдишат токсични/опасни изпарения.

Биологична опасност, причинена от изтичане на токсични/опасни изпарения.

- Никога не използвайте инструмента без флакона за кондензат или с хлабава/липсваща капачка на флакона за кондензат.
- Никога не използвайте инструмента без въглероден филтър или външна изпускателна система, тъй като това ще доведе до отделяне на потенциално опасни изпарения в лабораторията.

Стикери за флакони за реактиви

Фиг. 21

Стикерите за флакони за реактиви се предлагат в осем различни цвята. Цветовете се адаптират към избираемата палитра от цветове за отделните групи реактиви в инструмента. Уверете се, че сте поставили стикерите на флаконите за реактиви според дефиницията на станцията върху екрана **Status** (Състояние).

Правоъгълните стикери ([→ Фиг. 21-1](#)) се поставят върху предната част на флаконите за реактиви. Кръглите стикери ([→ Фиг. 21-2](#)) се поставят върху капачките на флаконите за реактиви. Повърхността на флаконите за реактиви трябва да е чиста и суха; след това поставете стикера и натиснете добре, най-вече по ръбовете. Етикетите са устойчиви спрямо реактивите, използвани в инструмента.

4.4.5 Тава за оттичане

Фиг. 22

Тавата за оттичане се намира, заедно с всички други принадлежности, в опаковъчната кутия. Сложете тавата за оттичане ([→ Фиг. 22-1](#)) под шкафа за реактиви.

Тавата за оттичане събира реактиви, които са прелели или са разлети, така че да не се образува замърсяване във или под инструмента. Обемът е не по-малък от 3,88 L.

Долната тава за оттичане трябва да бъде проверявана редовно за следи от изтекли реактиви. За да направите това, издърпайте тавата навън за дръжката и я изпразнете, ако е необходимо.



Предупреждение

Тавата за оттичане не е монтирана или е монтирана неправилно и течността изтича на пода.

Нараняване на хора.

Замърсяване на околната среда.

- Не използвайте инструмента, без да сте монтирали тавата за оттичане.
- Носете ЛПС (лични предпазни средства), когато използвате инструмента.

4.4.6 Дисплей

Сензорният еcran, монтиран отляво на инструмента, се свързва с компютъра в инструмента, който контролира всичките операции на инструмента.

Използвайте сензорния еcran, за да конфигурирате инструмента, да изпълнявате протоколи и да извършвате допълнителни операции, като например подмяна на реактиви. Докоснете бутоните и иконите с пръст или тъп предмет. Не използвайте остри предмети. Уверете се, че сензорният еcran не влиза в контакт със силни разтворители.

В нормалното си работно положение сензорният еcran се намира над капака на ваничката за парафин и може да се върти, за да осигури лесен достъп до ваничката, както е показано на фигурата по-долу ([→ Фиг. 23](#)). Също така може леко да се обръща нагоре и надолу, за да отговаря на различния ръст на потребителите.



Фиг. 23

4.4.7 HistoCore I-Scan (по избор)



Фиг. 24

HistoCore I-Scan е позициониран в монтирания на стълба държач, който поддържа сензорния екран. За захранване и пренос на данни между скенера и инструмента се използва USB кабел..

Скенерът предоставя две основни функции – сканиране на 1D/2D баркод и заснемане на изображение. Може да се използва за бързо въвеждане на вашия идентификационен номер, идентификатора на кошница ([→ стр. 41 – Клипове за кошници \(по избор\)](#)), номера на партидата или партидния номер на реактив и за заснемане на кошници.

Предоставени са три бутона ([→ Фиг. 24-1](#)) за управление на скенера.

Бутон	Име	Функция
	Бутон за вкл./изкл. на светодиода за запълване	Включете/изключете осветлението на камерата.
	Бутон за задействане на сканиране/фотографиране	<p>В режим на сканиране на баркод сканираният баркод се превърта на екрана, но няма предварителна визуализация на целевия баркод. При натискане на бутона за задействане скенерът започва да сканира баркода. Осветлението и насочващата светлина ще станат видими Скенерът изпраща разпознатото съдържание на баркода към инструмента, след като баркодът бъде успешно разпознат. Скенерът ще покаже отметка, след като инструментът получи данните успешно, или ще покаже предупредителен знак.</p> <p>В режим на снимане LCD еcranът визуализира предварителен преглед от камерата. Натиснете бутона за задействане, след което камерата ще започне да фокусира и ще заснеме изображение. След като инструментът успешно получи изображението, ще се покаже отметка или предупредителен знак. Разтреперване на ръката по време на фокусиране и заснемане на изображение ще направи снимката неясна. На камерата отнема около 2 секунди, за да фокусира и заснеме изображение.</p>

Бутон	Име	Функция
	Бутон за отметка	Потвърдете въвеждането и въведете следващото поле за попълване.


Ако разпознаването на баркод е неуспешно, опитайте се отново да го сканирате. Препоръчителното разстояние за сканиране е както следва.

- EAN-13 50 mm - 200 mm (13 mil)
- Code39 40 mm - 90 mm (5 mil 10 байта)
- QR код 25 mm - 240 mm (20 mil 16 байта)
- Матрица с данни 50 mm - 90 mm (10 mil 20 байта)
- PDF 417 30 mm - 130 mm (6,67 mil 7 байта)

Ако предупредителният знак остане на екрана, разкачете скенера от инструмента, след което го свържете отново. Ако и това не сработи, рестартирайте инструмента. Ако проблемът продължи, свържете се с местния сервизен представител.

Скенерът ще премине в спящ режим, ако не се натисне бутон или не се получи команда в рамките на 5 минути. В спящ режим LCD дисплеят е изключен. При каквато и да е команда от инструмента или натискане на бутон скенерът ще се активира отново.

4.4.8 USB портове



Фиг. 25

На дисплея има три USB порта, един ([→ Фиг. 25-1](#)) в долната част и два ([→ Фиг. 25-2](#)) от лявата страна на дисплея.

USB портът в долната част на дисплея е най-подходящ за скенера HistoCore I-Scan (и това е хардуерната конфигурация по подразбиране).

Другите USB портове може да се използват за:

- експортиране на регистрационни файлове и отчети за инциденти;
- експортиране и импортиране на файлове за протоколи.

Поставете USB памет в USB порта, за да прехвърлите данните. Ако бъдете подканени да поставите USB памет, инструментът не е разпознал вашата USB памет. Опитайте отново да поставите USB паметта. Ако това не сработи, проверете дали има достатъчно място в USB паметта или дали тя работи правилно. Ако проблемът продължава, използвайте нова памет.

4.4.9 Връзки за аларми




Предупреждение

Локалната аларма/дистанционната аларма не е свързана.

Повреда на проба

- Дистанционната алармена система/локалната алармена система трябва да бъде свързана към инструмента.



Фиг. 26

Инструментът осигурява алармени интерфейси за локално и отдалечно управление. Тези връзки могат да се използват за управление на редица устройства за индикация на аларми, включително звукови аларми, визуални аларми или телефони за автоматично набиране.

Спецификации на конектора за аларма

Товарът, свързан към конектора за алармата, не трябва да надвишава следните спецификации.

- Максимално напрежение: 30 V DC
- Максимален ток: 1 A (активно съпротивително натоварване)
- Максимален ток: 0,5 A (активно съпротивително натоварване)

Щифтове на алармения конектор

Всеки алармен конектор притежава три щифта.

Дистанционна аларма

- RA.NC ([→ Фиг. 26-1](#)) – Обикновено затворена
- RA.COM ([→ Фиг. 26-2](#)) – Обща
- RA.NO ([→ Фиг. 26-3](#)) – Обикновено отворена

Локална аларма

- LA.NC ([→ Фиг. 26-4](#)) – Обикновено затворена
- LA.COM ([→ Фиг. 26-5](#)) – Обща
- LA.NO ([→ Фиг. 26-6](#)) – Обикновено отворена

Схема на щифтове по време на нормална работа

Когато инструментът работи нормално (без аларма), щифтовете на алармата се свързват както следва.

Дистанционна аларма

- Щифт RA.NO – Обикновено отворен
- Щифт RA.NC – Обикновено затворен и свързан с RA.COM

Локална аларма

- Щифт LA.NO – Обикновено отворен
- Щифт LA.NC – Обикновено затворен и свързан с LA.COM

Схема на щифтове по време на аларма

Когато инструментът има задействана аларма, щифтовете на алармата се свързват както следва.

Дистанционна аларма

- Щифт RA.NO – Обикновено отворен и свързан с RA.COM
- Щифт RA.NC – Обикновено затворен, но отворен по време на аларма.

Локална аларма

- Щифт LA.NO – Обикновено отворен и свързан с LA.COM
- Щифт LA.NC – Обикновено затворен, но отворен по време на аларма.

4.5 Свързване на непрекъсваемо захранване (UPS)

Непрекъсваемото захранване (UPS) предпазва машините и инструментите от неизправности в захранването.

Инструментът осигурява UPS интерфейс. Използвайте щифтовете LoBAT ([→ Фиг. 26-11](#)), GND ([→ Фиг. 26-12](#)) OnUPS ([→ Фиг. 26-13](#)) и GND ([→ Фиг. 26-14](#)), за да конфигурирате UPS устройство.

Препоръчваме ви да използвате UPS за активно проследяване (например серия APC SUA3000, с AP9613 Dry Contact I/O SmartSlot Card), за да защитите инструмента и пробите от временно прекъсване на захранването, скокове в напрежението, спадове в напрежението и свръхнапрежение.

UPS трябва да е проектиран за захранване на самото място на монтаж. За да получите допълнителни съвети, се свържете с производителя на UPS устройството.

4.6 Включване и изключване



Предупреждение

Инструментът е включен в захранваща платка заедно с други инструменти.

Възможно е инструментът да работи с нестабилно захранване/ток, което ще повреди пробата.

- Не използвайте удължител.
- Включвате инструмента само в заземен захранващ контакт. Осигурете задължителното използване на прекъсвач на веригата.



Предупреждение


Принадлежностите/компонентите може да се разхлабят/повредят по време на транспортиране

Повреда на проба

- Преди да включите инструмента, направете визуална проверка на инструмента и принадлежностите за повреди, които може да са предизвикани при транспортиране или преместване на инструмента.

При нормални условия инструментът трябва да е включен през цялото време, дори когато не работи за продължителни периоди от време. Изключвате го, когато го обслужвате или ако го местите.

4.6.1 Включване



Фиг. 27

1. Включете захранващия кабел в контакта ([→ Фиг. 27-1](#)).
2. Уверете се, че прекъсвачът ([→ Фиг. 27-2](#)) е в положение **ON** (Включено).
3. Натиснете превключвателя на захранването ([→ Фиг. 27-3](#)) в предната част на инструмента.

Инициализирането на инструмента ще отнеме няколко минути.

4. Екранът за вход ще се появи, след като инициализацията приключи. Въведете потребителското име и парола.
Ще се покаже еcranът за състояние (→ стр. 70 – 5.4 Еcran за състояние).
5. За първоначално влизане (→ стр. 58 – Първоначално влизане) използвайте администраторския акаунт.

4.6.2 Изключване



Предупреждение

Извадете захранващия кабел или изключете системата, докато протоколът е задействан.

Повреда на проба, причинена от прекъсване на захранването

- Не изключвайте кабела на захранването, докато инструментът работи, освен ако не е възникнала аварийна ситуация и бутоњът за захранване на предния панел и стенния превключвател на захранването са недостъпни.
- Не изключвайте системата, докато се изпълнява протокол.

Нормалното изключване изключва софтуера в установлен ред. Инструментът трябва да бъде неактивен и да не се изпълняват протоколи или други операции.

1. Докоснете логото на Leica в горния ъгъл на екрана и докоснете **Exit** (Изход). Или изберете **Settings** (Настройки) > **Instrument settings** (Настройки на инструмента) > **Exit software** (Изход от софтуера).
2. Потвърдете излизането. Изчакайте сензорният еcran да изгасне и след това натиснете превключвателя на захранването.
3. Преместете превключвателя в положение **OFF** (Изключено), за да го изключите.
4. Изключете захранването от контакта и издърпайте захранващия кабел.

4.6.3 Аварийно изключване

При спешни случаи натиснете незабавно превключвателя на захранването.

Ако условията го позволяват, изключете захранването от контакта и издърпайте захранващия кабел.

4.6.4 Рестартиране след дълготраен период в изключено състояние

Ако инструментът вече няма да се използва поради поддръжка или извежда от експлоатация, потребителят трябва първо да изключи захранването и след това да извади захранващия кабел и да го съхрани правилно. В допълнение, потребителят трябва да почисти повърхността на инструмента, ретортата, флаконите с реактиви, ваничките за парафин и тавата за оттичане. Ако е монтирана изпускателна тръба, тя ще трябва да се отстрани.

Ако се налага инструментът да бъде рестартиран, поставете отново оригиналния захранващ кабел. Проверете ретортата, флаконите за реактиви, ваничките за парафин и тавата за оттичане, като се уверите, че няма никакви примеси. Ако е налична изпускателна тръба, монтирайте я според дадените инструкции. Включете инструмента и изпълнете валидиран протокол, за да осигурите правилното функциониране на инструмента.

4.7 Преместване на инструмента



Предупреждение

Повдигнете го без инструменти или оборудване.

Инструментът може да падне или да бъде изпуснат върху потребителите при повдигане, което ще причини нараняване на хора.

- Винаги използвайте подходящо подемно оборудване, като количка или вилкови повдигачи, когато местите инструмента нагоре.



Предупреждение

Преместете заредения с реактиви и парафин инструмент, със или без да е включен захранващият кабел.

Нараняване на хора.

- Преди всяко транспортиране, при което е възможно инструментът да бъде разклатен, наклонен или повдигнат, той трябва да бъде почистен, включително неговите тръби, ваничките за парафин и флаconите за реактиви. Захранващият кабел трябва да бъде изключен.



Предупреждение

Принадлежностите/компонентите може да се разхлабят или повредят по време на транспортиране.

Повреда на проба

- По време на транспортиране капациите на фурната за парафин трябва да бъдат затворени.
- По време на транспортиране капациите на ретортата трябва да бъдат заключени.

Преди преместване изключете инструмента. Захранващият кабел трябва да бъде изключен от електрическия контакт и инструментът трябва да се охлади.

1. Отстранете флаconите за реактиви и тавата за оттичане от инструмента.
2. Ако е приложимо, свалете скенера от люлката.
3. Освободете колелцата на инструмента.
4. Подпрете ъглите на инструмента с ръка и го преместете на новото местоположение.
5. Заключете колелцата, след като инструментът достигне окончателната си позиция.
6. Поставете отново тавата за оттичане, флаconите за реактиви и скенера (ако инструментът е оборудван с такъв).

5. Изпълнение на протокол


5.1 Използване на софтуера

Функциите на инструмента се управляват от сензорния екран.

5.1.1 Основна експлоатация

Бутони


Докоснете бутоните на сензорния екран, за да отваряте менюта, екрани и диалогови прозорци и за да стартирате и спирате действия. Състоянието на бутона се обозначава от неговия цвят или очертание. В зависимост от екрана и наличните операции, активираните бутони (→ Фиг. 28) могат да бъдат тъмносиви, яркосини, яркорозови или яркозелени. Деактивираните бутони (→ Фиг. 29) са светли версии на основния цвят. Избраните бутони се показват със синьо очертание (→ Фиг. 30). Бутоните в двойка за превключване са в тъмносиво и яркосиньо.



Фиг. 28



Фиг. 29



Фиг. 30

Икони

Иконите се използват за представяне на различни елементи на системата, като станции за реактиви и реторти. Избираемите икони (→ Фиг. 31) изглеждат все едно са повдигнати. Изберете икона, като я докоснете, както бихте направили с бутон. Избраната икона (→ Фиг. 32) се появява повдигната и със синьо очертание.




Фиг. 31



Фиг. 32

Клавиатури

Клавиатурите се появяват в зависимост от нуждите, за да ви позволят да въвеждате текст и цифри. Съществуват два вида: буквено-цифрови (текст и цифри) (→ Фиг. 33) и цифрови (само цифри). Клавиатурите са аналогични на компютърните клавиатури, като бутоните се намират на екрана.



Фиг. 33

1. Прозорец с текст
2. Текст и цифри
3. Бутон OK и Enter (Въвеждане) – потвърждение на въведеното
4. Бутон Back Space (Назад) – премахване на последния знак
5. Бутон Clear (Изтриване) – премахване на всички знаци
6. Бутон Caps Lock (Главни букви) – избор на букви в горен или долен регистър
7. Бутон Shift (Превключване) – избор на букви в горен или долен регистър
8. Бутон Cancel (Отмяна) – изход без записване

5.1.2 Навигация

Придвижвате се в софтуера от лентата с функции ([→ Фиг. 34](#)) в горната част на екрана.




Фиг. 34

Лентата с функции винаги е видима, така че във всеки един момент да можете да намерите екрана, който искате. Докоснете бутон на лентата с функции, за да отворите или екран, или меню с опции за свързани екрани.

Някои екрани имат алтернативни изгледи за разделяне на представената информация. Например екранът **Reagent Stations** (Станции за реактиви) има два изгледа – единият за информация относно флаконите за реактив, а другият за информация относно камерите за парафин. Докоснете бутоните на тези екрани, за да се придвижвате между алтернативните изгледи.

В настоящите инструкции за употреба пътищата за навигиране са показани по следния начин: 1 > 2 > 3

Това означава, че от бутона на лентата с функции трябва да докоснете 1, след това 2 и накрая 3. Например, Administration (Администрация) > Protocols (Протоколи) > New (Ново), което означава, че трябва да докоснете бутона Administration (Администрация) на лентата с функции, да докоснете Protocols (Протоколи) (което ще се покаже в менюто Administration (Администрация)), а след това да докоснете New (Нов) (което е бутон на екрана Protocol selection (Избиране на протокол)).



Фиг. 35

Таблицата по-долу показва всички екрани в софтуера с кратко описание на техните функции. Има и връзки към съответните раздели на настоящите инструкции за употреба.

Бутона на лентата с функции	Бутона за меню	Предназначение на екрана	Справка:
Състояние	--	Зареждане и стартиране на протоколи и преглед на състоянието на системата.	(→ стр. 70 – 5.4 Екран за състояние)
		<p>Станции Настройте станциите за реактиви. Също така можете да видите текущите концентрации на реактивите и състоянието на ваничката за парафин.</p> <p>Видове реактиви Управлявайте списъка с активни типове реактиви.</p>	(→ стр. 114 – 7.3 Управление на станции за реактиви) (→ стр. 109 – 7.2 Управление на типовете реактиви)
		Дистанционно пълнене/източване Напълнете или източете флаконите за реактиви и източете станциите за парафин.	(→ стр. 119 – 7.4 Замяна на реактиви)
		Ръчни действия Управлявайте ръчно отделните компоненти на инструмента.	(→ стр. 128 – 8.1.1 Ръчни действия)

Бутон на лентата с функции	Бутон за меню	Предназначение на екрана	Справка:
	Протоколи	Избирайте, създавайте, редактирайте и управлявайте протоколи.	(→ стр. 94 – 6.2 Създаване, редактиране и преглед на протоколи)
	Предпочитани протоколи	Задайте предпочитани протоколи	(→ стр. 75 – Предпочитани протоколи)
	Управление на потребители	Управлявайте акаунти на потребители.	(→ стр. 136 – 8.3.1 Сервизно обслужване)
	Отчети	Изберете един от четирите отчета, засягащи данните за изпълнение, действия на потребителя, използване на протокол и използване на реактив.	(→ стр. 131 – 8.2.2 Отчети)
	Регистрационни файлове за събития	Вижте всички системни събития.	(→ стр. 135 – 8.2.3 Регистрационни файлове за събития)
	Сервизно обслужване	Вижте серийния номер на инструмента и версии на софтуера, прехвърляйте регистрационни файлове и отчети за инциденти, експортирайте или импортирайте файлове на протоколи.	(→ стр. 135 – 8.2.3 Регистрационни файлове за събития)
	Настройки за обработка	Задайте основни опции за управление на реактиви.	(→ стр. 138 – 8.3.2 Настройки за обработка)
	Настройки на инструмента	Задайте опции за показване на времето, активния въглероден филтър, нива на запълване и времето на оттичане при ръчно управление. Променете настройките за звук и аларма.	(→ стр. 140 – 8.3.3 Настройки на инструмента)
	Опции за проследяване	Управлявайте системата за проследяване и препоръчаните протоколи.	(→ стр. 142 – 8.3.4 Опции за проследяване (по избор))
Поддръжка	--	Запишете, какви различни задачи по поддръжката са изпълнени.	(→ стр. 145 – 9.2 Екран за поддръжка)
		Излезте от софтуера. Отворете PDF версия на инструкциите за употреба в самия софтуер.	--

5.1.3 Нива на достъп

Съществуват три нива на достъп за потребителя, достъпни за персонала на лабораторията: Оператор, супервайзер и администратор. Операторите могат да изпълняват всички рутинни задачи, като например изпълнение на протоколи и замяна на реактиви. Въпреки това, операторите не могат да редактират протоколи или задават конфигурации на флакони за реактив: за тези действия се изискват права на супервайзер. Супервайзърите също така имат права да конфигурират системата. Администраторите имат всички права, които имат супервайзърите, и могат да създават акаунти за супервайзъри и оператори.

Някои настройки за конфигурация, показани в софтуера, изискват ниво на сервизен достъп, за да бъдат променени. Предоставени са, за да можете да видите настройките, но ако искате да ги промените, ще трябва да се свържете с вашия упълномощен сервизен представител.

Първоначално влизане

Администраторският акаунт и паролата за него са конфигурирани фабрично, което може да се използва за създаване на нови акаунти. Паролата по подразбиране е „admin“.

- Екранът за вход ще се появи, след като инициализацията приключи. Докоснете бутона **Other access** (Друг достъп) (→ [Фиг. 36-1](#)), и изберете **Administrator** (Администратор).



Фиг. 36

- Въведете паролата по подразбиране „admin“ и докоснете **OK**. Трябва да промените паролата.
- Използвайки клавиатурата, въведете „admin“, а след това въведете новата парола два пъти и потвърдете с **OK**. Паролата трябва да съдържа минимум 6 знака, най-малко една буква и една цифра. Показва се еcranът за състояние. Етикет на лентата с функции показва потребителското ви име (→ [Фиг. 37-1](#)).



Фиг. 37

- ✓ Администраторът вече може да създава акаунти за супервайзъри и оператори (→ стр. 136 – 8.3.1 Сервизно обслужване).

Влизане

За да влезете, въведете потребителското си име (→ [Фиг. 36-2](#)) и парола (→ [Фиг. 36-3](#)), а след това докоснете **Login** (Влизане).

Смяна на потребител/Излизане

1. Докоснете потребителското име (\rightarrow Фиг. 37-1) върху лентата с функции.
2. Изберете **Switch user** (Смяна на потребител) или **Logout** (Излизане).
3. Продължете със следващото действие по избор.

Времето за автоматично излизане по подразбиране е 15 минути. За да промените времето за автоматично излизане, отидете на **Settings** (Настройки) > **Service** (Обслужване) > **Lock screen** (Заключване на екрана).

5.1.4 Помощ

Инструкциите за употреба се предоставят в PDF формат върху носител на данни. Той също е включен (в PDF формат) в софтуера на инструмента. За да го отворите, докоснете логото на **Leica** върху лентата с функции. На някои екрани ще можете да докоснете **Help** (Помощ), за да отворите конкретна страница за помощ на този екран.

5.2 Бърз старт



Предупреждение

Принадлежностите/компонентите може да се разхлабят/повредят по време на транспортиране

Повреда на проба

- Преди обработката на преби с тъкани на пациенти, след транспорт или преместване на инструмента, направете пробно пускане, за да удостоверите стабилността на инструмента и на използвания протокол. Или използвайте предварително дефиниран протокол, или комбинирайте тази дейност с удостоверяване, в съответствие с вашите собствени протоколи.
- Извършвайте обработка на тъкани на пациенти за диагностични цели само след успешното завършване на всички описани по-горе проверки. Ако някоя от горните стъпки е неуспешна, не използвайте инструмента и се свържете с местния сервис на Leica Biosystems.



Предупреждение

Дефинираните от потребителят протоколи не са валидирани.

Повреда на проба

- Предварително дефинираните и персонализирани протоколи трябва да бъдат удостоверени от потребителя преди стартиране на протокола, т.е. обработка на тъкан с тъкан на пациент за диагностика, в съответствие с местните и регионални изисквания за акредитация.



Предупреждение

Флаконът с реактив не е напълнен достатъчно (ретортата не е празна).

Повреда на проба

- Преди да стартирате протокол, проверете ретортата и се уверете, че е празна.

**Предупреждение**

При отваряне на ретортата, докато инструментът обработка/след пауза/след приключването на протокола, потребителят влиза в контакт с горещата повърхност на капака/кошиците/течностите/опасните реактиви/изпаренията от ретортата.

Протоколът не може да продължи, ако отворите ретортата.

Нараняване на хора/Повреда на пробата/Увредени преби

- Гореща повърхност. Носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими предпазни средства за защита от химикали по време на експлоатация.
- Не отваряйте капака на ретортата и не отстранявайте флаконите за реактив/ваничките за парафин, когато се изпълнява протокол освен ако системно съобщение не изисква това. Докато се изпълнява даден протокол, ако желаете да отстраните преби от ретортата или да добавите преби в ретортата, натиснете бутона за пауза. Прочетете всички предупредителни съобщения – например, ретортата е над безопасната температура за достъп – и преди да продължите, предприемете съответните предпазни мерки.
- Бъдете внимателни, ако отваряте ретортата или ваничката за парафин, след като поставите инструмента на пауза. Прочетете всички предупредителни съобщения – например, ретортата е над безопасната температура за достъп – и преди да продължите, предприемете съответните предпазни мерки.
- Разтопеният парафин е горещ и може да предизвика изгаряния. Бъдете внимателни, когато боравите с парафин и премахвате кошиците.

**Предупреждение**

Обработката започва, когато парафинът още не се е разтопил напълно.

Повреда на проба

- Уверете се, че парафинът във ваничките за парафин е напълно разтопен, преди да натиснете бутона Start (Старт).

**Предупреждение**

Пробите не са покрити с реактив/парафин.

Пробите са изсъхнали и са се повредили.

- Преди да стартирате протокола, извършете външна проверка на нивото на реактив във флаконите с реактив. Уверете се, че нивото на реактивите е в предела на маркировките за минимално и максимално ниво. Проверете и нивата на парафина.
- Не поставяйте преби върху сензора за ниво.
- Не добавяйте повече от препоръченото количество преби.
- Винаги бъдете сигурни, че касетите са поставени правилно в кошиците, както и че кошиците са поставени правилно в ретортите.
- Не се препоръчва протоколите за избор на станции да бъдат обработвани през нощта. Ако реактивът по някаква причина стане недостъпен, протоколът не може да бъде завършен.

**Предупреждение**

Запушване чрез загуба на касети/тъкани от ретортата или примеси от реактиви или парафин

Повреда на проба

- Използвайте кошица по време на обработката. Не поставяйте пребите директно в ретортата.
- Проверете дали ситото е монтирано на дъното на ретортата, преди да стартирате протокол.
- Внимавайте да не изпуснете нищо в ретортата, докато премахвате ситото на ретортата. Наличието на чужди вещества в тръбите може да попречи на правилното функциониране на клапаните.

Преди да започнете, трябва да бъдат конфигурирани всички необходими реактиви ([→ стр. 114 – 7.3 Управление на станции за реактиви](#)). Освен това, за потребители с ниво на достъп „оператор“ трябва да има поне един валидиран протокол, готов за зареждане ([→ стр. 94 – 6.2 Създаване, редактиране и преглед на протоколи](#)). Спирачките на предните колела трябва да бъдат заключени. Не премествайте инструмента, докато се изпълнява протокол.

Проверки и настройка на инструмента

1. Докоснете бутона **Status** (Състояние), за да се покаже екранът **Status** (Състояние). Всички протоколи се изпълняват, започвайки от экрана **Status** (Състояние) ([→ Фиг. 45](#)).
2. Проверете дали иконата на ретортата ([→ стр. 71 – Икони на реторти](#)), която искате да използвате, показва дали ретортата е чиста, или има остатъци от реактив, съвместим с първия реактив от протокола.
3. Ако е необходимо, сменете всички реактиви или парафин във ваничките за парафин, които трябва да бъдат сменени ([→ стр. 119 – 7.4 Замяна на реактиви](#)). Стандартните икони за реактиви и ванички за парафин ще бъдат модифицирани по различни начини, ако се наложи или препоръча замяна. Вижте иконите за флакони ([→ стр. 73 – Икони на флакони](#)) и иконите за ваничките за парафин ([→ стр. 72 – Икони на ваничка за парафин](#)).
4. Проверете дали инструментът е готов за употреба:
 - A. Всички 17 флакона за реактиви и флаконът за кондензат трябва да бъдат правилно поставени в инструмента.
 - B. Трябва да има достатъчно реактив във флаконите за реактиви и ваничките за парафин. Напълнете флаконите с реактиви и ваничките за парафин до нивото на маркировките между **MIN** (Минимално) и **MAX** (Максимално).
 - C. Отворете ретортата, която искате да използвате. Проверете дали е чиста или дали остатъкът е реактив, съвместим с първия реактив в протокола.
5. Подгответе касетите и ги заредете в кошниците ([→ стр. 40 – 4.4.2 Кошници за касети](#)).

Зареждане на протокол


С различните настройки на функциите за проследяване са достъпни три опции за изпълнение на протокол за обработка.

- Опция 1: Изпълнение на протокол за обработка без проследяване
 - Опция 2: Изпълнение на протокол за обработка с включена функция за проследяване
 - Опция 3: Изпълнение с препоръчания протокол
6. Изпълнете протокол за обработка без проследяване.
 - A. Изберете протокол от панела на списъка с предпочитани протоколи или докоснете бутона ...**More** (Още) долу вляво (за реторта A) или долу вдясно (за реторта B), за да изберете протокол от екрана **Protocol selection** (Избор на протокол). Само валидиирани протоколи (обозначени със зелена отметка) ([→ Фиг. 38-1](#)) могат да бъдат избрани от потребители с ниво на достъп „оператор“.



Фиг. 38

- B. Ако първата стъпка от протокола използва реагент, който е несъвместим с остатъка от ретортата, ще се покаже предупредително съобщение. Може да се наложи да изпълните протокол за почистване или да пропуснете първите стъпки на протокола ([→ стр. 80 – 5.5.2 Промяна на началната стъпка за едно изпълнение](#)). В такъв случай докоснете **Clear all** (Изчистване на всички) в диалоговия прозорец за предупреждение, за да продължите.
- C. Ако искате да добавите бележка към протокола, докоснете **Add note** (Добавяне на бележка). С помощта на екранната клавиатура въведете вашата бележка и докоснете **Enter** (Въвеждане) или **OK**. Бележки могат да се добавят към протокол, докато той се изпълнява.
- D. Докоснете бутона **Run** (Изпълнение). Продължете със стъпка 9.
7. Изпълнете протокол за обработка с включена опция за проследяване. В тази опция инструментът трябва да работи с HistoCore I-Scan (поръчка №: 14 0488 58056) и функциите за проследяване да са активирани ([→ стр. 142 – 8.3.4 Опции за проследяване \(по избор\)](#)).
- A. Следвайте дадените по-горе стъпки 6A, 6B и 6C.
- B. Докоснете бутона **Run** (Изпълнение). Появява се еcranът **Retort A/B baskets** (Кошници на реторта A/B).
- C. Въведете информацията за кошница 1. За да го направите, натиснете бутона за вкл./изкл. на светодиода за пълнене ([→ Фиг. 39-1](#)) на скенера, за да включите осветлението на скенера. При натискане на бутона за действие на сканиране/фотографиране ([→ Фиг. 39-2](#)) скенерът за баркод започва да сканира баркода. След като баркодът бъде разпознат успешно, на екрана на скенера се показва отметка. Информацията за баркода се попълва в полето с име **Basket 1** (Кошница 1) ([→ Фиг. 39-4](#)) и се активира следващото поле за попълване ([→ Фиг. 39-5](#)). Заснемете снимка за кошницата, като натиснете пусковия бутоン **Scanning/Photographing** (Сканиране/Фотографиране). Прегледайте снимката на кошницата от дясната страна на екрана ([→ Фиг. 39-6](#)). Регулирайте снимката с инструментите за преглед на снимка ([→ Фиг. 39-7](#)). Натиснете бутона за отметка ([→ Фиг. 39-3](#)). След това въведете информацията, засягаща кошница 2 ([→ Фиг. 39-8](#)), по същия начин.
- D. Когато приключите, докоснете **OK**. Продължете със стъпка 9.




Фиг. 39

8. Изпълняване с препоръчания протокол. В тази опция инструментът трябва да работи с HistoCore I-Scan (поръчка № 14 0488 58056), функциите за проследяване да са активирани и кошницата да е свързана с препоръчен протокол (\rightarrow стр. 142 – 8.3.4 Опции за проследяване (по избор)).
 - A. Докоснете бутоните на скенера (\rightarrow Фиг. 45-2) (\rightarrow Фиг. 45-7).
 - B. Сканирайте баркода и направете снимка за кошницата. Вижте стъпка 7C.
 - C. Когато приключите, докоснете OK. Продължете със стъпка 9.
 9. Поставете кошниците в желаната реторт и затворете пътно капака на ретортата.

Изпълнение на протокол

10. Появява се диалогов прозорец ([→ Фиг. 40](#)), в който трябва да въведете броя на касетите, които са поставени в репортата.



Фиг. 40

Броят, показван по подразбиране, се задава от супервайзърите. Вижте ([→ 8.3.2 Настройки за обработка](#)). Въпреки това е важно да въведете правилния брой касети. Въведеният от вас брой се използва от системата за управление на реактива за изчисление на концентрациите на реактива. Въведете номера и докоснете **OK**. След това ще се появи екранът за насрочване.



Фиг. 41

11. Ако искате да редактирате стъпка в протокола или да промените продължителността на стъпка, докоснете **Edit steps** (Редактиране на стъпки). Процесът е обяснен в ([→ стр. 80 – 5.5.2 Промяна на началната стъпка за едно изпълнение](#)).
12. Ако искате да изпълните протокол незабавно, докоснете **ASAP** (Възможно най- скоро) и продължете със стъпка 17 по-долу.
13. Ако искате да отложите началото на изпълнението:
 - A. с цял един ден, докоснете **+Day** (+Ден)
 - B. за друг период от време, докоснете **Edit end time** (Редактиране на краен час) и посочете отложението край ([→ стр. 78 – 5.5.1 Насрочване на протоколи](#)).
14. Проверете дали предвидения краен час, показан на екрана, е приемлив. Ако не е, повторете дадените по-горе стъпки, започвайки от стъпка 12.
15. Докоснете бутона **Start** (Старт) и системата ще започне да насрочва протокола.
 - A. Ако система не успее да насрочи протокола, ще се появят предупредителни съобщения. Докоснете **Clear all** (Изчистване на всички) и коригирайте всички грешки, преди да опитате да стартирате протокола отново ([→ стр. 86 – 5.7.2 Неизбежни застъпвания на реактиви](#)).
 - B. Ако система успее да насрочи изпълнението, протоколът ще започне.
 - C. Ако сте задали отложен край, ще възникне условие за първоначално пълнене ([→ стр. 86 – 5.7.1 Отложени крайни часове и първоначално запълване](#)).

Можете да видите напредъка на изпълнението на екрана **Status** (Състояние). Можете да поставите на пауза изпълнението на протокола, за да добавите допълнителни касети, или да прекъснете изпълнението напълно ([→ стр. 83 – 5.6 Пауза и прекратяване на протоколи](#)).

Завършване на изпълнението на протокола


16. Когато протоколът приключи, ще се появи диалоговият прозорец **Protocol complete** (Протоколът е завършен) и ще прозвучи аларма.



Фиг. 42

Можете да извадите кошниците, преди да източите ретортата, въпреки че тази опция не се препоръчва. За да го направите, докоснете **Access now** (Достъп сега). За да източите ретортата, докоснете **Drain retort** (Източване на реторта).

17. Отворете ретортата, когато бъдете подканени.
18. Появява се съобщение, което ще ви подкачи да премахнете всички тъкани. Направете го и докоснете **Done** (Готово).



Фиг. 43

Не докосвайте **Done** (Готово), докато всички кошници не бъдат извадени от ретортата.

Изпълняване на протокол за почистване

19. Ще се покаже панелът „Clean now“ (Почистване сега). Преди да стартирате следващия протокол за обработка, изпълнете протокол за почистване.

**Предупреждение**

В ретортата остават тъкани по време на изпълнение на протокола за почистване.

Повреда на проба

- Отстранете всички тъкани от ретортата, преди да задействате протокола за почистване, тъй като стъпката за сушене ще повреди тъканите.

20. Ако искате да приемете предварително избрания протокол по подразбиране за почистване, докоснете **Start** (Старт) и продължете с дадената по-долу стъпка 23. В противен случай изберете протокола за почистване и го стартирайте точно както бихте направили с протокол за обработка на тъкани (както е описано в настоящата процедура).
21. Ще бъдете подканени да поставите замърсените кошници в ретортата. Уверете се, че всички тъкани са извадени от кошниците, преди да го направите. След като поставите кошниците в ретортата и затворите капака на ретортата, докоснете **OK**.
22. Ако искате да редактирате стъпките в протокола за почистване, докоснете **Edit steps** (Редактиране на стъпки). ([→ стр. 80 – 5.5.2 Промяна на началната стъпка за едно изпълнение](#)).
23. Докоснете **Start** (Старт), за да започнете изпълнението.
24. Когато протоколът приключи, ще се появи панелът **Protocol complete** (Протоколът е завършен) и ще прозвучи аларма. За да продължите, докоснете **Access now** (Достъп сега).
25. Когато се появи панелът **Access retort now** (Достъп до ретортата сега), отворете капака на ретортата и извадете кошниците.
26. Докоснете **Open retort** (Отваряне на реторта), за да продължите.

5.3 Протоколи за почистване

Протоколите за почистване почистват ретортите и общите линии за реактиви. Можете да изберете опцията **Clean now** (Почистване сега), когато бъдете подканени в края на изпълнението. Това ще стартира предварително дефинирания протокол за почистване (наречен **Quick Clean** (Бързо почистване)). Можете да изберете и друг протокол за почистване.

Трябва да почистите ретортите и в следните случаи:

- след смяна на реактив чрез функцията за дистанционно пълнене и източване
- ако сте ги запълнили ръчно и/или
- ако последният реактив не е съвместим със следващия протокол за изпълнение ([→ стр. 164 – 10.5 Таблица за съвместимост на реактивите](#)).

За повечето лаборатории предварително дефинираният протокол **Quick Clean** (Бързо почистване) би трябвало да е единственият необходим протокол за почистване. При нормални условия протоколът пречиства остатъка в ретортата до ваничката за парафин преди началото на първата стъпка. След това има две стъпки за реактива: почистващ ксилен и почистващ етанол. След това ще последва стъпка за сушене. Тази стъпка прилага висока температура, вакуум и въздушен поток, за да се изпарят всички остатъци от реактива. В края на стъпката за сушене нагревателите ще се изключат, но въздушният поток ще продължи да охлажда ретортите.

Заредете и стартирайте протоколите за почистване, както бихте направили с други протоколи, но никога с присъстваща тъкан в ретортата. Стъпката за сушене ще ги повреди. Това означава, че протоколите за почистване никога не трябва да се използват за повторна обработка. Вместо това използвайте протокол за повторна обработка.

Ако е необходимо, създайте собствени протоколи за почистване.

Направете следното, за да създадете нови протоколи за почистване.

1. Отворете екрана **Protocol selection** (Избор на протокол) (**Administration** (Администрация) > **Protocols** (Протоколи)) и докоснете **Cleaning** (Почистване).
2. Докоснете **New** (Нов), а като тип протокол изберете **Cleaning** (Почистване).
3. Въведете име на протокола за почистване.
4. Изберете метод за избор на реактив, **Type** (Тип) или **Station** (Станция). Поредица от диалогови прозорци ще ви насочва по време на създаването на първата стъпка.
 - » По подразбиране протоколите за почистване имат последна стъпка за сушене. Не можете да редактирате тази стъпка.
5. Докоснете втория ред в таблицата с протоколи, а след това докоснете **Insert** (Вмъкване), за да добавите втората стъпка. Ако е необходимо, добавете допълнителни стъпки.
6. Също така можете да докоснете бутона **Name** (Име), за да редактирате името на протокола за почистване.
7. Можете да докоснете бутона **Notes** (Бележки), за да добавите всякакъв вид информация, която искате да запазите в протокола.
8. Докоснете бутона **Save** (Запазване), за да запазите протокола.
9. Докоснете бутона **Done** (Готово), за да приключите.
10. Появява се прозорецът, който ви предупреждава за всички необходими или препоръчани действия, преди да стане възможно използването на протокола. Едно от винаги изброяваните предупреждения е, че протоколът не е валидиран за употреба. Новосъздаденият протокол по подразбиране не е валидиран. Вашата лаборатория ще трябва да го валидира преди клинична употреба. Когато се валидира, супервайзърът може да отиде на екрана **Edit Protocol** (Редактиране на протокол) и да докосне бутона **Validate protocol** (Валидиране на протокол). След това протоколът ще стане достъпен за операторите (при условие, че всички други грешки, изброени в прозореца, са били отстранени). Ако е необходимо, докоснете бутона **Default** (По подразбиране), за да зададете протокола за почистване като протокол за почистване по подразбиране.

За да създадете свои собствени протоколи за почистване чрез копиране на предварително зададения протокол **Quick Clean** (Бързо почистване), направете следното.

1. Докоснете **Administration** (Администрация) > **Protocols** (Протоколи), а след това докоснете **Cleaning** (Почистване).
2. Изберете протокола **Quick Clean** (Бързо почистване), а след това докоснете **Copy** (Копиране).
3. Въведете ново име за протокола.
4. Променете протокола за почистване ([→ стр. 94 – 6.2.2 Редактиране на протокол](#)). Не можете да редактирате последната стъпка за сушене в протоколите за почистване.
5. Продължете със стъпка 6 от създаването на нов протокол за почистване, дадена по-горе.

Протоколите за почистване не изискват стъпка с вода и работят добре с конвенционалните очистващи реактиви.

За пълно премахване на ксилен от инструмента Leica Biosystems може да достави Waxsol™, почистващ разтвор без ксилен ([→ стр. 107 – 7.1.4 Препоръчителни реактиви](#)).

**Предупреждение**

В ретортата остават тъкани по време на изпълнение на протокола за почистване.

Повреда на проба

- Отстранете всички тъкани от ретортата, преди да задействате протокола за почистване, тъй като стъпката за сушене ще повреди тъканите.

**Предупреждение**

Използвайте протокола за почистване за повторна обработка на пробата.

Повреда на проба

- Не използвайте протоколите за почистване за повторна обработка, тъй като стъпката за сушене ще повреди тъканите.

**Предупреждение**

Използвате грешни/недостатъчни почистващи инструменти/реактиви

Повреда на проба

- Не използвайте замърсени дехидратанти като почистващ етанол. Замърсените дехидратанти съдържат формалин (или други фиксатори), а стъпката за сушене ще доведе до кристализиране на солите върху вътрешните повърхности на ретортата.
- Винаги задействайте протокол за почистване, след като в ретортата е имало парафин.

Всички предварително дефинирани почистващи реактиви притежават прагове за чистота на цикъла. Тези прагове принуждават реактивите да бъдат заменени след десет или шест цикъла на почистване (ако първо не надвишават прага на концентрация). Но праговете са създадени за почистване само с кошници за касети в ретортите.

**Предупреждение**

Изпълнете протокол за почистване, за да почистите всички материали, различни от кошници.

Повредени преби – почистващите реактиви дегенерират с по-бърза скорост. Ако прагът на нивото на чистота на цикъла не бъде намален, почистващите реактиви с ниско ниво на чистота ще доведат до почистване с по-ниско качество.

- Не почиствайте други материали с протокол за почистване.

Промяна на протоколи за почистване за различни остатъци в ретортата

Винаги изпълнявайте пълен протокол за почистване възможно най-скоро, ако са останали парафин или очистващи реактиви в ретортите.

За остатъци от етанол или формалин пропуснете първата стъпка от протокола и започнете от етапа, изискващ етанол ([→ стр. 80 – 5.5.2 Промяна на началната стъпка за едно изпълнение](#)).

Остатъкът от чист формалин може да бъде оставен в реторта, ако следващият протокол за обработка започне със стъпка, изискваща формалин. Ако формалин остане в ретортата в края на протокола, можете да продължите без почистване, ако е необходимо. Когато се появи панелът **Clean now** (Изчистване сега), протоколът за почистване по подразбиране ще бъде предварително зареден и готов за изпълнение. Ако искате да заобиколите този протокол за почистване:

1. Докоснете ...**More** (...Още).
2. Докоснете който и да е протокол за обработка на тъкани, а след това докоснете **Load** (Зареждане).
3. Докоснете **Run** (Изпълнение).
4. Докоснете **Unload protocol** (Премахване на протокол).
5. Продължете със следващото действие по избор.

Предварително почистване

Протоколите за почистване обикновено се изпълняват при почистване на остатъци от парафин от ретортите, тъй като парафинът е последната стъпка от протоколите за обработка. За да се увеличи максимално експлоатационният срок на почистващия разтворител, инструментът обикновено прочиства всички остатъци от парафин от ретортата в камерата за парафин, от която е дошла, преди да започне протоколът за почистване.

Ако се опитате да заредите протокол за обработка в реторта с несъвместими остатъци в нея, ще бъдете предупредени със събитие 10011: „Incompatible reagent in retort. Clean retort or edit protocol.“ (Несъвместим реагент в ретортата. Почистете ретортата или редактирайте протокола.) Протоколът за почистване, който ще бъде изпълнен след това предупреждение, няма да има нормално прочистване на камерата за парафин. Това е в случай, че в ретортата са поставени пресни касети, замърсяващи парафиновия остатък с формалин. Прочистването при тези условия би замърсило пътя на парафина с формалин.

Ако поставите нови касети в мръсна реторта при подготовката за обработка, извадете касетите и след това опитайте да заредите протокол за обработка, преди да заредите протокола за почистване. Появяващото се предупреждение 10011, когато се опитате да заредите протокола за обработка, кара протокола за почистване да пропусне прочистването на ваничката за парафин. Остатъкът в ретортата, сега съдържащ формалин, няма да отиде във ваничката за парафин, а в почистващия разтворител.

След като протоколът за почистване приключи, сменете почистващия разтворител (тъй като ще бъде замърсен с формалин). Избягвайте тази ситуация, като почиствате ретортата веднага след цикъла на обработка. Ще бъдете подканени да го направите. Не поставяйте нови касети в реторта, която видимо има остатъци в себе си, както показва иконата по-долу ([→ Фиг. 44](#)). (Остатъкът от формалин може да е приемлив.)



Фиг. 44




Предупреждение

Необработените преби (с остатъци от формалин) се поставят в ретортата преди задействане на протокол за почистване.

Увредени преби – формалин в остатъка, прочистен до ваничката за парафин в началото на цикъла на почистване, може да увреди тъканта при следващи цикли.

- Не зареждайте тъканни преби в ретортата преди задействането на протокол за почистване.
- Ако по невнимание заредите необработени преби в реторта, преди да сте изпълнили протокол за почистване, премахнете пребите и се опитайте да заредите протокол за обработка, преди да заредите протокола за почистване. Прочистването преди цикъла на почистване ще бъде пропуснато.

5.4 Екран за състояние



Фиг. 45


1. Реторта А
2. Бутона скенера за реторта А (активиран, в случай че е инсталиран HistoCore I-Scan)
3. Панел за предпочитан протокол на реторта А
4. Бутона ...More (...Още) за реторта А (за да видите всички протоколи)
5. Ванички за парафин (W1-W4)
6. Реторта В
7. Бутона скенера за реторта В (активиран, в случай че е инсталиран HistoCore I-Scan)
8. Панел за предпочитан протокол на реторта В
9. Бутона ...More (...Още) за реторта В (за да видите всички протоколи)
10. 17 флаcona за реактиви и 1 флаcon за кондензат

Екранът **Status** (Състояние) е мястото, където зареждате и изпълнявате протоколи и наблюдавате напредъка на протокола.

5.4.1 Зона на състоянието

Централната част на екрана показва състоянието на реторти, ванички за парафин, флаconи за реактиви и флаcon за кондензат.

Икони на реторти



- | | |
|--|---|
| 1. Име на реторта | 7. Състояние на заключване на ретортата |
| 2. Текущата работа на реторта | 8. Цвят или друг шаблон показват състоянието на ретортата |
| 3. *Налягане в реторта | 9. Броят на кошниците, за които е въведен идентификатор. |
| 4. *Температура в реторта | 10. Брой касети в ретортата |
| 5. *Вкл./изкл. на бъркалката | |
| 6. Цветно кодирано за група реактиви, които в момента се намират в ретортата | |

*Тези състояния на реторти не се показват след 10 минути на ниво на достъп „оператор“ или при излизане.

Текущата работа на ретортата ([→ Фиг. 46-2](#)) може да бъде:

- **Ready** (Готово) – ретортата е достъпна за ново действие
- **Reserved** (Резервирано) – протоколът е зареден, но все още не е стартиран
- **Processing** (Обработка) – в момента ретортата изпълнява протокол
- **Completed** (Готово) – ретортата е завършила заредения протокол
- **Drying** (Сушене) – ретортата се изсушава, последна стъпка от протокола за почистване
- **Filling** (Запълване) – в момента ретортата се пълни
- **Draining** (Източване) – в момента ретортата се източва
- **Pending** (В изчакване) (източване или запълване) – ретортата изчаква ресурси, за да извърши запълване или източване
- **Aborting** (Прекратяване) – ретортата прекратява текущото действие
- **Unavailable** (Не е достъпна) – ретортата не може да бъде използвана. Свържете се с вашия сервизен представител.

Ретортата може да има шест възможни състояния ([→ Фиг. 46-6](#)).

Икона	Състояние на реторта	Описание
	Пълна	Ретортата съдържа правилното количество реактив или парафин.

Икона	Състояние на ретортата	Описание
	Частично запълнена	Нивото реактив или парафин е между „пълно“ и „празно“. Това обикновено се случва по време на пълнене или източване.
	Празна	Ретортата е изпразнена, но съдържа остатък.
	Чиста	Няма остатък в ретортата. Това се случва само след извършен протокол за почистване. Ретортата вече е готова за изпълнение на друг протокол.
	С идентифицирани кошници	Ретортата е готова за изпълнение на друг протокол и е въведен идентификаторът на поне една от кошниците за цикъла. Броят показва броя на кошниците, за които е въведен идентификатор.
	Изпълнението на протокола е завършено успешно; в очакване на отстраняване на тъкана	Извършването на протокола е завършено, но все още не сте потвърдили, че цялата тъкан е отстранена от ретортата.
	Изпълнението на протокола е завършено успешно	Изпълнението на протокола е завършено, но ретортата не е източена.
	Пълна без кошница	Ръчното пълнене на реактив е завършено.

Икони на ваничка за парафин



1. Номер на ваничка с парафин
2. Тип на реактива (т.е. тип парафин)
3. Цветови код: оранжев за група реактиви „Парафин“
4. Концентрация на парафин
5. Цвят или друг шаблон показват състоянието на станцията

Ваните за парафин имат четири възможни състояния на станции:

Икона	Състояние на ванички за парафин	Описание
	Пълна	Ваничката има достатъчно парафин, за да напълни ретортата.
	Частично запълнена	Прехвърлянето на парафин е задействано или е било прекъснат. Нивото на парафина е между „пълно“ и „празно“.
	Празна	Ваничката е била източена, за да напълни ретортата. Във ваничката за парафин все още има парафин.
	Не е разтопен	Парафинът във ваничката за парафин не се е разтопил и не е достъпен.

Икони на флакони



Фиг. 48

- 1. Номер на флакон
- 2. Вид реактив
- 3. Цветово кодиран от група реактиви (вижте → стр. 101 – 7.1.1 Групи, типове и станции реактиви))
- 4. Символът за предупреждение и кръстосаната щриховка означават, че реактивът е над прага
- 5. Цвят или друг шаблон показват състоянието на станцията (вижте по-долу)
- 6. Концентрация на реактива

Икона	Състояние на флакона	Описание
	Пълна	Флаконът съдържа достатъчно реактив, че да запълни ретортата до определеното ниво на кошницата.
	Използва се	Прехвърлянето на реактив е задействано или е било прекъснато. Нивото на реагента е между „пълно“ и „празно“.
	Празна	Флаконът е използван, за да напълни ретортата. Във флакона все още има реагент.
	Суха	Флаконът е напълно източен, оставяйки само малко количество остатъци.
	Няма флакон	Флаконът е изваден.
	Неизвестно	Липсващият флакон е подменен. Необходимо е да въведете данните за реагента и състоянието, преди да използвате тази станция.


5.4.2 Панели на протокола

Предпочитани протоколи

До 4 протокола могат да бъдат избрани като предпочитани, показващи се на екрана **Status** (Състояние) на ретортата. Реторта A и В имат един и същ списък с предпочитани протоколи.

За да зададете протокол като предпочитан, следвайте тези стъпки.

1. Отидете на **Administration** (Администрация) > **Favorite protocols** (Предпочитани протоколи).
2. Докоснете бутона **Add** (Добавяне) (→ Фиг. 49-1).



Фиг. 49

3. Добавете избрания протокол от списъка **Protocol selection** (Избор на протокол). Докоснете бутона **Select** (Избор) от дясната страна на екрана.
4. Появява се диалоговият прозорец **Select icon** (Избор на икона) (→ Фиг. 50). Изберете икона на протокола от списъка и докоснете **OK**.



Фиг. 50


5. Избраният протокол се показва в списъка **Favorites** (Предпочитани). Докоснете **Save** (Запазване) на диалоговия прозорец **Favorites** (Предпочитани), и избраният протокол се показва на екрана **Status** (Състояние) и за двете реторти.

Докоснете бутоните **Move up** (Преместване нагоре) (→ Фиг. 49-2) или **Move down** (Преместване нагоре) (→ Фиг. 49-3), за да промените последователността на предпочтитаните протоколи, които се показват на екрана **Status** (Състояние). Докоснете бутона **Delete** (Изтриване) (→ Фиг. 49-4), за да премахнете предпочтитан протокол от екрана **Status** (Състояние). Докоснете бутона **Icon** (Икона) (→ Фиг. 49-5), за да промените иконата за предпочтитания протокол.

Панели на протокола

Когато изберете протокол от списъка с предпочтитани или от списъка за избор на протокол, стъпките на протокола се показват на екрана **Status** (Състояние), показвайки състоянието на всяка реторт. Използвайте панелите за зареждане и премахване на протоколи, стартиране на цикъл на обработка и пауза в изпълнението. Също така можете да наблюдавате напредъка на изпълнението.

Можете да разглеждате панелите в два режима: стандартен (→ Фиг. 51) и разширен (→ Фиг. 52).



Фиг. 51

- | | |
|--|---|
| 1. Име на протокол | 6. Разширен режим: докоснете стрелката, за да разширите панела на протокола |
| 2. Място за бележка | 7. Завършената стъпка се проверява |
| 3. Стъпки на протокол | 8. Засенчената лента за напредък показва напредъка на текущата стъпка |
| 4. Станцията, насочена за стъпката (може да се използва и друга станция) | 9. Време за приключване на протокола |
| 5. Unload protocol (Премахване на протокол): премахване на протоколи (деактивирано, докато протоколът се изпълнява) | 10. Run (Изпълнение)/ Pause (Пауза): стартирайте зареден протокол или поставете на пауза изпълняващ се протокол |

В разширен режим се показват и бележките, времето за обработка и подробностите за стъпката.




Фиг. 52

1. Продължителност на стъпката, температура, Р/В (налягане/вакуум) и бъркалка вкл./изкл.
2. Време на обработка: общо време за изпълнение на протокола

5.5 Опции за изпълнение на протокол

Можете да планирате изпълнение на протокола, така че да завърши в удобно за вас време. Можете да модифицирате протокола, за да започнете от втората или по-късна стъпка и да промените продължителността на стъпките.

5.5.1 Насрочване на протоколи



Фиг. 53

Насрочете изпълнението на протокола в диалоговия прозорец **Time to edit** (Време за редактиране) (→ Фиг. 53). Диалоговият прозорец ще се отвори, след като сте заредили протокола, след което въведете идентификатора на кошницата и броя на касетите (→ стр. 80 – 5.5.2 Промяна на началната стъпка за едно изпълнение).

Всяка ретортма има настройка за насрочване по подразбиране (→ стр. 80 – Въвеждане на нов краен час или настройка на график по подразбиране). Можете да приемете настройките по подразбиране или да ги промените: има опции да зададете различен краен час или да стартирате протокола възможно най-скоро (опцията **ASAP** (Възможно най-скоро)) (→ Фиг. 53-1). Можете също така да промените и времето по подразбиране за дадена ретортма.

Системата отчита необходимият краен час като последен приемлив час за завършване на протокола. За да се избегнат застъпване на ресурси, протоколите могат да бъдат настроени да приключат по-рано от необходимия краен час.

Изискваният краен час за протоколи за почистване винаги е настроен на **ASAP** (Възможно най-скоро).



Бележка

- Преди да стартирате протокол, винаги проверявайте дали предвиденият краен час е подходящ.

Как да насрочите изпълнение на протокол


Когато се отвори диалоговият прозорец **Time to edit** (Време за редактиране), ще се покаже графикът по подразбиране на ретортата.

- Ако крайният час по подразбиране е зададен на **ASAP** (Възможно най-скоро), протоколът е насрочен да приключи възможно най-скоро.
- Ако настройката по подразбиране е определено време от деня, диалоговият прозорец ще зададе същия час за следващия ден по подразбиране.

Имате четири опции:

- Приемете стойностите по подразбиране такива, каквите са. Редактирайте протокола за изпълнение, ако е необходимо (→ стр. 80 – 5.5.2 Промяна на началната стъпка за едно изпълнение), а след това докоснете **Start** (Старт) (→ Фиг. 53-2), за да започнете изпълнението.
- Запазете времето по подразбиране, но променете деня, в който ще се изпълни протоколът. Докоснете бутона **+ day** (+ден) (→ Фиг. 53-3) или **- day** (-ден) (→ Фиг. 53-4), за да запазите крайния час по подразбиране, но променете деня. Ако настройката по подразбиране е определено време от деня, диалоговият прозорец ще се отвори с изпълнение, зададено на следващия ден. За да стартирате протокола в текущия ден, докоснете бутона **- day** (-ден) веднъж. В зависимост от времето, когато го направите, новият краен час може да не е възможен за задаване.
- Започнете изпълнението възможно най-скоро. Докоснете бутона **ASAP** (Възможно най-скоро). Обикновено протоколът стартира незабавно. Въпреки това, ако протоколът се застъпи с реактив, който се изпълнява в другата ретортма, действителното начало на протокола може да се отложи (→ стр. 86 – 5.7.1 Отложени крайни часове и първоначално запълване).
- Задайте нов краен час. Докоснете бутона **Edit end time** (Редактиране на краен час) (→ Фиг. 53-5), за да отворите диалоговия прозорец **Enter required end time** (Въвеждане на необходимия краен час). (Вижте следващия раздел с инструкции.)

Въвеждане на нов краен час или настройка на график по подразбиране




Можете да промените крайния час за текущото изпълнение в диалоговия прозорец **Enter required end time** (Въвеждане на необходимия краен час) (→ Фиг. 54), отворен от диалоговия прозорец **Time to edit** (Време за редактиране), като докоснете бутона **Edit end time** (Редактиране на краен час) (→ Фиг. 53-5).

Можете да зададете настройката за насрочване да бъде новата настройка по подразбиране за текущата реторта.

- За да зададете нова дата, използвайте бутона **Tomorrow** (Утре), **Next Monday** (Следващия понеделник), **+ Day** (+Ден) и **- Day** (-Ден) (→ Фиг. 54-1), за да смените деня. За да зададете нов краен час, използвайте цифровата клавиатура (→ Фиг. 54-2), за да въведете часа (в 24-часов формат), или използвайте бутона **-15min** (-15 мин.) или **+15min** (+15 мин.) (→ Фиг. 54-3), за да увеличите времето на стъпки от по 15 минути. Докоснете **OK** (→ Фиг. 54-4), когато приключите.
- За да зададете ново насрочване на реторта по подразбиране, въведете час от деня (както бихте променили крайния час за дадено изпълнение) или докоснете **ASAP** (→ Фиг. 54-5) (Възможно най-скоро). Денят не е от значение за настройката по подразбиране. Докоснете **Set as default** (Задаване по подразбиране) (→ Фиг. 54-6), а след това **OK**.

5.5.2 Промяна на началната стъпка за едно изпълнение

След като изберете протокол и преди да го стартирате, можете да промените стъпката, от която започва.



Фиг. 55

- Стартирайте протокола, изпълняван както обикновено от екрана **Status** (Състояние), и продължете, докато не се отвори диалоговият прозорец **Time to edit** (Време за редактиране) (→ Фиг. 53). Докоснете **Edit steps** (Редактиране на стъпки) (→ Фиг. 53-6), за да отворите диалоговия прозорец **Edit the run steps** (Редактиране на стъпки за изпълнение) (→ Фиг. 55).
- За да пропуснете една или повече стъпки на протокола, докоснете иконата (→ Фиг. 55-1) за стъпката, с която искате протоколът да започне. Иконите на предишните стъпки изчезват, за да се покаже, че няма да бъдат изпълнени. Ако е необходимо, реактивът, избран като нова първа стъпка, ще бъде използван за първоначалното пълнене (→ стр. 86 – 5.7.1 Отложени крайни часове и първоначално запълване).
- Докоснете **OK**. Ще се появи диалоговият прозорец **Time to edit** (Време за редактиране). Вече можете да планирате изпълнението.

**Бележка**

- Пропускането на стъпки ще повлияе на планирането на протокола. Преди да продължите се уверете, че новият запланиран краен час, показващ се в диалоговия прозорец **Scheduling** (Насрочване), е приемлив.
- Ако искате да се върнете към първоначалния протокол на този етап, ще трябва да премахнете променения протокол и да заредите отново първоначалния.

5.5.3 Промяна на продължителността на стъпка за едно изпълнение

След като изберете протокол и преди да го стартирате, можете да промените продължителността на една или повече стъпки в протокола.

- Стартирайте протокола, изпълняван както обикновено от екрана **Status** (Състояние), и продължете, докато не се отвори диалоговият прозорец **Time to edit** (Време за редактиране) (→ Фиг. 53). Докоснете **Edit steps** (Редактиране на стъпки) (→ Фиг. 53-6), за да отворите диалоговия прозорец **Edit the run steps** (Редактиране на стъпки за изпълнение) (→ Фиг. 55).
- За да промените продължителността на стъпка, докоснете текущото време на стъпката (→ Фиг. 55-2).
- Задайте нова продължителност в диалоговия прозорец.



Фиг. 56

- Докоснете **OK** и повторете от стъпка 2, дадена по-горе, ако искате да промените продължителността на която и да е друга стъпка.

**Бележка**

- Внимавайте да не докоснете икона за стъпка, намираща се вдясно на диалоговия прозорец. Докосването на икона за стъпка може да промени началната стъпка на протокола.

- Докоснете **OK**. Ще се появи диалоговият прозорец **Time to edit** (Време за редактиране). Вече можете да планирате изпълнението.

**Бележка**

- Промяната на продължителността на стъпките ще повлияе на насрочването на протокола. Преди да продължите, се уверете, че новият **Predicted end time** (Предвиден краен час), показващ се в диалоговия прозорец за време за редактиране, е приемлив.

5.6 Пауза и прекратяване на протоколи




Предупреждение

При отваряне на ретортата, докато инструментът обработва/след пауза/след приключването на протокола, потребителят влиза в контакт с горещата повърхност на капака/кошниците/течностите/опасните реактиви/изпаренията от ретортата.

Протоколът не може да продължи, ако отворите ретортата.

Нараняване на хора/Повреда на пробата/Увредени прости

- Гореща повърхност. Носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими предпазни средства за защита от химикали по време на експлоатация.
- Не отваряйте капака на ретортата и не отстранявайте флаконите за реактив/ваничките за парафин, когато се изпълнява протокол освен ако системно съобщение не изиска това. Докато се изпълнява даден протокол, ако желаете да отстраните прости от ретортата или да добавите прости в ретортата, натиснете бутона за пауза.
- Бъдете внимателни, ако отваряте ретортата или ваничката за парафин, след като поставите инструмента на пауза. Прочетете всички предупредителни съобщения – например, ретортата е над безопасната температура за достъп – и преди да продължите, приемете съответните предпазни мерки.
- Разтопеният парафин е горещ и може да предизвика изгаряния. Бъдете внимателни, когато боравите с парафин и премахвате кошниците.



Фиг. 57

За да спрете стартиран протокол, докоснете един от бутоните **Pause** (Пауза) на панелите за протоколи на екрана **Status** (Състояние). Когато докоснете някой от бутоните **Pause** (Пауза), протоколите в двете реторти спират да работят и диалоговият прозорец **Instrument paused** (Инструмент на пауза) ([→ Фиг. 57](#)) се отваря с няколко опции:

- Прекратете каквато и да е обработка или само протокола в една реторта.
- Получете достъп до ретортата – например за добавяне на още касети – и след това възстановете изпълнявания в нея протокол.
- Извършете въздушна вентилация на ваничките за парафин, за да можете да ги отворите.

Когато системата започне обратно отброяване (→ Фиг. 57-1), ще се активират опциите за избор. Разполагате с пет минути, за да изберете опция, след което обработката автоматично се възстановява.

Аварийно спиране и прекратяване

След като поставите инструмента на пауза, можете да прекратите всички протоколи с бутона **Emergency stop** (Аварийно спиране) (→ Фиг. 57-2). Имайте предвид, че това не изключва и не премахва захранването на инструмента (→ стр. 51 – 4.6 Включване и изключване).

Освен това, можете да прекратите изпълнението на протокола в избраната реторта само със съответния бутон **Abort** (Прекратяване). Всеки протокол, изпълняващ се в другата реторта, ще се възстанови.

Когато обработката спре, инструментът преминава през същите процедури, които прави в края на нормалното изпълнение на протокол. Ще бъдете подканени да източите ретортата (ако е пълна), да извадите касетите и да стартирате протокол за почистване. Въпреки това ще има допълнителна подкана по време на стъпките за възстановяване (с помощ на екрана, за да ви напътства) (→ стр. 85 – 5.6.1 Възстановяване от прекратено изпълнение).



Бележка

- След прекратяване на протокола може да пожелаете да стартирате протокол за повторна обработка, за да възстановите касетите. Не изваждайте касетите и не изпълнявайте протокол за почистване, когато бъдете подканени да го направите. Подходящи действия след прекратено изпълнение могат да бъдат намерени на (→ стр. 85 – 5.6.1 Възстановяване от прекратено изпълнение).
- Ако последният реактив е бил фиксатор, можете да пропуснете протокола за почистване, тъй като остатъкът няма да ви попречи да изпълнявате стандартен протокол за обработка. Ако решите да стартирате протокол за почистване, задайте първата стъпка на почистване с етанол (→ стр. 80 – 5.5.2 Промяна на началната стъпка за едно изпълнение). Почистващите разтворители са несъвместими с фиксаторите.

Достъп до реторта

Можете да получите достъп до реторти на инструмент на пауза (например за да добавите или премахнете проба). Ако мястото го позволява, можете да добавите касети към кошниците, да добавите една кошница към една или и двете реторти, ако във всяка реторта има само една кошница. Ако добавяте кошници, можете да въведете техния идентификатор – чрез сканиране или чрез директно въвеждане – преди да продължите изпълнението.

Ако желаете да добавите допълнителни касети или кошници, се препоръчва да източите ретортата, преди да я отворите.



Предупреждение

Добавете фиксирани преби към задействания протокол.

Увредени преби.

- Бъдете внимателни, когато добавяте фиксирани преби към задействания протокол. Допълнителният фиксатор ще замърси реактива, използван в текущата стъпка, и това замърсяване няма да бъде проследено от системата за управление на реактива.



Предупреждение

Добавете още проби по време на обработката.

Увредени проби.

- Колкото повече е напреднал протоколът, преди да добавите още проби, толкова по-компрометирано е качеството на обработка на пробите. Добавяйте проби само по време на стъпката за фиксиране или по време на първата стъпка на дехидратиране.

За достъп до реторта, докато инструментът обработва:

- Поставете инструмента на пауза, като докоснете един от бутоните **Pause** (Пауза) на екрана **Status** (Състояние).
- Докоснете подходящия бутон **Access retort** (Достъп до реторта) в диалоговия прозорец **Instrument paused** (Инструмент на пауза).
- Изберете дали да източите ретортата или не в диалоговия прозорец **The retort is not empty** (Ретортата не е празна). Следвайте подканата за изчакване, докато се източва.
- Когато се отвори диалоговият прозорец **Retort Baskets** (Кошници на реторти), извадете кошниците от ретортата и добавете или изтеглете касетите, ако е необходимо.
- Върнете кошниците в ретортата (сканирайте или въведете идентификатори, ако е необходимо) и докоснете **OK** в диалоговия прозорец **Retort Baskets** (Кошници на реторти).
- Докоснете **Resume All** (Възстановяване на всички) в диалоговия прозорец **Instrument paused** (Инструмент на пауза), за да продължите с протокола.

5.6.1 Възстановяване от прекратено изпълнение

- Събиране на информация
 - Проверете отчета **Run Details** (Подробности за изпълнението) (**Administration** (Администрация) > **Reports** (Отчети) > **Run Details** (Подробности за изпълнението)).
 - Проверете регистрационните файлове за събитията (**Administration** (Администрация) > **Event Logs** (Регистрационни файлове за събития)).
- Решение
 - Въз основа на информацията в отчета и регистрационните файлове, трябва ли да продължите да обработвате тъкани на инструмента?
 - Ако инструментът се е повредил, отстранете тъканта и след това използвайте отчета **Run Details** (Подробности за изпълнението), за да решите коя стъпка да продължите с друг инструмент.
 - Ако инструментът е в изправност, но липсва реактив или нивото му е ниско, отстранете проблема и след това използвайте отчета **Run Details** (Подробности за изпълнението), за да решите с коя стъпка да продължите.
- Действие: Въз основа на вашето решение или
 - извадете тъканта от инструмента и се обадете на сервис, или
 - продължете обработката, като заредите протокол и използвайте функцията **Edit steps** (Редактиране на стъпки), за да изберете подходящата начална стъпка (→ стр. 80 – [5.5.2 Промяна на началната стъпка за едно изпълнение](#)).

5.7 Насрочване на реторта

Системата ви позволява да изпълнявате протоколи едновременно в двете реторти. Функцията за автоматично планиране се опитва да възложи станции за реактиви и начални часове, така че да не се засичат. Това може да промени желания краен час, като стартира протокола по-рано или отложи една или повече стъпки (→ стр. 86 – [5.7.1 Отложени крайни часове и първоначално запълване](#)).

Когато стартира втори протокол, могат да се променят станциите за реактиви, възложени при зареждането на протокола. Това се случва, защото изискванията за реактив на първия протокол винаги са с предимство.

Понякога не е възможно да се насочи втори протокол. Дадената ситуация и възможните средства за коригиране са описани в ([→ стр. 86 – 5.7.3 Неналични реактиви](#)). Освен това, понякога протоколите няма да са успешни, ако станция за реактив неочеквано стане недостъпна. Вижте ([→ стр. 86 – 5.7.3 Неналични реактиви](#)) за начини как да избегнете тази ситуация.

5.7.1 Отложени крайни часове и първоначално запълване

Не е необходимо протоколите да започват незабавно и е възможно да се зададе необходимия краен час, което изиска забавяне преди началото на протокола. Това отлагане може да продължи много дни. Също така, когато избирате опцията за насочване ASAP (Възможно най-скоро) или ако сте задали краен час, който не е приемлив, инструментът може да бъде принуден да забави началото на протокола. По време на забавянето на протокола инструментът ще защити касетите, като ги покрие с реактив. Този процес се нарича първоначално запълване.

По време на първоначалното запълване ретортата се запълва с първия планиран реактив (обикновено фиксатор), за да защити пробите. Ако реактивът не е парафин, не се изпълнява нагряване или разбъркване. Ако първоначалната стъпка е парафин (за протоколи за повторна обработка или протоколи само с парафин), температурата на ретортата ще бъде настроена на парафин в режим на готовност, а бъркалката ще бъде настроена на скоростта, зададена в първата стъпка. След като първоначалният период на запълване приключи, протоколът ще се извърши нормално и ще завърши в предвидения краен час.

Препоръчваме всички протоколи да започват с фиксираща стъпка (дори и да е много кратка); по този начин се използва фиксатор за всяко първоначално запълване. Ако фиксиращата стъпка отсъства, първоначалното запълване може да остави тъканта покрита с дехидратант за дълго време и това може да направи тъканта твърда и крехка.

5.7.2 Неизбежни застъпвания на реактиви

Неизбежни застъпвания възникват, когато няма достатъчно налични станции за реактиви и за двета протокола, за да отговарят на правилата за подбор на реактиви ([→ стр. 89 – 6.1.2 Метод за избор на реактив](#)). Това се случва предимно, когато използвате базирани на тип или станция протоколи, тъй като те имат ограничена гъвкавост при възлагане на станции.

Винаги бъдете сигурни, че са налични достатъчно станции от първата група или тип реактиви, така че станцията да е достъпна за първоначално запълване.

5.7.3 Неналични реактиви

След като стартира протокол, базирани на тип протоколи може да превъзложат станции, за да се възстановят от грешки, причинени от неналични реактиви. Това превъзлагане може да използва реактиви, присвоени на друг протокол.



Бележка

- Базираните на станции протоколи няма да са успешни, ако предвиден реактив стане неналичен. Базираните на тип протоколи няма да са успешни, ако е налична само една станция с възложен тип и тя стане недостъпна.

Някои често срещани причини за станция да стане неналична и начините за избягването им са описани по-долу.

- Станцията не съдържа достатъчно количество реактив. Преди всяко изпълнение проверете дали нивото на реактива във всяка станция е достатъчно за текущото ниво на запълване. (Отидете на **Reagents** (Реактиви) > **Stations** (Станции) за текущото ниво.)
- Флакон, който е насрочен за употреба, е изваден от шкафа с реактиви. От съображения за безопасност не трябва да изваждате нито един флакон, докато се изпълнява протокол. Въпреки това, ако решите да го направите, трябва да се уверите, че флаконът, който възнамерявате да извадите, не е предвиден за употреба в нито една реторта.
- Станция за парафин не се е разтопила в момента, когато това е необходимо. Уверете се, че има достатъчно време за разтопяване на парафина и че е зададено правилното състояние на станцията за парафин ([→ стр. 116 – 7.3.2 Задаване на свойства на станция за реактиви](#)).

6. Настройка на протокол

6.1 Преглед на протокол

Протоколът се състои от поредица от стъпки, които ще бъдат приложени към тъканта в ретортата. Във всяка стъпка (с едно изключение) ретортата се запълва с реактив и се държи за известно време при условия, контролирани от протокола. Всяка стъпка от протокола определя:

- използвания реактив
- времето на реактива в ретортата
- температурата на реактива
- налягането в ретортата: окончно, под налягане или вакуум или циклично между налягане и вакуум
- бъркалка на ретортата вкл./изкл
- времето за изкапване, т.е. времето, позволено на реактива да изтече от касетите и стените на ретортата, преди протоколът да задейства следващата стъпка. По-дългото време за изкапване намалява преноса.

Единственият тип стъпка, който е изключение, е последната стъпка за сушение от протокола за почистване, където не се използва реактив.

Съществуват пет типа протоколи. Типът протокол задава граници, до които могат да се използват реагентите, както и реда на тяхното използване.

Другите свойства на протокола са методът за избор на реактив и задължителната стойност на пренос.

6.1.1 Типове протоколи

Инструментът използва пет типа протоколи, всеки за различна функция за обработка. Типовете протоколи позволяват използването на различни последователности от реагенти и температурни диапазони ([→ стр. 164 – 10.5 Таблици за съвместимост на реагентите](#)) ([→ стр. 164 – 10.4 Температури на стъпки от протоколи](#)). След като създадете протокол, не можете да промените типа му.

Типовете протоколи са:

- Standard** (Стандартен) – конвенционални последователности за обработка на тъкани, използващи очистителя като кислен. Тези протоколи са подходящи за стандартни изисквания за обработка и могат да включват стъпки за премахване на мастна тъкан.
- Xylene-free** (Без кислен) – протоколи с високотемпературни стъпки с парафин и усъвършенствани техники за обработка на тъкани без конвенционални стъпки за почистване. Тези протоколи са подходящи за стандартни изисквания за обработка.
- Cleaning** (Почистване) – протоколите за почистване почистват ретортите и общите линии за реагенти. Винаги задействайте протокол за почистване възможно най-скоро, след като в ретортата е имало парафин. За повече информация вижте протоколите за почистване ([→ стр. 66 – 5.3 Протоколи за почистване](#)).
- Standard Reprocessing** (Стандартна повторна обработка) – за възстановяване на недостатъчно обработена тъкан на инструмент, конфигуриран за стандартна обработка. Тези протоколи започват с очистващи реагенти, преди да задействат стандартната последователност за обработка на тъкан.

- **Xylene-free Reprocessing** (Повторна обработка без ксилен) – за възстановяване на недостатъчно обработена тъкан на инструмент, конфигуриран за обработка без ксилен. Тези протоколи започват с очистващи реактиви, преди да задействат последователност за обработка на тъкани без ксилен.

За иконите, използвани за всеки тип протокол, вижте ([→ стр. 94 – 6.2.1 Еcran за избор на протокол](#)).

Обърнете внимание на следните точки:

- Избор на реагент без ксилен – протоколите без ксилен използват два набора от дехидратанти вместо дехидратант, последван от очистител, както се използват в стандартните протоколи.
- Кошници без ксилол – винаги използвайте кошници с пружини за протоколи без използване на ксилен.
- Повторна обработка на пренос – по време на протоколите за повторна обработка се осъществява значителен пренос на реагент след използването на очистващи препарати. След като изпълните протокола за повторна обработка, трябва да смените първите три реагента за обработка, които се използват след последния очистващ реагент.

6.1.2 Метод за избор на реагент

Всички протоколи използват един от двата метода за избор на реагент: тип или станция. След като създадете протокол, не можете да променяте метода за избор на реагент.

Методът за избор на реагент на протокола определя начина, по който системата избира станции за реагент, когато протоколът се изпълнява. Чрез метода за избор на станция дефинирате точно станцията, която да използвате за всяка стъпка, така че системата да не прави избор. При избор на тип системата избира най-добрата станция от наличните за това ([→ стр. 89 – Правила за избор на станция](#)). Накратко:

- **Type selection** (Избор на тип) – системата избира между дадените станции с реагент от типа, дефиниран за стъпката на протокола. Имената на реагентите на станциите (т.е. типове) и концентрацията се използват при избора. Например в инструмента имате два флаcona с тип реагент етанол 70%. Ако в първата стъпка за дехидратиране в протокола се посочва етанол 70%, в този случай ще се използва флаcona с етанол 70% с по-ниска концентрация.
- **Station selection** (Избор на станция) – системата използва станциите, дефинирани в протокола. (В повечето случаи флаconите се дефинират под ред: първо флаcon 1, след това флаcon 2, 3 и т.н.). Станциите са дефинирани с номер, така че нито името на реагента в станцията (нейния тип), нито групата на реагентите да се използват за избор. Използвайте примера по-горе, ако са налични два флаcona с етанол 70% на инструмента и първата стъпка за дехидратиране на протокола определя първата от двата флаcona, този флаcon ще се използва независимо от концентрацията на реагент в другия флаcon.

Правила за избор на станция

Системата използва следните правила за избор на станции за протоколи с избор на тип реагент. „Последователност“, както се използва по-долу, представлява поредица от стъпки в протокола, използвани същия тип реагент.

- Първата стъпка от последователността използва станцията с най-ниска концентрация.
- Последната стъпка от последователността използва станцията с най-висока концентрация.
- Междинните стъпки в последователността използват станцията с най-ниска концентрация, която все още не е била използвана.
- Използва се станцията с най-висока концентрация, когато има само една стъпка за определена група или тип реактив.
- Станциите, които са надхвърлили праговете си за използване (и не са заключени), не се избират, освен ако не съществува друга налична станция.

Сравняване на методи за избор на реактиви

Когато създавате протоколи, трябва да решите кой метод най-добре пасва на необходимата обработка и стратегия за управление на реактивите. Имайте предвид, че протоколите без ксилен използват дехидратанти за две различни функции.

Изборът на тип предлага следните предимства: оптимален избор на реактиви според концентрацията, минимално управление на реактивите, ефективна употреба и минимални възникнали конфликти при насрочване.

Изборът на станция дава пълен контрол върху избора на реактив. Тъй като реактивите се влошават, може да се наложи да пренаредите флаконите между протоколите, ако искате да сте сигурни, че се използват най-подходящите реактиви. Това е значителна управленска отговорност, податлива на грешки. Освен това, методът за избор на станция не дава на инструмента никаква гъвкавост при насрочване на протоколи. Например, той няма да може да се възстанови от грешка при обработка, причинена от неочеквана липса на реактив.



Бележка

- Когато изпълнявате протоколи за избор на станция, винаги проверявайте концентрацията на възложените станции, преди да започнете изпълнение, тъй като концентрациите може да не са правилно подредени, в случай че се изпълняват други протоколи.

Решението относно метода за избор на реактив трябва да бъде взето в комбинация с решение за това колко и кои видове реактиви използвате, както и праговете на концентрация, които да им зададете. Имайте предвид, че всички предварително дефинирани протоколи в системата използват избор на тип, но с препоръчителни конфигурации на флакони, притежаващи минимален брой типове реактиви ([→ стр. 157 – 10.2.2 Списък на предварително дефинираните протоколи](#)) ([→ стр. 161 – 10.3 Конфигурации на станциите](#)).

6.1.3 Предварително дефинирани протоколи

Системата притежава 5 предварително дефинирани протокола: Biopsy Xylene (Ксилен за биопсия), Overnight Xylene (Ксилен през нощта), Biopsy Xylene-free (Без ксилен за биопсия), Overnight Xylene-free (Без ксилен през нощта) и Quick Clean (Бързо очистване). Както всички други, можете да достигнете до предварително дефинираните протоколи, като изберете **Administration** (Администрация) > **Protocols** (Протоколи).

Предварително дефинираните протоколи са създадени за използване с конфигурацията за флакон с ([→ стр. 161 – 10.3 Конфигурации на станциите](#)). Leica Biosystems е тествала изчерпателно протоколите и е установила, че те дават отлични резултати (в комбинация с правилно управление на реактивите и поддръжка на инструмента). Въпреки това, потребителите трябва да валидират всички протоколи, включително предварително дефинираните, за да ги използват в лабораториите си, тъй като различните условия може да дадат различни резултати.

Предварително дефинираните протоколи може да бъдат копирани и след това копията да бъдат редактирани, за да отговарят на целите ви. Ще трябва да бъдат преименувани, преди да могат да бъдат редактирани (→ стр. 97 – 6.2.3 [Създаване на нови протоколи](#)).

6.1.4 Валидиране на протокол

Супервайзърите, които създават или редактират протоколи (или копират предварително дефинирани протоколи), могат да ги валидират в софтуера. Това означава, че протоколите са преминали тестовете за валидиране на лабораторията и могат да се използват при редовна клинична обработка. Супервайзърите могат да направят валидираните протоколи невалидни.

Протоколи, които са маркирани като валидни, могат да се изпълняват от потребители с ниво на достъп „оператор“, но невалидните не могат. Невалидираните протоколи могат да се управляват от супервайзърите.

Иконите на валидираните протоколи имат отметка (→ Фиг. 58-1) в зелен кръг, докато иконите на невалидните протоколи имат кръст (→ Фиг. 58-2) в червен кръг.



Фиг. 58

Задайте състоянието на валидност на протокола на екрана **Edit protocol** (Редактиране на протокола), като докоснете **Validate protocol** (Валидиране на протокол) (за потвърждаване на невалиден протокол) или **Invalidate protocol** (Анулиране на протокол) (за анулиране на валидиран протокол).

6.1.5 Настройка за пренос

При оттичане на реактив от реторта определено количество от реактива остава в ретортата и се смесва със следващия реактив в протокола. Настройката за пренос е оценка на количеството реактив, което се пренася от една стъпка на протокола към следващата. Системата за управление на реактивите взема предвид настройката за пренос при определяне на концентрациите реактив.

Пренесеният остатъчен реактив може да дойде от:

- Реактив, задържал се върху стените на ретортата и кошниците
- Реактив върху и инфильтриран в тъканта
- Реактив върху и инфильтриран в малки носители за тъкани (например подложки за биопсия, касети за биопсия, обивки и др.).

Системата за управление на реактиви автоматично изчислява преноса по стените на ретортата и кошниците, като взема предвид времето за изкопаване.

Преносът, дължащ се на касети и тъкани, се изчислява с помощта на броя касети, въведени от потребителите в началото на всяко изпълнение. По време на изчислението се използва сумата на пренос върху стандартна касета. Времето за изкопаване също е включено.

Системата за управление на реактиви изчислява преноса от малки носители на тъкани, използвайки стойността за пренос на протокола, която сте задали.

Стойностите за пренос се показват в скала от 0 до 100:

- Настройването на 0 показва, че пренос не съществува заради малки носители на тъкани, като подложки за биопсия, т.e. изпълнението има само стандартни касети без малки носители на тъкани.
- Настройването на 100 показва, че пренос съществува и че всички тъкани се обработват с помощта на подложки за биопсия. (Подложките за биопсия имат максимален пренос от всичките малки носители на тъкани.)

Тъй като подложките за биопсия могат да поемат до 10 пъти по-голям пренос от стандартните касети, важно е да зададете наистина представителна стойност за пренос в протоколите си (както е за точното въвеждане на броя на касетите при всяко изпълнение). Ако зададете твърде висока стойност на пренос, системата ще изчисли прекомерно разграждането на реактивите, което ще изисква от вас да ги смените по-рано, отколкото е необходимо. При твърде ниска настройка системата ще счита, че реактивите са по-чисти, отколкото са. По този начин ще използвате реактиви извън тяхната оптимална ефективност, което ще доведе до лошо качество на обработката.

Само супервайзърите могат да задават стойности за пренос. Стойността по подразбиране се задава на екрана **Processing settings** (Настройки за обработка) (**Settings** (Настройки) > **Processing settings** (Настройки за обработка)). Стойността за пренос за конкретен протокол може да бъде променена на екрана **Edit Protocol** (Редактиране на протокол) (**Administration** (Администрация) > **Protocols** (Протокол) > **Edit** (Редактиране)). Докоснете бутона **Carryover** (Пренос) и въведете число между 0 (без пренос от малки носители на тъкани) и 100 (максимален пренос от малки носители на тъкани).

Как се изчисляват стойностите за пренос

Преносът зависи от видовете касети и други използвани малки носители на тъкани: подложки за биопсия, хартиени или тъканни вложки, мини касети, касети за биопсия и т.н. Преносът зависи и от съотношението във всеки цикъл.

Настройката за пренос е настройка на протокол, а не за конкретно изпълнение, така че трябва да бъде настроена на средната стойност за пренос на изпълнения, използващи този протокол.

Следната таблица показва стойностите на пренос, които трябва да се използват за редица касети и други носители на тъкани, предоставени от Leica Biosystems. Стойностите в таблицата се прилагат, когато цялата тъкан в цикъла използва дадения тип касета или носител.

Таблица 6.1: Стойности за пренос за редица тъканни носители, предоставени от Leica Biosystems

Продукти на Leica Biosystems	Общо описание на тъканен носител	Стойност за пренос, в случай че 100% от тъканта използва носител
Surgipath ActivFlo Routine I	Стандартна касета	0
Подложки за биопсия Surgipath в Surgipath ActivFlo Routine I	Подложка за биопсия в стандартна касета	100

Продукти на Leica Biosystems	Общо описание на тъканен носител	Стойност за пренос, в случай че 100% от тъканта използва носител
Мини касета ActivFlo в Surgipath ActivFlo Routine I	Мини касета в стандартна касета	50
Обшивки за биопсия Surgipath в Surgipath ActivFlo Routine I	Обшивка за биопсия в стандартна касета	20
Surgipath IP ActivFlo Biopsy I McCormick MC-605	Касети за биопсия с размер на порите >1 mm	0

Примерно изчисление

Предполагайки, че средното изпълнение на протокол използва следните пропорции на тъканните носители:

- Surgipath ActivFlo Routine I: 40%
- Обшивки за биопсия Surgipath в Surgipath ActivFlo Routine I: 60%

Умножете дела на всеки носител по неговата стойност в дадената по-горе таблица, за да изчислите допълнителната стойност за пренос на този носител:

- Surgipath ActivFlo Routine I: $40\% \times 0 = 0$
- Обшивки за биопсия Surgipath в Surgipath ActivFlo Routine I: $60\% \times 20 = 12$

Добавете получените стойности:

$$0 + 12 = 12$$

Въведете стойност 12 на пренос за протокола.

Други продукти

За малки носители на тъкани, различни от изброените в Таблица 6.1 ([→ стр. 92 – Таблица 6.1: Стойности за пренос за редица тъканни носители, предоставени от Leica Biosystems](#)), препоръчваме да започнете с настройка за пренос от 50. Използвайте собствените си наблюдения за качеството на тъканите и реактива, за да подобрите тази стойност. Свиването на тъканта в блока и излишъкът от разтворител във ваничката за парафин може да означава, че имате твърде ниска настройка за пренос.

**Бележка**

- Потребителите трябва да валидират настройките за пренос в протоколите с. В случай че имате нужда от помощ за прилагане на подходящи настройки за пренос, се свържете с вашия представител за техническа поддръжка.

6.1.6 Файлове на протокол

Протоколите могат да бъдат експортирани чрез USB във файл с база данни с разширение .db. Можете да архивирате този файл. Също така можете да изпратите протоколите на сервисния си представител за отстраняване на неизправности. Архивирианият файл с протокола може да бъде импортиран в HistoCore PEGASUS.

Вижте „Прехвърляне на файлове“ ([→ стр. 137 – Експортиране на файлове](#)) за инструкции относно това как да експортирате и импортирате файлове на протоколи.

6.2 Създаване, редактиране и преглед на протоколи


Супервайзерите могат да създават и редактират протоколи. Това може да се осъществи от екрана **Protocol selection** (Избор на протокол). Операторите не могат да създават или редактират протоколи, но могат да преглеждат подробности за протокола от екрана **Protocol selection** (Избор на протокол).

6.2.1 Екран за избор на протокол

Докоснете **Administration** (Администрация) > **Protocols** (Протоколи), за да отворите екрана **Protocol selection** (Избор на протокол). От тук можете да получите достъп до всички опции за конфигуриране на протокола.

Икони на протокол

Всеки протокол е представен на екрана **Protocol selection** (Избор на протокол) с избираема икона. Всяка икона показва следните подробности за протокола:




Фиг. 59

1. Име на протокол
2. Продължителност на протокола
3. Състояние на валидиране


6.2.2 Редактиране на протокол

Само супервайзерите могат да редактират протоколи. За да редактирате протокол, отворете екрана **Protocol selection** (Избор на протокол) (**Administration** (Администрация) > **Protocols** (Протоколи)), изберете протокола и след това докоснете **Edit** (Редактиране). Появява се екранът **Edit Protocol** (Редактиране на протокол).



Фиг. 60

- | | Name | Notes |
|---|-----------|-------------------|
| 1 | 75 | Validate protocol |
| 2 | Carryover | Protocol |
| 3 | Insert | Delete |
| 4 | Save | Done |
1. Всеки ред представлява стъпка от протокола
 2. Докоснете номер на стъпка, за да я изберете
 3. Клетките в таблицата със стъпки показват настройките за всяка стъпка. Докоснете клетка, за да отворите диалогов прозорец и да промените настройката.
 4. Тип протокол (не може да бъде променен)
 5. Икона на протокола: актуализира се при всяко редактиране на протокол
 6. Бутони за конфигуриране на протокола



Фиг. 61

1. **Name (Име):** променете името на протокола
2. **Carryover (Пренос):** изберете стойността на пренос
3. **Insert (Добавяне):** добавете стъпка преди избраната стъпка
4. **Save (Запазване):** запазете промените, направени в протокола
5. **Notes (Бележки):** въведете описание или други бележки за протокола
6. **Validate (Валидирание)/Invalidate (Премахване) на протокол:** задайте протокола като валиден или невалиден
7. **Delete (Изтриване):** премахнете избраната стъпка от протокола
8. **Done (Готово):** потвърдете направените промени в протокола и се върнете към екрана **Protocol selection (Избор на протокол)**
9. Отидете на предишния/следващия ред

Стъпки могат да се добавят и премахват, а също така могат да се променят и подробните за стъпката (като време на стъпка, температура и т.н.). Името на протокола, бележките, настройката за пренос и състоянието на валидиране също могат да бъдат променяни. Въпреки това, не можете да промените типа на протокола или метода за избор на реактив, нито можете да премахнете стъпката за сушение от протокола за почистване.


Промененият протокол по подразбиране не е валидиран. Потребителят ще трябва да го валидира преди клинична употреба. След като протоколът се валидира, супервайзърът може да се върне на екрана **Edit Protocol** (Редактиране на протокол) и да докосне бутона **Validate protocol** (Валидиране на протокол). След това протоколът става достъпен за операторите.

Избор на реактив.

Можете да промените реактив, като докоснете текущия реактив в колоната **Reagent** (Реактив) в **Edit protocol** (Редактиране на протокол). Диалоговият прозорец, който ще се покаже, зависи от метода за избор на реактив.

Показани са само реактиви, които са съвместими с предходната стъпка на протокола (за типа протокол). При протоколи, базирани на станции, можете да скриете станции, които вече са избрани. Ако изберете несъвместим или скрит реактив, той ще се добави към таблицата на протокола със звездичка, за да се укаже, че е забранен. Не можете да заредите или стартирате протокола.


Избор на тип реактив



Фиг. 62

1. Вид реактив
2. **Show compatible** (Показване на съвместими)/**Show all** (Показване на всички): показване само на съвместими групи реактиви/показване на всички групи реактиви

Ако протоколът е базиран на тип реактив, реактивите, конфигурирани за инструмента, се групират по тип. Можете да изберете определен тип.

Избор на станция за реактив

Фиг. 63

1. Show compatible (Показване на съвместими)/Show all (Показване на всички): показване само на съвместими станции като налични/показване на несъвместими станции като налични
2. Hide used (Скриване на използваните): скриване на станции, които вече са избрани като недостъпни

Ако протоколът е базиран на станция, ще видите всички конфигурирани за инструмента станции. Флаконите, налични за избор, са очертани в 3D с капачки и дръжки. Флаконите, които не са налични, тъй като вече са използвани или са несъвместими, са показани в сиво. Станциите за парафин са очертани по подобен начин като осветените икони (налични) или оцветени в сиво (недостъпни). Изберете конкретни станции за протокола.

Изтриване на протокол

Само супервайзърите могат да изтрият протокол.

За да изтриете протокол, изберете неговата икона на екрана **Protocol selection** (Избор на протокол) и докоснете **Delete** (Изтриване).

Предварително дефинираните протоколи не могат да бъдат изтрити. Не е възможно извлечането на други протоколи, освен ако не сте ги копирали на външно устройство. След това ще можете да импортирате протокола, като използвате функциите за прехвърляне на файлове.

6.2.3 Създаване на нови протоколи

Само супервайзъри могат да създават нови протоколи.

Можете да създавате нови протоколи от нулата или да копирате и модифицирате съществуващ протокол (предварително дефиниран или друг). Уверете се, че сте избрали правилния тип протокол и метод за избор на реактив, когато стартирате (или копирате протокол от правилния тип и метод за избор на реактив), тъй като тези настройки не могат да бъдат променени, след като сте започнали конфигурирането на новия протокол.

**Предупреждение**

Дефинираните от потребителя протоколи не са валидирани.

Повреда на проба

- Предварително дефинираните и персонализирани протоколи трябва да бъдат удостоверени от потребителя преди стартриране на протокола, т.е. обработка на тъкан с тъкан на пациент за диагностика, в съответствие с местните и регионални изисквания за акредитация.

Създаване на нови протоколи от нулата

1. Отворете екрана **Protocol selection** (Избор на протокол) (**Administration** (Администрация) > **Protocols** (Протоколи)) и докоснете **New** (Нов).
2. Изберете типа протокол ([→ стр. 88 – 6.1.1 Типове протоколи](#))
3. Въведете име на протокола.
4. Изберете метод за избор на реактив ([→ стр. 89 – 6.1.2 Метод за избор на реактив](#)). Поредица от диалогови прозорци ще ви насочва по време на създаването на първата стъпка.
5. Докоснете следващия ред в таблицата с протоколи, за да добавите втората стъпка. Ще бъдете подканени да предоставите реактива и времето за стъпка. Други свойства на стъпката (налягане, бъркалка и т.н.) се копират от предишната стъпка. Докоснете съответната клетка, за да промените някоя от тези стойности.
» Използвайте класиран етанол след етапа с формалин. Използването на 100% етанол веднага след стъпката с формалин създава рисък от осоляване. По подразбиране протоколите за почистване имат последна стъпка за сушене. Не можете да редактирате тази стъпка.
6. Ако е необходимо, добавете допълнителни стъпки.
7. Също така можете да докоснете бутона **Name** (Име), за да редактирате името на протокола.
8. Можете да докоснете бутона **Notes** (Бележки), за да добавите всяка към вид информация, която искате да запазите в протокола.
9. Докоснете бутона **Carryover** (Пренос) и задайте стойност на пренос ([→ стр. 91 – 6.1.5 Настройка за пренос](#)).
10. Докоснете бутона **Save** (Запазване), за да запазите протокола.
11. Докоснете бутона **Done** (Готово), за да приключите.
12. Появява се прозорецът, който ви предупреждава за всички необходими или препоръчани действия, преди да стане възможно използването на протокола ([→ Фиг. 64](#)). Едно от винаги изброяваните предупреждения е, че протоколът не е валиден за употреба. Новосъздаденият протокол по подразбиране не е валиден. Вашата лаборатория ще трябва да го валидира преди клинична употреба. Когато се валидира, супервайзърът може да отиде на екрана **Edit Protocol** (Редактиране на протокол) и да докосне бутона **Validate protocol** (Валидиране на протокол). След това протоколът ще стане достъпен за операторите (при условие, че всички други грешки, изброени в прозореца, са били отстранени).



Фиг. 64

- ✓ Новият протокол ще се появи в списъка за избор на протокол.

За да създадете нов протокол за почистване, вижте „Протоколи за почистване“ ([→ стр. 66 – 5.3 Протоколи за почистване](#)).

Копиране на протоколи

Супервайзърите могат да копират всеки протокол, показан на екрана **Protocol selection** (Избор на протокол), и да създават нов въз основа на него.

1. Докоснете **Administration** (Администрация) > **Protocols** (Протоколи), а на екрана **Protocol selection** (Избор на протокол) или:
 - A. изберете протокол за копиране и докоснете **Copy** (Копиране), или
 - B. докоснете иконата **New** (Нов) > **Pre-defined** (Предварително дефиниран) и след това изберете предварително дефинирания протокол, който да копирате.
2. Въведете ново име за протокола.
3. Появява се информиращо предупреждение, че новият протокол все още не е валидиран за използване. Докоснете **OK**, за да затворите предупреждението. Докоснете **Edit protocol** (Редактиране на протокол) и ще се отвори екран с детайлите на копириания протокол.
4. Променете протокола ([→ стр. 94 – 6.2.2 Редактиране на протокол](#)). Не можете да редактирате последната стъпка за сушене в протоколите за почистване.
5. Докоснете бутона **Save** (Запазване), за да запазите протокола.
6. Докоснете бутона **Done** (Готово), за да приключите.
7. Появява се прозорецът ([→ Фиг. 64](#)), който ви предупреждава за всички необходими или препоръчани действия, преди да стане възможно използването на протокола. Едно от винаги изброяваните предупреждения е, че протоколът не е валидиран за употреба. Новосъздаденият протокол по подразбиране не е валидиран. Вашата лаборатория ще трябва да го валидира преди клинична употреба. Когато се валидира, супервайзърът може да отиде на екрана **Edit Protocol** (Редактиране на протокол) и да докосне бутона **Validate protocol** (Валидиране на протокол). След това протоколът ще стане достъпен за операторите (при условие, че всички други грешки, изброени в прозореца, са били отстранени).

- ✓ Новият протокол ще се появи в списъка за избор на протокол.

6.2.4 Преглед на протоколи

Потребителите с ниво на достъп „оператор“ не могат да създават или редактират протоколи. Въпреки това, тези потребители могат да видят подробности на протокола (включително подробности за стъпките, бележки, датата и часа на последното изменение на протокола).

1. Докоснете **Administration** (Администрация) > **Protocols** (Протоколи).
2. Докоснете веднъж протокола, който искате да видите.
3. Докоснете **View** (Преглед).

7. Настройка на реактив

7.1 Общ преглед

Използването на точния реактив в точното време и в правилната концентрация е от изключителна важност за висококачествената обработка на тъканите. Системата притежава усъвършенствана система за управление на реактиви (RMS), която помага за гарантирането на постоянна и висококачествена обработка, като същевременно предоставя гъвкавост на работния процес.

7.1.1 Групи, типове и станции реактиви

Системата управлява реактивите по групи, типове и станции.

Групи

Групите определят функцията на реактива. Например, групата на фиксиращите реактиви включва всички реактиви, които могат да се използват като фиксатори.

Съществуват 10 фабрично дефинирани групи. Всяка група има цветови код върху етикетите на флаконите и върху капачките, който последователно се използва в софтуера. Дадената по-долу таблица изброява групите, функциите и цветовете.

Таблица 7.1: Групи и цветове на реактиви

Група	Функция	Цветове
Фиксатори	Консервант за тъкани	Зелен
Дехидратанти	Премахва водата от тъканите	Син
IPA	Премахва водата от тъканите	Светлолилав
Премахва мастна тъкан	Премахва мастните натрупвания от тъканта	Жълт
След премахване на мастна тъкан	Дехидратант, използван след стъпка на премахване на мастна тъкан	Лилав
Очистители	Изчиства дехидратантите от тъканта	Розов
Парафин	Среда за вграждане	Оранжев
Технологична вода	Премахва фиксаторите от тъканта	Сив
Почистващ разтворител	Първоначален реактив за почистване	Светлорозов
Почистващ етанол	Втори реактив за почистване	Светлосин

Даден реактив се счита за съвместим при изпълнение на протокол въз основа на неговата група ([→ стр. 109 – 7.1.6 Съвместимост на реактиви](#)).

Типове

Типовете реактиви са специфичните във всяка група реактиви, например формалин, ксилен, Waxsol. Както химичната съставка, дефинициите за типа реактив може да включват концентрации. Например, „70% етанол“ и „80% етанол“ са видове реактиви (като са дефинирани в тази система).

Типовете реактиви имат следните свойства:

- Уникално име
- Концентрация по подразбиране: концентрацията на реактива, когато е пресен.
- Прагове на чистота: за да сте сигурни, че сменяте влошен реактив ([→ стр. 104 – 7.1.3 Прагове](#)).
- Температурни прагове: използвани за осигуряване на качествена обработка и безопасно използване на реактива ([→ стр. 104 – 7.1.3 Прагове](#)).

Системата включва редица предварително дефинирани типове реактив. Тези са достатъчни за повечето лаборатории. Въпреки това, ако се налага, можете да създадете собствени типове реактиви. Докоснете **Reagents (Реактиви) > Reagent types (Типове реактиви)**, за да редактирате типовете реактиви ([→ стр. 109 – 7.2 Управление на типовете реактиви](#)).



Бележка

- Имената на типа реактив не влияят на концентрацията му. Например, когато възлагате тип реактив, наречен „етанол 70%“ на станция, първоначалната стойност на концентрация ще бъде стойността по подразбиране на съответния тип (вероятно 70%), но можете да зададете първоначалната концентрация да е която и да е стойност между 0 и 100%.

Станции

Системата разполага с 21 станции за реактив: 17-те флакона за реактив и 4-те ванички за парафин..

Всяка станция притежава следните свойства:

- Тип реактив, който съдържа станцията
- Концентрацията на реактив в станцията, изчислена от системата за управление на реактив
- История на използването на станцията, а именно:
 - А. Броят на касетите, обработени с реактива в станцията
 - В. Броят на изпълненията (извършени цикли), обработени с реактива в станцията
 - С. Броят дни, през които реактивът е бил в станцията
- Състояние на станцията, а именно:
 - A. **Dry** (Суха): станцията е напълно източена, оставяйки само малко количество остатъци. Може да се напълни с всеки съвместим реактив.
 - B. **Empty** (Празна): реактивът е премахнат от станцията, за да се напълни ретортата. В станцията все още има реактив, надвишаващ количеството, необходимо за запълване на ретортата.
 - C. **In use** (Използва се): прехвърлянето на парафин е задействано или е било прекъснато.
 - D. **Full** (Пълно): станцията съдържа достатъчно реактив, за да запълни ретортата.
 - E. **Not molten** (Неразтопена): само за парафинови камери, състоянието, което се задава при добавяне на твърд парафин ([→ стр. 125 – 7.4.5 Замяна на парафина](#)).
- Само за ванички за парафин, текуща температура на ваничките за парафин.

Отидете на **Reagents (Реактиви) > Stations (Станции)**, за да дефинирате станциите за реактиви и за да наблюдавате тяхната история и концентрация ([→ стр. 114 – 7.3 Управление на станции за реактиви](#)).

7.1.2 Управление на концентрацията

Осигурената от системата висококачествена обработка на тъканите се дължи до голяма степен на точното и наблюдение на концентрацията на реактиви във всяка от станциите.

Концентрация в системата

Концентрацията е пропорцията на реактив в групата, към която е приписан реактивът. Следващите примери илюстрират как се определя концентрацията.

- Дехидратант, съдържащ 80% етанол (дехидратант) и 20% вода (не дехидратант), е с концентрация от 80%.
- Дехидратант, съдържащ 80% етанол (дехидратант) и 20% IPA (също дехидратант), е с концентрация от 100%.
- Абсолютният етанол (100% дехидратант), замърсен от пренос от абсолютен IMS (100% дехидратант), има концентрация от 100%, тъй като и първоначалният реактив и замърсителят са дехидратанти.
- След един цикъл новият ксилен (100% очистител), замърсен от пренос на абсолютен етанол (100% дехидратант), ще има намалена концентрация, обикновено около 94%, тъй като ще състои от 94% ксилен (очистител) и 6% етанол (не очистител).

Реактив, който се използва на ранен етап в последователността от същата група, ще има бърз спад в концентрацията, тъй като по-голямата част от замърсяването, което получава, ще бъде от предишната група. Реактив, който се използва на по-късен етап в последователността, ще има бавен спад в концентрацията, тъй като по-голямата част от замърсяването, което получава, ще бъде от същата група.

Управление на концентрациите

Когато се изпълняват протоколи, софтуерът използва концентрации на реактиви за избор на станции (освен ако протоколът не използва избор на реактив от станция). В този случай се избира станцията с най-ниска прагова концентрация на група или тип реактиви за първата стъпка, използвайки тази група или тип, а след това станции с нарастваща концентрация за следващите стъпки. Винаги се използва реактивът с най-висока концентрация за последната стъпка, преди да премине към друга група или тип реактив. Софтуерът използва и информация относно концентрацията (наред с други фактори), за да ви подкажи да смените реактиви, които са надхвърлили праговете на чистота.

Изключително важно е информацията за концентрацията, която използва софтуерът за висококачествената обработка и ефективното използване на реактивите, да е точна. Софтуерът автоматично проследява концентрацията на реактива във всяка станция, като актуализира стойностите след всеки извършен цикъл. За да бъде действието ефективно, трябва да въведете точната информация, с която да работи. Например, трябва да зададете реалистични стойности за пренос на протокола и да въведете правилния брой касети за всяко изпълнение. Също така трябва да актуализирате софтуера всеки път, когато сменяте реактивите.

По подразбиране софтуерът задава концентрации „чрез изчисление“. Този метод използва броя на обработените касети, настройката за пренос и участващите групи реактиви за изчисляване на концентрацията във всяка станция.

За стабилна висококачествена обработка винаги сменяйте реактивите, щом бъдете подканени, с пресен реактив с концентрация по подразбиране. Ако извадите флакон от инструмента, винаги проверявайте дали сте въвели правилната информация за реактива във флакона, когато го връщате. Супервайзърите могат ръчно да променят стойностите на концентрацията на станцията на екрана **Reagent** (Реактив) > **Stations** (Станции), ако сметнат, че стойността е неправилна. В случай че извършвате такава промяна, се уверете, че проверявате концентрацията независимо.

7.1.3 Прагове

Всеки тип реактив има определен брой прагове. Те са проектирани да осигурят високо качество на обработка и безопасност за потребителите. Супервайзърите могат да конфигурират праговете, като отидат на **Reagents** (Реактиви) > **Reagent types** (Типове реактиви).

Праговете по подразбиране за предварително дефинираните типове реактиви трябва да са подходящи за повечето лаборатории, но за някои от тях може да са по-подходящи алтернативни настройки. Свържете се с екипа за обслужване на клиенти за съвет, преди да променяте настройките за праг. Потвърдете всички промени в прага, използвайки процедурите, които се прилагат във вашата лаборатория.

Праговете се разделят на две категории:

- Прагове на чистота: задават границите на употреба за реактиви според чистотата им
- Температурни прагове: задават граници на температурата на ретортата.

Прагове на чистота


Системата използва прагове на чистота, за да ограничи използването на реактив, тъй като той става все по-замърсен с реактив, пренасяне от други групи.

При приближаване или надвишаване на прага софтуерът ви предупреждава, че трябва да смените реактива. В настройките по подразбиране можете да използвате станция с реактив извън прага за още един цикъл след появата на такова предупреждение. След това станцията ще се заключи (тоест няма да може да се използва, докато не се зареди нов реактив).

Чистотата на реактива се проверява чрез един или повече от следните четири метода:

- Концентрация на реактива
- Брой на касетите, обработени с реактива
- Брой цикли на обработка, за които е използван реактивът
- Брой дни, през които реактивът е бил в инструмента.

По подразбиране всички тези методи могат да се конфигурират за отделните типове реактиви (извършено на екрана **Reagent types** (Типове реактиви)). Разделът **Reagent threshold check** (Проверка на праг на реактив) на екрана **Settings** (Настройки) > **Processing settings** (Настройки за обработка) показва методите, активирани в системата ви ([→ Фиг. 65](#)).



Фиг. 65

Тези настройки на методите за проверка могат да се променят само от екипа за обслужване на клиентите.

Методите за проверка са проектирани да наблюдават три вида праг на чистота:

- реактивът наближава праговете за смяна
- прагове за смяна на реактив
- крайни прагове на реактив.

Обяснени са по-долу.

Реактивът наближава праговете за смяна

Станции с реактив, който наближава прага си за смяна, ще се покажат на екрана с предупредителен символ **Status** (Състояние). Ако докоснете предупредителния символ, над флакона се появява съобщение, специфично за този флакон, предупреждаващо Ви да подгответе реактива предварително.

Прагове за смяна на реактив

Станции с реактив, който е надвишил прага си за смяна, ще се покажат на екрана **Status** (Състояние) със засенчена икона.

Системата не използва станции с надвишен праг за смяна, освен ако не са налични други станции. Ако не са налични други станции, станциите надвишаващи прага, ще бъдат използвани за един цикъл, преди да бъдат заключени.

Заключените станции не могат да бъдат използвани, докато реагентът не бъде заменен. Системата няма да ви позволи да заредите протоколи, които изискват заключена станция.

Крайни прагове на реагент

Крайните прагове на реагента задават ограничения за чистотата на реагента, които непосредствено предшестват промяната в друга група реагенти (или тип, за протоколи, конфигурирани по тип) при изпълнение на протокола.

Крайните прагове на реагентите се задават така, че да бъдат по-високи от праговете за смяна. Това ще гарантира минимално замърсяване от предходната към следващата група реагенти.

Когато тип или група реактив надхвърли крайния си праг (тоест, нито един флакон от този тип или група не е до или над крайния праг на реактив), предупредителен символ във форма на оранжев диамант ще се появи върху най-замърсения флакон от този тип или група. В допълнение, над този флакон ще се появи съобщение.

След като затворите съобщението, ще можете да го прегледате отново, като докоснете предупредителния символ върху иконата на флакона.

Когато стартирате следващия цикъл, ще се появи съобщение да ви информира, че това е последният възможен цикъл без промяна на реактива, който е под крайния си праг:

Можете да докоснете **OK**, за да продължите с изпълнението. Върху иконата на флакона на екрана **Status** (Състояние) ще се появи предупредителен символ в червен триъгълник..

Ако докоснете предупредителния символ, над флакона се появява съобщение, специфично за този флакон.

Ако се опитате да стартирате друг протокол, използваш този тип реактив, се появява съобщение, което да ви информира, че по-нататъшни изпълнения не са възможни, докато реактивът не бъде сменен.

Понякога е възможно да видите флакон с предупредителен символ в оранжев диамант. Това се случва, когато се достигнат както крайните прагове, така и праговете за промяна, така че флаконът, който трябва да бъде сменен, е едновременно най-замърсеният (праг на крайна промяна) и е под прага за смяна на реактива.

Бележка: Когато бъдете предупредени, че реактивът е надхвърлил крайния праг, сменете флакона с най-замърсения от съответния тип реактив. Флаконът, който е надхвърлил крайния праг на реактива и е задействал предупреждението, все още ще съдържа реактив с относително висока концентрация. Той все още ще е приемлив за стъпки в последователността на протокола преди последната стъпка, така че не е ефективно да го замените.

Температурни прагове

Има три температурни прага за всеки тип реактив:

- **Ambient** (Околна среда) – най-високата допустима температура за реактива в ретортата при налягане на околната среда (и високо) (основаващо се на точката на кипене на реактива)
- **Vacuum** (Вакуум) – най-високата допустима температура за реактива в ретортата, когато ретортата е изпразнена (въз основа на точката на кипене на реактива)
- **Safe** (Безопасна) – най-високата температура, при която е безопасно да се отвори съдържащата реактив реторта.

Няма да можете да създавате протоколи, които поставят реактивите в условия, надвишаващи техните прагове на температурата на околната среда или вакуума. Освен това софтуерът ще ви предупреди, в случай че трябва да отворите ретортата, ако същата съдържа реактив над безопасния температурен праг.



Предупреждение

Неправилно зададен температурен праг на реактива, която е над неговата точка на кипене.

Нараняване на хора/Повреда на пробата/Замърсяване на околната среда, причинено от прекомерни изпарения, генеририани по време на обработката.

- Бъдете изключително внимателни, когато решавате да промените температурния праг на реактива. Повишените прагове могат да доведат до кипване на реактивите. Кипящите реактиви ще отделят големи количества изпарения, които могат да претоварят вътрешния филтър с активен въглен или външната изпускателна система (ако съществува такава). Кипящите реактиви също така могат да доведат до прекомерно налягане в инструмента, повишено замърсяване на реактив и разлив на реактив. Точките на кипене на реактива са по-ниски, когато същият се намира в реторта, работеща с вакум или с циклично налягане/вакуум.
- Никога не използвайте инструмента без активен въглероден филтър или външна изпускателна система. Дори и инструментът да е свързан с външна изпускателна система, предоставеният активен въглероден филтър трябва да продължи да се използва.

7.1.4 Препоръчителни реактиви



Предупреждение

Използване на реактиви, различни от препоръчаните

Нараняване на хора – възможно е някои токсични/запалими реактиви да причинят пожар или експлозия.

Забавяне диагностика – корозивни реактиви могат да повредят компонентите на инструмента.

- С инструмента използвайте единствено реактивите, предложени по-долу.
- Не използвайте фиксатори, съдържащи пикринова киселина, тъй като тя може да експлодира, когато изсъхне.
- Не използвайте реактиви, съдържащи корозивни химикали, като живачни соли, пикринова киселина, азотна киселина и солна киселина.
- Не използвайте ацетон или други кетони. Те увреждат клапаните на инструмента.

Въпреки че всяка лаборатория отговаря за избора на реактиви и парафин, използването на реактиви, различни от препоръчаните за тази система, може да доведе до влошена обработка или да компрометира надеждността на инструмента. Спазването на следните указания ще осигури превъзходна обработка на тъканите.

Използването на алтернативни реактиви трябва да бъде валидирано от лабораторията ви в съответствие с местните или регионални изисквания за акредитация.

За постигане на оптимални резултати е необходимо адекватно да фиксирате тъканните преби. Това трябва да бъде постигнато преди поставянето на пробите в системата или да включва стъпките за фиксиране в протокола.

Следните реактиви са валидирани за използване заедно със системата.

Фиксатори

- 10% формалин (буфериран и небуфериран)
- Формален етанол (70% етанол и 30% формалин)

Дехидратация

- 100% етанол
- Етанол с клас, препоръчен за хистологична употреба
- Етанол, разреден с вода (дейонизирана или дестилирана)
- 99% етанол (денатуриран)
- 99% изопропанол (използва се и като междинна среда)
- Изопропанол, разреден с вода
- < 50% метанол

Почистване

- Алифатни въглеводороди (препоръчителни при хистологична употреба)
- Изопропанол
- D-лимонен (препоръчителен при хистологична употреба)
- ParaLast™
- Sub-x
- Толуен
- Ксилен

Инфильтрация

- Парафинът се препоръчва за хистологична употреба с MP между 56°C и 58°C
- Инфильтриращ парафин Surgipath
- Парафин с висока точка на топене при 60°C Surgipath

Очистващи реактиви

- Етанол
- Етанол с клас за хистологична употреба
- Етанол с клас за хистологична употреба
- Изопропанол
- Лимонен
- SubX
- Толуен
- Ксилен
- Waxsol
- Вода (дестилирана и дейонизирана)

7.1.5 Непропоръчителни реактиви

Следните реактиви не се препоръчват за използване заедно със системата. Използването им може да причини увреждане на инструмента или тъканта.

- Ацетон
- Хлороформ
- Фиксатори, съдържащи пикринова киселина
- Хистологични парафини, съдържащи диметилсулфоксид (DMSO), като Paraplast Plus®
- Цинков хлорид

7.1.6 Съвместимост на реактиви

Обработката на тъкани изисква използването на несъвместими реактиви. Софтуерът гарантира, че ще могат да се смесват само съвместими реактиви. Смесването на реактиви обикновено се случва, когато реактивът навлезе в реторта в празно състояние (тоест, съдържа остатъчни количества от предишния реактив). Това може да се случи като част от протокол, по време на ръчни операции или по време на дистанционни процедури, както и при процедури за пълнене/източване.

Не можете да стапирате протокол, ако първият реактив не е съвместим с остатъка от ретортата. Все пак можете да заредите протокол с несъвместима първа стъпка и след това да го редактирате така, че първият използван реактив да е съвместим с остатъка от ретортата ([→ стр. 80 – 5.5.2 Промяна на началната стъпка за едно изпълнение](#)).

Освен това, софтуерът ще ви предпази от смесване на несъвместими реактиви по време на процедурите за дистанционно пълнене/източване.

Съвместимостта на реактивите варира в зависимост от предприетото действие или протокол. Използвайте таблиците за реактиви ([→ стр. 164 – 10.5 Таблици за съвместимост на реактивите](#)), за да проверите съвместимостта на реактивите, преди да създадете протоколи, да извършите ръчни операции или стапирате процедури за дистанционно пълнене/източване.

7.2 Управление на типовете реактиви

Софтуерът използва два списъка с типове реактиви: активен списък (с реактивите, които използвате) и неактивен списък (всички други типове реактиви, конфигурирани в системата). Супервайзерите могат да редактират концентрациите по подразбиране, правовете на чистота и температурните прагове за активните реактиви ([→ стр. 104 – 7.1.3 Прагове](#)). Те също така могат да преместват реактиви между активния и неактивния списък и да създават нови типове реактиви. Операторите могат само да преглеждат активния списък.

7.2.1 Предварително дефинирани реактиви

Много от типовете реактиви са предварително дефинирани в системата. Можете да редактирате свойствата на тези типове реактиви, но не и да ги изтривате. Не съществува изискване за използване на предварително дефинирани типове; можете обаче да ги оставите в неактивния списък.

Ако промените свойствата на предварително дефинирания тип реактив, не можете да използвате софтуера, за да го върнете към първоначалните му стойности.

7.2.2 Редактиране на активни типове реактиви

Използвайте екрана **Reagent types** (Типове реактив) (**Reagents** (Реактиви) > **Reagent types** (Типове реактив)), за да видите и редактирате списъка с активни типове реактиви. От този екран имате достъп и до други опции за управление на типа реактив.

Когато отворите екрана, ще видите списъка с активни типове реактиви. Тези типове реактиви са достъпни за настройване на станции за реактиви. Съществуват два изгледа на активния списък: един за праговете на чистота и един за температурата. (И двата изгледа показват концентрации по подразбиране.) Можете да смените изгледите с бутоните **Change thresholds** (→ Фиг. 66) (Смяна на прагове), **Final thresholds** (→ Фиг. 67) (Крайни прагове) и **Temperature thresholds** (Температурни прагове) (→ Фиг. 68).



Фиг. 66

1. Избрани типове реактиви
2. Списък с активни типове реактиви
3. По подразбиране и концентрации
4. Прагове за смяна на реактив
5. Бутон **Change thresholds** (Смяна на прагове)
6. Бутон **Final thresholds** (Крайни прагове)
7. Бутон **Temperature thresholds** (Температурни прагове)
8. Бутон **Add reagent** (Добавяне на реактив):
прехвърлете неактивен реактив в активния списък
9. Бутон **Remove reagent** (Премахване на реактив):
преместете избрания реактив от активния към неактивния списък

The screenshot shows a table titled 'REAGENT TYPES' with columns: Type, DM, Conc., Conc., Cassette, Cycles, Days, and several buttons on the right. The rows represent different reagents: Formalin, Formal Saline, Histochoice, NBF, Prefer, Zinc Formalin, 50% Ethanol, 50% IMS, 70% Ethanol, and 80% Ethanol. The first four rows (Formalin, Formal Saline, Histochoice, NBF) are highlighted in red, indicating they are selected. Red numbers 1 through 4 point to specific elements: 1 points to the list of reagents; 2 points to the column headers; 3 points to the 'Conc.' column; and 4 points to the 'Days' column.

Type	DM	Conc.	Conc.	Cassette	Cycles	Days
Formalin	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Formal Saline	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Histochoice	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
NBF	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Prefer	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Zinc Formalin	No	100.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
50% Ethanol	Yes	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
50% IMS	Yes	50.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
70% Ethanol	Yes	70.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
80% Ethanol	Yes	80.00%	N/A	N/A	N/A	N/A

Фиг. 67

1. Избрани типове реактиви
2. Списък с активни типове реактиви
3. По подразбиране и концентрации
4. Крайни прагове на реактив

The screenshot shows a table titled 'REAGENT TYPES' with columns: Type, DM, Conc., Amb., Vac., and Safe, and several buttons on the right. The rows represent different reagents: Formalin, Formal Saline, Histochoice, NBF, Prefer, Zinc Formalin, 50% Ethanol, 50% IMS, 70% Ethanol, and 80% Ethanol. The first four rows (Formalin, Formal Saline, Histochoice, NBF) are highlighted in red, indicating they are selected. Red numbers 1 through 4 point to specific elements: 1 points to the list of reagents; 2 points to the column headers; 3 points to the 'Conc.' column; and 4 points to the 'Safe' column.

Type	DM	Conc.	Ambient	Vacuum	Safe
Formalin	No	100.00%	60 °C	50 °C	45 °C
Formal Saline	No	100.00%	55 °C	55 °C	45 °C
Histochoice	No	100.00%	55 °C	55 °C	45 °C
NBF	No	100.00%	55 °C	55 °C	45 °C
Prefer	No	100.00%	55 °C	55 °C	45 °C
Zinc Formalin	No	100.00%	55 °C	55 °C	45 °C
50% Ethanol	Yes	50.00%	92 °C	63 °C	45 °C
50% IMS	Yes	50.00%	92 °C	63 °C	45 °C
70% Ethanol	Yes	70.00%	88 °C	59 °C	45 °C
80% Ethanol	Yes	80.00%	85 °C	57 °C	45 °C

Фиг. 68

1. Избрани типове реактиви
2. Списък с активни типове реактиви
3. По подразбиране и концентрации
4. Температурни прагове на реактив

Супервайзерите могат да редактират концентрациите, да променят праговете, крайните прагове и температурните прагове за активните типове реактиви.

Редактирайте атрибутите на даден тип, като докоснете съответната клетка в таблицата и след това въведете необходимата стойност с помощта на екранната клавиатура. Атрибутите се актуализират незабавно и се прилагат към всички станции на реактиви и протоколи, които използват типа реактив. Промените няма да повлият на изпълняващите се протоколи.



Бележка

- Понижаването на температурните прагове може да направи стъпките на протокола невалидни. Ще трябва да намалите температурата на стъпката, за да се съобразите с новия праг на реактива, преди да можете да заредите или стартирате протокола.

Leica Biosystems не препоръчва намаляването на праговете на концентрация на реактива. Повишаването на праговете на концентрация може да помогне за коригиране на обработка с лошо качество, предизвикана от замърсени реактиви.


Ако вече не използвате реактив в активния списък, можете да го преместите в неактивния списък, като по този начин поддържате активния списък възможно най-кратък и лесен за управление. Изберете типа реактив, като докоснете името му, а след това докоснете **Remove reagent** (Премахване на реактив).

7.2.3 Добавяне, скриване и изтриване на реактиви

За да добавите, скриете или изтриете реактиви, отидете на **Reagents** (Реактиви) > **Reagent types** (Типове реактиви). Ще се появи еcranът **Reagent types** (Типове реактив) ([→ Фиг. 68](#)).

За добавяне на реактив

Можете да превърнете неактивен реактив в активен, както и да създадете нов реактив (тоест да добавите реактив, който в момента не е в активния списък или в неактивния списък с реактиви).



Фиг. 69

1. Пълен списък с типовете реактиви, филтрирани по група реактиви (с бутони вдясно)
2. Избран тип реактив: докоснете бутона, за да изберете
3. **Add reagent** (Добавяне на реактив): прехвърлете избрания тип реактив от неактивния към активния списък
4. **Create reagent** (Създаване на реактив): създайте нов реактив, който да добавите към неактивния списък
5. **Delete** (Изтриване): Изтрийте избрания тип реактив (само протоколи, които са дефинирани от потребителя)
6. Филтри за група реактиви: докоснете, за да се покажат само типовете реактиви в избраните групи

1. Докоснете **Add reagent** (Добавяне на реактив). Появява се диалогов прозорец (→ Фиг. 69), изброяващ всички типове реактиви, подредени по група реактиви.
2. За да добавите неактивен реактив към активния списък:
 - A. Докоснете бутона (→ Фиг. 69-6) вдясно на екрана, който съответства на групата на реактива (фиксатори, дехидратанти и др.).
 - B. Изберете реактив от списъка, който се показва вляво на екрана. (Може да се наложи да превъртите надолу, за да го намерите.)
 - C. Докоснете **Add reagent** (→ Фиг. 69-3) (Добавяне на реактив).
- ✓ Ще се появи екранът **Reagent types** (Типове реактив). Реактивът, който сте избрали, вече е в списъка.
3. За да добавите нов тип реактив:
 - A. Докоснете **Create reagent** (→ Фиг. 69-4) (Създаване на реактив).
 - B. Изберете групата, към която принадлежи новият реактив.
 - C. Въведете уникално име за реактива и докоснете **Enter** (Въвеждане).
- ✓ Новосъздаденият тип реактив се добавя към списъка на неактивните реактиви.
- D. Ако искате да активирате нов реактив, повторете от стъпка 2 по-горе; в противен случай докоснете **Cancel** (Отказ). Връщате се към екрана **Reagent types** (Типове реактиви).

За да скриете или изтриете реактив

Можете да скриете активен реактив, като го преместите в неактивния списък. Също така можете и да изтриете реактив. Изтритият реактив вече няма да се появява нито в активния, нито в неактивния списък. (Могат да бъдат изтрити само дефинирани от потребителя реактиви.)

1. За да скриете реактив:
 - A. Изберете го на екрана **Reagent types** (Типове реактив).
 - B. Докоснете **Remove reagent** (Премахване на реактив).
 - C. Докоснете **OK** в съобщението за потвърждение.

2. За да изтриете реактив:
 - A. Докоснете **Add reagent** (Добавяне на реактив). Появява се диалогов прозорец, изброяващ всички типове реактиви, подредени по група реактиви ([→ Фиг. 69](#)).
 - B. Докоснете бутона ([→ Фиг. 69-6](#)) вдясно на екрана, който съответства на групата на реактива (фиксатори, дехидратанти и др.).
 - C. Изберете реактив от списъка, който се показва вляво на екрана. (Може да се наложи да превъртите надолу, за да го намерите.)
 - D. Докоснете **Delete** ([→ Фиг. 69-5](#)) (Изтриване). Ако бутоңът **Delete** (Изтриване) е деактивиран, реактивът е предварително дефиниран и не може да бъде изтрит.
 - E. Докоснете **OK** в съобщението за потвърждение.
 - F. Докоснете **Cancel** (Отказ), за да се върнете към екрана **Reagent types** (Типове реактиви).

7.3 Управление на станции за реактиви

Системата има 21 станции. 17 флакона за реактиви и 4 ванички за парафин.

Трябва да настроите станциите в софтуера на типовете реактиви, заредени в инструмента. След това системата проследява историята на всяка станция (броя на изпълненията и касетите и броя на дните, през които са заредени в инструмента), текущата концентрация и текущата температура на камерите за парафин. За повече информация вижте ([→ стр. 101 – 7.1.1 Групи, типове и станции реактиви](#)).


Супервайзърите могат да задават типа реактив за всяка станция. Те могат да променят стойностите на концентрацията, ако знаят, че действителните концентрации са различни от записаните в системата. Ако се наложи, супервайзърите и операторите могат да променят състоянието на станцията. Подробностите за историята могат само да се прегледат.

За безопасното боравене е важно да са налични флакони, заредени на място в шкафа за реактиви. Ако не желаете да използвате конкретна станция, задайте нейното състояние на **Dry** (Суха), а за станциите без парафин поставете празен флакон на мястото в шкафа за реактив на станцията.

Важното решение, което ще трябва да вземете, е изборът кои видове реактиви да се заредят в инструмента и колко флакона от всяка. Това ще зависи от протоколите, които изпълнявате. Вижте „Конфигурации на станциите“ ([→ стр. 161 – 10.3 Конфигурации на станциите](#)) за конфигурации, подходящи за протоколите по подразбиране.


7.3.1 Екран на станциите за реактиви

За да настроите и управлявате станции за реактиви и да преглеждате историята на станциите, отидете на Reagents (Реактиви) > Stations (Станции). Ще се появи екранът Reagent Stations (Станции за реактиви). Този екран предлага два изгледа: един на 17-те флакона за реактив ([→ Фиг. 70](#)) и един на четирите камери за парафин ([→ Фиг. 71](#)). Превключвате между изгледи, като докоснете Reagent bottles (Флакони за реактив) или Paraffin chambers (Камери за реактив).



Фиг. 70

1. Бутон Reagent bottles (Флакони за реактив)
2. Type (Тип): тип реактив в станцията. Докоснете клетката, за да я промените.
3. Station (Станция): номер на станция с цветови код на групата реактиви
4. Засенчената клетка показва, че прагът за смяна е превишен. Стойността на концентрацията извън прага е показана в червено.
5. Избрана станция: докоснете в клетка Station (Станция), за да изберете
6. Conc. (Концентрация): текущата концентрация на реактива в станцията. Докоснете клетката, за да я промените.
7. Since changed (След промяна): историята на употреба на всяка станция – може само да се преглежда
8. Lot Number (Партиден номер): Подробности за номера на партидата на реактива.
9. State (Състояние): текущото състояние на станцията. Докоснете клетката, за да я промените.



Фиг. 71

- Бутон **Paraffin chambers** (Камери за парафин)
- Type** (Тип): тип реактив в станцията. Докоснете клетката, за да я промените.
- Station** (Станция): номер на станция с цветови код на групата реактиви. Засенчената клетка показва, че прагът за смяна е превишен. Стойността на концентрацията извън прага е показана в Червено.
- Избрана станция: докоснете в клетка **Station** (Станция), за да изберете
- Conc.** (Концентрация): текущата концентрация на реактива в станцията. Докоснете клетката, за да я промените.
- Since changed** (След промяна): историята на употреба на всяка станция – може само да се преглежда
- Lot Number** (Партиден номер): Подробности за номера на партидата на реактива.
- State** (Състояние): текущото състояние на станцията. Докоснете клетката, за да я промените.
- Temp.** (Температура): текущата температура в камерата за парафин

7.3.2 Задаване на свойства на станция за реактиви

Задаване на нови реактиви на станциите

- ⓘ Трябва да сте супервайзер, за да изпълнявате тази задача, и не трябва да има изпълняващ се или зареден протокол в нито една от ретортите. Промяната на конфигурациите на станцията за реактиви, докато протоколите се изпълняват, може да доведе до прекратяването им.

Ако промените типа реактив, зареден в станцията, трябва да промените типа реактив, присвоен на станцията в софтуера.

- Извадете флакона с типа реактив (или източете камерата за парафин), който/която заменяте.
- Отидете на **Reagent** (Реактив) > **Stations** (Станции) и докоснете в клетката **Type** (Тип). Ще се появии диалоговият екран **Type** (Тип). ([→ Фиг. 72](#)).



Фиг. 72

3. От списъка изберете новия тип реактив. Диалоговият прозорец показва всички активни в момента типове реактиви. Ако реактивът не присъства в списъка, може да е в списъка с неактивни реактиви. За инструкции как да активирате неактивен реактив или да добавите нов вижте ([→ стр. 112 – 7.2.3 Добавяне, скриване и изтриване на реактиви](#)).
4. Когато бъдете попитани дали искате да нулирате свойствата на избраната станция, докоснете Yes (Да). Това настройва броячите на историята на нула и концентрацията на станцията по подразбиране за новия тип реактив.
5. Ако се налага, очистете флакона и напълнете с пресен реактив от новия тип. Заредете флакона обратно в инструмента. (Можете и да напълнете камерата за парафин.)
6. За флакон:
 - A. Извадете флакона, сменете реагтива и го заредете обратно в шкафа за реактиви. Появява се екранът **Replace the reagent bottle** (Смяна на флајон за реагтив).
 - B. Изберете иконата на заменения флајон и докоснете бутона **Changed** (Сменен).
 - C. Въведете концентрацията на реагтива.
 - D. По желание въведете срока на валидност и подробности за партидния номер.
7. За камера за парафин: Докоснете клетката **State** (Състояние) и задайте състоянието на станцията на **Full** (Пълна) на екрана **Reagent Stations** (Станции за реагтиви).

Когато промените типа реагтив за дадена станция, винаги ще бъдете подканени да нулирате концентрацията и историята на станцията. Ако изберете **No** (Не), ще запазите концентрацията и историята на предишния реагтив. Използвайте тази опция само ако коригирате предишна грешка при идентифицирането на реагтива в станцията и всъщност не променяте съдържанието на станцията.



Предупреждение

Грешно определение на реагтиви

Повреда на проба, причинена от несъответствие на реагтиви с GUI определения и етикетите на флајоните.

- Винаги актуализирайте правилно данните на станцията.
- Винаги проверявайте дефиницията на станциите, когато/преди да стартират протоколите.
- Никога не актуализирайте данните, без да сте заменили реагтива.

Промяна на концентрацията на реактива

Супервайзерът може да зададе изчислената стойност на концентрацията на станцията. Докоснете клетката **Conc.** (Концентрация). Въведете новата концентрация с екранната клавиатура.

**Предупреждение**

Неправилна настройка на концентрациите

Повреда на проба или намаляване на качеството на обработката на тъкани

- Не променяйте концентрацията на използвания реагент, освен ако не можете да проверите действителната концентрация.

Задаване на състояние на станция

Всички потребители могат да променят състоянието на станцията. Допустимите състояния са **Full** (Пълна), **Empty** (Празна), **In use** (Използва се) и **Dry** (Суха).

Обикновено това няма да се изисква за флаконите за реагенти. Актуализирате състоянието на флаконите, когато премахвате и сменяте флакони, а след това софтуерът автоматично проследява състоянието. Променете състоянието на станцията с флакони само ако е показано грешно състояние или искате да направите пълен флакон недостъпен за употреба (като го зададете като **In use** (Използва се) или **Empty** (Празен)).

За камерите за парафин трябва да промените състоянието на станцията като стандартна част от замяната на парафин.

За да промените състоянието на станцията:

- Отидете на **Reagents** (Реактиви) > **Stations** (Станции).
- Докоснете клетката на станцията **State** (Състояние).
- Докоснете съответната икона в показвания диалогов прозорец ([→ Фиг. 73](#)).



Фиг. 73

**Предупреждение**

Грешно определение на реактиви

Повреда на проба, причинена от несъответствие на реактиви с GUI определения и етикетите на флаконите.

- Винаги актуализирайте правилно данните на станцията.
- Винаги проверявайте дефиницията на станциите, когато/преди да стартират протоколите.
- Никога не актуализирайте данните, без да сте заменили реактива.

7.4 Замяна на реактиви

Когато системата ви предупреди, че трябва да смените реактива, направете го възможно най-скоро.

Има два начина за смяна на реактива във флаконите:

- **Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване) – използвайки команди на екрана **Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване), изпомпайте стария реактив и поставете новия. Не е необходимо да изваждате флакона от шкафа за реактиви.
- **Manually** (Ръчно) – извадете флакона от шкафа за реактиви, източете го и го напълнете отново, след което го поставете в шкафа.

За парафин трябва да източите ваничките на екрана **Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване), да напълните ваничките за парафин ръчно, след което да актуализирате софтуера.

7.4.1 Екран за дистанционно пълнене/източване

Използвайте екрана **Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване) (**Reagents (Реактиви) > Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване)), за да пълните и източвате флакони за реактиви, без да ги изваждате от инструмента. Използвате същия экран за източване на камерите за парафин. С една операция можете да източите или напълните станция или да източите или напълните група от съвместими станции. Можете също и да пълните или източвате реторти, използвайки този экран. Това ви позволява да възстановите частично завършени операции по източване или пълнене.

Функциите на екрана **Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване) (→ Фиг. 74) са достъпни за всички потребители: оператори и супервайзъри.



Фиг. 74

1. Пълнене/източване на флакони, източване до отпадъци или отпадъци или пълнене/източване на реторта: започнете пълнене или източване, когато са избрани подходяща станция, дистанционен източник и реторта
2. Прекратяване: спрете източването или пълненето
3. Отпадъчен парафин: изберете заедно с камера за парафин, за да източите камерата
4. Дистанционно: изберете заедно с реторта и флакон, за да напълните или източите флакона
5. Реторта А: насрочено пълнене/източване за реторта А
6. Реторта В: насрочено пълнене/източване за реторта В
7. Парафинова система: насрочени операции по източване на камерите за парафин

7.4.2 Връзки за дистанционно пълнене/източване



Фиг. 75

Линията за дистанционно пълнене/източване (→ Фиг. 75-1) и изходът за източване на парафин (→ Фиг. 75-2) се намират до активния въглероден филтър на шкафа за реактив. Изходите са покрити със защитен капак (→ Фиг. 75-3). Линията за парафинови отпадъци се нагрява, за да се гарантира, че парафинът не се втвърдява по време на източването.

- Преди да източите станцията за парафин, отворете капака за пълнене/източване и закачете тръбата за парафинови отпадъци към линията за парафинови отпадъци. Уверете се, че:
 - A. тръбата за парафинови отпадъци се оттича в подходящ контейнер и
 - B. никоя част от тръбата не е потопена в източения парафин. Това предотвратява втвърдяването на парафина около края на тръбата и блокирането му.
 - C. Свържете тръбата за дистанционно пълнене/източване към дистанционната линия за пълнене/източване, преди да напълните или източите флаконите за реактиви. Тръбата е с натискащ се съединител, който осигурява сигурна връзка с линията. За да поставите тръбата, отворете капака за пълнене/източване и натиснете съединителя в края на линията. За да извадите тръбата, плъзнете обратно заключващия пръстен и издърпайте тръбата от линията за дистанционно пълнене/източване.



Предупреждение

Добавяне на реактив от нестабилен контейнер.

Нараняване на хора – функциите за пълнене/източване включват силно прочистване, което може да причини преобръщане и разливане на контейнера, ако той е нестабилен. Потребителят може да се подхълзне на разлятия на земята реактив.

Замърсяване на околната среда.

- Винаги бъдете сигурни, че реактивът се пълни или оттича в голям и стабилен контейнер. Контейнерът трябва да бъде с достатъчно голям обем, за да побере лесно цялата източена течност. Ако използвате малък контейнер, ще трябва да поддържате контейнера и тръбата по време на пълнене или източване.
- Винаги използвайте тръбата, доставена с инструмент.
- Винаги носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими лични предпазни средства за защита от химикали, когато работите с реактиви. Реактивите, използвани за обработка на тъкани, могат да бъдат както токсични, така и/или запалими.

7.4.3 Замяна на реактив – дистанционно пълнене и източване



Предупреждение

Конекторът не съответства на тръбата/Корозия на конектора; Препълване на флакона с реактив (количеството външен реактив не съвпада с флакона с реактив и т.н.); Флаконът пада по време на пълненето или размяната на реактив; Флаконът се разхлабва по време на източване.

Хората се подхълзват или вдишват токсични/опасни изпарения.

Биологична опасност, причинена от отпаден реактив.

Замърсяване на околната среда.

- Винаги носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими лични предпазни средства за защита от химикали, когато работите с реактиви. Реактивите, използвани за обработка на тъкани, могат да бъдат както токсични, така и/или запалими.
- Винаги използвайте тръбата, доставена с инструмент.
- Никога не пълнете станция за реактив, в която вече има такъв.

Можете да източите и след това да напълните отново флаконите с реактиви, без да ги изваждате от инструмента.

Процесът източва всеки флакон към реторта, а след това източва ретортата към линията за дистанционно пълнене/източване. За пълнене се използва същата процедура, но в обратен ред.


Ако рутинно използвате дистанционно източване и пълнене, не забравяйте да проверите дали флаконите се нуждаят от почистване. Това тряба да се извършва веднъж седмично.

Преди да започнете дистанционното пълнене или източване, се уверете, че има достъпна ретортата:

- ретортата не трябва да има зареден или извършващ се протокол
- ретортата трябва да е чиста или празна и
- остатъкът от ретортата (ако има такъв) трябва да е съвместим с реактива във флакона(ите).

Източване

1. Свържете тръбата за дистанционно пълнене/източване и поставете края в подходящ контейнер.
2. От екрана **Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване) (**Reagents** (Реактиви) > **Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване)) изберете:
 - A. реторта, която да използвате (→ **Фиг. 76-1**)
 - B. икона **Remote** (Дистанционно) (→ **Фиг. 76-2**)
 - C. флакон(и) за източване (ако има няколко флакона, те трябва да имат реактив от един и същ тип) (→ **Фиг. 76-3**)



Фиг. 76

3. Докоснете **Drain from bottle(s)** (Източване от флакона(ите)) (→ **Фиг. 76-4**), за да започнете източването.
4. Когато бъдете подканени, проверете дали капакът на ретортата е затворен и тръбата за дистанционно пълнене/източване е свързана правилно.
5. Докоснете **OK**, за да започнете източването.

Инструментът ще източи флакона(ите) през избраната ретортата. Можете да следите процеса на източване в панела за състояние. Когато източването приключи, състоянието на ретортата ще бъде **Empty** (Празна), а състоянието на флакона **Dry** (Сух).

Пълнене

6. Поставете флакона в контейнер с пресен реактив. Пресният реактив трябва да е с температура над 5°C, за да е сигурно, че сензорите за реактив работят правилно.
7. От екрана **Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване) изберете:
 - A. Ретортата, която ще се използва
 - B. Иконата **Remote** (Дистанционно)
 - C. Флакон(и) за пълнене. (Всички флакони трябва да са **Dry** (Сухи) и настроени на един и същ тип реактив.)

Всички остатъци от флакона трябва да са съвместими с реактива в него.

8. Докоснете **Fill to bottle(s)** (Запълване във флакона(ите)), за да започнете пълненето.
9. Когато бъдете подканени, проверете дали капакът на ретортата е затворен и тръбата за дистанционно пълнене/източване е свързана правилно. Докоснете **OK**, за да започнете да пълните.
10. Появява се диалогов прозорец за потвърждение.
11. Потвърдете дали типът, концентрацията и хронологичните данни за реактива са правилни. Ако не са, докоснете в съответната клетка и променете стойността. Можете също да сканирате данните за партиден номер на реактива. Ако зададете нов тип реактив, станцията вече трябва да е била настроена за този тип ([→ стр. 116 – Задаване на нови реактиви на станциите](#)). Реактивът трябва да е съвместим с ретортата и остатъка от флакона.
12. Докоснете **OK**, за да стартирате пълненето.

Инструментът ще напълни флакона(ите) чрез избраната реторта. Можете да следите процеса на пълнене в панела за състояние. Когато пълненето завърши, ще получите съобщение. Ретортата ще е в състояние **Empty** (Празна), а флаконът ще е в състояние **Full** (Пълен).

**Бележка**

- Във всеки момент от оттичането или пълненето можете да докоснете бутона **Abort** (Прекратяване), за да прекратите всички текущи и предстоящи дейности по пълнене/оттичане.
- Ако прекратите оттичане, когато ретортата и флаконът са наполовина пълни, трябва да източите ретортата обратно в първоначалния флакон, за да продължите. За да източите ретортата, премахнете избора от иконата **Remove** (Премахване) и докоснете бутона **Drain** (Източване) на ретортата.
- Използвайте мека суха кърпа, за да почистите повърхността на тръбата преди и след дистанционно пълнене/източване на реактиви.

Последователности с дистанционно пълнене и оттичане

Препоръчват се следните последователности за реактиви при пълнене и източване на няколко флакона:

Номер	Последователност на оттичане	Последователност на пълнене
1	Фиксатори	Почистващи разтворители
2	Почистващ етанол	Очистители
3	Дехидратанти	Обезмасляващи разтворители
4	Обезмасляващ етанол	Обезмасляващ етанол

Номер	Последователност на оттичане	Последователност на пълнене
5	Обезмасляващи разтворители	Почистващ етанол
6	Почистващи разтворители	Дехидратанти
7	Очистители	Фиксатори

7.4.4 Замяна на реактив – ръчно

За да замените флаcon ръчно, извадете го от шкафа с реактиви и изхвърлете стария реактив (като спазвате стандартните процедури на вашата лаборатория). Почистете флаconа, ако е необходимо, и го напълнете с пресен реактив. Заредете го обратно в шкафа с реактиви, като се уверите, че се свързва здраво с конекторите на гърба на шкафа.

Флаconът с реактив трябва да бъде натиснат на правилното място според дефиницията на реактива на екрана **Status** (Състояние).

При поставяне на флаconа обратно на мястото му се появява диалоговият прозорец **Select a bottle to update** (Изберете флаcon за актуализиране), показващ ви типа и концентрацията на флаconа, когато е бил изведен.

Когато изберете флаcon за актуализиране, опциите са:

- **Changed** (Променен) – въведете концентрацията на реактива, като по избор можете да въведете срока на годност и партидния номер.
- **Topped off/up** (Допълнен) – изберете, ако не сте сменили цялото количество реактив, а сте добавили малко количество пресен реактив от същия тип, за да повишите нивото във флаconа. (С тази опция състоянието на флаconа се променя на Full (Пълен). Концентрацията и хронологичните данни няма да се променят.)
- **No change** (Без промяна) – изберете, ако не сте правили промени по реактива във флаconа.
- **Emptied** (Изпразнен) – изберете, ако сте изпразнили флаconа, а не сте го допълнили.



Предупреждение

Игнорирайте информацията, която предоставя инструмента.

Актуализирайте параметрите на реактива/станцията, но не заменяйте реактива.

Не актуализирайте състоянието на реактива в GUI от Empty (Празно) на Full (Пълно), след като флаconът се напълни.

Или задайте състоянието на Full (Пълно), преди да напълните флаconа, но без да пълните флаconа или да го напълните с недостатъчно количество.

Повреда на проба, причинена от замърсен или изтекъл реактив или недостиг на реактив.

Забавяне на диагностика.

- Винаги сменяйте реактивите при подкана.
- Винаги актуализирайте правилно данните на станцията.
- Никога не актуализирайте данните, без да сте заменили реактива.

7.4.5 Замяна на парафина



Предупреждение

Отворете/Затворете капака на ваничката за парафин; Напълнете с разтопен парафин; Конекторът не съвпада с тръбата / Корозия на конектора; Тръбата се разхлабва по време на източване; Контейнерът за отпадъчен парафин не е в готовност/не е стабилен, когато източването чрез GUI започне; Издърпайте тръбата за източване.

Попаряване на ръце/пръсти.

Хората се подхлъзват или вдишват токсични/опасни изпарения.

Биологична опасност, причинена от замърсен парафин.

Замърсяване на околната среда.

- Носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими предпазни средства за защита от химикали, когато пълните/източвате разтопен парафин. Използваният парафин може да бъде замърсен.
- Използвайте шлаух за оттичане на парафин с правилен размер, за да избегнете изтичането на парафин.
- Напускащият тръбата парафин ще е горещ и може да причини изгаряния. Уверете се, че парафинът се оттича в подходящ съд и стойте на безопасно разстояние, докато оттичането не приключи.
- Не премахвайте тръбата за дистанционно пълнене/източване, докато софтуерът не покаже, че процесът е завършен и тръбата не бъде почистена чрез въздух под налягане. Спирането на потока от реактив не означава, че процедурата е приключила.

Преди да източите парафин, се уверете, че е налична реторта. С източването на парафин не се пълни реторта, но се използват ресурсите за насрочване на ретортата, затова трябва да има поне една налична реторта. Не е необходимо ретортата да е чиста.

Парафинът, който ще се източва, трябва да е разтопен.

Източване

- Свържете тръбата за отпаден парафин и поставете края в подходящ контейнер.
- Отидете в **Reagents > Remote fill/drain** (Реактиви > Дистанционно пълнене/източване) и изберете:
 - станциите за парафин, които да се източат, и
 - иконата **Paraffin waste** (Отпаден парафин).
- Докоснете **Drain to waste** (Източване за изхвърляне).
- Появява се съобщение за потвърждение, подканващо ви да проверите дали тръбата за отпаден парафин е правилно свързана и краят ѝ е в подходящ контейнер.
- Докоснете **OK**, за да започнете източването. Инструментът ще източи камерите. Можете да следите процеса в панела за състояние. Оттичането на парафин може да отнеме до 7 минути. Когато камерите са напълно източени, ще се появи диалогов прозорец и състоянието на всяка източена камера ще е **Empty** (Празна). Не премахвайте тръбата за източване на парафин, докато диалоговият прозорец не потвърди успешното източване. Вижте предупредителните съобщения по-долу.
- За да предотвратите втвърдяването в тръбата за източване, отстранете своевременно тръбата от контейнера, съдържащ източения парафин.



Бележка

- Ако не изтече никакъв парафин, вероятно тръбата за парафин е запушена. Ако отстраните запушена тръба преди прекратяване на източването, от предната част на инструмента ще бликне горещ парафин. Прекратете източването, преди да отстраните тръбата и да разтопите парафина с гореща вода.
- Във всеки момент от оттичането можете да докоснете Abort (Прекратяване), за да прекратите всички текущи и предстоящи дейности по пълнене/оттичане.

Пълнене

7. Ако пълните камера за парафин с разтопен парафин, поставете вентилационната тапа на ваничката за парафин в отвора за въздух в задната част на камерите за парафин. Това ще помогне за предотвратяване на навлизането на парафин във вентилационния отвор по време на пълнене.



Фиг. 77

8. Напълнете камерата за парафин с разтопен или твърд парафин.
9. Ако сте поставили вентилационната тапа на ваничката за парафин в отвора за въздух, премахнете инструмента.
10. Затворете капака на ваничката за парафин.
11. Отидете в **Reagents > Stations > Paraffin chambers** (Реактиви > Станции > Камери за парафин). Редът за източната камера за парафин показва концентрацията по подразбиране. Той показва и нулираните хронологични стойности. Състоянието на станцията е **Dry** (Суха). Типът реактив е непроменен от парафина, който сте източили, освен ако сте променили типа, приписан на станцията, след източването.
12. Докоснете клетката **State** (Състояние) за камерата.
13. Ако сте добавили разтопен парафин, изберете **Full** (Пълна).
14. Ако използвате твърд парафин, изберете **Not molten (requires melting)** (Не е разтопен (необходимо е разтопяване)).
15. По избор можете да въведете партидния номер на новия парафин.
16. Докоснете **OK**.
17. Ако зададете състоянието като **Not molten (requires melting)** (Не е разтопен (необходимо е разтопяване)), започва процес на бързо нагряване на парафина. Може да е необходимо да добавите още парафин, докато се топи. Състоянието на станцията автоматично се променя на „пълно“, когато парафинът е готов за използване.

7.4.6 Пълнене и източване на реторти



Предупреждение

Конекторът не съответства на тръбата/Корозия на конектора; Препълване на флакона с реактив (количеството външен реактив не съвпада с флакона с реактив и т.н.); Флаконът пада по време на пълненето или размяната на реактив; Флаконът се разхлабва по време на източване.

Хората се подхлъзват или вдишват токсични/опасни изпарения.

Биологична опасност, причинена от отпаден реактив.

Замърсяване на околната среда.

- Винаги носете предпазно облекло, предпазни очила, респиратор, гумени ръкавици и други необходими лични предпазни средства за защита от химикали, когато работите с реактиви. Реактивите, използвани за обработка на тъкани, могат да бъдат както токсични, така и/или запалими.
- Винаги използвайте тръбата, доставена с инструмента.
- Никога не пълнете станция за реактив, в която вече има такъв.

Екранът **Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване) може да се използва за източване или пълнене на реторти. Това е особено полезно при възстановяване от непълно дистанционно пълнене/източване. Функциите за пълнене и източване на реторти се изпълняват според правилата, създадени за избягване на замърсяване на реактиви, разливи на реактиви и пренагряване на реактиви. Може да заместите някои от тези правила, но това може да доведе до намалена концентрация на реактива.

Можете също да пълните и източвате реторти от екрана **Manual operations** (Ръчни действия) ([→ стр. 128 – 8.1.1 Ръчни действия](#)).

Правилата за ръчно пълнене и източване на реторти са:

- Ретортата трябва да е чиста и празна, преди да започнете пълненето ѝ.
- Ако ретортата е празна, избраната станция трябва да е със съвместим реактив ([→ стр. 164 – 10.5 Таблица за съвместимост на реактивите](#)).
- Не можете да напълните реторта с реактив, който е с температурен праг под зададената температура на ретортата.
- При източване на реторта реактивът трябва да се върне в първоначалната му станция.
- При източване на реактив станцията трябва да има достатъчно капацитет за съдържанието на ретортата.

Бележка: За да избегнете разливи на течност, се уверете, че има достатъчно капацитет в станцията, преди да пренебрегнете грешки поради недостатъчен капацитет.

За да напълните или източите реторта:

1. Отидете в **Reagents > Remote fill/drain** (Реактиви > Дистанционно пълнене/източване).
2. Изберете ретортата, която трябва да се напълни или източи.
3. Изберете станцията с реактив, която трябва да напълни ретортата (или да събере съдържанието на ретортата).
4. Докоснете бутона **Fill retort** (Пълнене на реторта) или **Drain retort** (Източване на реторта).
5. За да спрете пълненето или източването на който и да е етап, докоснете **Abort** (Прекратяване).

8 Спомагателни функции и действия

8. Спомагателни функции и действия

8.1 Меню за реактиви

Можете да контролирате ръчно броя на функциите за обработка на реактив на системата от экрана **Manual operations** (Ръчни действия).

8.1.1 Ръчни действия

От екрана **Manual operations** (Ръчни действия) (**Reagents > Manual operations**) (Реактиви > Ръчни действия) (→ Фиг. 78) можете ръчно да контролирате много аспекти на инструмента. Тези функции може да се извършват от всички потребители – оператори и супервайзъри.



Фиг. 78

1. Контроли за реторта А
 2. Контроли за реторта В
 3. **Fill/Drain retort** (Пълнене/източване на реторта): напълнете или източете ретортата от или към избраната станция
 4. **Достъп до реторта**
 5. **Paraffin heater** (Нагревател на парафин): активирайте/деактивирайте нагреватели за пътя на парафина
 6. **Stirrer** (Бъркалка): включете/изключете бъркалката на ретортата
 7. **Pressure** (Налягане): задайте налягането на ретортата – околната температура, вакуум, налягане или налягане и вакуум за конкретен цикъл
 8. **Temp.** (Температура): задайте температурата на ретортата
 9. **Abort** (Прекратяване): спрете пълнене или източване
 10. **Vent paraffin** (Вентилиране на парафин): освободете налягането или вакуума в камерите за парафин

От **Manual operations** (Ръчни действия) не можете:

- да замествате изпълняващ се протокол
- да пълните или източвате ретортата, която има зареден протокол.

Температурен диапазон на ретортата

Температурният диапазон на ретортата е ограничен до следните стойности:

- **Reagent** (Реактив): 35°C – 85°C максимум (ограничена до максимум 65°C при изпълнение на протоколи за обработка на тъкан).
- **Paraffin** (Парафин): Точка на топене на парафина: минимум + 2°C до максимум 85°C (ограничена до 77°C при изпълнение на стандартни протоколи). Вижте текущата точка на топене на парафина на екрана **Settings > Processing settings** (Настройки > Настройки за обработка).

Може да има допълнителни ограничения в зависимост от състоянието на ретортата и реактива в ретортата. Не можете да повишите температурата на ретортата над безопасния праг на температурата на реактива.

Прехвърляне на парафин

Пътят на парафина (включително стойностите на парафина и тръбите за прехвърляне) и ретортата трябва да са на нивото на температурата на парафина в режим на готовност, преди да опитате да напълните реторта с парафин. За тази цел всяка реторта има нагревател на парафин.

1. Отидете в **Reagents > Manual operations** (Реактиви > Ръчни действия).
2. Активирайте нагревателя на парафина, като докоснете съответния бутон **Disabled Paraffin heater** (Деактивиран нагревател на парафин) ([→ Фиг. 78-5](#)).
3. Щракнете върху **OK** в съобщението за потвърждение. Оставете нагревателя включен за поне пет минути.
4. Изключете нагревателя, като докоснете съответния бутон **Enabled Paraffin heater** (Активиран нагревател на парафин).
5. Щракнете върху **OK** в съобщението за потвърждение.

Пълнене и източване на реторти

Напълнете (или източете) ретортата от (или към) станция за реактив, като използвате командите на екрана **Manual operations** (Ръчни действия). Правилата и процедурите за ръчно пълнене и източване на реторти са същите, както когато правите това от екрана **Reagents > Remote fill/drain** (Дистанционно пълнене/източване) ([→ стр. 127 – 7.4.6 Пълнене и източване на реторти](#)).

8.2 Администраторско меню

Можете да генерирате отчети, да разглеждате регистрационни данни за събития и да променяте настройки за ниво на достъп от менюто **Administration** (Администрация).


8.2.1 Управление на потребители

Използвайте екрана **User management** (Управление на потребителите) (**Administration > User management** (Администрация > Управление на потребителите)), за да управлявате потребителски акаунти.

- ① Полето за номер на баркод ще е активирано, ако инструментът работи с HistoCore I-Scan (поръчка №: 14 0488 58056).

Добавяне/редактиране/изтриване на потребителски акаунт

- ① След първото влизане ([→ стр. 57 – 5.1.3 Нива на достъп](#)) администраторът може да създава акаунти на ниво супервайзър и на ниво оператор.



Фиг. 79

За да добавите нов потребителски акаунт:

1. Отидете на екрана **User management** (Управление на потребителите) (**Administration > User management** (Администрация > Управление на потребителите)).
2. Докоснете **New** (Нов). Появява се екранът **Add/Edit user** (Добавяне/редактиране на потребител).
3. Попълнете потребителско име, парола и ниво на достъп.
4. Ако инструментът работи с HistoCore I-Scan, сканирайте баркод, за да активирате картата с име. Създаденият потребител може да влезе, като сканира баркода от картата с име. Ако картата с име е деактивирана, създаденият потребител може да влезе с потребителското си име и парола.
5. Докоснете **OK**.

За да редактирате потребителски акаунт:

1. Отидете на екрана **User management** (Управление на потребителите) (**Administration > User management** (Администрация > Управление на потребителите)).
2. Изберете потребителски акаунт от таблицата и докоснете **Edit** (Редактиране). Появява се еcranът **Add/Edit user** (Добавяне/редактиране на потребител).
3. Променете потребителското име, паролата, нивото на достъп или активирайте/деактивирайте картата с име.
4. Докоснете **OK**.

За да изтриете потребителски акаунт:

1. Отидете на екрана **User management** (Управление на потребителите) (**Administration > User management** (Администрация > Управление на потребителите)).
2. Изберете потребителски акаунт от таблицата и докоснете **Delete** (Изтриване).
3. Докоснете **OK** в появяващия се диалогов прозорец за потвърждение.

Промяна на парола/номер на баркод

- ① Администраторът може да променя парола/номер на баркод за всички нива на достъп. Супервайзърите и операторите могат да променят само своите собствени пароли/номера на баркодове.

За да промените паролата на администратора:

1. Докоснете иконата за потребителско име в горния десен ъгъл и след това докоснете **Switch user** (Смяна на потребител).
2. Показва се еcranът **User login** (Вход на потребител). Докоснете **Other access** (Друг достъп).
3. Показва се еcranът **Access level** (Ниво на достъп). Докоснете **Change password** (Промяна на паролата).
4. Въведете текущата парола, два пъти новата парола и докоснете **OK**.

Като супервайзър или потребител можете да промените своята собствена парола/номер на баркод по следния начин:

1. Влезте като супервайзър или потребител и докоснете **Administrator > User management** (Администратор > Управление на потребителите).
2. Изберете своя собствен акаунт и докоснете **Edit** (Редактиране).
3. Показва се еcranът **Add/Edit user** (Добавяне/редактиране на потребител). Докоснете иконата за парола/номер на баркод.
4. Въведете новата парола и номер на баркод и докоснете **OK**.

8.2.2 Отчети

От **Administration > Reports** (Администрация > Отчети) са налични следните отчети:

- Отчет с данни за изпълнен протокол
- Отчет за потребителски действия
- Отчет за използване на протокол
- Отчет за използване на реактив


Отчет с данни за изпълнен протокол

Този доклад предоставя данни за изпълнение на конкретен протокол. Когато бъде избран, първо се показва списък на изпълнените протоколи, тези през предишния месец или тези през последните 30 дни (→ Фиг. 80). Докоснете бутон вдясно на екрана, за да изберете желаното времетраене.



Фиг. 80

От списъка с протоколи можете да изведете данни за едно или повече конкретни изпълнения, като ги изберете и докоснете **Generate** (Генериране). Появява се отчетът **Run Details** (Данни за изпълнение), показващ данни за всички изпълнени протоколи, които сте избрали (→ Фиг. 81). Предоставените данни включват началното и крайното време, потребителския идентификатор, реторта, брой касети, идентификатори на кошници, стъпки от протокола, станцията и реактива (с партиден номер, ако е въведен) за всяка стъпка и за времетраенето на стъпката. Записва се всяко значително събитие, настъпило по време на изпълнение на протокола.



Фиг. 81

Можете да експортирате данни за изпълнението, като докоснете **Export** (Експортиране). Ако все още не е поставена USB памет, ще бъдете подканени да поставите USB памет. CSV файлът може да бъде запазен на компютър и отворен в Excel.

Отчет за потребителски действия

Този отчет изброява действията на потребителите, които са въведени с идентификатори на потребителите, от началото на месеца ([→ Фиг. 82](#)). Данните може да бъдат изброени в хронологичен ред или по ред на дейностите. Потребителският идентификатор се показва само ако отчетът се изпълнява в режим на супервайзър.

User actions report			
Date	Time	User	Action
2021-06-08	13:53	Administrator	Protocol loaded - Biopsy Xylene with Retort A.
2021-06-08	13:53	Administrator	Protocol loaded - Quick Clean with Retort A.
2021-06-08	13:49	Administrator	Protocol resumed all
2021-06-08	13:48	Administrator	User pause - standardprotocoltypeinvalidate with Retort_A
2021-06-08	13:48	Administrator	Started run -standardprotocoltypeinvalidate with Retort A
2021-06-08	13:48	Administrator	Retort_A: set cassettes number:100
2021-06-08	13:48	Administrator	Retort_A: add baskets count:0
2021-06-08	13:48	Administrator	Try to record basket barcode and cassette image with Retort_B
2021-06-08	13:48	Administrator	Protocol loaded - standardprotocoltypeinvalidate with Retort_A.
2021-06-08	13:48	Administrator	Protocol copied - Biopsy Xylene1234567890 from Biopsy Xylene
2021-06-08	13:48	Administrator	Protocol created - stationcleanvalid

Фиг. 82

Можете да експортирате потребителските дейности, като докоснете **Export** (Експортиране). Ако все още не е поставена USB памет, ще бъдете подканени да поставите USB памет. CSV файлът може да бъде запазен на компютър и отворен в Excel.

Отчет за използване на протокол

Този отчет включва броя на циклите на обработка, касетите и средния брой на касетите в един цикъл за последните пет години ([→ Фиг. 83](#)). Можете да групирате данните по ден, седмица или месец.

Protocol and cassette report - preview							
# Runs	Sep-2021	Aug-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021	Apr-2021	Mar-2021
Test-1	6	0	0	0	0	0	0
Total	6	0	0	0	0	0	0
# Cassettes	Sep-2021	Aug-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021	Apr-2021	Mar-2021
Test-1	2710	0	0	0	0	0	0
Total	2710	0	0	0	0	0	0
# Cassettes per run	Sep-2021	Aug-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021	Apr-2021	Mar-2021
Test-1	451	0	0	0	0	0	0
Total	451	0	0	0	0	0	0

Monthly
Weekly
Daily

Export

▲
▼

Фиг. 83

Можете да експортирате данните за използване на протоколи, като докоснете **Export** (Експортиране). Ако все още не е поставена USB памет, ще бъдете подканени да поставите USB памет. Генерира се файл, съвместим с Excel. Докоснете **Done** (Готово), когато прехвърлянето завърши.

Отчет за използване на реактив

Този отчет включва общия обем на използвания реактив чрез проследяване при неговата смяна (→ Фиг. 84). Можете да покажете данните по ден, седмица или месец.

Reagent change report - preview							
Reagent(Ltr)	Sep-2021	Aug-2021	Jul-2021	Jun-2021	May-2021	Apr-2021	Mar-2021
Ethanol	3.5	0	0	0	0	0	0
Formalin	3.5	0	0	0	0	0	0

Monthly
Weekly
Daily

Export


▲
▼

Фиг. 84

Можете да експортирате данните за използване на реактив, като докоснете **Export** (Експортиране). Ако все още не е поставена USB памет, ще бъдете подканени да поставите USB памет. Генерира се файл, съвместим с Excel. Докоснете **Done** (Готово), когато прехвърлянето завърши.

8.2.3 Регистрационни файлове за събития

Регистрационният файл за събитие (Administration > Event logs (Администрация > Регистрационни файлове за събития)) показва хронология на системните събития. Можете да сортирате събитията по час или по честота. Можете също да филтрирате събитията по тип на събитието, което искате да видите. Можете да добавите съобщение и да го запазите като потребителско събитие.



Фиг. 85

В изгледа по час всеки екземпляр на събитие се изброява с най-скорошните събития в горната част на экрана. Всяко събитие има номер на тип събитие, цветови код на тежестта на събитието (→ стр. 136 – Тежест на събитие), часа, в който е настъпило събитието и описанието на събитието.

В изгледа по честота има един ред за всеки номер на тип събитие, напр. всички 1000 събития – „успешно завършен протокол“ – са представени на един ред. Освен номера на събитието, цветовия код на тежестта и описанието, се показват броят на случаите на събитието и датите и часовете на първото и последното събитие.

Регистрационни файлове за събития могат да бъдат изтрити само от сервизен персонал.

- Докоснете бутона **Show by time/Show by frequency** (Показване по час/Показване по честота), за да превключвате между двета изгледа.
- Докоснете бутона **On filter** (Вкл. филтър), за да отворите диалоговия прозорец **Configuration options ...** (Опции за конфигуриране...), където можете да изберете типовете събития, които да видите. Изберете бутоните в разделите **Retort filter**, **Severity filters** (Филтър за реторта, филтри за тежест) и **Alarm filters** (Филтри за аларми), за да видите свързаните типове събития. Трябва да изберете поне един бутон във всеки раздел, за да видите някакви събития. Например, ако изберете **Retort A** (Реторта А) в **Retort filter** (Филтър за реторта), **Information** (Информация) в **Severity filters** (Филтри за тежест) и **Non-alarmed events** (Събития без аларма) в **Alarm filters** (Филтри за аларми), ще видите всички информационни събития за реторта А, която не е задействала аларма.
- За да създадете потребителско събитие, изберете **Create user event** (Създаване на потребителско събитие). Това отваря екранната клавиатура. Въведете информацията, която искате да запишете, и докоснете **Enter** (Въвеждане), за да добавите съобщението като събитие. Тежестта на събитието ще е „**Information**“ (Информация).

Тежест на събитие

Има три нива на тежест на събитие и всяко има цветови код:

Цветови код	Ниво на тежест	Описание
Зелен	Информация	Нормално събитие, което изисква отговор (напр. успешно завършен протокол) или необичайно събитие, което няма влошаващ ефект (напр. потребител е прекратил протокол).
Оранжев	Предупреждение	Грешка или потенциална грешка, която не спира обработката, нито изисква действие от потребителя. Например реактив извън прага, използван в протокол.
Червен	Грешка	Грешка, която предизвиква прекратяване на действие (напр. защото няма налична станция) или която прави част от инструмента (напр. една реторта) или целия инструмент неизползваем.

8.3 Меню с настройки

Екраните с настройки ви позволяват да преглеждате информация за инструмента и софтуера, да експортирате и импортирате файлове, променяте определени хардуерни настройки и управлявате аларми.

8.3.1 Сервизно обслужване

Отидете в **Settings > Service** (Настройки > Обслужване), за да видите информация за инструмента и софтуера.



Фиг. 86

Областта за информация за модула показва името, местоположението, модела и серийния номер на инструмента. Всички стойности са достъпни само за четене.

Областта за софтуер показва номерата на текущата софтуерна версия. Софтуерната версия може да е необходима при докладване за повреда. Супервайзърите могат да актуализират софтуера, като докоснат бутона **Update** (Актуализация).

Експортиране на файлове

Опцията за експортиране на файлове на экрана **Service** (Обслужване) ви дава възможност да копирате файлове с протоколи, отчети за инциденти и регистрационни файлове на USB памет. Можете също да импортирате файлове с протоколи от USB памет.

Всички потребители – оператори и супервайзъри – могат да прехвърлят файлове.

Наличните опции за прехвърляне на файлове са обяснени по-долу:

- All files (Всички файлове) – изберете тази опция, ако искате да експортирате всички файлове от системата на USB памет.
- Incident report (Отчет за инциденти) – изберете тази опция, ако искате да създадете и да експортирате отчет за инциденти.
- Protocols (Протоколи) – изберете тази опция, ако искате да прехвърлите персонализирани протоколи между системата и USB памет. Процедурата е описана подробно в следващия раздел.

Прехвърляне на протоколи

① Операторите могат само да експортират протоколи.

1. Поставете USB памет в USB порта в лявата част на дисплея. Важно е да поставите USB паметта в началото на тази процедура, защото в противен случай тя може да не бъде разпозната.
2. Докоснете **Settings > Service > Protocols** (Настройки > Обслужване > Протоколи). Появява се екран, показващ локалните протоколи (т.е. дефинираните от потребителя протоколи в инструмента) и дистанционните протоколи (т.е. дефинирани от потребителя протоколи в основната папка на USB паметта, ако има такива). Протоколите, съхранени в директории на паметта, ще бъдат пренебрегнати.
3. Докоснете **Refresh** (Опресняване), за да осигурите актуалността на списъците с протоколи.
4. За да копирате всички дефинирани от потребителя протоколи от инструмента в паметта, докоснете **Export all** (Експортиране на всички).
5. За да копирате един дефиниран от потребителя протокол от инструмента в паметта, изберете го от списъка **Local protocols** (Локални протоколи) и докоснете **Export** (Експортиране).
6. За да копирате всички протоколи от паметта към инструмента, докоснете **Import all** (Импортиране на всички).
7. За да копирате един дефиниран от потребителя протокол от паметта в инструмента, изберете го от **Remote protocols list** (Списък с дистанционни протоколи) и докоснете **Import** (Импортиране).
8. Докоснете **Done** (Готово), когато приключите.

8.3.2 Настройки за обработка

Предупреждение


RMS (Системата за управление на реактива) е настроена на „N/A“ (Няма) или е с грешна стойност.

Състоянието на потреблението на реагент не може да бъде наблюдавано, което може да повлияе на качеството на обработката на тъканите и да причини повреда на пробата.

- Не задавайте RMS на „N/A“ (Няма). Използвайте RMS, за да наблюдавате състоянието на потребление на реагент.
- Настройките на RMS трябва да бъдат удостоверени от потребителя преди стартиране на протокола, т.е. обработка на тъкан с тъкан на пациент за диагностика, в съответствие с местните и регионални изисквания за акредитация.

На екрана Processing settings (Настройки за обработка) (Settings > Processing settings) (Настройки > Настройки за обработка) супервайзърите могат:

- Да активират/деактивират подканата за брой на касетите преди изпълнение на протокол за обработка
- Да задават брой касети за едно пускане по подразбиране
- Да задават стойността за пренос по подразбиране
- Да включват и изключват почистването на парафина
- Да задават протокола за почистване по подразбиране
- Да задават температура на парафина в режим на готовност и точка на топене.
- Да активират/деактивират функцията за почистване на парафина



Фиг. 87

Редица други конфигурационни настройки могат да бъдат преглеждани, но не и променяни. Свържете се с отдела за обслужване на клиентите, за да ги промените. Екранът показва също състоянието на всяка реторта и последния реактив във всяка реторта.

По-долу са описани функциите за управление на екрана **Processing settings** (Настройки за обработка), групирани по раздели.

Общи

- **Conc. Management** (Управление на концентрацията): методът, който системата използва за приписване на стойности на концентрацията на флакони с реактив ([→ стр. 103 – 7.1.2 Управление на концентрацията](#)).
- **Prompt for number of cassettes** (Подкана за броя на касетите): при настройката по подразбиране (**Enabled**) (Активирано) системата ви подканва да въведете броя на касетите преди всяко изпълнение на протокол. Когато функцията е деактивирана, системата предполага, че при всяко изпълнение се обработва броят касети по подразбиране.
- **Default number of cassettes** (Брой касети по подразбиране) – задайте броя на касетите по подразбиране за всеки цикъл на обработка. Ако **Prompt for number of cassettes** (Подкана за броя на касетите) е активирано, диалоговият прозорец с подкана се отваря преди всеки цикъл, показвайки броя на касетите. Можете да приемете или да промените броя. Ако **Prompt for number of cassettes** (Подкана за броя на касетите) е деактивирано, системата използва броя на касетите, въведен тук, за всички цикли на обработка. В този случай се уверете, че сте въвели точна средна стойност. Броят се използва от системата за управление на реактива за изчисление на концентрациите на реактива.
- **Default carryover** (Пренос по подразбиране) – настройката за пренос по подразбиране, използвана за нови протоколи ([→ стр. 91 – 6.1.5 Настройка за пренос](#)).

Проверка на прага на реактива

Четирите бутона в раздела **Reagent threshold check** (Проверка на прага на реактива) на екрана **Processing settings** (Настройки за обработка) показват кои типове прагове на реактив използва системата ([→ стр. 104 – 7.1.3 Прагове](#)). По подразбиране са активирани и четирите типа прагове. Свържете се с представител на отдела за обслужване на клиентите, за да промените която и да е от тези настройки.

- **By cassettes** (По касети) – системата проследява броя на касетите, обработени от реактива, във всяка станция. Ако типът реактив има зададен праг за касети, получавате предупреждение, когато станцията премине този праг.
- **By cycles** (По цикли) – системата проследява броя на циклите за обработка, изпълнени от реактива, във всяка станция. Ако типът реактив има зададен праг за цикли, получавате предупреждение, когато станцията премине този праг.
- **By days** (По дни) – системата проследява броя дни, през които е бил зареден реактивът във всяка станция. Ако типът реактив има зададен праг за дни, получавате предупреждение, когато станцията премине този праг.
- **By conc.** (По концентрация) – системата проследява концентрациите на реактива във всяка станция. Ако типът реактив има зададен праг за концентрация, получавате предупреждение, когато станцията премине този праг.

Реторти

Разделът **Retorts** (Реторти) на екрана **Processing settings** (Настройки за обработка) показва състоянието на и последния реактив, използван във всяка реторта. Той показва и температурата за достъп до празна реторта (т.е. температурата, до която е безопасно да се отвори празна реторта). Системата ви предупреждава, ако започнете действие, което изисква отварянето на реторта, когато температурата в нея надвишава тази стойност.

Глобални настройки


Настройте температурата за топене на парафина и температура на парафина в състояние на готовност в раздела **Global settings** (Глобални настройки) на екрана **Processing settings** (Настройки за обработка).

- Температурата на парафина в състояние на готовност е температурата, до която инструментът нагрява парафина в станциите за парафин. Температурата по подразбиране е 65°C.
- Точката на топене на парафина е температурата, при която инструментът счита парафина за разтопен. Температурата по подразбиране е 56°C.

8.3.3 Настройки на инструмента

Използвайте екрана **Instrument settings** (Настройки на инструмента) (**Settings > Instrument settings** (Настройки > Настройки на инструмента)), за да конфигурирате възрастта и прага на активния въглероден филтър, показването на датата и часа, ръчни действия, време на изкаяване при ръчно източване и мрежови настройки. За всички действия е необходим достъп на супервайзър.

Можете също да затворите инструмента от този екран. Можете да гледате други настройки на екрана **Instrument settings** (Настройки на инструмента), но те могат да бъдат променяни само от сервизен представител.



Фиг. 88

Настройки на активния въглероден филтър

Докоснете бутона **Carbon filter age** (Възраст на въглеродния филтър), за да нулирате възрастта на активния въглероден филтър до нула дни. Трябва да направите това, когато заменяте активния въглероден филтър, така че системата да може да проследява възрастта на филтъра и да предоставя точно предупреждение при надвишаване на този праг за възраст.

Докоснете бутона **Carbon filter threshold** (Праг на въглеродния филтър), за да зададете броя дни, през които може да се използва филтъра, преди да бъде заменен. Текущата стойност на прага зависи от средния брой протоколи, които изпълнявате всеки ден, и типа на използвания реагент. Препоръчваме първоначален праг от 60 дни с корекции само ако сте сигурни, че активният въглероден филтър се насища по-рано или все още е в добро състояние след този период.

Ако използвате външна изпускателна система, задайте прага на активния въглероден филтър на едно от следните:

- Интервалът за проверка на външната система
- Максималната стойност (365) за ограничаване на броя на нежеланите предупреждения
- Отменено (свържете се с вашия сервизен представител, за да активирате тази настройка)

Време на изкопаване при ръчно източване

Супервайзърите могат да променят времето на изкопаване за ръчно източване. Времето на изкопаване е времето, през което системата изчаква изкопаването на реагентите от касетите и стените на ретортите, преди да завърши действието по източване.

Докоснете бутона **Manual drain drip time** (Време на изкопаване при ръчно източване), въведете желания брой секунди и докоснете **OK**.

Изключване на инструмента

Докоснете **Exit software** (Изход от софтуера), за да изключите инструмента по нормален начин. Когато сензорният екран се изключи, изключете от червения бутон за включване и изключване.

Час и дата

Само супервайзъри могат да променят системното време.

- За да промените формата на часа и датата, докоснете **Set date/time format** (Задаване на формат на датата/часа) и след това докоснете желания формат. Променете други формати според необходимото и докоснете **Done** (Готово).
- За да промените часа на системата, докоснете **Set time** (Задаване на часа), превърнете нагоре и надолу до достигане на точния час и докоснете **OK**.

Настройки за език и мерни единици

Можете да преглеждате, но не можете да променяте настройките за език и мерни единици на инструмента. Свържете се с вашия сервизен представител, за да промените която и да е от двете настройки.

Настройки на звука

Супервайзърите могат да избират от редица звуци, които да се издават за съобщения с информация, предупреждения и грешки. Има и управление на силата на звука за всички звуци на инструмента.

- За да промените звука, свързан с типа съобщение, докоснете бутона за тип съобщение в таблицата **Sound settings** (Настройки на звука). Изберете звуков файл в диалоговия прозорец **Select a sound from the following list** (Изберете звук от следния списък) и докоснете **OK**. За да чуете звук в **Select a sound from the following list** (Изберете звук от следния списък), изберете го и докоснете **Play** (Възпроизвеждане).

- За да промените силата на звука, докоснете **Master volume** (Основен звук).

Мрежа

За да конфигурирате мрежата, докоснете бутона **IP settings** (IP настройки).

8.3.4 Опции за проследяване (по избор)



Фиг. 89

- ① За да използвате опциите за проследяване, трябва да поръчате HistoCore I-Scan (поръчка №: 14 0488 58056).

Използвайте екрана **Tracking options** (Опции за проследяване) (**Settings > Tracking options** (Настройки > Опции за проследяване)), за да активирате/деактивирате **Track basket** (Проследяване на кошница), **Recommended protocol** (Препоръчен протокол) и **Camera function** (Функция на камерата).

Проследяване на кошница

Когато функцията **Track basket** (Проследяване на кошница) е активирана, можете да попълните имената на кошниците ([Фиг. 90-1](#)) ([Фиг. 90-3](#)), като сканирате или въведете баркодовете на кошниците при добавяне на кошници в реторти.

Препоръчен протокол

Супервайзърите могат да задават връзка между баркода на кошница и препоръчен протокол. Протоколът трябва да е валидиран. Почистващ протокол не може да бъде избран като препоръчен протокол.

Препоръчен протокол може да бъде свързан с различни идентификатори на кошница. Идентификатор на кошница може да има само една връзка с един препоръчен протокол. Системата сравнява заредения протокол с препоръчаните протоколи автоматично според баркода на кошницата при зареждане на кошницата. Ако зареденият протокол не е същият като препоръчания протокол или двата заредени протокола не са еднакви, изскуча предупредително съобщение и трябва да потвърдите или да промените заредения протокол.


За да добавите нов препоръчен протокол, следвайте тези стъпки.

1. Докоснете бутона **New** (Нов).
2. Попълнете данните на кошницата и протокола, включително идентификатора на кошницата, цвета, името на протокола и типа тъкан.
3. Докоснете **OK**.

За да редактирате препоръчен протокол, докоснете клетката, която искате да актуализирате, и направете промени.

За да изтриете препоръчен протокол, изберете протокола, като докоснете клетката **No. (№)** на протокола, след което докоснете **Delete** (Изтриване).

Функция на камерата



Фиг. 90

Когато **Camera function** (Функция на камерата) е активирано, можете да правите снимки за кошниците ([→ Фиг. 90-2](#)) ([→ Фиг. 90-4](#)) след сканиране на баркода на кошницата при добавяне на кошници в реторти. Изгледът на снимка ([→ Фиг. 90-5](#)) може да се регулира чрез използване на бутони за завъртане по посока на часовниковата стрелка ([→ Фиг. 90-6](#)) и обратно на часовниковата стрелка ([→ Фиг. 90-7](#)). Изтрийте снимката ([→ Фиг. 90-8](#)) и заснемете отново, ако е необходимо

9. Почистване и поддръжка



Предупреждение

Използвате неподходящо оборудване по време на поддръжка.

Нараняване на хора – потребители са наранени от гореща повърхност/остър ръб/остатъци и др.

- Носете ЛПС по време на поддръжка.

Следвайте инструкциите за поддръжка и почистване в тази глава, за да поддържате инструмента в добро работно състояние. Това ще помогне да се гарантира качествена обработка по всяко време и ще се избегнат ненужни обаждания в сервиз.

Уверете се, че инструментът е включен през цялото време, дори когато не работи. Това поддържа парафина разтопен и позволява да се извършват рутинни процедури за превантивна поддръжка, контролирани от софтуера.

Leica Biosystems препоръчва обаждане за превантивна поддръжка веднъж годишно. Свържете се с вашия сервизен представител, за да организирате посещение.

Не използвайте никакви почистващи материали или методи, различни от описаните в тази глава. Използването на други материали и методи може да повреди инструмента.

9.1 Инструменти за почистване и поддръжка

Инструментите за почистване и поддръжка включват:

- стъргало за парафин
- вентилационната тапа на ваничката за парафин

9.1.1 Стъргало за парафин


Стъргалото за парафин може да се използва за изстъргване на парафин от областите около уплътненията на капака на ваничката за парафин и от горната част на ваничката за парафин.

9.1.2 Вентилационна тапа на ваничка за парафин

Вентилационната тапа на ваничката за парафин може да се постави в отвора за въздух на ваничката за парафин. Това ще помогне да се предотврати попадането на парафин в инструмента, когато почиствате около горната повърхност на ваничките за парафин.

9.2 Екран за поддръжка

Екранът Maintenance (Поддръжка) предоставя начин за записване на дейността и интервалите на функциите за рутинна поддръжка.



Фиг. 91

Осемте панела на экрана Maintenance (Поддръжка) се състоят от:

- изображение на инструмента, показващо какво трява да се направи (понякога оцветено в синьо)
- заглавие
- индикатор за това кога елементът е проверен или почищен за последен път и операторът, който го е направил
- връзка към зависими от контекста помощни инструкции.

За да запишете задача по поддръжка:

- докоснете панела за задачата по поддръжка, която сте извършили или предстои да извършите
- докоснете Done (Готово).

Записаните задачи по поддръжка могат да бъдат разгледани в отчета User action (Потребителски действия) (Administration > Reports > User action (Администрация > Отчети > Потребителски действия)).

Поддръжка на екрана

За да заключите екрана, докоснете бутона **Lock for cleaning** (Заключване за почистване). Отваря се диалоговият прозорец за почистване на екрана. Можете да почистите безопасно екрана, без неволно да изберете бутони, докато този диалогов прозорец е отворен.

След като завършите с почистването, докоснете бутоните за почистване на екрана в правилния ред. Това отключва екрана и ви връща към нормална работа.

9.3 График за почистване и поддръжка

Вижте списъка по-долу за редовните задачи по почистване и поддръжка и колко често трябва да се извършват.

Таблицата по-долу е седмичен контролен списък за поддръжка и почистване, който можете да отпечатате, за да използвате като запис на задачите по поддръжка. Поставете инициалите си в съответните клетки в таблицата, когато задачите бъдат изпълнени.

Ежедневно

- Почистете капациите и уплътненията
- Почистете ретортите и сензорите за ниво на течността
- Проверете нивата за запълване на флаconите (включително флаconа за кондензат)
- Проверете нивата на запълване с парафин
- Почистете сензорния екран и горната повърхност
- Проверете тавата за оттичане

Ежеседмично

- Изпразнете флаconа за кондензат
- Почистете бутилките с реактив и проверете конекторите на флаconите
- Проверете ваничките за парафин
- Почистете външните повърхности

60–90 дни

- Сменете активния въглероден филтър
- Проверете уплътненията на капака

Контролен списък за поддръжка

Седмица:							Сериен №:						
	Пон.	Втор.	Сряд.	Четв.		Пет.	Съб.	Нед.					
Дата:													
Ежедневни задачи													
Почистете капаците и уплътненията													
Почистване на ретортите													
Почистване на сензорите за ниво на течностите													
Проверка на нивата на реактивите	Инициал	OK/ T/C	Инициал	OK/ T/C	Инициал	OK/ T/C	Инициал	OK/ T/C	Инициал	OK/ T/C	Инициал	OK/ T/C	Инициал
Проверено = OK Допълнено = T													
Променено = C													
Флакон 1													
Флакон 2													
Флакон 3													
Флакон 4													
Флакон 5													
Флакон 6													
Флакон 7													
Флакон 8													
Флакон 9													
Флакон 10													
Флакон 11													
Флакон 12													
Флакон 13													
Флакон 14													
Флакон 15													
Флакон 16													
Флакон 17													
Парафин 1													
Парафин 2													
Парафин 3													
Парафин 4													
Почистване на горната повърхност													
Почистване на сензорния екран													
Проверете тавата за оттичане													
Ежеседмични задачи													
Изпразнете флакона за кондензат													
Проверка на флаконите с реактив													
Почистване на ваничките за парафин													
Проверка на конекторите на флаконите													
Почистете външните повърхности													
Всеки 60-90 дни													
Сменете активния въглероден филтър													
Проверете уплътненията на капака													

9.3.1 Ежедневни задачи

Почистване на уплътненията (ваничка за парафин и реторта) и въздушните отвори

Използвайте предоставеното пластмасово стъргало, за да изстържете вътрешните повърхности на ретортата и капациите на ваничката за парафин. Подменете повредените уплътнения ([→ стр. 155 – Проверка на уплътненията на капака](#)).


Изстържете около ръбовете на ретортите и около ваничката за парафин в горната част на инструмента, където се намират капациите. Уверете се, че уплътненията на капациите прилепват пълно, когато са затворени.

Уверете се, че във въздушния отвор ([→ Фиг. 92-1](#)) на задния ръб под левия капак на ваничката за парафин няма парафин. Използвайте вентилационната тапа на ваничката за парафин, за да блокирате въздушния отвор за парафин, докато почиствате. Това ще попречи на парафина да изпадне от отвора за парафин.



Фиг. 92

След завършване запишете поддръжката на екрана **Maintenance** (Поддръжка), като докоснете подходящия панел:




Фиг. 93

Можете да отворите изскучащ прозорец с инструкции, като докоснете **Help** (Помощ).

Почистване на сензорите за ниво на течностите

Почиствайте сензорите за ниво на течността (→ Фиг. 95-2) всеки ден. За почистване използвайте кърпа без власинки, навлажнена със 70% етанол. При особено замърсени сензори използвайте разтвор от 6% оцетна киселина вместо етанол.

След завършване запишете поддръжката на экрана Maintenance (Поддръжка), като докоснете подходящия панел:




Фиг. 94

Можете да отворите изскучащ прозорец с инструкции, като докоснете Help (Помощ).

Почистване на ретортата и бъркалката

Почиствайте стените на ретортата всеки ден. За почистване използвайте кърпа без власинки, навлажнена със 70% етанол.



Фиг. 95

- Уверете се, че въздушният отвор (→ Фиг. 95-1) остава непрепречен.
- Ако не можете да премахнете петна с разтвор на етанол, използвайте кърпа без власинки, навлажнена с 6% оцетна киселина или CLR®. Избършете повърхността отново с етанол.
- Проверете филтъра (→ Фиг. 95-3). Ако е замърсен,
 - a. Освободете филтъра на ретортата, като го завъртите нагоре.
 - b. Измийте го добре с разтвор на 70% етанол.
 - c. Завъртете го обратно на място.

**Предупреждение**

Запушване чрез загуба на касети/тъкани от ретортата или примеси от реактиви или парафин


Повреда на проба

- Използвайте кошница по време на обработката. Не поставяйте пробите директно в ретортата.
- Проверете дали ситото е монтирано на дъното на ретортата, преди да стартирате протокол.
- Внимавайте да не изпуснете нищо в ретортата, докато премахвате ситото на ретортата. Наличието на чужди вещества в тръбите може да попречи на правилното функциониране на клапаните.

- Проверете бъркалката ([→ Фиг. 95-4](#)). Ако е замърсена, повдигнете я нагоре и я почистете със 70% етанол.

Ако е повредена, се свържете със сервизен представител за нова бъркалка.

След завършване запишете поддръжката на экрана **Maintenance** (Поддръжка), като докоснете подходящия панел:



Фиг. 96


Можете да отворите изскучащ прозорец с инструкции, като докоснете **Help** (Помощ).

Проверете нивата за запълване на флаconите (включително флаconа за кондензат)

Уверете се, че флаconите с реактив са напълнени до ниво между маркировките **MIN** (Минимум) и **MAX** (Максимум). Добавете още реактив, ако е необходимо (→ стр. 119 – 7.4 Замяна на реактиви). Не пълнете над маркировката **MAX** (Максимум).

Изпразнете флаconа за кондензат, ако е запълnen повече от половината.

След завършване запишете поддръжката на екрана Maintenance (Поддръжка), като докоснете подходящия панел:




Фиг. 97

Можете да отворите изскучащ прозорец с инструкции, като докоснете **Help** (Помощ).

Проверете нивата на запълване с парафин

Уверете се, че ваничките за парафин са напълнени до ниво между маркировките **MIN** (Минимум) и **MAX** (Максимум). Добавете още парафин, ако е необходимо (→ стр. 119 – 7.4 Замяна на реактиви). Не пълнете над маркировката **MAX** (Максимум).

След завършване запишете поддръжката на екрана Maintenance (Поддръжка), като докоснете подходящия панел:




Фиг. 98

Можете да отворите изскучащ прозорец с инструкции, като докоснете **Help** (Помощ).

Почистване на экрана и горната повърхност на инструмента

Заключете сензорния экран, преди да го почистите, като докоснете **Lock for cleaning** (Заключване за почистване). Избършете сензорния экран (или протектора на сензорния экран) с кърпа без власинки, навлажнена със 70% етанол. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или силни разтворители за почистване на сензорния экран.

Използвайте кърпа без власинки, навлажнена със 70% етанол, и ако е необходимо – пластмасовото стъргало за почистване на капаците и други повърхности в горната част на инструмента. Използвайте стъргалото за парафин за пълно отстраняване на парафина. След завършване запишете поддръжката на экрана **Maintenance** (Поддръжка), като докоснете подходящия панел:



Фиг. 99

Можете да отворите изскачащ прозорец с инструкции, като докоснете **Help** (Помощ):

9.3.2 Ежеседмични задачи

Почистете бутилките с реактив и проверете конекторите на флаconите

Проверявайте всички флаconи всяка седмица. Имайте предвид, че тези флаconи се замърсяват. Почиствайте флаconите при следващата замяна на реактива.

Докато се отстраняват флаconите, избършете вътрешната част на шкафа за реактив със 70% етанол.

За почистване на флаconите излейте малко количество пресен реактив (т.е. реактива, за който се използва флаconът), затворете отворите и разклатете. Използвайте уплътняващи капачки на Leica Biosystems за затваряне на флаconа. Изпразнете флаconа и проверете дали е чист. Ако е така, го напълнете отново и го поставете в инструмента. Вижте ([→ стр. 119 – 7.4 Замяна на реактиви](#)) за инструкции как да нулирате свойствата на станциите.

Ако флаconът все още е замърсен, използвайте четка за бутилка и лабораторен детергент, за да го почистите. Изплакнете обилно с вода. След това подгответе флаconа, за да го напълните с реактив:


- При флаconи с формалин и етанол (където реактивът се смесва с вода) изплакнете с малко количество от реактива на бутилката, за да изчистите водата, и след това напълнете отново.

- При флакони за очистители и почистване с разтворител (напр. ксилен, където реактивът не се смесва с вода) изсушете добре, преди да добавите пресен реактив, или изплакнете с малко количество етанол и след това малко количество от реактива на бутилката, преди да напълните отново.

Конекторите за флакони, които се включват в инструмента, може да се разхлабят. Проверявайте конектора всеки път, когато издърпвате флакон. Затегнете здраво, ако е необходимо.

Проверете дали О-пръстенът на гърба на флакона е гладък и неповреден.

След завършване запишете поддръжката на экрана Maintenance (Поддръжка), като докоснете подходящия панел:



Фиг. 100

Можете да отворите изскучащ прозорец с инструкции, като докоснете Help (Помощ).

За да избегнете пръски при почистване на флакони, носете подходящо защитно облекло и очила.

За да избегнете разлив на реактив, уверете се, че капациите са плътно прилепнали и флаконите са здраво включени в конекторите си в задната част на шкафа за реактив.

Не почиствайте флакони с реактив в автоматична съдомиялна машина, тъй като може да се повредят.

Проверете ваничките за парафин

Проверявайте ваничките за парафин всяка седмица, за да видите дали са замърсени. Почиствайте ваничките при следващата смяна на парафина.

Почиствайте ваничките за парафин, докато са топли (тъй като ще се изразходват веднага след източване от инструмента). Никога не опитвайте да почиствате ваничка, докато парафинът от ваничката е в реторта.

Отстранете всички остатъци или утайки от дъното и страните на ваничката, като ги избършете с кърпа без власинки. Внимавайте да не отместите или отстраните коминните филтри. Използвайте вентилационната тапа на ваничката за парафин, за да сте сигурни, че парафинът няма да протече през въздушния отвор за парафин.



Предупреждение

Отворете капака на ваничката за парафин, когато в ретортата има парафин или той се прехвърля.

Нараняване на хора

- Никога не отваряйте капака на ваничката за парафин, когато в ретортата има парафин или той се прехвърля.
Горещият парафин може да се изплъска от ваничката.

Внимавайте при почистване на стените на ваничката за парафин. Стените може да са горещи и да причинят изгаряния.

Почистете външните повърхности

Избърсвайте външните повърхности на инструмента всяка седмица с кърпа, навлажнена с вода и 70% етанол.

Не използвайте силни разтворители.

Подсушете с кърпа без власинки.

9.3.3 60–90 дни

Сменете активния въглероден филтър

Сменяйте активния въглероден филтър на всеки 60 до 90 дни.


Винаги заменяйте активния въглероден филтър, когато софтуерът покаже, че срокът му на годност е истекъл. Работата на инструмента с остатял активен въглероден филтър може да отдели потенциално опасни изпарения в лабораторията.

Администраторът трябва се увери, че прагът на активния въглероден филтър е зададен на подходяща стойност, така че операторите да бъдат предупредени, когато активният въглероден филтър трябва да бъде сменен. Настройката за праг на активния въглероден филтър може да бъде намерена в **Settings > Instrument settings** (Настройки > Настройки на инструмента).

За да замените активен въглероден филтър:

- Отворете капака за дистанционно пълнене/източване.
- Свалете активния въглероден филтър, като издърпвате тъкания му ремък от предната страна.
- Извадете новия филтър от найлоновата му опаковка.
- Вкарайте новия филтър в инструмента. Датата, на която филтърът е бил поставен, може да бъде маркирана на етикета на предната страна.
- Затворете капака за дистанционно пълнене/източване.

След завършване запишете поддръжката на екрана **Maintenance** (Поддръжка), като докоснете подходящия панел:



Фиг. 101

Можете да отворите изскучащ прозорец с инструкции, като докоснете **Help** (Помощ).

Проверка на уплътненията на капака

На всеки 60–90 дни проверявайте уплътненията около капациите на ретортите и капациите на ваничките за парафин. Обадете се на сервиза, за да замените уплътнение, ако то е износено или повредено.

10. Справка

10.1 Насоки за праг на реактив

Таблициите в този раздел изброяват препоръчаните прагове за често използвани реактиви. Има отделни таблици за обработка с ксилен или без ксилен.

Обработка с ксилен

За най-добри резултати промените в реактива за обработка с ксилен трябва да се основават на прагове на концентрация, докато праговете на почистващия реактив трябва да се основават на цикли.

Праговете за реактиви за обработка с ксилен, включително почистващи реактиви, при използване на етанол без клас, са:

	Прагове за смяна на реактив		Крайни прагове на реактив		Макс. температура °C		
Тип	Conc. (%)	Касети или цикли	Conc. (%)	Касети или цикли	Околна среда	Вакуум	Безопасно
Формалин	98,0	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	60	60	45
Етанол	51,0	Неприложимо	98,0	Неприложимо	78	51	45
Ксилен	68,0	Неприложимо	95,0	Неприложимо	138	99	45
Парафин	80,0	Неприложимо	95,0	Неприложимо	100	100	77
Почистващ ксилен	Неприложимо	10 цикъла	Неприложимо	Неприложимо	138	99	45
Почистващ етанол	Неприложимо	10 цикъла	Неприложимо	Неприложимо	78	51	45

Обработка без ксилен

Като цяло промените в реактива за обработка с ксилен трябва да се основават на прагове на концентрация, а праговете на почистващия реактив трябва да се основават на цикли.

	Прагове за смяна на реактив		Крайни прагове на реактив		Макс. температура °C		
Тип	Conc. (%)	Касети или цикли	Conc. (%)	Касети или цикли	Околна среда	Вакуум	Безопасно
Формалин	98,0	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	60	60	45
85% етанол	71,0	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	87	55	45
80/20 етанол/IPA	81,0	Неприложимо	Неприложимо	Неприложимо	78	51	45
IPA	90,0	Неприложимо	95,0	Неприложимо	82	55	45
Парафин	85,0	Неприложимо	95,0	Неприложимо	100	100	77
Cleaning Waxsol	Неприложимо	6 цикъла*	Неприложимо	Неприложимо	100	100	45
Почистващ етанол	Неприложимо	6 цикъла*	Неприложимо	Неприложимо	78	51	45

* Това се различава от препоръката за почистващ етанол при обработка с ксилен, тъй като почистващия разтворител в протоколите без ксилен е по-малко ефективен от почистващия разтворител в протоколите с ксилен.

10.2 Протоколи

Протоколите в този раздел са разработени и обстойно тествани от Leica Biosystems за използване в тъкания процесор. Някои са включени като предварително дефинирани протоколи към системата.

Когато се използват за препоръчаните типове тъкани, всички протоколи осигуряват оптимално качество на обработка с постоянни, висококачествени резултати. Използвайте тези протоколи и предложените конфигурации на станции ([→ стр. 161 – 10.3 Конфигурации на станциите](#)) като отправна точка, когато разработвате протоколи, които отговарят на вашите специфични изисквания и практики.

10.2.1 Тип проба и времетраене на протокола

Следващата таблица изброява времетраенето на препоръчаните протоколи за различните типове преби.

Протокол (часове)	Максимална плътност на тъканта (mm)	Тип проба: Примери
3	<ul style="list-style-type: none"> • <3 • =3 	<ul style="list-style-type: none"> • Всички биопсии с диаметър до 3 mm: стомашно-чревни биопсии, бъбречни, простатни, чернодробни и гръден сърцевини; ударни биопсии на кожата, малки полипи на дебелото черво • Малки преби от неплътни тъкани (например бъбреци, черен дроб, черва), ексцизационни и инцизионни кожни биопсии; кожни елипси
12	<ul style="list-style-type: none"> • 15 × 10 × 4 • 20 × 10 × 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Всички рутинни тъкани до максималните размери (с изключение на мозъчни преби) • Всички рутинни тъкани до максималните размери. Много дебели мастни преби може да изискват по-дълъг протокол.

10.2.2 Списък на предварително дефинираните протоколи

Leica Biosystems осигурява 5 предварително дефинирани протоколи с всяка система. Можете да ги използвате в текущия им вид или да базирате нови протоколи на тях ([→ стр. 97 – 6.2.3 Създаване на нови протоколи](#)).

Предварително дефинираните пребоколи са:

- Biopsy Xylene
- Overnight Xylene
- Biopsy Xylene-free
- Overnight Xylene-free
- Quick Clean

10.2.3 Протоколи с ксилен

Всички протоколи с ксилен по-долу са създадени за използване с конфигурацията за флакон с ксилен ([→ стр. 161 – 10.3 Конфигурации на станциите](#)).

Имайте предвид, че времето за обработка, показано за всеки протокол, е сумата от времето на стъпката и времето за изкопаване за всяка стъпка плюс общото време за пълнене и източване. Времето на стъпката и времето за изкопаване се показват за всяка стъпка в даден протокол; времето за пълнене и източване не се показва.

Biopsy xylene

- Предварително дефиниран стандартен протокол „Ксилен за биопсия“
- Настройка за пренос: 75

Стъпка	Вид реактив	Време (мин.)	Темп. (°C)	P/V	Бъркалка	Време на капене (сек.)
1	Формалин	1	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
2	Етанол	1	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
3	Етанол	1	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
4	Етанол	1	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
5	Етанол	1	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
6	Етанол	15	45	Околна среда	Вкл.	10
7	Етанол	50	45	Околна среда	Вкл.	10
8	Ксилен	1	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
9	Ксилен	5	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
10	Ксилен	35	45	Околна среда	Вкл.	10
11	Парафин	5	65	Вакуум	Вкл.	10
12	Парафин	10	65	Вакуум	Вкл.	10
13	Парафин	25	65	Вакуум	Вкл.	10
Време на обработка:		3 ч. 11 мин.				

Overnight xylene

- Предварително дефиниран стандартен протокол „Ксилен за през нощта“
- Настройка за пренос: 25

Стъпка	Вид реактив	Време (мин.)	Темп. (°C)	P/V	Бъркалка	Време на капене (сек.)
1	Формалин	44	45	Околна среда	Вкл.	10
2	Етанол	30	45	Околна среда	Вкл.	10
3	Етанол	30	45	Околна среда	Вкл.	10
4	Етанол	30	45	Околна среда	Вкл.	10
5	Етанол	30	45	Околна среда	Вкл.	10
6	Етанол	60	45	Околна среда	Вкл.	10
7	Етанол	90	45	Околна среда	Вкл.	10
8	Ксилен	45	45	Околна среда	Вкл.	10
9	Ксилен	45	45	Околна среда	Вкл.	10
10	Ксилен	90	45	Околна среда	Вкл.	10
11	Парафин	60	65	Вакуум	Вкл.	10
12	Парафин	60	65	Вакуум	Вкл.	10
13	Парафин	80	65	Вакуум	Вкл.	10
Време на обработка:		12 ч. 14 мин.				

10.2.4 Протоколи без ксилен

Всички протоколи без ксилен по-долу са създадени за използване с конфигурацията за флакон без ксилен в конфигурации на станции ([→ стр. 161 – 10.3 Конфигурации на станциите](#)).

Имайте предвид, че времето за обработка, показано за всеки протокол, е сумата от времето на стъпката и времето за изкопаване за всяка стъпка плюс общото време за пълнене и източване. Времето на стъпката и времето за изкопаване се показват за всяка стъпка в даден протокол; времето за пълнене и източване не се показва.

Biopsy xylene-free

- Предварително дефиниран протокол без ксилен „Без ксилен за биопсия“
- Настройка за пренос: 75

Стъпка	Вид реактив	Време (мин.)	Темп. (°C)	P/V	Бъркалка	Време на капене (сек.)
1	Формалин	1	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
2	85% етанол	1	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
3	85% етанол	15	55	Околна среда	Вкл.	10
4	80/20 етанол/IPA	5	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
5	80/20 етанол/IPA	35	55	Околна среда	Вкл.	10
6	IPA	1	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
7	IPA	1	Околна среда	Околна среда	Вкл.	10
8	IPA	40	55	Околна среда	Вкл.	10
11	Парафин	30	65	Вакуум	Вкл.	10
12	Парафин	12	65	Вакуум	Вкл.	10
13	Парафин	5	65	Вакуум	Вкл.	10
Време на обработка:		2 ч. 59 мин.				

Overnight xylene-free

- Предварително дефиниран стандартен протокол „Без ксилен за през нощта“
- Настройка за пренос: 26

Стъпка	Вид реактив	Време (мин.)	Темп. (°C)	P/V	Бъркалка	Време на капене (сек.)
1	Формалин	68	55	Околна среда	Вкл.	10
2	85% етанол	30	55	Околна среда	Вкл.	10
3	85% етанол	40	55	Околна среда	Вкл.	10
4	80/20 етанол/IPA	50	55	Околна среда	Вкл.	10
5	80/20 етанол/IPA	90	55	Околна среда	Вкл.	10
6	IPA	30	55	Околна среда	Вкл.	10
7	IPA	60	55	Околна среда	Вкл.	10
8	IPA	120	55	Околна среда	Вкл.	10
11	Парафин	80	65	Вакуум	Вкл.	10
12	Парафин	70	65	Вакуум	Вкл.	10
13	Парафин	60	65	Вакуум	Вкл.	10
Време на обработка:		12 ч. 11 мин.				

10.2.5 Протокол за почистване

Quick clean

- Предварително дефиниран протокол „Quick Clean“ (Бързо почистване).
- Конфигурация на флакона: по един флакон за почистващ разтворител и почистващ етанол.
- Никога не изпълнявайте протокол за почистване, докато има тъкан в ретортата, тъй като сухата стъпка ще повреди тъканта.

Стъпка	Група реактиви	Време (мин.)	Темп. (°C)	P/V	Бъркалка	Време на капене (сек.)
1	Почистващи разтворители	12	75	Околна среда	Вкл.	10
2	Почистващ етанол	6	55	Околна среда	Вкл.	10
3	Стъпка на изсушаване	12	80	Неприложимо	Изкл.	Неприложимо
Време на обработка:		38				

10.3 Конфигурации на станциите

Използвайте конфигурациите на станциите в този раздел за протоколите.

Ако обмисляте алтернативни конфигурации на станции, не забравяйте да вземете предвид как ще конфигурирате вашите протоколи, включително метода за избор на реагент ([→ стр. 89 – 6.1.2 Метод за избор на реагент](#)).

Например, някои лаборатории използват изрично етанол с клас с типове реагенти, идентифицирани като „Етанол 70%“, „Етанол 90%“ и т.н. Този вид конфигурация на станцията изисква протоколите да използват избор на тип (или станция) и протоколите трябва да бъдат конфигурирани да използват класовете етанол в правилния ред.

Конфигурация на ксилена

Това е препоръчаната конфигурация на станциите при изпълнение на протоколи с ксилен. Вижте бележката по-долу за специални условия за първоначалната настройка на флакона и при пълна смяна на всички флакони с етанол.

Станция	Реактив
S1	Формалин
S2	Формалин
S3	Етанол (70%)*
S4	Етанол (90%)*
S5	Етанол
S6	Етанол
S7	Етанол
S8	Етанол
S9	Етанол
S10	Етанол
S11	Етанол
S12	Ксилен
S13	Ксилен
S14	Ксилен
S15	Ксилен
S16	Почистващ ксилен
S17	Почистващ етанол
W1	Парафин
W2	Парафин
W3	Парафин
W4	Парафин

*Всички етанолови дехидратанти след фиксатор трябва да бъдат етикетирани и наименувани в софтуера „Ethanol“ (Етанол). Въпреки това, ако поставяте флакони на нов инструмент или сменяте всички флакони с етанол наведнъж, първият и вторият флакон трябва да бъдат напълнени съответно със 70% и 90% етанол. При продължаване на работата и при подкана да замените влошени флакони, заменете със 100% етанол. Други флакони с първоначално по-висока концентрация ще се влошат, така че винаги ще има поне един флакон с ниска концентрация.

Конфигурация без ксилен

Това е препоръчаната конфигурация на станциите при изпълнение на протоколи без ксилен. Вижте бележката под таблицата за специалните условия, приложими към първоначалната настройка на флакона и при едновременна смяна на всички флакони с 85% етанол.

Станция	Реактив
S1	Формалин
S2	Формалин
S3	85% етанол *
S4	85% етанол *
S5	85% етанол
S6	85% етанол
S7	80/20 етанол/IPA
S8	80/20 етанол/IPA
S9	80/20 етанол/IPA
S10	IPA
S11	IPA
S12	IPA
S13	IPA
S14	Почистващ ксилен
S15	Почистващ ксилен
S16	Почистващ етанол
S17	Почистващ етанол
W1	Парафин
W2	Парафин
W3	Парафин
W4	Парафин

*Всички етанолови дехидратанти след фиксатор трябва да бъдат етикетирани и наименувани в софтуера „85% Ethanol“ (Етанол). Въпреки това, ако поставяте флакони на нов инструмент или сменяте всички флакони с етанол наведнъж, първите два флакона трябва да бъдат напълнени със 70% (но все пак ще бъдат наименувани „85% Ethanol“). При продължаване на работата и при подкана да замените влошени флакони, заменете с 85% етанол. Други флакони с първоначално по-висока концентрация ще се влошат, така че винаги ще има поне един флакон с ниска концентрация.

10.4 Температури на стъпки от протоколи

Тъканият процесор използва пет типа протоколи, подходящи за различни типове обработка. Всеки тип има набор от последователности за съвместимост с реактиви, които отговарят на предвидената употреба ([→ стр. 164 – 10.5 Таблици за съвместимост на реактивите](#)). Допустимият температурен диапазон за всяка стъпка също зависи от типа на протокола. В следващите раздели са изброени температурните диапазони на протоколите и типичните последователности на протоколите.

Тип протокол	Темп. диапазон на ретортата за реактив	Темп. диапазон на ретортата за парафин	Темп. диапазон на ваничката за парафин
Стандартен	35°C до 65°C	58°C до 77°C	55°C до 85°C
Без ксилен	35°C до 65°C	58°C до 77°C	55°C до 85°C
Почистващ	35°C до 85°C	Неприложимо	55°C до 85°C

10.5 Таблици за съвместимост на реактивите

Таблиците за съвместимост на реактивите определят допустимите последователности на реактивите. Последователностите варират в зависимост от работата или типа протокол.

Ръчно действие

Текуща стъпка	Предишна стъпка										
	Няма	Фиксатори	Технологична вода	Дехидратанти	IPA	Премахва мастна тъкан	След премахване на мастна тъкан	Очистители	Парафин	Почистващи разтворители	Почистващ етанол
Y = Съвместим											
Фиксатори	Y	Y	Y	Y							Y
Технологична вода	Y	Y	Y	Y							Y
Дехидратанти	Y	Y	Y	Y	Y						Y
IPA	Y				Y						
Премахва мастна тъкан	Y			Y	Y				Y	Y	
След премахване на мастна тъкан	Y			Y	Y	Y	Y		Y	Y	
Очистители	Y			Y	Y	Y	Y		Y	Y	
Парафин	Y				Y		Y	Y	Y	Y	
Почистващи разтворители	Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Почистващ етанол	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	

Стандартна обработка

Текуща стъпка	Предишна стъпка							
Y = Съвместим	Няма	Фиксатори	Технологична вода	Дехидратанти	Премахва мастна тъкан	След премахване на мастна тъкан	Очистители	Парафин
Фиксатори	Y	Y	Y					
Технологична вода	Y	Y	Y					
Дехидратанти	Y	Y	Y	Y				
Премахва мастна тъкан	Y			Y	Y			
След премахване на мастна тъкан	Y			Y	Y	Y		
Очистители	Y			Y	Y	Y	Y	
Парафин	Y						Y	Y

Протокол за почистване

Текуща стъпка	Предишна стъпка										
Y = Съвместим	Няма	Фиксатори	Технологична вода	Дехидратанти	IPA	Премахва мастна тъкан	След премахване на мастна тъкан	Очистители	Парафин	Почистващи разтворители	Почистващ етанол
Почистващи разтворители	Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Почистващ етанол	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Стандартна обратна обработка (с цел премахване на парафин)

Текуща стъпка	Предишна стъпка							
Y = Съвместим	Почистващи разтворители	Почистващ етанол	Няма	Дехидратанти	Премахва мастна тъкан	След премахване на мастна тъкан	Очистители	Парафин
Почистващи разтворители	Y		Y					Y
Почистващ етанол	Y	Y	Y					
Дехидратанти		Y	Y	Y				
Премахва мастна тъкан		Y	Y	Y	Y			
След премахване на мастна тъкан		Y	Y	Y	Y	Y		
Очистители		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Парафин			Y				Y	Y

Обработка без ксилен

Текуща стъпка	Предишна стъпка					
Y = Съвместим	Няма	Фиксатори	Технологична вода	Дехидратанти	IPA (група)	Парафин
Фиксатори	Y	Y	Y			
Технологична вода	Y	Y	Y			
Дехидратанти	Y	Y	Y	Y		
IPA (група)	Y			Y	Y	
Парафин	Y				Y	Y

*Типът реактив ще бъде избран по време на създаването на протокол за обработка в режим без ксилен.

Обратна обработка без ксилен (с цел премахване на парафин)

Текуща стъпка	Предишна стъпка					
Y= Съвместим	Почистващи разтворители	Почистващ етанол	Няма	Дехидратанти	IPA (група)	Парафин
Почистващи разтворители	Y		Y			Y
Почистващ етанол	Y	Y	Y			
Дехидратанти		Y	Y	Y		
IPA (група)		Y	Y	Y	Y	
Парафин			Y		Y	Y

11. Отстраняване на неизправности

11.1 Предварителни въпроси

Когато изпитате трудности с блокове, които са трудни за разделяне на участъци, първо съберете възможно най-много информация, за да помогнете при анализирането на проблема. Ето някои въпроси, които да си зададете:

1. Софтуерът на инструмента показал ли е грешка в изпълнението? Предупрежденията и алармите за инструмента ще покажат на екрана и в регистрационния файл за събития.
2. Имало ли е нещо различно по отношение на цикъла, при който се е получила проблемна проба, в сравнение с предишните успешни цикли, напр. насърко променен флакон с реактив?
3. Има ли възможност да е била допусната грешка при смяна на реактиви в процесора? Проверете дали във всеки флакон има подходящ реактив.
4. Екранът за станциите за реактив записва концентрациите на реактива. Той показва и колко касети са преминали през реактива и в колко цикли е използвал реактивът от последната смяна на реактива. Проверете дали са правилни.
5. Има ли реактиви, надвишаващи препоръчаните прагове за чистота?
6. Използван ли е действително предвиденият протокол за обработка? Например, възможно ли е пробите, предназначени за протокол с по-дълготрайна обработка, да са били пуснати с протокол с по-краткотрайна обработка?
7. Пробите обработени ли са по обичайния протокол за преби от този размер и тип и това като цяло дава добри резултати? Ако е така, проблемът вероятно не е в параметрите на протокола.
8. Дали пробите са били най-отгоре в ретортата? Кошниците правилно ли са били поставени в ретортата?
9. Дали са засегнати всички преби в партидата или само някои от тях? Дали всички преби са били от сходен тип? Дали всички са били от един и същ източник? Отговорите на тези въпроси може да посочат проблем преди обработката на тъканите.
10. Към проблемните преби приложена ли е нормална фиксация?


Тези въпроси би трябвало да ви помогнат да определите какво се е объркало. Ако все още не сте сигурни за причината за проблема, трябва да съберете възможно най-много информация, като внимателно прегледате пробите. Внимателното изследване на блоковете може да потвърди това, което подозирате. Микроскопското изследване също ще предостави ценна информация за това какво може да се е объркало.

11.2 Блок-схеми

Този раздел съдържа осем блок-схеми за различни проблеми при обработката.


- Недостатъчно обработена тъкан – настройка на инструмента
- Прекомерно обработена тъкан – настройка на инструмента
- Недостатъчно и прекомерно обработена тъкан – реактиви
- Неправилна обработка – неправилен протокол
- Неправилна обработка – правилен протокол
- Артефакт от рязане
- Артефакт от оцветяване
- Артефакт от блок

11.2.1 Недостатъчно обработена тъкан – настройка на инструмента




Фиг. 102

11.2.2 Прекомерно обработена тъкан – настройка на инструмента




Фиг. 103

11.2.3 Недостатъчно и прекомерно обработена тъкан – реактиви




Фиг. 104

11.2.4 Неправилна обработка – неправилен протокол




Фиг. 105

11.2.5 Неправилна обработка – правилен протокол




Фиг. 106

11.2.6 Артефакт от рязане




Фиг. 107

11.2.7 Артефакт от оцветяване



Фиг. 108

11.2.8 Артефакт от блок



Фиг. 109

11.2.9 Препоръки за повторна обработка

Не всички проблемни тъкани изискват повторна обработка. В този раздел са разгледани някои често срещани проблеми и възможни решения.

1. Трудна за обработка, крехка или прекомерно обработена тъкан

Обработете повърхността на открытата тъкан в блока с рехидратиращо или омекотяващо средство, като:

- Топящ се лед
- 0,2% воден Teerol™ или друг омокряща средство
- Омекотител за тъкани 5% (напр. Downy™)
- Mollifex™
- 9% глицерол в 60% етанол

Третирайте за няколко минути, изплакнете, охладете и отрежете отново.

Повторната обработка не е подходяща, защото ще доведе до допълнителна прекомерна обработка.

2. Зърниста тъкан поради калциеви отлагания

Обработете повърхността на открытата тъкан в блока с декалцифициращо средство за 15-30 минути. (Времето зависи от използваното декалцифициращо средство.) Изплакнете, за да премахнете киселината, охладете и отрежете отново.

Повторната обработка на тъкан, която съдържа калций или други минерални отлагания, не подобрява качествата при рязане. Калцият трябва да бъде отстранен.

3. Твърда набръчкана тъкан – изсушена преди парафиновата инфилтрация

Накиснете в голям обем разтвор за реконституиране за 2–24 часа. (Времето зависи от размера и естеството на тъканта и тежестта на изсушаване.) Разтворите за реконституиране включват:

- Неутрален буфериран формалин
- Изотоничен физиологичен разтвор
- Раствор на Sandison
 - a. 50 mL 1% воден формалин
 - b. 30 mL 96% етанол
 - c. 20 mL 5% натриев карбонат
- Етанол-глицерол
 - a. 90 mL 60% етанол
 - b. 10 mL глицерол

След това обработете тъканта по нормален начин.

4. Твърда набръчкана тъкан – изсушена, но обработена до парафин

Отстранете парафина и рехидратирайте, както е посочено в проблем 6 по-долу. Нанесете разтвор за реконституиране, както е описано в проблем 3.

5. Тъкан, недостатъчно инфильтрирана с парафин

Поставете касетите обратно във ваничката за парафин с вакуум, с включена бъркалка и температура 65°C. Това може да е необходимо, когато тъканта е била преждевременно отстранена от парафина.

6. Адекватно фиксирана недостатъчно обработена тъкан

Този проблем може да е поради твърде кратък протокол, твърде голяма прoba или неизправност в процесора. Препоръчват се четири решения, но първо открийте проблема и го коригирайте. Проверете фиксирането, като прокарате контролна тъкан през процесора, преди да обработите повторно тъканта от пациента (или използвайте друг процесор).

Бележка: За следните решения първо разтопете блоковете, отстранете излишния парафин и след това поставете пробите в нови касети. Това намалява риска от замърсяване с парафин на реактивите за обработка.

A. Метод на Tagart

Поставете касетите в чаша с изотоничен физиологичен разтвор (воден разтвор на 0,9% натриев хлорид) в инкубатор при 65°C за 1 час. Парафинът се издига на повърхността. Отстранете тъканта и обработете отново от формалин, като използвате протокол, подходящ за нейния размер и естество ([→ стр. 157 – 10.2.1 Тип прoba и времетраене на протокола](#)).

Физиологичният разтвор нежно рехидратира тъканта, която след това може да се обработва нормално. Физиологичният разтвор е нетоксичен реактив, който може безопасно да се използва в открита лаборатория.

Б. Бърз обратен процес

Обработете с помощта на бърз модифициран протокол за почистване ([→ стр. 178 – Протокол за бързо обратно почистване](#)). Не използвайте протокола за почистване Quick Clean по подразбиране или протоколи, получени на негова основа, защото те завършват със стъпка на изсушаване, която ще уреди тъканта. След протокол за почистване обработете отново от формалин, като използвате график, подходящ за размера и естеството на пробата ([→ стр. 157 – 10.2.1 Тип прoba и времетраене на протокола](#)).

Реактивите за почистване на процесора осигуряват удобен автоматизиран метод за премахване на парафин и прехвърляне на тъканта обратно към етанол. Това обаче е потенциално по-груб метод от методи A или B.

B. Бавен обратен процес

Обработете с помощта на модифициран протокол за почистване за период, равен на времето, необходимо за обработка напред на тъканта ([→ стр. 179 – Протокол за бавно обратно почистване](#)). След това обработете отново от формалин, като използвате график, подходящ за размера и естеството на пробата ([→ стр. 157 – 10.2.1 Тип проба и времетраене на протокола](#)).

Дългият обратен процес е много нежен към тъканта. Ако времето позволява, това е предпочитаната опция.

7. Тъкан, засегната от формалин по време на очистване или парафинова инфильтрация

Този проблем може да възникне, ако изтичащ клапан позволява на формалин да тече във ваничката за парафин. Ако забележите такъв проблем, свържете се с екипа за поддръжка на клиентите и поискайте вашият инструмент да бъде тестван.

Замърсяването с формалин се характеризира със син оттенък в ядрата, загуба на детайли на хроматина, ядрено свиване, променлива еозинофилия и цитоплазмено подуване и/или свиване.

Първо разтопете блоковете, отстранете излишния парафин и след това поставете пробите в нови касети. Това намалява риска от замърсяване с парафин на реактивите за обработка. След това подложете блоковете на обратна обработка по който и да е от методите, изброени за проблем 6. След това накиснете в разтвор за извлечение на Tris-HCl с високо pH (например Leica BOND Epitope Retrieval Solution 2) за 2–12 часа при стайна температура.

Тази обработка подобрява оцветявящите качества на H&E, режещите качества на тъканта и кохезионността на среза. Малко вероятно е ядрените детайли, цитоплазменото подуване и дефиницията да се подобрят.

8. Неадекватно фиксирана, недостатъчно обработена тъкан

Възможна корекция е тъканта да се подложи на бавна обратна обработка ([→ стр. 178 – В. Бавен обратен процес](#)), да се приложи допълнително фиксиране с формалин, след което да се обработи повторно, като се използва график, подходящ за размера и естеството на пробата ([→ стр. 157 – 10.2.1 Тип проба и времетраене на протокола](#)).

Нефиксираната или лошо фиксирана тъкан се уврежда при обработка. Етанолът и високите температури оказват фиксиращ ефект, различен от този на формалдехида. В резултат на това блоковете стават по-податливи на втвърдяване и свиване. Когато това се комбинира с недостатъчна обработка, блоковете може да станат неизползваеми.

Протокол за бързо обратно почистване

Стъпка	Вид реактив	Време (мин.)	Темп. (°C)	P/V	Бъркалка	Време на капене (сек.)
1	Почистващи разтворители	12	65	Околна среда	Вкл.	10
2	Почистващ етанол	6	55	Околна среда	Вкл.	10
Време на обработка:		18				

Протокол за бавно обратно почистване

Стъпка	Вид реактив	Време (мин.)	Темп. (°C)	P/V	Бъркалка	Време на капене (сек.)
1	Почистващи разтворители	60	65	Околна среда	Вкл.	10
2	Почистващи разтворители	60	65	Околна среда	Вкл.	10
3	Почистващ етанол	60	45	Околна среда	Вкл.	10
4	Почистващ етанол	60	45	Околна среда	Вкл.	10
Време на обработка:		240				

11.3 Прекъсване на електрозахранването

Ако има признаци за прекъсване на захранването на инструмента, проверете за съобщения за грешка, показващи естеството на проблема, след възстановяване на захранването. Следвайте инструкциите на екрана за боравене с пробите.

11.4 Срив или замръзване на основния софтуер

Ако има признаци за срив или замръзване на основния софтуер, проверете за съобщения за грешка, показващи естеството на проблема, след рестартиране на инструмента. Следвайте инструкциите на екрана за боравене с пробите.

12. Информация за поръчки

Описание на част	Поръчка №
HistoCore I-Scan kits	14 0488 60946
Кука за кошница	14 0488 58177
Кошница за касета	14 0488 58160
Сини клипове с матрица на данните	14 0488 58176
Черни клипове с матрица на данните	14 0488 58173
Отпечатани стикери с баркод	14 0488 60133
Комплект флакони за реактив	14 0488 57899
Капачка за флакон	14 0488 57901
Вентилационна тапа на ваничка за парафин	14 0488 58088
Интерфейс за отработени газове	14 0493 53387
Активен въглероден филтър	14 0488 58136
Тръба за дистанционно пълнене/източване на реактиви	14 0488 60134
Тръба за дистанционно пълнене/източване на парафин	14 0488 60135
Стъргало за парафин	14 0393 53643
Смазка Molykote 111, 100 g	14 0336 35460
0-пръстен	14 0493 51361
Комплект залепващи се етикети за флакони	14 0488 60131
Комплект залепващи се етикети с номера за флакон	14 0488 60148
Сглобка джоб за принадлежности	14 0488 60153
Кръстосан конектор 21,85*5 mm	14 6000 05407
Тава за оттичане	14 0488 59324
Амортизор	14 0488 59321
M4x8 EN ISO 7380	14 3000 00065
M6x35 ISO4762 изцяло резбован	14 3000 00537
Права отвертка	14 0488 60138
Гаечен ключ 17 mm	14 0488 60142
Изпускателна тръба	14 0422 31975

A1. Информация за обеззаразяване

Всеки продукт, който трябва да бъде върнат на Leica Biosystems или обслужен на място, трябва да бъде правилно почистен и обеззаразен. Съответният шаблон за сертификат за обеззаразяване може да бъде намерен на нашия уебсайт www.LeicaBiosystems.com в менюто за продукти. Шаблонът трябва да се използва за въвеждане на всички задължителни данни.

При връщане на продукт трябва да бъде приложено или предадено на сервизен техник копие от попълнения и подписан сертификат за обеззаразяване. Потребителят носи отговорност за продукти, които са върнати без попълнен сертификат за обеззаразяване или с липсващ сертификат за обеззаразяване. Върнатите пратки, които са класифицирани от компанията като потенциален източник на опасност, ще бъдат върнати на подателя за негова сметка и риск.

A2. Гаранция и сервизно обслужване

Гаранция

Leica Biosystems Nussloch GmbH гарантира, че доставеният по договор продукт е подложен на комплексна процедура за контрол на качеството, базирана на вътрешните стандарти за тестване на Leica, и че продуктът е безупречен и отговаря на всички гарантирани технически спецификации и/или договорени характеристики.

Обхватът на гаранцията се основава на съдържанието на сключния договор. Изрично се прилагат гаранционните условия на вашата търговска организация на Leica или организацията, от която сте закупили договорния продукт.

Информация за сервизно обслужване

Ако имате нужда от техническа поддръжка за клиенти или резервни части, моля, свържете се с вашия представител на Leica или с търговеца на Leica, откъдето сте закупили инструмента.

Изискава се следната информация за продукта:

- Име на модел и сериен номер на инструмента.
- Местоположение на инструмента и име на лицето по договор.
- Причина за обаждането за сервизно обслужване.
- Дата на доставката.



Предупреждение

За да се предотврати повреда на инструмента и пробите, само принадлежности и резервни части, които са оторизирани от Leica, може да се монтират или използват с инструмента.

Извеждане от експлоатация и изхвърляне

Инструментът или частите на инструмента трябва да се изхвърлят в съответствие със съществуващите приложими местни разпоредби.

Физически живот

Физическият живот на оборудването е 7 години. Физическият живот на този продукт е определен според действителната ситуация след пускането на продукта на местния пазар. Потребителите трябва да поддържат продукта в съответствие с изискванията на инструкциите за употреба и трябва да гарантират, че продуктът може да се използва безопасно и ефективно.

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Германия

Тел.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268
Интернет страница: www.LeicaBiosystems.com