

HistoCore MULTICUT

Microtomo rotativo

Manuale d'istruzioni

Italiano

N° ordine: 14 0518 80107 - Revisione I

Conservare sempre nelle vicinanze dello strumento.

Leggere attentamente prima della messa in funzione.

CE



Le informazioni, i dati numerici, le note e i valori riportati in questo manuale rappresentano l'attuale stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche acquisite da Leica grazie all'esperienza maturata in questo campo.

Leica non ha l'obbligo di aggiornare periodicamente il presente manuale in base agli ultimi sviluppi tecnici né di fornire alla propria clientela copie aggiuntive o aggiornamenti, ecc. di questo manuale.

Leica declina ogni responsabilità per eventuali errori in informazioni, disegni, illustrazioni tecniche, ecc. contenute in questo manuale nei limiti del sistema legale nazionale applicabile ad ogni singolo caso.

In particolare si declina ogni responsabilità per eventuali perdite finanziarie o danni consequenziali causati o derivanti da dichiarazioni o altre informazioni contenute in questo manuale.

Le affermazioni, i disegni, le illustrazioni e ogni altra informazione relativa al contenuto o a dettagli tecnici del presente manuale non vanno considerate caratteristiche garantite dei nostri prodotti.

Queste ultime sono determinate esclusivamente dalle clausole contrattuali concordate tra Leica e il cliente.

Leica si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche e i processi di produzione senza preavviso. Soltanto in questo modo è infatti possibile migliorare la tecnologia e le tecniche di costruzione impiegate per i nostri prodotti.

Questo documento è protetto nell'ambito delle leggi sul copyright. I diritti d'autore di questo documento appartengono a Leica Biosystems Nussloch GmbH.

La riproduzione parziale o per intero di testo e illustrazioni mediante stampa, fotocopie, microfiche, web cam o altri metodi, compreso qualsiasi sistema o mezzo elettronico, richiede un'esplicita autorizzazione rilasciata per iscritto da Leica Biosystems Nussloch GmbH.

I numeri di serie e l'anno di fabbricazione sono disponibili sulla targhetta identificativa sulla parte posteriore dello strumento.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
D-69226 Nussloch
Germania

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com

Prodotto su commissione da Leica Microsystems Ltd. Shanghai

Indice

1.	Informazioni importanti	7
1.1	Simboli utilizzati nel testo e loro significato	7
1.2	Tipo di strumento	9
1.3	Scopo previsto	9
1.4	Gruppo di operatori	9
2.	Sicurezza	10
2.1	Avvertenze di sicurezza	10
2.2	Avvertenze di pericolo	10
2.2.1	Contrassegni sullo strumento	11
2.2.2	Trasporto e installazione	11
2.2.3	Utilizzo dello strumento	13
2.2.4	Pulizia e manutenzione	20
2.3	Dispositivi di protezione integrati	22
2.3.1	Blocco del volantino manuale	22
2.3.2	Protezione salva dita sul portalama	23
3.	Componenti dello strumento e caratteristiche	25
3.1	Panoramica — componenti dello strumento	25
3.2	Specifiche dello strumento	26
3.3	Dati tecnici	27
4.	Messa in funzione dello strumento	30
4.1	Requisiti del luogo d'installazione	30
4.2	Parti fornite - lista d'imballo	30
4.3	Disimballaggio e installazione	32
4.4	Assemblaggio del volantino	35
4.5	Connessioni elettriche	35
4.5.1	Controllo della tensione	36
4.5.2	Collegamento dell'alimentazione	36
4.5.3	Collegamento del pannello di controllo	37
4.6	Accensione dello strumento	37
5.	Uso	39
5.1	Elementi operativi e loro funzioni	39
5.1.1	Pannello di controllo dello strumento	39
5.1.2	Pannello di controllo separato	40
5.1.3	Display ed elementi di comando	41
5.1.4	Volantino elettronico di avanzamento rapido	49
5.1.5	Alloggiamento portacampione orientabile micrometricamente	49
5.1.6	Regolazione micrometrica della compensazione della forza	51
5.2	Inserimento del portalama due in uno E	52

5.2.1	Attivazione della base del portalama	52
5.2.2	Inserimento del portalama due in uno E	53
5.3	Regolazione dell'angolo di spoglia	53
5.4	Inserimento del morsetto per cassette universale	54
5.5	Bloccaggio del campione.....	55
5.6	Bloccaggio della lama/lama usa e getta	55
5.7	Sgrossatura del campione	58
5.8	Sezionamento.....	59
5.9	Sostituzione del campione o interruzione del sezionamento.....	62
5.10	Completamento del lavoro quotidiano	63
6.	Accessori opzionali.....	64
6.1	Sistema di orientamento per portacampione completo	64
6.1.1	Sistema di orientamento rigido per portacampione	64
6.1.2	Sistema di orientamento per portacampione orientabile	65
6.1.3	Sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente.....	65
6.1.4	Sistema di bloccaggio rapido	66
6.2	Morsetti portacampione e supporti del campione	66
6.2.1	Morsetto portacampione standard.....	67
6.2.2	Morsetto per cassette universale.....	67
6.2.3	Morsetto per super cassette	69
6.3	Base del portalama e portalama.....	70
6.3.1	Portalama due in uno E.....	70
6.3.2	Base del portalama senza funzione di spostamento laterale	72
6.3.3	Portalama E con canale per l'acqua per lame a nastro stretto.....	72
6.3.4	Portalama N.....	73
6.4	Vaschetta di raccolta sezioni di scarto.....	75
6.5	Retroilluminazione	75
6.6	Vaschetta superiore.....	76
6.7	Supporto universale per microscopio.....	76
6.8	Lente d'ingrandimento, illuminazione a LED	79
6.9	Accessori opzionali	81
6.10	Informazioni per gli ordini.....	90
7.	Risoluzione degli errori	92
7.1	Codici errore.....	92
7.2	Possibili guasti	93
7.3	Guasti allo strumento	96
7.4	Guasti al portalama due in uno E	97
7.4.1	Sostituire la piastra di pressione	97
7.4.2	Montaggio del morsetto superiore sul segmento d'arco	98

Indice

7.5	Impostazione del sistema di serraggio del morsetto sulla piastra base.....	98
8.	Pulizia e manutenzione.....	99
8.1	Pulizia dello strumento.....	99
8.2	Manutenzione.....	103
8.2.1	Sostituzione dei fusibili.....	103
8.3	Avvertenze di manutenzione.....	103
8.4	Lubrificazione dello strumento.....	104
9.	Garanzia e assistenza.....	106
9.1	Garanzia.....	106
9.2	Informazioni sull'assistenza tecnica.....	106
9.3	Smontaggio e smaltimento.....	106
10.	Conferma decontaminazione.....	107

1. Informazioni importanti

1.1 Simboli utilizzati nel testo e loro significato



Pericolo:

Indica un'imminente situazione pericolosa, la quale, se non evitata, causa la morte o gravi lesioni.



Avviso:

Se il pericolo non viene evitato, può provocare la morte o gravi lesioni.



Attenzione:

Indica una situazione potenzialmente pericolosa, la quale, se non evitata, potrebbe causare la morte o gravi lesioni.



Avvertenza:

Indica una situazione che potrebbe causare danni materiali o, se non evitata, danni alla macchina o ad altri oggetti nelle vicinanze.



Consiglio:


Dà consigli su come semplificare il flusso di lavoro.

1

→ "Fig. 7 - 1"

Numeri degli elementi per numerare le illustrazioni.


Le cifre in rosso si riferiscono ai numeri di posizione riportati nelle illustrazioni.



Produttore



Numero d'ordine



Numero di serie



Data di produzione



Osservare il manuale d'istruzioni.



Attenzione, per misure precauzionali consultare il manuale d'istruzioni.



Strumento medico per diagnostica in vitro (IVD)



Il marchio CE di conformità del produttore indica che il prodotto medico soddisfa le disposizioni delle direttive CE vigenti.



La finestra corrispondente al Paese di Origine indica in quale Paese è stata eseguita la trasformazione finale del prodotto.



Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed = conformità valutata del Regno Unito) è il nuovo marchio di certificazione dei prodotti del Regno Unito utilizzato per contrassegnare le merci immesse sul mercato della Gran Bretagna (cioè Inghilterra, Galles e Scozia). Riguarda diversi prodotti per i quali era precedentemente richiesto il marchio CE.



Simbolo per il contrassegno di apparecchi elettrici ed elettronici ai sensi dell'art. 7 della ElektroG. ElektroG è la legge sulla commercializzazione, il ritiro e lo smaltimento eco-compatibile di apparecchi elettrici ed elettronici.



Il marchio CSA indica che un prodotto è stato testato e che è conforme alle normative sulla sicurezza e/o sulle prestazioni in vigore, incluse le norme rilevanti stabilite e coordinate dall'Ente normatore degli USA (American National Standards Institute - ANSI), dagli Underwriters Laboratories (UL), dall'Associazione Canadese sugli Standard (Canadian Standards Association - CSA), dalla National Sanitation Foundation International (NSF) e altri istituti.



Simbolo per corrente alternata



Terminale PE



Interruttore on



Interruttore off



Il contenuto del collo è fragile e deve essere maneggiato con cautela.



Il collo deve essere conservato in un ambiente asciutto.




Consente al massimo 3 livelli d'impilamento



Indica la corretta posizione verticale del collo.

Transport temperature range:



Mostra l'intervallo di temperatura da rispettare per la conservazione e il trattamento del collo durante il trasporto.

Minimo -29°C

Massimo $+50^{\circ}\text{C}$

Storage temperature range:



Mostra l'intervallo di temperatura da rispettare per lo stoccaggio del collo.
 Minimo +5°C
 Massimo +50°C



Mostra il campo di umidità da rispettare per lo stoccaggio e il trasporto del collo.
 minimo 10% UR
 massimo 85% UR



Nel sistema Shockwatch, un punto diventa di colore rosso indicando urti o impatti oltre una specifica intensità. Superando un'accelerazione definita (valore g), l'indicatore cambia colore.



Indica che l'articolo può essere riciclato in presenza di strutture adeguate.

1.2 Tipo di strumento

Tutti i dati contenuti nel presente manuale d'uso valgono soltanto per il modello indicato sulla pagina di copertina. Sul retro dello strumento è fissata una targhetta identificativa con il numero di serie.

1.3 Scopo previsto

Il modello HistoCore MULTICUT è un microtomo rotativo semi-motorizzato (alimentazione dei campioni motorizzata) azionato manualmente, progettato appositamente per creare sezioni sottili di campioni di tessuto umano di diversa durezza fissati in formalina ed inclusi in paraffina. Viene utilizzato dal patologo per eseguire diagnosi mediche istologiche, ad esempio nella diagnosi del cancro. Esso serve a sezionare campioni umani morbidi e rigidi, purché adatti al taglio manuale. L'HistoCore MULTICUT è progettato per applicazioni diagnostiche in vitro.



Avvertenza

Ogni diverso uso dello strumento.

Lesioni gravi alle persone e/o danni al campione.

- Seguire le indicazioni d'uso proprio descritte nel manuale d'istruzioni. Qualsiasi altro utilizzo dello strumento sarà considerato improprio.

1.4 Gruppo di operatori

- L'HistoCore MULTICUT deve essere usato esclusivamente da personale specializzato e qualificato. Lo strumento è destinato ad un uso esclusivamente professionale.
- L'utente può iniziare ad usare lo strumento solo dopo averne letto con attenzione il manuale d'uso e dopo aver acquisito familiarità con tutti i suoi dettagli tecnici.

2. Sicurezza

2.1 Avvertenze di sicurezza

Il presente manuale d'istruzioni contiene importanti istruzioni e informazioni per la sicurezza operativa e la manutenzione dello strumento.

Esso è parte essenziale dello strumento, deve essere letto con attenzione prima della messa in servizio e dell'uso e va conservato nei pressi dello strumento.

Questo strumento è stato costruito e testato secondo le normative di sicurezza per gli strumenti elettrici di misurazione, controllo, regolazione e di laboratorio.

Per ottenere questo standard e garantire un funzionamento a norma di sicurezza, l'utente dovrà osservare le avvertenze e le segnalazioni contenute nel presente manuale d'istruzioni.

Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni sulla sicurezza e le avvertenze in questo capitolo.

Se ne raccomanda la lettura anche qualora sia già stata acquisita familiarità con l'uso e il funzionamento di altri prodotti Leica Biosystems.

Se necessario, il manuale d'uso dovrà essere integrato con le relative disposizioni previste dalle normative nazionali in materia di prevenzione infortuni e di protezione ambientale vigenti nel Paese dell'operatore.



Avvertenza

I dispositivi di protezione o accessori per la sicurezza forniti dal produttore, sono stati rimossi o modificati.

Lesioni gravi alle persone e/o danni ai materiali, inclusi danni al campione.

- Non rimuovere né modificare i dispositivi di protezione dello strumento, né qualsiasi altro accessorio. Lo strumento può essere aperto e riparato soltanto da tecnici di assistenza autorizzati Leica Biosystems.
- Prima di utilizzare lo strumento assicurarsi sempre che tutti i dispositivi di protezione e accessori di sicurezza siano posizionati correttamente e siano idonei alla finalità prevista.



Consiglio

Informazioni aggiornate sulle norme applicate si trovano nella Dichiarazione di Conformità CE e nelle Certificazioni UKCA disponibili su Internet accedendo al sito:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

È necessario valutare l'ambiente elettromagnetico prima dell'azionamento dello strumento. Non utilizzare il presente strumento in prossimità di fonti di intense radiazioni elettromagnetiche (ad esempio fonti RF non schermate intenzionali), in quanto possono interferire con il funzionamento regolare. Lo strumento è conforme ai requisiti di emissioni e immunità descritti in IEC 61326-2-6.

2.2 Avvertenze di pericolo

I dispositivi di sicurezza, installati sullo strumento dal produttore, rappresentano soltanto la base della prevenzione infortuni. La responsabilità principale per un funzionamento sicuro è a carico, in primo luogo, del gestore dello strumento e, in secondo luogo, delle persone da lui incaricate di azionarlo, pulirlo o eseguirne la manutenzione.

Per garantire il funzionamento perfetto dello strumento, è necessario rispettare le seguenti avvertenze e precauzioni.

2.2.1 Contrassegni sullo strumento



Avvertenza

Mancata osservanza delle corrette istruzioni per l'uso (come definite nel manuale) dei relativi contrassegni e triangoli di avviso, posti sullo strumento.

Lesioni gravi alle persone e/o danni allo strumento, agli accessori o al campione.

- Quando si utilizza lo strumento o si sostituisce l'articolo contrassegnato, prestare attenzione ai contrassegni posizionati sullo strumento e seguire attentamente le istruzioni per l'uso descritte nel manuale.

2.2.2 Trasporto e installazione



Avvertenza

Caduta di accessori/strumento fuori dalla confezione durante il disimballaggio.

Lesioni gravi alle persone e/o danni materiali.

- Fare attenzione in fase di disimballaggio dello strumento.
- Una volta disimballato, lo strumento va spostato solo in posizione verticale.
- Seguire attentamente le istruzioni per il disimballaggio, applicate esternamente al collo, o le azioni descritte nel manuale d'istruzioni.



Avvertenza

Strumento sollevato non correttamente.

Lesioni gravi alle persone e/o danni materiali.

- Quando si solleva lo strumento, afferrarlo solo per i punti di sollevamento descritti nel manuale per l'uso e nelle istruzioni per il disimballaggio (piastra di base sulla parte anteriore e sotto lo strumento, sul retro).
- Non sollevare mai lo strumento afferrandolo per l'impugnatura del volantino, per il volantino elettrico di avanzamento rapido o per la testa dell'oggetto.
- Prima di trasportare lo strumento rimuovere sempre la vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto.



Avvertenza

Spostamento non corretto dello strumento.

Lesioni gravi alle mani e/o alle dita, a causa dello schiacciamento tra lo strumento e la superficie di lavoro.

- Quando si sposta lo strumento, afferrarlo solo per i punti di sollevamento descritti nel manuale per l'uso e nelle istruzioni per il disimballaggio (piastra di base sulla parte anteriore e sotto lo strumento, sul retro).
- Fare attenzione a non mettere le mani tra lo strumento e la superficie di lavoro.

**Avvertenza**

Strumento posizionato non in maniera sicura, con tutti e 4 i piedini appoggiati su un tavolo da laboratorio inadeguato.

Lesioni gravi alle persone e/o danni materiali.

- Posizionare lo strumento solo su un tavolo da laboratorio stabile e privo di vibrazioni, con ripiano piatto e orizzontale. Il pavimento deve essere il più possibile privo di vibrazioni.
- Accertarsi che tutti e 4 i piedini siano posizionati completamente sul tavolo da laboratorio.
- Se lo strumento è stato spostato da altre persone (ad esempio dagli addetti alla manutenzione), controllare nuovamente che la posizione sia corretta.

**Avvertenza**

Formazione di condensa all'interno dello strumento, dovuta all'esposizione a eccessivi sbalzi di temperatura e all'elevata umidità dell'aria.

Danni allo strumento.

- Assicurarsi sempre di rispettare le condizioni climatiche adeguate sia per lo stoccaggio che per l'utilizzo. Vedere la sezione Dati tecnici (→ p. 27 – 3.3 Dati tecnici).
- Dopo aver eseguito il trasporto dello strumento, attendere almeno due ore per consentire allo strumento di adattarsi alla temperatura ambiente prima di azionarlo.

**Avvertenza**

Caduta del portalama dallo strumento.

Lesioni gravi alle persone e/o danni materiali.

- Se il portalama non è fissato, ad esempio, durante l'installazione o la pulizia, fare attenzione che non cada.
- Se possibile, fissare il portalama onde evitare che cada.
- Per effettuare l'installazione o la manutenzione dello strumento, rimuovere il portalama dalla sua base, onde evitare che cada accidentalmente.

**Avvertenza**

Caduta della vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto dopo che è stata staccata.

Lesioni alle persone.

- Prestare attenzione quando si stacca la vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto; mettere la vaschetta in un posto sicuro.

**Avvertenza**

Sversamento di olio e pulizia non eseguita immediatamente.

Gravi lesioni a persone, ad esempio, scivolando o entrando in contatto con parti pericolose, quali la lama dello strumento.

- Assicurarsi sempre che non sia fuoriuscito dell'olio.
- Se c'è stato sversamento di olio pulirlo immediatamente, facendo attenzione che non ve ne sia più traccia.

**Avvertenza**

Caduta di scarti di paraffina sul pavimento e mancata pulizia.

Lesioni gravi alle persone, ad esempio, a causa dello scivolamento o urto contro la lama.

- Eliminare sempre gli scarti di paraffina prima che si spargano e prima che la superficie diventi scivolosa e pericolosa.
- Indossare scarpe adeguate.

**Avvertenza**

Tensione errata dell'alimentazione sul selettore di tensione.

Danni allo strumento, ritardo nell'elaborazione del campione.

- Assicurarsi di selezionare la tensione adeguata alla tensione di rete, prima di inserire la spina nello strumento.
- Quando si modifica l'impostazione del selettore di tensione, scollegare lo strumento dalla tensione di rete.

**Avvertenza**

Collegamento dello strumento a una presa senza messa a terra o utilizzo di una prolunga.

Rischio di scossa elettrica che potrebbe causare lesioni a persone o ritardare la diagnosi.

- Lo strumento deve essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- Non utilizzare una prolunga.

**Attenzione**

Allentamento/danni agli accessori/componenti durante il trasporto.

Danni materiali o diagnosi tardiva.

- L'imballaggio ha l'indicatore di urto ShockDot, che indica un trasporto improprio. Alla consegna dello strumento, controllate questo per primo. Se l'indicatore è scattato, il pacchetto non è stato gestito come stabilito. In questo caso, contrassegnare i documenti di spedizione come richiesto e verificare la spedizione per la presenza di eventuali danni.

2.2.3 Utilizzo dello strumento

**Pericolo**

Rischio di esplosione.

Morte o lesioni gravi alle persone e/o danni materiali.

- Non utilizzare mai lo strumento in ambienti potenzialmente esplosivi.

**Avvertenza**

Personale scarsamente qualificato sta utilizzando lo strumento.

Quando il campione si avvicina alla lama, a causa di un utilizzo inadeguato da parte dell'operatore, possono verificarsi lesioni gravi a persone e/o danni al campione stesso, ad esempio se la testa dell'oggetto cade sul portalama e il volantino non è bloccato.

- Assicurarsi che lo strumento venga utilizzato solo da personale di laboratorio formato e qualificato.
- Assicurarsi che tutto il personale di laboratorio, designato all'utilizzo dello strumento, abbia letto con attenzione il presente manuale d'istruzioni e abbia acquisito familiarità con lo strumento prima di iniziare a utilizzarlo.

**Avvertenza**

I dispositivi di protezione o accessori per la sicurezza forniti dal produttore, sono stati rimossi o modificati.

Lesioni gravi alle persone e/o danni ai materiali, inclusi danni al campione.

- Non rimuovere né modificare i dispositivi di protezione dello strumento, né qualsiasi altro accessorio. Lo strumento può essere aperto e riparato soltanto da tecnici di assistenza autorizzati Leica Biosystems.
- Prima di utilizzare lo strumento assicurarsi sempre che tutti i dispositivi di protezione e accessori di sicurezza siano posizionati correttamente e siano idonei alla finalità prevista.

**Avvertenza**

Dotazione di protezione per il personale non utilizzata.

Lesioni alle persone.

- Quando si utilizzano i microtomi, approntare sempre precauzioni di sicurezza. È obbligatorio indossare scarpe e guanti di sicurezza, una maschera e occhiali di protezione.

**Avvertenza**

Lame maneggiate e/o smaltite non correttamente.

Lesioni gravi alle persone, dovute al contatto con lame estremamente affilate.

- Prestare particolare attenzione quando si maneggiano lame.
- In questo caso indossare sempre abiti adatti (inclusi guanti a prova di taglio).
- Riporre sempre guanti e lame in un posto sicuro (ad esempio, nella custodia portalama) e in modo da evitare lesioni a persone.
- Non lasciare mai la lama con il filo rivolto verso l'alto e non provare ad afferrare una lama mentre sta cadendo.
- Prima di bloccare il campione, coprire sempre il bordo della lama con la protezione salva dita.

**Avvertenza**

Lama rimossa quando il portalama era ancora sul microtomo.

Lesioni gravi alle persone, dovute al contatto con lame estremamente affilate.

- Prima di smontare il portalama dal microtomo, assicurarsi sempre di staccare la lama, indossando guanti a prova di taglio e conservare la lama in un luogo sicuro.

**Avvertenza**

L'operatore afferra la lama in una procedura non corretta.

Lesioni gravi alle persone durante il posizionamento del campione, se prima è stata installata la lama.

- Prima di caricare il campione sul microtomo, assicurarsi che il filo della lama sia stato coperto dalla protezione salva dita e sia stato attivato il meccanismo di blocco del volantino. Quando l'operatore vuole caricare il campione o inserire una lama, prima di montare e fissare quest'ultima deve caricare il morsetto portacampione.

**Avvertenza**

L'operatore installa due lame sul portalama.

Lesioni gravi alle persone, dovute al contatto con lame estremamente affilate.

- Non fissare due lame sul portalama. Installare la lama al centro del portalama. Le lame non devono superare il bordo del portalama.

**Avvertenza**

Lama troppo spessa o sottile da utilizzare nel porta lama due in uno.

Campione danneggiato.

- Utilizzare una lama con uno spessore massimo inferiore a 0,322 mm e uno spessore minimo maggiore di 0,246 mm.
- La lama compatibile consigliata è elencata negli Accessori Opzionali (→ p. 64 – 6. Accessori opzionali).

**Avvertenza**

La lama non viene installata completamente in parallelo al bordo superiore della piastra di pressione a causa di eccesso di paraffina, inserti non puliti, ecc.

Quando utilizzate la funzione di movimento laterale, la mancata installazione della lama parallela al piatto della pressione può portare a risultati di sezionamento scadenti. Per esempio, se una sezione è troppo spessa o sottile, il brusio nella sezione, nel peggiore dei casi, potrebbe danneggiare il campione.

- Non continuare il sezionamento quando si ottengono risultati insoddisfacenti.
- Reinstallare la lama e assicurarsi che sia parallela al bordo superiore della piastra di pressione.
- Controllare sempre il parallelismo tra la lama e la piastra di pressione dopo aver spostato la lama con la funzione di movimento laterale.
- Assicuratevi che non ci sia perdita di paraffina e che l'inserto sia pulito prima dell'utilizzo.

**Avvertenza**

Lama installata prima che il portalama e la relativa base siano stati installati sullo strumento.

Lesioni gravi alle persone, dovute al contatto con lame estremamente affilate.

- Prima di inserire la lama, devono essere stati installati sul microtomo sia il portalama che la relativa base.

**Avvertenza**

Quando il campione non viene sezionato, la lama non è coperta con la protezione adeguata.

Lesioni gravi alle persone.

- Prima di maneggiare la lama o il morsetto portacampione, di sostituire il campione e in tutte le pause lavoro, coprire sempre il filo della lama con la protezione adeguata.

**Avvertenza**

Lama conservata non correttamente.

Lesioni gravi alle persone, ad esempio, a causa di una caduta accidentale.

- Quando non la si usa, conservare sempre la lama in un luogo adeguato, ad esempio nella cassetta portalama.
- Non lasciare mai la lama con il filo rivolto verso l'alto e non provare ad afferrare una lama mentre sta cadendo.

**Avvertenza**

Carico o scarico del campione sul microtomo senza che si indossino gli abiti adeguati e intervenendo in maniera non corretta.

L'operatore può tagliarsi e ferirsi, con conseguenze gravi.

- Usare sempre guanti di sicurezza a prova di taglio, quando si maneggia il campione nel microtomo.
- Prima di manipolare il morsetto portacampione e prima di sostituire il campione, bloccare il volantino e coprire il filo della lama con la protezione salva dita.

**Avvertenza**

Campione orientato in fase di ritrazione.

Danni al campione dovuti al riorientamento di quest'ultimo in fase di ritrazione.

- Non orientare i blocchi di campioni in fase di ritrazione. Se durante la ritrazione viene orientato un morsetto, esso avanzerà del valore di ritrazione e dello spessore di sezione selezionato prima della sezione successiva. Ciò può danneggiare sia il campione che la lama.

**Avvertenza**

Utilizzo dello strumento e di campioni fragili senza indossare abiti di protezione adeguati.

Lesioni gravi alle persone, a causa di schegge formatesi tagliando campioni fragili.

- Indossare sempre abiti di protezione adeguati (inclusi occhiali di protezione) e fare attenzione soprattutto quando si tagliano campioni fragili.

**Avvertenza**

Regolazione micrometrica errata della compensazione della forza.

Lesioni gravi all'operatore, a causa del contatto con lama e/o danni al campione.

- Prima di utilizzare lo strumento controllare sempre due volte che la regolazione micrometrica della compensazione della forza sia impostata correttamente.
- Se la regolazione micrometrica non è impostata correttamente, non utilizzare lo strumento, bensì eseguire una nuova regolazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento al capitolo "Regolazione micrometrica della compensazione della forza".
- Soprattutto dopo aver sostituito gli accessori della testa dell'oggetto, eseguire immediatamente una regolazione micrometrica della compensazione della forza.

**Avvertenza**

Condizioni insufficienti del telaio per eseguire il sezionamento.

Danni al campione o risultati scarsi di sezionamento, ad esempio, le sezioni hanno uno spessore alternato oppure sono compresse, piegate o spogliate del filo.

- Non continuare il sezionamento se capite che i risultati sono scarsi.
- Assicurarsi che siano soddisfatti tutti i prerequisiti per eseguire un sezionamento adeguato. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione sulla risoluzione degli errori, presente nel manuale d'istruzioni.
- Se non si dispone di adeguate conoscenze sulla risoluzione degli errori relativi a risultati di sezionamento insufficienti, rivolgersi a persone dotate di tale conoscenza, ad esempio, i tecnici di Leica Biosystems.

**Avvertenza**

Direzione di rotazione del volantino elettrico di avanzamento rapido selezionata non correttamente.

Danni al campione.

- Prima di ruotare il volantino, assicurarsi sempre di aver selezionato la corretta direzione di rotazione dell'avanzamento rapido.

**Avvertenza**

Rotazione in senso antiorario del volantino.

Lesioni alle persone/Danni al campione.

- Non ruotare il volantino in senso antiorario, causando così un guasto al meccanismo di blocco del volantino.

**Avvertenza**

Il volantino non è bloccato e la testa dell'oggetto cade sul portalama.

Lesioni alle persone/Danni al campione.

- Eccetto che nella fase di sezionamento, il volantino va sempre bloccato.

**Avvertenza**

La velocità di rotazione del volantino non è adeguata alla durezza del campione.

Danno allo strumento e possibili danni al campione.

- La velocità di rotazione del volantino va adattata alla durezza del campione. Per campioni più rigidi, applicare una minore velocità.

**Avvertenza**

Nella modalità di sezionamento manuale, l'utente taglia il blocco del campione ruotando il volantino ad una velocità molto elevata.

Può portare a una scarsa qualità di sezionamento e persino danneggiare il campione.

- Nella modalità di sezionamento manuale, la velocità di rotazione del volantino non deve superare i 60 giri/min.

**Avvertenza**

La leva del freno del volantino non è utilizzata correttamente e non è possibile frenare il volantino.

Lesioni gravi alle persone/strumento e/o danni al campione.

- La leva del freno del volantino deve essere esattamente in posizione bloccata. Se la leva del freno viene spostata oltre la posizione di bloccaggio, è possibile che il volantino non venga più frenato.

**Avvertenza**

Dita tra il campione e la lama, dopo aver rilasciato il volantino, in fase di sgrossatura manuale veloce.

L'operatore può tagliarsi e ferirsi ruotando il volantino quando non è bloccato.

- Non mettere le dita tra il campione e la lama in fase di sezionamento e sgrossatura.

**Avvertenza**

Fissaggio non corretto, causa di blocco del software.

Danni al campione e/o ritardo nella diagnosi.

- In caso di blocco del software, seguire le istruzioni presenti nel capitolo Risoluzione degli errori e Funzionamento.
- Se lo strumento non riesce a tornare immediatamente operativo, accertarsi che il campione sia conservato in maniera adeguata, onde evitare che si danneggi.
- Se necessario, contattare un tecnico dell'assistenza Leica Biosystems.

**Attenzione**

Dopo aver spostato lateralmente il portalama, il campione non è represso e quindi non viene sgrossato nuovamente.

Danni al campione.

- Ritrarre la testa dell'oggetto e ritagliare il morsetto portacampione ogni volta che si sposta lateralmente il portalama.

**Attenzione**

Rotazione del volantino e del volantino di avanzamento rapido contemporaneamente.

Danni al campione.

- Non ruotare il volantino di avanzamento rapido quando si ruota il volantino.

**Attenzione**

Perdita della linguetta in fase di montaggio del volantino.

Non è possibile utilizzare lo strumento e ciò può causare un ritardo nella diagnosi.

- Prima di assemblare il volantino controllare la linguetta e assicurarsi che si trovi nell'asse del volantino.

**Attenzione**

Movimento manuale del portalama e/o della testa dell'oggetto dopo aver impostato la posizione di memoria.

Danni al campione.

- Non spostare il portalama, la base e/o la testa dell'oggetto e non regolare nuovamente l'orientamento senza prima aver reimpostato la posizione di memoria.

**Attenzione**

Dopo aver eseguito la sgrossatura utilizzando l'avanzamento rapido elettronico, l'utente non passa alla modalità di sezionamento.

Danni al campione o funzionamento imprevisto dello strumento.

- Dopo aver completato la sgrossatura con l'avanzamento rapido elettronico, ricordare di tornare alla modalità di sezionamento.
- Prima di avviare il sezionamento, assicurarsi sempre di aver selezionato un adeguato spessore di sezionamento.

**Attenzione**

Rotazione del volantino elettronico di avanzamento rapido durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

Campione alterato.

- Non toccare il volantino elettronico di avanzamento rapido durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

**Attenzione**

Rotazione del volantino o pressione dei pulsanti sul pannello di controllo separato o sul pannello dello strumento, durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

Campione alterato.

- Non ruotare il volantino, né premere i pulsanti sul pannello di controllo separato o sul pannello dello strumento, durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

**Attenzione**

La posizione di memoria è impostata troppo vicina alla lama.

Campione alterato.

- Assicurarsi che il campione non tocchi il filo della lama durante l'impostazione della posizione di memoria. Spostare leggermente indietro la testa dell'oggetto se il filo della lama tocca il campione oppure se è posizionato molto vicino alla superficie del campione quando si imposta la posizione di memoria.
- Non caricare un campione con spessore diverso, utilizzando la stessa posizione di memoria.

**Attenzione**

Impossibile resettare la posizione di memoria dopo aver spento lo strumento o in seguito a un black-out.

Danni al campione.

- Quando lo strumento è spento o in caso di black-out, i dati sulla posizione di memoria, precedentemente salvati, verranno cancellati. Reimpostare la posizione di memoria dopo aver acceso lo strumento.

**Avvertenza**

Gli accessori e i componenti subiscono corrosione a causa dell'utilizzo di reagenti o solventi corrosivi/fortemente acidi/alcalini con lo strumento o gli accessori, ad esempio una soluzione decalcificata che contiene acido, idrossido di ammonio contenente alcali ecc.

Possibile malfunzionamento degli accessori.

- Evitare che il reagente o solvente corrosivo/fortemente acido/alcalino goccioli sulla superficie dello strumento o sugli accessori.
- In caso di gocciolamento del reagente o solvente sulla superficie dello strumento o sugli accessori, pulire i residui e asciugare gli accessori il più presto possibile.
- Se il reagente o solvente viene utilizzato frequentemente, effettuare un'accurata pulizia giornaliera del portalama, del morsetto universale per cassette (UCC) e di altri accessori in base alla necessità.

2.2.4 Pulizia e manutenzione

**Avvertenza**

Pulizia dello strumento senza aver staccato lo spinotto di alimentazione.

Scossa elettrica con lesioni a persone.

- Prima di ogni pulizia spegnere lo strumento e togliere la spina dalla tensione di rete.

**Avvertenza**

Liquidi all'interno dello strumento.

Lesioni gravi alle persone/strumento.

- Assicurarsi che non entrino liquidi nello strumento durante l'utilizzo e gli interventi di manutenzione. Spruzzare solventi o detergenti appropriati su un panno per pulizia e non direttamente sullo strumento, onde evitare che il liquido vi penetri. In caso di penetrazione di liquido nello strumento, contattare l'assistenza Leica Biosystems.

**Avvertenza**

Lama strofinata nella direzione sbagliata durante la pulizia.

Lesioni gravi alle persone.

- Strofinare sempre la lama dalla parte posteriore al filo.

**Avvertenza**

Durante la pulizia del portalama, rimuovere i componenti dall'essiccatore ad armadio (65 °C).

Pericolo di scottatura.

- In fase di rimozione dei componenti dall'essiccatore ad armadio (65 °C) indossare guanti termoisolanti.

**Avvertenza**

Sostituzione dei fusibili senza aver spento lo strumento e staccato lo spinotto di alimentazione.

Scossa elettrica con lesioni a persone.

- Prima di sostituire i fusibili, spegnere lo strumento dall'interruttore di alimentazione e togliere la spina dalla tensione di rete.

**Attenzione**

Utilizzo di fusibili scorretti che presentano specifiche diverse da quelle definite nella sezione Dati tecnici del Manuale d'istruzioni.

Ritardo nella diagnosi dovuto al mancato funzionamento dello strumento che utilizza fusibili scorretti.

- Utilizzare solo il tipo di fusibili specificato nella sezione Dati tecnici del Manuale d'istruzioni.

**Attenzione**

Utilizzo di solventi o detersivi inadeguati o strumenti rigidi/affilati per pulire lo strumento o gli accessori.

Potenziale guasto allo strumento o ritardo nella diagnosi.

- Per pulire lo strumento non utilizzare solventi contenenti acetone o xilene.
- Nell'uso di detersivi, rispettare tutte le istruzioni di sicurezza del produttore e le regole di gestione del laboratorio.
- Non usare strumenti rigidi o affilati per grattare la superficie dello strumento.
- Non immergere gli accessori in solventi per la pulizia o acqua.
- Pulire le lame in acciaio utilizzando una soluzione a base di alcool o acetone.
- Per pulire e rimuovere la paraffina non usare xilene o fluidi detersivi contenenti alcool (ad esempi detersivo per i vetri).

**Attenzione**

Durante la pulizia i componenti dei portalama sono stati mescolati.

Qualità scadente della sezione.

- Non mescolare i portalama durante la pulizia.

2.3 Dispositivi di protezione integrati



Avvertenza

I dispositivi di protezione o accessori per la sicurezza forniti dal produttore, sono stati rimossi o modificati.

Lesioni gravi alle persone e/o danni ai materiali, inclusi danni al campione.

- Non rimuovere né modificare i dispositivi di protezione dello strumento, né qualsiasi altro accessorio. Lo strumento può essere aperto e riparato soltanto da tecnici di assistenza autorizzati Leica Biosystems.
- Prima di utilizzare lo strumento assicurarsi sempre che tutti i dispositivi di protezione e accessori di sicurezza siano posizionati correttamente e siano idonei alla finalità prevista.

2.3.1 Blocco del volantino manuale




Fig. 1

Esistono due modi per bloccare il volantino (→ "Fig. 1-1"):

- Utilizzando la leva del freno del volantino (→ "Fig. 1-3"), situata sul lato destro della piastra di base del microtomo, è possibile bloccare il volantino in qualunque posizione.
 1. Per bloccarlo, ruotare la leva del freno del volantino in senso antiorario rispetto alla posizione (→ "Fig. 1-4").



Avvertenza

La leva del freno del volantino non è utilizzata correttamente e non è possibile frenare il volantino.

Lesioni gravi alle persone/strumento e/o danni al campione.

- La leva del freno del volantino deve essere esattamente in posizione bloccata. Se la leva del freno viene spostata oltre la posizione di bloccaggio, è possibile che il volantino non venga più frenato.
 2. Per sbloccare il volantino, ruotare la leva del freno (→ "Fig. 1-3") riportandola nella sua posizione originale (→ "Fig. 1-5").

- Utilizzando il meccanismo di blocco del volante (→ "Fig. 1-2"), situato sulla parte superiore di quest'ultimo, è possibile bloccarlo in posizione "ore 12".
 1. Per bloccare il volante premere il meccanismo di blocco (→ "Fig. 1-2") verso l'esterno e continuare a ruotare lentamente il volante in senso orario fino a quando non si blocca esattamente in posizione "ore 12".
 2. Per sbloccare il volante ruotare il meccanismo di blocco (→ "Fig. 1-2") verso l'interno.




Fig. 2

In entrambi i casi (leva del freno del volante e meccanismo di blocco del volante) si accenderà il LED giallo (→ "Fig. 2-1") in posizione **LOCK** (blocco).



Consiglio

Se si utilizzano contemporaneamente entrambi i sistemi di bloccaggio, spostare prima la leva del freno del volante (→ "Fig. 1-3") in posizione (→ "Fig. 1-5"). In caso contrario potrebbe risultare impossibile rilasciare il meccanismo di blocco del volante (→ "Fig. 1-2").

2.3.2 Protezione salva dita sul portalama

Ogni portalama è dotato di protezione salva dita montata in posizione fissa (→ "Fig. 3-1") (→ "Fig. 4-1"). In questo modo, è possibile coprire completamente il filo in ogni posizione della lama e della lametta.




Fig. 3

Portalama N

La protezione salva dita (→ "Fig. 3-1") del portalama N può essere posizionata facilmente utilizzando due maniglie (→ "Fig. 3-2"). Per coprire il filo della lama spingere al centro i due lati della protezione salva dita.




Fig. 4

Portalama due in uno E, per lame a nastro largo e nastro stretto

La protezione salva dita del portalama due in uno E presenta una staffa ribaltabile rossa (→ "Fig. 4-1"). Per coprire il filo della lama ribaltare la staffa salva dita verso l'alto, come illustrato nella (→ "Fig. 4").

**Consiglio**

Le leve di blocco presenti sul portalama due in uno E non sono interscambiabili. Le due leve di blocco (→ "Fig. 4-2") (→ "Fig. 4-3") devono sempre rimanere nella posizione indicata, altrimenti possono verificarsi guasti isolati del portalama due in uno E. La leva di blocco della lama (→ "Fig. 4-2") è sul lato destro, mentre quella per lo spostamento laterale (→ "Fig. 4-3") è sul lato sinistro.

3. Componenti dello strumento e caratteristiche

3.1 Panoramica — componenti dello strumento



Fig. 5

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Vaschetta superiore | 8 | Vaschetta di raccolta antistatica delle sezioni di scarto |
| 2 | Volantino di avanzamento rapido | 9 | Leva del freno del volantino |
| 3 | Pannello di controllo separato | 10 | Testa dell'oggetto con orientamento e UCC |
| 4 | Base del microtomo | 11 | Volantino |
| 5 | Base del portalama | 12 | Meccanismo di blocco del volantino |
| 6 | Portalama due in uno E | 13 | Pannello di controllo dello strumento |
| 7 | Leva di blocco della base del portalama | | |

Vista posteriore




Fig. 6

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Magnete | 5 | Ventilazione |
| 2 | Selettore di tensione | 6 | Connessione per assistenza |
| 3 | Interruttore principale | 7 | Alloggiamento fusibili e fusibili |
| 4 | Alimentazione | | |

3.2 Specifiche dello strumento

Strumento di base con pannello di controllo separato, ritrazione programmabile con selezione ON/OFF, ruota di avanzamento grossa posizionata ergonomicamente con direzioni di rotazione selezionabili dall'utente, senza orientamento del campione o accessori aggiuntivi. 100/120/230/240 V CA, 50/60 Hz.

- Microtomo rotativo semi motorizzato a bassa manutenzione, con sistema di avanzamento con micrometro di precisione senza gioco e motore passo passo.
- Meccanismi di avanzamento orizzontale e corsa verticale su cuscinetti a rulli incrociati.
- Il volantino ben funzionante consente di ottenere due modalità di sezionamento manuale: modalità di oscillazione ("rocking mode") e sezionamento manuale convenzionale con piena rotazione del volantino.
- Due sistemi di bloccaggio del volantino indipendenti.
- Il sistema di bilanciamento della forza regolabile dall'operatore con compensazione della forza della molla offre due vantaggi:
 1. Flessibilità per adattare la forza della molla ai diversi pesi dei campioni/morsetti, minimizzando il rischio che la testa di un oggetto cada nel coltello.
 2. Non serve avere un contrappeso pesante nel volantino.
- Tutti i comandi principali sono situati sul pannello di controllo separato di facile utilizzo, dotato di angolo d'inclinazione regolabile per un utilizzo ergonomico.
- Le impostazioni dello spessore di sezione per la sgrossatura e il sezionamento possono essere selezionate e salvate indipendentemente le une dalle altre.
- Le informazioni principali relative al funzionamento sono riportate sulla parte anteriore dello strumento:
 1. sgrossatura o spessore di sezione,
 2. ritrazione del campione (Ritrazione),
 3. funzione di bloccaggio del volantino/testa del campione (Blocco),
 4. contatore della sezione e totalizzatore dello spessore di sezione con funzione di reset.

- Sistema programmabile di ritrazione del campione con funzione ON/OFF.
- Funzione di modalità a dondolo sul pannello di controllo per una rapida rifilatura. Consente di ruotare il volantino avanti e indietro su una distanza breve, senza dover disattivare la ritrazione. Ogni modifica al senso di rotazione viene rilevata elettronicamente e convertita automaticamente in un movimento di avanzamento o ritrazione del campione, senza compromettere il ribboning delle sezioni.
- Il movimento orizzontale motorizzato della testa del campione può avvenire in due modi:
 1. Utilizzando i pulsanti di avanzamento rapido, situati sul pannello di controllo, in due velocità per ciascuna direzione, in modalità di avanzamento continuo o passo.
 2. Utilizzando la ruota di avanzamento grossa posizionata in modo ergonomico che può essere personalizzata dalla direzione di rotazione preferita selezionabile dall'utente.
- I segnali visivi e acustici indicano l'avanzamento residuo e i limiti di corsa anteriore e posteriore.
- Sostituzione rapida ed efficiente del campione
 1. utilizzando la posizione Memo programmabile dall'utente
 2. con la funzione di ritorno rapido della testa dell'oggetto che passa dalla posizione anteriore a quella posteriore nel giro di 13+/- 2 secondi.
- Ampia superficie per posizionare gli oggetti che richiedono una superficie piatta.
- La vaschetta superiore rimovibile consente di riporre gli strumenti di sezionamento, evitando che cadano gli oggetti.

3.3 Dati tecnici

Dati generali sullo strumento	
Tensione nominale	100/120/230/240 V CA
Frequenza nominale	50/60 Hz
Consumo massimo di corrente	40 VA
Classe di protezione	I
Fusibili	2 x T 1.0 AL, 250 V
Grado di inquinamento (secondo IEC-1010, UL 3101, EN 61010)	2
Categoria di sovratensione (secondo IEC-1010, UL 3101, EN 61010)	II
Classe di protezione IP	IP20
Range della temperatura di esercizio	da +18 °C a +30 °C
Umidità relativa	da 20 % a max. 80 % senza formazione di condensa
Altitudine operativa	Fino a 2000 m s.l.m.
Range della temperatura di trasporto	da -29 °C a +50 °C
Range della temperatura di stoccaggio	da +5 °C a +50 °C
Umidità relativa durante trasporto e stoccaggio	da 10 % a max. 85 % senza formazione di condensa
Dimensioni e pesi	
Strumento di base	
Larghezza (incluso il volantino e il volantino di avanzamento rapido)	477 mm
Profondità (inclusa la vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto)	620 mm

Dimensioni e pesi

Altezza (senza vaschetta superiore)	295 mm
Altezza (con il vassoio superiore)	303 mm
Peso (senza accessori)	Circa 31 kg
Volume della vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto	1400 ml

Pannello di controllo

Larghezza	94 mm
Profondità	193 mm
Altezza	50 mm
Altezza (in posizione inclinata)	81 mm
Peso (netto)	Circa 0,5 kg

Microtomo

Impostazione dello spessore di sezionamento

Intervallo di impostazione dello spessore di sezione	0,50 - 100 μm
--	--------------------------

Valori d'impostazione	• da 0,5 - 5,0 μm con incrementi di 0,5 μm
	• da 5,0 - 20,0 μm con incrementi di 1,0 μm
	• da 20,0 - 60,0 μm con incrementi di 5,0 μm
	• da 60,0 - 100,0 μm con incrementi di 10,0 μm

Intervallo di impostazione dello spessore di sgrossatura	1 - 600 μm
--	-----------------------

Valori d'impostazione	• da 1,0 - 10,0 μm con incrementi di 1,0 μm
	• da 10,0 - 20,0 μm con incrementi di 2,0 μm
	• da 20,0 - 50,0 μm con incrementi di 5,0 μm
	• da 50,0 - 100,0 μm con incrementi di 10,0 μm
	• da 100,0 - 600,0 μm con incrementi di 50,0 μm

Intervallo di avanzamento orizzontale	24 mm \pm 1 mm
---------------------------------------	------------------

Lunghezza corsa verticale	70 \pm 1 mm
---------------------------	---------------

Campo di taglio massimo senza ritrazione	65 mm senza orientamento dei campioni
--	---------------------------------------

Campo di sezionamento massimo con ritrazione	60 mm
--	-------

Dimensioni massime del morsetto portacampione per morsetto standard grande (A x L x P)	55 x 50 x 30 mm
--	-----------------

Dimensioni massime del morsetto portacampione per morsetto per super cassette (A x L x P)	68 x 48 x 15 mm
---	-----------------

Microtomo

Ritrazione del campione in modalità di sezionamento manuale da 5 - 100 μm con incrementi di 5 μm ; può essere disattivata

Avanzamento elettrico

- | | |
|---|-------------------------------|
| • pulsanti per avanzamento in avanti e indietro lento | • 300 $\mu\text{m}/\text{s}$ |
| • avanzamento in spessore di sezione | • 800 $\mu\text{m}/\text{s}$ |
| • avanzamento indietro rapido (ritorno rapido) | • 1800 $\mu\text{m}/\text{s}$ |

Posizione Memo 1

Direzione di rotazione del volantino di avanzamento rapido
senso orario o antiorario Selezionabile dall'utente

Accessori opzionali

Orientamento del campione in posizione zero

- Rotazione orizzontale: $\pm 8^\circ$
- Rotazione verticale: $\pm 8^\circ$

Portalama due in uno

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • Funzione di spostamento laterale | • 3 posizioni |
| Spostamento est-ovest | |
| • Spostamento della base portalama: | • Nord-sud: ± 24 mm |

4. Messa in funzione dello strumento

4.1 Requisiti del luogo d'installazione

- Tavolo da laboratorio stabile e privo di vibrazioni, con superficie di appoggio piatta, pavimento il più possibile privo di vibrazioni.
- Nessun altro strumento nelle vicinanze che possa causare vibrazioni.
- La temperatura ambiente dovrà essere costantemente tra +18 °C e +30 °C.
- Il volantino deve essere liberamente e comodamente accessibile.
- Un funzionamento senza problemi è garantito solo se viene rispettata su tutti i lati una distanza minima di almeno 10 cm dalle pareti od altri oggetti.
- Installare lo strumento in modo tale da garantire il facile scollegamento dall'alimentazione. Posizionare il cavo di alimentazione in modo da poter essere facilmente raggiungibile.



Pericolo

Rischio di esplosione.

Morte o lesioni gravi alle persone e/o danni materiali.

- Non utilizzare mai lo strumento in ambienti potenzialmente esplosivi.

4.2 Parti fornite - lista d'imballo

Configurazione HistoCore MULTICUT: 14 9MULTI0C1

Quantità	Descrizione del componente	N° ordine
1	HistoCore MULTICUT strumento di base	14 0518 56372
1	Sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente	14 0502 37717
1	Sistema di bloccaggio rapido	14 0502 37718
1	Morsetto per cassette universale	14 0502 37999
1	Base del portalama	14 0502 55546
1	Portalama due in uno E	14 0502 54497

Lo strumento di base HistoCore MULTICUT include la seguente lista d'imballo.

Quantità	Descrizione del componente	N° ordine
	HistoCore MULTICUT strumento di base	14 0518 56372
1	Volantino, completo	14 0501 38181
1	Pannello di controllo separato, HistoCore MULTICUT	14 0518 56384
1	Vaschetta di raccolta antistatica delle sezioni di scarto	14 0517 56237
1	Vaschetta superiore	14 0517 56261
1	Service pack	14 0503 43948
2	Fusibile in piombo T 1.0 AL, 250 V	14 6000 04804

Quantità	Descrizione del componente	N° ordine
1	Rondella di sicurezza Schnorr 10 x 6,4 x 0,7	14 3017 00073
1	Vite a esagonale M6 x 16 DIN7984	14 2101 23130
1	Disco di copertura	14 3025 00008
1	Manuale d'uso (stampato in inglese con CD lingua 14 0518 80200)	14 0518 80001

È possibile configurare lo strumento di base con i seguenti accessori, adattandolo quindi alle vostre applicazioni. Per ottenere una configurazione funzionante occorre ordinare almeno uno degli articoli indicati tra le seguenti categorie.

Strumento di base HistoCore MULTICUT	14051856372	Strumento di base HistoCore MULTICUT senza i seguenti elementi: orientamento, sistema di bloccaggio rapido, morsetto portacampione, impostazione per portalama
---	-------------	--

selezionare uno degli elementi

Orientamento del campione	14050237717	Sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente (*)
	14050238949	Sistema di orientamento per portacampione orientabile (*)
	14050238160	Sistema di orientamento per portacampione rigido

da ordinare in aggiunta al sistema di orientamento con (*)

Sistema di bloccaggio rapido (*)	14050237718	Sistema di bloccaggio rapido (*)
---	-------------	----------------------------------

Ordinare almeno un morsetto portacampione

Morsetti portacampione	14050237999	Morsetto per cassette universale
	14050238005	Morsetto portacampione standard 50x55 mm
	14050237998	Morsetto portacampione standard 40x40 mm
	14050238967	Morsetto per super cassette
	14050246573	Leica RM CoolClamp

Ordinare almeno una base del portalama e un portalama

Base del portalama e portalama	14050255546	Base del portalama
	14050254497	Portalama due in uno E
Base del portalama e portalama	14050237962	Base del portalama
	14050237993	Portalama N
	14050238961	Portalama E con canale per l'acqua e lame a nastro stretto

Per gli accessori opzionali aggiuntivi e le lame, consultare il **Capitolo 6** (→ p. 64 – 6. Accessori opzionali).

Ordinare separatamente il cavo di alimentazione specifico per il paese. Sul nostro sito web www.LeicaBiosystems.com, nella sezione del prodotto, è reperibile un elenco di tutti i cavi di alimentazione disponibili.



Consiglio

Gli accessori ordinati sono inclusi in una scatola separata.

Controllare che tutti i componenti consegnati corrispondano alla lista d'imballo e all'ordine eseguito, onde verificare che la consegna sia completa. Se si dovesse notare una qualche differenza, contattare immediatamente il proprio ufficio di vendita locale Leica Biosystems.

4.3 Disimballaggio e installazione



Avvertenza

Caduta di accessori/strumento fuori dalla confezione durante il disimballaggio.

Lesioni gravi alle persone e/o danni materiali.

- Fare attenzione in fase di disimballaggio dello strumento.
- Una volta disimballato, lo strumento va spostato solo in posizione verticale.
- Seguire attentamente le istruzioni per il disimballaggio, applicate esternamente al collo, o le azioni descritte nel manuale d'istruzioni.



Avvertenza

Strumento sollevato non correttamente.

Lesioni gravi alle persone e/o danni materiali.

- Quando si solleva lo strumento, afferrarlo solo per i punti di sollevamento descritti nel manuale per l'uso e nelle istruzioni per il disimballaggio (piastra di base sulla parte anteriore e sotto lo strumento, sul retro).
- Non sollevare mai lo strumento afferrandolo per l'impugnatura del volantino, per il volantino elettrico di avanzamento rapido o per la testa dell'oggetto.
- Prima di trasportare lo strumento rimuovere sempre la vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto.



Avvertenza

Spostamento non corretto dello strumento.

Lesioni gravi alle mani e/o alle dita, a causa dello schiacciamento tra lo strumento e la superficie di lavoro.

- Quando si sposta lo strumento, afferrarlo solo per i punti di sollevamento descritti nel manuale per l'uso e nelle istruzioni per il disimballaggio (piastra di base sulla parte anteriore e sotto lo strumento, sul retro).
- Fare attenzione a non mettere le mani tra lo strumento e la superficie di lavoro.

**Avvertenza**

Strumento posizionato non in maniera sicura, con tutti e 4 i piedini appoggiati su un tavolo da laboratorio inadeguato.

Lesioni gravi alle persone e/o danni materiali.

- Posizionare lo strumento solo su un tavolo da laboratorio stabile e privo di vibrazioni, con ripiano piatto e orizzontale. Il pavimento deve essere il più possibile privo di vibrazioni.
- Accertarsi che tutti e 4 i piedini siano posizionati completamente sul tavolo da laboratorio.
- Se lo strumento è stato spostato da altre persone (ad esempio dagli addetti alla manutenzione), controllare nuovamente che la posizione sia corretta.

**Attenzione**

Allentamento/danni agli accessori/componenti durante il trasporto.

Danni materiali o diagnosi tardiva.

- L'imballaggio ha l'indicatore di urto ShockDot, che indica un trasporto improprio. Alla consegna dello strumento, controllate questo per primo. Se l'indicatore è scattato, il pacchetto non è stato gestito come stabilito. In questo caso, contrassegnare i documenti di spedizione come richiesto e verificare la spedizione per la presenza di eventuali danni.

**Consiglio**

Conservare in un contenitore il cartone da imballo e gli elementi di fissaggio acclusi, qualora risultasse necessario effettuare una restituzione della merce. Per restituire lo strumento seguire in ordine inverso le istruzioni indicate di seguito.



Fig. 7

- Rimuovere la cinghia d'imballaggio e il nastro adesivo (→ "Fig. 7-1").
- Rimuovere il coperchio in cartone (→ "Fig. 7-2").

4 Messa in funzione dello strumento



Fig. 8

- Estrarre il cartone accessorio (accessori opzionali) (→ "Fig. 8-3") e i cartoni (→ "Fig. 8-4") presenti normalmente nella fornitura.



Fig. 9

- Estrarre il modulo di fissaggio (→ "Fig. 9-5"). Per fare ciò tenerlo dal bordo superiore e per l'impugnatura incassata (→ "Fig. 9-6") e tirarlo verso l'alto.
- Rimuovere la parete di cartone esterna (→ "Fig. 9-7").
- Sollevare lo strumento (→ "Fig. 9-8") tenendolo dalla piastra di base, sulla parte anteriore (→ "Fig. 10-11") e sotto lo strumento, sul retro (→ "Fig. 10-12"), infine estrarlo dal cuscino preformato (→ "Fig. 9-9"). (Illustrazione dello strumento a mero scopo esemplificativo.)




Fig. 10

- Posare lo strumento su un tavolo da laboratorio stabile. Lo spostamento dello strumento sul tavolo è agevolato da due elementi scorrevoli (→ "Fig. 10-10") che si trovano dietro la piastra base.
- Per spostarlo, afferrarlo sulla parte anteriore della piastra base (→ "Fig. 10-11") e sollevarlo leggermente, spostandolo sui piani di scorrimento.

4.4 Assemblaggio del volantino



Consiglio

Il volantino va assemblato prima di provare a usare lo strumento. È possibile trovare i componenti e gli strumenti necessari nel kit fornito alla consegna.




Fig. 11

La linguetta (→ "Fig. 11-2") è allentata nell'asse del volantino (→ "Fig. 11-1") e durante il trasporto è fissata con una fascetta serracavo.

1. Rimuovere la fascetta serracavo (→ "Fig. 11-3").



Attenzione

Perdita della linguetta in fase di montaggio del volantino.

Non è possibile utilizzare lo strumento e ciò può causare un ritardo nella diagnosi.

- Prima di assemblare il volantino controllare la linguetta e assicurarsi che si trovi nell'asse del volantino.
2. Posizionare il volantino (→ "Fig. 11-4") sull'asse di quest'ultimo (→ "Fig. 11-1"), come illustrato.
 3. Serrare la vite (→ "Fig. 11-5") situata nel foro centrale del volantino, utilizzando una chiave esagonale a esagonale da 4 (→ "Fig. 11-6").
 4. Rimuovere la pellicola di protezione dal disco di copertura autoadesivo (→ "Fig. 11-7") e fissare quest'ultimo sul volantino.

4.5 Connessioni elettriche



Avvertenza

Collegamento dello strumento a una presa senza messa a terra o utilizzo di una prolunga.

Rischio di scossa elettrica che potrebbe causare lesioni a persone o ritardare la diagnosi.

- Lo strumento DEVE essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- Non utilizzare una prolunga.

4.5.1 Controllo della tensione**Avvertenza**

Tensione errata dell'alimentazione sul selettore di tensione.

Danni allo strumento, ritardo nell'elaborazione del campione.

- Assicurarsi che la tensione sia adatta alla tensione di rete prima di collegare lo strumento.
- Se è necessario cambiare le impostazioni della tensione, contattare il servizio assistenza di Leica Biosystems.




Fig. 12

Il selettore di tensione (→ "Fig. 12-1") si trova in alto a destra dell'interruttore principale (→ "Fig. 12-2"), sul lato posteriore sinistro dello strumento. Prima di accendere lo strumento, verificare che la tensione sia conforme alle norme locali per la tensione. Se la tensione non è conforme alle norme locali, contattare il servizio assistenza di Leica Biosystems.

4.5.2 Collegamento dell'alimentazione

- Prima di collegare il cavo di alimentazione, assicurarsi che l'interruttore principale (→ "Fig. 12-2") sul retro dello strumento sia su "0" = SPENTO.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione utilizzato abbia la spina adatta alla presa di alimentazione.
- Inserire il connettore del cavo di alimentazione nella presa (→ "Fig. 12-3") e inserire lo spinotto nella presa di alimentazione.

4.5.3 Collegamento del pannello di controllo



Fig. 13

Il cavo di connessione (→ "Fig. 13-1") del pannello di controllo è fissato al microtomo. Non può essere scollegato.

1. Inserire la spina (→ "Fig. 13-2") del cavo di connessione nella presa (→ "Fig. 13-3") sul retro del pannello di controllo.
2. Per fissare la spina, serrare le due viti (→ "Fig. 13-4").

4.6 Accensione dello strumento



Avvertenza

Formazione di condensa all'interno dello strumento, dovuta all'esposizione a eccessivi sbalzi di temperatura e all'elevata umidità dell'aria.


Danni allo strumento.

- Assicurarsi sempre di rispettare le condizioni climatiche adeguate sia per lo stoccaggio che per l'utilizzo. Vedere la sezione Dati tecnici (→ p. 27 – 3.3 Dati tecnici).
- Dopo aver eseguito il trasporto dello strumento, attendere almeno due ore per consentire allo strumento di adattarsi alla temperatura ambiente prima di azionarlo.



Consiglio

Quando si accende lo strumento dall'interruttore di alimentazione, non premere i pulsanti del pannello di controllo, a meno che non siano state impostate funzioni specifiche. Per maggiori informazioni, fare riferimento a (→ p. 41 – Combinazione chiave).



Accendere lo strumento dall'interruttore di alimentazione situato sul retro.

I = ACCESO; O = SPENTO

Viene emesso un segnale acustico.

Lo strumento si avvia.



Sul display LED a quattro cifre viene visualizzata la versione software (qui a mero scopo esemplificativo), che scompare dopo 2 secondi, quindi viene visualizzato "00.00". Dopo aver acceso il microtomo, i campi di visualizzazione e i LED di tutte le funzioni attivate s'illuminano sul pannello di controllo e sul display dello strumento.



Il display LED a tre cifre indica l'ultimo valore impostato per lo spessore di sezione o di sgrossatura, in base all'impostazione attivata per ultima. Ciò compare simultaneamente sul pannello di controllo e sul microtomo. Il LED della modalità attiva (qui lo spessore di sezione) s'illumina di verde.



Se il LED giallo nel campo **LOCK** (blocco) del pannello di controllo è acceso, si attiva il meccanismo di blocco o la leva del freno del volantino. Non è possibile utilizzare lo strumento fino a quando il LED è acceso.

5. Uso

5.1 Elementi operativi e loro funzioni

Le funzioni operative del microtomo sono suddivise tra il pannello di controllo e il visualizzatore del microtomo stesso. Il pannello di controllo sullo strumento visualizza la modalità operativa in uso, nonché diverse impostazioni. Tutte le funzioni operative sono posizionate al centro del pannello di controllo separato. Tutti i pulsanti e le visualizzazioni sono ordinate logicamente in gruppi funzionali e facilmente identificabili.



Avvertenza

Fissaggio non corretto, causa di blocco del software.

Danni al campione e/o ritardo nella diagnosi.

- In caso di blocco del software, seguire le istruzioni presenti nel capitolo Risoluzione degli errori e Funzionamento.
- Se lo strumento non riesce a tornare immediatamente operativo, accertarsi che il campione sia conservato in maniera adeguata, onde evitare che si danneggi.
- Se necessario, contattare un tecnico dell'assistenza Leica Biosystems.

5.1.1 Pannello di controllo dello strumento




Fig. 14

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | LED - RETRACT
(RITRAZIONE) | Si accende durante la ritrazione del campione. |
| 2 | Display a tre cifre | Visualizza lo spessore di sezione/sgrossatura e altre indicazioni d'impostazione. |
| 3 | Display a quattro cifre | Visualizza il numero del contatore della sezione. |

4	Pulsante MENU MODE (modalità menu)	Commuta tra la somma degli spessori di sezione e il contatore della sezione.
5	LED - LOCK (blocco)	Si accende quando è attivo il blocco del volante.
6	LED verde - TRIM (sgrossatura)	Si accende quando è attiva la modalità di sgrossatura.
7	LED verde - SECT (sezionamento)	Si accende quando è attiva la modalità di sezionamento.
8	LED verde	Somma spessore di sezione - mostra la somma di tutte le sezioni.
9	LED verde	Contatore della sezione - visualizza il numero di tutte le sezioni.
10	Pulsante CLEAR (cancella)	Reimposta il contatore della sezione e la somma degli spessori di sezione (sullo 0).
11	MENU MODE + CLEAR (modalità menu + cancella)	Premendo due pulsanti contemporaneamente si passa all'impostazione del valore di ritrazione.

5.1.2 Pannello di controllo separato




Fig. 15

1	Display a tre cifre	Visualizza lo spessore di sezione/sgrossatura e altre indicazioni d'impostazione.
2	Tasti	Imposta lo spessore di sezione/sgrossatura.
3	Pulsante ROCK (oscillazione)	Abilita/disabilita la modalità oscillazione.
4	LED giallo	<ul style="list-style-type: none"> • Lampeggia durante l'avanzamento rapido all'indietro; • Si accende quando viene raggiunta la posizione finale posteriore.

- | | | |
|----|--|---|
| 5 | Pulsante di avanzamento rapido - indietro rapido | <ul style="list-style-type: none"> • Nella modalità di sgrossatura/sezionamento: avanzamento rapido all'indietro; • Nella modalità di sezionamento (modalità PASSO attivata): passi multipli all'indietro. |
| 6 | LED giallo | <ul style="list-style-type: none"> • Lampeggia durante l'avanzamento rapido in avanti; • Si accende quando viene raggiunta l'area di avanzamento residua. |
| 7 | Pulsante di avanzamento rapido - avanti rapido | <ul style="list-style-type: none"> • Nella modalità di sgrossatura/sezionamento: avanzamento rapido in avanti; • Nella modalità di sezionamento (modalità PASSO attivata): passi multipli in avanti. |
| 8 | LED verde - TRIM | Si accende quando è attiva la modalità di sgrossatura. |
| 9 | LED verde - SECT | Si accende quando è attiva la modalità di sezionamento. |
| 10 | Pulsante TRIM/SECT | Commuta tra la modalità di sezionamento e quella di sgrossatura. |
| 11 | Pulsante MEMO | Imposta una posizione di memoria. |
| 12 | Pulsante di avanzamento rapido - indietro lento | <ul style="list-style-type: none"> • Nella modalità di sgrossatura/sezionamento: avanzamento rapido lento all'indietro; • Nella modalità di sezionamento (modalità PASSO attivata): passo singolo all'indietro. |
| 13 | Pulsante di avanzamento rapido - avanti lento | <ul style="list-style-type: none"> • Nella modalità di sgrossatura/sezionamento: avanzamento rapido lento in avanti; • Nella modalità di sgrossatura (modalità PASSO attivata): passo singolo in avanti. |

Combinazione chiave

Combinazione chiave	Funzione
Pulsante MENU MODE + CLEAR (modalità menu + cancella)	Imposta il valore di ritrazione.
Accensione strumento + pulsante Meno	Disattiva la modalità PASSO.
Accensione strumento + pulsante Più	Attiva la modalità PASSO.
Accensione strumento + pulsante Indietro lento	Imposta la direzione del volantino di avanzamento rapido in avanti, in senso antiorario.
Accensione strumento + pulsante Avanti lento	Imposta la direzione del volantino di avanzamento rapido in avanti, in senso orario.


5.1.3 Display ed elementi di comando

Display a tre cifre



Il display si trova sia sul pannello di controllo dello strumento sia sul pannello di controllo separato. Se il LED **SECT** (sezionamento) è acceso, il display mostra l'impostazione dello spessore di sezione in μm . Se il LED **TRIM** (sgrossatura) è acceso, il display mostra l'impostazione dello spessore di sgrossatura in μm .

Selezione della modalità di sezionamento e di sgrossatura



Per passare dalla modalità di sezionamento a quella di sgrossatura, premere il pulsante **TRIM/SECT** (sgrossatura/sezionamento) sul pannello di controllo separato. Premendo il pulsante in qualunque punto, il display commuta tra **SECT** e **TRIM**.

Il display **SECT** visualizza lo spessore di sezionamento nell'intervallo compreso tra 0,50 e 100,0 μm , mentre il display **TRIM** visualizza lo spessore di sgrossatura compreso tra 1,0 e 600 μm .

Impostazione dello spessore di sezione/sgrossatura



Regolare le impostazioni utilizzando questi due pulsanti sul pannello di controllo separato.

Intervallo di impostazione dello spessore di sezione: 0,50 μm - 100 μm

Valori d'impostazione:

da 0,5 μm a 5,0 μm con incrementi di 0,5 μm

da 5,0 μm a 20,0 μm con incrementi di 1,0 μm

da 20,0 μm a 60,0 μm con incrementi di 5,0 μm

da 60,0 μm a 100,0 μm con incrementi di 10,0 μm

Intervallo di impostazione dello spessore di sgrossatura: 1 - 600 μm

Valori d'impostazione:

da 1,0 μm a 10,0 μm con incrementi di 1,0 μm

da 10,0 μm a 20,0 μm con incrementi di 2,0 μm

da 20,0 μm a 50,0 μm con incrementi di 5,0 μm

da 50,0 μm a 100,0 μm con incrementi di 10,0 μm

da 100,0 μm a 600,0 μm con incrementi di 50,0 μm

Funzioni di avanzamento rapido



Fig. 16

L'avanzamento rapido elettrico a due velocità serve a spostare rapidamente il campione verso e lontano dalla lama.

Utilizzando i pulsanti a doppia freccia, l'avanzamento rapido funziona a 800 $\mu\text{m}/\text{s}$ quando lo spostamento è in avanti; utilizzando invece i pulsanti a freccia singola, esso funziona a 300 $\mu\text{m}/\text{s}$ e compie un movimento avanti e indietro.

Nella modalità di sezionamento è possibile utilizzare il comando di avanzamento in modalità PASSO oppure con l'avanzamento continuo. Lo strumento è fornito con l'avanzamento continuo (configurazione standard).

Ritorno rapido

Premere il pulsante di avanzamento rapido all'indietro (\leftarrow "Fig. 16-1"), la testa dell'oggetto si sposta dalla posizione finale anteriore alla posizione originale, a 1800 $\mu\text{m}/\text{s}$.



Attenzione

Rotazione del volantino elettronico di avanzamento rapido durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

Campione alterato.

- Non toccare il volantino elettronico di avanzamento rapido durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

**Attenzione**

Rotazione del volantino o pressione dei pulsanti sul pannello di controllo separato o sul pannello dello strumento, durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

Campione alterato.

- Non ruotare il volantino, né premere i pulsanti sul pannello di controllo separato o sul pannello dello strumento, durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.


Modalità di sezionamento

Fig. 17

Nella modalità di sezionamento è possibile selezionare tra la funzione PASSO (avanzamento del campione passo passo) e avanzamento continuo del campione.

Una volta selezionato l'avanzamento continuo, i pulsanti di avanzamento rapido hanno le stesse funzioni della modalità di sgrossatura. La funzione PASSO è utile quando si vuole avvicinare il campione verso la lama lentamente, passo dopo passo.

Come attivare la funzione PASSO:

- Accendere lo strumento tenendo premuto il pulsante + sul pannello di controllo. (Allo stesso modo, per disattivare, accendere lo strumento tenendo premuto il pulsante -.) Mentre lo strumento si avvia, tenere premuto il pulsante + fino a quando non è più visualizzato il numero della versione software.
- Premere il pulsante **TRIM/SECT** e selezionare la modalità di sezionamento (LED **SECT** acceso).
- Premendo il pulsante di avanzamento rapido lento (→ "Fig. 17-2") o (→ "Fig. 17-4") avanzamento lento-rapido, viene compiuto un deciso avanzamento incrementale (PASSO) col valore indicato sul display nella relativa direzione (passo singolo).
- Attivando brevemente i pulsanti di avanzamento rapido, viene compiuto ugualmente un singolo passo nella direzione adeguata.
- Attivando per più tempo il pulsante di avanzamento rapido (→ "Fig. 17-1") o (→ "Fig. 17-3") viene compiuto un movimento di avanzamento ripetuto, per tutto il tempo in cui è premuto il pulsante.

Modalità di sgrossatura



Fig. 18

Nella modalità di sgrossatura i pulsanti di avanzamento rapido compiono un movimento continuo per tutto il tempo in cui è premuto il pulsante. Il pulsante a doppia freccia per i movimenti rapidi all'indietro presenta una funzione di blocco.

Non inserire le dita tra il morsetto portacampione e il microtomo, onde evitare che rimangano incastrate.

- Per avviare il movimento rapido all'indietro (allontanamento dalla lama) premere il pulsante (→ "Fig. 18-1"). Dopo aver premuto il pulsante, la testa del campione si sposta verso la posizione finale posteriore.
- Per fermare il movimento, premere uno dei quattro pulsanti di avanzamento rapido.
- Il LED giallo (→ "Fig. 18-2") nel pulsante lampeggia mentre la testa del campione si sposta e rimane acceso fisso una volta raggiunta la posizione finale posteriore.
- Premere il pulsante (→ "Fig. 18-3") per avviare il movimento lento all'indietro. La corsa continua fino a quando il pulsante è tenuto premuto.
- Premere il relativo pulsante per avviare un movimento rapido o lento. La corsa continua fino a quando il pulsante è tenuto premuto.
- Durante il movimento in avanti, il LED giallo (→ "Fig. 18-4") nel pulsante lampeggia. Una volta raggiunta la posizione finale anteriore, viene emesso un segnale acustico e il LED smette di lampeggiare, rimanendo però acceso.

Una posizione di memoria




Fig. 19

Impostare una posizione di memoria utilizzando il pulsante **MEMO** (→ "Fig. 19-1") sul pannello di controllo separato.

Per impostare una posizione di memoria, spostare la testa dell'oggetto verso la posizione desiderata e premere il pulsante **MEMO**. Viene emesso un breve segnale acustico; il display a tre cifre indica **SEt** (→ "Fig. 19-2") (impostazioni); il LED (→ "Fig. 19-3") del pulsante **MEMO** s'illumina di verde.

Se è salvata una posizione di memoria, dopo aver premuto il pulsante **MEMO**, la testa dell'oggetto si sposta verso la posizione di memoria; viene emesso un breve segnale acustico e il display a tre cifre indica **At** (→ "Fig. 19-4") ("a") quando la testa dell'oggetto raggiunge la posizione di memoria.

Per modificare la posizione di memoria salvata, spostare la testa dell'oggetto verso la nuova posizione e premere il pulsante **MEMO** per circa 1 secondo. Viene emesso un breve segnale acustico; il display a tre cifre indica **SEt** (impostazioni); il LED verde del pulsante **MEMO** resta acceso.

Per cancellare la posizione di memoria, premere il pulsante **MEMO** per più di 3 secondi. Vengono emessi due brevi segnali acustici; il display a tre cifre indica **CLr** (→ "Fig. 19-5") (cancella); il LED verde del pulsante **MEMO** viene disattivato.

**Consiglio**

Quando la testa dell'oggetto si sposta verso la posizione di memoria, è possibile arrestare il movimento premendo il pulsante **MEMO** o qualsiasi altro pulsante, oppure ruotando il volantino elettronico di avanzamento rapido.

Il pulsante **MEMO** viene abilitato tra la posizione limite anteriore (non inclusa) e la posizione originale (non inclusa).

**Attenzione**

Movimento manuale del portalama e/o della testa dell'oggetto dopo aver impostato la posizione di memoria.

Danni al campione.

- Non spostare il portalama, la base e/o la testa dell'oggetto e non regolare nuovamente l'orientamento senza prima aver reimpostato la posizione di memoria.

**Attenzione**

Rotazione del volantino elettronico di avanzamento rapido durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

Campione alterato.

- Non toccare il volantino elettronico di avanzamento rapido durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

**Attenzione**

Rotazione del volantino o pressione dei pulsanti sul pannello di controllo separato o sul pannello dello strumento, durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

Campione alterato.

- Non ruotare il volantino, né premere i pulsanti sul pannello di controllo separato o sul pannello dello strumento, durante il ritorno o lo spostamento veloce alla posizione di memoria.

**Attenzione**

La posizione di memoria è impostata troppo vicina alla lama.

Campione alterato.

- Assicurarsi che il campione non tocchi il filo della lama durante l'impostazione della posizione di memoria. Spostare leggermente indietro la testa dell'oggetto se il filo della lama tocca il campione oppure se è posizionato molto vicino alla superficie del campione quando si imposta la posizione di memoria.
- Non caricare un campione con spessore diverso, utilizzando la stessa posizione di memoria.



Attenzione

Impossibile resettare la posizione di memoria dopo aver spento lo strumento o in seguito a un black-out.

Danni al campione.

- Quando lo strumento è spento o in caso di black-out, i dati sulla posizione di memoria, precedentemente salvati, verranno cancellati. Reimpostare la posizione di memoria dopo aver acceso lo strumento.

Display a quattro cifre sul pannello di controllo dello strumento




Fig. 20

Il valore mostrato sul display a quattro cifre è regolabile.

Se il LED $\Sigma-\mu\text{m}$ (\rightarrow "Fig. 20-1") è acceso, il display mostra la somma degli spessori di sezione in μm per tutte le sezioni completate da quando è acceso lo strumento.

Se il LED $\Sigma-n$ (\rightarrow "Fig. 20-2") è acceso, il display mostra il numero di tutte le sezioni completate in precedenza.

- Per modificare la modalità del display, premere il pulsante **MENU MODE** (\rightarrow "Fig. 20-3") fino a quando non s'illumina il LED della modalità desiderata.
- Premere il pulsante **CLEAR** (cancella) (\rightarrow "Fig. 20-4") per reimpostare la somma degli spessori di sezione o il numero delle sezioni.
- Ciò consente di reimpostare solo il valore visualizzato al momento.



Consiglio

Se lo strumento è spento utilizzando l'interruttore principale, entrambi i valori (somma spessori di sezione e numero delle sezioni) vengono cancellati dalla memoria.

Ritrazione del campione

Per evitare danni alla lama e al campione, quest'ultimo viene allontanato dalla lama in fase di ritorno, verso la posizione superiore originale della testa dell'oggetto.

Il valore di ritrazione può essere selezionato con incrementi di 5 μm , tra 5 e 100 μm . La ritrazione del campione è impostata di fabbrica su 10 μm .

Se necessario, è possibile disabilitare la ritrazione del campione.

L'impostazione selezionata viene mantenuta anche quando lo strumento è spento.

Configurazione delle impostazioni di ritrazione


- 
- Per richiamare le impostazioni di ritrazione, premere i **MENU MODE** (→ "Fig. 21-1") e **CLEAR** (→ "Fig. 21-2") contemporaneamente.
 - Il valore impostato viene visualizzato come numero a tre cifre sul display a quattro cifre, ad esempio, 025 = 25 µm (→ "Fig. 21-3").
 - Selezionare il valore di ritrazione desiderato. È possibile regolare il valore di ritrazione con incrementi di 5 µm, fino a un massimo di 100 µm, utilizzando i pulsanti (→ "Fig. 21-4") o (→ "Fig. 21-5") sul pannello di controllo separato. L'impostazione può anche essere spenta.
 - Per uscire dalle impostazioni di ritrazione, premere **MENU MODE** (→ "Fig. 21-6"). Dopo ogni sezione avviene un movimento di ritrazione con il valore appena selezionato.
 - Mentre il campione viene ritratto, il LED giallo (→ "Fig. 21-7") sul display **RETRACT** (ritrazione) s'illumina.

Fig. 21


- 
- Per spegnere la ritrazione, premere il pulsante (→ "Fig. 22-1") sul pannello di controllo separato fino a quando il display non indica **OFF** (→ "Fig. 22-2") (spento).
 - Per uscire dalle impostazioni per la di ritrazione, premere **MENU MODE** (→ "Fig. 22-3"). Se la ritrazione è spenta il campione non viene ritratto. Il LED giallo (→ "Fig. 22-4") sul display **RETRACT** non s'illumina.

Fig. 22

Indicazione dell'avanzamento orizzontale residuo




Fig. 23

La funzione visiva e acustica che indica l'avanzamento residuo informa l'utente, durante la sgrossatura e il sezionamento, quando è disponibile un avanzamento residuo di circa 1 mm (→ "Fig. 23-3") prima che sia raggiunto il limite anteriore. Il LED giallo (→ "Fig. 23-2") nel pulsante di avanzamento rapido s'illumina dall'inizio dell'avanzamento residuo. Inoltre viene emesso un segnale acustico per circa 2 secondi. D'ora in avanti sarà disponibile un avanzamento residuo di circa 1 mm. Nell'area di avanzamento residuo non è più possibile far avanzare l'oggetto verso la lama utilizzando i pulsanti di avanzamento rapido e il volantino elettronico di avanzamento rapido.

- È possibile continuare con la propria attività di routine.
- Il LED giallo (→ "Fig. 23-2") nel pulsante di avanzamento rapido s'illumina.
- Una volta raggiunta la posizione finale anteriore (→ "Fig. 23-5"), non avviene più alcun avanzamento; di conseguenza, non viene eseguito neanche il sezionamento.
- È possibile continuare a lavorare sul campione premendo il relativo pulsante di avanzamento rapido (→ "Fig. 24") nella posizione finale posteriore (→ "Fig. 23-4") e continuare il sezionamento.



Fig. 24



Consiglio

Per proseguire il lavoro, premere il pulsante **TRIM/SECT** (sgrossatura/sezionamento) per passare alla modalità sgrossatura, altrimenti non è possibile utilizzare l'avanzamento rapido.

Se la testa del campione è già nell'intervallo di avanzamento residuo a strumento acceso, viene emesso un altro segnale acustico dopo la visualizzazione della versione software.

- È possibile continuare a lavorare sul campione spostandolo all'indietro per un breve tratto, utilizzando i pulsanti di avanzamento rapido (modalità di sgrossatura impostata).
- La funzione PASSO è disabilitata nell'intervallo di avanzamento residuo.

5.1.4 Volantino elettronico di avanzamento rapido



Fig. 25



Fig. 26

Il movimento di avanzamento rapido serve a fare spostare velocemente e in direzione orizzontale il campione in avanti (verso la lama) e indietro (lontano dalla lama).

È possibile impostare la rotazione del volantino elettronico di avanzamento rapido (→ "Fig. 25-1") in senso orario o antiorario, per far avanzare la testa dell'oggetto.

- Per impostare la rotazione in senso orario e far avanzare la testa dell'oggetto, accendere lo strumento tenendo premuto il pulsante dell'avanzamento rapido in avanti lento (→ "Fig. 26-1"), sul pannello di controllo separato; il display a tre cifre indica **C** per "clockwise" (senso orario) (→ "Fig. 26-2").
- Per impostare la rotazione in senso antiorario e far avanzare la testa dell'oggetto, accendere lo strumento e premere il pulsante dell'avanzamento all'indietro lento (→ "Fig. 26-3"); il display a tre cifre indica **CC** per "counterclockwise" (senso antiorario) (→ "Fig. 26-4").

Le impostazioni della rotazione del volantino elettronico di avanzamento rapido vengono visualizzate per circa 4 secondi sul display a tre cifre, quando lo strumento si accende. La direzione della rotazione impostata di fabbrica del volantino elettronico di avanzamento rapido è in senso orario.

5.1.5 Alloggiamento portacampione orientabile micrometricamente



Consiglio

Nel sistema di bloccaggio rapido dell'alloggiamento portacampione orientabile è possibile utilizzare tutti morsetti portacampione disponibili come accessori opzionali.




Fig. 27

L'orientamento del campione consente di posizionarne correttamente e facilmente la superficie, quando esso è bloccato.

È possibile sostituire l'alloggiamento portacampione orientabile con un alloggiamento non orientabile (accessorio opzionale).

Visualizzazione della posizione zero

Per visualizzare meglio la posizione zero, l'orientamento presenta due indicatori rossi (→ "Fig. 27-4"). Quando entrambi gli indicatori sono completamente visibili e le due viti di regolazione sono contemporaneamente in posizione zero (contrassegni bianchi allineati con le frecce), il campione è in posizione zero.

Orientamento del campione



Avvertenza

Campione orientato in fase di ritrazione.

Danni al campione dovuti al riorientamento di quest'ultimo in fase di ritrazione.

- Non orientare i blocchi di campioni in fase di ritrazione. Se durante la ritrazione viene orientato un morsetto, esso avanzerà del valore di ritrazione e dello spessore di sezione selezionato prima della sezione successiva. Ciò può danneggiare sia il campione che la lama.

1. Sollevare la testa dell'oggetto nella posizione finale superiore e attivare il meccanismo di blocco del volante.
2. Per allentare il morsetto ruotare la leva eccentrica (→ "Fig. 27-1") in senso orario.
3. Ruotare la vite di regolazione (→ "Fig. 27-2") per orientare il campione in verticale. Ruotare la vite di regolazione (→ "Fig. 27-3") per orientare il campione in orizzontale. Ogni rotazione completa della vite inclina il campione di 2°. 4 rotazioni complete = 8° possibili in ogni direzione. La precisione è di circa $\pm 0,5^\circ$. Per avere una semplice stima, sull'impugnatura è presente un segno bianco e durante la rotazione si percepisce un click-stop.
4. Per il fissaggio dell'orientamento, ruotare la leva eccentrica (→ "Fig. 27-1") in senso antiorario.

**Consiglio**

Se si utilizzano il morsetto portacampione standard grande (50 x 55 mm) o il morsetto per super cassette, non è più possibile orientare il campione di $\pm 8^\circ$ in direzione nord-sud. In questo caso, l'angolo utilizzabile per il morsetto portacampione standard grande (50 x 55 mm) è solo di $\pm 4^\circ$.

5.1.6 Regolazione micrometrica della compensazione della forza

Fig. 28

Se sulla testa dell'oggetto è montato un altro accessorio di peso diverso (\rightarrow "Fig. 28-1"), è necessario controllare se regolare nuovamente la compensazione della forza.

- Applicare il nuovo accessorio e bloccare il campione.
- Impostare la testa dell'oggetto a metà dell'altezza del campo di corsa verticale, ruotando il volantino (\rightarrow "Fig. 28").

Se la testa dell'oggetto rimane esattamente in questa posizione l'impostazione è corretta.

Se la testa dell'oggetto si muove, ad es., si solleva o si abbassa, è necessario eseguire una regolazione micrometrica.

**Avvertenza**

Regolazione micrometrica errata della compensazione della forza.

Lesioni gravi all'operatore, a causa del contatto con lama e/o danni al campione.

- Prima di utilizzare lo strumento controllare sempre due volte che la regolazione micrometrica della compensazione della forza sia impostata correttamente.
- Se la regolazione micrometrica non è impostata correttamente, non utilizzare lo strumento, bensì eseguire una nuova regolazione.
- Soprattutto dopo aver sostituito gli accessori della testa dell'oggetto, eseguire immediatamente una regolazione micrometrica della compensazione della forza.



Fig. 29

La compensazione della forza viene regolata utilizzando la vite (→ "Fig. 29-1"), accessibile rimuovendo la vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto, situata sul fondo della piastra base del microtomo. Utilizzare la chiave esagonale a esagonale da 5 (con impugnatura) per eseguire la regolazione.

- Se la testa dell'oggetto si muove verso il basso, ruotare la vite (→ "Fig. 29-1") di circa 1/2 giro in senso orario ogni volta.
- Se la testa dell'oggetto si muove verso l'alto, ruotare la vite (→ "Fig. 29-1") di circa 1/2 giro in senso antiorario ogni volta.
- Continuare questa procedura finché la testa dell'oggetto non si muove più quando viene rilasciata.



Consiglio

Ripetere la procedura di regolazione varie volte finché la testa dell'oggetto non si muove più.

5.2 Inserimento del portalama due in uno E

5.2.1 Attivazione della base del portalama




Fig. 30

1. Rilasciare la leva di blocco (→ "Fig. 30-1") ruotandola in senso antiorario.
2. Inserire la base del portalama (→ "Fig. 30-2") utilizzando la fessura (→ "Fig. 30-3") situata sul fondo del raccordo a T (→ "Fig. 30-5") della piastra base del microtomo (→ "Fig. 30-4").

3. È possibile spostare avanti e indietro la base del portalama (→ "Fig. 30-2") sulla piastra base del microtomo. Ciò consente di mettere il portalama due in uno E nella posizione di sezionamento ottimale rispetto al campione. Per fissare la base del portalama ruotare la leva di blocco (→ "Fig. 30-1") in senso orario.

5.2.2 Inserimento del portalama due in uno E




Fig. 31

1. Allentare il perno eccentrico (→ "Fig. 31-9") utilizzando la chiave esagonale a esagonale da 4 (→ "Fig. 31-10").
2. Posizionare il portalama due in uno E (→ "Fig. 31-8") con la scanalatura inferiore sopra il raccordo a T (→ "Fig. 31-7") della base del portalama (→ "Fig. 30-2").
3. Per bloccare, serrare nuovamente il perno eccentrico (→ "Fig. 31-9").

5.3 Regolazione dell'angolo di spoglia



Fig. 32

Le linee di posizione (0°, 5° e 10°) per la regolazione dell'angolo di spoglia (→ "Fig. 32-4") si trovano sul lato destro del portalama due in uno E (→ "Fig. 32-2"). Esiste inoltre una linea di posizione (→ "Fig. 32-5") sul lato destro della base del portalama (→ "Fig. 32-1") che funge da punto di riferimento per la regolazione dell'angolo di spoglia.

1. Allentare la vite (→ "Fig. 32-3") utilizzando la chiave esagonale a esagonale da 4 (→ "Fig. 32-6") fino a quando non è possibile spostare il portalama due in uno E (→ "Fig. 32-2").

2. Spostare il portalamina due in uno E fino a quando la linea di posizione dell'angolo di spoglia desiderato non coincide con la linea di riferimento della base del portalamina. Il dettaglio ingrandito (→ "Fig. 32") mostra un'impostazione dell'angolo di spoglia di 5°.



Consigli

L'impostazione raccomandata per l'angolo di spoglia del portalamina due in uno E è di circa 2,5° - 5°.

3. Tenere fermo in questa posizione il portalamina due in uno E e serrare nuovamente la vite (→ "Fig. 32-3") per bloccare.

5.4 Inserimento del morsetto per cassette universale




Fig. 33

Esistono due alloggiamenti portacampione, uno orientabile e uno no; consultare (→ p. 64 – 6. **Accessori opzionali**). L'orientamento del campione consente di posizionarne correttamente e facilmente la superficie, quando esso è bloccato. È possibile utilizzare il sistema di bloccaggio rapido (→ "Fig. 33-5") per avere disponibili tutti i morsetti portacampione accessori (per maggiori informazioni, vedere (→ p. 64 – 6. **Accessori opzionali**)).

A tale scopo, procedere come segue:

1. Spostare la testa dell'oggetto (→ "Fig. 33-1") verso la posizione finale superiore, ruotando il volantino (→ "Fig. 33-6") e azionare il meccanismo di blocco di quest'ultimo.
2. Per rilasciare il sistema di bloccaggio ruotare la vite (→ "Fig. 33-2") del sistema di bloccaggio rapido (→ "Fig. 33-5") in senso antiorario, utilizzando una chiave esagonale a esagonale da 4 (→ "Fig. 33-7").
3. Spingere la guida (→ "Fig. 33-4") del morsetto per cassette universale (→ "Fig. 33-3") da sinistra verso il sistema di bloccaggio rapido (→ "Fig. 33-5"), fino a quando non si ferma.
4. Per bloccare il morsetto per cassette ruotare la vite (→ "Fig. 33-2") in senso orario fino a quando non si ferma.



Consiglio

Poiché tutti i morsetti portacampione disponibili come accessori sono dotati dello stesso tipo di guida sul retro, essi vengono inseriti nello stesso modo descritto qui, utilizzando come esempio il morsetto per cassette.

5.5 Bloccaggio del campione



Avvertenza

L'operatore afferra la lama in una procedura non corretta.

Lesioni gravi alle persone durante il posizionamento del campione, se prima è stata installata la lama.

- Prima di caricare il campione sul microtomo, assicurarsi che il filo della lama sia stato coperto dalla protezione salva dita e sia stato attivato il meccanismo di blocco del volantino. Quando l'operatore vuole caricare il campione o inserire una lama, prima di montare e fissare quest'ultima deve caricare il morsetto portacampione.
1. Ruotare il volantino fino a quando il morsetto portacampione non si trova nella posizione finale superiore.
 2. Bloccare il volantino o attivare il meccanismo di blocco del volantino (→ p. 22 – 2.3.1 [Blocco del volantino manuale](#)).
 3. Inserire un campione nel morsetto portacampione.



Consiglio

Per una descrizione dettagliata dell'inserimento del campione in diversi morsetti portacampione e supporti del campione, fare riferimento a (→ p. 64 – 6. [Accessori opzionali](#)).

5.6 Bloccaggio della lama/lama usa e getta



Avvertenza

Lame maneggiate e/o smaltite non correttamente.

Lesioni gravi alle persone, dovute al contatto con lame estremamente affilate.

- Prestare particolare attenzione quando si maneggiamo le lame.
- In questo caso indossare sempre abiti adatti (inclusi guanti di sicurezza a prova di taglio).
- Riporre sempre guanti e lame in un posto sicuro (ad esempio, nella custodia portalame) e in modo da evitare lesioni a persone.
- Non lasciare mai la lama con il filo rivolto verso l'alto e non provare ad afferrare una lama mentre sta cadendo.
- Prima di bloccare il campione, coprire sempre il bordo della lama con la protezione salva dita.



Avvertenza

L'operatore installa due lame sul portalama.

Lesioni gravi alle persone, dovute al contatto con lame estremamente affilate.

- Non fissare due lame sul portalama. Installare la lama al centro del portalama. Le lame non devono superare il bordo del portalama.

**Avvertenza**

Lama troppo spessa o sottile da utilizzare nel porta lama due in uno.

Campione danneggiato.

- Utilizzare una lama con uno spessore massimo inferiore a 0,322 mm e uno spessore minimo maggiore di 0,246 mm.
- La lama compatibile consigliata è elencata negli Accessori Opzionali (→ p. 64 – 6. Accessori opzionali).

**Avvertenza**

La lama non viene installata completamente in parallelo al bordo superiore della piastra di pressione a causa di eccesso di paraffina, inserti non puliti, ecc.

Quando utilizzate la funzione di movimento laterale, la mancata installazione della lama parallela al piatto della pressione può portare a risultati di sezionamento scadenti. Per esempio, se una sezione è troppo spessa o sottile, il brusio nella sezione, nel peggiore dei casi, potrebbe danneggiare il campione.

- Non continuare il sezionamento quando si ottengono risultati insoddisfacenti.
- Reinstallare la lama e assicurarsi che sia parallela al bordo superiore della piastra di pressione.
- Controllare sempre il parallelismo tra la lama e la piastra di pressione dopo aver spostato la lama con la funzione di movimento laterale.
- Assicuratevi che non ci sia perdita di paraffina e che l'inserto sia pulito prima dell'utilizzo.


Inserimento di lame a nastro largo

Fig. 34




Fig. 35

1. Abbassare la protezione salva dita (→ "Fig. 34-1").
2. Per inserire la lama ruotare la leva di blocco destra (→ "Fig. 34-2") in senso antiorario.
3. Spingere delicatamente la lama dall'alto o lateralmente. Assicurarsi che la lama sia posizionata al centro e, soprattutto, parallelamente al bordo superiore della piastra di pressione (→ "Fig. 35-4").
4. Per bloccare la lama ruotare la leva di blocco (→ "Fig. 34-2") in senso orario.

Inserimento di lame a nastro stretto



Fig. 36



Fig. 37

Quando si utilizzano lame a nastro stretto, il loro inserto (→ "Fig. 37-1") va prima inserito nel portalama due in uno E, accertandosi che il bordo inferiore di tale inserto aderisca perfettamente alla scanalatura del portalama.

Sul retro dell'inserto sono applicati due magneti (→ "Fig. 36-1"). Essi puntano lontano dall'operatore (verso la piastra di pressione posteriore) dopo che l'inserto è stato introdotto coi bordi arrotondati che puntano verso l'alto. Assicurarsi che l'inserto venga spinto tutto verso il basso, consentendo così alla lama di aderire parallelamente al filo; se ciò non avviene correttamente c'è il rischio di danneggiare il campione.

Inserire quindi la lama come descritto (per lame a nastro largo) (→ p. 56 – Inserimento di lame a nastro largo).

Rimozione delle lame




Fig. 38



Fig. 39

1. Ruotare la leva di blocco (→ "Fig. 38-2") in senso antiorario.
2. Spingere il perno (→ "Fig. 38-3") sull'estrattore per lame.



Consigli

Per espellere la lama in sicurezza utilizzare il relativo estrattore.

3. Abbassare la protezione salva dita (→ "Fig. 39-1"). Utilizzare il pennello con magnete (→ "Fig. 39-4") per estrarre la lama dal lato destro.

Una volta rimossa la lama dal portalama due in uno E, smaltirla nel contenitore per lame usate, situato sul lato inferiore del dispenser per lame (→ "Fig. 40").



Fig. 40



Avvertenza

Lame maneggiate e/o smaltite non correttamente.

Lesioni gravi alle persone, dovute al contatto con lame estremamente affilate.

- Prestare particolare attenzione quando si maneggiamo le lame.
- In questo caso indossare sempre abiti adatti (inclusi guanti di sicurezza a prova di taglio).
- Riporre sempre guanti e lame in un posto sicuro (ad esempio, nella custodia portalama) e in modo da evitare lesioni a persone.
- Non lasciare mai la lama con il filo rivolto verso l'alto e non provare ad afferrare una lama mentre sta cadendo.
- Prima di bloccare il campione, coprire sempre il bordo della lama con la protezione salva dita.



Consiglio

Per una descrizione dettagliata dell'inserimento della lama nei singoli portalama, fare riferimento a (→ p. 64 – 6. Accessori opzionali).

5.7 Sgrossatura del campione



Avvertenza

Direzione di rotazione del volantino elettrico di avanzamento rapido selezionata non correttamente.

Danni al campione.

- Prima di ruotare il volantino, assicurarsi sempre di aver selezionato la corretta direzione di rotazione dell'avanzamento rapido.

**Attenzione**

Rotazione del volantino e del volantino di avanzamento rapido contemporaneamente.

Danni al campione.

- Non ruotare il volantino di avanzamento rapido quando si ruota il volantino.



Fig. 41

- Utilizzare il pulsante **TRIM/SECT** per selezionare la modalità **TRIM**.
- Impostare lo spessore di sgrossatura desiderato.
- Rilasciare il meccanismo di blocco e la leva del freno del volantino.
- In modalità **TRIM** utilizzare i pulsanti di avanzamento rapido o il volantino elettronico di avanzamento rapido per spostare il campione verso la lama.
- Sgrossare il campione ruotando il volantino o il volantino di avanzamento rapido oppure
- Premere il pulsante **ROCK** (LED (→ "Fig. 41-1") nel pulsante acceso) per selezionare la modalità **ROCK**. Sgrossare il campione oscillando il volantino in avanti e indietro.
- Terminare la sgrossatura una volta ottenute la superficie di sezionamento e la profondità desiderate.

**Avvertenza**

Dita tra il campione e la lama, dopo aver rilasciato il volantino, in fase di sgrossatura manuale veloce.

L'operatore può tagliarsi e ferirsi ruotando il volantino quando non è bloccato.

- Non mettere le dita tra il campione e la lama in fase di sezionamento e sgrossatura.

5.8 Sezionamento**Avvertenza**

Personale scarsamente qualificato sta utilizzando lo strumento.

Quando il campione si avvicina alla lama, a causa di un utilizzo inadeguato da parte dell'operatore, possono verificarsi lesioni gravi a persone e/o danni al campione stesso, ad esempio se la testa dell'oggetto cade sul portalama e il volantino non è bloccato.

- Assicurarsi che lo strumento venga utilizzato solo da personale di laboratorio formato e qualificato.
- Assicurarsi che tutto il personale di laboratorio, designato all'utilizzo dello strumento, abbia letto con attenzione il presente manuale d'istruzioni e abbia acquisito familiarità con lo strumento prima di iniziare a utilizzarlo.

**Avvertenza**

Dotazione di protezione per il personale non utilizzata.

Lesioni alle persone.

- Quando si utilizzano i microtomi, approntare sempre precauzioni di sicurezza. È obbligatorio indossare scarpe e guanti di sicurezza, una maschera e occhiali di protezione.



Avvertenza

Utilizzo dello strumento e di campioni fragili senza indossare abiti di protezione adeguati.

Lesioni gravi alle persone, a causa di schegge formatesi tagliando campioni fragili.

- Indossare sempre abiti di protezione adeguati (inclusi occhiali di protezione) e fare attenzione soprattutto quando si tagliano campioni fragili.



Avvertenza

Condizioni insufficienti del telaio per eseguire il sezionamento.

Danni al campione o risultati scarsi di sezionamento, ad esempio, le sezioni hanno uno spessore alternato oppure sono compresse, piegate o spogliate del filo.

- Non continuare il sezionamento se capite che i risultati sono scarsi.
- Assicurarvi che siano soddisfatti tutti i prerequisiti per eseguire un sezionamento adeguato. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione sulla risoluzione degli errori, presente nel manuale d'istruzioni.
- Se non si dispone di adeguate conoscenze sulla risoluzione degli errori relativi a risultati di sezionamento insufficienti, rivolgersi a persone dotate di tale conoscenza, ad esempio, i tecnici di Leica Biosystems.



Avvertenza

Rotazione in senso antiorario del volantino.

Lesioni alle persone/Danni al campione.

- Non ruotare il volantino in senso antiorario, causando così un guasto al meccanismo di blocco del volantino.



Avvertenza

La velocità di rotazione del volantino non è adeguata alla durezza del campione.

Danno allo strumento e possibili danni al campione.

- La velocità di rotazione del volantino va adattata alla durezza del campione. Per campioni più rigidi, applicare una minore velocità.



Avvertenza

Nella modalità di sezionamento manuale, l'utente taglia il blocco del campione ruotando il volantino ad una velocità molto elevata.

Può portare a una scarsa qualità di sezionamento e persino danneggiare il campione.

- Nella modalità di sezionamento manuale, la velocità di rotazione del volantino non deve superare i 60 giri/min.

**Attenzione**

Dopo aver spostato lateralmente il portalama, il campione non è retratto e quindi non viene sgrassato nuovamente.

Danni al campione.

- Ritrarre la testa dell'oggetto e ritagliare il morsetto portacampione ogni volta che si sposta lateralmente il portalama.

**Attenzione**

Dopo aver eseguito la sgrassatura utilizzando l'avanzamento rapido elettronico, l'utente non passa alla modalità di sezionamento.

Danni al campione o funzionamento imprevisto dello strumento.

- Dopo aver completato la sgrassatura con l'avanzamento rapido elettronico, ricordare di tornare alla modalità di sezionamento.
- Prima di avviare il sezionamento, assicurarsi sempre di aver selezionato un adeguato spessore di sezionamento.

**Avvertenza**

Gli accessori e i componenti subiscono corrosione a causa dell'utilizzo di reagenti o solventi corrosivi/fortemente acidi/alcalini con lo strumento o gli accessori, ad esempio una soluzione decalcificata che contiene acido, idrossido di ammonio contenente alcali ecc.

Possibile malfunzionamento degli accessori.

- Evitare che il reagente o solvente corrosivo/fortemente acido/alcalino goccioli sulla superficie dello strumento o sugli accessori.
- In caso di gocciolamento del reagente o solvente sulla superficie dello strumento o sugli accessori, pulire i residui e asciugare gli accessori il più presto possibile.
- Se il reagente o solvente viene utilizzato frequentemente, effettuare un'accurata pulizia giornaliera del portalama, del morsetto universale per cassette (UCC) e di altri accessori in base alla necessità.



Fig. 42

Per effettuare il sezionamento utilizzare sempre un altro punto del filo della lama rispetto a quello utilizzato per la sgrassatura.

- Per fare ciò, spostare lateralmente il portalama. Quando si utilizza un portalama due in uno E con spostamento laterale, è sufficiente spostare il portalama lateralmente.
- Utilizzare il pulsante **TRIM/SECT** per selezionare la modalità **SECT**.
- Regolare l'adeguato spessore di sezionamento o verificare il valore selezionato.
- Selezionare il sezionamento convenzionale.
- Per sezionare il campione, ruotare delicatamente il volantino in senso orario.
- Prelevare le sezioni.

5.9 Sostituzione del campione o interruzione del sezionamento**Avvertenza**

Il volantino non è bloccato e la testa dell'oggetto cade sul portalama.

Lesioni alle persone/Danni al campione.

- Eccetto che nella fase di sezionamento, il volantino va sempre bloccato.

**Avvertenza**

Campione orientato in fase di ritrazione.

Danni ala lama, dovuti al riorientamento del campione in fase di ritrazione.

- Non orientare i blocchi di campioni in fase di ritrazione. Se durante la ritrazione viene orientato un morsetto, esso avanzerà del valore di ritrazione e dello spessore di sezione selezionato prima della sezione successiva. Ciò può danneggiare sia il campione che la lama.

**Avvertenza**

Quando il campione non viene sezionato, la lama non è coperta con la protezione adeguata.

Lesioni gravi alle persone.

- Prima di maneggiare la lama o il morsetto portacampione, di sostituire il campione e in tutte le pause lavoro, coprire sempre il filo della lama con la protezione.

**Avvertenza**

Carico o scarico del campione sul microtomo senza che si indossino gli abiti adeguati e intervenendo in maniera non corretta.

L'operatore può tagliarsi e ferirsi, con conseguenze gravi.

- Usare sempre guanti di sicurezza a prova di taglio, quando si maneggia il campione nel microtomo.
- Prima di manipolare il morsetto portacampione e prima di sostituire il campione, bloccare il volantino e coprire il filo della lama con la protezione salva dita.

1. Sollevare il campione nella posizione finale superiore e attivare il meccanismo di blocco del volantino.
2. Coprire il bordo di sezionamento con la protezione salva dita.
3. Rimuovere il campione dal morsetto portacampione e montarne uno nuovo per continuare.
4. Prima di tagliare un nuovo campione, spostare all'indietro la testa del campione, verso la posizione finale posteriore.



Fig. 43

5.10 Completamento del lavoro quotidiano**Avvertenza**

Caduta della vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto dopo che è stata staccata.

Lesioni alle persone.

- Prestare attenzione quando si stacca la vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto; mettere la vaschetta in un posto sicuro.

**Avvertenza**

Lama rimossa quando il portalama era ancora sul microtomo.

Lesioni gravi alle persone, dovute al contatto con lame estremamente affilate.

- Prima di smontare il portalama dal microtomo, assicurarsi sempre di staccare la lama, indossando guanti a prova di taglio e conservare la lama in un luogo sicuro.

**Avvertenza**

Lama conservata non correttamente.

Lesioni gravi alle persone, ad esempio, a causa di una caduta accidentale.

- Quando non la si usa, conservare sempre la lama in un luogo adeguato, ad esempio nel contenitore apposta.
- Non lasciare mai la lama con il filo rivolto verso l'alto e non provare ad afferrare una lama mentre sta cadendo.

**Avvertenza**

Caduta di scarti di paraffina sul pavimento e mancata pulizia.

Lesioni gravi alle persone, ad esempio, a causa dello scivolamento o urto contro la lama.

- Eliminare sempre gli scarti di paraffina prima che si spargano e prima che la superficie diventi scivolosa e pericolosa.
- Indossare scarpe adeguate.

1. Spostare il campione verso la posizione finale superiore ruotando il volantino e azionare il meccanismo di blocco di quest'ultimo.
2. Prelevare la lama dal portalama due in uno E e spingerla nel comparto di alloggiamento nel fondo del dispenser, oppure rimuovere la lama dal portalama e rimetterla nel relativo contenitore.
3. Rimuovere il campione dal morsetto portacampione.
4. Spostare la testa dell'oggetto verso la posizione finale posteriore oppure spostare il portalama verso l'esterno della base del portalama.
5. Mettere tutti gli scarti di sezionamento nella vaschetta di raccolta delle sezioni di scarto e svuotarla.
6. Spegnerlo strumento dall'interruttore principale.
7. Pulire lo strumento (→ p. 99 – 8.1 Pulizia dello strumento).

6 Accessori opzionali

6. Accessori opzionali

6.1 Sistema di orientamento per portacampione completo



Consigli

In base all'ordine lo strumento di base è fornito con il sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente o rigido, il quale va prima assemblato. Tutti i morsetti portacampione disponibili come accessori possono essere utilizzati in uno dei tre sistemi di orientamento per portacampione.

Prima di assemblare il sistema di orientamento per portacampione, attivare il meccanismo di blocco del volantino.

6.1.1 Sistema di orientamento rigido per portacampione



Consigli

Rimuovere l'anello in gomma (→ "Fig. 44-5") solo dopo aver applicato la testa dell'oggetto.




Fig. 44

Avvitare il sistema di orientamento rigido per portacampione (→ "Fig. 44-4") sopra la testa dell'oggetto (→ "Fig. 44-3").

- Rimuovere la vite (→ "Fig. 44-1"), posizionare l'alloggiamento portacampione (→ "Fig. 44-4") sopra la testa dell'oggetto (→ "Fig. 44-3"), dalla parte anteriore e serrare le viti (→ "Fig. 44-2") utilizzando una chiave esagonale a esagonale da 3.
- Quindi inserire la vite (→ "Fig. 44-1") lateralmente e serrarla utilizzando una chiave esagonale a esagonale da 4.

6.1.2 Sistema di orientamento per portacampione orientabile




Fig. 45

- Allentare il perno eccentrico (→ "Fig. 45-1") ruotandolo in senso antiorario.
- Svitare completamente l'appoggio (→ "Fig. 45-2") utilizzando un cacciavite a testa piatta ed estrarlo insieme alla molla (→ "Fig. 45-3") e al perno (→ "Fig. 45-4").
- Svitare completamente le viti di regolazione (→ "Fig. 45-5") e (→ "Fig. 45-6").
- Installare il sistema di orientamento per portacampione orientabile serrando le viti nei fori (→ "Fig. 45-8") (2 viti sono accessibili dai fori) e avvitarle utilizzando una chiave esagonale a esagonale da 3. Inserire le viti (→ "Fig. 45-7") nei fori, come illustrato, e avvitarle utilizzando una chiave esagonale a esagonale da 3.
- Inserire la molla (→ "Fig. 45-3") e il perno (→ "Fig. 45-4") con il lato piatto dentro l'appoggio (→ "Fig. 45-2"). Avvitarli completamente nell'appoggio utilizzando un cacciavite a testa piatta.
- Avvitare completamente nelle viti di regolazione (→ "Fig. 45-5") (→ "Fig. 45-6").

6.1.3 Sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente




Fig. 46

- Prima di poter installare il sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente, allentare 4 viti (→ "Fig. 46-2") (chiave esagonale a esagonale da 3) e rimuovere delicatamente il sistema di orientamento dalla piastra base (→ "Fig. 46-1").
- Utilizzando le 4 viti in dotazione (→ "Fig. 46-3") e la chiave esagonale a esagonale da 3, stringere la piastra base alla testa dell'oggetto (→ "Fig. 46-4").
- Ora avvitare il sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente, utilizzando le 4 viti (→ "Fig. 46-2") e la chiave esagonale a esagonale da 3, sopra la testa dell'oggetto.

6 Accessori opzionali



Consigli

Se il sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente non viene utilizzato, conservare la piastra base (→ "Fig. 46-1") e le 4 viti (→ "Fig. 46-3") insieme al sistema stesso.

6.1.4 Sistema di bloccaggio rapido




Fig. 47

Viene utilizzato come adattatore per il sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente, insieme agli indicatori di punto zero o al sistema di orientamento per portacampione orientabile. Avvitare le 4 viti (→ "Fig. 47-2") nel foro (→ "Fig. 47-1") utilizzando una chiave esagonale a esagonale da 2,5 e serrarle.

6.2 Morsetti portacampione e supporti del campione



Consigli

Tutti i morsetti portacampione disponibili come accessori possono essere integrati nell'alloggiamento portacampione orientabile e non orientabile (micrometricamente). Per sapere come installare i morsetti portacampione e i supporti del campione nel sistema di bloccaggio rapido, fare riferimento a (→ p. 54 – 5.4 Inserimento del morsetto per cassette universale).

6.2.1 Morsetto portacampione standard




Fig. 48

Il morsetto portacampione standard è disponibile in due misure: 40 x 40 mm e 50 x 55 mm. Il morsetto serve per il bloccaggio diretto di blocchi di campioni rettangolari. Inoltre funge da supporto per i morsetti per pellicola e inserti prismatici.

- Ruotare la vite zigrinata (→ "Fig. 48-1") in senso antiorario per abbassare la ganascia mobile (→ "Fig. 48-3").
- Inserire il campione (→ "Fig. 48-2") nel punto prescelto.
- Ruotare la vite zigrinata (→ "Fig. 48-1") in senso orario per alzare la ganascia mobile contro la ganascia fissa fino a bloccare saldamente il campione.



Avvertenza

Condizioni insufficienti del telaio per eseguire il sezionamento.

Danni al campione o risultati scarsi di sezionamento, ad esempio, le sezioni hanno uno spessore alternato oppure sono compresse, piegate o spogliate del filo.

- Non continuare il sezionamento se capite che i risultati sono scarsi.
- Assicurarsi che siano soddisfatti tutti i prerequisiti per eseguire un sezionamento adeguato. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione sulla risoluzione degli errori, presente nel manuale d'istruzioni.
- Se non si dispone di adeguate conoscenze sulla risoluzione degli errori relativi a risultati di sezionamento insufficienti, rivolgersi a persone dotate di tale conoscenza, ad esempio, i tecnici di Leica Biosystems.

6.2.2 Morsetto per cassette universale




Fig. 49

Le cassette Leica Biosystems con dimensioni minime di 39,8 x 28 mm e massime di 40,9 x 28 mm possono essere bloccate nella pinza universale per cassette (UCC) sia in orizzontale che in verticale.

- Tirare la leva (→ "Fig. 49-1") in avanti.
- Inserire la cassetta (→ "Fig. 49-2") in orizzontale o verticale, come richiesto.
- Per bloccare la cassetta rilasciare la leva (→ "Fig. 49-1").

**Avvertenza**

Condizioni insufficienti del telaio per eseguire il sezionamento.

Danni al campione o risultati scarsi di sezionamento, ad esempio, le sezioni hanno uno spessore alternato oppure sono compresse, piegate o spogliate del filo.

- Non continuare il sezionamento se capite che i risultati sono scarsi.
- Assicurarsi che siano soddisfatti tutti i prerequisiti per eseguire un sezionamento adeguato. Per maggiori dettagli fare riferimento alla sezione sulla risoluzione degli errori, presente nel manuale d'istruzioni.
- Se non si dispone di adeguate conoscenze sulla risoluzione degli errori relativi a risultati di sezionamento insufficienti, rivolgersi a persone dotate di tale conoscenza, ad esempio, i tecnici di Leica Biosystems.

**Avvertenza**

La linea di rottura residua del coperchio della cassetta può inficiare la qualità della sezione, a causa del blocco non sicuro.

Lesioni gravi alle persone.

- Se si utilizzano cassette con coperchio applicato, dopo averlo rimosso, è necessario assicurarsi che la linea di rottura non comprometta il serraggio stabile del campione; all'occorrenza serrare quest'ultimo in senso orizzontale.

**Attenzione**

Se si utilizzano altre cassette, in particolare a parete sottile, le cassette possono venire deformate o possono verificarsi altri problemi di serraggio.

Danni al campione/Diagnosi ritardata.

- Fare attenzione quando si utilizzano cassette a parete sottile. Assicurarsi che le cassette a parete sottile siano bloccate stabilmente.
- Se durante il serraggio della cassetta, l'utente si accorge che questa non è bloccata stabilmente, deve utilizzare un fermaoggetto più stabile.

**Attenzione**

La paraffina aderente al lato esterno della cassetta può causare l'imbrattamento del morsetto universale.

L'imbrattamento compromette il serraggio stabile della cassetta e può portare a tagli troppo spessi/sottili, vibrazioni all'interno della sezione e, nel caso peggiore, danneggiare il campione.

- Prima del sezionamento, l'utente deve controllare che il campione sia bloccato stabilmente.
- Rimuovere la paraffina aderente al morsetto universale.

6.2.3 Morsetto per super cassette




Fig. 50

Assemblaggio del morsetto per super cassette



Consigli

Rimuovere l'anello in gomma (→ "Fig. 50-5") solo dopo aver applicato il sistema di orientamento rigido per portacampione sulla testa dell'oggetto.

Il morsetto per super cassette andrebbe usato insieme al sistema di orientamento rigido per portacampione.

A tale scopo, procedere come segue:

- Avvitare il sistema di orientamento rigido per portacampione (→ "Fig. 50-4") sopra la testa dell'oggetto (→ "Fig. 50-3"): Rimuovere la vite (→ "Fig. 50-1"), posizionare il sistema di orientamento rigido per portacampione (→ "Fig. 50-4") sulla testa dell'oggetto (→ "Fig. 50-3") dalla parte anteriore e serrare le viti (→ "Fig. 50-2") con una chiave esagonale a esagonale da 3. Inserire quindi la vite (→ "Fig. 50-1") lateralmente e serrarla utilizzando una chiave esagonale a esagonale di ampiezza 4.
- Inserire lateralmente da sinistra il morsetto per super cassette nella guida a coda di rondine del sistema di orientamento rigido per portacampione e serrare la vite (→ "Fig. 50-1").



Attenzione

Se si utilizzano morsetti per super cassette, l'orientamento non è impostato nella posizione "0" utilizzando il sistema di orientamento per portacampione orientabile insieme alla base rigida del portalama oppure applicando la retroilluminazione.

Può verificarsi un guasto allo strumento con conseguente ritardo nella diagnosi.

- Posizionare l'orientamento in posizione "0" e staccare la retroilluminazione.
- NON usare mai il morsetto per super cassette insieme alla retroilluminazione.
- In caso di utilizzo del morsetto per super cassette, regolare il sistema di compensazione della forza.

6.3 Base del portalama e portalama



Fig. 51

Le impugnature in plastica delle leve di blocco, situate sullo strumento, e i portalama possono essere ruotati nella posizione più utile per ciascun utente.

Tirare l'impugnatura (→ "Fig. 51-1") fuori dalla leva, tenerla in questa posizione e ruotarla nella posizione desiderata. Si bloccherà automaticamente se rilasciata.

6.3.1 Portalama due in uno E




Fig. 52

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Estrattore per lame | 6 | Protezione salva dita |
| 2 | Morsetto superiore | 7 | Perno |
| 3 | Leva di blocco (sinistra) | 8 | Leva di blocco (destra) |
| 4 | Segmento d'arco | 9 | Piastra di pressione |
| 5 | Base del portalama | | |

Il supporto per lame due è ottimizzato per l'uso con le lame monouso di Leica Biosystems:

lame di basso profilo (L x A x P):

(80 +/-0,05) mm x (8 +/- 0,1) mm x (0,254 +/-0,008) mm;

lame di alto profilo (L x A x P):

(80 +/-0,05) mm x (14 +/-0,15) mm x (0,317 +/-0,005) mm.

Il portalama due in uno E presenta una funzione di spostamento laterale in modo da poter utilizzare tutta la larghezza della lama. Esso è dotato di estrattore per lame, così da poter rimuovere la lama in tutta sicurezza dopo l'uso. La piastra di pressione è sostituibile.



Consigli

Le leve di blocco presenti sul portalama due in uno E non sono interscambiabili. Le due leve di blocco (→ "Fig. 52-8") (→ "Fig. 52-3") devono sempre rimanere nella posizione indicata, altrimenti possono verificarsi guasti isolati del portalama due in uno E.

La leva di blocco della lama (→ "Fig. 52-8") è sul lato destro, mentre quella per lo spostamento laterale (→ "Fig. 52-3") è sul lato sinistro.




Fig. 53

Spostamento laterale

La funzione di spostamento laterale del portalama due in uno E consente di usare l'intera lunghezza della lama spostando lateralmente il morsetto superiore. Se si desidera è possibile utilizzare tre posizioni di fermo predefinite (sinistra, centro, destra) che corrispondono alla larghezza di una cassetta standard.

- Per rilasciare il blocco, ruotare in senso antiorario la leva (→ "Fig. 53-1") situata sul lato sinistro del portalama due in uno E.
- Spostare lateralmente il morsetto superiore (→ "Fig. 53-2").
- Per bloccare il portalama ruotare la leva (→ "Fig. 53-1") in senso orario.



Avvertenza

Lama troppo spessa o sottile da utilizzare nel porta lama due in uno.

Campione danneggiato.

- Utilizzare una lama con uno spessore massimo inferiore a 0,322 mm e uno spessore minimo maggiore di 0,246 mm.
- La lama compatibile consigliata è elencata negli Accessori Opzionali (→ p. 64 – 6. Accessori opzionali).



Avvertenza

La lama non viene installata completamente in parallelo al bordo superiore della piastra di pressione a causa di eccesso di paraffina, inserti non puliti, ecc.

Quando utilizzate la funzione di movimento laterale, la mancata installazione della lama parallela al piatto della pressione può portare a risultati di sezionamento scadenti. Per esempio, se una sezione è troppo spessa o sottile, il brusio nella sezione, nel peggiore dei casi, potrebbe danneggiare il campione.

- Non continuare il sezionamento quando si ottengono risultati insoddisfacenti.
- Reinstallare la lama e assicurarsi che sia parallela al bordo superiore della piastra di pressione.
- Controllare sempre il parallelismo tra la lama e la piastra di pressione dopo aver spostato la lama con la funzione di movimento laterale.
- Assicuratevi che non ci sia perdita di paraffina e che l'inserto sia pulito prima dell'utilizzo.

6.3.2 Base del portalama senza funzione di spostamento laterale



Fig. 54

Riposizionamento della base del portalama

La base portalama monoblocco (rigida) (→ "Fig. 54-2") può essere spostata in avanti o indietro sulla piastra base del microtomo. Lo spostamento verticale consente di avvicinare in modo ottimale il portalama in posizione di taglio del campione.

- Per allentare il blocco, girare in senso antiorario la leva di bloccaggio (→ "Fig. 54-1"), situata sul lato destro della piastra base del microtomo.
- Riposizionare il portalama insieme alla sua base, spingendoli in avanti o indietro.
- Fissare il meccanismo di bloccaggio ruotando la leva (→ "Fig. 54-1") in senso orario.

6.3.3 Portalama E con canale per l'acqua per lame a nastro stretto



Fig. 55

Il portacoltelli E con un trogolo per l'acqua (→ "Fig. 55") è solo per lame a basso profilo con le dimensioni della lama (L x A x P): (80 +/-0,05) mm x (8 +/- 0,1) mm x (0,254 +/-0,008) mm. La protezione salva dita del portalama E presenta una staffa rossa ribaltabile (→ "Fig. 55-1"). Per coprire il filo della lama ribaltare la staffa della protezione (→ "Fig. 55-1") in senso orario, come illustrato nella figura.



Consigli

Le leve di blocco sul portalama non sono intercambiabili. Le due leve di blocco (→ "Fig. 55-2") e (→ "Fig. 55-3") devono sempre rimanere nella posizione indicata, altrimenti possono verificarsi guasti isolati del portalama.

La leva di blocco della lama (→ "Fig. 55-2") è sul lato destro, mentre quella per lo spostamento laterale (→ "Fig. 55-3") è sul lato sinistro.



Fig. 56

Utilizzo

Sezioni sottili di paraffina in sospensione (ad esempio, a causa di procedure successive di immunocolorazione) sulla superficie dell'acqua. La vaschetta è stata riempita fino alla lama, con acqua distillata o deionizzata. Dopo aver eseguito la sgrossatura, rimuovere gli scarti di sezionamento dalla vaschetta e preparare le sezioni.

È possibile raccogliere le sezioni in sospensione utilizzando il vetrino.

6.3.4 Portalama N

Il portalama N è adatto a lame standard in acciaio, profilo c e d, fino a un massimo di 16 cm di lunghezza. La funzione integrata di regolazione dell'altezza consente di utilizzare anche lame che sono state riaffilate più volte.

- Portalama N (→ "Fig. 57"): Per accogliere lame convenzionali lunghe fino a 16 cm.




Fig. 57

Montaggio della barra di supporto della lama

- Spingere verso il centro la protezione salva dita (→ "Fig. 57-1").
- Regolare la barra di supporto della lama (→ "Fig. 57-2") sulle viti di regolazione in altezza. Le estremità ribassate delle viti di regolazione devono trovarsi nelle due fessure ai lati del supporto della lama.



Avvertenza

Lama installata prima che il portalama e la relativa base siano stati installati sullo strumento.

Lesioni gravi alle persone, dovute al contatto con lame estremamente affilate.

- Prima di inserire la lama, devono essere stati installati sul microtomo sia il portalama che la relativa base.

Inserimento della lama

- Ruotare i dadi zigrinati (→ "Fig. 57-3") a destra e a sinistra del portalama, in senso contrario in avanti, abbassando la barra di supporto della lama il più in basso possibile per evitare che il filo della lama venga danneggiato con l'inserimento della lama.
- Svitare le viti di serraggio (→ "Fig. 57-4") (ruotandole in senso antiorario) fino a quando la lama può essere inserita bene.
- Afferrare la lama (→ "Fig. 57-5") da dietro e inserirla delicatamente di lato con il filo rivolto verso l'alto, come indicato.



Fig. 58

È possibile inserire entrambi i lati della lama profilo c (→ "Fig. 58-1"), mentre il lato della lama profilo d (→ "Fig. 58-2") deve guardare l'operatore. Un posizionamento non corretto della lama danneggia il campione e la lama stessa.

Regolazione in altezza della lama

Nella regolazione dell'altezza della lama, il filo deve essere possibilmente posizionato esattamente al centro dell'asse di rotazione del portalama. Per orientarsi sull'altezza corretta della lama, è sufficiente prendere come riferimento l'angolo di disposizione della ganascia posteriore (→ "Fig. 57-6").

- Girare indietro i dadi zigrinati (→ "Fig. 57-3") fino a quando il filo della lama non si trova parallelo all'angolo di disposizione (→ "Fig. 57-6") della ganascia posteriore.
- Per bloccare la lama (→ "Fig. 57-5") avvitare uniformemente le due viti di fissaggio (→ "Fig. 57-4") in senso orario.

Riposizionamento laterale della lama

- Spingere verso il centro la protezione salva dita (→ "Fig. 57-1").
- Allentare le viti di serraggio (→ "Fig. 57-4") ruotandole in senso antiorario.
- Spingere la lama (→ "Fig. 57-5") verso sinistra o destra, come richiesto.
- Dopo aver riposizionato la lama, regolarla in altezza (→ p. 74 – [Regolazione in altezza della lama](#)), quindi serrare la vite di serraggio (→ "Fig. 57-4") situata sul lato, ruotandola in senso orario per bloccare la lama (→ "Fig. 57-5").

**Attenzione**

Dopo aver spostato lateralmente il portalama, il campione non è represso e quindi non viene sgrassato nuovamente.

Danni al campione.

- Ritrarre la testa dell'oggetto e ritagliare il morsetto portacampione ogni volta che si sposta lateralmente il portalama.

6.4 Vaschetta di raccolta sezioni di scarto

Fig. 59

La vaschetta antistatica è semplice da pulire grazie alla superficie antistatica. Spingere la vaschetta per le sezioni di scarto (→ "Fig. 59-1") dalla parte anteriore verso la piastra base del microtomo, (→ "Fig. 59-2") fino a quando non è tenuta ferma dai due magneti (→ "Fig. 59-3") (situati sulla parte anteriore della piastra base del microtomo).

6.5 Retroilluminazione**Consigli**

Non è possibile utilizzare la retroilluminazione con la base del portalama due in uno E. Da utilizzare con la retroilluminazione su HistoCore MULTICUT, l'alimentatore esterno Retroilluminazione (N° Ordine: 14 0500 31244) deve essere ordinato separatamente.

6 Accessori opzionali




Fig. 60

- Rimuovere le due viti (→ "Fig. 60-1") utilizzando un cacciavite a fessura, quindi rimuovere la piastra di copertura (→ "Fig. 60-2").
- Inserire la retroilluminazione (→ "Fig. 60-3") nell'alloggiamento situato sul retro della base del portalama.
- Collegare la spina (→ "Fig. 60-4") della retroilluminazione alla spina dell'alimentatore esterno Retroilluminazione (→ "Fig. 60-5").
- Selezionare uno spinotto con tensione corretta e collegarlo all'adattatore. Inserendo lo spinotto nella presa di alimentazione si accende la retroilluminazione.



Attenzione

Se si utilizzano morsetti per super cassette, l'orientamento non è impostato nella posizione "0" utilizzando il sistema di orientamento per portacampione orientabile insieme alla base rigida del portalama oppure applicando la retroilluminazione.

Può verificarsi un guasto allo strumento con conseguente ritardo nella diagnosi.

- Posizionare l'orientamento in posizione "0" e staccare la retroilluminazione.
- NON usare mai il morsetto per super cassette insieme alla retroilluminazione.
- In caso di utilizzo del morsetto per super cassette, regolare il sistema di compensazione della forza.

6.6 Vaschetta superiore



Fig. 61

La vaschetta superiore è montata sul coperchio del microtomo. Il contrassegno (→ "Fig. 61-1") presente sulla vaschetta superiore e sul coperchio aiuta a orientarsi per l'installazione della vaschetta stessa.

La vaschetta superiore serve a conservare gli utensili utilizzati durante il sezionamento, nonché i campioni sezionati.

6.7 Supporto universale per microscopio



Consigli

Disimballare tutti gli accessori contenuti nella confezione e controllare che siano completi.




Fig. 62



Fig. 63



Fig. 64

- (→ "Fig. 62-1"), piastra base con fori (→ "Fig. 62-11")
- (→ "Fig. 63-2"), colonna verticale con vite a esagonale N° 8 (→ "Fig. 63-12") e rondella di fermo (→ "Fig. 63-13")
- (→ "Fig. 63-3"), braccio orizzontale con elemento trasversale (→ "Fig. 63-14") e anello di supporto (→ "Fig. 63-15")
- (→ "Fig. 63-4"), piastra di supporto, grande (per BIOCUT, MULTICUT e AUTOCUT)
- (→ "Fig. 63-5"), piastra di supporto, piccola (per NANOCUT R)
- (→ "Fig. 63-6"), chiave esagonale a esagonale di ampiezza 3
- (→ "Fig. 63-7"), 4 viti a testa svasata per installare la piastra di supporto
- (→ "Fig. 63-8"), chiave esagonale a esagonale di ampiezza 8

Assemblaggio del supporto universale per microscopio

- Applicare la piastra base. Scegliere la piastra di supporto grande (→ "Fig. 63-5") o piccola (→ "Fig. 63-4"), a seconda del microtomo da utilizzare. Applicare la piastra di supporto alla piastra base utilizzando le 4 viti a testa svasata accluse (→ "Fig. 63-7") e la chiave esagonale a esagonale da 3 (→ "Fig. 63-6").



Fig. 65




Fig. 66

- Applicare la colonna verticale. Inserire dal basso la vite a esagonale (→ "Fig. 65-12") nel foro della piastra base. Posizionare dall'alto la rondella di fermo (→ "Fig. 65-13") sulla vite a esagonale. Infilare dall'alto la colonna verticale argento (→ "Fig. 66-2") sulla piastra base e serrarla con la chiave esagonale a esagonale da 8.



Avvertenza

Consigli per il supporto universale per microscopio.

Lesioni gravi alle persone.

- Dopo aver installato la colonna verticale, posizionare subito il microtomo sulla piastra base in modo che il piedino anteriore del microtomo sia posizionato negli incassi (→ "Fig. 66-19").



Consigli

Posizionare la rondella di fermo tra la piastra base e la colonna verticale, onde evitare che questa ruoti inavvertitamente.




Fig. 67

- Applicare il braccio orizzontale. Far scorrere l'anello di supporto (→ "Fig. 67-15") sulla colonna verticale e posizionarlo in modo che il controdado (→ "Fig. 67-16") sia rivolto indietro. Serrare il controdado. Far scorrere l'elemento trasversale (→ "Fig. 67-14") sulla colonna. Assicurarsi che la vite di fermo (→ "Fig. 67-17") sia rivolta verso destra del basamento. Centrare il braccio orizzontale sopra il microscopio. Far scorrere il braccio orizzontale (→ "Fig. 67-3"), col lato piatto rivolto verso la vite di fermo (→ "Fig. 67-17"), nell'elemento trasversale (→ "Fig. 67-14") e serrare.



Consigli

Per maggiori informazioni su collegamento e utilizzo di microscopio, lente d'ingrandimento o sorgente di luce fredda, consultare le relative istruzioni per l'uso.

6.8 Lente d'ingrandimento, illuminazione a LED



Consigli

La lente offre un ingrandimento 2x e può essere utilizzata con tutti i microtomi rotativi della serie HistoCore.



Fig. 68

- Aprire la vite (→ "Fig. 68-3") situata sul braccio orizzontale del supporto per microscopio, ruotandola in senso antiorario.
- Inserire l'elemento di connessione argento (→ "Fig. 68-1") fino a quando non si ferma. Serrare la vite (→ "Fig. 68-3").

- L'adattatore (→ "Fig. 68-2") consente d'installare faretto a LED ad alta potenza. Collegare i faretto a LED ad alta potenza 1000, 2 bracci, all'adattatore (→ "Fig. 69"). Inserire gli spinotti (→ "Fig. 69-1") dei faretto a LED ad alta potenza 1000, 2 bracci, nelle prese (→ "Fig. 69-2") del controllore dei faretto ad alta potenza (→ "Fig. 69-3"). Collegare l'adattatore di alimentazione (→ "Fig. 69-4") dell'unità di controllo del LED 1000 al controllore dei faretto ad alta potenza e collegarlo all'alimentazione. Assicurarsi di scegliere lo spinotto corretto tra quelli forniti (→ "Fig. 69-5") in base all'adattatore della propria zona.
- Premere il pulsante (→ "Fig. 69-7") sul controllore dei faretto ad alta potenza, per accendere o spegnere i faretto (→ "Fig. 69-6"); l'azione corrisponde alle due luci verdi (→ "Fig. 69-8") situate sul controllore dei faretto ad alta potenza. Ruotare il volantino di comando (→ "Fig. 69-9") per regolare la luminosità dei faretto.




Fig. 69

- Regolare la posizione della lente d'ingrandimento rispetto al campione da processare. Se necessario è possibile ruotare la lente d'ingrandimento completamente di lato.



Avvertenza

Lente d'ingrandimento non coperta quando non viene utilizzata.

Lesioni gravi alle persone e/o danni materiali dovuti agli effetti del vetro incandescente. La lente d'ingrandimento può incendiare gli oggetti circostanti, soprattutto se vi è esposizione diretta alla luce del sole.

- Coprire sempre la lente d'ingrandimento quando non viene utilizzata.
- In particolare proteggerla dall'esposizione alla luce diretta del sole.

- Per coprire la lente d'ingrandimento utilizzare il cappuccio protettivo (→ "Fig. 68-4") fornito alla consegna.

6.9 Accessori opzionali

Base del portalama, non orientabile



Fig. 70

Argento per portalama N ed E con canale

- N° ordine: 14 0502 37962

Portalama N



Fig. 71

Argento, per accogliere lame convenzionali con lunghezza fino a 16 cm
Regolazione in altezza della lama
Impostazione separata dell'angolo di spoglia
Salva dita mobile

- N° ordine: 14 0502 37993

Portalama E con canale



Fig. 72

Per lame usa e getta a basso profilo, dimensioni (L x A x P):
(80 +/-0,05) mm x (8 +/- 0,1) mm x (0,254 +/-0,008) mm, argento, con canale per l'acqua
Sistema di blocco rapido con possibilità di spostare lateralmente il morsetto superiore
3 posizioni click-stop per agevolare l'utilizzo dell'intera lunghezza della lama
Salva dita a scomparsa con codifica a colori

- N° ordine: 14 0502 38961

Base portalama per portalama due in uno E




Fig. 73

Base portalama per portalama due in uno E

- N° ordine: 14 0502 55546

Portalama due in uno E



Fig. 74

Per lame monouso ad alto e basso profilo con le dimensioni delle lame a basso profilo (L x A x P): (80 +/-0,05) mm x (8 +/-0,1) mm x (0,254 +/-0,008) mm, e le dimensioni della lama per lame di alto profilo (L x A x P):

(80 +/-0,05) mm x (14 +/-0,15) mm x (0,317 +/-0,005) mm.

Per HistoCore MULTICUT

Possibilità di spostare lateralmente il morsetto superiore

3 posizioni click-stop per agevolare l'utilizzo dell'intera lunghezza della lama

La piastra di pressione è sostituibile.

Salva dita a scomparsa con codifica a colori

Con estrattore per lame

- N° ordine: 14 0502 54497

Lame monouso — nastro stretto (Leica 819)



Fig. 75

Dimensioni (L x A x P): (80 +/-0,05) mm x (8 +/-0,1) mm x (0,254 +/-0,008) mm

- 01 pacchetto da 50 pezzi: 14 0358 38925
- 10 pacchetti da 50 pezzi: 14 0358 38382

Lame monouso — nastro largo (Leica 818)




Dimensioni (L x A x P): (80 +/-0,05) mm x (14 +/-0/-0,15) mm x (0,317 +/-0,005) mm

- 01 pacchetto da 50 pezzi: 14 0358 38926
- 10 pacchetti da 50 pezzi: 14 0358 38383

Fig. 76

Lama da 16 cm - profilo c - acciaio, lama da 16 cm - profilo d - acciaio



Lama, lunghezza 16 cm, profilo c
Avvertenza: Cassetta portalamo 14 0213 11140 inclusa

- N° ordine: 14 0216 07100

Lama, lunghezza 16 cm, profilo d
Avvertenza: Cassetta portalamo 14 0213 11140 inclusa

- N° ordine: 14 0216 07132

Fig. 77

Custodia per coltelli - piccola



In plastica, variabile per 1 o 2 coltelli di lunghezza da 10 a 16 cm.

- N° ordine: 14 0213 11140

Fig. 78

Morsetto per cassette universale

Fig. 79

con adattatore, argento
Da utilizzare con cassette standard con misure minime da 39,8 x 28 x 5,8 mm e massime da 40,9 x 28,8 mm x 6,2 mm.

- N° ordine: 14 0502 37999

Morsetto portacampione standard

Fig. 80

50 x 55 mm, con adattatore, argento

- N° ordine: 14 0502 38005


Morsetto portacampione standard

Fig. 81

40 x 40 mm, con adattatore, argento

- N° ordine: 14 0502 37998

Alloggiamento portacampione, orientabile

Fig. 82

Argento, incluso l'hardware d'installazione.
Avvertenza: Sistema di bloccaggio rapido
14 0502 37718 da ordinare separatamente.

- N° ordine: 14 0502 38949

Alloggiamento portacampione, non orientabile

Fig. 83

Argento, per accogliere vari morsetti
portacampione, vedere (→ p. 64 – 6. Accessori
opzionali), incluso hardware d'installazione

- N° ordine: 14 0502 38160

**Alloggiamento portacampione, orientabile
micrometricamente**

Fig. 84

Argento, con 2 indicatori di punto zero,
orientamento XY di 8° per direzione, click stop
ogni 2°

Avvertenza: Sistema di bloccaggio rapido
14 0502 37718 da ordinare separatamente.

- N° ordine: 14 0502 37717

Sistema di bloccaggio rapido

Fig. 85

Per portacampione, da usare insieme al sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente, insieme agli indicatori di punto zero 14 0502 37717 o al sistema di orientamento per portacampione orientabile 14 0502 38949

- N° ordine: 14 0502 37718

Morsetto per super cassette

Fig. 86

Con adattatore, argento

Avvertenza:

Da usare solo insieme all'alloggiamento portacampione non orientabile 14 0502 38160, da ordinare separatamente.

La retroilluminazione 14 0502 38719 non può essere utilizzata insieme a un morsetto per super cassette.

Si consiglia l'uso con le cassette e i coperchi Leica Biosystems Super, bianchi (VSP 59060B-BX, VSP 59060-CS) e gli stampi per inclusione Super metal (VSP58166)

(LxPxA) 75 x 52 x 35 mm

- N° ordine: 14 0502 38967

Leica RM CoolClamp

Fig. 87

Morsetto per cassette universale a raffreddamento elettrico, con adattatore per microtomi rotativi HistoCore. Da utilizzare con cassette standard con misure minime da 39,8 x 28 mm e massime da 40,9 x 28 mm. Sezioni uniformi al microtomo grazie al raffreddamento elettrico del morsetto per cassette universale che utilizza Leica RM CoolClamp. Raffreddamento a risparmio energetico attraverso il sistema di dissipazione del calore.

Il sistema brevettato di compensazione della forza dei microtomi rotativi HistoCore consente di sostituire i morsetti in maniera veloce e affidabile, senza dover modificare il volantino. Il materiale antistatico semplifica la pulizia. Può essere installato su tutti i microtomi rotativi della serie HistoCore.

Dati tecnici:

Periodo di preraffreddamento fino a inizio attività: 30 minuti

Temperatura: 20 K sotto la temperatura ambiente

Intervallo di temperatura ambiente: da +10 °C a +35 °C

Umidità relativa dell'aria: max. 80 % senza formazione di condensa

Peso: circa 650 g

Misure (L x P x H): 80 x 114 x 204 mm

Alimentazione: 100 - 240 V/ 50/ 60 Hz

Certificazioni: CE, c_GSA_US

Fornitura standard:

Leica RM CoolClamp

Alimentazione con cavo e 4 adattatori (GB, US, UE, AUS)

5 fermacavo

Manuale di istruzioni e DVD

- N° ordine: 14 0502 46573

**Consigli**

Leica RM CoolClamp non può essere utilizzato insieme a un microscopio o a un ingranditore.

Ingranditore



Fig. 88

Per il montaggio su supporti del microscopio (14 0502 40580), ingrandimento 2x

Avvertenza:

L'ingranditore include un adattatore per accogliere l'illuminazione a LED opzionale

- N° ordine: 14 0502 42790

Supporto universale per microscopio



Fig. 89

Montaggio universale

- N° ordine: 14 0502 40580

Retroilluminazione



Fig. 90

Avvertenza:

Per HistoCore BIOCUT e MULTICUT solo insieme all'alimentatore esterno Retroilluminazione 14 0500 31244.

La retroilluminazione non può essere utilizzata insieme a un morsetto per super cassette 14 0502 38967.

- N° ordine: 14 0502 38719

Alimentatore esterno Retroilluminazione



Fig. 91

Da usare insieme alla retroilluminazione 14 0502 38719, per le serie di microtomi rotativi HistoCore BIOCUT e MULTICUT
Sono inclusi i seguenti adattatori:
UK, Europa, USA/Giappone, Australia

- N° ordine: 14 0500 31244

Vaschetta superiore



Fig. 92

Per la serie di microtomi rotativi HistoCore

- N° ordine: 14 0517 56261

Vaschetta di raccolta sezioni di scarto



Fig. 93

Per la serie di microtomi rotativi HistoCore

- Vaschetta di raccolta antistatica delle sezioni di scarto
N° ordine: 14 0517 56237

Pennello



Fig. 94

Con magneti per rimozione lama dal portalama due in uno E.

- N° ordine: 14 0183 40426

Guanti di sicurezza



Fig. 95

Misura M, 250 ± 20 mm, gialli

- N° ordine: 14 0340 29011

Guanti di sicurezza a prova di taglio, misura S, 250 ± 20 mm

- N° ordine: 14 0340 40859

6.10 Informazioni per gli ordini

Base del portalama	14 0502 37962
Portalama N	14 0502 37993
Portalama E con canale per l'acqua e lame a nastro stretto	14 0502 38961
Base del portalama	14 0502 55546
Portalama due in uno E	14 0502 54497
Lame monouso Leica 819 - basso profilo (50/confezione): (80 +/-0,05) mm x (8 +/-0,1) mm x (0,254 +/-0,008) mm (L x A x P)	14 0358 38925
Lame monouso Leica 819 - basso profilo (50/confezione)	14 0358 38382
Lame monouso Leica 818 - alto profilo (50/confezione): (80 +/-0,05) mm x (14 +/-0,15) mm x (0,317 +/-0,005) mm (L x A x P)	14 0358 38926
Lame monouso Leica 818 - alto profilo (50/confezione)	14 0358 38383
Lama da 16 cm - profilo c - acciaio	14 0216 07100
Lama da 16 cm - profilo d - acciaio	14 0216 07132
Custodia per coltelli - piccola	14 0213 11140






Morsetto per cassette universale	14 0502 37999
Morsetto portacampione standard 50x55 mm	14 0502 38005
Morsetto portacampione standard 40x40 mm	14 0502 37998
Sistema di orientamento per portacampione orientabile	14 0502 38949
Sistema di orientamento per portacampione rigido	14 0502 38160
Sistema di orientamento per portacampione orientabile micrometricamente	14 0502 37717
Sistema di bloccaggio rapido	14 0502 37718
Morsetto per super cassette	14 0502 38967
Leica RM CoolClamp	14 0502 46573
Ingranditore	14 0502 42790
Supporto universale per microscopio	14 0502 40580
Faretti a LED 1000 ad alta potenza, 2 bracci (Il modulo funziona solo con l'unità di controllo per LED 1000, N° ordine: 14 6000 04825.)	14 6000 04826
Unità di controllo per LED 1000 (Il modulo funziona solo con faretti LED 1000 ad alta potenza, 2 bracci, N° ordine: 14 6000 04826.)	14 6000 04825
Retroilluminazione (La retroilluminazione va usata solo insieme alla base portalamina rigido, argento N° ordine: 14 0502 37962.)	14 0502 38719
Alimentatore esterno Retroilluminazione	14 0500 31244
Vaschetta superiore	14 0517 56261
Vaschetta di raccolta antistatica delle sezioni di scarto	14 0517 56237
Pennello con magnete	14 0183 40426
Guanti di sicurezza, misura M	14 0340 29011
Guanti di sicurezza, misura S	14 0340 40859
Tipo di olio, CONSTANT OY 46 K (50 ml)	14 0336 06086

Per conoscere meglio i beni di consumo consultare il catalogo online presente sul nostro sito www.LeicaBiosystems.com.

7. Risoluzione degli errori

7.1 Codici errore

Se si verifica un errore strumento, sul display LED a tre cifre compare un codice di errore. La tabella sottostante elenca i codici errore che possono essere visualizzati. Seguire le istruzioni presenti nella colonna Cosa fare se...?

Codice errore	Comportamento dello strumento	Descrizione dell'errore	Cosa fare se...?
	È visualizzato il codice errore E1 .	Tutti i valori d'impostazione vengono resettati sui valori predefiniti.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Premere un pulsante qualsiasi sul pannello di controllo per confermare l'errore. 2.Controllare tutti i valori d'impostazione, per vedere se i valori precedentemente inseriti sono ancora corretti. Può essere necessario reimmettere i valori. 3.Se il codice errore E1 compare ripetutamente, chiamare l'assistenza Leica Biosystems.
	È visualizzato il codice errore E2 ; viene emesso per due secondi un segnale acustico. Lo strumento non risponde a nessuna operazione.	È probabile che il driver di avanzamento della testa non funzioni correttamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Riavviare lo strumento e controllare se il codice errore E2 è ancora presente. 2.Se il codice errore E2 è ancora presente, chiamare l'assistenza Leica Biosystems.
	È visualizzato il codice errore E3 ; viene emesso per due secondi un segnale acustico. Lo strumento non risponde a nessuna operazione.	È probabile che l'azionamento per l'avanzamento/ritrazione della testa dell'oggetto non funzioni correttamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Riavviare lo strumento e controllare se il codice errore E3 è ancora presente. 2.Se il codice errore E3 è ancora presente, chiamare l'assistenza Leica Biosystems.
	È visualizzato il codice errore E4 ; viene emesso per due secondi un segnale acustico. Lo strumento non risponde a nessuna operazione.	È probabile che l'intervallo di avanzamento della testa dell'oggetto non funzioni correttamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Riavviare lo strumento e controllare se il codice errore E4 è ancora presente. 2.Se il codice errore E4 è ancora presente, chiamare l'assistenza Leica Biosystems.
	È visualizzato il codice errore E5 ; viene emesso per due secondi un segnale acustico. Lo strumento non risponde a nessuna operazione.	È probabile che un posizionamento di memoria non funzioni correttamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Riavviare lo strumento e controllare se il codice errore E5 è ancora presente. 2.Se il codice errore E5 è ancora presente, chiamare l'assistenza Leica Biosystems.

7.2 Possibili guasti

Problema	Possibile causa	Soluzione del problema
<p>Sezioni spesse o sottili</p> <p>Vengono realizzati in modo alterno tagli spessi o sottili o si verificano vibrazioni nelle sezioni o il campione viene staccato dalla sede. In casi estremi non si ha addirittura alcuna sezione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lama, portalama od orientamento non sufficientemente bloccati. • Campione non sufficientemente bloccato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bloccare nuovamente la lama, i portalama o l'orientamento. • Assicurarsi che la cassetta sia serrata stabilmente nel morsetto universale. • Se il morsetto universale è imbrattato di paraffina, pulirlo (→ p. 99 – 8.1 Pulizia dello strumento). • Se si utilizzano cassette con coperchio applicato, assicurarsi che la linea di rottura consenta il serraggio stabile della cassetta; rimuovere eventualmente la bava o serrare la cassetta in senso orizzontale, anziché verticale nel morsetto universale. • Se le dimensioni della cassetta rientrano nelle tolleranze riportate, ma non si riesce a bloccare stabilmente la cassetta, è possibile che il morsetto universale non sia regolato correttamente o sia difettoso. In tal caso, far controllare il morsetto universale dal Servizio di assistenza tecnica e procedere a una nuova regolazione.

Problema	Possibile causa	Soluzione del problema
<p>(continuazione)</p> <p>Sezioni spesse o sottili</p> <p>Vengono realizzati in modo alterno tagli spessi o sottili o si verificano vibrazioni nelle sezioni o il campione viene staccato dalla sede. In casi estremi non si ha addirittura alcuna sezione.</p>	<p>(continuazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campione non sufficientemente bloccato. • La lama è usurata. • Piastra di pressione danneggiata o registrata in modo errato. • Angolo di spoglia della lama troppo piccolo. • Paraffina non abbastanza dura per le condizioni. • Cassetta non piena. • Lama troppo spessa o sottile da utilizzare nel porta lama due in uno. 	<p>(continuazione)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se non si utilizzano cassette Leica, in particolare a parete sottile, queste possono deformarsi o creare altri problemi di bloccaggio. Se durante il serraggio della cassetta, ci si accorge che questa non è bloccata stabilmente, è necessario utilizzare un fermaoggetto alternativo. • Spostare lateralmente il portalama o inserire una nuova lama. • Inserire una nuova piastra di pressione o usare un nuovo supporto per la lama due-in-uno E. • Regolare nuovamente la piastra di pressione. • Provare sistematicamente angoli di spoglia posteriore maggiori fino ad ottenere l'impostazione ottimale. • Usare una paraffina con un punto di fusione più alto oppure raffreddare il blocchetto. • Assicurarci che la cassetta sia riempita correttamente e che il blocco anteriore sia saldamente fissato al corpo della cassetta. • La lama compatibile consigliata è elencata negli Accessori Opzionali (→ p. 64 – 6. Accessori opzionali).

Problema	Possibile causa	Soluzione del problema
<p>Sezioni schiacciate Le sezioni sono così compresse e schiacciate insieme, con pieghe e non si formano nastri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La lama è usurata. • Il campione è troppo caldo. • Velocità di sezionamento troppo elevata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un altro punto della lama, o una nuova lama. • Prima del sezionamento raffreddare il campione. • Ridurre la velocità di sezionamento.
<p>Presenza di "strisciate" nei tagli Per il portalama due in uno E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La paraffina si è accumulata sul lato posteriore della lama e sulla piastra di pressione posteriore del supporto del coltello. • Angolo di spoglia troppo ripido, prossimo al grado zero. • La lama presenta incisioni sul filo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere regolarmente la paraffina da queste zone. • Regolare l'angolo di spoglia. • Sostituire la lama.
<p>Rumori durante il sezionamento La lama "canta" durante l'esecuzione del sezionamento di campioni rigidi. Le sezioni presentano scalfitture o segni di vibrazione dello strumento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Velocità di sezionamento troppo elevata. • Angolo di spoglia posteriore troppo grande. • Bloccaggio insufficiente del morsetto portacampione e/o del portalama. • Ritrazione spenta durante il sezionamento di campioni inclusi nella resina/plastica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare una velocità di sezionamento ridotta. • Ridurre sistematicamente l'angolo di spoglia posteriore fino ad ottenere l'impostazione ottimale. • Controllare tutte le connessioni filettate e a innesto del sistema portacampione e del portalama. Se necessario serrare leve e viti. • Attivare la ritrazione.
<p>Forte usura della lama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si è operato con forze di sezionamento eccessive. • Angolo di spoglia troppo acuto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la sgrossatura, adattare la velocità di sezionamento e/o lo spessore di sezione. Selezionare uno spessore di sezione inferiore e ruotare il volano più lentamente. • Regolare l'angolo di spoglia.

7.3 Guasti allo strumento

Nella seguente tabella sono elencati i problemi più comuni che possono verificarsi utilizzando lo strumento, con l'indicazione delle possibili cause e la relativa soluzione. Se non è possibile risolvere il problema con nessuna delle opzioni elencate nella tabella o se il problema si verifica ripetutamente, informare immediatamente l'assistenza Leica Biosystems.

Problema	Possibile causa	Soluzione del problema
Nessuna visualizzazione; nessuna reazione alla pressione dei pulsanti dopo l'accensione dello strumento.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente. • Fusibili difettosi. • Il cavo del pannello di controllo non è collegato correttamente. • L'interruttore di selezione della tensione non è impostato correttamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il collegamento del cavo di alimentazione. • Sostituire i fusibili. • Controllare il collegamento del cavo al pannello di controllo. • Controllare l'impostazione della tensione e, se necessario, correggerla (→ p. 36 – 4.5.1 Controllo della tensione).
Nessun movimento di avanzamento.	<ul style="list-style-type: none"> • È stata raggiunta l'estremità del percorso residuo. • Il campione si trovava già nel campo del percorso residuo quando lo strumento è stato acceso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Selezionare la modalità di sgrossatura premendo TRIM/SECT. Quindi riportare il campione utilizzando il pulsante di avanzamento rapido. • Seguire la procedura descritta sopra.
Non è possibile riportare il campione nel campo del percorso residuo utilizzando i pulsanti di avanzamento rapido.	<ul style="list-style-type: none"> • La modalità PASSO è ancora attiva (il LED del pulsante SECT s'illumina). 	<ul style="list-style-type: none"> • Per proseguire il lavoro, premere il pulsante TRIM/SECT per passare alla modalità sgrossatura. Ritirare il campione utilizzando il pulsante di avanzamento rapido.

7.4 Guasti al portalama due in uno E

7.4.1 Sostituire la piastra di pressione




Fig. 96




Fig. 97

1. Abbassare la protezione salva dita (→ "Fig. 96-1").
2. Ruotare la leva di blocco in senso antiorario (→ "Fig. 96-2").
3. Estrarre il perno (→ "Fig. 96-3") (→ "Fig. 97-3").
4. Rimuovere la piastra di pressione danneggiata (→ "Fig. 97-4").



Consigli

Assicurarsi che l'inserto del morsetto superiore sia installato come illustrato (→ "Fig. 97-5") altrimenti cadrebbe. Se non è installato correttamente non è possibile bloccare la piastra di pressione.

5. Installare una nuova piastra di pressione.
6. Inserire il perno (→ "Fig. 97-3").
7. Ruotare la leva di blocco in senso orario (→ "Fig. 97-2").

7.4.2 Montaggio del morsetto superiore sul segmento d'arco



Fig. 98

Per assicurare un adeguato risultato di sezionamento il morsetto superiore (→ "Fig. 98-2") deve essere bloccato saldamente sopra il segmento d'arco (→ "Fig. 98-4").

Il bloccaggio avviene utilizzando una leva eccentrica (→ "Fig. 98-3"). La forza di bloccaggio viene regolata tramite la vite di regolazione (→ "Fig. 98-1") situata sul lato inferiore del segmento d'arco. Impostare il blocco in modo da poter ruotare la leva di serraggio finché non si ferma, applicando una crescente resistenza.

Regolare il bloccaggio utilizzando una chiave esagonale a esagonale da 2,5 mm sulla vite di regolazione (→ "Fig. 98-1"), in modo che la leva "scivoli" inizialmente quando viene attivata. Continuare a ruotare leggermente la vite di regolazione (→ "Fig. 98-1") (di circa 1/4 verso sinistra o destra), quindi controllare che la leva non "scivoli" più, ma neanche che s'inceppi drasticamente.

7.5 Impostazione del sistema di serraggio del morsetto sulla piastra base




Fig. 99

Per impostare a 270° la distanza di serraggio dal perno eccentrico, eseguire i seguenti passaggi.

1. Posizionare la base porta lama (→ "Fig. 99-1") sulla base dello strumento.
2. Regolare avvitando o svitando la vite a testa svasata (→ "Fig. 99-5") presente nell'elemento di blocco del basamento, utilizzando la chiave esagonale a esagonale da 4 (→ "Fig. 99-6"), in modo da poter bloccare il perno eccentrico (→ "Fig. 99-2") nella posizione a 0° (→ "Fig. 99-3") e 270° (→ "Fig. 99-4").

8. Pulizia e manutenzione

8.1 Pulizia dello strumento



Avvertenza

Pulizia dello strumento senza aver staccato lo spinotto di alimentazione.

Scossa elettrica con lesioni a persone.

- Prima di ogni pulizia spegnere lo strumento e togliere la spina dalla tensione di rete. Spruzzare solventi o detersivi appropriati su un panno per pulizia e non direttamente sullo strumento, onde evitare che il liquido vi penetri. In caso di penetrazione di liquido nello strumento, contattare l'assistenza Leica Biosystems.



Avvertenza

Liquidi all'interno dello strumento.

Lesioni gravi alle persone/strumento e/o danni al campione.

- Assicurarsi che non entrino liquidi nello strumento durante l'utilizzo e gli interventi di manutenzione.



Avvertenza

Lama rimossa quando il portalama era ancora sul microtomo.

Lesioni gravi alle persone, dovute al contatto con lame estremamente affilate.

- Prima di smontare il portalama dal microtomo, assicurarsi sempre di staccare la lama, indossando guanti a prova di taglio e conservare la lama in un luogo sicuro.



Avvertenza

Lama conservata non correttamente.

Lesioni gravi alle persone, ad esempio, a causa di una caduta accidentale.

- Quando non la si usa, conservare sempre la lama in un luogo adeguato, ad esempio nel contenitore apposta.
- Non lasciare mai la lama con il filo rivolto verso l'alto e non provare ad afferrare una lama mentre sta cadendo.



Avvertenza

Caduta del portalama dallo strumento.

Lesioni gravi alle persone e/o danni materiali.

- Se il portalama non è fissato, ad esempio, durante l'installazione o la pulizia, fare attenzione che non cada.
- Se possibile, fissare il portalama onde evitare che cada.
- Per effettuare l'installazione o la manutenzione dello strumento, rimuovere il portalama dalla sua base, onde evitare che cada accidentalmente.

**Attenzione**

Utilizzo di solventi o detergenti inadeguati o strumenti rigidi/affilati per pulire lo strumento o gli accessori.

Potenziale guasto allo strumento o ritardo nella diagnosi.

- Per pulire lo strumento non utilizzare solventi contenenti acetone o xilene.
- Nell'uso di detergenti, rispettare tutte le istruzioni di sicurezza del produttore e le regole di gestione del laboratorio.
- Non usare strumenti rigidi o affilati per grattare la superficie dello strumento.
- Non immergere gli accessori in solventi per la pulizia o acqua.
- Pulire le lame in acciaio utilizzando una soluzione a base di alcool o acetone.
- Per pulire e rimuovere la paraffina non usare xilene o fluidi detergenti contenenti alcool (ad esempi detergente per i vetri).

**Avvertenza**

Gli accessori e i componenti subiscono corrosione a causa dell'utilizzo di reagenti o solventi corrosivi/fortemente acidi/alcalini con lo strumento o gli accessori, ad esempio una soluzione decalcificata che contiene acido, idrossido di ammonio contenente alcali ecc.

Possibile malfunzionamento degli accessori.

- Evitare che il reagente o solvente corrosivo/fortemente acido/alcalino goccioli sulla superficie dello strumento o sugli accessori.
- In caso di gocciolamento del reagente o solvente sulla superficie dello strumento o sugli accessori, pulire i residui e asciugare gli accessori il più presto possibile.
- Se il reagente o solvente viene utilizzato frequentemente, effettuare un'accurata pulizia giornaliera del portalama, del morsetto universale per cassette (UCC) e di altri accessori in base alla necessità.

Prima di ogni operazione di pulizia, eseguire i seguenti passi:

- Portare il morsetto portacampione nella posizione finale superiore e attivare il bloccaggio del volantino.
- Spegnere lo strumento e staccare la spina.
- Prelevare la lama dal portalama e spingerla nel comparto di alloggiamento nel fondo del dispenser, oppure rimuovere la lama dal portalama e riporla nella relativa cassetta.
- Rimuovere la base del portalama e il portalama per eseguire la pulizia.
- Rimuovere il campione dal morsetto portacampione.
- Togliere le sezioni di scarto con un pennello asciutto.
- Estrarre il morsetto portacampione e pulirlo separatamente.

Strumento e superfici esterne

Se necessario, è possibile pulire le superfici esterne verniciate dei pannelli di controllo, utilizzando un detergente di uso domestico delicato oppure acqua saponata, quindi strofinare con un panno. Per rimuovere i residui di paraffina è possibile utilizzare sostituiti di xilene, olio di paraffina o smacchiatore per paraffina.

Prima di utilizzarlo nuovamente asciugare completamente lo strumento.

**Avvertenza**

Lama strofinata nella direzione sbagliata durante la pulizia.

Lesioni gravi alle persone.

- Strofinare sempre la lama dalla parte posteriore al filo.

**Consiglio**

Non accendere lo strumento prima che sia completamente asciutto.


Portalama due in uno E

Fig. 100

1. Rimuovere l'inserto (→ "Fig. 100-9") per lame a nastro stretto.
2. Rimuovere la piastra di pressione (→ "Fig. 100-4") dal morsetto superiore. A tal fine ruotare la leva di blocco della lama (→ "Fig. 100-6") in senso antiorario e tirarla lateralmente; estrarre il perno (→ "Fig. 100-7") e togliere la piastra di pressione.
3. Rimuovere il morsetto superiore. A tal fine ruotare la leva di blocco (→ "Fig. 100-2") per lo spostamento laterale, in senso antiorario e tirarla fuori lateralmente; spingere il morsetto superiore (→ "Fig. 100-3") fino a quando non è possibile rimuoverlo dal segmento d'arco (→ "Fig. 100-5").
4. Allentare il perno eccentrico utilizzando la chiave esagonale a esagonale da 4 e rimuovere il segmento d'arco dalla base del portalama.
5. Pulire tutti i componenti del portalama due in uno E.



Attenzione

Durante la pulizia i componenti dei portalama sono stati mescolati.

Qualità scadente della sezione.

- Non mescolare i portalama durante la pulizia.

6. Riporre le parti smontate su un panno assorbente nell'essiccatore ad armadio (fino a max. 65 °C) e scaricare le impurità di paraffina.



Avvertenza

Durante la pulizia del portalama, rimuovere i componenti dall'essiccatore ad armadio (65 °C).

Pericolo di scottatura.

- In fase di rimozione dei componenti dall'essiccatore ad armadio (65 °C) indossare guanti termoisolanti.

7. Strofinare il portalama due in uno E e lasciare raffreddare a temperatura ambiente, quindi montarlo nuovamente.
8. Dopo aver pulito i componenti mobili del portalama due in uno E, applicarvi sopra uno strato sottile di olio apposito.
9. Durante il montaggio della piastra di pressione (→ "Fig. 100-4"), assicurarsi che il l'inserto del morsetto superiore sia installato correttamente, come illustrato (→ "Fig. 100-8") e che il bordo superiore della piastra sia parallelo e alla stessa altezza del bordo posteriore del morsetto superiore (→ "Fig. 100-3").



Consigli

Se l'inserto del morsetto superiore non è installato correttamente, non è possibile bloccare la piastra di pressione.

Morsetto per cassette universale




Fig. 101

- Staccare il morsetto per cassette (→ "Fig. 101-1") per eseguire una pulizia accurata, rimuovendo tutti residui di paraffina.
- Per pulire non usare xilene. Usare invece sostituti di xilene o smacchiatori per paraffina.
- È possibile posizionare il morsetto per cassette (→ "Fig. 101-1") anche in un forno riscaldato a una temperatura massima di 65 °C, fino a quando la paraffina liquida non scorre via.
- Rimuovere i residui di paraffina con un panno asciutto.
- Dopo aver eseguito questa procedura di pulizia in un forno, accertarsi di lubrificare le molle a spirali (→ "Fig. 101-2") della leva di tensione (→ "Fig. 101-3"). Far raffreddare il morsetto per cassette prima di montarlo nuovamente sullo strumento.

8.2 Manutenzione

8.2.1 Sostituzione dei fusibili



Avvertenza

Sostituzione dei fusibili senza aver spento lo strumento e staccato lo spinotto di alimentazione.

Scossa elettrica con lesioni a persone.

- Prima di sostituire i fusibili, spegnere lo strumento dall'interruttore di alimentazione e togliere la spina dalla tensione di rete.



Attenzione

Utilizzo di fusibili scorretti che presentano specifiche diverse da quelle definite nella sezione Dati tecnici del Manuale d'istruzioni.

Ritardo nella diagnosi dovuto al mancato funzionamento dello strumento che utilizza fusibili scorretti.

- Utilizzare solo il tipo di fusibili specificato nella sezione Dati tecnici del Manuale d'istruzioni.




Fig. 102

- Assicurarsi che l'interruttore principale (→ "Fig. 102-1") sia spento.
- Inserire un piccolo cacciavite nell'intaglio (→ "Fig. 102-2") sopra l'alimentazione (→ "Fig. 102-3") e fare leva con attenzione sull'inserito.
- Rimuovere l'alloggiamento del fusibile (→ "Fig. 102-4") insieme ai fusibili (→ "Fig. 102-5").
- Sostituire i fusibili difettosi con fusibili nuovi.
- Reinsерire l'alloggiamento del fusibile nello strumento e spingerlo fino a inserimento (suono di clic).

8.3 Avvertenze di manutenzione



Consigli

Lo strumento può essere aperto, per i lavori di manutenzione e di riparazione, soltanto da tecnici di assistenza autorizzati.

Lo strumento è praticamente esente da manutenzione.

Per garantire il corretto funzionamento dello strumento il più a lungo possibile Leica Biosystems raccomanda quanto segue:

1. Pulire accuratamente lo strumento quotidianamente.
2. Stipulare un contratto di assistenza alla scadenza del periodo di garanzia. Informazioni più precise possono essere richieste presso l'organizzazione di assistenza tecnica competente Leica Biosystems.

3. Far ispezionare lo strumento regolarmente da un tecnico autorizzato Leica Biosystems. Gli intervalli dipendono dalla frequenza di utilizzo dello strumento.

Raccomandiamo di osservare i seguenti intervalli d'ispezione in base al carico di lavoro dello strumento, come indicato nelle due categorie presenti nella tabella:

	Categoria I	Categoria II
Numero di sezioni al giorno:	>8.000 sezioni al giorno	<8.000 sezioni al giorno
Carico di lavoro (ore giornaliera):	>5 ore al giorno	≤5 ore al giorno
Velocità di sezionamento:	In prevalenza elevata velocità di sezionamento	Ridurre a una velocità di sezionamento media
Materiale del campione:	Utilizzo di campioni morbidi e rigidi	In prevalenza campioni in materiale morbido
Manutenzione:	Ogni 12 mesi	Ogni 24 mesi



Fig. 103

Nota per l'ispezione

Quando lo strumento raggiunge i ca. 2 milioni di corse, premendo il pulsante **TRIM/SECT** nel display a tre cifre compare sempre il codice **SEr** per circa 3 secondi (commutazione tra modalità di sgrossatura e di sezionamento).

Ciò ricorda che lo strumento va ispezionato da un tecnico autorizzato dell'assistenza Leica Biosystems, a prescindere dalla frequenza d'uso dello strumento.

8.4 Lubrificazione dello strumento

Una volta al mese, lubrificare i seguenti componenti utilizzando l'olio fornito in dotazione (1-2 gocce sono sufficienti).



Avvertenza

Sversamento di olio e pulizia non eseguita immediatamente.

Gravi lesioni a persone, ad esempio, scivolando o entrando in contatto con parti pericolose, quali la lama dello strumento.

- Assicurarsi sempre che non sia fuoriuscito dell'olio.
- Se c'è stato sversamento di olio pulirlo immediatamente, facendo attenzione che non ve ne sia più traccia.

Strumento

Fig. 104

- Guide (→ "Fig. 104-1") sulla base del portalama sulla piastra base del microtomo.
- Raccordo a T (→ "Fig. 104-2") sulla piastra base del microtomo.

Portalama due in uno E

Fig. 105

- Leva di blocco (→ "Fig. 105-1") per lo spostamento laterale.
- Leva di blocco (→ "Fig. 105-2") per la lama.


Morsetto per cassette universale

Fig. 106

Lubrificare le molle a spirale (→ "Fig. 106-1") della leva di tensione (→ "Fig. 106-2") e muoverla in avanti e indietro più volte.

9. Garanzia e assistenza**9.1 Garanzia**

Leica Biosystems Nussloch GmbH garantisce che il prodotto del contratto fornito è stato sottoposto a dettagliate misure di controllo di qualità conformemente agli standard interni di test Leica Biosystems. Il prodotto non ha difetti e soddisfa tutte le specifiche tecniche e/o ha tutte le caratteristiche concordate garantite.

La complessità della garanzia dipende nei dettagli dai contenuti del contratto stipulato. Vincolanti sono solo le condizioni di garanzia della vostra società di vendita Leica Biosystems competente o della società dalla quale avete acquistato il prodotto del contratto.

9.2 Informazioni sull'assistenza tecnica

Per la richiesta di assistenza tecnica o di parti di ricambio, si prega di contattare il proprio rappresentante di vendita Leica Biosystems o il distributore che ha venduto il prodotto.

Fornire le seguenti informazioni:

- Nome del modello e numero di serie dello strumento.
- Ubicazione dello strumento e nome della persona da contattare.
- Motivo della richiesta di assistenza.
- Data di consegna dello strumento.

9.3 Smontaggio e smaltimento

Lo strumento o le parti dello strumento devono essere smaltiti in conformità con le leggi locali.

10. Conferma decontaminazione

Ciascun prodotto restituito a Leica Biosystems o che richieda assistenza in loco deve essere adeguatamente pulito e decontaminato. Il modello della conferma di decontaminazione si trova sul nostro sito web www.LeicaBiosystems.com, nel menu prodotto. Tale template deve essere utilizzato per raccogliere tutti i dati necessari.

Quando si restituisce un prodotto, è necessario allegare o trasmettere al tecnico una copia della conferma compilata e firmata. La responsabilità per i prodotti restituiti senza tale conferma o con una conferma incompleta è del mittente. I prodotti restituiti considerati dalla società una fonte potenziale di pericolo verranno rispediti al mittente a sue spese e rischi.

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
D-69226 Nussloch
Germania

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com