

Leica TP1020

Procesor de țesuturi

Instrucțiuni de utilizare
Română

Nr. comandă: 14 0422 80121 – Revizuire 0

A se păstra în permanență în preajma aparatului.
A se citi cu atenție, înainte de punerea în funcțiune a aparatului.

CE



Informațiile, datele numerice, indicațiile și valorile conținute în aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă starea actuală a cunoștințelor științifice și a tehnologiilor de ultima generație, așa cum le înțelegem în urma unor investigații aprofundate în domeniu.

Nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza periodic și permanent prezentele instrucțiuni de utilizare în funcție de cele mai recente evoluții tehnice și nici pe aceea de a le pune la dispoziție clienților noștri copii suplimentare, actualizări etc. ale acestor instrucțiuni de utilizare.

În măsura în care este permis de sistemul juridic național aplicabil în fiecare caz în parte, nu vom fi responsabili pentru declarații eronate, desene, ilustrații tehnice etc. incluse în aceste instrucțiuni de utilizare. În special, nu este acceptată nicio răspundere pentru nicio pierdere financiară sau daune cauzate de sau în legătură cu respectarea declarațiilor sau a altor informații din prezentele instrucțiuni de utilizare.

Datele, schițele, figurile și diversele informații despre conținut și de natură tehnică din aceste instrucțiuni de utilizare nu reprezintă o garanție asiguratorie pentru proprietățile produselor noastre.

În acest sens, sunt determinante numai dispozițiile contractuale dintre noi și clienții noștri.

Leica își rezervă dreptul de a întreprinde modificări ale specificațiilor tehnice, precum și ale proceselor de producție fără înștiințare prealabilă. Numai în acest mod este posibil un proces de îmbunătățire continuă la capitolele tehnică și producție.

Documentația de față este protejată prin drepturi de autor. Toate drepturile de autor revin companiei Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Multiplicarea textelor și figurilor (inclusiv a unor părți din acestea) prin tipărire, fotocopiere, microfilme, web cam sau alte procedee – inclusiv în ceea ce privește toate sistemele și mediile electronice – este permisă numai cu acordul explicit în scris al firmei Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Numărul de serie, precum și anul fabricației sunt prezentate pe plăcuța cu date tehnice de pe partea posterioară a aparatului.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Germania
Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com

Ansamblu contractat de Leica Microsystems Ltd. Shanghai

Cuprins

1. Informații importante	7
1.1 Simbolurile folosite în text și semnificația acestora	7
1.2 Tipul instrumentului	8
1.3 Calificarea personalului	8
1.4 Destinație de utilizare.....	9
2. Securitate	10
2.1 Indicații de securitate	10
2.2 Avertismente	11
3. Componentele instrumentului și specificațiile acestora	14
3.1 Date tehnice	14
3.2 Descrierea instrumentului	15
3.3 Livrare standard - notiță însoțitoare	16
3.4 Prezentare generală a Leica TP1020 – cu baie de ceară suplimentară (accesoriu opțional)	20
3.5 Prezentare generală a Leica TP1020 – cu sistem de control al vaporilor.....	22
3.6 Accesoriile furnizate împreună cu instrumentul	23
3.6.1 Coș standard pentru țesut.....	23
3.6.2 Pahar gradat cu suport	23
3.6.3 Recipient din aluminiu cu suport (numai la instrumentele cu funcție de vacuum sau ca accesoriu opțional)	24
3.6.4 Baie de ceară	24
4. Operarea inițială	26
4.1 Instrucțiuni de despachetare	26
4.2 Cerințele locației de instalare.....	29
4.3 Branșarea electrică	30
4.3.1 Verificarea setării selectorului de tensiune	30
4.3.2 Reglarea selectorului de tensiune.....	31
4.3.3 Conectarea cablului de alimentare	32
4.4 Pornirea instrumentul.	32
4.5 Setarea Orei	33
4.6 Instalarea accesoriilor.....	33
4.6.1 Instalarea băilor de ceară	34
4.6.2 Conectarea băilor de ceară.....	34
4.6.3 Racordarea cablurilor de conexiuni ale băii de ceară (numai instrumentele cu sistem de control al vaporilor)	35
4.6.4 Instalarea stațiilor de reactivi	35
5. Interfața utilizatorului	36
6. Programarea instrumentului	41
6.1 Descrierea generală	41
6.1.1 Caracteristicile speciale pentru programele cu două coșuri.....	41
6.2 Setarea/editarea programelor	42
6.2.1 Selectarea modului de programare	42
6.2.2 Selectarea unui program.	42
6.2.3 Selectarea numărului de coșuri	42
6.2.4 Selectarea stației de pornire	43
6.2.5 Activarea funcției de vacuum (numai instrumentele cu funcția de vacuum)	43










6.2.6	Selectarea timpilor de infiltrare per stație	43
6.2.7	Afișarea duratei totale a programului	44
6.2.8	Leșirea din modul de programare.....	45
7.	Pregătirea pentru procesarea țesutului	46
7.1	Umplerea stațiilor de reactivi.....	46
7.2	Umplerea băilor de ceară.....	46
7.3	Introducerea coșului pentru țesut.....	48
8.	Operarea instrumentului în modul de procesare manuală	49
8.1	Ridicarea și coborârea coșului pentru țesut.....	49
8.2	Deplasarea coșului pentru țesut la următoarea stație	50
8.3	Activarea funcției de vacuum (numai instrumentele cu funcția de vacuum)	50
9.	Operarea instrumentului în modul de procesare automată	51
9.1	Pornirea unui program	51
9.1.1	Începere imediată.....	51
9.1.2	Începere amânată.....	52
9.2	Editarea și modificarea programelor în timp ce se desfășoară un ciclu de procesare	54
9.3	Afișarea sfârșitului timpului de procesare	54
9.4	Înteruperea unui proces	55
9.5	Reluarea unui proces întrerupt	55
9.6	Oprirea sau terminarea unui proces	56
9.7	Sfârșitul unui proces automat.....	56
9.8	Scoaterea probelor	57
9.9	Terminarea zilei de muncă.....	57
10.	Coduri de avertizare și de eroare – Depanare.....	58
10.1	Coduri de avertizare.....	58
10.2	Coduri de eroare	59
10.3	Mesajele „POWER FAILURE” (ÎNTRERUPERE A ALIMENTĂRII) și „WRONG STATION” (STAȚIE GREȘITĂ)	61
10.4	Măsurile pentru îndepărtarea probelor în cazul unei întreruperi prelungite a alimentării	62
10.5	Mesajul „ABORT” (ABANDONARE)	63
11.	Curățarea.....	64
12.	Întreținerea	66
12.1	Instrucțiuni generale de întreținere.....	66
12.2	Baie de ceară	66
12.2.1	Modificarea temperaturii de lucru standard	66
12.2.2	Resetarea după oprirea în cazul temperaturii în exces	67
12.3	Înlocuirea siguranțelor	68
13.	Accesorii opționale	69
13.1	Coș pentru țesut cu trei niveluri	69
13.2	Dispozitiv de îndepărtare a coșului	69
13.3	Suport de coș pentru cel de-al doilea coș pentru țesut.....	70
13.4	Conectarea tubului de ieșire a vaporilor (accesoriu opțional pentru instrumentele cu sistem de control al vaporilor)	72
13.5	Introducerea filtrelor din carbon activat (opționale pentru instrumentele cu sistem de control al vaporilor).....	73






Cuprins

14. Informații pentru comandă	74
14.1 Accesorii	74
15. Anexă	75
15.1 Modificarea configurației instrumentului	75
15.2 Reactivii adecvați pentru a fi folosiți cu instrumentul	77
15.3 Programele setate din fabrică	78
16. Garanție legală și service	81
17. Confirmarea decontaminării	82

1. Informații importante

1.1 Simbolurile folosite în text și semnificația acestora

Simbol:	Titlul simbolului:	Avertisment
	Descriere:	Avertismentele apar într-o casetă portocalie și sunt marcate printr-un triunghi de avertizare.
Simbol:	Titlul simbolului:	Atenție
	Descriere:	Indică o situație periculoasă potențială care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau la răni grave.
Simbol:	Titlul simbolului:	Indicație
	Descriere:	Indicațiile, adică informațiile importante pentru utilizator, apar într-o casetă albastră și sunt marcate printr-un simbol de informare.
Simbol:	Titlul simbolului:	Număr element
→ „Fig. 7-1”	Descriere:	Numere pentru numerotarea ilustrațiilor. Numerele cu roșu se referă la numerele de element din ilustrații.
Simbol:	Titlul simbolului:	Tastă funcțională
<u>Start</u>	Descriere:	Tastele funcționale care trebuie apăstate pe instrument sunt afișate sub formă de caractere aldine, gri, subliniate.
Simbol:	Titlul simbolului:	Producător
	Descriere:	Indică fabricantul produsului medical.
Simbol:	Titlul simbolului:	Data fabricației
	Descriere:	Indică data la care a fost fabricat produsul medical.
Simbol:	Titlul simbolului:	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Descriere:	Atrage atenția asupra necesității pentru utilizator de a consulta instrucțiunile de utilizare.
Simbol:	Titlul simbolului:	Număr articol
	Descriere:	Indică numărul de catalog al producătorului, astfel încât produsul medical să poată fi identificat.
Simbol:	Titlul simbolului:	Număr de serie
	Descriere:	Indică numărul de serie al producătorului, astfel încât un anumit produs medical să poată fi identificat.
Simbol:	Titlul simbolului:	Diagnostic in vitro
	Descriere:	Indică un produs medical care este prevăzut pentru utilizare ca diagnostic in vitro.

Simbol: 	Titlul simbolului: Descriere:	Etichetă CE Marcajul CE reprezintă declarația producătorului că produsul medical îndeplinește cerințele directivelor și regulamentelor CE aplicabile.
Simbol: 	Titlul simbolului: Descriere:	Etichetă UKCA Marcajul UKCA (UK Conformity Assessed) este un nou marcaj de produs din Regatul Unit care se utilizează pentru produsele introduse pe piața din Marea Britanie (Anglia, Țara Galilor și Scoția). Acesta acoperă majoritatea produselor care anterior necesitau marcajul CE.
Simbol: 	Titlul simbolului: Descriere:	Țara de origine Casetă Țara de origine definește țara în care a fost efectuată transformarea finală a caracterului produsului.
Simbol: 	Titlul simbolului: Descriere:	Simbol WEEE Simbol pentru marcarea echipamentelor electrice și electronice în conformitate cu Secțiunea 7 din Legea privind echipamentele electrice și electronice din Germania (ElektroG). ElektroG este legea privind vânzarea, returnarea și eliminarea ecologică a echipamentelor electrice și electronice.
Simbol: 	Titlul simbolului: Descriere:	China ROHS Simbolul de protecție a mediului din directiva RoHS China. Numărul din simbol indică „Durata de utilizare sigură pentru mediu” a produsului. Simbolul este utilizat dacă o substanță cu restricții în China se folosește dincolo de limita maximă avizată.

1.2 Tipul instrumentului

Toate datele din aceste instrucțiuni de utilizare sunt valabile numai pentru tipul instrumentului indicat pe coperta interioară.

Pe panoul din spate al aparatului se atașează o plăcuță de identificare care indică numărul de serie al aparatului.

1.3 Calificarea personalului

- Operarea Leica TP1020 este permisă numai personalului de specialitate cu pregătire specială din laborator. Aparatul este destinat numai utilizării profesionale.
- Personalul de laborator desemnat să opereze instrumentul Laica trebuie să citească cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și să se familiarizeze cu toate caracteristicile tehnice ale instrumentului înainte de a începe să lucreze cu acesta.

1.4 Destinație de utilizare

Leica TP1020 este un procesor automat de țesuturi, special conceput pentru fixarea, deshidratarea, infiltrarea în material intermediar și infiltrarea în parafină a specimenelor de țesut uman utilizate pentru diagnosticul histologic medical de un patolog, de ex. pentru diagnosticarea cancerului.

Instrumentul Leica TP1020 trebuie să fie operat exclusiv cu reactivii indicați în capitolul (→ p. 75 – 15. Anexă).

Leica TP1020 este destinat exclusiv pentru utilizarea la interior.



Avertisment

Orice altă utilizare a instrumentului este considerată inadecvată! În caz de nerespectare, urmarea poate consta în accidente, vătămări și/ sau prejudicii la instrument sau la accesorii.

2. Securitate



Avertisment

Asigurați-vă că respectați instrucțiunile de siguranță și avertizările din acest capitol.
Asigurați-vă că ați citit aceste instrucțiuni chiar și în cazul în care sunteți deja familiarizat cu manevrarea și folosirea produselor Leica.

2.1 Indicații de securitate

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații importante pentru securitatea în funcționare și pentru întreținerea instrumentului.

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o componentă esențială a produsului, trebuie să fie citite cu atenție înainte de punerea în funcțiune și de folosire, precum și păstrate în preajma instrumentului.



Indicație

Dacă cerințele suplimentare pentru prevenirea accidentelor și protecția mediului care depășesc domeniul de aplicare al acestor instrucțiuni de utilizare sunt impuse regulile/reglementările din țara de operare, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie să fie suplimentate cu instrucțiuni adecvate pentru a asigura respectarea acelor cerințe.

Acest instrument a fost construit și verificat conform următoarelor reglementări privind siguranța pentru dispozitivele electrice de măsură, control, reglare și de laborator.

Pentru a menține această stare și pentru a asigura operarea impecabilă, utilizatorul trebuie să respecte toate indicațiile și avertismentele incluse în aceste instrucțiuni de utilizare.



Indicație

Pentru informații curente despre standardele aplicabile, vă rugăm să consultați Declarația de conformitate CE și Certificatele UKCA de pe site-ul nostru de internet:
www.LeicaBiosystems.com



Avertisment

Dispozitivele de protecție de pe instrument și accesorii nu trebuie să fie niciodată îndepărtate sau modificate. Repararea instrumentului și accesul la componentele interne ale acestuia sunt permise numai personalului de service autorizat și calificat.

2.2 Avertismente

Dispozitivele de siguranță montate de producător pe acest aparat reprezintă numai bazele principale ale protejării față de accidente. Răspunderea principală pentru operarea fără accidente aparține în primul rând instituției care deține instrumentul și, în plus, persoanelor desemnate care operează, întrețin sau repară instrumentul.

Pentru a asigura o operare impecabilă a instrumentului, se vor respecta următoarele indicații și avertismente.

Transportul și instalarea



Avertisment

- Rețineți capitolul (→ p. 14 – 3.1 Date tehnice)!
- În timpul transportului, țineți instrumentul în poziție verticală!
- La transportul instrumentului, nu îl ridicați de capacul caruselului!
- Operarea aparatului în spații cu pericol de explozie nu este permisă.
- Atenție! Selectorul de tensiune este presetat din fabrică. Înainte de a conecta instrumentul la sursa de alimentare, asigurați-vă că setarea este corectă pentru valorile conexiunii electrice a laboratorului. Priza pentru conectarea cablului electric este etanșată cu bandă adezivă care indică tensiunea presetată din fabrică pentru instrumentul dumneavoastră.
- Conectarea instrumentului la putere cu selectorul de tensiune setat la o valoare greșită poate să producă pagube severe instrumentului!
- La reglarea setării selectorului de tensiune, instrumentul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare.
- Instrumentul poate să fie conectat la rețea numai cu cablul furnizat împreună cu instrumentul și poate să fie conectat numai la prize legate la pământ.

Lucrul cu instrumentul



Avertisment

- Caruselul nu trebuie să fie rotit manual! În aceasta situație, vor rezulta pagube serioase!
- Atenție la coborârea caruselului! Nu introduceți degetele în spațiul dintre capacul recipientului și marginea superioară a acestuia!
- Atenție! În cazul unei întreruperi a alimentării, caruselul coboară automat într-o stație.
- Instrumentele echipate cu funcția de vacuum pot să fie operate numai cu recipientele din aluminiu furnizate împreună cu instrumentul. Paharele gradate din sticlă folosite împreună cu accesoriile pentru vacuum au un potențial ridicat de risc atunci când sunt deteriorate!
- În timpul operării instrumentului, lichidul nu trebuie să intre în contact cu niciuna dintre conexiunile electrice sau în interiorul instrumentului.
- Asigurați-vă că indicatoarele de nivel din recipientele pentru reactivi și băile de ceară sunt vizibile.
- Avertisment! Procedați cu grijă la manevrarea solvenților! Asigurați-vă că spațiul de lucru este bine ventilat! Pericol de explozie!

Lucrul cu instrumentul (continuare)



Avertisment

- Reactivii vărsați trebuie să fie șterși imediat. Suprafețele instrumentului sunt rezistente la solvenți numai în anumite condiții, în caz de acțiune îndelungată.
- Respectați întotdeauna regulile de protecție în muncă și folosiți îmbrăcăminte de protecție adecvată (mănuși, halat).
- Băile de ceară încălzite pot să fie folosite numai cu parafină. Acestea nu pot să fie umplute în niciun caz cu alți solvenți. Atunci când solvenții se încălzesc, se acumulează un amestec extrem de exploziv!
- Atenție! Recipientele din interiorul băilor de ceară devin foarte fierbinți atunci când funcția de încălzire este activată! Nu atingeți marginea superioară gri a recipientelor cu mâna goală! Pericol de arsuri!
- Atenție la manevrarea parafinei fierbinți! Pericol de arsuri!

Curățarea



Avertisment

- Înainte de a curăța instrumentul, opriți-l de la întrerupătorul de rețea.
- Atenție! Recipientele din interiorul băilor de ceară devin foarte fierbinți atunci când funcția de încălzire este activată! Nu atingeți marginea superioară gri a recipientelor cu mâna goală! Pericol de arsuri!
- Atenție la manevrarea parafinei fierbinți! Pericol de arsuri!
- În timpul curățării instrumentului, lichidul nu trebuie să intre în contact cu niciuna dintre conexiunile electrice sau în interiorul instrumentului.
- Reactivii vărsați trebuie să fie șterși imediat. Suprafețele instrumentului sunt rezistente la solvenți numai în anumite condiții, în caz de acțiune îndelungată.
- Pentru a curăța suprafețele vopsite, platforma recipientului și panoul de control, nu folosiți solvenți care conțin acetonă sau xilen; nu folosiți niciodată pudre de curățare abrazive! Pot să fie folosiți numai detergenți slabi de uz casnic! Suprafețele lăcuite și panoul de control nu sunt rezistente la xilen sau acetonă!

Întreținerea



Avertisment

- Numai personalul autorizat și calificat poate să acceseze componentele interne ale instrumentului, pentru service și reparare!
- Înainte de a înlocui siguranțele, opriți de la întrerupătorul de rețea și scoateți instrumentul din priză!
- Siguranțele arse pot să fie înlocuite numai cu unele de același tip și cu aceleași specificații. Pentru mărci și specificațiile aferente, consultați (→ p. 14 – 3.1 Date tehnice).

Băile de ceară**Avertisment**

- Dacă temperatura este depășită în mod repetat – contactați serviciul tehnic Leica. NU continuați să folosiți baia de ceară.
- Verificați dacă baia de ceară funcționează fără probleme. Folosirea băilor de ceară defecte trebuie să fie întreruptă din motive de siguranță!
- Goliți băile de ceară complet înainte ca parafina să se răcească! După răcire, parafina se contractă, ceea ce poate să ducă la deteriorarea băii de ceară.

Filtrul de carbon activat (accesoriu opțional)**Avertisment**

Pericol de incendiu! Dacă un filtru devine saturat cu solvent, există un potențial risc de incendiu! Este important ca filtrele din carbon activat să fie schimbate la intervalele recomandate din fabrică.

3. Componentele instrumentului și specificațiile acestora

3.1 Date tehnice

Tip	Leica TP1020
Certificări	UL/cUL/VDE
Datele legate de electricitate	
Tensiune nominală	100/120/230/240 V c.a. $\pm 10\%$
Frecvență nominală	50 - 60 Hz
Siguranțe (Tip MDA; Bussmann)	2xT 10.0 A L250V, UL listat
Capacitate nominală	700 VA
Clasificări în conformitate cu IEC-1010/EN 61010-1:	
Clasă de protecție	I
Gradul de poluare	2
Categoria de supratensiune	II
Emisie de căldură (max.)	700 J/s
Interval de temperatură de funcționare	+5 °C până la -40 °C
Umiditatea relativă a aerului	80% fără condensare
Dimensiunile	
Capacul caruselului	Ø 820 mm
Înălțime	595 - 780 mm
Dimetrul primitiv al rolelor	Ø 610 mm
Greutate	
Greutate netă (inclusiv accesoriile)	75,8 kg
Greutate netă, inclusiv ambalajul	116 kg
Băile de ceară	
Cantitate	2 (opțional 3)
Capacitate	1,8 l
Tensiune nominală/frecvență nominală:	230V c.a., 50 - 60 Hz
Capacitate nominală per stație	150 VA
Domeniu de reglaj al temperaturii	45 - 65°C ± 3 K
Decuplare la temperatură în exces	85°C ± 5 K

Stații de reactivi

Număr	10 (9 atunci când este instalată a treia baie de ceară)
Capacitate	1,8l

Coș pentru țesut

Cantitate	1 (opțional 2)
Capacitate	100 de casete (opțional: 200)

Programe

Cantitate	9, liber selectabile
Timp programabil pe stație	99 ore 59 min.
Durata pornirii amânate a procesării	până la 9 zile
Timp de scurgere	60 de secunde
Funcție de vacuum (numai tipurile 3, 5, 7, 8 și 11, consultați (→ p. 16 – 3.3 Livrare standard - notiță însoțitoare)	
Diferențial de presiune	max. 500 hPa ±10% (aprox. 0,5 bari)

3.2 Descrierea instrumentului

Instrumentul Leica TP1020 este un procesator automat de țesuturi proiectat pentru aplicații de laborator. Este folosit pentru fixarea, deshidratarea și infiltrarea probelor de țesut histologic cu soluții de fixare, alcool, solvenți și ceară de parafină.

Stațiile de reactivi numerotate de la 1 la 10 sunt folosite pentru a conține reactivi. Stația 10 poate să fie înlocuită cu o a treia baie de ceară opțională. Stațiile 11, 12 și, dacă este folosită, 10, sunt încălzite, băile de ceară cu temperatură controlată pot să fie umplute cu granule de ceară sau ceară de parafină topită.

Casetele de incluziune folosite pentru păstrarea probelor de țesut sunt amplasate în coșul pentru țesut. Instrumentul de bază este conceput pentru un singur coș pentru țesut. Poate să fie adăugat un al doilea coș opțional. Coșul sau coșurile sunt deplasate în sens orar de la o stație la alta.

Pentru a asigura infiltrarea completă, coșul care conține probele de țesut este agitat prin deplasare în sus și în jos, în fiecare stație. Această funcție poate oricând să fie oprită.

În timpul procesării, atunci când coșul pentru țesut este deplasat de la o stație la alta, există o perioadă de întârziere de șaiszeci (60) de secunde când coșul este suspendat deasupra stației. În timpul acestui proces, lichidul în exces poate să se scurgă. Aceasta asigură un transfer minim al reactivilor de la o stație la alta.

Toate funcțiile instrumentului sunt activate de la panoul de control. Timpul real este afișat pe LCD. Instrumentul poate să fie operat în modul de procesare manuală sau automată. Procesarea automată este controlată prin 9 programe diferite care pot să fie setate, modificate și editate individual.

Dacă apare o întrerupere a alimentării, probele sunt protejate de uscarea, chiar și atunci când a fost selectată procesarea peste noapte, deoarece în cazul unei întreruperi a alimentării, coșul pentru țesut va fi întotdeauna scufundat într-o stație. După ce alimentarea este restabilită, procesarea va fi reluată acolo unde a fost întreruptă. După o perioadă lungă de întrerupere a alimentării, timpul critic de imersiune în exces într-o stație va fi afișat vizual.

3.3 Livrare standard - notiță însoțitoare

Instrumentul Leica TP1020 este disponibil în unsprezece configurații diferite, care sunt descrise mai jos. Toate variantele includ accesoriile descrise în tabelul (→ p. 19).

**Indicație**

Dacă funcția cu vacuum sau extracția este necesară pentru procesele dorite a fi desfășurate folosind acest instrument, informațiile trebuie să fie incluse în comanda inițială.

Nu este posibilă adaptarea ulterioară a unei variante de instrument pentru a fi folosită cu funcția de vacuum sau cu extracție!

Nr. comandă**Varianta 1**

Funcționare cu un coș/coș standard pentru țesut.

Fără vacuum/fără control al vaporilor.

1	Aparat de bază	14 0422 30543
12	Pahar gradat cu mâner	14 0422 42545
2	Băi de ceară, (1,8 litri)	14 0422 30665
1	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585

Varianta 2

Funcționare cu două coșuri (încărcare dublă)/coșuri standard pentru țesut.

Fără vacuum/fără control al vaporilor.

1	Aparat de bază	14 0422 31418
11	Pahar gradat cu mâner	14 0422 42545
3	Băi de ceară, (1,8 litri)	14 0422 30665
2	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585

Varianta 3

Funcționare cu un coș/coș standard pentru țesut.

Cu vacuum/fără control al vaporilor.

1	Aparat de bază	14 0422 30536
10	Recipiente pentru reactivi din aluminiu pentru funcția de vacuum	14 0422 42545
10	Suporturi pentru recipientele de reactivi	14 0422 42545
2	Băi de ceară, (1,8 litri)	14 0422 30665
1	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585

		Nr. comandă
Varianta 4		
Funcționare cu un coș/coș standard pentru țesut. Fără vacuum/cu sistem de control al vaporilor.		
1	Aparat de bază	14 0422 30537
12	Pahar gradat cu mâner	14 0422 42545
2	Băi de ceară, (1,8 litri)	14 0422 30665
1	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585
1	Bridă pentru tubulatură	14 0422 31973
Varianta 5		
Funcționare cu un coș/coș standard pentru țesut. Cu vacuum/cu sistem de control al vaporilor.		
1	Aparat de bază	14 0422 30535
10	Recipiente pentru reactivi din aluminiu pentru funcția de vacuum	14 0422 42545
10	Suporturi pentru recipientele de reactivi	14 0422 42545
2	Băi de ceară, (1,8 litri)	14 0422 30665
1	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585
1	Bridă pentru tubulatură	14 0422 31973
Varianta 6		
Funcționare cu două coșuri (încărcare dublă)/coșuri standard pentru țesut. Fără vacuum/cu sistem de control al vaporilor.		
1	Aparat de bază	14 0422 31416
11	Pahar gradat cu mâner	14 0422 42545
3	Băi de ceară, (1,8 litri)	14 0422 30665
2	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585
1	Bridă pentru tubulatură	14 0422 31973
Varianta 7		
Funcționare cu două coșuri (încărcare dublă)/coșuri standard pentru țesut. Cu vacuum/cu sistem de control al vaporilor.		
1	Aparat de bază	14 0422 31412
9	Recipiente pentru reactivi din aluminiu pentru funcția de vacuum	14 0422 42545
9	Suporturi pentru recipientele de reactivi	14 0422 42545
3	Băi de ceară, (1,8 litri)	14 0422 30665
2	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585
1	Bridă pentru tubulatură	14 0422 31973

		Nr. comandă
Varianta 8		
Funcționare cu două coșuri (încărcare dublă)/coșuri standard pentru țesut. Cu vacuum/fără sistem de control al vaporilor. Racordul pentru a treia baie de ceară opțională include al doilea suport de coș pentru țesut.		
1	Aparat de bază	14 0422 31414
9	Recipiente pentru reactivi din aluminiu pentru funcția de vacuum	14 0422 42545
9	Suporturi pentru recipientele de reactivi	14 0422 42545
3	Băi de ceară, (1,8 litri)	14 0422 30665
2	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585
Varianta 9		
Instrumente de bază pentru procesarea cu cloroform ca reactiv de curățare		
1	Aparat de bază	14 0422 42238
12	Pahar gradat cu mâner	14 0422 42545
2	Băi de ceară pentru cloroform	14 0422 32001
1	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585
Varianta 10		
Funcționare cu un coș/coș standard pentru țesut. Cu sistem de control al vaporilor și accesorii.		
1	Aparat de bază	14 91020 US01
12	Pahar gradat cu mâner	14 0422 42545
2	Băi de ceară, (1,8 litri)	14 0422 30665
1	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585
1	Bridă pentru tubulatură	14 0422 31973
1	Filtru din carbon activat - Standard	14 0422 30673
1	Filtru din carbon activat - Xilen	14 0422 30674
1	Furtun de evacuare, diametru de 50 mm, lungime de 4 m	14 0422 31975

		Nr. comandă
Varianta 11		
Funcționare cu un coș/coș standard pentru țesut.		
Cu vacuum, sistem de control al vaporilor și accesorii.		
1	Aparat de bază	14 91020 US02
10	Recipiente pentru reactivi din aluminiu pentru funcția de vacuum	14 0422 42545
10	Suporturi pentru recipientele de reactivi	14 0422 42545
2	Băi de ceară, (1,8 litri)	14 0422 30665
1	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585
1	Bridă pentru tubulatură	14 0422 31973
1	Filtru din carbon activat - Standard	14 0422 30673
1	Filtrul de carbon activat pentru formaldehidă	14 0422 30674
1	Furtun de evacuare, diametru de 50 mm, lungime de 4 m	14 0422 31975
Toate variantele instrumentului Leica TP1020 vin cu următoarele accesorii:		
4	Siguranțe de schimb T 10,0 A L250 V	14 0600 00759
1	Șurubelniță 5.5 x 200	14 0170 10702
1	Pârghie cotită, mărimea 4, montat	14 0222 30663
1	Instrucțiuni de utilizare, imprimate (engleză, cu CD în limba respectivă 14 0422 80200)	14 0422 80001

Cablul de alimentare specific țării trebuie să fie comandat separat. Puteți găsi o listă cu toate cablurile de alimentare disponibile pentru aparatul dvs. pe site-ul nostru web www.LeicaBiosystems.com în cadrul secțiunii destinate produselor.



Indicație

Veți găsi accesorii standard și - în cazul în care le-ați comandat - alte piese în partea de sus a cutiei de ambalare. Comparați piesele livrate cu lista de colaj și comanda dumneavoastră efectivă. Dacă găsiți discrepanțe, contactați imediat organizația de vânzări Leica locală.

3 Componentele instrumentului și specificațiile acestora

3.4 Prezentare generală a Leica TP1020 – cu baie de ceară suplimentară (accesoriu opțional)




Fig. 1

- | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| 1 | Capacul caruselului | 6 | Suportul coșului pentru țesut |
| 2 | Capacul stației de reactivi | 7 | Coș standard pentru țesut |
| 3 | Recipientul din sticlă cu suport | 8 | Baie de ceară |
| 4 | Suportul pentru pahar gradat cu marcaje pentru nivelul de umplere | 9 | Adâncitură pentru cablul de conexiune al băii de ceară |
| 5 | Platforma stației recipientului | 10 | Panou de control |

Leica TP1020 – partea posterioară




Fig. 2

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Selector de tensiune | 10 | Racorduri pentru băile de ceară |
| 2 | Comutator de rețea | 11 | (priza de conectare pentru stația 10, cu capacul (nu este ilustrat) închis) |
| 3 | Priză pentru cablul de alimentare | 12 | |
| | | 13 | Fișa băii de ceară |

3 Componentele instrumentului și specificațiile acestora

3.5 Prezentare generală a Leica TP1020 – cu sistem de control al vaporilor.




Fig. 3

14 Ecran de siguranță din plexiglas pentru vapori




Fig. 4

15 Clemă pentru furtun

17 Locaș pentru filtrul din carbon activat

16 Tub de ieșire a vaporilor (accesoriu opțional)

3.6 Accesorii furnizate împreună cu instrumentul

3.6.1 Coș standard pentru țesut




Fig. 5

Capacitate de susținere: 100 de casete

Casetele cu țesut sunt dispersate în coș. Capacitatea maximă este de 100 de casete. Casetele sunt suprapuse în coș. Pentru ca procesul de infiltrare să nu fie perturbat, nicio casetă nu poate să stea pe partea de sus a stivei. Nivelul maxim de umplere trebuie să fie redus. În funcție de mărimea probelor și utilizarea suporturilor din spumă sau a șervețelilor din hârtie, nivelul minim de umplere poate să fie, de asemenea, folosit ca nivel maxim de umplere. Pentru procesarea a 100 de casete, nivelul maxim de umplere pentru reactivi este de aproape 1400 ml.

3.6.2 Pahar gradat cu suport



Fig. 6

Capacitate de susținere: 1,8l

Recipientul pentru reactivi constă dintr-un pahar gradat cu suport.

Peretele paharului gradat are două marcaje (**Min**, **Max**) care specifică nivelurile maxim și minim din recipient.

Nivelul nu trebuie să depășească marcajul Max sau să scadă sub marcajul Min în timpul umplerii.

3.6.3 Recipient din aluminiu cu suport (numai la instrumentele cu funcție de vacuum sau ca accesoriu opțional)




Fig. 7

Capacitate de susținere: 1,8l

Instrumentele echipate cu funcția de vacuum sunt furnizate cu recipiente din aluminiu în locul recipientelor din sticlă.

În recipientele din aluminiu, marcajele de indicare a nivelului se află pe partea dinspre interior a recipientului.

La umplerea recipientului, asigurați-vă că nivelul de umplere nu este sub marcajul de indicare minim sau peste cel maxim.

3.6.4 Baie de ceară




Fig. 8

Capacitate de susținere:

1,8l

Tensiunea nominală:

230V c.a.
50 - 60 Hz

Capacitate nominală (încălzire):

150 VA

Domeniu de reglaj al temperaturii:

45 - 65 °C ±3 K

Mecanism de decuplare la temperatură în exces:

la 85 °C ±5 K

Dacă temperatura efectivă crește peste intervalul temperaturilor de lucru normale, răspunde un mecanism de decuplare la temperatura în exces. Încălzirea băii de ceară este deconectată. Lampa de semnalizare galbenă se stinge. Folosirea băii de ceară poate să fie reluată numai după o perioadă de răcire. Pentru răcire, deconectați fișa conectorului băii de ceară de la priza din partea din spate a instrumentului sau opriți de la comutatorul principal.

Băile de ceară sunt prevăzute cu încălzire. În timp ce căldura funcționează, lampa pilot galbenă este aprinsă (→ Fig. 8-1).

Mânerul (→ Fig. 8-2) este izolat. Peretele exterior (→ Fig. 8-3) este, de asemenea, izolat termic. Cu toate acestea, devine fierbinte atunci când este atins în timpul operației de încălzire. Din această cauză, există un pericol de arsuri atunci când îl atingeți.

**Atenție**

Recipientele (→ Fig. 8-4) din interiorul băilor de ceară devin foarte fierbinți atunci când funcția de încălzire este activată! Nu atingeți marginea superioară gri a recipientelor cu mâna goală! Risc de rănire!

Interiorul recipientului interior (→ Fig. 8-4) este acoperit cu teflon. Recipientul interior devine foarte fierbinte. Are marcaje indicatoare de nivel minim și maxim (→ Fig. 8-5).

**Avertisment**

- Dacă mecanismul de decuplare a temperaturii în exces reacționează de mai multe ori, contactați fără întârziere serviciul tehnic. NU continuați să folosiți baia de ceară.
- Goliți băile de ceară complet înainte ca parafina să se răcească! După răcire, parafina se contractă, ceea ce poate să ducă la deteriorarea băii de ceară.

4 Operarea inițială

4. Operarea inițială

4.1 Instrucțiuni de despachetare



Indicație



Atunci când instrumentul este livrat, verificați indicatorul de înclinare (→ Fig. 9) de pe ambalaj. Dacă săgeata este albastră, pachetul a fost transportat de răsturnat, a fost înclinat la un unghi prea mare sau a căzut în timpul transportului.

Notați acest lucru pe documentele de transport și verificați pachetul pentru eventuale deteriorări. Dacă sunt vizibile semne de deteriorare, contactați imediat firma de curierat.

Fig. 9



Avertisment

Atenție la îndepărtarea benzilor din metal! Există un risc de rănire la deschiderea acestora (banda are margini ascuțite și este sub tensiune)!



Fig. 10

- Pentru a îndepărta benzile din metal (→ Fig. 10-1), aveți nevoie de foarfece pentru metal și mănuși adecvate. Stați lângă cutie și tăiați benzile în locul indicat (consultați (→ Fig. 10) ← de mai sus).
- Ridicați capacul (→ Fig. 10-2) de pe cutie.
- Scoateți instrucțiunile de utilizare (→ Fig. 10-3) și lista de colisaj.
- Îndepărtați toate accesoriile (→ Fig. 10-4) din compartimentele din carton (→ Fig. 10-5).
- Atunci când toate piesele au fost scoase, ridicați în sus și în afară și scoateți fundul intermediar (→ Fig. 10-6) de dedesubt.
- Ridicați inelul exterior din carton (→ Fig. 10-7) în sus și în afară.




Fig. 11

- Scoateți marginea din lemn (→ Fig. 11-8) în laterală din cutia interioară (→ Fig. 11-9).
- Scoateți cutia interioară (→ Fig. 11-9) cu o mișcare ascendentă.
- Pentru a ridica instrumentul (este nevoie de 2 persoane), prindeți-l de platforma recipientului pentru reactivi sau de partea inferioară a carcasei (consultați (→ Fig. 11), de mai jos) și ridicați-l de pe placa de bază (→ Fig. 11-10).
- Așezați instrumentul pe o masă stabilă de laborator. Patru role (→ Fig. 11-11) de sub carcasa instrumentului permit rotirea acestuia pe masă.
- Scoateți dispozitivul de siguranță la transport din cauciuc buretos (→ Fig. 11-12) de sub capacul caruselului (→ Fig. 11-13).
- În funcție de versiunea instrumentului, este posibil ca 4 ancore de transport din spumă (→ Fig. 11-14) să fie necesar să fie îndepărtate dintre plăcile din plexiglas (→ Fig. 11-15).

**Avertisment**

La transportul instrumentului, NU îl ridicați de capacul caruselului!

**Indicație**

Pentru transportul în siguranță al instrumentului, recomandăm păstrarea ambalajului original.

4 Operarea inițială




Fig. 12

- Pentru a ridica instrumentul, prindeți-l de platforma recipientului pentru reactivi sau de partea inferioară a carcasei (→ Fig. 12) și ridicați-l de pe placa de bază (→ Fig. 11-10).
- Amplasați instrumentul pe o masă stabilă de laborator.

Patru role (→ Fig. 12-17) de sub carcasa instrumentului permit rotirea acestuia pe masă.

- Scoateți dispozitivul de siguranță la transport din cauciuc buretos (→ Fig. 11-12) de sub capacul caruselului (→ Fig. 12-16).



Indicație

Pentru transportul ulterior în siguranță al instrumentului, recomandăm păstrarea ambalajului original.

4.2 Cerințele locației de instalare



Indicație

Din cauza cantității de solvenți folosiți pentru procesarea probelor și a concentrațiilor solvenților care se acumulează, recomandăm instalarea versiunilor de instrument fără un sistem de control al vaporilor sau fără un filtru din carbon activat într-o hotă de tiraj de laborator.



Avertisment

Instrumentul nu poate fi utilizat în locații periculoase.




Fig. 13

Locul de instalare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Suprafață de instalare plană și stabilă.
- Dimensiunile minime ale suprafeței de instalare: 850 x 850 mm,
- Temperatura camerei constantă între +5°C și +40°C,
- Umiditatea relativă a aerului nu ar trebui să depășească 80 %.

Condițiile necesare pentru conexiunea electrică

- Priză de perete legată la pământ suficient de aproape pentru a ajunge la aceasta cu cablul de alimentare furnizat împreună cu instrumentul.



Indicație

Dacă doriți să instalați suportul de coș pentru un al doilea coș pentru țesut, ar trebui să faceți acum acest lucru. Pentru instrucțiunile de montaj, consultați (→ p. 70 – 13.3 Suport de coș pentru cel de-al doilea coș pentru țesut).

4 Operarea inițială

4.3 Branșarea electrică

4.3.1 Verificarea setării selectorului de tensiune




Fig. 14

Selectorul de tensiune se află într-o carcasă (→ Fig. 14-3) deasupra întrerupătorului de rețea (→ Fig. 14-2) din partea din spate a instrumentului. Tensiunea selectată efectivă poate să fie văzută prin fantă (→ Fig. 14-1)

- Verificați dacă setarea indicată prin fantă (→ Fig. 14-1) corespunde tensiunii nominale din laboratorul dumneavoastră.
- Scoateți banda adezivă.

Dacă setarea este corectă, treceți la (→ p. 32 – 4.3.3 Conectarea cablului de alimentare).

Dacă setarea nu corespunde tensiunii nominale din laborator, selectorul de tensiune TREBUIE să fie reglat pentru a se potrivi cu setarea electrică din laborator, înainte de conectarea instrumentului la rețeaua de alimentare.



Avertisment

Important! Selectorul de tensiune este presetat din fabrică.

Înainte de a conecta instrumentul la sursa de alimentare, asigurați-vă că setarea este corectă pentru valorile conexiunii electrice a laboratorului.

Priza pentru conectarea cablului electric este etanșată cu bandă adezivă care indică tensiunea presetată din fabrică pentru instrumentul dumneavoastră.

Conectarea instrumentului la putere cu selectorul de tensiune setat la o valoare greșită poate să producă pagube severe instrumentului!

4.3.2 Reglarea selectorului de tensiune



Avertisment

La reglarea setării selectorului de tensiune, instrumentul trebuie să fie deconectat de la rețeaua de alimentare.




Fig. 15

- Introduceți șurubelnița mică (→ Fig. 15-4) în cel mai mic locaș dintre cele două aflate în partea de jos a opritorului (→ Fig. 15-5) folosind șurubelnița ca pârghie.




Fig. 16

- Scoateți carcasa (→ Fig. 16-3).
- Scoateți selectorul de tensiune (→ Fig. 16-6) din carcasa (→ Fig. 16-3) și reintroduceți-l astfel încât selecția corectă de tensiune să poată să fie văzută prin fanta (→ Fig. 16-1) carcasei.
- Introduceți carcasa selectorului de tensiune (→ Fig. 16-3) împreună cu selectorul de tensiune (→ Fig. 16-6) și siguranțele (→ Fig. 16-7) înapoi în locașul din instrument și apăsați ușor până când se fixează.
- Verificați din nou dacă setarea corectă se vede prin fantă (→ Fig. 16-1).

4.3.3 Conectarea cablului de alimentare



Indicație

Instrumentul este furnizat împreună cu diferite cabluri de alimentare specifice diferitelor țări.



Avertisment

Instrumentul poate să fie conectat la rețea numai cu cablul furnizat împreună cu instrumentul și poate să fie conectat numai la prize legate la pământ.




Fig. 17

- Înainte de conectarea cablului de alimentare, verificați dacă întrerupătorul de rețea (→ Fig. 17-1) din partea din spate a instrumentului este deconectat („0”).
- Din selecția de cabluri, alegeți-l pe cel cu fișa care se potrivește cu prizele de perete din laboratorul dumneavoastră.
- Conectați cablul de alimentare la priza corespunzătoare (→ Fig. 17-2) din partea din spate a instrumentului și introduceți cablul de alimentare în priza de perete.

Instrumentul este pregătit pentru a fi pornit.

4.4 Pornirea instrumentul.

- Porniți instrumentul de la întrerupătorul de rețea din dreapta părții din spate a instrumentului.

Instrumentul efectuează un ciclu de pornire.

T	P	1	0	2	0	V	1	.	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


□	0	1									
									0	0	
									:	0	0

Apoi, sunt afișate denumirea instrumentului și versiunea software (de exemplu, **V1.00**).

Această indicație dispăre după aproximativ 10 secunde.

Apoi, sunt afișate numărul stației de procesare unde se află suportul de coș și indicația timpului real.

4.5 Setarea Orei




- Apăsați **„CEAS”**.

Cursorul clipește la indicația orei.



- Pentru a potrivi orele, apăsați pe **PLUS** sau, respectiv, **MINUS**.



- Apăsați **SĂGEATA LA DREAPTA**.

Cursorul sare la indicația minutelor.



- Pentru a potrivi minutele, apăsați pe **PLUS** sau, respectiv, **MINUS**.



- Pentru a finaliza potrivirea orei, apăsați din nou pe **„CEAS”**.

4.6 Instalarea accesoriilor




Fig. 18

- Apăsați pe **SĂGEATA ÎN SUS** pentru ridicarea caruselului.



Indicație

Pentru a instala și a demonta recipientele pentru reactivi și băile de ceară, instrumentul poate să fie rotit pe masă. Aceasta asigură accesul la toate stațiile în același timp.

4.6.1 Instalarea băilor de ceară



Indicație

Instrumentul de bază Leica TP1020 este furnizat cu două băi de ceară (nr. 11 și 12). Opțional, o a treia baie de ceară poate să fie conectată la stația nr. 10.

- Introduceți cablul de conectare al băii de ceară (→ Fig. 18-1) în adâncitura (→ Fig. 18-2) din platformă și introduceți baia de ceară în suportul stației (→ Fig. 18-3).

4.6.2 Conectarea băilor de ceară



Indicație

Fișele conectoare ale fiecărei băi de ceară trebuie să fie introduse în numărul corespunzător al prizei din partea din spate a instrumentului.




Fig. 19

- Rotiți instrumentul astfel încât prizele să fie ușor accesibile.
- Introduceți fișa numărul 12 în priza numărul 12.
- Introduceți fișa numărul 11 în priza numărul 11.
- Blocați clema (→ Fig. 19-1) fiecărei fișe.



Indicație

Înainte de a conecta o a treia baie de ceară la stația nr. 10, capacul de acoperire trebuie să fie scos. În cele din urmă, configurația standard a instrumentului trebuie modificată în consecință, consultați (→ p. 75 – 15.1 Modificarea configurației instrumentului).

4.6.3 Racordarea cablurilor de conexiuni ale băii de ceară (numai instrumentele cu sistem de control al vaporilor)



Indicație

Instrumentele cu sistem de control al vaporilor sunt prevăzute cu un ecran de siguranță din plexiglas pentru vapori care constă din două părți. Pentru a asigura rotirea liberă a ecranelor de protecție pentru vapori și deplasarea după cum este necesar fără a fi obstrucționate de cablurile de conexiune ale băii de ceară, două cleme magnetice sunt prevăzute pe fiecare cablu pentru a fixa cablurile de carcasă.

După montarea și conectarea băilor de ceară, așezați clemele magnetice pe peretele lateral al carcasei, astfel încât cablurile să fie fixate într-o poziție care asigură mișcarea liberă a ecranelor de protecție pentru vapori.

4.6.4 Instalarea stațiilor de reactivi




Fig. 20

- Montați recipientele pentru reactivi (→ Fig. 20-1) (sticlă sau aluminiu) pe suporturile stațiilor (→ Fig. 20-2) platformei.

5. Interfața utilizatorului

Panou de control





Fig. 21

Panoul de control este o tastatură ușor de întreținut. Tastele individuale sunt organizate în patru grupe funcționale. Apăsarea unei taste va fi confirmată printr-un semnal audibil. Această funcție poate să fie deconectată, dacă este necesar (consultați (→ p. 75 – 15.1 Modificarea configurației instrumentului)).

Afișaj

Afișajul este o indicație LCD cu două rânduri, fiecare cu câte 16 caractere diferite. Atunci când instrumentul este aprins, afișajul este întotdeauna iluminat.



Stația de procesare 


Afișajul standard indică numărul respectiv al stației în care/deasupra căreia suportul coșului pentru probe se află în acel moment. Simultan, afișajul indică și timpul real (format de 24 de ore). Simbolul două puncte dintre ore și minute clipește.

Afișajul indică toți parametri de procesare a țesuturilor, precum și programele individuale. Coșurile pentru țesut și stațiile de procesare sunt afișate cu simboluri.

Pe lângă funcțiile de programele, sunt afișate alte date utile, precum durata programului și sfârșitul procesării. Sunt afișate și codurile de avertizare (W:01 - W:06) pentru a asigura procesarea fără probleme și codurile de eroare (E:01 - E:13) care indică erorile legate de instrument sau introducerea datelor.

Funcțiile cheie

Programarea, blocarea panoului de control, setarea orei, mișcarea în sus și în jos a coșului pentru țesut



Tasta de programare Prog



Pentru a apela și a renunța la un mod de programare în care sunt configurate, editate și modificate programele și pentru a afișa un program care este activat în momentul respectiv.

Butonul de blocare Cheie




Pentru a bloca toate funcțiile panoului de control ca protecție împotriva modificărilor accidentale ale parametrilor programați.

- Pentru a activa și a renunța la funcția de blocare, apăsați tasta **Cheie** pentru 5 secunde.



LOCKED (BLOCAT) va fi afișat.



După 10 secunde, afișajul revine la indicația standard.

Toate funcțiile tastelor, cu excepția tastei de blocare în sine, sunt acum blocate. Niciuna dintre funcțiile cheie nu poate să fie activată. Atunci când apăsați orice cheie, afișajul va indica întotdeauna **LOCKED** (BLOCAT) pentru 10 secunde.

- Pentru a debloca funcțiile tastelor, apăsați **Cheie** pentru 5 secunde.

Funcțiile tuturor tastelor vor reveni la normal.

Tasta simbol Ceas



Pentru a seta ora și a indica durata totală, ora de începere și momentul estimat de terminare a programelor de procesare automată a țesuturilor.

Afișajul deosebește indicarea timpului (timp real, ora de începere atunci când se lucrează cu funcția de pornire amânată, ora de terminare) - care este afișată prin cratime și două puncte - și indicarea duratei (timpul de menținere a coșului pentru țesut într-o anumită stație, durata totală a procesului) - care este afișată prin literele **d** și **h**.

Tasta **Trei Săgeți** pentru mișcarea în sus și în jos a caruselului



Butonul **Trei Săgeți** este folosit pentru a porni și a opri mișcarea în sus și în jos a caruselului (coșul pentru țesut).

Când această funcție este activată, coșul pentru țesut este ridicat și coborât în intervale de trei secunde în interiorul stațiilor de procesare. Aceasta asigură o amestecare uniformă a tuturor lichidelor și o infiltrare optimizată a țesuturilor.

Această funcție este activată automat atunci când începe un ciclu de procesare.

Poate să fie dezactivată și activată din nou în orice moment, atunci când nu rulează niciun ciclu de procesare.

Atunci când funcția este activată, dioda verde din butonul **Trei Săgeți** este aprinsă.

- Pentru a dezactiva funcția, apăsați pe butonul **Trei Săgeți**.

Dioda se stinge; funcția este dezactivată. Însă, poate să fie reactivată în orice moment.

- Pentru a reactiva funcția, apăsați din nou pe butonul cu **trei săgeți**.



Indicație

În cazul în care coșul pentru țesut se află într-o baie de ceară care conține parafină solidă, instrumentul deconectează automat funcție în sus/în jos.

Pornirea, întreruperea, reluarea, oprirea și abandonarea ciclurilor de procesare automată a țesuturilor



Tasta **Start**



Pentru a începe automat procesarea sau pentru a introduce parametru de pornire amânată pentru procesarea automată după selectarea unui program.

Tasta **Pause/Cont**
(ÎNTRERUPERE/CONTINUARE)



Pentru a întrerupe și a relua un ciclu de procesare automată.

☐	☐	0 1	V A C	0 h 1 2
P 4	P A U S E			

Atunci când funcția este activată, afișajul indică **PAUSE** (ÎNTRERUPERE).

În plus, la 5 minute după ultima apăsare a unei taste, un semnal sonor dublu va reaminti utilizatorului că procesarea este încă întreruptă. Acest semnal se va repeta la fiecare 5 minute până când ciclul de procesare automată este reluat.

Perioada de întrerupere se încheie prin apăsarea tastei **Pause/Cont** (ÎNTRERUPERE/CONTINUARE). Ciclul de procesare este reluat și timpul de scufundare pentru acea stație se termină fără o întrerupere.

Atunci când procesarea automată este întreruptă, butoanele pentru procesarea manuală devin funcționale, astfel încât, de exemplu, coșul pentru țesut poate să fie ridicat afară din stație pentru a adăuga probe de țesut sau pentru a le descărca pentru o procesare suplimentară/specială.

Tasta Stop

Pentru a opri imediat mișcarea în sus și în jos a caruselului (apăsați o dată) sau pentru a abandona un ciclu de procesare în desfășurare (apăsați de două ori).

☐	☐	0 1	V A C	0 h 5 5
P 8	S T O P ?			

Afișajul indică **STOP?**

Tastele de procesare manuală

Aceste taste sunt funcționale o perioadă numai în modul de procesare manuală și dacă modul de procesare automată este întrerupt de la tasta **Pause/Cont.**

Tasta Săgeată Circulară pentru a roti caruselul

Pentru a deplasa coșul pentru țesut la următoarea stație. Rotația este numai în sens orar și în timp ce caruselul este în poziția din extremitatea superioară.

**Indicație**

În timp ce caruselul se deplasează, afișajul indică **WAIT! (AȘTEPTAȚI!)** și două săgeți care clipesc indică direcția mișcării. Numai atunci când caruselul s-a oprit complet, această indicație va dispărea de pe afișaj. După ce funcția de vacuum este dezactivată folosind tasta **V**, ridicarea coșului este amânată până după finalizarea ventilării recipientului.

Tastele Săgeată în Sus și Săgeată în Jos pentru deplasarea pe verticală a caruselului

Ridicați și respectiv coborâți caruselul pentru a retrage coșul dintr-o stație de procesare sau a introduce un coș într-o stație de procesare.

Pentru a opri o mișcare în sus sau în jos în desfășurare, apăsați din nou unul dintre cele două taste. Mișcarea se va opri imediat la apăsarea pe tastă.

Funcția de vacuum (variantele 2 și 4)


Pentru a conecta/deconecta funcția de vacuum în modul de procesare manuală.

**Indicație**

Leica TP1020 este disponibil cu și fără o funcție de vacuum. Versiunile de instrument fără funcții de vacuum au o tastă **V** pe panoul de control; cu toate acestea, nu este funcțională dacă **V** nu este afișată.

Bineînțeles că funcția de vacuum nu poate să fie activată cu tasta **V** în aceste cazuri.

Tastele modului de programare



Aceste taste sunt folosite pentru a introduce sau modifica parametri în timpul programării.

Tastele Săgeată la Stânga/Săgeată la Dreapta (cursor)



Pentru a deplasa cursorul în direcția săgeții către poziția de introducere a datelor următoare respectivă.

- La apăsarea unuia dintre butoanele **Săgeată**, cursorul sare la poziția de introducere a datelor următoare respectivă, în direcția săgeții.
- Pentru a comuta rândurile, apăsați pe **Săgeata la Stânga**.



Indicație

Aceste taste sunt prevăzute cu o funcție de repetare. Dacă una dintre **Săgeți** este apăsată pentru o anumită perioadă, cursorul sare la poziția de introducere a datelor următoare respectivă. Dacă una dintre tastele **Plus/Minus** este apăsată pentru o perioadă, valoarea numerică afișată este crescută sau scăzută continuu.

Tastele Plus / Minus



Pentru a modifica parametrul în poziția în care cursorul de află.

- Pentru a crește valoarea numerică, apăsați pe **Plus**.
- Pentru a scădea valoarea numerică, apăsați pe **Minus**.
- Pentru a modifica numărul coșurilor de la 1 la 2, apăsați pe **Plus**.
- Pentru a modifica numărul coșurilor de la 2 la 1, apăsați pe **Minus**.
- Pentru a modifica numărul stației, apăsați pe **Plus** sau, respectiv, pe **Minus**.
- Pentru a activa funcția de vacuum (tipurile 2 și 4), apăsați pe **Plus**.
- Pentru a dezactiva funcția de vacuum (tipurile 2 și 4), apăsați pe **Minus**.



Indicație

Leica TP1020 este disponibil cu și fără o funcție de vacuum.

Pentru variantele fără funcția de vacuum, niciun **V** nu apare pe afișaj. Bineînțeles că funcția de vacuum nu poate să fie activată cu tastele **V** în aceste cazuri.

6. Programarea instrumentului

6.1 Descrierea generală

Exemplu de program cu un coș			
Stație	Reactiv	VAC	Durată
1	Formalină	V	1h00
2	Formalină	V	1h00
3	Alcool 70%	V	1h30
4	Alcool 80%	V	1h30
5	Alcool 96%	V	1h30
6	Alcool 100 %	V	1h00
7	Alcool 100 %	V	1h00
8	Alcool 100 %	V	1h00
9	Xilol	V	1h30
10	Xilol	V	1h30
11	Parafină	V	2h00
12	Parafină	V	2h00

Programele sunt create pas cu pas în modul de programare. Parametrii de programare trebuie să fie introduși individual pentru fiecare stație. În acest scop, cursorul este deplasat către poziția corespunzătoare de introducere a datelor cu tastele **Săgeată**. Parametrii efectivi sunt introduși cu tastele **Plus/Minus**. Toți parametrii introduși sunt memorați imediat.

Leica TP1020 are o capacitate de memorare a 9 programe. Fiecare program poate să fie setat și editat de către utilizator.

Programele nr. 6 la 9 au fost deja setate din fabrică. Programele nr. 6 și 7 conțin un program de termen scurt sau pe termen lung pentru câte un coș pentru țesut fiecare. Programele nr. 8 și 9 conțin un program de termen scurt sau pe termen lung pentru câte două coșuri pentru țesut fiecare. Aceste programe pot să fie editate.

6.1.1 Caracteristicile speciale pentru programele cu două coșuri

Exemplu de program cu două coșuri			
Stație	Reactiv	VAC	Durată
1	Formalină	V	2h00
2	Formalină	V	2h00
3	Alcool 70%	V	2h00
4	Alcool 80%	V	2h00
5	Alcool 96%	V	2h00
6	Alcool 100 %	V	2h00
7	Alcool 100 %	V	2h00
8	Xilol	V	2h00
9	Xilol	V	2h00
10	Parafină	V	2h00
11	Parafină	V	2h00
12	Parafină	V	2h00

În programele cu un singur coș, pentru fiecare stație de procesare poate să fie selectat un timp de infiltrare diferit.

Însă, în programele cu două coșuri, timpul de infiltrare este același pentru fiecare stație de procesare. Coșul nr. 1 începe în stația nr. 2 și coșul nr. 2 începe să fie procesat în stația nr. 1.

Dacă un program cu un coș este modificat într-un program cu două coșuri prin adăugarea unui coș, instrumentul selectează automat stația nr. 2 ca recipient de pornire. Simultan, timpii recipientului sunt setați automat la timpul de așteptare a stației afișate. Aceste modificări schimbă permanent programul anterior pentru un coș.

Dacă al doilea coș este șters, recipientul de început pentru stația de recipient 2 și timpii de infiltrare rămân la aceeași valoare. Acestea trebuie să fie reintrodus așa cum se dorește pentru fiecare stație individuală.

6.2 Setarea/editarea programelor

6.2.1 Selectarea modului de programare



- Pentru a selecta modul de programare, apăsați pe tasta **Prog**.

Sunt afișați următorii parametri:

- Numărul de coșuri sau ,
- Numărul stației de procesare **01 - 12**,
- Vacuum „ON” (Pornit) sau „OFF” (Pornit),
- Timpul de infiltrare a țesutului în stația afișată **0 h 50 min**,
- Numărul programului **P1 - P9**,
- Modul de programare **PROG**.


Cursorul clipește la numărul programului.

6.2.2 Selectarea unui program.



- Selectați numărul programului dorit apăsând pe **Plus** sau **Minus**.

6.2.3 Selectarea numărului de coșuri



- Apăsați pe butonul **Săgeată la Stânga** pentru a deplasa cursorul la rândul superior.

Cursorul clipește lângă simbolul primului coș.




- Pentru a modifica numărul coșurilor de la 1 la 2, apăsați pe **Plus**.



- Pentru a modifica numărul coșurilor de la 2 la 1, apăsați pe **Minus**.

Astfel, infiltrarea în coșurile pentru țesut va fi aceeași pentru toate stațiile.

6.2.4 Selectarea stației de pornire




- Apăsați pe **Săgeată la Dreapta** pentru a deplasa cursorul la poziția de introducere următoare.

Cursorul clipește la poziția de introducere a datelor la numărul stației.

- Selectați numărul stației dorite apăsând pe **Plus** sau **Minus**.

6.2.5 Activarea funcției de vacuum (numai instrumentele cu funcția de vacuum)



- Apăsați pe **Săgeată la Dreapta** pentru a deplasa cursorul la poziția de introducere următoare.

Cursorul clipește în cele două poziții de lângă **V** pentru funcția de vacuum.

- Pentru a activa vacuumul, apăsați pe **Plus**.


- Pentru a dezactiva vacuumul, apăsați pe **Minus**.



Avertisment

Accesoriile Leica pentru vacuum pentru infiltrarea îmbunătățită a țesutului pot să fie folosite NUMAI cu recipiente din aluminiu. Paharele gradate din sticlă folosite împreună cu accesoriile pentru vacuum au un potențial ridicat de risc atunci când sunt deteriorate!

6.2.6 Selectarea timpilor de infiltrare per stație



- Apăsați pe **Săgeată la Dreapta** pentru a deplasa cursorul la poziția de introducere următoare.

Cursorul clipește la cifrele de introducere a orei.

- Apăsați pe **Plus** sau, respectiv, pe **Minus** pentru a introduce orele.

- Apăsați pe **Săgeată la Dreapta** pentru a deplasa cursorul la poziția de introducere următoare.



Cursorul clipește la ambele cifre destinate introducerii minutelor.



- Apăsați pe **Plus** sau pe **Minus** pentru a introduce minutele.
- Domeniul de reglaj: de la 0 h 05 min. la 99 h 59 min.



Indicație

Pentru stațiile pe care doriți să le lăsați în afara programului, selectați un timp de infiltrare de 0 h 00 min.



- Apăsați pe **Săgeată Dreapta** pentru a sări rapid la următoarea stație pentru a introduce parametrii doriți (vacuum și timp de infiltrare).



- Apăsați pe **Plus/Minus** pentru a introduce parametrii doriți.



Indicație

În programele cu două coșuri, timpul de infiltrare este același pentru toate stațiile!

6.2.7 Afășarea duratei totale a programului

După ce un program este setat, timpul de rulare total poate să fie afășat.



- Apăsați pe **Ceas** pentru a afășa timpul de rulare total al programului.



Durata totală afășată aici este 1 zi, 0 ore și 12 minute.



- Pentru a ieși din indicația afășajului, apăsați din nou pe **Ceas**.



Indicație

În timp ce vă aflați în modul de programare, nu puteți să începeți un program. Înainte de a începe un program, trebuie să ieșiți din modul de programare.

6.2.8 Ieșirea din modul de programare.

Pentru a încheia programarea, trebuie să ieșiți din modul de programare.



- Apăsați pe **Prog** pentru a ieși din programare.



Avertisment

Procedați cu grijă la manevrarea solvenților! Asigurați-vă că spațiul de lucru este bine ventilat! Pericol de explozie!
Respectați întotdeauna regulile de protecție în muncă și folosiți îmbrăcăminte de protecție adecvată (mănuși, halat).
În timpul operării instrumentului, lichidul nu trebuie să intre în contact cu niciuna dintre conexiunile electrice sau în interiorul instrumentului.



Indicație

Pentru a demonta și reinstala recipientele pentru reactivi și băile de ceară, instrumentul poate să fie rotit, astfel încât să aveți ușor acces la toate stațiile, în același timp.

7. Pregătirea pentru procesarea țesutului

7.1 Umplerea stațiilor de reactivi

- Ridicați capacul caruselului.
- Umpleți toate stațiile cu reactivii corespunzători. Asigurați-vă că respectați marcasele de indicare a nivelurilor minim și maxim.



Avertisment

Reactivii vărsați trebuie să fie șterși imediat.

Suprafețele instrumentului sunt rezistente la solvenți numai în anumite condiții, în caz de acțiune îndelungată.

- Montați fiecare recipient pe suportul stației la stația corespunzătoare.



Indicație

Marginile recipientului și inelele de etanșare ale capacelor trebuie să fie întotdeauna curate. Capacele trebuie să fie închise etanș - altfel cantități mai mari de vapori de solvent vor scăpa și, în cazul instrumentelor cu funcția de vacuum, acesta nu va fi generat.

7.2 Umplerea băilor de ceară



Avertisment

Băile de ceară încălzite pot să fie folosite numai cu parafină. Acestea nu pot să fie umplute în niciun caz cu alți solvenți. Atunci când solvenții se încălzesc, se acumulează un amestec extrem de exploziv!

Atenție! Recipientele din interiorul băilor de ceară devin foarte fierbinți atunci când funcția de încălzire este activată! Nu atingeți marginea superioară gri a recipientelor cu mâna goală! Pericol de arsuri!

Atenție la manevrarea parafinei fierbinți! Pericol de arsuri!

Modificarea temperaturii de lucru standard



Indicație

Temperatura de lucru standard stabilită din fabrică este de 65 °C (70 °C pentru modelul special de baie de ceară care rezistă la cloroform). Atunci când lucrați cu parafină care are un punct de topire la mai puțin de 58 °C, temperatura de lucru a instrumentului poate să fie reajustată cu șurubul de reglare corespunzător.




Fig. 22

- Folosiți o șurubelniță pentru a roti șurubul de reglare (→ Fig. 22-1) la valoarea dorită.

În cazul în care constatați că parafina nu se topește complet după scăderea temperaturii de lucru, reglați din nou fin.



Avertisment

Nu supra-umpleți băile de ceară!

Nivelul parafinei lichide nu trebuie să depășească marcajul nivelului de umplere superior din interiorul băii de ceară.

- Pentru a umple băile de ceară, folosiți granule de ceară sau parafină care a fost deja lichefiată.



Indicație

- La umplerea stației, asigurați-vă că nivelul de parafină nu este sub nivelul minim, caz în care ar exista riscul ca nu toate probele să fie scufundate integral în parafină și astfel nu vor fi infiltrate complet.
- Pot să fie necesare câteva ore pentru a lichefia parafina solidă. Calculați timpul de așteptare! La umplerea cu granule de ceară, asigurați-vă că respectați timpul de așteptare pentru lichefierea completă.

- Așezați baia de ceară pe suportul stației corespunzătoare și împingeți cablul în adâncitura de la marginea platformei.

Verificați dacă fiecare baie de ceară este instalată efectiv în stația cu aceeași număr la care este conectată și în partea din spate a instrumentului.



Indicație

Marginile băii de ceară și inelele de etanșare ale capacelor trebuie să fie întotdeauna curate și nedeteriorate.

Capacele trebuie să fie bine strânse, deoarece în cazul instrumentelor cu funcția de vacuum, acesta nu ar putea să se acumuleze.

7.3 Introducerea coșului pentru țesut



Avertisment

Atenție la coborârea caruselului! Nu introduceți degetele în spațiul dintre capacul recipientului și marginea superioară a acestuia!




Fig. 23

- Umpleți coșul cu țesut cu casetele sau capsulele pentru țesut.
- Pentru a prinde coșul pentru țesut, suportul de coș nu ar trebui să se afle peste o baie de ceară.
- Ridicați caruselul în modul de procesare manuală.
- Rotiți caruselul astfel încât suportul de coș (→ Fig. 23-1) să se afle deasupra containerului de început pentru coșul 1.
- Prindeți coșul pentru țesut (→ Fig. 23-2) de suportul pentru coș, așa cum este indicat.
- Coborâți coșul în recipientul de pornire în modul de procesare manuală sau porniți în ciclul de procesare automată.



Avertisment


Caruselul nu trebuie să fie rotit manual! În aceasta situație, vor rezulta pagube serioase!

Atunci când lucrați în modul manual, toate mișcările caruselului sunt activate prin tastele funcționale corespunzătoare de pe panoul de comandă.



Indicație

În timp ce caruselul se deplasează, afișajul indică **WAIT!** (AȘTEPTAȚI!) și două săgeți care clipește indică direcția mișcării în fiecare caz. Atunci când caruselul s-a oprit complet, această indicație va dispărea de pe afișaj.



Indicație

Pentru a evita pe cât este posibil transferul reactivilor în modul manual, acordați timp suficient pentru scurgere.

8. Operarea instrumentului în modul de procesare manuală

8.1 Ridicarea și coborârea coșului pentru țesut



Avertisment

Atenție la coborârea caruselului! Nu introduceți degetele în spațiul dintre capacul recipientului și marginea superioară a acestuia!

Dacă apăsați pe tasta corespunzătoare, coșul poate să fie ridicat afară dintr-o stație sau coborât într-una.




- Pentru a ridica un coș, apăsați pe **Săgeata în Sus**.



- Pentru a coborî un coș, apăsați pe **Săgeata în Jos**.

Mișcarea în sus sau în jos este efectuată complet și un mesaj corespunzător este afișat în timp ce acțiunea se desfășoară.



- Pentru a întrerupe o mișcare în sus sau în jos, înainte de a se încheia, apăsați din nou pe una dintre cele două taste **Săgeată**.



Mișcarea se va opri imediat la apăsarea pe tastă.



Indicație

Dacă unul dintre codurile de avertizare W:01 - W:03 (→ p. 58 – 10.1 Coduri de avertizare) este afișat în timp ce încercați să coborâți coșul într-una dintre băile de ceară, verificați dacă parafina este efectiv lichefiată.

Dacă da, puteți să continuați și să coborâți coșul într-o baie de ceară sau să îl ridicați afară din aceasta.



- Pentru a coborî un coș, apăsați simultan pe **Cheie** și **Săgeata în Jos**.

sau




- Pentru a ridica un coș, apăsați simultan pe **Cheie** și **Săgeata în Sus**.

8.2 Deplasarea coșului pentru țesut la următoarea stație

Pentru a transporta coșul pentru țesut de o stație la următoarea, trebuie să apăsați pe butonul **Săgeată Circulară**. Mișcarea poate să fie desfășurată pas cu pas și în sens orar.



- Apăsați pe **Săgeata Circulară**.



Coșul este deplasat la stația următoare. Sunt afișate **WAIT!** (AȘTEPTAȚI!) și două săgeți care clipesc care indică în ce direcție se deplasează coșul.

Caruselul se va opri atunci când coșul este deasupra stației următoare fără a coborî coșul în stație.



- Pentru deplasarea către stația următoare, apăsați din nou pe **Săgeata Circulară**.

8.3 Activarea funcției de vacuum (numai instrumentele cu funcția de vacuum)



Indicație

Leica TP1020 este disponibil cu și fără o funcție de vacuum. Instrumentele fără funcția de vacuum au, de asemenea, un buton **V** în panoul de control; cu toate acestea, tasta nu este funcțională. **V** nu este afișat. Bineînțeles că funcția de vacuum nu poate să fie activată cu tastele **V** în aceste cazuri.



Avertisment

Instrumentele echipate cu funcția de vacuum pot să fie operate numai cu recipientele din aluminiu furnizate împreună cu instrumentul. Paharele gradate din sticlă folosite împreună cu accesoriile pentru vacuum au un potențial ridicat de risc atunci când sunt deteriorate!

În modul de procesare manuală, apăsarea pe tastă activează/dezactivează funcția de vacuum.




- Apăsați pe **V** pentru a activa vacuumul.



Afișajul indică **VAC** (vacuum). Zgomotul pompei se diminuează în timp ce vacuumul este generat.



- Pentru a dezactiva vacuumul, apăsați pe **V** din nou.



VAC dispare de pe afișaj. Vacuumul este dezactivat.

În timp ce recipientul este ventilat, poate să se audă un ușor șuierat. Numai după ce stația a fost ventilată complet coșul pentru țesut poate să fie ridicat din aceasta.

9. Operarea instrumentului în modul de procesare automată

9.1 Pornirea unui program



Indicație

Un program poate să înceapă imediat sau într-un moment ulterior, folosind funcția de amânare.

9.1.1 Începere imediată



Indicație

Toți parametrii corespunzători sunt afișați, precum numărul coșurilor, poziția de început (numărul stației), vacuum activat/dezactivat și timpul de infiltrare al coșului în recipientul de început. Astfel, verificați parametrii de pe afișaj și decideți dacă doriți efectiv să începeți programul afișat. În caz contrar, selectați un alt program.

Cursorul clipește la poziția de introducere a datelor numărul programului. Pentru ca un program să fie selectabil pentru utilizare, ce puțin un timp de infiltrare pentru o stație de procesare trebuie să fie setat.

☐	☐	0	1	V	A	C	1	h	0	0
W :	0	5								



• Pentru a începe un program, apăsați pe **Start**.

• Selectați numărul programului dorit apăsând pe **Plus** sau **Minus**.

• Pentru a începe imediat programul selectat, apăsați din nou pe **Start**.



Indicație

Codurile de avertizare W:04 - W:06 (→ p. 58 – 10.1 Coduri de avertizare) sunt afișate pentru programele cu o durată de mai puțin de 8 ore de la început până când coșul ajunge la prima baie de ceară. Verificați dacă timpul disponibil este suficient pentru ca parafina să se lichefițeze complet. Dacă acest lucru nu este asigurat, umpleți băile de ceară cu parafină lichidă.



+



• Pentru a ignora codurile de avertizare și a începe procesarea, apăsați simultan pe **Cheie** și pe **Start**.

După timpul de scurgere de 60 de secunde, caruselul se va deplasa automat la poziția de început programată.

În timp ce coșul se deplasează, afișajul indică numerele stațiile de recipiente pe care caruselul le rotește. În locul timpului de infiltrare, va fi afișat **h**.

Imediat ce coșul a ajuns în stația de început programată, va fi coborât în acea stație.

De la acel punct înainte, este afișat timpul de infiltrare rămas al coșului în stația curentă. Când timpul de procesare se scurge, indicația afișajului este actualizată în intervale de un minut; adică, puteți să vedeți în permanență și cu exactitate care este timpul de infiltrare rămas pentru fiecare stație.

☐	☐	0	9	V	A	C	-	-	h	-
P 4							0	9	:	1


☐	☐	0	1	V	A	C	0	h	5	7
P 4							0	9	:	2

9.1.2 Începere amânată

Selectarea timpului de început



- Apăsați pe **Start**.



Este afișat programul care a fost folosit ultima dată. Decideți dacă doriți să începeți acel program sau selectați un altul.



- Pentru a introduce timpul de început dorit, apăsați pe **Săgeată la Dreapta**.




Afișajul indică **START** și cursorul clipește la poziția de introducere a datelor pentru zilele de amânare:

- 0 = start în aceeași zi (= astăzi),
- 1 = start în ziua următoare (= mâine),
- 2 = start în două zile (= poimâine) etc.



Indicație

Funcția de amânare vă permite să începeți un program, de exemplu, în timpul weekend-ului, astfel încât să fie gata atunci când vă întoarceți luni la serviciu.



- Apăsați pe **Plus/Minus** pentru a introduce numărul de zile.
- Apăsați pe **Săgeată** pentru a deplasa cursorul la poziția de introducere a datelor pentru ore.
- Apăsați pe **Plus/Minus** pentru a introduce numărul de ore.
- Pentru a deplasa cursorul la cifrele destinate introducerii minutelor, apăsați pe tasta **Săgeată**.
- Apăsați pe **Plus/Minus** pentru a introduce numărul de minute.




Programul indicat aici ar începe ziua următoare la orele 7:30 PM.



- Pentru a activa funcția de amânare, apăsați pe **Start**.

După ce funcția de amânare a fost activată, coșul pentru țesut se va deplasa imediat către recipientul de începere selectat.



În timp ce coșul așteaptă în recipientul de început pentru programul efectiv să înceapă, afișajul indică **- - h - -**.



Atunci când apăsați pe **Ceas**, afișajul trece de la indicarea timpului real la indicarea timpului de început selectat și la timpul de sfârșit rezultat.

Afișarea sfârșitului timpului de procesare

Pentru a verifica dacă timpul de început programat duce la un sfârșit acceptabil al timpului de rulare:



- Apăsați „**CEAS**”.

☐	☐	0	1	V	A	C	1	h	0	0	
P	4	E	N	D	2	-	0	9	:	4	8

În exemplul indicat aici, sfârșitul procesării ar avea loc poimăine, la orele 9:48 AM.

Editarea și modificarea timpului de început (la folosirea funcției de începere amânată)



- Apăsați din nou pe **Ceas**.
- Verificați timpul de început selectat și dacă este necesar, schimbați-l după cum este necesar pentru a obține timpul de sfârșit sau de rulare dorit.



- Pentru a activa funcția de amânare, apăsați pe **Start**.



Indicație

Codurile de avertizare W:04 - W:06 (consultați (→ p. 46 – 7. Pregătirea pentru procesarea țesutului)) sunt afișate pentru programele cu o durată de mai puțin de 8 ore de la început până când coșul ajunge la prima baie de ceară. Verificați dacă timpul disponibil este suficient pentru ca parafina să se lichefieze complet. Dacă acest lucru nu este asigurat, umpleți băile de ceară cu parafină lichidă.



- Pentru a ignora codurile de avertizare și a începe procesarea, apăsați simultan pe **Cheie** și pe **Start**.

Programul va începe la ora de amânare selectată.



- Pentru a ieși din indicația afișajului, apăsați din nou pe **Ceas**.

Blocarea funcțiilor tastelor



Indicație

Pentru a proteja setările programului împotriva ștergerii sau modificărilor neintenționate, funcțiile tastelor din panoul de comandă pot să fie blocate.



- Pentru a bloca panoul, apăsați **Cheie** pentru 5 secunde.

LOCKED (BLOCAT) va fi afișat.

După 10 secunde, afișajul va reveni la indicația standard. De fiecare dată când o tastă este apăsată, **LOCKED** (BLOCAT) va fi afișat din nou.



- Pentru a debloca funcțiile panoul de control, apăsați din nou pe **Cheie** pentru 5 secunde.

9.4 Întreruperea unui proces

Procesarea automată a probelor poate să fie întreruptă și reluată ulterior, de exemplu, pentru a reîncărca probele.



- Pentru a întrerupe programul, apăsați pe tasta **Pause/Cont** (ÎNTRERUPERE/CONTINUARE).



PAUSE (ÎNTRERUPERE) este afișat.



Indicație

Atunci când o rulare este întreruptă, **PAUSE** (ÎNTRERUPERE) este afișat continuu. În plus, la 5 minute după ultima apăsare a unei taste, un semnal sonor dublu va reaminti utilizatorului că procesarea este încă întreruptă. Semnal sonor se va auzi la intervale de 5 minute până când procesul este reluat.

În timpul **PAUSE** (ÎNTRERUPERE), tastele pentru operarea manuală devin funcționale, de exemplu, pentru a ridica dintr-o stație coșul pentru țesut pentru a adăuga probe. De asemenea, caruselul poate fi rotit pentru a deplasa coșul spre oricare dintre stațiile de procesare, consultați (→ p. 49 – 8. Operarea instrumentului în modul de procesare manuală)

9.5 Reluarea unui proces întrerupt



- Pentru a relua procesarea, apăsați din nou pe **Pause/Cont** (ÎNTRERUPERE/CONTINUARE).

Apăsarea pe această tastă va coborî coșul în stație. Procesarea continuă așa cum a fost programată.

Atunci când o rulare este întreruptă, numărarea inversă a timpului de infiltrare pentru stația efectivă va fi, de asemenea, întrerupt. Atunci când procesarea este reluată, timpul de infiltrare rămas pentru stație va fi parcurs fără întrerupere. Astfel, sfârșitul timpului de procesare va fi amânat cu perioada de timp în care procesul a fost întrerupt.

Indicația de pe afișaj va fi actualizată automat, indicând noul sfârșit al timpului de rulare.

În cazul în care există o urgență, un ciclu de procesare automată poate să fie oprit automat și - într-o etapă ulterioară - abandonat total.

9.6 Oprirea sau terminarea unui proces



☐	☐	0	1	V	A	C	0	h	5	5
P	8	S	T	O	P	?				

- Pentru a opri un ciclu de procesare aflat în desfășurare, apăsați pe **Stop**. Mișcarea în sus și în jos a caruselului se oprește imediat.

Afișajul indică **STOP?**

Astfel instrumentul vă întreabă dacă doriți într-adevăr să abandonați ciclul de procesare care se desfășoară în acel moment?



☐	☐	0	1	V	A	C	0	h	5	5
P	8						1	0	:	1

- Pentru a relua procesarea, apăsați pe **Start**.

Procesarea va continua așa cum a fost programată.

În cazul în care există o urgență, un ciclu de procesare automată poate să fie oprit automat și - într-o etapă ulterioară - abandonat total.

Procesarea va continua așa cum a fost programată.



		☐	0	1						
							1	0	:	3

- Pentru a abandona procesul, apăsați din nou pe **Stop**.

Aceasta va opri definitiv procesarea probelor, fără să existe o opțiune de a relua procesarea.

Coșul pentru țesut rămâne scufundat în stația curentă și trebuie să fie îndepărtat în modul de procesare manuală.

9.7 Sfârșitul unui proces automat

Terminarea procesării automate a probelor este indicată pe afișaj, susținută de un semnal sonor care este repetat la intervale de 30 de secunde.

		☐	1	2						
		D	O	N	E					

Poziția coșului pentru probe și **DONE** (EFECTUAT) apar pe afișaj.

- Apăsați pe orice tastă pentru a confirma mesajul și a opri semnalul sonor.

Probele pot acum să fie scoase în modul de procesare manuală.

9.8 Scoaterea probelor

- Ridicați caruselul.
- Lăsați coșul pentru țesut să se scurgă în acea poziție.
- Ridicați puțin cu mâna coșul pentru țesut și trageți-l afară din suportul pentru coș printr-o mișcare orizontală.
- Coborâți caruselul.

9.9 Terminarea zilei de muncă



Indicație

Din cauza timpului relativ lung necesar ca parafina să se topească, instrumentul nu ar trebui să fie oprit în mod normal după terminarea ultimului ciclu de procesare dintr-o zi.

- Verificați nivelul de umplere și calitatea lichidului din fiecare stație (reactiv și băi de ceară) și completați sau schimbați complet dacă este necesar.
- Curățați marginile recipientelor pentru reactivi și băile de ceară, precum și etanșările capacelor (consultați (→ p. 64 – 11. Curățarea))
- Ștergeți panoul de control până când este curat.
- Apăsăți pe **Cheie** pentru a bloca panoul și astfel a proteja setările de programare împotriva modificării accidentale sau a utilizării greșite.

Lista codurilor de eroare

Cod	Cauză de bază posibilă	Remediere
Cod de eroare „E:01”	Memoria cache este defectă	Contactați serviciul tehnic
Cod de eroare „E:03” - „E:04” - „E:05”	Defecțiune a unității	<ul style="list-style-type: none"> Treceți întrerupătorul principal în poziția oprit și apoi din nou în cea pornit. Încercați din nou. Contactați serviciul tehnic
Cod de eroare „E:07”	Componentă a ceasului defectă	Contactați serviciul tehnic
Cod de eroare „E:08” (baie de ceară 1)	<ul style="list-style-type: none"> Baia de ceară nu este conectată. Mecanismul de decuplare la temperatura în exces a răspuns. 	<ul style="list-style-type: none"> Conectați baia de ceară. Deconectați fișa de conexiune a băii de ceară de la priza din partea din spate a instrumentului. Lăsați baia de ceară să se răcească. Reconectați baia de ceară Dacă lampa pilot galbenă se aprinde, este posibil ca folosirea băii de ceară să fie continuată. Schimbați baia de ceară. Contactați serviciul tehnic
Cod de eroare „E:09” (baie de ceară 2)		
Cod de eroare „E:10” (baie de ceară 3)		
Cod de eroare „E:11”	Pierderea datelor de proces.	<ul style="list-style-type: none"> Confirmați mesajul de eroare apăsând pe orice tastă; mesajul ABORT (ABANDONARE), procesul este anulat Reporniți ciclul de reprocesare. Dacă apare aceeași problemă, contactați serviciul tehnic.
Cod de eroare „E:12”	Pierderea setărilor programului.	<ul style="list-style-type: none"> Confirmați mesajul de eroare apăsând pe orice tastă; mesajul ABORT (ABANDONARE), procesul este anulat Reporniți ciclul de reprocesare. Dacă apare aceeași problemă, contactați serviciul tehnic.
Cod de eroare „E:13”	Introducere eronată a datelor pentru funcția de pornire amânată (de exemplu, timpul de început dorit ar trebui să fie anterior timpului real curent).	<ul style="list-style-type: none"> Corecți datele eronate introduse.

10.3 Mesajele „POWER FAILURE” (ÎNTRERUPERE A ALIMENTĂRII) și „WRONG STATION” (STAȚIE GREȘITĂ)



POWER FAILURE (ÎNTRERUPERE A ALIMENTĂRII) este afișat atunci când alimentarea este restabilită după o întrerupere a alimentării, dar numai dacă ciclul de procesare în desfășurare a fost afectat de întreruperea alimentării.


Indicația de pe afișaj este însoțită de un semnal sonor care dorește să atragă atenția utilizatorului la defecțiune, astfel încât acesta să poată să ia măsurile adecvate pentru a salva probele.

Rândul superior al afișajului indică timpul în plus cât coșul a rămas scufundat și numărul stației în care a fost scufundat din cauza întreruperii alimentării. În exemplul indicat aici, timpul de infiltrare din stația nr. 3 a fost depășit cu 47 de minute.



Indicație

În cazul unei întreruperi a alimentării, caruselul este coborât imediat în stația unde se întâmplă să se afle coșul pentru țesut atunci când apare întreruperea alimentării. După ce alimentarea este restabilită, procesarea va fi reluată așa cum a fost programată. Este afișată posibilă afectare a ciclului de procesare cauzată de întrerupere.



Dacă, din cauza întreruperii alimentării, coșul este coborât într-o stație care nu face parte din program (timp de infiltrare programat „0 h 00 min”), în loc de **POWER FAILURE** (ÎNTRERUPERE A ALIMENTĂRII), este afișat mesajul **WRONG STATION** (STAȚIE GREȘITĂ). În plus, atunci când puterea este restabilită, se aude un semnal sonor neîntrerupt.

Rândul superior al afișajului indică timpul cât coșul a rămas scufundat și stația greșită din cauza întreruperii alimentării. În exemplul indicat aici, coșul a fost în stația 4 timp de 16 minute.

Prin apăsarea oricărei taste, indicația afișajului va reveni la normal și semnalul sonor se va opri.

După ce alimentarea este restabilită, procesarea va fi reluată așa cum a fost programată. Coșul va fi îndepărtat din stația greșită în stația următoare care face parte din programul curent.

10.4 Măsurile pentru îndepărtarea probelor în cazul unei întreruperi prelungite a alimentării

**Indicație**

În cazul unei întreruperi prelungite a alimentării, țesutul poate să fie scos manual din instrument și astfel relocalat în stația următoare printr-o operație în întregime manuală.




Fig. 24

- Oprțiți instrumentul de la întrerupătorul principal de rețea.
- Scoateți pârghia cotită (→ Fig. 24-1) din clemă și introduceți-o în portul de acces (→ Fig. 24-2) din partea stângă a instrumentului.

Scoaterea coșului pentru țesut

- Ridicați caruselul prin rotirea pârgchiei cotate (→ Fig. 24-1) în direcția săgeții până când capătul inferior al coșului este deasupra marginii stației de procesare.
- Țineți de pârghia cotită pentru a rămâne fixă în poziție și scoateți coșul pentru țesut.

**Avertisment**

Atenție la coborârea caruselului! Nu introduceți degetele în spațiul dintre capacul recipientului și marginea superioară a acestuia!

Atunci când eliberați pârghia cotită, caruselul va începe să coboare încet.

Relocarea manuală la stația următoare

- Rotind pârghia cotită în direcția săgeții, ridicați caruselul până când se simte o rezistență notabilă în mișcarea de rotire.

Atunci când eliberați pârghia cotită, caruselul va coborî în următoarea stație de procesare.

Omiterea stațiilor

Pentru a omite una sau mai multe stații de procesare, țineți de pârghia cotită pentru a evita coborârea efectivă a coșului în stație.

- Apoi, ridicați din nou caruselul cu pârghia cotită până când observați rezistență la mișcarea de rotație.
- Pentru a coborî coșul în stație, eliberați pârghia cotită.

La folosirea opțiunii de transport manual, timpii de infiltrare pentru toate stațiile trebuie să fie controlați de către utilizator.

- Pentru a relua procesarea după ce puterea a fost restabilită, rotiți întrerupătorul de rețea în poziția pornit.

După ce alimentarea este restabilită, aplicația software recunoaște orice modificări manuale ale stației care au apărut în timpul întreruperii alimentării. Atunci când alimentarea este restabilită, programul este reluat potrivit setărilor inițiale.

10.5 Mesajul „ABORT” (ABANDONARE)



ABORT (ABANDONARE) este afișat după anularea unui cod de eroare emis din cauza unei defecțiuni a instrumentului. La confirmarea unui astfel de mesaj de eroare, procesarea este abandonată.

În acest moment, procesarea poate să fie reluată de la început. Pentru a omite stațiile care au fost deja acoperite în timpul rulării anterioare abandonate, procedați după cum urmează:



- Apăsăți pe **Start**.



- Pentru a începe imediat afișat curent, apăsați din nou pe **Start**.

Aceasta va face ca instrumentul să deplaseze coșul pas cu pas către stația de început programată. Înainte de a atinge acea poziție:



- Apăsăți pe **Pause/Cont** (ÎNTRERUPERE/CONTINUARE) pentru a trece la modul de procesare manuală.



- Apăsăți pe **Săgeata Circulară** pentru a deplasa coșul către stația unde procesarea a fost abandonată.



- Pentru a coborî coșul, apăsați pe **Săgeata în Jos**.



- Pentru a părăsi modul de procesare manuală, apăsați din nou pe **Pause/Cont** (ÎNTRERUPERE/CONTINUARE).

Procesarea va continua din locul în care a fost anterior abandonată.

11. Curățarea

- Ridicați caruselul în modul de procesare manuală.
- Scoateți toate recipientele stațiilor de pe platformă.



Avertisment

Reactivii vărsați trebuie să fie șterși imediat. Suprafețele instrumentului sunt rezistente la solvenți numai în anumite condiții, în caz de acțiune îndelungată.

Recipientele din interiorul băilor de ceară devin foarte fierbinți atunci când funcția de încălzire este activată! Nu atingeți marginea superioară gri a recipientelor cu mâna goală! Pericol de arsuri!

Atenție la manevrarea parafinei fierbinți! Pericol de arsuri!

- Deconectați fișele băii de ceară, ridicați ușor capacele băii de ceară și scoateți recipientele pentru parafină.



Avertisment

Goliți băile de ceară complet înainte ca parafina să se răcească!

După răcire, parafina se contractă, ceea ce poate să ducă la deteriorarea băii de ceară.

- Coborâți caruselul în modul de procesare manuală.



Avertisment

Înainte de a curăța instrumentul, opriți-l de la întrerupătorul de rețea.

Pentru a curăța suprafețele vopsite, platforma recipientului și panoul de control, nu folosiți solvenți care conțin acetonă sau xilen; nu folosiți niciodată pudre de curățare abrazive!

Pot să fie folosiți numai detergenți slabi de uz casnic! Suprafețele lăcuite și panoul de control nu sunt rezistente la xilen sau acetonă!

- Scoateți restul de parafină din suporturile stațiilor, etanșările capacelor și suporturile capacelor.
- Pentru îndepărtarea parafinei, folosiți o spatulă moale din plastic.



Avertisment

În timpul curățării instrumentului, lichidul nu trebuie să intre în contact cu niciuna dintre conexiunile electrice sau în interiorul instrumentului.

- Folosiți o lavetă umedă pentru a curăța platforma, suprafețele lăcuite ale instrumentului și panoul de control.
- Curățați marginile recipientelor din sticlă sau aluminiu pentru reactivi și ale marginilor băilor de ceară.

**Indicație**

Recipientele din sticlă pot să fie spălate la mașina de spălat vase.

Nu curățați niciodată recipientele din aluminiu într-o mașină automată de spălat vase.

- Scoateți recipientele din sticlă din suporturile paharelor gradate și spălați-le la mașina de spălat vase.
- Curățați manual recipientele din aluminiu folosind detergenți slabi de uz casnic.
- Umpleți băile de ceară și recipientele pentru reactivi și puneți-le la loc.
- Reconectați fișele băii de ceară.
- Porniți alimentarea de la întrerupătorul de rețea.

Curățarea ecranelor de siguranță din plexiglas pentru vapori ale instrumentelor cu sistem de control al vaporilor

- Pentru îndepărtarea resturilor de parafină de pe suprafața ecranelor, folosiți o spatulă moale din plastic, pentru a evita zgărirea.
- Aplicați puțin alcool sau xilen pe o lavetă și ștergeți suprafețele curățate anterior cu spatula din plastic.
Nu permiteți xilenului sau alcoolului să reacționeze cu suprafețele!

12. Întreținerea

12.1 Instrucțiuni generale de întreținere



Avertisment

Numai tehnicienii de service Leica sunt autorizați să deschidă instrumentul pentru lucrări de întreținere și de reparații.

În general, se poate considera că instrumentul nu necesită întreținere. Pentru a asigura funcționarea fără probleme pe o perioadă lungă de timp, recomandăm totuși ca:

- Un tehnician autorizat Leica de la serviciul pentru clienți să execute o verificare de întreținere preventivă o dată pe an.
- Încheiați un contract de service la sfârșitul perioadei de garanție legală. Pentru detalii, luați legătura cu departamentul local de service al Leica.
- Ștergeți imediat reactivii vărsați.
- Curățați instrumentul zilnic (consultați (→ p. 64 – 11. Curățarea))
- O dată pe lună, ridicați capacul caruselului în poziția sa superioară maximă, curățați axul caruselului cu o lavetă curată și aplicați ulterior un strat subțire de ulei de mașină.
- Nu încercați niciodată să reparați singuri instrumentul sau băile de ceară - în acest caz, ați pierde garanția!

12.2 Baie de ceară

12.2.1 Modificarea temperaturii de lucru standard



Indicație

Temperatura de lucru standard setată din fabrică este de 65 °C. Încălzirea băii de ceară va comuta automat atunci când temperatura efectivă a parafinei este cu 5 °C sub temperatura de lucru setată.

Atunci când lucrați cu parafină care are un punct de topire la mai puțin de 58 °C, temperatura de lucru a instrumentului poate să fie reajustată cu șurubul de reglare corespunzător.




Fig. 25

- Folosiți o șurubelniță pentru a roti șurubul de reglare (→ Fig. 25-1) la valoarea dorită.

În cazul în care constatați că parafina nu se topește complet după scăderea temperaturii de lucru, reglați din nou fin.

12.2.2 Resetarea după oprirea în cazul temperaturii în exces



Indicație

Dacă temperatura efectivă crește peste intervalul temperaturilor de lucru normale, răspunde un mecanism de decuplare la temperatura în exces. Încălzirea băii de ceară este deconectată. Lampa de semnalizare galbenă se stinge. Folosirea băii de ceară poate să fie reluată numai după o perioadă de răcire. Pentru răcire, deconectați fișa conectorului băii de ceară de la priza din partea din spate a instrumentului sau opriți de la comutatorul principal.

- Deconectați fișa conectorului băii de ceară de la priza din partea din spate a instrumentului.
- Așteptați ca baia de ceară să se răcească.



Avertisment

Goliți băile de ceară complet înainte ca parafina să se răcească!
După răcire, parafina se contractă, ceea ce poate să ducă la deteriorarea băii de ceară.

Testul operațional

- Conectați înapoi baia de ceară.
- Verificați dacă lampa pilot galbenă se aprinde atunci când căldura este activată.
- Așteptați până când parafina este complet topită. Temperatura de lucru standard setată a fost atinsă atunci când lampa pilot se stinge.
- Măsurați dacă temperatura efectivă a parafinei corespunde cu temperatura de lucru standard.

Dacă aveți dubii privind funcționarea fără probleme a băii de ceară, aceasta trebuie să fie schimbată.

12.3 Înlocuirea siguranțelor



Avertisment

Înainte de a înlocui siguranțele, opriți instrumentul și deconectați cablul de alimentare. Siguranțele arse pot să fie înlocuite numai cu unele de același tip și cu aceleași specificații.

Consultați (→ p. 14 – 3.1 Date tehnice).




Fig. 26

Siguranțele se află în carcasa selectorului de tensiune (→ Fig. 26-3).

- Îndepărtați învelișul (→ Fig. 26-3) așa cum se descrie în capitolul (→ p. 31 – 4.3.2 Reglarea selectorului de tensiune).
- Scoateți siguranțele (→ Fig. 26-7).
- Introduceți siguranțe de schimb de același tip.

Tensiunea selectată efectivă poate să fie văzută prin mica fantă (→ Fig. 26-1) din carcasa selectorului de tensiune.

- Introduceți carcasa selectorului de tensiune împreună cu siguranțele înapoi în locașul din instrument și apăsați ușor până când se fixează.
- Verificați dacă setarea indicată prin fantă (→ Fig. 26-1) corespunde tensiunii nominale din laboratorul dumneavoastră.

13. Accesorii opționale

13.1 Coș pentru țesut cu trei niveluri




Fig. 27

Capacitate de susținere: 20 casete pe nivel

Coșul pentru țesut din trei niveluri constă dintr-un suport (→ Fig. 27-1) în care sunt suprapuse cele trei niveluri (→ Fig. 27-2) pentru casete. Nivel superior este închis cu un capac (→ Fig. 27-3).

13.2 Dispozitiv de îndepărtare a coșului




Fig. 28

Dispozitivul de îndepărtare a coșului cu tavă de scurgere face mai ușoară îndepărtarea coșului pentru țesut, fierbinte și care se scurge, la terminarea ciclului de procesare. Insertia din cauciuc (→ Fig. 28-4) de pe tava de scurgere poate să fie scoasă pentru a fi curățată.

- Prindeți dispozitivul de îndepărtare a coșului de mânerul negru și introduceți tava de scurgere sub coșul pentru țesut.
- Introduceți cârligul din metal (→ Fig. 28-1) sub adâncitura din partea de jos a coșului pentru țesut.
- Pentru a ridica acest cârlig (→ Fig. 28-2), apăsați pe arc (→ Fig. 28-3) în jos, cu degetul mare.
- Prindeți cârligul (→ Fig. 28-2) în marginea superioară a coșului pentru țesut și eliberați arcul.
- Ridicați puțin coșul și trageți-l afară din suportul pentru coș printr-o mișcare orizontală.

13 Accesorii opționale

13.3 Suport de coș pentru cel de-al doilea coș pentru țesut



Indicație

Pentru a crește randamentul probei, instrumentul poate să fie prevăzut cu un suport pentru coș pentru cel de-al doilea coș pentru țesut.

Al doilea coș pentru țesut (standard sau tipul cu trei niveluri) trebuie să fie comandat separat.




Fig. 29

Livrare standard

- 1 Suport de coș pentru cel de-al doilea coș pentru țesut
- 1 Baie de ceară
- 1 Suport al stației pentru baia de ceară




Fig. 30

Instalarea celui de-al doilea suport pentru coș

- Rotiți capacul caruselului (→ Fig. 29-1) în sens antiorar până când poate să fie scos de pe ax (→ Fig. 29-3) cu o mișcare ascendentă.

Suportul celui de-al doilea coș este montat în poziția 2. În acest scop, capacul și bara existente trebuie să fie îndepărtate.

- Prindeți tija (→ Fig. 30-5) cu un clește și eliberați șurubul cu cap crestă (→ Fig. 30-8) de pe partea superioară a discului (→ Fig. 30-4).
- Introduceți tija (→ Fig. 30-5) suportului celui de-al doilea coș în gaura din partea de jos a discului (→ Fig. 30-4). Reglați dispozitivul de susținere (→ Fig. 30-6) pentru cel de-al doilea coș în același mod ca pe dispozitivul de susținere din poziția 1 și mențineți în acea poziție.
- Puneți șaiba de blocare (→ Fig. 30-7) în jurul găurii din disc (→ Fig. 30-4).
- Introduceți șurubul cu locaș hexagonal (→ Fig. 30-9) în gaura de mai sus și strângeți cu o cheie hexagonală nr. 3.
- Introduceți bușca (→ Fig. 29-2) a capacului caruselului (→ Fig. 29-1) de deasupra în axul (→ Fig. 29-3) piesei centrale.
- Pentru a fixa în siguranță discul (→ Fig. 29-4) și a roti capacul caruselului în sens orar.



Indicație

Configurația standard a instrumentului va trebui apoi să fie modificată corespunzător pentru a confirma faptul că o a treia baie de ceară a fost conectată - consultați (→ p. 75 – 15.1 Modificarea configurației instrumentului)




Fig. 31

Instalarea suportului stației

- Folosiți o șurubelniță pentru a ridica suportul stației de reactivi afară din platforma.
- Introduceți suportul băii de ceară și unitatea cu un ciocan din cauciuc.

Conectarea celei de-a treia băi de ceară

- Scoateți capacul de pe priza nr. 10.
- Introduceți fișa (→ Fig. 31-1) a celei de-a treia băi de ceară în priza nr. 10 și fixați-o cu clema (→ Fig. 31-2).

13.4 Conectarea tubului de ieșire a vaporilor (accesoriu opțional pentru instrumentele cu sistem de control al vaporilor)



Indicație

Printr-un tub de ieșire a vaporilor rezistent la solvenți (care este disponibil cu o lungime de 2 sau 4 metri), instrumentul poate să fie conectat la un sistem central de extracție a vaporilor. Tubul de ieșire a vaporilor poate să fie folosit și pentru a direcționa vaporii de solvent spre exteriorul unei clădiri.

Montarea tubului de ieșire a vaporilor




Fig. 32

- Puneți tubul (→ Fig. 32-1) peste piesa de conectare din partea stângă a carcasei și strângeți cu ajutorul unei cleme pentru furtun (→ Fig. 32-2) furnizate împreună cu instrumentul.

13.5 Introducerea filtrelor din carbon activat (opționale pentru instrumentele cu sistem de control al vaporilor)



Indicație

Instrumentele cu sistem de control al vaporilor pot să fie echipate cu filtre din carbon activat.

Un filtru este specific pentru formaldehidă, în timp ce celălalt este destinat solvenților. Durata de viață a filtrelor din carbon activat depinde de concentrațiile de reactiv folosite efectiv, timpul de funcționare al instrumentului și temperatura ambiantă.




Fig. 33

- Dezambalați filtrele.
- Pentru a deschide capacul (→ Fig. 33-5) suportului din partea stângă a instrumentului, slăbiți cele două butoane moletate.
- Lăsați în jos capacul (→ Fig. 33-5).
- Introduceți filtrul din carbon activat pentru alți solvenți (→ Fig. 33-4) în șina de ghidare inferioară și împingeți până când este complet introdus.
- Introduceți filtrul din carbon activat pentru formaldehidă (→ Fig. 33-3) în șina de ghidare superioară și împingeți până când este complet introdus.
- Ridicați capacul și blocați prin strângerea celor două butoane moletate.



Avertisment

Pericol de incendiu!

Dacă un filtru devine saturat cu solvent, există un potențial risc de incendiu! Este important ca filtrele din carbon activat să fie schimbate la intervalele recomandate din fabrică.

În general, filtrele din carbon activat trebuie să fie înlocuite din patru în patru luni.

14. Informații pentru comandă

14.1 Accesorii

Cant.	Notație	Nr. comandă
1	Coș standard pentru țesut	14 0422 30585
1	Coș pentru țesut cu trei niveluri	14 0422 30547
1	Compartiment cu un singur nivel pentru coșul pe trei niveluri pentru țesut	14 0422 30622
1	Capac pentru coșul pe trei niveluri pentru țesut	14 0422 30623
1	Dispozitiv de îndepărtare a coșului cu tavă de scurgere	14 0422 30637
1	Recipient de sticlă, capacitate de 1,8 l	14 0424 60429
1	Suport pahar	14 0422 30671
1	Recipient de aluminiu, capacitate de 1,8 l	14 0422 32166
1	Suport al stației pentru baie de ceară	14 0422 30571
1	Baie de ceară, 1,8 litri	14 0422 30665
1	Baie de ceară (rezistentă la cloroform) 1,8l, ajustabilă până la 70°C	14 0422 32001
1	Șurubelniță pentru baie de ceară	14 0170 10702
1	Tub pentru ieșirea vaporilor (rezistent la solvenți) 2 m	14 0422 31974
1	Tub pentru ieșirea vaporilor (rezistent la solvenți) 4 m	14 0422 31975

15. Anexă

15.1 Modificarea configurației instrumentului

Instrumentul are o configurație standard setată din fabrică ce poate să fie modificată de către utilizator, dacă dorește.

Modificările pot să fie făcute în meniul de configurare care constă din 4 articole de meniu:

- Nivelul de semnal 1 - 4
- 3 băi de ceară?
- ProgPreset?
- SystemReset? (Resetare sistem?)

Editarea meniului de configurare

T	P	1	0	2	0	V	1	.	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

+



C	o	n	f	i	g	u	r	a	t	i	o	n
S	i	g	n	a	l	l	e	v	e	l	4	

- Opriți instrumentul de la întrerupătorul principal de rețea.
- Reporniți alimentarea de la întrerupătorul de rețea. În timp ce afișajul încă indică **TP1020 V x.xx**, apăsați pe **Prog** pentru o scurtă perioadă.

Este afișat primul meniu de configurare.



Indicație


Pentru acest articol de meniu, pot să fie selectate patru setări diferite. Setarea 4 este presetată din fabrică.

Setarea 1 este cel mai scăzut nivel. Următorul nivel superior conține întotdeauna toți parametrii nivelului imediat anterior plus semnale suplimentare, așa cum sunt enumerate în această pagină.

Modificarea configurației

Nivelul de semnal = Setarea tipului și a frecvenței dorite pentru semnalul sonor

- Nivelul 1 = Semnal sonor în cazul întreruperii alimentării și defecțiunilor.
- Nivelul 2 = Nivelul 1 + semnal sonor în cazul întreruperii, unui cod de avertizare și sfârșitul programul.
- Nivelul 3 = Nivelul 2 + semnal sonor la confirmarea codurilor de avertizare și a codurilor de eroare.
- Nivelul 4 = Nivelul 3 și semnal sonor de fiecare dată când o tastă este apăsată.



- Pentru următorul articol de meniu, apăsați pe tasta **Săgeată Dreapta**.
- Pentru a modifica setarea, apăsați pe tastele **Plus/Minus**.

C	o	n	f	i	g	u	r	a	t	i	o	n
3	.	w	a	x	b	a	t	h	?	Y	E	S

Este afișată următoarea setare standard.

A 3-a baie de ceară = doriți să folosiți o a treia baie de ceară?



Indicație

În stația nr. 10, puteți să instalați o a treia baie de ceară în locul stației de reactivi.

În acest caz, va trebui să modificați meniul de configurație în mod corespunzător; în caz contrar, instrumentul nu va funcționa corespunzător. Dacă schimbați de la un mod de operare cu trei băi de ceară înapoi la două băi de ceară, va trebui să mergeți și să reajustați meniul de configurare.



• Pentru a modifica setarea, apăsați pe tastele **Plus/Minus**.



• Pentru următorul articol de meniu, apăsați pe tasta **Săgeată Dreapta**.

C	o	n	f	i	g	u	r	a	t	i	o	n
P	r	o	g	P	r	e	s	e	t	?	N	O

Este afișată următoarea setare standard.

ProgPreset? = Setăți programele nr. 6 - 9 la valorile standard presetate din fabrică?

Setarea standard este **NO** (NU).



Indicație

Programele nr. 6-9 vin cu mai multe valori standard presetate din fabrică; totuși, acestea pot să fie modificate de către utilizator.



• Pentru a modifica setarea, apăsați pe tasta **Plus**.

Când răspunsul este **YES** (DA), programele nr. 6-9 sunt setate la valorile standard și programele nr. 1-5 sunt șterse.



• Pentru următorul articol de meniu, apăsați pe tasta **Săgeată Dreapta**.

C	o	n	f	i	g	u	r	a	t	i	o	n		
S	y	s	t	e	m	R	e	s	e	t	?	Y	E	S

Este afișată următoarea setare standard.

SystemReset? (Resetare sistem?) = Resetați mai multe setări la valoarea standard

Setarea standard este **NO** (NU).



Indicație

O resetare a sistemului va seta timpul real la 0:00 și timpul de încălzire maxim pentru băile de ceară la 8 ore. Setarea „Sound Signal Level” (Nivelul semnalului sonor) și numărul de băi de ceară selectate în meniul de configurare standard vor rămâne nemodificate la o resetare a sistemului.



• Pentru a modifica setarea, apăsați pe tasta **Plus**.

Atunci când răspunsul este **YES** (DA), ceasul sistemului este setat la 0:00 și timpul de încălzire maxim pentru băile de ceară este setat la 8 ore. Nicio altă setare nu este modificată.

Ieșirea din meniul de configurare



- Pentru a ieși din meniul de configurare, apăsați pe **Prog**.

15.2 Reactivii adecvați pentru a fi folosiți cu instrumentul

**Avertisment**

Important!

Folosirea altor reactivi decât cei enumerați mai jos poate să afecteze instrumentul sau piesele acestuia.

Următorii reactivi sunt siguri la folosirea cu Leica TP1020::

Fixare	Formol, tamponat sau netamponat
	Acid picric

Deshidratare	Etanol
	Alcool izopropilic
	Metanol
	Alcool butilic
	Alcool industrial

Curățare	Xilen și înlocuitori de xilen
	Toluen
	Benzen
	Acetonă

Cloroform	}	<p>Important!</p> <p>Aceste substanțe sunt permise numai cu varianta de instrument 9. Pentru informații suplimentare, consultați capitolul (→ p. 16 – 3.3 Livrare standard - notiță însoțitoare)</p>
Triclorețan		

Parafină	Parafină
-----------------	----------

15.3 Programele setate din fabrică

Programul nr. 6 - 1 coș

Stație	Reactiv	VAC	Durață
1		V	0h15
2		V	0h15
3		V	0h15
4		V	0h15
5		V	0h15
6		V	0h15
7		V	0h15
8		V	0h15
9		V	0h15
10		V	0h15
11	Parafină	V	0h15
12	Parafină	V	0h15

Programul nr. 8 - 2 coșuri

Stație	Reactiv	VAC	Durață
2		V	0h15
3		V	0h15
4		V	0h15
5		V	0h15
6		V	0h15
7		V	0h15
8		V	0h15
9		V	0h15
10		V	0h15
11	Parafină	V	0h15
12	Parafină	V	0h15

Programul nr. 7 - 1 coș

Stație	Reactiv	VAC	Durață
1		V	1h00
2		V	1h00
3		V	1h00
4		V	1h00
5		V	1h00
6		V	1h00
7		V	1h00
8		V	1h00
9		V	1h00
10		V	1h00
11	Parafină	V	1h00
12	Parafină	V	1h00

Programul nr. 9 - 2 coș

Stație	Reactiv	VAC	Durață
2		V	1h00
3		V	1h00
4		V	1h00
5		V	1h00
6		V	1h00
7		V	1h00
8		V	1h00
9		V	1h00
10		V	1h00
11	Parafină	V	1h00
12	Parafină	V	1h00

Leica TP1020 – Foaia de lucru pentru programare

Programul nr. _____ Nume: _____ Data: _____					
Scris de: _____					
Stație	Reactiv	VAC		Durată	Indicații
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Parafină				
12	Parafină				

Leica TP1020 – Foaia de lucru pentru programare

Programul nr. _____ Nume: _____ Data: _____

Scris de: _____

Stație	Reactiv	VAC		Durață	Indicații
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Parafină				
12	Parafină				

16. Garanție legală și service

Garanția legală

Leica Biosystems Nussloch GmbH garantează că produsul contractual livrat a fost supus unei proceduri complete de control al calității, bazată pe standardele de testare internă Leica și că produsul este fără probleme și respectă toate specificațiile tehnice și/sau caracteristicile garantate.

Amploarea condițiilor de garanție legală variază în funcție de conținutul contractului încheiat. Determinante sunt numai condițiile de garanție legală ale companiei de vânzări Leica din zona dumneavoastră, respectiv ale societății de la care ați procurat produsul contractual.

Informații despre serviciul tehnic

Dacă aveți nevoie de piese de schimb sau trebuie să apelați la serviciul de asistență tehnică pentru clienți, adresați-vă reprezentantului Leica sau dealerului Leica de la care ați achiziționat instrumentul.

Furnizați următoarele informații:

- Notația de model și numărul de serie al aparatului.
- Amplasamentul aparatului și o persoană de contact.
- Motivul pentru solicitarea trimisă serviciului pentru clienți.
- Data livrării.

Scoaterea din funcțiune și eliminarea

Instrumentul sau piesele instrumentului trebuie să fie eliminate în conformitate cu legislația locală.

17. Confirmarea decontaminării

Fiecare produs care este returnat către Leica Biosystems sau care necesită întreținere la fața locului trebuie să fie curățat și decontaminat în mod corespunzător. Puteți găsi șablonul dedicat confirmării decontaminării pe site-ul nostru www.LeicaBiosystems.com din meniul produsului. Acest șablon trebuie utilizat pentru colectarea tuturor datelor solicitate.

La returnarea unui produs, o copie a confirmării completate și semnate trebuie să fie închisă sau transmisă tehnicianului de service. Responsabilitatea pentru produsele care sunt trimise înapoi fără această confirmare sau cu o confirmare incompletă îi revine expeditorului. Bunurile returnate care sunt considerate a fi o sursă potențială de pericol de către companie vor fi trimise înapoi pe cheltuiala și riscul expeditorului.

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Germania

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com