

HistoCore SPECTRA ST

Бояу автоматы



Пайдалану нұсқаулығы
Қазақ тілінде

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 80138 - Қайта қаралу Z

Нұсқаулықты аспаптың жанында сақтаңыз.
Пайдаланар алдында мүқият танысып шығыңыз.

CE

Осы Пайдалану нұсқаулығында берілген ақпараттар мен сандық мәліметтер, нұсқаулар мен бағалау пайымдары – осы салада жүргізген мұқият зерттеуіміздің арқасында қол жеткізген заманауи технологиялар мен ғылыми мағлұматтардың қазіргі деңгейін бейнелейді.

Біз осы Пайдалану нұсқаулығын мерзімді және ұдайы түрде жаңа техникалық әзірлемелерге икемдеп отыруға, сонымен бірге клиенттерге осы нұсқаулықтың қосымша көшірмелерін, жаңартуларын және т.б. беруге міндettі емеспіз.

Әр жағдай үшін жеке-жеке қарастырылатын қолданыстағы үлттық заңнамаға сәйкес рұқсат етілетін дәрежеде, осы Пайдалану нұсқаулығында берілген қате мәліметтер, сәйкес келмейтін суреттер, техникалық кескіндер және т.б. үшін бізге жауапкершілік жүктелмейді. Атап айтқанда, біз осы Пайдалану нұсқаулығында қамтылған параметрлерді, сипаттамаларды және өзге де мәліметтерді қолдану салдарынан туындаған материалдық залалдар және өзге де жанама залалдар үшін жауап бермейміз.

Осы Пайдалану нұсқаулығында берілген мазмұндық және техникалық сипатқа қатысты мәліметтер, сызбалар, суреттер және өзге де ақпараттар өніміміздің кепілді қасиеттері ретінде қарастырылмауы тиіс.

Тек біздің және клиенттеріміздің арасында келісілген шарттар ғана негізге алынады.

Leica компаниясы техникалық ерекшеліктер мен өндірістік процестерге алдын ала ескертусіз өзгеріс енгізу құқығын сақтайды. Техникалық және өндірістік-техникалық жетілдіру процесін тек осындай тәсілмен үздіксіз жүзеге асырып отыруға болады.

Бұл құжаттама авторлық құқық жөніндегі заңмен қорғалған. Бұл құжаттаманың барлық авторлық құқықтары Leica Biosystems Nussloch GmbH компаниясына тиесілі.

Қайта басу, көшірме жасау, микрофильмдеу, веб-камералар және әртүрлі электронды жүйелер мен тасымалдағыштарды қолдану секілді өзге де тәсілдер арқылы мәтін мен суреттерді (және олардың бөліктерін) көбейтуге Leica Biosystems Nussloch GmbH компаниясының алдын ала жазбаша келісімінің негізінде ғана рұқсат етіледі.

Аспаптың сериялық нөмірі мен өндірілген жылы зауыттық маңдайшада көрсетілген.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17-19
69226 Nussloch
Германия
Тел.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268
Веб-сайт: www.LeicaBiosystems.com

Мазмұны

1.	Маңызды ақпарат	7
1.1	Таңбалар және олардың мағынасы	7
1.2	Аспап үлгісі	12
1.3	Пайдаланушы тобы	12
1.4	Жоспарлы пайдалану мақсаты	13
1.5	Аспаптың бағдарламалық жасақтамасына авторлық құқық	13
2.	Қауіпсіздік техникасы	14
2.1	Қауіпсіздік техникасына қатысты нұсқаулар	14
2.2	Ескертулер	15
2.3	Аспаптағы сақтандырғыш құрылғылар	20
3.	Аспаптың компоненттері мен техникалық сипаттамалары	21
3.1	Стандартты жеткізу жинағы	21
3.2	Техникалық сипаттамалар	22
3.3	Аспапқа жалпы шолу - алдыңғы көрініс	25
3.4	Аспапқа жалпы шолу - артқы көрініс	26
3.5	Аспапқа жалпы шолу - ішкі көрініс	27
4.	Орнату және пайдалануға беру	28
4.1	Аспап орнатылатын орынға қойылатын талаптар	28
4.2	Шаятын суды қосатын жер	29
4.2.1	Барлық 6 шаятын су станцияларын бірлесіп қосу	30
4.2.2	Аралас қосылым 4+2 шаятын су станциялары	31
4.2.3	Ағынды суды қосу	32
4.3	Электр энергиясы көзіне жалғау	32
4.3.1	Сыртқы үздіксіз қуат беру көзін (ҮҚК) пайдалану	33
4.4	Желдетуге қосылу	34
4.5	Аспапты қосу және өшіру	35
5.	Жұмыс істеу	37
5.1	Пайдаланушы интерфейсі - шолу	37
5.2	Күй көрсету элементтері	38
5.3	Процесс күйін көрсету	39
5.4	Тиеу және түсіру тартпаларың көрсету	41
5.5	Басты мәзір - шолу	42
5.5.1	Пернетақта	43
5.6	Пайдаланушы параметрлер	45
5.7	Негізгі параметрлер	47
5.7.1	Тіл параметрлері	47
5.7.2	Аймақтық параметрлер	48
5.7.3	Күн және уақыт	49
5.7.4	Апattyқ дабыл мәзірі – Қателер мен дыбыстық белгілер	49
5.7.5	Пеш параметрлер	51
5.7.6	Қозғалыс жылдамдығы - жоғары және төмен қозғалыс (араластыру)	52
5.7.7	Деректерді басқару	53
5.7.8	Сервиске кіру	58
5.7.9	Оқиғаларды қарau функциясы	59

5.8 Реактивтер тізімі.....	61
5.8.1 Реактивті көшіру	64
5.8.2 Реактив үшін RMS (РБЖ) деректерін өзгерту	64
5.8.3 Процесс класстары	65
5.9 Бояу бағдарламалар	67
5.9.1 Бояу бағдарламасына штатив түтқасының түсін тағайындау.....	68
5.9.2 Leica бояу бағдарламалары (алдын ала орнатылған)	70
5.9.3 Leica H&E бояу бағдарламасын бейімдеу.....	72
5.9.4 Пайдаланушы жасаған бояу бағдарламалары.....	73
5.9.5 Жаңа бояу бағдарламасын жасаңыз немесе көшіріңіз	73
5.9.6 Жаңа бағдарлама қадамын кірістіру немесе көшіру	76
5.9.7 Бағдарлама қадамдарының сұрыптауы	78
5.9.8 Кювет жүйесін қалыптастыру үшін бағдарламаларға басымдық беру	79
5.9.9 Кювет жүйесін қалыптастыру.....	80
5.9.10 Кювет жүйесін қалыптастырғаннан кейін реактивтерді қыю	81
5.9.11 Кювет жүйесін бейімдеу	88
6. Аспапты құнделікті пайдалануға іске қосу	92
6.1 Аспапты құнделікті іске қосуға дайындау.....	92
6.2 Аспапты құнделікті пайдалануға іске қосу.....	93
6.2.1 Реактивтерге арналған ыдыстарды дайындау және олармен жұмыс істеу	93
6.2.2 Толтыру деңгейін автоматты түрде бақылау.....	95
6.3 Реактивтерді басқару жүйесі (РБЖ).....	96
6.4 Станцияның сипаттамалары	97
6.5 Штативті дайындау	105
6.6 Бояу процесі.....	109
6.6.1 Бояу процесін бастау	109
6.6.2 Бояу процесін бақылау	112
6.6.3 Бояу процесі аяқталды	112
6.6.4 Бояу бағдарламасының болдырма	114
6.6.5 Жұмыс станциясы режимінде жұмыс істеу	116
6.6.6 Құнделікті ауысымды аяқтау.....	118
7. Аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету	119
7.1 Аспапты тазалауға арналған маңызды нұсқаулар	119
7.2 Сыртқы беттері, боялған беттері, аспап қаптамасы	119
7.3 TFT матрицасы бар сенсорлық экран.....	119
7.4 Ішкі кеңістік және қабылдау түпкөйма	120
7.5 Тасымалдау консольдері	120
7.6 Төсөніш шындардың санау станциясы	120
7.7 Жүктеу және түсіру тартпалар.....	121
7.8 Кептіру өткізу станциясы	122
7.9 Өткізу станция (қосымша)	122
7.10 Реактивті ыдыстар және шаятын су ыдыстар	123
7.11 Штатив және түтқа.....	125
7.12 Су төгетін құбыр.....	126
7.13 Су ағызатын құбыршек.....	126
7.14 Сорғыш сұзгісінің сұзгілеу элементін ауыстыру	127
7.15 Белсендірілген көмір сұзгісін ауыстыру	128
7.16 Пештерді тазалау	129
7.17 Пештің ауа сұзгісі.....	131

Мазмұны

7.18 Техникалық қызмет көрсету және аспапты тазалау аралықтары.....	131
7.18.1 Күнделікті аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету	132
7.18.2 Аспапты қажетіне қарай тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	132
7.18.3 Аспапты апта сайын тазалау және техникалық қызмет көрсету	133
7.18.4 Ай сайынғы аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	133
7.18.5 Әр үш ай сайын аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету.....	133
7.18.6 Жыл сайынғы аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету	133
8. Ақаулар, оларды анықтау және жою	134
8.1 Аспап ақауларының ақауларын жою құралдары	134
8.2 Қуаттың өшіру сценарийі және аспаптың ақаулары.....	137
8.2.1 Қуат өшірілген кейін әрекеттер тәртібі.....	140
8.2.2 Қуат өшірілген кейін бояу процесін жалғастыру.....	143
8.2.3 Қуат өшірілген кейін барлық бояу процестерін болдырмау.....	144
8.2.4 Штативті қармағыш механизмінен бөлу.....	146
8.2.5 Өткізу станциясынан штативті алу	148
8.3 Негізгі сақтандырғыштарды ауыстыру.....	149
8.4 Су төгетін жүйесі бітелген	150
8.5 Штативтерді бекіту, бөлшектеу және тасымалдау кезіндегі қателер	156
9. Аспаптың компоненттері мен техникалық сипаттамалары	158
9.1 Аспаптың қосымша компоненттері	158
9.2 Қосымша керек-жарақтар	158
10. Кепілдік және сервистік қызмет	168
11. Пайдаланудан шығару және кәдеге жарату	169
12. Аспапты залалсыздандыру жөніндегі құжат	170
A1. 1-ші қосымша - үйлесімді реактивтер	171

1. Маңызды ақпарат

1.1 Таңбалар және олардың мағынасы



Ескерту

Leica Biosystems Nussloch GmbH компаниясы төменде көрсетілген нұсқауларды, әсіресе аспапты орау және тасымалдауға қатысты және аспапты ұқыпты пайдалануға қатысты нұсқауларды орындауда салдарынан туындаған жанама залалдар мен шығындар үшін жауапкершілік алмайды.

Таңба:



Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Қауіп-қатер жөніндегі ескерту

Ескертулер қызығылт сары тақырып жолағы бар ақ өрісте көрсетіледі. Сондай-ақ, ескертулер леп белгісі бар ескерту үшбұрышпен белгіленеді.

Таңба:



Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Нұсқау

Нұсқаулар, яғни пайдалануши үшін маңызды ақпарат, көк тақырып жолағы бар ақ өрісте көрсетіліп, хабарландыру таңбасымен белгіленеді. Сондай-ақ, нұсқаулар арнайы нұсқау белгісімен көрсетілген.

Таңба:

→ "сур. 7 - 1"

Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Позиция нөмірі

Суреттерді нөмірлеуге арналған позиция нөмірлері. Қызыл түсті сандар суреттегі позициялардың нөмірін білдіреді.

Таңба:

Әкімші

Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Функционалдық батырма

Бағдарламалық жасақтамадағы белгілер, енгізу терезесінде көрсетілген сұр түспен қалың қаріппен көрсетілген.

Таңба:

Save

Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Функционалдық батырма

Енгізу терезесінде басылған бағдарламалық таңбалар сұр түспен қалың қаріппен және астын сыйылған.

Таңба:

Құат қосқышы

Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Аспаптағы пернелер мен ажыратқыштар

Пайдалануши әртүрлі жағдайда басатын, аспаптағы пернелер мен ажыратқыштар сұр түсті қою қаріппен ерекшеленіп тұрады.

Таңба:



Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Назар аударыңыз

Пайдаланушиның осы нұсқаулықта берілген қауіпсіздік техникасына қатысты мәліметтерді, әсіресе қауіп-қатерге қатысты ескертулер мен нұсқауларды мұқият оқып шығуы керек екенін білдіреді, себебі, белгілі бір себептерге байланысты бұл таңбаларды медициналық аспаптың бетіне салуға болмайды.

Таңба:



Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Ескерту, қызған бет

Жұмыс барысында қызып кететін аспап беттері осы таңбамен белгіленеді. Күйік шалмас үшін, мұнданай беттерге тиіп кетуден сақтанаңыз.

Таңба:**Таңбаның атауы:**

Өндіруші

Сипаттама:

Медициналық өнімнің өндірушісін көрсетеді.

Таңба:**Таңбаның атауы:**

Өндірілген күні

Сипаттама:

Медициналық өнімнің өндірілген күнін көрсетеді.

Таңба:**Таңбаның атауы:**

CE заттаңбасы

Сипаттама:

CE таңбасын көрсету арқылы өндіруші берілген медициналық аспаптың ЕО директивалары мен ережелерінде қолданылатын талаптарға сәйкес еkenін күеландырады.

Таңба:**Таңбаның атауы:**

UKCA заттаңбасы

Сипаттама:

UKCA таңбалauы (стандартқа сәйкестігін бағалау) Ұлыбритания (Англия, Уэльс және Шотландия) нарығына шығарылатын тауарларға арналған жаңа өнім таңбалauы. Қазір ол бұрын CE таңбасын қажет еткен тауардың көп бөлігін қамтиды.

Таңба:**Таңбаның атауы:**

CSA күелігі (Канада/AҚШ)

Сипаттама:

CSA таңбасы Канада мен АҚШ үшін 'C' және 'US' белгілерімен (бұл өнімдер Канада мен АҚШ стандарттарында бір уақытта анықталған талаптарға сәйкес жасалғанын көрсетеді) немесе Канадаға ешқандай нұсқаусыз тек АҚШ үшін 'US' белгісімен бірге жүреді.

Таңба:**Таңбаның атауы:**

In vitro диагностикасына арналған медициналық аспап

Сипаттама:

In vitro диагностикасын жасауға арналған медициналық аспап еkenін білдіреді.

Таңба:**Таңбаның атауы:**

Қытай стандарты RoHS

Сипаттама:

ROHS Қытай стандарты бойынша экологиялық қауіпсіздік таңбасы. Таңба ішіндегі сан өнімнің жылмен көрсетілген "Экологиялық қауіпсіз пайдалану мерзімін" білдіреді. Қытайда рұқсат етілетін нормадан асатын зат қолданылғанда осы таңба қойылады.

Таңба:**Таңбаның атауы:**

WEEE таңбасы

Сипаттама:

WEEE таңбасы, қоқысқа тасталатын электрлік және электрондық жабдық қалдықтарының бөлек жиналатынын білдіреді, үсті сзызылған дөңгелекті қоқыс контейнерімен белгіленеді (Электрлік және электрондық жабдықтар туралы заңның § 7-ы).

Таңба:**Таңбаның атауы:**

Айнымалы ток

Таңба:**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Артикул нөмірі

Өндіруші медициналық аспапты сәйкестендіре алатын каталог нөмірін білдіреді.

Таңба:**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Сериялық нөмір

Өндіруші нақты бір медициналық аспапты сәйкестендіре алатын сериялық нөмірді білдіреді.

Таңба:**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Пайдалану нұсқаулығымен танысыңыз

Пайдалану нұсқаулығында қамтылған нұсқауларды сақтау керек екенін білдіреді.

Таңба:**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

UDI

Ақпаратты қамтитын брегей аспап идентификаторы тасымалдаушыға көрсетеді.

Бұл таңбаны пайдалану міндетті емес, бірақ заттаңбада бірнеше тасымалдаушылар деректері болған кезде қолдануға болады. Егер қолданылса, бұл таңба брегей аспап идентификаторының тасымалдауышының жаңында орналасуы керек. ЕСКЕРТУ: брегей аспап идентификаторымен байланысты ақпаратты анықтау үшін қолданылады.

Улыбританияның жауапты тұлғасы

Таңба:**Таңбаның атауы:**Leica Microsystems (UK) Limited
Larch House, Woodlands Business Park, Milton Keynes
England, United Kingdom, MK14 6FG**Сипаттама:**

Улыбританияның жауапты тұлғасы өндірушінің міндеттемелеріне қатысты көрсетілген тапсырмаларды орындау үшін Улыбританиядан емес өндірушінің атынан әрекет етеді.

ON (ҚОСУЛЫ) (Power (Қуат))**Қуат қосқышты** басқанда қуат көзі іске қосылады.**Таңба:****Таңбаның атауы:****Сипаттама:****OFF (ӨШІРУЛІ)** (Power (Қуат))**Қуат қосқышты** басқанда қуат көзі ажыратылады.**Таңба:****Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Қорғаныс бір үшін жерге түйікталған сым клеммасы

Таңба:**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

1 Маңызды ақпарат

Таңба:



Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Ескерту, электр тогының соғу қаупі

Аспатың беттері немесе жұмыс кезінде қуат алатын аймақтар осы таңбамен белгіленген. Сондықтан, тікелей байланыстан аулақ болу керек.

Таңба:



Таңбаның атауы:

Таңба:



Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Қол тигізбеніз

Бұл таңба қолданылатын аспаптың бөліктеріне қол тигізбеніз.

Таңба:



Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Тұтану қаупі

Оңай жанғыш реактивтер, еріткіштер мен тазартқыштар осы таңбамен белгіленеді.

Таңба:



Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Биологиялық қауіп жөніндегі ескерту

Аспаптың осы таңбаға жақын орналасқан бөліктері адам ағасына қауіп төндіретін заттармен ластанған болуы мүмкін. Мұндай бөліктерге тиіп кетпеуге тырысыңыз немесе арнайы қорғаныш киім киіңіз.

Таңба:



Таңбаның атауы:

Сипаттама:

Лазерлік сәулеленуді пайдалану кезінде

Пайдалану нұсқаулар мен ескертурлерді орындаңыз

Өнім 1 класты лазер көзін пайдаланады.

Лазерлермен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасына қатысты нұсқауларын және Пайдалану нұсқауларды қатаң сақтаңыз.

Тазалау үшін спиртті пайдаланбаңыз және

Пайдалану нұсқаулығын қатаң сақтаңыз

Осы таңба жазылған түйінді/бөлікті тазалау үшін спирт мен құрамында спиртті бар тазартқыштарды пайдалануға тыйым салынғанын көрсетеді. Спиртті немесе құрамында спирт бар тазартқыштарды тазалау үшін пайдалану түйінге/бөлікке елеулі зақым келтіруі мүмкін.

Таңба:



Таңбаның атауы:


Сипаттама:

Тазалау үшін спиртті пайдаланбаңыз және

Пайдалану нұсқаулығын қатаң сақтаңыз

Осы таңба жазылған түйінді/бөлікті тазалау үшін спирт мен құрамында спиртті бар тазартқыштарды пайдалануға тыйым салынғанын көрсетеді. Спиртті немесе құрамында спирт бар тазартқыштарды тазалау үшін пайдалану түйінге/бөлікке елеулі зақым келтіруі мүмкін.

Таңба:



Таңбаның атауы:

Сипаттама:

IPPC таңбасы

IPPC таңбасында:

IPPC таңбасы

- ISO 3166 бойынша ел коды, мәселен Германия үшін – DE
- Аймақтық идентификатор, мәселен Солтүстік Рейн-Вестфалия үшін NW
- тіркеу нөмірі, 49-дан басталатын бірегей сан;
- Θңдеу әдісі, мысалы, НТ (термиялық өндөу)

Таңба:

Country of Origin: Germany

Таңбаның атауы:**Сипаттама:**

Шығарушы ел

"Country of Origin" (Шығарушы ел) қоршауында өнімнің соңғы сипаты өзгертулген ел көрсетіледі.

Таңба:**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Сынғыш, абылап ұсташызы

Абылап ұстамаса, медициналық құрылғының сынып немесе зақымдалып қалуы мүмкін екенін білдіреді.

Таңба:**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Құрғақ сақташызы

Медициналық құрылғыны ылғалдан қорғап сақтау керек екенін білдіреді.

Таңба:**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Жинақтау шегі

Бір-бірінің үстіне жинақтауға болатын бірдей орамалардың максималды саны; "2" – рұқсат етілетін орамалар санын білдіреді.


Таңба:**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Осы жағымен жоғары қарай

Тасымалдау орамасының дұрыс тік күйін көрсетеді.

Таңба:

Transport temperature range:


**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Тасымалдау температурасының шегі

Медициналық аспап еш қауіпсіз көтере алатын тасымалдау температурасының шегін көрсетеді.

Таңба:

Storage temperature range:

**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Сақтау температурасының шегі

Медициналық аспап еш қауіпсіз көтере алатын сақтау температурасының шегін көрсетеді.

Таңба:**Таңбаның атауы:****Сипаттама:**

Аспапты тасымалдау және сақтаудағы ауа ылғалдығының шегі

Тасымалдау және сақтау барысында медициналық аспап еш қауіпсіз көтере алатын ауа ылғалдығының ауқымын көрсетеді.

Таңба:

1 Маңызды ақпарат

Сыртқы сипат:



Индикация:

Сипаттама:

Еңкейту индикаторы

Жүктің сіздің талаптарыңызға сәйкес тік күйде тасымалданып, сақталғанын бақылауға арналған индикатор. Егер жүк 60°-тан аса еңкейіп кетсе, көк түсті кварц құмы бағыттауыш тәріздес индикация терезесіне төгіліп, сол жерде қалып қояды. Жүктің дұрыс жеткізілмегені бірден анықталады әрі оны кесімді түрде дәлелдеуге болады.



Нұсқаулық

- Аспапты жеткізгеннен кейін алушы қаптамадан көлбейу индикаторының бүтіндігін тексеруі керек. Барлық индикаторлар іске қосылып кетсе, Leica компаниясының жауапты өкіліне хабарлау керек.
- Пайдалану нұсқаулыққа "Радиожиілікті сәйкестендіру әдісімен тіркеу" айқасқан брошюрасы қоса беріледі. Брошюрада RFID таңбаларының мәнін сипаттайтын пайдаланушыға арналған аймақтық ақпарат және қаптамада немесе HistoCore SPECTRA ST зауыттық маңдайшада көрсетілген тіркеу нөмірлері бар.

1.2 Аспап үлгісі

Осы Пайдалану нұсқаулығында берілген барлық ақпарат тек мұқабада көрсетілген аспап үлгісіне ғана қатысты екенін ескертеміз. Аспаптың сериялық нөмірі жазылған зауыттық маңдайша аспаптың артқы бөлігінде бескілігендегі Сонымен қатар, аспаптың артқы жағында Қытай және Жапон тілдеріндегі тіркеу ақпараты бар маңдайша бар.

1.3 Пайдалануши тобы

- HistoCore SPECTRA ST пайдалануға зертханалық реактивтермен жұмыс істеу және оларды гистологияда қолдану бойынша жеткілікті білімі бар, тек қана оқытылған мамандар пайдаланылуы тиіс.
- Leica аспабын басқаруға тағайындалған барлық зертханашылар осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығуы керек және оны пайдаланар алдында аспаптың барлық техникалық ерекшеліктерімен таныс болуы керек. Бұл аспап тек кәсіби пайдалануға арналған.

1.4 Жоспарлы пайдалану мақсаты

HistoCore SPECTRA ST бояу автоматы жасуша түзілімдері мен олардың құрамдас бөліктерін контраст жасау үшін адам ұлпаларының үлгілерін бояу үшін арнайы әзірленген, патолог гистологиялық медициналық диагноз қою үшін қолданады, мысалы ісік диагностикасы үшін.

HistoCore SPECTRA ST аспабы *in vitro* диагностикасына арнал жасалған.



Ескерту

Аспапты жоспарлы пайдалану мақсатынан бөлек кез келген өзге мақсатта пайдалану орынсыз болып саналады. Берілген нұсқауды орындау салдарынан жазатайым жағдайлар, жарақаттар орын алғып, аспапқа немесе оның жабдықтарына зақым тиюі мүмкін. Аспапты дұрыс әрі жоспарлы мақсатына сай пайдалану үғымы осы Пайдаланушы нұсқаулығында жазылған барлық нұсқаулар мен аспапты тексеру және техникалық қызмет көрсетуге қатысты барлық нұсқауларды сақтауды қамтиды, сондай-ақ сақтау мерзімі мен сапасына реагенттерді тұрақты бақылауды қамтиды. HistoCore SPECTRA ST көрсетілген бояу қадамдары автоматты түрде орындалады. Бояу қадамдары мен бағдарламалары қате енгізілген жағдайда өндіруші бояу нәтижелеріне жауапты емес. Осылайша, соңғы пайдаланушы дербес жасалған реактивтер немесе бағдарлама жазбалары үшін тәуелсіз жауапты болады.

1.5 Аспаптың бағдарламалық жасақтамасына авторлық құқық

HistoCore SPECTRA ST -дағы орнатылған және пайдаланылатын бағдарламалық жасақтама келесі лицензияларға жатады:

1. GNU General Public License Version 2.0, 3.0
2. GNU Lesser General Public License 2.1
3. GPL/LGPL лицензияланбаған басқа бағдарламалық жасақтама

Жеткізу жинағына ([→ 6. 21 – 3.1 Стандартты жеткізу жинағы](#)) енгізілген басқа тілдердегі нұсқалары компакт-дискіде **Бағдарламалық жасақтама лицензиялары** каталогында тізімдегі бірінші және екінші орындарға арналған лицензиялық келісімдердің толық жинағы кіргізілген.

Бастапқы кодқа немесе басқа қолданыстағы лицензияларға қатысты GPL/LGPL лицензияларының ережелері сақталған жағдайда, Leica Biosystems кез келген үшінші тарапқа бастапқы кодтың машинада оқылатын толық көшірмесін ұсынады. Кері байланыс үшін www.leicabiosystems.com тиісті нысаны пайдаланыңыз.

2 Қауіпсіздік техникасы

2. Қауіпсіздік техникасы

2.1 Қауіпсіздік техникасына қатысты нұсқаулар



Ескерту

- Осы тарауда берілген қауіпсіздік техникасы ережелері мен қауіп-қатерге қатысты ескертулердің барлығын міндettі түрде сақтаңыз. Leica компаниясының өзге аспаптарың пайдалануды және олармен қалай жұмыс істеу керегін білсеңіз де, нұсқауларды міндettі түрде оқып шығыңыз.
- Аспапқа қондырылған қорғаныш құрылғылары мен қосымша жабдықтарды алып тастауға немесе өзгертуге болмайды.
- Аспапты ашып, ішкі құрамдас бөліктерін жөндеуге тек Leica компаниясының уәкілетті мамандарына ғана рұқсат етіледі.

Қалған қауіп-қатерлер:

- Бұл аспап ең жаңа заманауи технологиялардың негізінде және қауіпсіздік техникасына қатысты қабылданған стандарттар мен ережелерге сәйкес әзірленіп, жасалған. Аспапты дұрыс ұстап, пайдаланбайтын болса, пайдаланушының немесе өзге де маманның жарақаттану қаупі немесе өлімді туады әрі құралға немесе басқа да мүлікке зақым тиуі мүмкін.
- Аспапты тек жоспарлы мақсатына сай және барлық қауіпсіздік қызметтері мінсіз жұмыс істеп түрғанда ғана пайдалануға болады.
- Қауіпсіздікке нұқсан келтіруі мүмкін ақаулар болған жағдайда, аспапты деруе жұмыстан шығарып, жауапты Leica сервистік техникіне хабарлау керек.
- Тек қана Leica түпнұсқа қосалқы бөліктер мен рұқсат етілген қосымша жабдықтарды пайдалануға болады.
- Электромагниттік үйлесімділік және зиянды сәулелер мен бөгөуілдерге орнықтылыққа қатысты талаптар, сонымен бірге IEC 61326-2-6 стандартына сәйкес талаптар сақталуы тиіс. Қауіпсіздік ақпаратына қатысты IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IEC 62366 және ISO 14971 стандарттарына сәйкес талаптар сақталуы тиіс.

Осы Пайдаланушы нұсқаулығында аспапты қауіпсіз пайдалану және жөндеуге қатысты маңызды ақпараттар мен нұсқаулар қамтылған.

Бұл нұсқаулық аспаптың маңызды құрамдас бөлшегі болып саналады, аспапты іске қосып, пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқу керек әрі оны әрдайым аспаптың жаңында сақтау керек.



Нұсқаулық

Осы Пайдаланушы нұсқаулығы, аспап пайдаланылатын елдегі қоршаған ортаны қорғау және жазатайым оқиғаларды болдырмауға қатысты қолданыстағы өнірлік нұсқамаларға сәйкес қажеттілік туындаса, тиісті нұсқаулармен толықтырылуы тиіс.

Аспаптың ЕО және UKCA талаптарына сәйкес екенін растьтайтын декларацияларды төмендегі сайттан табуға болады:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

Бұл аспап әлектрлік өлшеуіш, реттегіш және зертханалық аспаптарға арналған қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жасалып, тексерілген. Аспапты осы күйінде сақтап, қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін, пайдаланушы осы нұсқаулықта қамтылған нұсқаулар мен ережелерді ескеруі тиіс.



Ескерту

- Жүйеде заарлы бағдарламалардың болуы жүйенің бақыланбайтын әрекетіне әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда техникалық талаптарға сәйкес аспаптың жұмысына кепілдік беру мүмкін емес! Егер пайдаланушы жүйеде заарлы бағдарламалардың болуын болжаса, сіз дереу АТ-бөліміне хабарласуыңыз керек.
- Аспапқа жүктелген кез-келген деректерде вирустардың жоқтығын бақылау қажет. Вирусқа қарсы бағдарламалық жасақтама жеткізілім жынтығына кірмейді.
- Аспап тек желілік брандмауэрмен қорғалған желіде пайдалануға арналған. Leica компаниясы қорғалмаған желіні пайдаланудан туындаған ақаулар үшін жауп бермейді.
- USB енгізу құрылғыларын (тінтуір/пернетақта және т.б.) қосуға тек оқытудан өткен және Leica компаниясының рұқсаты бар техникалық мамандар ғана жіберіледі.

Улгілерді қорғау мақсатында HistoCore SPECTRA ST құралы мәтіндік хабарламалар мен дыбыстық сигналдарды қолдана отырып пайдаланушыға араласу қажеттілігін көрсетеді. Сондықтан HistoCore SPECTRA ST бояу автоматы пайдаланушы аспап жұмыс істеп тұрған кезде есту шегінде болады деп болжайды.



Ескерту

Өнім 1 класты лазер көзін пайдаланады.

Назар аударыңыз, лазерлік сәулелену! Тікелей сәулеге қарауға тыйым салынады! Бұл көздің ішкі тор қабығына зақым келтіруі мүмкін.



Ескерту

ЛАЗЕРЛІК СӘУЛЕЛЕНУ –

СӘУЛЕГЕ ҚАРАМАҢЫЗ

IEC 60825-1: 2014

P<390 мкВт, λ = 630 - 670 нм

ЕИМ жиілігі: 1 кГц

Толтыру коэффициенті: 16,4 %

1 класты лазерлік өнім

2.2 Ескертулер

Өндірушінің осы аспапқа орнатқан қорғаныш құрылғылары жазатайым жағдайлардан сақтайтын құралдардың негізі ретінде ғана қызмет атқарады. Жұмыс барысы апартыз өту үшін жаупты басты тұлға – аспап пайдаланылатын мекеменің иесі және аспапты пайдалануға, қызмет көрсетуге және жөндеуге тағайындалған тұлғалар.

Аспаптың мінсіз жұмыс істейін қамтамасыз ету үшін, төмендегі нұсқаулар мен ескертулерді орындау қажет.

Есіңізде болсын, HistoCore SPECTRA ST аспабымен тікелей немесе жанама байланыс кезінде электростатикалық қуатсыздану мүмкін.



Ескерту

Леп белгісі бар ұшбұрышпен белгіленген аспаптың өзінде қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар аспаптың тиісті бөлігін пайдалану немесе ауыстыру кезінде қажетті операцияларды орындау қажет екенін білдіреді (Пайдалану нұсқаулықтағы сипаттамаға сәйкес). Бұл талапты орындауда жазатайым оқиғаға, жарақат алуға және/немесе аспапқа/жабдыққа зақым келтіруге немесе ұлгілерді бұзуға және жарамсыз етуге әкелуі мүмкін.



Ескерту

Қалыпты жағдайда жұмыс кезінде аспаптың кейбір беттері қызады. Ондай беттер осындағы ескерту белгілерімен белгіленген. Мұндай беттермен тиісті сақтық шараларының жанасу күйік тудыруы мүмкін.

Ескертулер - Аспапты тасымалдау және орнату



Ескерту

- Аспапты тек тік күйінде тасымалдау керек.
- Аспаптың өз салмағы 165 кг; сондықтан аспапты көтеру және тасымалдау үшін 4 білікті маман қажет.
- Аспапты көтерген кезде беті жарғақ қолғап киіңіз.
- Leica арнайы көлік компаниясына аспапты тасымалдауды, орнатуды немесе ықтимал жылжытууды тапсыруды ұсынады.
- Аспаптың орамасын сақтаңыз.
- Аспапты жеткілікті рұқсат етілген жүктемесі бар тұрақты зертханалық үстелге орнатыңыз және оны көлденеңін туралаңыз.
- Аспапқа күн сәулесінің тікелей түсініне жол бермеңіз.
- Аспапты тек жерге түйікталған розеткаға қосыңыз. Жерге түйіктайтын сымы жоқ, ұзартқышты қолданып, жерге түйіқтау функциясын бұзбаңыз.
- Сақтау орны мен орнату орны арасындағы температуралық айтарлықтай өзгеруімен, сондай-ақ жоғары ылғалдылықта конденсация пайда болуы мүмкін. Мұндай жағдайда, аспапты қоспас бұрын екі сағаттай күтіңіз.
- Аспапты қолдану орнына орнату тек Leica компаниясында оқытудан өткен қызметкердің қатысуымен және қадағалауымен жүзеге асырылуы керек. Бұл, соның ішінде жаңа орнату орнына ықтимал тасымалдауға қатысты. Аспапты Leica-да оқытудан өткен қызметкерге қайта пайдалануға беру ұсынылады.
- Аспаптың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оны қабырғалар мен жиһаздан барлық жағынан кемінде 100 мм ең аз қашықтықта орнату керек.
- Үлттық ережелер мен ережелерге сәйкес оператордан құрылыш қондырғысынан судың кері ағуы салдарынан жалпы пайдаланудағы сүмен жабдықтауды ластанудан ұзақ мерзімді қорғауды қамтамасыз ету талап етілуі мүмкін. Еуропада қосылған ауыз су жүйесіне арналған қауіпсіздік құрылғысы DIN EN 1717: 2011-08 (2013 жылғы тамыздағы ақпарат) техникалық сипаттамаларына сәйкес таңдалады.

Қауіп-қатысты ескерту – реактивтермен жұмыс істеу**Ескерту**

- Ерткіштермен жұмыс істегендеге сақ болыңыз.
- Берілген аспапта қолданылатын химиялық заттармен жұмыс істегендеге әрқашан зертханалық пайдалануға жарамды қорғаныс киімін киіңіз, әрдайым корғаныш көзілдірігін тағып, қолғап киіңіз.
- Аспапты орнататын орын жақсы желдетілетін жерде болуы керек. Бұған қоса, аспапты сыртқы ауа шығару жүйесіне қосуды ұсынамыз. HistoCore SPECTRA ST қолданылатын химиялық заттар оңай тұтанғыш және денсаулыққа қауіпті.
- Аспапты жарылу қаупі бар бөлмелерде қолданбаңыз.
- Пайдаланушы HistoCore SPECTRA ST -мен бірге қолданылатын басқа Реактивтердің жарамдылық мерзімін бақылауға жарапты (мысалы, реактивті кюветтердегі ксиол). Жарамдылық мерзімі өткен реактивтер дереу ауыстырылуға және кәдеге жаратуға жатады. Пайдаланылған реактивтерді немесе жарамдылық мерзімі өткен реактивтерді қоқысқа тастағанда, қолданыстағы ресми нұсқамаларды, сонымен бірге аспап қолданылатын компаниядағы/мекемедегі қалдықтарды қоқысқа тастау жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.
- Пайдаланылған реактивтерді қоқысқа тастағанда, қолданыстағы ресми нұсқамаларды, сонымен бірге аспап қолданылатын компаниядағы/мекемедегі қалдықтарды қоқысқа тастау жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.
- Реагент ыдыстары әрқашан қауіпсіздік нұсқауларына сәйкес аспаптың сыртында толтырылуы керек.

Қауіп-қатерге қатысты ескерту – аспаппен жұмыс істеу



Ескерту

- Аспапты тек білікті зертхана қызметкерлері ғана пайдалана алады. Аспап тек тікелей мақсаты бойынша және осы пайдаланушы нұсқаулығында қамтылған нұсқауларға сәйкес пайдаланылуы тиіс. Аспаппен жұмыс істегендеге антистатикалық қорғаныс киімін киіңіз (мысалы, табиги маталардан).
- Аспаппен жұмыс істегендеге реактивтер мен потенциалды микробиологиялық инфекциялық ластанулардың әсерінен қорғану үшін, тиісті қорғаныш киімдерін (зертхана халаты, қорғаныш көзілдірігі және қолғап) киіңіз.
- Төтенше жағдай туындаған жағдайда, **қуат қосқышты** өшіріп, аспапты қуат көзінен ажыратыңыз (EN ISO 61010-1 стандартына сәйкес қоректендіру тізбегінің ажыратқышы).
- Аспаптың жұмысында елеулі бұзушылықтар болған жағдайда, дисплейде көрсетілген ақаулар туралы ескертулер мен хабарламаларды орындау қажет. Өндөлеттін үлгілер дереке аспаптан алынуы керек. Үлгілердің әрі қарай қауіпсіз өндөлеудің пайдаланушы жаупты.
- Аспапқа (еріткіш булары) жақын жерде ашық жалынмен жұмыс істегендеге (мәселен, Бунзен оттығымен), өрт туу қаупі төнеді. Сондықтан барлық жанғыш көздерді аспаптаң кем дегендеге 2 метр алшақ ұстаңыз.
- Аспап көмір сұзгісімен жабдықталғанына көз жеткізіңіз. Сонымен қатар, біз аспапты сыртқы сору жүйесіне қосуды ұсынамыз, өйткені құрылғыны пайдалану кезінде тез тұтанатын және зиянды еріткіш булар пайда болуы мүмкін, тіпті егер аспапты мақсатына сай қолданылса да.
- Аспаптың артқы жағында орналасқан RJ45 ұяшығын ([—> "сур. 2-1"](#)) пайдаланған кезде Ethernet (Power over Ethernet (PoE)) арқылы электр қуат беру функциясына рұқсат етілмейді.
- USB 2.0 ұялары ([—> "сур. 1-7"](#)) аспаптың алдыңғы жағында тек пассив аспаптарды қосуға арналған (қуат көзіне қосылмай, мысалы, USB жинақтағыштар).



Нұсқау

Аспаптардың тұтінін бақылау үшін Leica зертханада 50 м³/сағ жеткізу көлемін және 8 есе аяа алмасу жылдамдығын (25 м³/м²/сағ) ұсынады.

**Ескерту**

- Тасымалдау консоль (-дарын) көтеру және жылжыту қажет болған жағдайда, сенсор/антенна аймағындағы тасымалдау консоль (-дарын) ұстамаңыз немесе жылжытпаңыз (→ "сур. 115-6"). Мұны істеу үшін қармағыштың металл бөлігін қолмен көтеріп (→ "сур. 115-1") тасымалдау консоль (-дарын) қажетті күйге ақырын жылжытыңыз.
- Құрамында еріткіштері бар реактивтері бар ыдыстар тікелей жұмыс істеу кезінде респиратор түрінде жеке қорғаныс киімін кио қажет.
- Бір немесе бірнеше бояу бағдарламалары белсенді болған кезде қаптаманы ашу өндедің тиісті кезеңдерінде кідірістерге әкеледі, өйткені осы уақыт аралығында қозғалысы болмайды. Бұл бояу сапасының өзгеруіне әкелуі мүмкін.
- Бояу бағдарламалары белсенді болса, қаптаманың жабық екеніне көз жеткізіліз. Leica бояу процесінде қаптаманың ашылуынан туындаған бояу бағдарламаларының сапасының жоғалуына жауап бермейді.
- қаптаманы жабу кезінде **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ**: Ұсақтау қаупі! Қаптаманың айналу аймағына қол тигізбеніз.
- Аспапты жұмыс кезінде немесе тазалау кезінде сұйықтық қақпақтардың немесе жарықтардың артына түспеуі керек. Бұл тасымалдау консоліне да байланысты.
- Пеште пісіру кезеңінен басталатын бағдарламалар үшін **ЕСКЕРТУ!** Бұл жағдайда слайдтар тасымалдау консолі арқылы алынатын тиеу станциясы жанғыш реагентпен (мысалы, ксиол, ксиол алмастырғыш немесе спирттермен) **ТОЛТЫРЫЛМАУЫ** керек. Пештің температурасы 70 °C дейін жетуі мүмкін. Бұл реагенттің тұтануына және аспап мен үлгілердің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Аспапты пайдалану кезінде және оны өшіру кезінде үзілістер кезінде сумен жабдықтауды тоқтату керек.

Қауіп-қатысты ескерту – аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету**Ескерту**

- Кез келген техникалық қызметтің алдында аспапты өшіріп, ашаны розеткадан ажыратыңыз.
- Аспапты тазалаған кезде реагенттерден және инфекциялық микробиологиялық ластанудан қорғау үшін тиісті қорғаныс киімін (зертханалық халат пен қолғап) киіңіз.
- Тазартқыш құралдар қолданғанда, өндірушінің қауіпсіздік техникасына қатысты нұсқауларын және зертхана нұсқамаларын сақтаңыз.
- Аспаптың сыртқы беттерін тазалау үшін төменде көрсетілген құралдардың ешқайсысын қолданбаңыз: спирт, спирт қосылған тазартқыш құралдар (әйнек тазалауға арналған құралдар), абразивті тазартқыш ұнтақтар, құрамында ацетон, хлор немесе ксиол бар еріткіштер.
- Су сүзгісінің корпусын тазарту үшін алкоголь немесе құрамында алкоголь бар жуғыш заттарды қолданбаңыз (→ "сур. 5-5"). Мұның салдары бақыланбайтын судың ағуы және зертхана мен зертханалық ортаға зиян келтіруі мүмкін.
- Аспаптың қақпақтары мен корпусын жұмсақ әрі pH-бейтарап тұрмыстық тазартқыш құралдармен тазалаңыз. Тазартылған беттер еріткіштерге және ксиол алмастырғыштарына төзімсіз болады!
- Шаю суы мен реагенттерге арналған реактив станцияларына арналған пластик сауыттар ыдыс жуғышта максималды +65 °C температурада жууға болады. Зертханалық жуғыш машиналарға арналған кез келген тазартқыш құралды қосуға болады. Пластикалық реактив сауыттарды ешқашан жоғары температурада тазаламаңыз, өйткені жоғары температура реактив бөтөлкелерін деформациялауы мүмкін.

2.3 Аспаптағы сақтандырғыш құрылғылар

Аспаптың қақпағы ашылғаннан кейін, тасымалдау консольдерінің қозғалысы көлденең жазықтықта (Х және Y осьтері) қауіпсіздік мақсатында тоқтайды, бұл пайдаланушыға қауіп төндірмейді және қозғалатын бөліктермен соқтығысу салдарынан үлгінің зақымдалуын болдырмайды.



Ескерту

- Бояу бағдарламалары белсенді болса, қаптаманың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Leica бояу процесінде қаптаманың ашылуынан туындаған бояу бағдарламаларының сапасының жоғалуына жауап бермейді.
- Бір немесе бірнеше бояу бағдарламалары белсенді болған кезде қаптаманы ашу өндөудің тиісті кезеңдерінде кідірістерге әкеледі, өйткені осы уақыт аралығында көлік қозғалысы болмайды. Бұл бояу сапасының өзгеруіне әкелуі мүмкін.
- Аспаптың бағдарламалық жасақтамасының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін пайдаланушы аспапты кем дегенде 3 күнде бір рет қайта іске қосуы керек.

3. Аспаптың компоненттері мен техникалық сипаттамалары

3.1 Стандартты жеткізу жинағы

Саны	Атауы	Тапсырыс беру нөмірі
1	HistoCore SPECTRA ST Негізгі аспап (жергілікті электр желісі стандартына сәйкес келетін қуат кабелімен бірге)	14 0512 54354
1	Реагенттерге арналған ыдыстар жиынтығы: қақпағы бар реагенттерге арналған 46 ыдыс шаюға арналған 6 көк ыдыс 6 7x2 тығыздағыш сақиналар	14 0512 47507
1	Құрамында жүктеу және түсіру тартпаларына арналған жазулары бар қақпақтар жиынтығы: • жазусыз 10 дана • "H ₂ O"-су жазумен 5 дана • "A"-спирт жазумен 5 дана • "S"-еріткіш, мысалы, ксиолол) жазумен 5 дана	14 0512 55161
1	Белсендірілген көмір сүзгілерінің жиынтығы (2 дана)	14 0512 53772
1	Су шығатын құбыршек, 2 м	14 0512 55279
1	Таспалы қамыт 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	Келесі құрамдастарды қамтитын суды қосуға арналған жинағы:	14 0512 49324
2	Су енгізу құбыршегі, 10 мм, 2,5 м	14 0474 32325
1	Құбыршек ұзартқышы, 1,5 м	14 0512 49334
2	"Жабысқақ таспадан" тұтастырғышы 200x12.5 қара	14 0512 59906
1	Ү-тәрізді қосқыш элемент G3/4	14 3000 00351
2	Қос емік G3/4 G1/2	14 3000 00359
1	Сүзгі корпусы	14 0512 49331
1	Сүзгіш элементі	14 0512 49332
1	Құбыр жалғастырғыш G3/4	14 3000 00360
1	Қақпақ G3/4	14 3000 00434
1	Тығыздағыш тығырық	14 0512 54772
1	Біржақты кілт SW30 DIN894	14 0330 54755
1	Сорғыш құбыршек, 2 м	14 0512 54365
2	Таспалы қамыт 50 70/12 DIN 3017 RF	14 0422 31973
1	5,5 x 150 өлшемді бұрауыш	14 0170 10702
2	T16 A сақтандырғышы	14 6000 04696
1	Molykote 111 майлағышы, 100 г	14 0336 35460
3	30 төсөніш шыныға арналған сөре; орамада 3 данадан	14 0512 52473
1	30 төсөніш шыныға арналған сөре тұтқасы; сары, орамада 3 данадан	14 0512 52476
1	30 төсөніш шыныға арналған сөре тұтқасы; қою көк, орамада 3 данадан	14 0512 52478

3

Аспаптың компоненттері мен техникалық сипаттамалары

Саны	Атауы	Тапсырыс беру нөмірі
1	30 төсөніш шыныға арналған сөре тұтқасы; қызыл, орамада 3 данадан	14 0512 52480
1	30 төсөніш шыныға арналған сөре тұтқасы; ақ, орамада 3 данадан	14 0512 52484
1	Халықаралық топтаманы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (14 0512 80200 деректерді сақтау құрылғысында ағылшын тілінде басып шығаруды және қосымша тілдерді қоса алғанда)	14 0512 80001

Жеткізу жинағында берілетін жергілікті әлектр желісіне арналған қуат кабелі зақымдалған немесе жинаққа мүлдем салынбаған болса, жергілікті Leica өкілдігіне хабарласыңыз.



Нұсқау

Жеткізілген өнімді орамадағы заттаңбамен, жүккүжатпен және өз тапсырыс берген тізіміңізben мүқият салыстырыңыз. Қандай да бір сәйкессіздік табылса, дереу Leica компаниясының сатылым кеңесіне хабарласыңыз.

3.2 Техникалық сипаттамалар

Қуат көзінің номинал кернеулері:	100-240 В~ ±10 %
Номинал жиілік:	50/60 Гц
Тұтыну қуаты:	1580 ВА
Сақтандырғыш:	2 x T16 A H 250 В~
ХЭК 61010-1 стандартына сәйкес қорғаныш құралдары	I класс (РЕ қосылған)
ХЭК 61010-1 стандартына сәйкес ластау деңгейі	2
ХЭК 61010-1 стандартына сәйкес асқын кернеу категориясы	II
ХЭК 60529 стандартына сәйкес қорғаныш дәрежесі	IP20
1 м қашықтықта өлшенген, А шкаласы бойынша шу деңгейі	≤ 70 дБ (A)
Жылу бөліну	1580 Дж/с
ХЭК 60825-1 стандартына сәйкес лазер классы	1
Қабырғаға мен жиһаздарға дейінгі минималды қашықтық:	Барлық жағынан 100 мм
Таза суға қосылу:	
Құбыршек материалы:	ПВХ
Құбыршек ұзындығы:	2500 мм, 1500 мм (құбыршек ұзартқышы)
Қосылатын элемент:	G3/4
Ішкі диаметр:	10 мм
Сыртқы диаметрі:	16 мм
Ішкі Қысым:	минимум/максимум: 2 бар/6 бар

Қажетті су ағыны:	Мин. 1,7 л/мин
Құбыр судың қажетті сапасы:	Қолданыстағы ресми нормаларға сәйкес ауыз су
Тазартылған судың қажетті сапасы (қосымша қосылым):	ISO 3696: 1995 3/ASTM үлгісі D1193-91 IV үлгісі
Канализацияға қосылу:	
Құбыршек материалы:	ПВХ
Құбыршек ұзындығы:	2000 мм/4000 мм
Ішкі диаметр:	32 мм
Сыртқы диаметрі:	37 мм
Шығарылатын аяу:	
Құбыршек материалы:	ПВХ
Құбыршек ұзындығы:	2000 мм
Ішкі диаметр:	50 мм
Сыртқы диаметрі:	60 мм
Шығару өнімділігі:	27,3 м ³ /сағ
Пайдаланылған газдарды шығару:	Сыртқы сору жүйесіне қосу үшін белсендірілген көмір сүзгісі және шығару құбыршегі
Ағытпалар:	1 x RJ45 Ethernet (артқы жағында): RJ45 - LAN (сыртқы деректерді басқару)
	1 x RJ45 Ethernet (алдыңғы жағында): Тек қызмет көрсету мақсаттары үшін
	2 x USB 2.0: 5 В/500 мА (сервис және деректерді сақтау)
Басқа құрылғылармен байланыс интерфейстері:	HistoCore SPECTRA CV жабын әйнектін астында кесінділер жасауға арналған аспаппен байланыс интерфейсі
Станциялардың жалпы саны:	42
Реактив станцияларының жалпы саны:	36
Жуып-шаю станциялары:	6
Реактивтерге арналған ыдыс көлемі:	400 мл
Жүктеу станциялары:	5
Түсіру станциялары:	5
Пеш станцияларының саны:	6
Пеш камераның температурасы:	40 °C және 70 °C арасында
Тұрақты жад көлемі:	50 бағдарламалар
Қадамдардың бағдарламалардың макс. саны:	50 қадамдар
Қадамдардың ұзақтығы:	1 секундтан 23:59:59-ға дейін (сағ:мм:сс)

**Нұсқау**

Сыртқы үздіксіз қуат көзін (UPS) пайдаланған кезде, ол кем дегенде 10 минут ішінде кемінде 1580 ВА қуаттылыққа есептелуі керек.

Коршаған орта параметрлері:

Коршаған орта жағдайлары

Тек бөлме ішінде пайдалануға үшін

Жұмыс істеу:

Температура:

+18 °C және +30 °C арасында

Салыстырмалы ауа ылғалдығы:

20-80 %, конденсат түзілмегенде

Жұмыс істеу биіктігі:

төніз дейігеінен 2000 м биіктікten аспауы керек

Деректерді сақтау:

Температура:

+5 °C және +50 °C арасында

Салыстырмалы ауа ылғалдығы:

10 %-дан 85 %-ға, дейін конденсат түзілмегенде

Сақтау:

Температура:

-29 °C және +50 °C арасында

Салыстырмалы ауа ылғалдығы:

10 %-дан 85 %-ға, дейін конденсат түзілмегенде

Өлшемдері мен салмақтары:

Өлшемдері, (ені х терендік х биіктігі):

Қақпағы жабық күйде: 1354 x 785,5 x 615 мм

Қақпағы ашық күйде: 1354 x 785,5 x 1060 мм


Өз салмағы (өткізу станциясыз, реактивтерсіз және керек-жарақтарсыз)

165 кг

Толтырылған салмағы (өткізу станциямен, реактивтермен және керек-жарақтармен)

215 кг

3.3 Аспапқа жалпы шолу - алдыңғы көрініс



сур. 1


1	Белсендірілген көмір сүзгі үшін кірістіру	7	USB порттары (2 дана)
2	Leica реактивтерін оқу аймағы	8	Сервиске кіру
3	Жұктеу тартпасы (жұктеуіш)	9	<u>ON/OFF (ҚОСУ/ӨШІРУ) қосқышы (құат қосқыш)</u>
4	Түсіру тартпасы (жұк түсіргіш)	10	Қақпақ
5	Ішкі жарықтандырылған дисплей ұстағышы	11	<u>Жұмыс қосқышы</u>
6	Пайдалануышы интерфейсі бар дисплей	12	Өткізу станция (қосымша)



Ескерту

- Сервиске кіру ([→ "сур. 1-8"](#)) тек Leica сертификатталған сервистік қызмет мамандарына рұқсат етіледі!
- Оқу аймағының қақпағы ([→ "сур. 1-2"](#)) тек Leica сертификатталған сервистік қызмет мамандарына түсіруге рұқсат етіледі.


3.4 Аспапқа жалпы шолу - артқы көрініс



сур. 2

- 1 Желілік қосылым (Ажыратылған)
- 2 Қуат көзі
- 3 Зауыттық маңдайша
- 4 Ағынды суды қосу
- 5 Шаятын суын қосу (төрт станция тобы)
- 6 Тазартылған су немесе шаятын суды қосу (екі станция тобы)
- 7 Желдетуге қосылу
- 8 Су қосылу сұлбасы

3.5 Аспапқа жалпы шолу - ішкі көрініс



сур. 3

- 1 Сол жақ тасымалдау консолі
- 2 Төсөніш шындардың санау станциясы
- 3 Жүктеу станциялары, 5 дана
- 4 Кептіруге өткізу станциясы, 2 дана
- 5 Тұсіру станциялары, 5 дана
- 6 Сақтандырыш ұстағышы, 2 дана
- 7 Оң жақ тасымалдау консолі
- 8 Шаятын су станциялары, 6 дана
- 10 Пеште кептіру станциялары, 6 дана
- 11 HistoCore SPECTRA CV -ге өткізу станциясы (қосымша)

**Нұсқау**

Бұл қосымша жабдық барлық аймақтарда/елдерде қолжетімді емес. Сіздің Leica дилеріне хабарласыңыз.

4 Орнату және пайдалануға беру

4. Орнату және пайдалануға беру

4.1 Аспап орнатылатын орынға қойылатын талаптар



Нұсқау

- Аспапты орнату және туралау тек Leica рүқсаты бар уәкілдегі мамандарымен жүзеге асырылуы керек!
- Аспапты көтеру үшін 4 білікті маман қажет; жақтаудың барлық бұрыштарынан ұстап, біркелкі көтеріңіз.

- Дірілорнықтылық еден арқылы және қақпақты еркін ашу үшін зертханалық үстелдің үстінде жеткілікті бос орын (шамамен 1,10 м) болуы шарт.
- Пайдалануыш аспаптың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оның үйлесімді электромагниттік ортасын ұстауға жауапты.
- Аспап сақталатын орын мен орнатылатын орындағы температура айырмасы едәуір болып, аяғы ылғалдығы жоғары болса, аспап ішінде конденсат түзілуі мүмкін. Кез келген жағдайда қосу алдында кем дегенде екі сағат күтіңіз. Бұл талапты орында масаңыз, аспаптың бұзылуына әкеп соғуы мүмкін.
- Көлденең, тегіс тұрақты зертханалық үстел, ені кемінде 1,40 м және 0,80 м тереңдігі.
- Үстел дірілорнықтылық және тегіс болуы керек.
- Сорғыш аспаптан 2,0 м-ден аспайтын қашықтықта орналасуы керек.
- Аспапты тек жабық бөлмелерде пайдалануға арналған.
- Пайдалану орны жақсы желдетілетін жерде болуы керек. Сонымен қатар, біз сыртқы сорғы жүйесін пайдалануды ұсынамыз.
- Шаятын суды қосуға арналған жабдығы орнату орнынан 2,5 м-ден алыс емес жерде орналасуы керек. Бұл жабдық аспапты орнатқаннан кейін де оңай қол жетімді болуы керек.
- Канализацияға қосуға арналған жабдығы орнату орнынан 2 м-ден алыс емес жерде орналасуы керек. Бұл жабдық аспапқа тұрақты енісімен құбыршакпен қосылуы керек.
- Желі ашасы ажыратқышқа оңай әрі еркін қол жету керек.



Ескерту

- Сыртқы сорғыш жүйесіне қосылу (міндегі түрде ұсынылады), техникалық бөлмені желдету жүйесіне және белсендірілген көмір сүзгісімен біріккен аяға сору жүйесіне жалғайтын болса, бөлме ішіндеңі аудадағы еріткіш буларының концентрациясы төмендейді. Белсендірілген көмір сүзгілерді сыртқы сорғыш жүйесіне қосылған кезде де пайдалану керек. Бұл міндегі шарт болып табылады.
 - Аспапты пайдалануыш тарапқа жұмыс орнындағы шекті мәндерді сақтау және оларды бақылап, жазып отыру секілді тиісті шараларды орындау жауапкершілігі жүктеледі.
-
- **ЖЕРГЕ ҚОСЫЛҒАН РОЗЕТКА** 3 м-ден аспайтын қашықтықта орналасуы керек.

4.2 Шаятын суды қосатын жер



Нұсқау

- Қосылымның екі нұсқасының бірін таңдауға болады (→ 6. 30 – 4.2.1 Барлық 6 шаятын су станцияларын бірлесіп қосу). Аспапта пайдаланылатын қосылым түріне бағдарламаланған болуы керек (→ 6. 100 – сур. 74).


Қосылымның екі нұсқасы үшін келесі орнату ережелері қолданылады:

- Шаятын суға арналған құбыршекті орамадан (→ "сур. 4-1") алыңыз.
- Су беру келтеқосқыш тік (→ "сур. 4-3"), аспап жағындағы келтеқосқыш қисық (→ "сур. 4-4").
- Тығыздағыш сақиналар (→ "сур. 4-2") су беру келтеқосқышқа (→ "сур. 4-3") және аспап жағындағы келтеқосқышқа орнатылған екеніне көз жеткізіңіз (→ "сур. 4-4").



Ескерту

Егер тығыздағыш сақиналар болмаса, құбыршекті қосу мүмкін болмайды! Бұл жағдайда Leica сервистік қызметіне хабарласыңыз.



сур. 4



Ескерту


Таңдалған қосылым түріне қарамастан (6 шаятын су станциясы немесе 4 су станциясы және 2 ионсыздандырылған/минералсыздандырылған су станциясы), екі жеткізу құбыршектері аспапқа қосылуы керек.

Үзіліс кезінде және аспапты өшірген кезде сумен жабдықтауды тоқтатуды ұмытпаңыз.

4 Орнату және пайдалануға беру

4.2.1 Барлық 6 шаятын су станцияларын бірлесіп қосу

Барлық шаятын су ыдыстарын (6 шаятын су станциясы) жалпы шаю сүйе қосылымына қосу қажет болса, екі жеткізу шлангісін де ([→ "сур. 5"](#)) көрсетілгендей пайдалану керек. Ағын судың екі салалық құбыры ([→ "сур. 5-4"](#)) бір су шүмегіне ([→ "сур. 5-8"](#)) үш тармақ арқылы қосылады:



сур. 5

- 1 Су енгізу құбыршегі 1 (2,5 м)
- 2 Құбыршек ұзартқышы, 1,5 м
- 3 Су енгізу құбыршегі 2 (2,5 м)
- 4 Ү-тәрізді қосқыш элемент
- 5 Сүзгі корпусы
- 6 Шаятын суын қосу (төрт станция тобы)
- 7 Тазартылған су немесе шаятын суды қосу (екі станция тобы)
- 8 Зертханада шаятын суын қосу

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0474 32325

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 49334


Тапсырыс беру нөмірі: 14 0474 32325

Тапсырыс беру нөмірі: 14 3000 00351

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 49331

4.2.2 Арапас қосылым 4+2 шаятын су станциялары

Егер негізгі қосылым (4 шаятын су станциясы) тұщы суға қосылса, ал екінші қосылым (2 шаю су станциясы) тазартылған судың немесе тұzsыздандырылған судың (деминералданған су) зертханалық көзіне қосылуы керек болса, келесі қосылу диаграммасына сәйкес әрекетті орындаңыз:



сүр. 6

- | | |
|---|--|
| 1 | Су енгізу құбыршегі 1 (2,5 м) |
| 2 | Құбыршек ұзартқышы, 1,5 м |
| 3 | Су енгізу құбыршегі 2 (2,5 м) |
| 4 | Сүзгі корпусы |
| 5 | Шаятын суын қосу (төрт станция тобы) |
| 6 | Тазартылған су немесе шаятын суды қосу (екі станция тобы) |
| 7 | Зертханада шаятын суын қосу |
| 8 | Зертханада тазартылған/
деминерализацияланған суды қосу |

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0474 32325
Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 49334
Тапсырыс беру нөмірі: 14 0474 32325
Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 49331



Ескерту

Жеткізу құбыршектің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз (\rightarrow "сүр. 2-8")!

4 Орнату және пайдалануға беру

4.2.3 Ағынды суды қосу




Нұсқау

Аспапта пассивті ағынды суларды бұру жүйесі бар. Сондықтан зертханалық шығыс сифоны аспаптың ағынды суға қосылған жерінен кемінде 50 см төмен болуы керек.



Ескерту

Су шығатын құбыршек (\rightarrow "сур. 7-1") тұрақты еңіспен төсеу керек және көтерілмеуі керек.



сур. 7


4.3 Электр энергиясы көзіне жалғау



Ескерту


- Жеткізу жинағының құрамында берілген, жергілікті қуат көзіне сәйкес келетін желілік кабельді ғана қолданыңыз.
- Желі ашасын қуат көзіне қоспас бұрын, аспаптың алдыңғы оң жағындағы қуат қосқышы OFF (ӨШІРУ) ("0") күйінде екеніне көз жеткізіңіз.

- Қуат сымын аспаптың артындағы қуат кіріс ұясына қосыңыз. (\rightarrow "сур. 8-1").
- Қуат ашасын тұйықталған розеткаға қосыңыз.



сур. 8


- **Қуат қосқышты** қосыңыз (→ "сур. 9-1").
- Қысқа уақыт кезеңін кейін **жұмыс қосқышы** қызығылт сарыға айналады. Бағдарламалық аспапты іске қосу аяқталғаннан кейін қосқыш қызыл түске (→ "сур. 9-2") айналады және құрал **standby** (күтү) режиміне өтеді.
- Осыдан кейін **жұмыс қосқышын** пайдалана аласыз (→ 6. 35 – 4.5 Аспапты қосу және өшіру).



сур. 9

4.3.1 Сыртқы үздіксіз қуат беру көзін (ҮҚК) пайдалану

Батареямен қамтамасыз етілген (→ "сур. 10-1") (ҮҚК) (үздіксіз қуат беру көзін) қосу арқылы уақытша электр қуатын өшіру жағдайында бояу процесіндегі үзілістерді болдырмауға болады. ҮҚК (UPS) 10 минут ішінде кемінде 1580 ВА шығыс қуатын қамтамасыз етуі керек. ҮҚК (UPS) орнату орнындағы жұмыс кернеуіне құрастырылған болуы керек. Қосылым HistoCore SPECTRA ST қуат сымын ҮҚК (UPS) шығыс розеткасына қосу арқылы жүзеге асырылады. ҮҚК (UPS) зертханадағы розеткаға қосылған.



сур. 10




Ескерту

ҮҚК (UPS) қуат сымын, тіпті электр қуаты өшіп қалса да, зертханада әрқашан розеткада қалдыру керек. Әйтпесе, аспапты жерге қосу мүмкін емес!

4 Орнату және пайдалануға беру

4.4 Желдетуге қосылу

- » Шығарылатын ауа түтігінің бір ұшын ([—> "сур. 11-1"](#)) аспаптың жоғарғы жағындағы шығатын түтікке ([—> "сур. 11-2"](#)) қосыңыз. Екінші ұшын зертханада орнатылған ауа шығару аспапқа қосыңыз.



сур. 11



Ескерту


- Сыртқы ауаны шығару сорғыш жүйесіне қосылу (міндегі түрде ұсынылады) және белсендерілген көмір сүзгісімен біріккен ауа сору жүйесіне жалғайтын болса, бөлме ішіндегі ауадағы еріткіш буларының концентрациясы төмендейді және пайдаланылуы керек. Реагенттердің қажетсіз булануын болдырмау үшін, аспап пайдаланылмаған кезде ыдыстарды жабық ұстау керек.
- Меншік иесі/оператор қауіпті материалдармен жұмыс істегендеге жұмыс орнында шекті мәндердің сақталуын тексеруі керек.

4.5 Аспапты қосу және өшіру



Ескерту

Аспап тек жерге тұйықталған қуат көзі розеткасына қосылуы керек. Қосымша электр сақтандырышынан қорғау үшін HistoCore SPECTRA ST-ті қалдық сөндіргіш (RCCB) розеткасына қосу ұсынылады.



сур. 12

- Аспаптың түбінде орналасқан алдыңғы оң жағындағы **қуат қосқышты ON (ҚОСУ) ("I")** (\rightarrow "сур. 12-1") күйіне аудыстырыңыз.



сур. 13

- **Негізгі қосқышты** тоққа қосқаннан кейін бірнеше секунд өткенде, **жұмыс қосқыш** жалқын түспен жанады (\rightarrow "сур. 13"). Бағдарламалық жасақтаманың жұмысын бастау процесі **жұмыс қосқышы** қызыл түспен жанғанда аяқталады.



Нұсқау

Қызығылт сары фазадағы **жұмыс қосқышын** басу аспапты іске қоспайды.



сур. 14

- Аспапты іске қосу үшін жыпылықтайдын **жұмыс қосқышын** (\rightarrow "сур. 13") басыңыз; дыбыстық сигнал естіледі.
- Баптандыру кезінде барлық станциялар автоматты түрде тексеріледі (**толтыру деңгейін сканерлеу**).
- Аспап іске қосуға дайын болғанда, **жұмыс қосқышы** жасыл болып жанады.
- Баптандыру кезеңі аяқталғаннан кейін экранда **Main menu** (Негізгі мәзір) (\rightarrow "сур. 14") пайда болады.

Аспапты ажырату

- Аспапты күту режиміне ауыстыру үшін (мысалы, тұнде) жұмыс қосқышын (→ "сур. 13") екі рет басыңыз. Содан кейін ол қызыл болып жанады.
- Тазалау және техникалық қызмет көрсету үшін аспапты қуат қосқыш (→ "сур. 12-1") арқылы өшіріңіз.



Нұсқау

Аспапты орнату кезінде немесе реактивтер қосылмаған болса, толтырылмаған станциялар анықталады және экранда бөлектеледі. (→ 6. 95 – 6.2.2 Толтыру деңгейін автоматты түрде бақылау).




Ескерту

Пештің қадамы бояу бағдарламасының бірінші қадамы ретінде бағдарламаланса, пеш жұмыс температурасына әлі жетпегендіктен, аспап қосылғаннан кейін бағдарлама «басталмады» деп белгіленуі мүмкін. Жұмыс температурасына жеткеннен кейін бағдарлама бастауға дайын ретінде көрсетіледі.

5. Жұмыс істеу

5.1 Пайдаланушы интерфейсі - шолу


HistoCore SPECTRA ST-ті бағдарламалау және басқару түрлі-түсті сенсорлық экран арқылы жүзеге асырылады. Қосқаннан кейін бояу процесі (бағдарлама) іске қосылмаса, экран келесідей болады.



сур. 15

- 1 Күй жолағы
- 2 Процесс күйін көрсету
- 3 Түсіру тартпаның көрсеткіші
- 4 Жұктеу тартпаның күйінің көрсеткіші
- 5 Main menu (Басты мәзір) ([→ 6. 42 – 5.5 Басты мәзір - шолу](#))


5.2 Күй көрсету элементтері



сур. 16

- 1 Ағымдағы күн
- 2 Жұмыс кезінде дабылдар мен қате туралы хабарлар көрсетілсе, бұл дабыл белгісі пайда болады. Бұл таңбаны басу соңғы 20 белсенді ақпараттық хабарды қайта қаруға мүмкіндік береді.
- 3 Жұмыс кезінде ескертулер мен ескертпелер көрсетілсе, бұл хабарландыру белгісі пайда болады. Бұл таңбаны басу соңғы 20 белсенді ақпараттық хабарды қайта қаруға мүмкіндік береді.
- 5 Жергілікті уақыт
- 7 "Үдеріс" таңбасы бояу процестерінің қазіргі уақытта белсенді екенін және штативтер әлі де түсіру тартпада болуы мүмкін екенін көрсетеді.
- 8 "Пайдаланушы" таңбасы аспап пайдаланушы режимінде екенін көрсетеді, бұл аспапты құпия сөзсіз басқаруды жеңілдетеді.
- 9 Бұл аспаптың "Supervisor Mode" (Әкімші режимінде) жұмысы осы таңбамен көрсетіледі. Бұл режим оқытылған персонал үшін қосымша бақылау және конфигурация опцияларын қамтамасыз етеді. Бұл режимге кіру құпия сөзбен қорғалған.
- 10 HistoCore SPECTRA ST мен HistoCore SPECTRA CV арасындағы байланыс орнатылған.
- 11 HistoCore SPECTRA ST және HistoCore SPECTRA CV арасындағы байланыс үзіледі.

5.3 Процесс күйін көрсету



сүр. 17

Негізгі терезеде (→ "сүр. 17") өндөу процесіне қатысадын (→ "сүр. 17-3") барлық штативтер көрсетіледі.



Нұсқау

Белсенді бояу процесін көрсету үшін сәйкес түсті тұтқаның жоғарғы бөлігі символдық түрде көрсетіледі (→ "сүр. 17-3"). Егер процеске негізгі терезеде көрсетілгеннен гөрі көп штативтер қатысса (макс. 9), онда (→ "сүр. 17-1") пернелерін пайдаланып көрсетілген аймақты сырғыту мүмкіндігі пайда болады. Егер түмем сүр болса, бұл оның белсенді емес екенін білдіреді және көрсетілмеген аймақта қосымша элементтер жоқ.

Негізгі терезенің тақырыбы (→ "сүр. 17-2") [SPECTRA ST] аспаптың түрін көрсетеді және тиісті қысқартулар мен штативтерге тағайындалған түстердің көмегімен жүктеуге дайын бояу бағдарламаларын тізімдейді.



Ескерту


- Пайдаланушы процесс күйінің көрсету индикаторында әртүрлі түсіру станцияларының қолжетімділігі мен таңдалған санын көрмейді. Түсіру станцияларында әртүрлі реагенттерді пайдаланған кезде, түсірудің максималды өнімділігіне жету үшін уақытында әрекет ету үшін процесті басқару үшін «Кювет жүйесі» мәзірін (→ "сүр. 85") пайдалану ұсынылады.
- Егер өңделген штативтер түсіру станцияларынан уақытында алынбаса, бұл бояу процесінің үзілігіне және бояу нәтижелеріне әсер етуі мүмкін.



Нұсқау

Әрбір орындалатын бояу процесі штатив тұтқасының таңбамен көрсетіледі. Бұл таңба нақты штатив тұтқасымен бірдей түске ие. Тұтқа таңбасы әртүрлі ақпаратты көрсетеді ([→ "сур. 18"](#)).

Егер HistoCore SPECTRA ST бояу автоматы автоматтандырылған HistoCore SPECTRA CV жабын әйнектін астында кесінділер жасауға арналған аспаппен жалғанған болса, екі аспапты да жұмыс станциясы пішімінде басқаруға болады. Бұл бояудан бастап дайын жабын төсөніш шының алып тастауға дейін біркелкі жұмыс процесін қамтамасыз етеді. HistoCore SPECTRA CV-де тасымалдау уақыты процестің күй жолағында да көрсетіледі ([→ "сур. 18-6"](#)).



сур. 18

- 1 Бағдарлама атауын қысқарту
- 2 Аспаптағы штативтің ағымдағы жағдайы
- 3 Жалпы бояу процесінің орындалу барысының индикаторы
- 4 Бағдарлама аяқталғанға дейін қалған болжамды уақыт (сағ:мм)
- 5 Бағдарлама аяқталған кездегі уақыт
- 6 Жұмыс станциясы ретінде жұмыс істеген кезде HistoCore SPECTRA CV автоматтандырылған жабын әйнектін астына кесінділер жасауға арналған құралға тасымалдау уақыты ([→ б. 116 – 6.6.5 Жұмыс станциясы режимінде жұмыс істеу](#))

5.4 Тиев және түсіру тартпаларың көрсету


Негізгі терезенің төменгі жағында жүктеу және түсіру тартпаларының құйін көрсетіледі.

- Аспапқа қарай бағытталған көрсеткісі бар станциялар (→ "сур. 19-1") жүктеу тартпасың білдіреді, ал аспаптаң алдың бағытталған көрсеткісі бар станциялар (→ "сур. 19-2"), әрқайсысы бес позициядан тұратын түсіру тартпасың білдіреді.
- Есептелген іске қосу уақыты (→ "сур. 19-5") жүктеу тартпасындағы әрбір штатив үшін көрсетіледі.
- Сәйкес аспап сәйкес пернесі (→ "сур. 19-3") немесе (→ "сур. 19-4") басу арқылы автоматты түрде ашылады және жабылады.
- Штативтерді орнату немесе алу аспабы жабық болған кезде автоматты түрде танылады.
- Кіріс немесе түсіру тартпасындағы штативтер дисплейде тиісті штатив тұтқасының түсінде және бағдарламаның белгіленген қысқартылған белгісімен көрсетіледі.
- Бос позициялар ақ түспен көрсетіледі.



Нұсқау

Аспаптың түймесі жасыл шаммен жанған кезде жүктеу және түсіру тартпаларың ашуға болады (→ "сур. 19-4"). Штативтер жүктеу тартпасынаң немесе түсіру тартпасына ауысқанда, сәйкес тартпасында түйме қызыл шаммен жанады (→ "сур. 19-3") және тартпаны ашу мүмкін емес.



сур. 19



Ескерту

Тартпаларды ашу немесе жабу кезінде абай болыңыз. Ұсақтау қаупі! Тартпалар электржетекпен жабдықталған және батырманы басқан кезде автоматты түрде ашылады және жабылады. Тартпалардың әрекет ету аймағын құлыштауға жол берменіз.

5.5 Басты мәзір - шолу

Дисплейдің сол жағында құрылымы төменде сипатталған негізгі мәзір ([→ "сур. 15-5"](#)) орналасқан. Бұл мәзір барлық ішкі мәзірлерде көрінеді және кез келген уақытта басқа ішкі мәзірге ауысуға мүмкіндік береді.



Process Status Display (Процесс күйін көрсету) дисплейі процеске қатысадын барлық штативтердің ағымдағы күйін көрсетеді. Бұл жағдайда штативтің сәйкес тұтқасы шартты түрде сәйкес түспен көрсетіледі.

Бұл дисплей стандартты дисплейді көрсетеді.



Bathlayout (Кювет жүйесі) аспаптың жоспарда барлық станцияларын көрсетеді. Реактивтерге арналған жекелеген станциялар реактивтің қысқартылған белгісімен, станция нөмірімен және өндөлетін штативтермен көрсетіледі.



Program List (Бағдарламалар тізімі) іске қосылғаннан кейін, аспапта қол жетімді барлық бояу бағдарламалары тізім ретінде көрсетіледі. Мәзір бояу бағдарламаларын құруға және өңдеуге, олардың басымдылығын анықтауға және кювет жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.



Reagent List (Реактивтер тізімі) іске қосылғаннан кейін бұрын енгізілген барлық реактивтер тізім ретінде көрсетіледі. Мәзір бояғыш реактивтерді өңдеуге немесе қосымша енгізуға мүмкіндік береді, мысалы, жаңа бояу бағдарламаларын біріктіру үшін. Бағдарлама құрылғанға дейін реактивтер енгізілуі керек.



Негізгі параметрлерді **Settings** (Параметрлер) мәзірінде орнатуға болады. Онда жергілікті ережелерге сәйкес тілді, күн мен уақытты, пештің температурасын және басқа параметрлерді өзгертуге болады.



User Settings (Пайдаланушы параметрлер) мәзірінде тиісті өкілеттігі жоқ адамдардың бағдарламалар мен реактивтер тізімін өзгертулеріне жол бермеу үшін жеке құпия сөзді орнатуға болады (**Supervisor Mode** (Әкімші режимінде)). Алайда, аспапты **User Mode** (Пайдаланушы режимінде) құпия сөзсіз де пайдалануға болады.


5.5.1 Пернетақта



Нұсқау

Енгізу қажет болғанда (мысалы, бағдарлама жасау, бағдарламаны өңдеу немесе құпия сөзді енгізу үшін) енгізу пернетақтасы пайда болады ([→ "сур. 20"](#)). Басқару сенсорлық экран арқылы басқарылады.

Көрсетілген пернетақта орнатылған тілге байланысты екенін ұмытпаңыз.



сур. 20

- 1 Тақырып жолы
- 2 Енгізу өрісі
- 3 Соңғы енгізілген таңбаны жою
- 4 Растау
- 5 Мендерді солға немесе оңға жылжытуы
- 6 Араптық
- 7 Арнайы таңбаларды ауыстыру батырмасы ([→ "сур. 21"](#))
- 8 Болдырмау (енгізілген деректер сақталмайды!)
- 9 Жоғарғы/төменгі регистр (батырманы екі рет басу батырманың қызыл түсімен көрсетілген жоғарғы регистрді бекітеді. Қайта басу төменгі регистрді қалпына келтіреді.)

Арнайы таңбалары бар пернетақта



сүр. 21

Басқа арнайы таңбалар



сүр. 22

- Арнайы таңбалармен пернетақтада жоқ арнайы таңбаны немесе умлаутты және т.б. енгізу үшін ([→ "сүр. 21"](#)) пернетақтадағы сәйкес қалыпты батырманы басып тұрыңыз.
- Мысал: Стандартты a батырмасын басып тұрып, сіз басқа таңдау опцияларын ашасыз ([→ "сүр. 22"](#)).
- Жаңа бір қатарлы пернетақтада оны басу арқылы қажетті таңбаны таңдаңыз.



Нұсқау

Құпия сөздер мен белгілердің келесі ұзындықтарына рұқсат етіледі:


- Реактив атаулары: макс. 30 белгі / реактивтердің қысқартылған белгілері: макс. 10 белгі
- Бағдарлама атаулары: макс. 32 белгі / бағдарламаның қысқартылған белгілері: макс. 3 белгі
- Құпия сөздер: кемінде 4, бірақ 16 таңбадан артық емес

5.6 Пайдаланушы параметрлер



Бұл мәзірді тиісті кіру деңгейлерін реттеу үшін пайдалануға болады. Келесі деңгейлер ерекшеленеді:

- Стандартты пайдалануши
- Әкімші (құпия сөзбен қорғалған)
- Сервистік қызмет маманы (құпия сөзбен қорғалған)



сур. 23



Стандартты пайдалануши:

Стандартты пайдалануши құпия сөзсіз жұмыс істейді және барлық стандартты тапсырмаларды орындау үшін алдын ала бапталған аспапты пайдалана алды. Бұл топтың пайдалануышылары бағдарламалар мен параметрлерге өзгертулер енгізе алмайды.



Әкімші:

Әкімшілер стандартты пайдалануышылармен бірдей қолжеткізу құқығына ие, бірақ олар қосымша бағдарламалар құра алды және аспапты пайдалануға беру операцияларын орындаі алды. Сондықтан, әкімші ретінде кіру құпия сөзбен қорғалған.



Нұсқау

Барлық қажетті өзгерістер жасалып, сақталғаннан кейін **Supervisor Mode** (Әкімші режимінен) шығу үсінілады. Жүйеден шығу үшін **User Settings** (Пайдалануши параметрлер) мәзіріндегі **Standard User** (Стандартты пайдалануши) батырманы басыңыз.

Әкімші режимін іске қосу тәртібі:

1. **Supervisor** (Әкімші) батырмасын басыңыз ([→ "сүр. 23-1"](#)).
2. Содан кейін құпия сөзді енгізуге болатын пернетақта ([→ "сүр. 24"](#)) көрсетіледі.
3. Енгізуді **OK** батырмасын басу арқылы растаңыз, содан кейін енгізілген құпия сөз дұрыстырыбы тексеріледі.
4. Пайдаланушының ағымдағы күйі күй жолағында сәйкес таңбамен жоғарғы оң жақта ([→ "сүр. 16"](#)) көрсетіледі.



сүр. 24

Нұсқау

Зауытта орнатылған құпия сөзді бастапқы орнату кезінде өзгерту керек.

Әкімші құпия сөзін өзгерту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Құпия сөзді өзгерту үшін **Change Password** (Құпия сөзді өзгерту) батырманы басыңыз ([→ "сүр. 23-2"](#)) және ескі құпия сөзді енгізіңіз.
2. Содан кейін пернетақта арқылы жаңа құпия сөзді екі рет енгізіп, **OK** батырма басу арқылы растаңыз.

Нұсқау

Құпия сөз кемінде 4 және 16 таңбадан аспауы керек.



Сервистік қызмет маманы:

Сервис қызмет маманы жүйелік файлдарға және негізгі параметрлер мен тексерулерге қол жеткізе алады.

5.7 Негізгі параметрлер




Нұсқау

Жеке параметрлерді өзгерту, мысалы, құрылғыны бастапқы орнату кезінде, тек Әкімші режимінде мүмкін болады (→ 6. 46 – Әкімші режимін іске қосу тәртібі:).

Тістегершік белгісін басқан кезде (→ "сур. 25-1") opens the **Settings** (Параметрлер) мәзірі (→ "сур. 25") ашылады. Бұл мәзірде бағдарламалық жасақтама және аспаптың негізгі параметрлерін орнатуға болады.

- Таңбаны басқан кезде (→ "сур. 25-2") ол таңдалады және қызыл шаммен жарықтандырылады.
- Дисплейдің оң жағында тиісті орнату терезесі көрсетіледі.
- Жеке ішкі мәзірлер төменде сипатталады.



сур. 25

5.7.1 Тіл параметрлері



- **Language** (Тіл) таңбасын басу арқылы (→ "сур. 25-2") тілді таңдау мәзірін ашады. Бұл мәзір аспапта орнатылған барлық тілдерге шолуды қамтиды және қажетті дисплей тілін таңдауға мүмкіндік береді.


- Қажетті тілді таңдаап, **Save** (Сақтау) батырма басу арқылы растаңыз.
- Дисплей экраны, ақпараттық хабарламалар және жазулар бірден таңдалған тілде пайда болады.



Нұсқау

Басқа тілдерді қосуды әкімші немесе Leica сервис инженері импорт арқылы жүзеге асыра алады (→ 6. 53 – 5.7.7 Деректерді басқару).

5.7.2 Аймақтық параметрлер



Бұл мәзірде негізгі дисплей параметрлерін (→ "сур. 26") орындауға болады.

Температурадың өлшеу бірлігі


- Температурадың өлшеу бірлігін (→ "сур. 26-1") Цельсий немесе Фаренгейт бойынша орнату. Ол үшін жүгірткіні қажетті өлшем бірлігіне жылжытыңыз.

Уақыт пішімі

- Уақыт пішімін (→ "сур. 26-2") жүгірткі арқылы 24 сағаттан 12 сағатқа (а.т. = түске дейін/р.т. = түстен кейін) өзгертуге болады.

Күн пішімі

- Түсінікті болу үшін көрсетілген пішім жаңындағы тиісті батырманы басу арқылы күнді (→ "сур. 26-3") халықаралық, ISO пішімін немесе АҚШ пішімін көрсетуді таңдаңыз.
- Белсендірілген параметр қызыл шеңбермен ерекшеленеді (→ "сур. 26-4").
- Save (Сақтау) батырмасын басу арқылы параметрлер сақтайды.



сур. 26

5.7.3 Құн және уақыт



Бұл мәзірде ([—> "сур. 27"](#)) реттегіштерді айналдыру арқылы ағымдағы құн мен жергілікті уақытты орнатуға болады.



Нұсқау

12 сағаттық пішінде қосымша сағат мәні бойынша а.т. (түске дейін) және р.т. (түстен кейін) көрсетіледі.

Орнатылған уақыт пен құн зауытта орнатылған жүйе уақытынан 24 сағаттан артық ерекшеленбейі керек.

- Save (Сақтау) батырмасын басу арқылы параметрлер сақтайды.



сур. 27

5.7.4 Апattyқ дабыл мәzіrі – Қателер мен дыбыстық белгілер




Бұл мәзірде апattyқ мен дыбыстық белгілерін таңдауға, дыбыс деңгейін реттеуге және сигналдардың жұмысын тексеруге болады ([—> "сур. 28-6"](#)).

Мәзір шақырылғаннан кейін ағымдағы апattyқ мен дыбыстық белгілер параметрлері көрсетіледі.



Ескерту

- Аспапты іске қосқаннан кейін апattyқ дабыл естіледі. Егер бұл болмаса, аспапты қосуға тыйым салынады. Бұл үлгілер мен пайдаланушының зақымдалуын болдырмайды. Бұл жағдайда Leica сервистік қызметтіне хабарласыңыз.
- Апattyқ дыбыстық дабылдарды өшіру мүмкін емес. Минималды реттелетін дыбыс деңгейі - 2. Максималды деңгейі 9-ға тең.



сүр. 28

Дыбыс түрі 1 - Нұсқау ([→ "сүр. 28-1"](#))

Дыбыстық белгілері дисплейде ескерту хабарламалар немесе нұсқаулар көрсетілген кезде беріледі. Сіз 6 дыбыстық дабылдардан бірін таңдай аласыз. Параметрлерді өзгерту үшін Edit (Өндөу) ([→ "сүр. 28-3"](#)) батырмасын басыңыз. Дыбыс деңгейін реттегішті айналдыру арқылы (0-9) реттеуге болады.



Дыбыс түрі 2 - Қате ([→ "сур. 28-2"](#))

Экранда қате туралы хабарлар пайда болғанда апattyқ дыбыстық дабылдар естіледі. Бұл жағдайда пайдаланушының жедел араласуы қажет. Сіз б дыбыстық дабылдардан бірін таңдай аласыз. Параметрлерді өзгерту үшін **Edit** (Өндөу) ([→ "сур. 28-4"](#)) батырмасын басыңыз.

- Апattyқ дыбыстық дабылдар дыбыс деңгейі **Zуммер деңгейі** реттегіш арқылы реттеледі. Сіз алты апattyқ дыбыстық дабылдарын бірін таңдай аласыз. **Test** (Тексеру) ([→ "сур. 28-6"](#)) батырмасы тиісті дабылды тыңдау үшін пайдалануға болады.
- **Save** (Сақтау) ([→ "сур. 28-7"](#)) батырмасын басу арқылы параметрлер сақтайды. **Cancel** (Болдырмау) ([→ "сур. 28-5"](#)) батырманы басу арқылы параметрлерді қолданбай таңдау терезесін жабуға болады.

5.7.5 Пеш параметрлер




Пештің параметрлері мәзірінде пештің температурасын және оның жұмыс режимін реттеуге болады ([→ "сур. 29"](#)). Мәзір шақырылған кезде экранда ағымдағы пеш параметрлері көрсетіледі.



Ескерту

Негізінде, пеш температурасының өзгеруі бояу нәтижесіне әсер етуі мүмкін.
Пештің тыым жоғары температурасы үлгінің күйін нашарлатуы мүмкін.



сур. 29

Температура:

Реттегішті айналдыру арқылы (\rightarrow "сур. 29-1") пештің белгіленген температурасын 5°C қадаммен 40°C -тан 70°C -қа дейін өзгертуге болады.

Жұмыс режимі:

Жұмыс режиміне келетін болсақ (\rightarrow "сур. 29-2"), сіз біреуін таңдай аласыз:

- бағдарламаны іске қосу кезінде пешті қыздыру (\rightarrow "сур. 29-4") (Бағдарламаны іске қосу) немесе
- аспапты қосқан кезде пешті іске қосу (\rightarrow "сур. 29-3") (Тұрақты).
- Параметрді өзгерту үшін жүгірткіні тиісті позицияға аудыстыруға болады.
- Save (Сақтау) батырмасын басқан кезде параметрлер сақтайды.

**Нұсқау**

- Өзгерістерді сақтау үшін құпия сөзбен қорғалған **Supervisor** (Әкімші) режимі қажет. Қарапайым пайдаланушы режимінде Save (Сақтау) батырмасы сүр және өшірүлі болып көрінеді.
- Егер Leica бояу бағдарламасы кювет жүйесіне біріктірілген болса (\rightarrow 6. 80 – 5.9.9 Кювет жүйесін қалыптастыру), берілген температураны өзгерту мүмкін емес. Әдеткі температура Leica реактив жинағымен бірге берілген ақпарат параграфында көрсетілген.

**Ескерту**

- Пеш қызған кезде қайталанатын күту уақытын болдырмау үшін **Permanent** (Тұрақты) параметрін таңдау ұсынылады.
- Қоршаған орта жағдайларының әсерінен пештің температурасының белгіленген мәннен уақытша ауытқуы -8°C -тан $+5^{\circ}\text{C}$ -қа дейін болуы мүмкін. Сондықтан, ерекше сезімтал үлгілер үшін қойылған температураны сәйкесінше таңдау керек (мысалы, қойылған температураны 5°C -қа төмендетіп, сәйкесінше пеште өңдеу кезеңінің ұзақтығын арттыру).

5.7.6 Қозғалыс жылдамдығы - жоғары және төмен қозғалыс (араластыру)

Agitation

Agitation (Араластыру) мәзірде (\rightarrow "сур. 30"), штативті ұстағыш жақтаудың жоғары және төмен қозғалу жылдамдығы реттеледі. Штативтердің тұтқалары бояу процесінде жоғары және төмен қозғалатын (араластырған) ұстағыш жақтауға тіреледі.

Мәзір шақырылғаннан кейін ағымдағы параметрлер көрсетіледі.

**Нұсқау**

Бояу процестерін орындау кезінде араластыру құйылған реактивтерді араластыруға көмектеседі. Штатив жақтауының қозғалу жылдамдығын өзгерту (араластыру) үшін құпия сөзбен қорғалған **Supervisor** (Әкімші) пайдаланушы режимі қажет.

Жылдамдық:


Speed (Жылдамдық) (\rightarrow "сүр. 30-1") реттегішті айналдыру арқылы араластыру жиілігін 5 қадамның біріне реттеуге болады (0 = араластыру өшірілген, 5 = максималды жылдамдық). Жоғары араластыру мәндері жоғары жиілігін білдіреді.

Save (Сақтау) батырмасын басқан кезде параметрлер сақтайты.



Нұсқау

- Пайдалануши құрастырған бағдарламалардағы араластыру жиілігін тек бекітілген Leica бағдарламасы белсенді болмаған жағдайда ғана өзгертуге болады. Бұл жағдайда реттегіш қара және белсенді болады.
- Араластыру Leica валидацияланған бағдарламалары үшін алдын ала орнатылған (бекітілген) (Leica реактивті жиынтықтарын пайдалану нұсқаулықты қараңыз). Бұл жағдайда реттегіш сүр және белсенді емес болады.



сүр. 30

5.7.7 Деректерді басқару



Data management (Деректерді басқару) мәзірі (\rightarrow "сүр. 31") деректерді, параметрлерді және оқиғаларды тіркеу журналдарын (журнал файлдары) экспорттауға және импорттауға мүмкіндік береді. USB-тасымалдағышын аспаптың алдыңғы жағындағы (\rightarrow "сүр. 1-7") экспорттау және импорттау операцияларын орындау үшін (бағдарламалық жасақтаманы қашықтан жаңартуды қоспағанда) USB-ұяларының біріне қосу керек.



Нұсқау

Пайдаланылған USB-тасымалдағыш FAT32 ретінде пішімделуі керек.

Пайдаланушины экспорттау (→ "сүр. 31-1")


User Export (Пайдаланушины экспорттау) функциясы деректерді қосылған USB-тасымалдағышта сақтауға арналған (→ "сүр. 1-7"):

- zip файлы соңғы 30 жұмыс күніндегі оқиғаларды тіркеу журналдары және CSV пішімде RMS (РБЖ) жүйесінің деректері қамтиды
- Барлық пайдалануши бағдарламалары, белсенді бағдарламалар, пайдалануши таңдаған Leica бағдарламасының параметрлері, кювет жүйесі және реактивтер тізімі бар PDF файлы.
- Пайдалануши жасаған барлық бағдарламалар мен реактивті тізімдерден тұратын кодталған Ipkг файлы.



Нұсқау

Ipkг файлын пайдалануши аша алмайды және көре алмайды.



сүр. 31

Бірдей конфигурациясы бар басқа HistoCore SPECTRA ST аспапқа пайдалануши жасаған бағдарламалар мен реактивтер тізімдерін Import (Импорттау) (→ "сүр. 31-3") функциясы арқылы тасымалдауға болады.

- Деректер экспортталған уақыт бойы **User data is being exported...** (Пайдалануши деректері экспортталуда...) ақпараттық хабары көрсетіледі.
- **Export successful** (Экспорттау сәтті болды) ақпараттық хабары пайдаланушиға дерек берудің аяқталғанын және USB жады құрылғысын қауіпсіз шығарып алуға болатынын көрсетеді.
- Егер **Export failed** (Экспорттау орындалмады) хабары көрсетілсе, демек, қате орын алды (мысалы, USB жады құрылғысы тым тез сұрылды). Бұл жағдайда экспортты қайта орындау қажет.



Нұсқау

Аспапты сәтті орнатқаннан кейін деректерді экспорттау ұсынылады, осылайша олар аспапты келесі орнату кезінде қолданыла алады.

Сервисті экспорттау (→ "сүр. 31-2")

Service Export (Қызметті экспорттау) функциясы **Ipkg** файлын қосылған USB-тасымалдағышта сақтауға арналған (→ "сүр. 1-7"):

Кодталған **Ipkg** файлында оқиғаларды тіркеу журналдарының алдын ала белгіленген саны, сондай-ақ келесі деректер бар:

- **RMS** (РБЖ) жүйесі туралы ақпарат
- Пайдаланушы жасаған бағдарламалардың атаулары
- Реактивтер туралы деректер
- Қызметке қатысты басқа деректер



Нұсқау

Ipkg файлын пайдаланушы аша алмайды және көре алмайды.

- **Service export** (Қызметті экспорттау) батырмасын басқан кезде экранда таңдау мәзірі пайда болады, онда пайдаланушы экспорттау үшін қажетті деректер жазбаларын таңдай алады (5, 10, 15 немесе 30 күн).
- Таңдауды растау үшін **OK** батырмасын басыңыз.
- Деректер экспортталған уақыт бойы **Service data is being exported...** (Қызмет деректері экспортталуда...) ақпараттық хабары көрсетіледі.
- **Export successful** (Экспорттау сәтті болды) ақпараттық хабары пайдаланушыға дерек берудің аяқталғанын және USB жады құрылғысын қауіпсіз шығарып алуға болатынын көрсетеді.
- Егер **Export failed** (Экспорттау орындалмады) хабары көрсетілсе, демек, қате орын алды (мысалы, USB жады құрылғысы тым тез суырылды). Бұл жағдайда экспортты қайта орындау қажет.

Импорттау (→ "сур. 31-3")



Нұсқау

- Импортты орындау үшін құпия сөзбен қорғалған Supervisor (Әкімші) пайдаланушы режимі қажет.
- Егер таңдау терезесінде бір немесе бірнеше файл болса, онда файлдың атавы бойынша аспаптың сақтау күні мен сериялық нөмірін анықтауға болады. Сіз импортталауға файлды таңдап және экранында пайда болғаннан ақпараттық хабарлама кейін растау үшін **OK** батырмасын басыңыз.
- Аспаптың бағдарламалық жасақтамасы деректерді (бағдарламалар мен реактивтерді) импорттау кезінде қолданыстағы бағдарламалардың ешқайсысы және Leica реактивтерінің ешқайсысы қайта жазылмауын қамтамасыз етеді. Бағдарламалар мен реактивтердің қосымша қысқартулары, сондай-ақ реактивтердің қосымша атаулары автоматты түрде алмастырылатын таңбалармен ауыстырылады немесе алмастырылатын таңбалар оларға қосылады. Төсөніш шыны тұтқаларының қосымша түстері болған жағдайда импортталған бағдарламаның түсі ақ болады.

Төсөніш шыны тұтқаларының түсі:

- Төсөніш шыны тұтқаларының түсі басқа бағдарламаға тағайындалған бағдарлама импортталған жағдайда, бұл түс импортталған кезде ақ түске ауыстырылады.

Бағдарлама атавын қысқарту:

- Егер бұрыннан бар бағдарлама қолданатын қысқартылуы бар бағдарламаны импорттау қажет болса, бағдарламалық жасақтама автоматты түрде бұл қысқартуны алмастырылатын таңбамен ауыстырады. Бағдарламаның толық атавы өзгеріссіз қалады.
- Қолданыстағы бағдарламаны қысқарту: PAS
- Имортталған бағдарламаның өзгертілген қысқартылуы: +01

Реактив атавы және реактив атавының қысқартылуы:

- Бұрыннан қолданылған атавы және/немесе қысқартылған реактив имортталған жағдайда, бағдарламалық жасақтама автоматты түрде алмастырылатын таңбаны қосады ("_?").
- Реактивтің қолданыстағы атавы: 100 % Alcohol Dehyd 1 S
- Имортталған реактивтің өзгертілген атавы: 100 % Alcohol Dehyd 1 S_?
- Қолданыстағы қысқарту: 100Dhy 1S
- Имортталған реактивтің өзгертілген қысқартылуы: 100Dhy 1+01

Имортталған бағдарламалар мен реактивтерді тіпті алмастырылатын таңбалармен де кювет жүйесіне біріктіруге болады. Атауларды кейінірек өзгертуге болады.



Ескерту

USB-тасымалдағыштан файлдарды импорттаған кезде, бұрын құрылғыға жазылған барлық пайдаланушы жасаған бағдарламалар мен реактивтер қайта жазылып, имортталған деректермен ауыстырылады. Иморттау үшін жеке файлдарды таңдау мүмкін емес! Leica бұл мүмкіндікті тек қорғаңыс мақсатында немесе бірдей параметрлері бар қосымша HistoCore SPECTRA ST аспабын орнату үшін пайдалануды ұсынады.

Import (Иморттау) функциясы қосылған USB-тасымалдағыштан бағдарламалар мен реагенттердің кодталған тізімдерін, қосымша бекітілген Leica бағдарламаларын және қосымша тіл пакеттерін иморттауға мүмкіндік береді.

Бұл деректерді экспорттау/импорттау функциясы арқылы басқа HistoCore SPECTRA ST аспабына деректерді беру үшін пайдалануға болады.

- Мұны істеу үшін алдын ала экспортталған деректері бар USB-тасымалдағышын аспаптың алдыңғы жағындағы USB-ұяларының біріне қосыңыз (→ "сур. 1-7").
- Осыдан кейін **Import** (Импорттау) функциясын таңдаңыз. Деректер импортталады.
- Деректерді сәтті импорттау тиісті ақпараттық хабарламамен расталады.

**Ескерту**

Негізінде, **Import** (Импорттау) функциясын пайдалану кезінде (сонымен қатар жаңа Leica бояу бағдарламасын импорттау кезінде) жаңа кювет жүйесін құры қажет. Қазіргі уақытта аспаптағы барлық Leica реактивтері жарамсыз болып қалады және жаңа, сәйкес Leica реактивтерінің жиынтығымен ауыстырылуы керек.

БЖ-ны жаңарту (→ "сур. 31-4")

Бағдарламалық жасақтаманың жаңартулары және қосымша тіл пакеттер болған жағдайда оларды **Supervisor** (Әкімші) пайдаланушы режимінде немесе Leica компаниясы рұқсат берген қызмет маманының күшімен іске қосуға немесе орнатуға болады.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңартуы

- Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту файлын FAT32 пішімделген USB-тасымалдағышқа көшіріңіз.
- USB-тасымалдағышын олардың екі USB-ұясына (→ "сур. 1-7") аспаптың алдыңғы жағында қосыңыз.
- Осыдан кейін **Data management** (Деректерді басқару) мәзірінен өтіп **SW Update** (БЖ-ны жаңарту) (→ "сур. 31-4") батырмасына басыңыз.
- Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту басталады.

✓ Сәтті жаңарту тиісті ақпараттық хабарламамен расталады.

**Ескерту**

Егер жаңарту сәтті орындалмаса, пайдаланушыға бұл туралы хабарланады. Егер себеп анық болмаса, тиісті Leica сервистік қызметіне хабарласыңыз.


**Нұсқау**

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту кезінде HistoCore SPECTRA ST зертханада орнатылған параметрлер өшірілмейді. БЖ-ны жаңарту аяқталғаннан кейін аспапты дұрыс жұмыс істеуін тексеру қажет.


Бағдарламалық жасақтаманы қашықтан жаңарту (→ "сур. 31-5")

Қазіргі уақытта бұл функция өшірілген.

5.7.8 Сервиске кіру



Бұл мәзір ([→ "сүр. 32"](#)) Leica уәкілетті сервис мамандарына HistoCore SPECTRA ST диагностикасы мен жөндеуі үшін техникалық мүмкіндіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.




сүр. 32




Нұсқау

Пайдаланушылардың басқа топтары үшін сервистік бағдарламалық жасақтамаға қол жеткізу жабық.

5.7.9 Оқиғаларды қарау функциясы



Аспапты қосылған әр күн үшін жеке журнал файлы жасалады. DailyRunLog файлын таңдау арқылы бұл файлды Event View (Оқиғаларды қарау) мәзірінен шақыруға болады (→ "сур. 33").



сур. 33


- Event View (Оқиғаларды қарау) мәзірінде қол жетімді журналдар тізімінен оқиғаларды тіркеу журналын таңдап, оны Open (Ашу) батырмасын басу арқылы ашуға болады.



Нұсқау

Файл атаяуна ISO пішімде жасалған күн қосылады, бұл іздеуді жеңілдетеді. Файл таңдалған тілде жасалады.

- Барлық оқиғалар жазбалары уақыт белгісінен басталады (→ "сур. 34-1"), жазба жасалған күн мен уақытты көрсете отырып.
- Оқиға көрінісі терезесіндегі тақырып жолдарында сериялық номір де бар (→ "сур. 34-2") және бағдарламалық жасақтаманың ағымдағы нұсқасы (→ "сур. 34-3") аспабында орнатылған HistoCore SPECTRA ST.
- Оқиғаларды тіркеу файлын және тізімді жоғары және төмен сырғыту үшін көрсеткі пернелерін пайдаланыңыз (→ "сур. 34-4"). Сол жақ батырманы басу оқиғаларды қарау функциясын терезесін параллель түрде қарастыру мүмкіндік береді. Оң жақ батырманы басу оқиғаларды қарау функциясын терезесінің басына немесе соңына өтүге мүмкіндік береді.



сүр. 34

Event Viewer (Оқиғаларды қарау функциясында) жазбалар әр түрлі түстөрмен ерекшеленеді, осылайша пайдаланушы маңызды хабарламаларды тез анықтай алады. Тізімдегі осы немесе басқа позицияны басқан кезде экранда тиісті хабарлама ашылады.

DailyRunLog_20200506

16:05:53	33751112	unload drawer. Warning: Unload drawer has been open longer than 60 seconds. Please close.
2020-05-06 16:06:54	19726349	Unload drawer closed
2020-05-06 16:08:06	17302082	Warning: Resolved:Unload drawer has been open longer than 60 seconds. Please close.
2020-05-06 16:11:03	33751230	Error: Drainage system overflow. 1. Open the hood 2. Check water outlet system and fill level in drain...
2020-05-06 16:11:03	33751238	Resolved:Drainage system overflow resolved. Staining programs will be resumed. Staining time might be exceeded
2020-05-06 16:11:03	33620055	Resolved:The following program(s) are not startable temporarily due to an issue with one or more of the stations. The program(s) will be ...
2020-05-06	-----	The following program(s) are not startable temporarily due to an issue

Close

сүр. 35

1 Үақыт белгісі

2 Оқиға идентификаторы

3 Хабарлама

Түсі: Сүр

Оқиға туралы хабарды немесе ақпараттық хабарды көрсетеді

Түсі: Қызығылт сары

Ескеरту хабарламасын көрсетеді


Түсі: Қызыл

Қате туралы хабарды көрсетеді

5.8 Реактивтер тізімі



Жақын жерде орналасқан батырмасын басу арқылы реактивтер тізімін ашыңыз. Тізімде алфавиттік ретпен табылған барлық реактивтер бар.



сур. 36

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--|
| 1 | Реактивтің атауы | 8 | Таңдалған реагентті өңдеу |
| 2 | Реактив атауын қысқарту | 9 | Жаңа реагентті құру |
| 3 | Процесстін классы | 10 | Таңдалған реагентті көшіру |
| 4 | Төсөніш шындардың максималды саны | 11 | Таңдалған реагентті жою |
| 5 | Пайдаланудың максималды ұзақтығы | 13 | RMS (РБЖ) қосу/өшіру |
| 7 | Арнайы бояу үшін кірістіру иә/жоқ | 14 | Көрсеткі пернелерін көмегімен реагенттер тізімін сырғытуға болады. |

**Нұсқау**

- Аспапты орнату кезінде реактивтер тізімінде тек алдын ала орнатылған Leica бағдарламаларының реагенттері, сонымен қатар жүк түсіргішке арналған төрт алдын ала белгіленген реактивтер бар ([→ 6. 73 – 5.9.5 Жаңа бояу бағдарламасын жасаңыз немесе көшіріңіз](#)).
- Реактивтер тізімі жаңа реагенттерді қосуға немесе реактив қасиеттерін өзгертуге мүмкіндік береді.
- Реактивті жасау немесе өңдеу үшін "Supervisor" ("Әкімші") режимі қажет. **User** (Пайдаланушы) күйі тек реактив деректерді көруге мүмкіндік береді.
- Белсенді бағдарламалардағы кювет жүйесіне біріктірілген реактивтерді реактивтер тізімінен өшіру мүмкін емес.


**Ескерту**

- **RMS** (РБЖ) жүгірткі қосқышы: **On – Off** (Қосу – Өшіру) ([→ "сур. 36-13"](#)) реактивтерді басқару жүйесін = **RMS** (РБЖ) ([→ 6. 96 – 6.3 Реактивтерді басқару жүйесі \(РБЖ\)](#)) қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді. Бұл жүйе реагенттердің ағынын бақылауды басқарады. Біз әрқашан **RMS** (РБЖ) қосулы қалдыруды және реактивтің өзгеру нұсқауларын орындауды ұсынамыз. Leica бояу жинағынан реактивті басқаруды өшіру мүмкін емес.
- Белгіленген аралықтарды сақтамау бояу сапасын төмендету мүмкін. **RMS** (РБЖ) деректерді пайдаланушы алдын ала дұрыс орнатқан жағдайда ғана сенімді жұмыс істейді.
- Реагент параметрлерін енгізу кезінде қателер болған жағдайда өндіруші бояу сапасына кепілдік бермейді.
- Пайдаланушы Leica мақұлдаған реактивтерге арналған **RMS** (РБЖ) деректерін және олардың мақсатын өндей алмайды.

Жаңа реактивті жасау немесе реактивті көшіру**Нұсқау**

- Жаңа реактивті **New** (Жаңа) ([→ "сур. 36-9"](#)) немесе **Copy** (Көшіру) батырмалар арқылы жасауға болады ([→ "сур. 36-10"](#)).
- Реактивті жасау, көшіру немесе өңдеу үшін "Әкімші" режимі қажет. **User** (Пайдаланушы) күйі тек реактив деректерді көруге мүмкіндік береді.

- Реактивтер тізіміне жаңа реактив қосу үшін **New** (Жаңа) батырмасын басыңыз ([→ "сур. 36-9"](#)).
- Бұл жаңа реактив жасау үшін енгізу терезесін ([→ "сур. 39"](#)) ашады.



сүр. 39

Келесі параметрлерді енгізуге болады:

- Reagent Name
(Реактивтің атауы):**
- Reagent name (Реактивтің атауы) (\rightarrow "сүр. 39-1") батырмасын басып, бұрын пайдаланылмаған экрандық пернетақтаны пайдаланып, бір мәнді және бірегей реактив атауын енгізіңіз. 30 таңбаны (аралықтар қоса) енгізуге рұқсат етіледі.
- Abbreviation
(Қысқарту):**
- Abbreviation (Қысқарту) батырмасын (\rightarrow "сүр. 39-2") басып, бұрын пайдаланылмаған бір мәнді және бірегей реактив қысқартуын енгізіңіз (аралықтар қосқанда 10 таңбаға дейін).
- Slides max
(Макс. шыны):**
- Жүгірткі Slides max (Макс. шыны) (\rightarrow "сүр. 39-3") көмегімен реактивті ауыстыруды сұрамас бұрын осы реагентпен өңдеуге болатын төсөніш шынылардың ең көп санын орнатады. Жүгірткі 1-ден 3999-ға дейінгі сандарды енгізуге мүмкіндік береді.
- Days max
(Макс. күндер):**
- Реактивтің құрылғыда қалуы мүмкін күндердің максималды саны (\rightarrow "сүр. 39-4") жүгірткіні бұру арқылы беріледі. Сандарды енгізу кезінде 1-ден 99-ға дейінгі мәндерге жол беріледі.
- Insert (Ішпек):**
- Егер реагентті ыдысы реагенттің көлемін азайту үшін арнайы бояу процестеріне арналған кірістірумен жабдықталған болса, (\rightarrow 6. 93 – 6.2.1 **Реактивтерге арналған ыдыстарды дайындау және олармен жұмыс істеу**) штативті тек осы ыдыста 5 шыны қолдануға болады. Ол үшін жүгірткі қосқышын Yes (Иә) (\rightarrow "сүр. 39-5") күйіне ауыстыру керек.
 - Мұндай ыдыста 30 шыны штативті пайдалануға жол берілмейді.

**Ескерту**

Бір немесе бірнеше реактив ыдыстарында арнайы бояу процестері үшін кірістіруді пайдалану қосқышты **Yes** (Иә) күйіне орнатуды талап етеді. Егер қосқыш реагенттерге арналған тиісті ыдыс үшін дұрыс орнатылмаса, мұндай ыдыста 30 шыны штативті пайдалану мүмкін болады, бұл сөзсіз үлгіні жоғалтуы мүмкін жабдыққа үлкен зақым келтіреді.

**Process class
(Процессстін
классы):**

- Процесс класстары үшін реактивтерді таңдау қажет, ([— "сур. 39-6"](#)) ([— 6. 65 – 5.8.3 Процесс класстары](#)) өйткені бағдарламаларға басымдық берілуіне байланысты бұл кювет жүйесінің жеке ережелерін автоматты тұрде есептеу үшін қажет ([— 6. 79 – 5.9.8 Кювет жүйесін қалыптастыру үшін бағдарламаларға басымдық беру](#)).
- Енгізілген деректерді **Save** (Сақтау) батырмасын ([— "сур. 39-7"](#)) басу арқылы сақтаңыз немесе енгізу терезесін енгізу деректерін сақтамай **Cancel** (Болдырмау) батырмасын ([— "сур. 39-8"](#)) басу арқылы жабыңыз.

**Нұсқау**

Бірінші сақтаудан кейін процесс классын қосымша өзгерту мүмкін емес. Реагентті тек жоюға және қайта жасауға немесе көшіруге, содан кейін өңдеуге болады.

5.8.1 Реактивті көшіру**Нұсқау**

Егер HistoCore SPECTRA ST-де әртүрлі параметрлері бар реактивті пайдалану қажет болса, онда сіз бұрыннан бар реактивті көшіре аласыз.

- Реактивтер тізіміне көшіру үшін оны басып, ([— "сур. 36"](#)) содан кейін **Copy** (Көшіру) ([— "сур. 36-10"](#)) батырмасын басу арқылы реактивті таңдаңыз.
- Бұл жаңа реактив жасау үшін енгізу терезесін ([— "сур. 39"](#)) ашады.
- Ұсынылған реактив атауын қабылдаңыз немесе реактивтің жаңа атауын енгізіңіз.
- Ұсынылған қысқартуды қабылдауға немесе ауыстыруға болады.
- Қажет болса, реактив параметрлерін сәйкесінше өзгертиңіз немесе бар параметрлерді қалдырыңыз.
- Енгізілген деректерді **Save** (Сақтау) батырмасын ([— "сур. 39-7"](#)) басу арқылы сақтаңыз немесе енгізу терезесін енгізу деректерін сақтамай **Cancel** (Болдырмау) батырмасын ([— "сур. 39-8"](#)) басу арқылы жабыңыз.

5.8.2 Реактив үшін RMS (РБЖ) деректерін өзгерту**Нұсқау**

Егер RMS (РБЖ) деректерін (**Slides max** (Макс. шыны) және/немесе **Days max**) (Макс. күндер) өзгерту қажет болса, өзгерілген параметрлер станциялардың қасиеттерінде дұрыс көрсетілуі үшін келесі әрекеттерді орындау қажет ([— 6. 103 – сур. 76](#)).

- Реактивтер тізіміне өңдеу үшін оны басып, ([— "сур. 36"](#)) содан кейін **Edit** (Өңдеу) ([— "сур. 36-8"](#)) батырмасын басу арқылы реактивті таңдаңыз.


- Жүгірткілерді пайдаланып, жаңа мәндерді **Slides max** (Макс. шыны) (\rightarrow "сур. 39-3") және/ немесе **Days max** (Макс. күндер) (\rightarrow "сур. 39-4") орнатыңыз және **Save** (Сақтау) батырмасын басу арқылы өзгерістерді сақтаңыз.
- Ақпараттық хабарламаны қарап шығыңыз және оны **OK** батырмасын басу арқылы растиңыз.
- Осыдан кейін кювет жүйесін ашып, оны таңдау үшін экрандағы реактивтермен байланысты станцияны түртіңіз.
- Пайда болған станция сипаттамаларында **Update Reagent** (Реактивті жаңарту) (\rightarrow "сур. 76-10") батырмасын басыңыз.
- Станцияның сипаттамалары терезесі жабылады, **RMS** (РБЖ) деректері қабылданады.

5.8.3 Процесс класстары



Ескерту

Процесс класстарын байланыстыру дұрыс орындалуы керек, әйтпесе бояу процестері баяулауы мүмкін, сонымен қатар әртүрлі немесе қанағаттанарлықсыз бояу нәтижелері болуы мүмкін.



сур. 40

- Парафинді кетіретін реактивтер үшін қолайлы аймақ – кювет жүйесінің сол жағы.
- Бояу ерітінділері немесе дифференциалды ерітінділер үшін қолайлы аймақ – шаятын су станцияларының жаңында сол және оң жақтағы екі қатар.
- Құрғатқыш реактивтер үшін қолайлы аймақ – кювет жүйесінің оң жағы.



Нұсқау

Шаятын сүйнің кезекті екі кезеңін бағдарламалау мүмкін емес (шаятын суы, одан кейін тазартылған су немесе керісінше). Егер бағдарлама кезеңдерінің реттілігі осылай орындалуы керек болса, онда кезеңдердің бірі процесс классына жатқызылған реактив ретінде анықталуы керек (мысалы, бейтараптандыру).

Процесстің классы	Сипаттама	Реактивтердің мысалдары
Парафинді кетіретін (Dewaxing)	<ul style="list-style-type: none"> Бояу бағдарламасының басында парафинді кетіретін еріткіштер және парафинді кетіруден кейінгі төмендейтін концентрациядағы спирттер қатары. 	<ul style="list-style-type: none"> Ксиол Ксиол алмастырғыш Төмендейтін концентрациядағы бірқатар спирттер: 100 %, 95 %, 70 % спирттер
Бейтараптандыру (Neutralising)	<ul style="list-style-type: none"> Бояудың қолданылуына немесе түстің дамыуна әсер етпейтін немесе шамалы ғана әсер ететін және шамамен бейтарап pH мәні бар реактивтер. Мысал: бояу кезеңіне дейін тазартылған су кезеңі. 	<ul style="list-style-type: none"> Тазартылған су (минералсыздандыран) / таза су (шаятын су станцияларында емес!) Тазартылған сумен сүйилту Су-спиртті ерітінділер (мысалы, этанол 70 %)
Бояу (Staining)	<ul style="list-style-type: none"> Бояғыш ерітінділер Дәрілеу құралдары Тотығатын заттар (мысалы, бояғыш йод қышқылы PAS) 	<ul style="list-style-type: none"> Барлық бояғыш ерітінділер Дәрілеу құралдар және тотығатын заттар
Дифференциялды (Differentiating)	<ul style="list-style-type: none"> Өнімнен артық бояуды кетіретін реактивтер. Түсті дамытуға немесе түс өзгертуге қажетті реактивтер. 	<ul style="list-style-type: none"> HCl ерітіндісі (спиртті немесе су) Сіркесу қышқылы Аммиактың су ерітіндісі Скотт-тың суы Bluing ерітіндісі Blue Buffer (Көк буферлік) Литий карбонаты Спирттер (әр түрлі концентрацияда)
Құрғатқыш (Dehydrating)	<ul style="list-style-type: none"> Бояу бағдарламасының соңында концентрациясы жоғарылайтын спирттер қатарынан алынған реактивтер. Бояу бағдарламасының соңында еріткіштермен (ксиолмен немесе ксиол алмастырғыштармен) жұмыс істеудің келесі кезеңдері, жабын әйнектің астына кесінділер жасау процесін дайындау үшін. 	<p>Сутексіздендіру:</p> <ul style="list-style-type: none"> Жоғарылайтын концентрациядағы бірқатар спирттер: 70 %, 95 %, 100 % спирттер <p>Жабын әйнек астына орта салу операциясын дайындау:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ксиол Ксиол алмастырғыш

Процесстін классы	Сипаттама	Реактивтердің мысалдары
Жұқ түсіріш	<ul style="list-style-type: none"> Бағдарламаның соңғы қадамы ретінде пайдаланушы жеке белгілейтін және түсіру станциясына тағайындалуы мүмкін реактив (мысалы, ксиолол алмастырғыш және/немесе қосымша спирт және т.б.). Сәйкестендіруді жеңілдету үшін UNL реактивінің атауында және тиісті қысқартуды қолдану ұсынылады. 	<p>Әдепкі бойынша реактивтер тізіміне енгізілген:</p> <ul style="list-style-type: none"> Спирт (UNL Спирт) Ксиолол (UNL Ксиолол) Cy (UNL Cy) Бос (UNL Бос) <p>Пайдаланушымен қосымша орнатқан:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ксиолол алмастырғыш және басқа реактивтер
Классы жоқ (no class)	Кювет жүйесіндегі жағдайға ерекше байланыстыруды қажет етпейтін реактивтер	



Ескерту

Жабын әйнегіне кесінділер жасау процесін дайындау кезінде мыналарды ескеру қажет:

- Бағдарламаның соңында және одан әрі өңдеу кезінде пайдаланылатын еріткіштер аяқтағыш ортамен үйлесімді болуы керек.



Нұсқау

Тасымалдау ұзақтығы мен уақытын қысқартуға мүмкіндік беретін кювет жүйесінің оңтайлы толтырылуын есептеу үшін процестер класстарына дұрыс байланыстыру қажет.

Кювет жүйесін автоматты түрде қалыптастырудың негізгі ережелері:

- Үйдістың сол жақ өрісінен үйдістың оң жақ өрісіне беру мүмкіндігінше шаятын су станциясы арқылы жүзеге асырылуы тиіс.
- Шаятын су станциясы кірмейтін бағдарламалар бұл өткізу үшін кептіру өткізу станциясын қажет етеді.
- Кейіннен сумен шаюды қажет ететін бояу реактивтер шаюға арналған су үйдістарының жағында орналасқан (→ "сур. 40").
- Процесс классы ретінде **No class** (Классы жоқ) реактивтер кювет жүйесін автоматты түрде қалыптастыру кезінде еркін күйге орнатылады.
- No class** (Классы жоқ) тағайындаудың орнына, бұл реактивтерді **Differentiating** (Дифференциялды) немесе **Neutralizing** (Бейтараптандыру) процесінің классына жатқызуды ұсынамыз, осылайша бірқатар бағдарламалық қадамдарды орындау кезінде кювета схемасындағы көрші станцияларды ескеруге болады.


5.9 Бояу бағдарламалар



HistoCore SPECTRA ST аспапында орнатылған бояу бағдарламаларының тізімі **Programs** (Бағдарламалар) батырмасын басу арқылы ашылады.

Бояу бағдарламаларының екі түрі бар:

- Leica алдын ала орнатылған бояу бағдарламалары (→ 6. 70 – 5.9.2 Leica бояу бағдарламалары (алдын ала орнатылған))
- Пайдаланушы жасаған бояу бағдарламалары (→ 6. 73 – 5.9.4 Пайдаланушы жасаған бояу бағдарламалары)



сур. 41

- 1 Бұл бағандағы белгі бағдарламаның ағымдағы кювет жүйесінде қосылғанын білдіреді.
- 2 Бағдарламаға тағайындалған тұс
- 3 Бағдарламаның қысқарту
- 4 Бағдарламаның атауы
- 5 Алдын ала орнатылған Leica бағдарламасы
- 6 Бағдарламаны өндідеу
- 7 Жаңа бағдарламаны құру
- 8 Таңдалған бағдарламаны көшіру
- 9 Таңдалған бағдарламаны жою
- 10 Таңдалған бағдарламаға түсті тағайындау
- 11 Кювет жүйесін анықтау

5.9.1 Бояя бағдарламасына штатив тұтқасының түсін тағайындау



Нұсқау

Әрбір бағдарламаға штатив тұтқасының түсі тағайындалуы керек.

Штатив тұтқаларына түстерді тағайындау үшін бағдарламалар пайдалануышының Supervisor (Әкімші) құйін қажет етеді.

- Бағдарламаға штатив тұтқасына тұс тағайындау үшін бағдарламалар тізіміндегі сәйкес бағдарламаны ([—> "сур. 41"](#)) басыңыз.

- "Color" (Түс) батырмасын ([—> "сур. 41-10"](#)) таңдау өрісі ашылады ([—> "сур. 42"](#)) таңдалған бағдарламаға штатив тұтқасына түс тағайындауға мүмкіндік береді.



сур. 42

Нұсқау

([—> "сур. 42"](#))- та барлық қол жетімді түстер көрсетілген. Түс өрісінде қысқарту болса, бұл түс бағдарламаға әлдеқашан тағайындалған.

Белгіленген түсті таңдағанда, алдыңғы тағайындаудан бас тарту керек пе деген сұраумен диалогтық терезе ашылады. Мұны **OK** батырмасы арқылы растауға немесе **Cancel** (Болдырмау) батырмасы арқылы жоюға болады.

- Бұрын тағайындалмаған түсті таңдаңыз.
- Save** (Сақтау) батырмасы түс тағайындау және диалогтық терезені жабу үшін қолданылады.
- Cancel** (Болдырмау) батырмасы диалогтық терезені өзгертулерді сақтамай жабу үшін қолданылады.

Нұсқау

Егер бір түстің тұтқалары жеткіліксіз болса, онда сіз **ДЖОКЕР** түсі деп аталатын ақ штатив тұтқасын пайдалана аласыз.

Ақ тұтқасы бар сөрені орнатқан кезде бағдарламаны таңдау терезесі ашылады, онда кювета орналасында белсендірілген түс бағдарламасы тек осы бағдарлама үшін ақ тұтқаға тағайындалуы керек.

Өткізу станциясы тағайындалған бағдарламадағы соңғы станция ретінде анықталса, ақ штатив сонымен қатар HistoCore SPECTRA CV -ның ішінде жабын әйнек астына орта салу процесі үшін сәйкес параметрлер жинағы тағайындалуы керек. Пайдаланушыға параметрді таңдау терезесінде де мұны істеу ұсынылады.

Таңдалған бағдарлама аяқталғаннан кейін бұл тапсырма қайтадан аяқталады.

5.9.2 Leica бояу бағдарламалары (алдын ала орнатылған)

Реактив жинақтарының белгіленуі



Нұсқау

Келесі бөлімде, Leica шығарған бояу жүйелері HistoCore SPECTRA ST мен бағдарламалары пайдалануши интерфейсіне сәйкес жеңілдетілген және Leica реактив жинағының және Leica бояу бағдарламаларының белгілеуімен аталған.

Жаңа Leica бояу бағдарламаларын жауапты Leica дилерінен алуға болады.



Ескерту

Leica реактив жинақтарымен бірге жеткізілетін пайдалану нұсқауларында орнату мәндері, журналдар және кюветаның орналасуындағы қажетті өзгерістер туралы маңызды ақпарат бар, сондықтан оларды қатаң сақтау керек. Сондықтан пайдалану нұсқауларын орындау керек.

Жаңа Leica бояу бағдарламаларын импорттау үшін ([→ 6. 53 – 5.7.7 Деректерді басқару](#)) тараудағы қадамдарды орындаңыз. Жаңа Leica бағдарламалары ([→ 6. 67 – 5.9 Бояу бағдарламалар](#)) бар бағдарламалар тізіміне қосылады. Ешбір деректер жойылмайды.

- Leica бояу бағдарламалары зауытта алдын ала орнатылған және олардың функционалдығы мен бояу қасиеттері үшін сыйналған. Олар слайдтардың берілген саны үшін дәйекті бояу сапасын қамтамасыз етеді.
- Leica бояу бағдарламалары Leica- курсивімен соғы бағанда белгіленген ([→ "сур. 41-5"\)](#).



сур. 43



Нұсқау

- Leica бояу бағдарламалары арнайы Leica реактивтер жинағын пайдалануды талап етеді.
- Leica дақ бағдарламаларын көшіру мүмкін емес, яғни Leica бояу бағдарламасын бағдарламалар тізіміне тек бір рет енгізуге болады.
- Leica дақ бағдарламасының жеке бағдарлама қадамдарын көрсету, өндөу, көшіру немесе жою мүмкін емес.
- Сөре тұтқасының түсін (→ "сур. 43-3") Leica бояу бағдарламасына тағайындауға болады .
- Leica бояу бағдарламасымен қамтамасыз етілсе, пештің жұмысын Supervisor (Әкімші) режимінде қосуға немесе өшіруге болады (→ "сур. 43-1"), және Unload station (Шығару станциясы) немесе Transfer station (Өткізу станциясы) (→ "сур. 43-2") соңғы қадам ретінде анықтауға болады. Transfer station (Өткізу станциясы) аспап HistoCore SPECTRA ST станциясы ретінде HistoCore SPECTRA CV көмегімен жұмыс істеп тұрғанда ғана көрсетіледі.
- Leica дақ бағдарламасында қолданылатын реактивтер (мысалы, ксиол, спирт) жойылмайды.



Ескерту

- Балауызды кетіру қадамы Leica бояу бағдарламасында бірінші қадам ретінде қосылмаса, пеште пісіру қадамы (→ "сур. 43-1") (→ "сур. 44-1") енгізілмеуі керек, әйтпесе үлгілер жойылуы мүмкін!
- Leica бояу бағдарламалары үшін бекітілген пеш температурасы пайдаланушы анықтаған бояу бағдарламалары үшін де пайдаланылады және оны жеке түрде бейімдеу мүмкін емес.

Leica бояу бағдарламасын бірнеше рет орнату және пайдалану



Нұсқау

Кейбір Leica бояу бағдарламаларын әртүрлі параметрлермен қатар қолдануға болады (бояу қарқындылығы, пештің қадамы). (→ 6. 72 – 5.9.3 Leica H&E бояу бағдарламасын бейімдеу). Бұл бағдарламалар тізімінде екі рет алдын ала орнатылған (→ "сур. 41"). Осы Leica H&E екі рет алдын ала орнатылған бояу бағдарламаларын ажырату үшін бағдарламалар тізімі S1 A және S1B немесе S2 A және S2B ретінде қысқартылған. Бұл бағдарламаларда бірдей бағдарлама қадамдары бар. Кювета кестесіне екі бірдей бағдарлама енгізілген болса, екі бірдей Leica дақ жинағы да сканерленіп, толтырылуы керек.

5.9.3 Leica H&E бояу бағдарламасын бейімдеу



Нұсқау

- Leica H&E бояу бағдарламасымен гематоксилин мен эозинді бояудың қарқындылығын әкімші режимінде реттеуге болады. Басқа Leica бояу бағдарламалары бояу қарқындылығын реттеуге мүмкіндік бермейді.
- Leica бояу бағдарламасы қамтамасыз етілсе, пісіру қадамын қосуға немесе өшіруге болады. (→ "сур. 44-1").
- Leica бояу бағдарламалары үшін жалғанған автоматтандырылған HistoCore SPECTRA CV жабын әйнектін астында кесінділер жасауға арналған соңғы қадам ретінде Transfer station (Өткізу станция) (→ "сур. 44-4") немесе Unloader (Жүк түсіргіш) таңдал, әлдеқашан боялған штативті түсіру тартпаны апару үшін таңдауға болады (→ "сур. 44-3").
- Leica бояу бағдарламаларындағы және таңдамалы бояу бағдарламаларындағы параметрлер мен өзгертулерді бояу процестері белсенді болмағанда және барлық тіректер құралдан алынғанда ғана реттеуге болады.



сур. 44



Ескерту

Бояу қарқындылығын пайдалануши реттегеннен кейін, клиникалық диагностика үшін емделуші үлгілеріндегі параметрлерді қолданбас бұрын бояу нәтижелерін тіндердің өкілдік бөліктегі бар бақылау слайдымен тексеру керек.

Бағдарламалар тізімінен Leica бағдарламасын таңдал, Edit (Өндөу) (→ "сур. 41-6") түймесін басыңыз. Параметрлерді конфигурациялауға болатын диалогтық терезе ашылады.

- Түс қарқындылығының мәндерін (\rightarrow "сур. 44-2") роликтерді бұру арқылы орнатуға болады . Кіші сандық мәндер бояу қарқындылығының төмендеуіне әкеледі; жоғары сандық мәндер бояу қарқындылығының үлкеуне әкеледі.
- Бағдарламаға штатив тұтқасының түсі тағайындалуы керек (\rightarrow 6. 68 – 5.9.1 Бояу бағдарламасына штатив тұтқасының түсін тағайындау).
- Параметрлерді сақтау және диалогтық терезені жабу үшін Save (Сақтау) түймесін пайдаланыңыз.
- Әзгерістерді сақтамай диалогтық терезені жабу үшін Cancel (Болдырмау) түймесін пайдаланыңыз.

5.9.4 Пайдаланушы жасаған бояу бағдарламалары



Ескерту

- Leica пайдаланушы бағдарламалары үшін ешқандай сынақ немесе кепілдік бере алмайды.
- Тиісті түрде қолданылатын реактивтер мен реттелетін температураларды пайдаланып, осы бояу бағдарламаларын сынауды пайдаланушы зертханада орындауы керек. Бұл үшін бояу нәтижесі клиникалық диагностика үшін емделушілерден үлгілерді жинау үшін бағдарламаны қолданбас бұрын сынама алу циклімен (сынама алу бөлімдері) тексерілуі керек.



Нұсқау

Жаңа бағдарламаны New (Жаңа) (\rightarrow "сур. 45-1") немесе Copy (Көшіру) (\rightarrow "сур. 45-2") батырмалар арқылы жасауға болады . Бағдарламаны жасау, көшіру немесе өңдеу үшін "Supervisor" ("Әкімші") режимі қажет. User (Пайдаланушы) күйі тек бағдарлама реактив деректерді көруге мүмкіндік береді.

5.9.5 Жаңа бояу бағдарламасын жасаңыз немесе көшіріңіз

- Бағдарламалар тізімінің көрінісі терезесіндегі New (Жаңа) түймешігін (\rightarrow "сур. 45-1") басыңыз.



сур. 45

- Бағдарламаның жаңа терезесі ашылады (\rightarrow "сур. 46").



сүр. 46

Бұл терезенің жоғарғы жағында екі бос түйме көрсетіледі. Олар бағдарламаның атауына және оның қысқартуына арналған.


- **Program Name:** (Бағдарлама атауының) артындағы түймені **-** басыңыз атавы (\rightarrow "сүр. 46-4").
Пернетакта енгізу маскасы пайда болады.
- Бағдарламаның атын енгізіп, енгізілген атауды **OK** түймешігі арқылы қолданыңыз.

Қысқарту (\rightarrow "сүр. 46-5") енгізу үшін жоғарыдағы әрекеттерді орындаңыз.



Нұсқау

- Жаңа бояу бағдарламасын құру үшін бағдарламаға бағдарламаның бірнеше кезеңдері ретімен қосылады.
- Есіңіде болсын: Пайдаланушы бағдарламаларын **SPECTRA** көмегімен бағдарлама атавы ретінде сақтау мүмкін емес. Ақпараттық хабарлама сақтау әрекеті кезінде пайдаланушыға бұл туралы хабарлайды. Сақтау басқа бағдарлама атауын енгізгеннен кейін ғана мүмкін болады.



сур. 47

- Жаңа бағдарламаны жасағаннан кейін **New** (Жаңа) түймесін басыңыз (\rightarrow "сур. 46-1").
- Бағдарлама қадамын анықтау үшін терезе ашылады (\rightarrow "сур. 47").
- Пайдаланушы алдын ала анықтаған реагенттер сол жақтағы аймақта тізімделген (\rightarrow "сур. 47-1"). Реактивті таңдау үшін оны басыңыз.
- Оң жақтағы аймақтағы роликтердің (\rightarrow "сур. 47-2") айналуы реагенттегі үлгілердің реакция уақытын (сағ/мм/сс) анықтайды.
- Рұқсат етілген параметр ауқымы 1 секундтан 23 сағат 59 минут 59 секундқа дейін.
- Мұнда, рұқсат етілген қадамға **Toleranz** (Төзімділікті) (\rightarrow "сур. 47-3") орнатуға болады. Көрсетілген уақыт ішінде уақытша үлғаюға мүмкіндік бермейтін нақты бағдарлама қадамы қажет болса, 0 % рұқсатты таңдау керек. Төзімділікті 25 % қадаммен 100 % максимум арттыруға дейін таңдауға болады, яғни, қажет болса, аспап белгіленген уақытпен салыстырғанда қадамды екі есе арттыра алады.

**Нұсқау**

Жеке бағдарлама қадамдарының ұзақтығы бағдарламаланған қадам уақыттарының және орнатылған рұқсаттардың қосындысы болып табылады. Бағдарлама қадамы үшін төзімділік параметрлері > 0 % болса, станцияның қалған жұмыс уақыты және бағдарламаны орындау үшін күтілетін қалған уақыт асып кетуі мүмкін.

Бағдарламаны көшіру**Нұсқау**

Егер сіз бұрыннан бар бағдарламаны әртүрлі параметрлермен пайдаланғыңыз келсе, бағдарламаны көшіруге болады.

- Бағдарлама тізіміне көшіру үшін оны басып (→ "сур. 45") содан кейін Copy (Көшіру) (→ "сур. 45-2") түймесін басу арқылы реактивті таңдаңыз.
- Бұл жаңа бағдарлама жасау үшін енгізу терезесін (→ "сур. 46") ашады.
- Ұсынылған бағдарлама атауын қабылдаңыз немесе бағдарламаның жаңа атауын енгізіңіз.
- Содан кейін қысқартуыны енгізіңіз.
- Қажет болса, жеке бағдарлама қадамдарын қажетінше өзгертіңіз/өндептіңіз немесе жаңа бағдарлама қадамдарын қосыңыз (→ "сур. 46-1") (→ 6. 76 – 5.9.6 Жаңа бағдарлама қадамын кірістіру немесе көшіру).
- Енгізілген деректерді Save (Сақтау) түймесін (→ "сур. 46-2") басу арқылы сақтаңыз немесе енгізу терезесін енгізу деректерін сақтамай Cancel (Болдырмау) түймесін (→ "сур. 46-3") басу арқылы жабыңыз.

5.9.6 Жаңа бағдарлама қадамын кірістіру немесе көшіру**Жаңа бағдарлама қадамын кірістіру****Нұсқау**


Егер бұл бояу нәтижесін нашарлатпауы керек болса, жоғары уақытқа төзімділік ұсынылады. Нәтижесінде құралда бір уақытта іске қосылған бірнеше бағдарламаның қадамдарын уақытты белгілеу еркіндігі болады.

- Егер **BL (КЖ)** (→ "сур. 47-4") бағанында қанат белгісі болса, бұл реактив кювет құрамына енгенін білдіреді.
- Кювет жүйесінде белсенді қолданылатын реактивтермен дисплейді шектеу үшін таңдау батырмасын Show only reagents of current bathlayout (Тек ағымдағы кювет жүйесінің реактивтерін көрсету) (→ "сур. 47-5") қосыңыз.
- Тұсіру тартпасының реактивтерімен дисплейді шектеу үшін таңдау батырмасын Show and define reagent for unloader (Жұқ тұсіргіш үшін реактивті көрсету және анықтау) (→ "сур. 47-8") басыңыз.
- Егер **Exclusive** (Ерекше) (→ "сур. 47-6") жалауша батырма белсенді болса, таңдалған реактив тек құрастырылған бағдарлама үшін пайдаланылуы мүмкін және басқа бағдарламаларға қол жетімді болмайды.
- Бағдарлама кезеңін енгізу **"OK"** (→ "сур. 47-7") батырмасын басу арқылы аяқталады.
- Қажет болса, бағдарламада бояу процесінің барлық қадамдары көрсетілгенше басқа қадамдарды қосуға болады.

**Нұсқау**

Бағдарлама әрқашан қорытынды станция қадаммен аяқталуы керек. Соңғы қадам ретінде түсіру тартпасын немесе HistoCore SPECTRA ST жұмыс станциясы ретінде HistoCore SPECTRA CV, өткізу станциясына үздіксіз қосылған болса, таңдау керек.

Ақпараттық хабарлама ([→ "сур. 48"](#)) соңғы қадам ретінде қорытынды станцияны көрсетпей, бағдарламаны сақтау мүмкін еместігін көрсетеді.



сур. 48


Бағдарлама қадамын көшіру**Нұсқау**

Бағдарламаны құру немесе өзгерту кезінде, егер реактив реактивтер тізімінде бірнеше рет болса, бағдарламаның қадамын алдын-ала орнатылған параметрлермен көшіруге және бейімдеуге болады.

- Тиісті бағдарлама қадамын басу арқылы белгілеңіз, содан кейін **Copy** (Көшіру) батырмасын басыңыз ([→ "сур. 49-5"](#)).
- Экранда **Edit program step** (Бағдарлама қадамын өндөу) терезесі ([→ "сур. 49"](#)) ашылады.
- Егер тек бір рет болатын реактив таңдалса, экранда сәйкес ақпараттық хабарлама пайда болады. Бұл жағдайда бағдарлама қадамы үшін басқа реактив таңдалады.
- Бастапқы таңдалған бағдарлама қадамының параметрлері (Tolerance, Duration and Exclusive (төзімділік, ұзақтық және ерекшелік)) сақталады.
- Қажет болса, бағдарлама қадамының параметрлерін сәйкесінше өзертіңіз немесе бар параметрлерді қабылдап, **OK** батырмасын басыңыз.
- Қадам бағдарламаның соңына қойылады.
- Бағдарлама қадамын ([→ 6. 78 – 5.9.7 Бағдарлама қадамдарының сұрыптауы](#)) сипатталғандай реттеңіз.

5.9.7 Бағдарлама қадамдарының сұрыптауы

- Таңдалған бағдарлама қадамы қызыл түспен ерекшеленеді. Осыдан кейін Move (Жылжыту)-батырмалары (→ "сур. 49-1") (→ "сур. 49-2") (→ "сур. 49-3") (→ "сур. 49-4") белсенді болады.



сур. 49

- Таңдалған бағдарлама қадамын бірінші жолға жылжыту үшін басыңыз.
- Таңдалған бағдарлама қадамын бір жолға жоғары жылжыту үшін басыңыз.
- Таңдалған бағдарлама қадамын бір жолға төмен жылжыту үшін басыңыз.
- Таңдалған бағдарлама қадамын соңғы жолға жылжыту үшін басыңыз.



Ескерту

Егер бағдарламаның бірінші қадамы ретінде пештің қадамы таңдалса, жүктеу тартпасының жүктеу станциясында ешқандай жағдайда жанғыш еріткіш болмауы керек.

Бұл пештің тұтануына және сол арқылы пайдалануышының күйіп қалуына, үлгінің жоғалуына және аспаптың мен басқа жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Save** (Сақтау) (→ "сур. 49") батырмасын басқан кезде өзгерістер қабылданады. Өзгерістерді boldырma үшін **Cancel** (Болдырмау) батырмасын басыңыз.

5.9.8 Кювет жүйесін қалыптастыру үшін бағдарламаларға басымдық беру



сур. 50

Барлық қажетті бояу бағдарламаларын енгізгеннен кейін кювет жүйесін толтыруды есептеу керек. Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Бірінші қадамда, **әкімші** кювет жүйесіне қандай бағдарламаларды біріктіру керектігін анықтауы керек. Бағдарламаларды белсендеру үшін таңдау батырмалары қолданылады (→ "сур. 50-1").
- Бағдарламаның позициясы оның кювет жүйесін толтыруға біріктіру басымдығын анықтайты.



Нұсқау

Басымдық:

- Пайдаланушы жасаған бағдарламалардың позицияларын ғана жылжытуға рұқсат етіледі. Leica бояу бағдарламалары әрқашан реактивтер тізімінің басында болады.
- Төменгі позиция нөмірлері бар пайдаланушы жасаған бағдарламалар, жоғары позиция нөмірлері бар бағдарламаларға қарағанда, кювettік жүйені қалыптастыру кезінде көбірек ескерілетін болады.
- Leica бояу бағдарламаларының артында көптеген үлгілері бар пайдаланушы жасаған бағдарламаларды бағдарламалар тізімінің басына қою ұсынылады.

Бояу бағдарламасына жоғары немесе төмен басымдық бергіңіз келсе, оны тізімде басып, **Move** (Жылжыту) батырмалары арқылы тізімде жоғары немесе төмен жылжытыңыз:



- Бағдарлама тізімнің жоғарғы жағына жылжиды (→ "сур. 50-2")



- Бағдарлама бір жолға жоғары жылжиды (\rightarrow "сүр. 50-3")



- Бағдарлама бір жолға төмен жылжиды (\rightarrow "сүр. 50-4")



- Бағдарлама тізімнің төменгі жағына жылжиды (\rightarrow "сүр. 50-5")

- Басымдықтар өзгергеннен кейін кювет жүйесін қайта құру қажет (\rightarrow 6. 80 – 5.9.9 Кювет жүйесін қалыптастыру).

5.9.9 Кювет жүйесін қалыптастыру



Нұсқау

Бояу бағдарламаларының басымдықтары негізінде аспапта реактивтері бар станцияларды орналастыру есептеледі (\rightarrow 6. 79 – 5.9.8 Кювет жүйесін қалыптастыру үшін бағдарламаларға басымдық беру).

Бұл жағдайда келесі шарттар орындалады:


- Leica бояу бағдарламалары бірінші кезекте қарастырылады,
- Бояу және дифференциал ертінділері шаю суы бар ыдыстарға барынша жақын орналасуы тиіс,
- Бағдарламалардың басымдықтарын және процестер класстарына байланысты сақтау қажет,
- Ретімен қолданылатын процесс реактивтері бір-біріне жақын орналасуы керек.

- Кювет жүйесіне біріктірілетін бағдарламаларды таңдау үшін Define Bathlayout (Кювет жүйесін анықтау) (\rightarrow "сүр. 45-3") батырмасын басыңыз.
- Тиісті бағдарламаларды белгілеңіз, оларға басымдықтар беріңіз, содан кейін Execute Bathlayout (Кювет жүйесін қалыптастыру) (\rightarrow "сүр. 50-6") немесе Cancel (Болдырмау) батырмасын бағдарламаларды таңдауға оралу үшін басыңыз.



Ескерту

Ақпараттық хабарламаға (\rightarrow "сүр. 51") Define Bathlayout (Кювет жүйесін анықтау) батырмасын басқаннан кейін назар аударыңыз. Кювет жүйесінің есептеулерінің нәтижесін көрсету үшін Continue (Жалғастыру) батырмасын басыңыз.




сүр. 51



Нұсқау

- Егер кювettік жүйеге біріктіруге болатын бағдарламалардан көп бағдарлама таңдалса, экранда пайдаланушыға арналған Bathlayout Generation Result (Кювет жүйесін құру нәтижелері) (→ "сур. 52") ақпараттық хабарлама пайда болады. Сәтті біріктілген бағдарламалар Ready (Дайын) (→ "сур. 52-1") бағанында қанат белгісімен белгіленеді.
- Біріктілмейтін бағдарламалардың, себептері (→ "сур. 52-2") Not ready, Causes (Дайын емес, себептері) (→ "сур. 52-3") бағанында көрсетіледі.
- Тізімнің соңына дейін тексерілгеніне көз жеткізу керек.



сур. 52

- Бағдарламаларды таңдауға оралу үшін Continue (Жалғастыру) (→ "сур. 52-4") немесе Cancel (Болдырмау) батырmasын (→ "сур. 52-5") басыңыз (→ "сур. 50").



Ескерту

Сонымен қатар, Leica реактивтерін құю алдында Leica реактивтерінің жиынтығымен бірге берілген пайдалану нұсқауларымен танысу қажет!

5.9.10 Кювет жүйесін қалыптастырынан кейін реактивтерді құю



Нұсқау

- Жоғарыда сипатталғандай кювет жүйесін қалыптастырыңыз (→ 6. 80 – 5.9.9 Кювет жүйесін қалыптастыру).
- Көрсетілген кюветта жүйесін реактив толтыруды конфигурациялаусыз ғана сақтауға болатын болса, Save (Сақтау) батырmasын басыңыз (→ "сур. 53-3"). Содан кейін сақталған кювет жүйесін, кювет жүйесінің мәзіріне шақыруға болады. Қажет болса, бұл мәзірде дәйекті реттеуді орындауға болады (→ 6. 88 – 5.9.11 Кювет жүйесін бейімдеу). Реагент ыдыстарын толтыруды кюветка жүйесінің мәзірінде белгілі бір уақытта жоспарлауға болады (→ 6. 97 – 6.4 Станцияның сипаттамалары).



Ескерту


- Әсіресе, түсіру станцияларындағы ыдыстар үшін барлық ыдыстар ең төменгі толтыру деңгейінен жоғары толтырылуы керек (→ 6. 93 – 6.2.1 Реактивтерге арналған ыдыстарды дайындау және олармен жұмыс істеу). Ерекшелік "Бос UNL" мәні тағайындалған түсіру станциялары болып табылады.
- Алайда, қайталараптын түсіру станциялары жағдайында, егер тек бір станция жеткілікті болса, бағдарлама іске қосылуға дайын болуы мүмкін. Бұл түсіру өнімділігіне кепір әсер етіп, бояу процесінің үзіліуіне әкелуі мүмкін.
- Толтыру деңгейін сканерлегеннен кейін түсіру станцияларының қолжетімділігін тексеріп қажет болған жағдайда түзету қажет.

- Бағдарламалық жасақтама кювет жүйесінің өлшемін басым бағдарламаларды қолдана отырып есептегеннен кейін, пайдаланушы экранда көрсетілген нәтижелерге шолу жасайды (→ "сур. 53").



Нұсқау

- Егер Leica бағдарламалары кювет жүйесіне біріктірілмеген болса, (→ "сур. 53") дисплейі көрсетілгеннен өзгеше болады (суретте көрсетілмеген). Бұл жағдайда реактивтерді сипаттамаға сәйкес құюға болады (→ 6. 84 – Реактивтермен толтыру).
- Егер Leica бағдарламалары кювет жүйесіне біріктірілуі керек болса, кювет жүйесін құру кезінде **Ксиол UNL U04** және **U05** позицияларында кем дегенде 2 түсіру станциясы ескеріледі.
- Егер Leica бағдарламалары кювет жүйесіне біріктірілген болса, ең алдымен **95 % Alcohol Dehyd 1** реагентін қайталау қажет. Кювет жүйесі сұраған станция көк контурмен көрсетілген (→ "сур. 53-1").
- Қайталараптын **95 % Alcohol Dehyd 1** реагенті кювет жүйесінде "**95Dhy1**" қысқарту ретінде көрсетіледі.




сур. 53

95Dhy1 реактивтің қайталануы**Нұсқау**

Таңдалған бағдарламалар үшін реактив станциясы болмаса, Leica дилерімен пайдаланушы жасаған бағдарламаларды оңтайландырып көріңіз.


95Dhy1 реактивтің қайталану процедурасы келесі:

1. Adapt Bathlayout (Кювет жүйесін бейімдеу) (\rightarrow "сур. 53-2") батырмасын басыңыз.
2. Кейінгі ақпараттық хабарламаны қарап шығыңыз және оны **OK** батырмасын басу арқылы растаңыз. Экранда **Clipboard** (Айырбастау буфери) (\rightarrow "сур. 54") терезесі ашылады.



сур. 54

3. Кювет жүйесінде **95Dhy1** (\rightarrow "сур. 53-1") оны басу (станция жасыл түспен белгіленген), содан кейін **Duplicate** (Қайталау) батырмасын (\rightarrow "сур. 54-1") **Clipboard** (Айырбастау буфери) терезесінде басыңыз. Осыдан кейін таңдалған станцияның толық көшірмесі **Clipboard** (Айырбастау буфери) (\rightarrow "сур. 54-2") терезесінде көрсетіледі.
4. "Clipboard" (Айырбастау буфери) терезесінен станцияны таңдаңыз, содан кейін "Bathlayout" (Кювет жүйесіндегі) сәйкес позицияны басыңыз. Қайталанатын станция айырбастау буферінен кювет жүйеге аудысады (\rightarrow "сур. 55-1").



сүр. 55

5. **Finish** (Аяқтау) батырмасын (\rightarrow "сүр. 54-3") **Clipboard** (Айырбастау буфері) терезесінде "Yes" (Иә) батырмасы арқылы өзгертуді қолдану және айырбастау буфері жабу үшін және ақпараттық хабарды растаңыз.

- ✓ Сәтті қайталанған **95Dhy1** станциясы және түпнұсқа станция кювет жүйесінде сәйкестендіру белгісімен (∞) көрсетіледі (\rightarrow "сүр. 55-1").

Реактивтермен толтыру


1. **Fill reagents** (Реактивтермен толтыру) батырмасын басыңыз (\rightarrow "сүр. 55-2").
2. Жаңа **Fill reagents** (Реактивтермен толтыру) (\rightarrow "сүр. 56") терезесінде, толтырылатын станциялар қызығылт сары түспен ерекшеленеді (\rightarrow "сүр. 56-1").



Нұсқау

Қызығылт сары түс тек пайдаланушы жасаған және қосылған Leica бояу бағдарламасының реактивтерімен ерекшеленеді (\rightarrow "сүр. 56"). Содан кейін реактивтер Leica реактивтер жиынтығынан сканерленеді (\rightarrow 6. 85 – Leica реактивтер жиынтығынан реактивтермен толтыру).

3. Белгіленген ыдыстарды аспабының сыртындағы тиісті реактивтермен дәйекті түрде толтырыңыз, содан кейін оларды қайтадан аспапқа дұрыс ретпен орнатыңыз.
4. Экрандағы (\rightarrow "сүр. 56-1") тиісті станцияны басу арқылы реагенттері бар ыдыстарды толтыруды және қалпына келтіруді растаңыз.
5. Қызығылт сары түспен белгіленген барлық станциялар, соның ішінде түсіру станциялары үшін осы қадамдарды қайталаңыз (\rightarrow "сүр. 56-2").



сүр. 56



Ескерту

Тапсырманы орындау жоспарын дәл орындау қажет. Кез келген ауытқу бояудың жағымсыз нәтижелеріне әкелуі мүмкін.

Leica реактивтер жиынтығынан реактивтермен толтыру




Нұсқау

95 % Alcohol Dehyd1 (→ 6. 83 – 95Dhy1 реактивтің қайталануы) станциясы қайталанғаннан кейін және реактивтер толтырылғаннан кейін (→ 6. 84 – Реактивтермен толтыру), Leica жиынтығындағы реактивтер ақыры сканерленеді.

1. Экранда ақпараттық хабарлама пайда болған кезде, (→ "сүр. 57") картон қораптағы жапсырманы аспаптың алдыңғы жағындағы RFID бергішінін алдына қойып, (→ "сүр. 58-1") сканерлеңіз.
2. Осыдан кейін ақпараттық хабарламаға сәйкес Leica реактиві бар бірінші ыдысты сканерлеуге етіңіз (→ "сүр. 58-2"). Жапсырманы аспаптың алдыңғы жағындағы (→ "сүр. 58-1") бергішінін алдында реактивті ыдыста ұстаңыз, сонда оны сканерлеуге болады.
3. Жаңа терезеде Change Leica kit reagent (Leica жиынтығынан реактивті өзгерту) (→ "сүр. 59"), толтырылатын станция қызығылт сары түспен ерекшеленеді. (→ "сүр. 59-1").
4. Аспаптың сыртында орналасқан белгіленген реактив ыдысын тиісті Leica реактивімен толтырыңыз және оны қайтадан құрылғыдағы дұрыс ретпен орнатыңыз.
5. Экрандағы (→ "сүр. 59-1") тиісті батырмасы басу арқылы реагенттері бар ыдысты толтыруды және қалпына келтіруді растаңыз.


6. Осыдан кейін жеке реагентті ыдыстардағы жапсырмаларды нұсқауларға сәйкес сканерлеп, (→ "сур. 58-2") 2-5 қадамдарды қайталаңыз.



сур. 57



сур. 58



сур. 59



Нұсқау

Пайдаланушыда картон қаптамасынан реактивтерді сканерлеуге 5 минут және реактиві бар әрбір ыдыс үшін 5 минут бар.

Үйдісты сканерлеу немесе реактивпен орау қатесі болған жағдайда, пайдаланушының реактив жапсырмасы дұрыс емес деп танылғанға дейін 2 қосымша әрекеті болады.



Ескерту

Leica реактивтерінің әрбір жинағын тек бір рет сканерлеуге болады!

- Leica реактивтер жинағын сканерлеуді тек Leica реактивтер жинағының жарамдылық мерзімі өтпей-ақ қаптама жапсырмасын сканерлеу басталғанға дейін берілген ақпараттық хабарламадағы **Cancel** (Болдырмау) батырмасы арқылы және (→ "сур. 57") – да көрсетілгендей арқылы жоюға болады.
- Сканерлеу кейінірек жасалуы мүмкін. Бұл процедура туралы қосымша ақпаратты (→ б. 104 – Реактивті ауыстыру) (→ "сур. 76") және (→ "сур. 78") қараңыз.
- Егер бірінші жапсырманы сканерлегеннен кейін операция тоқтатылмаса (картон қаптамасы), Leica реактивтер жинағының жарамдылық мерзімі өткен болып саналады.



Нұсқау

Реактивтерді басқару жүйесі (**RMS**) (РБЖ) Leica реактивтері үшін келесі деректерді автоматты түрде қолданады:

- Пайдалану күні (ашылғаннан кейін)
- Төсеніш шындардың қалған саны
- Төсеніш шындардың макс. саны
- Жарамдылық мерзімі
- Топтама нөмірі




Ескерту

- Кювет жүйесінің орналасуын дәл сақтау қажет. Кез келген ауытқу бояудың жағымсыз нәтижелеріне әкелуі мүмкін.
- Leica реактивтер жиынтығының барлық ыдыстары сканерлеуге жатады.
- Басқа Leica реактивтер жиынтығынан Leica реактивтері пайдаланылмайтынына көз жеткізініз.
- Реагент ыдыстары әрқашан қауіпсіздік нұсқауларына сәйкес аспаптың сыртында толтырылуы керек.



Нұсқау

Соңында, экрандағы ақпараттық хабарлама пайдаланушыны толтыру деңгейін автоматты сканерлеуді іске қосуды ұсынады. Сканерлеу процесін бастау үшін ақпараттық хабарламадағы **OK** батырмасын (→ "сур. 60") басыңыз.



сур. 60

5.9.11 Кювет жүйесін бейімдеу



Автоматты түрде қалыптасқан және оңтайландырылған кювет жүйесін бейімдеу пайдалануышының арнағы талаптары ескерілмеген немесе Leica бағдарламасы талап еткен жағдайда ғана орындалуы керек. Сондықтан Leica реагенттерінің жиынтығымен бірге пайдалану нұсқауларын қатаң сақтаңыз! Кювет жүйесін бейімдеу үшін әкімші режимі қажет. Кювет жүйесінің кез-келген бейімделуі үлгінің өтуін нашарлатып, бояу нәтижесіне әсер етуі мүмкін!

Кювет жүйесін бейімдеу кезінде келесі талаптарды сақтау қажет:

- Реагент станцияларын ыдыс аймағының бір жағынан екінші жағына жылжытпаңыз, себебі бұл өткізу уақытының жағымсыз үлғауына әкеледі.
- Қайталанатын станциялар ыдыстың бір жағында орналасуы керек ([— "сур. 40"](#)) ([— "сур. 65"](#)), әйтпесе бейімделген кювет жүйесін сақтау мүмкін болмайды.
- Тұсіру өнімділігін қолдау және бояу процесінің күтпеген үзілістерін болдырмау үшін 5 тұсіру станциясының әрқайсысына тұсіру реактивін тағайындау қажет ([— 6. 73 – 5.9.5 Жаңа бояу бағдарламасын жасаңыз немесе қөшіріңіз](#)).
- Егер тұсіру станциясы толтырылмаған ыдысқа тұсіру үшін пайдаланылуы керек болса, **UNL Empty** (Бос **UNL**) бағдарламасының соңында кез келген жағдайда ([— 6. 65 – 5.8.3 Процесс класстары](#)) дұрыс байланыстыру қажет. Ешбір жағдайда тұсіру станциясына тағайындалған реактивті алып тастау арқылы 5 тұсіру станциясы шегінде пайдаланылмаған позицияны құруға болмайды. Бұл тұсіру өнімділігіне кері әсер етіп, бояу процесінің үзіліуіне әкелуі мүмкін.



Нұсқау

Кюветтік жүйені құру кезінде бағдарламаның соңғы қадамынан таңдалған реактивтер (**UNL**, тұсіру үшін) жеке тұсіру станцияларына автоматты түрде тағайындалады. Ол үшін арнағы тұсіру станцияларының белгіленген саны пайдаланушы құткен өткізу қабілеттілігіне және зертханадағы жұмыс процесіне сәйкес келетіндігін тексеру қажет. Тағайындалған тұсіру станцияларының бір-біріне қатынасын **Adapt Bathlayout** (Кювет жүйесін бейімдеу) функциясы арқылы өзгертуге болады. Жеке тұсіру станциялары қажет болған жағдайда қайталануы немесе жойылуы мүмкін.

HistoCore SPECTRA ST қалыптастырған кювет жүйесін оңтайландырудың барлық ережелерін ескере отырып, нақты талаптарға бейімдеу қажет болған жағдайда, мұны **Adapt Bathlayout** (Кювет жүйесін бейімдеу) ([— "сур. 61-1"](#)) функциясының көмегімен жасауға болады.


Бұл мүмкіндік кювет жүйесінде станциялардың позицияларын ауыстыруға және/немесе қайталауға мүмкіндік береді.

Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:


1. Кювет жүйесінің терезесінде (\rightarrow "сур. 61") **Adapt Bathlayout** (Кювет жүйесін бейімдеу) батырмасын басыңыз (\rightarrow "сур. 61-1").
2. (\rightarrow "сур. 62") (\rightarrow "сур. 63") -дан кейін пайда болатын ақпараттық хабарламаларды қарап шығыңыз және оларды растаңыз немесе **Cancel** (Болдырмау) (\rightarrow "сур. 63") батырмасын кювет жүйесінің терезесіне оралу үшін басыңыз.
3. Растаудан кейін **Clipboard** (Айырбастау буфері) (\rightarrow "сур. 64") ашылады, онда реагенттермен 6 станцияға дейін (\rightarrow "сур. 64-1") ауыстыруға болады.




сур. 61



сур. 62



сур. 63



сүр. 64

**Нұсқау**

- Реактив атауының алдында **L** әрпімен белгіленген Leica реактивтері бар станциялар
(→ "сүр. 61-3") аудыстыру мүмкін, бірақ қайталаңбайды.
- .

**Нұсқау**

- Айырбастау буферін жабу оның ішінде реактив станциялары болмаған жағдайда ғана мүмкін болады.
- Adapt Bathlayout** (Кювет жүйесін бейімдеу) функциясы арқылы жасалған әрбір өзгертуден кейін экранда пайдаланушыға толтыру деңгейін автоматты түрде сканерлеуді орындауды нұсқайтын ақпараттық хабарлама пайда болады. Сканерлеу процесін бастау үшін ақпараттық хабарламадағы **OK** батырмасын басыңыз.

Кювет жүйесін толтырудың екі жолы бар:

Реактивті станцияларды жылжыту:

1. Реактивті станцияларды жылжыту үшін экранды түртіп, (\rightarrow "сур. 61") содан кейін айырбастау буферіндегі қол жетімді позицияны тұрту арқылы оларды кювет жүйесінде жеке таңдаңыз (\rightarrow "сур. 64-1").
2. Бұл реактивті станцияны айырбастау буферіне жылжытады (\rightarrow "сур. 64-1").
3. Соңында, айырбастау буферінде реактивті станцияны таңдап, оны басып, кювет жүйесіндегі қажетті (қол жетімді) (\rightarrow "сур. 61-2") станцияға жылжытыңыз.
4. Өзгерістерді сақтау үшін **Finish** (Аяқтау) (\rightarrow "сур. 64-3") батырмасын басып, айырбастау буферіне оралу үшін **Yes** (Иә) немесе **No** (Жоқ) батырмасын басу арқылы ақпараттық хабарламаны растаңыз.
5. Өзгерістерді жою үшін **Cancel** (Болдырмау) (\rightarrow "сур. 64-2") батырмасын басып, **Yes** (Иә) батырмасын басу арқылы ақпараттық хабарламаны растаңыз.

Реактив станциясының қайталануы

1. Реактив станциясы қайталау үшін экранды тұрту арқылы, кювет жүйесінде оны таңдаңыз.
2. Осыдан кейін **Duplicate** (Қайталау) (\rightarrow "сур. 64-5") батырмасын басыңыз.
3. Нәтижесінде, реактивті станция айырбастау буферінде пайда болады. Бұл станция мен түпнұсқа станция сәйкестендіру белгісімен көрсетіледі (\rightarrow "сур. 61-4").
4. Осыдан кейін, айырбастау буфердегі қайталанатын реактивті станцияны таңдап оны басу арқылы, оны кювет жүйесіндегі түпнұсқа станцияның жанындағы қажетті (қол жетімді) станцияға жылжытыңыз.
5. Өзгерістерді сақтау үшін **Finish** (Аяқтау) батырмасын басып, айырбастау буферіне оралу үшін **Yes** (Иә) немесе **No** (Жоқ) батырмасын басу арқылы ақпараттық хабарламаны растаңыз.
- Өзгерістерді жою үшін **Cancel** (Болдырмау) батырмасын басып, **Yes** (Иә) батырмасын басу арқылы ақпараттық хабарламаны растаңыз.



Нұсқау

- Қайталанатын реактив станциялар реактивте ұзақ ұсташа уақыты бағдарламаның қадамдары үшін мағынасы бар. Қайталау бағдарламаның бір кезеңіне екі тең реактивті станцияны дайындауға мүмкіндік береді, бұл жоғары өткізу қабілеттілігін сақтауға кепілдік береді.
- Қайталанатын реактив станцияларын жою үшін **Delete** (Өшіру) батырмасын пайдалануға болады (\rightarrow "сур. 64-4"). Ол үшін кювет жүйесінде осы станцияларды басу арқылы белгілеп, "**Delete**" (Өшіру) батырмасын басыңыз.


6. Аспапты күнделікті пайдалануға іске қосу

6.1 Аспапты күнделікті іске қосуға дайындау



Нұсқау

- (→ "сур. 65")-да ыдыс өрісіндегі әртүрлі станцияларға шолу жасайды.
- Ыдыс өрісіндегі барлығы 36 реактивтік станция және 6 шаятын су станциясы бар.
- Реактивтерге арналған әр ыдыстың сыйымдылығы макс. 380 мл.



сур. 65

- 1 6 пеш станциялары
- 3 ыдыстың сол жақ өрісі
- 4 Шаятын су станциялар (төрт станция тобы)
- 5 ыдыстың оң жақ өрісі
- 6 5 түсіру станциялар
- 7 Кептіру өткізу станциясы
- 8 Шаятын су станциялар (екі станция тобы)
- 9 5 жүктеу станциялар

6.2 Аспапты күнделікті пайдалануға іске қосу



Нұсқау

Аспапты күнделікті іске қоспас бұрын тексеріңіз және қажет болса, аспапқа су беруді ашыңыз.

- Аспаптың қаптамасын ашыңыз және реактив ыдыстың қақпағын алыңыз.
- Аспапты қосыңыз.

Аспапты инициализациялау кезінде толтыру деңгейін автоматты бақылау

Инициализация кезінде келесі аймақтарда толтыру деңгейін автоматты түрде бақыланады:

- Реактив ыдыстар
- Шаятын су бар ыдыстар
- Реагенттерді жүктеу және түсіру станцияларына арналған ыдыстар
- Пеш станциясы



Нұсқау

Егер аспапта әлі толтырылмаған немесе әлі ашылмаған реактивтерге арналған штативтер немесе ыдыстар болса және/немесе шаятын суы бар ыдыстар жұмыс істеуге дайын болмаса, онда толтыру деңгейін автоматты түрде бақылау кезінде бұл жағдай танылады және тиісті хабарлама шығады.

6.2.1 Реактивтерге арналған ыдыстарды дайындау және олармен жұмыс істеу

Аспаптың кедергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін келесі нұсқауларды сақтау және орындау қажет.

Реактивтерге арналған ыдыстың тұтқасын бекіту

Реагент ыдысының тұтқасы реактив ыдысына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер олай болмаса, тұтқаны ([→ "сур. 66"](#)) көрсетілгендей бекітіңіз.

Реактивтерге арналған ыдыстарды толтыру және босату




Ескерту


Шын мәнінде, реактивті ыдыстарды басқа реактивті ыдыстарға және аспаптың ішкі құрамдас бөліктері төгілу қаупін болдырмау немесе азайту үшін аспаптың сыртында толтыру немесе босату керек. Реагент ыдыстарын толтырғанда немесе босатқанда әдеттегідей әрекет етіңіз және қолданыстағы зертханалық ережелерді сақтаңыз. Реактивтер төгілген немесе реактивтері бар басқа станциялар ластанған жағдайда оларды дереу тазалап қайта толтыру қажет. Реагенттердің қажетсіз булануын болдырмау үшін, аспап пайдаланылмаған кезде ыдыстарды жабық ұстай керек.

Реагенттерге арналған ыдыстарды

- Екі түрдегі реагенттерге арналған ыдыстарды толтыру кезінде ыдыс ішіндегі толтыру деңгейінің белгілерін қадағалаңыз (\rightarrow "сур. 66") (\rightarrow "сур. 67").
- Егер реактив деңгейі максималды (\rightarrow "сур. 66-1") минималды толтыру деңгейі белгілерінің арасында болса, жеткілікті толтыру деңгейіне (\rightarrow "сур. 66-2") кепілдік беріледі.
- Егер арнайы бояғыш ішпектер (\rightarrow "сур. 67") реактив ыдыстарында реактив көлемін азайту үшін пайдаланса, алдымен реактив ыдысына салыңыз, содан кейін реактивті кем дегенде көрсетілген минималды толтыру деңгейіне дейін толтырыңыз, (\rightarrow "сур. 67-2"), бірақ максималды толтыру деңгейінен жоғарынан емес (\rightarrow "сур. 67-1").



сур. 66



сур. 67

Ыдыс өрісіне реактив ыдысын кірістіру

- Негізгі мәзірден Bathlayout (Кювет жүйесі) (\rightarrow 6. 42 – 5.5 Басты мәзір - шолу) таңдап, кювет жүйесін сәйкес реактивті ыдысқа дұрыс күйге қойыңыз.




Нұсқау

Ыдыс өрісіне тұтқасы бар реактивті ыдыстарды ыдыс өрісіне қараған кезде ыдыстың оң жағында болатындей етіп абайлап орнатыңыз (\rightarrow "сур. 68-1"). Тұтқаның бұл бағыты сонымен қатар реагенттері бар ыдыстарды жүктеу немесе түсіру станциясына,



Нұсқау

5 төсөніш шындар штативтің тұтқасына ұқсас, арнайы бояғыштарға арналған кірістіру арнайы тапсырмаларға арналған реактивтермен химиялық реакцияны болдырмайтын арнайы жабынмен жабдықталған (мысалы, темірді анықтау үшін берлин лазурі бояу, Грекотт немесе Гомори сияқты күміспен бояу). Қапталған керек-жарақтармен бірге қолданылуы керек реактивтер туралы толығырақ (\rightarrow 6. 171 – А1. 1-ші қосымша - үйлесімді реактивтер) қараңыз.



сүр. 68

**Ескерту**

Реактивтерге арналған ыдыстарды аспапқа орнатқан кезде оларды станция нөмірінен бір жаққа жылжытпау керек. Ол үшін реагентті ыдыстардың алдыңғы жағындағы ойық (\rightarrow "сүр. 68-2") мен станция нөмірі (\rightarrow "сүр. 68-3") бір деңгейде екеніне көз жеткізіңіз.

6.2.2 Толтыру деңгейін автоматты түрде бақылау

Реактивтерге арналған ыдысты толтырғаннан және орнатқаннан кейін, (\rightarrow "сүр. 69-1") барлық қолданылатын реагенттердің толтыру деңгейінің дұрыстығын тексеру қажет, ол үшін толтыру деңгейін автоматты түрде бақылау жүзеге асырылады.

**Нұсқау**

- Кювет жүйесін қалыптастыру кезінде жүктеу және түсіру станциялары есепке алынбайды. Жүктеу және түсіру станцияларындағы реагенттерді пайдаланушы анықтауы және бақылауы керек.
- Жүктеу және түсіру станцияларындағы реагенттер, реагенттерді басқару жүйесімен бақыланбайды. Сондықтан пайдаланушы осы станциялардағы реагенттердің мінсіз күйіне жауап береді.

Толтыру деңгейін қолмен тексеруді бастау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Негізгі мәзірде **Bathlayout** (Кювет жүйесі) (\rightarrow 6. 42 – 5.5 Басты мәзір - шолу) шақырыңыз.
- Fill Level Scan** (Толтыру деңгейін бақылау) (\rightarrow "сүр. 69-1") батырмасын мәзір терезесінің төменгі жағында орналасқан.
- Толтыру деңгейін бақылауды бастау үшін осы батырмасын басыңыз.



Нұсқау

Толтыру деңгейін бақылау арқылы анықталған ақаулар экранда көрсетіледі. Ақпараттық хабарламаларды орындаңыз және, мысалы, толтыру деңгейін реттеңіз, қақпақты алыңыз, реактивті ыдыстарды қосыңыз және т. б.

6.3 Реактивтерді басқару жүйесі (РБЖ)



Аспаптағы кювет жүйесінің ([— "сур. 69"](#)) көрші мәзір батырмасын басу арқылы көрсетіледі. Бұл дисплей реактив станцияларының, шаятын су станцияларының және аспапты жүктеу және түсіру станцияларының ағымдағы орналасуын көрсетеді.



сур. 69

Жеткізу кезінде аспаптың қүйінде кювет жүйесі бос, өйткені реактивтер әлі анықталмаған және кювет жүйесі қалыптаспаған.

Егер реактивтер ([— 6. 62 – Жаңа реактивті жасау немесе реактивті көшіру](#)) мен бағдарламалар ([— 6. 73 – 5.9.5 Жаңа бояу бағдарламасын жасаңыз немесе көшіріңіз](#)) анықталса және кювет жүйесі құрылса ([— 6. 80 – 5.9.9 Кювет жүйесін қалыптастыру](#)), шолу терезесінде ([— "сур. 69"](#)) шолуда аспаптың барлық станциялары нақты ретімен көрсетіледі.

Кювет жүйесінде көрсетілген әрбір реактивті ыдыста қосымша ақпаратты қамтиды:


- Станция нөмірі ([— "сур. 69-2"](#))
- Реактив атауын қысқарту ([— "сур. 69-3"](#))

- Фондық тұс (["сүр. 70"](#))
- Реактивтері бар қайталанатын станция үшін сәйкестендіру белгісі (["сүр. 69-4"](#))



Нұсқау

- Фондық тұс реактив шығынның күйін көрсетеді (["сүр. 70"](#)). Реактив қолданылған кезде тұс жолағы төмennен жоғары қарай көтеріледі және шығын күйін ескере отырып тұсін өзгертеді.
- Шығын күйі **Қызыл** (["сүр. 70-3"](#)) болғанда, бірақ станциядағы индикатор қызыл болып жыпылықтай бастағаннан кешіктірмей, сәйкес реактивті ауыстыру қажет. Егер бұл орындалмаса, Leica бояу бағдарламаларын іске қосу мүмкін болмайды.
- RMS (РБЖ) туралы қосымша ақпарат алу үшін (["б. 61 – 5.8 Реактивтер тізімі"](#)) қараңыз.



- 1 Жасыл: Шығынның максималды шегінен 0-80 % шығын
- 2 Сары: Шығынның максималды шегінен 80–95 % шығын
- 3 Қызыл: Шығынның максималды шегінен 95–100 % шығын

6.4 Станцияның сипаттамалары

Станцияны басқан кезде кювет жүйесінің терезесінде станция туралы қосымша ақпарат көрсетіледі (станцияның сипаттамалары). Станциялардың келесі түрлерін олардың қысқартулары бойынша ажыратады:

- | | |
|----------------|--|
| L01-L05 | Жүктеу станциялары |
| SID | Үлгі төсөніш шыны есептегіш станциясы және титулдық блокты сәйкестендіру (қосымша) |
| 001-006 | Үлгі төсөніш шыны кептіруге және парафинді балқытуға арналған пеш станциялары |
| R01-R42 | Реактивті станциялар |
| W08-W09 | Шаятын су станциялар (төрт станция тобы) |
| W22-W23 | |
| W36-W37 | Шаятын су станциялар (екі станция тобы) |
| D01-D02 | Кептіру өткізу станциялар |
| U01-U05 | Түсіру тартпасында түсіру станциялары |

Төсөніш шындардың санау станциясы (SID):

Бұл станцияны басқан кезде экранда үлгі төсөніш шыны санау станциясы туралы еске салатын ескерту көрсетіледі. **Close** (Жабу) (\rightarrow "сүр. 71") батырмасы терезені жабу үшін қолданылады.



Пеш станциялары:

Пеш станциясының егжей-тегжейлі көрінісі (\rightarrow "сүр. 72"):


- Ағымдағы температура (\rightarrow "сүр. 72-1"),
- Белгіленген температуралы баптау (\rightarrow "сүр. 72-2") және
- 6 пеш станциясының (\rightarrow "сүр. 72-3") жұмыс режимі.

Close (Жабу) (\rightarrow "сүр. 72-4") батырмасы терезені жабу үшін қолданылады.



Шаятын су станциялар (төрт станция тобы):

Шаятын су станциясының егжей-тегжейлі көрінісі ([→ "сур. 73"](#)) бір су тізбегіне қосылған барлық басқа шаятын су станцияларына қатысты. **Close** (Жабу) батырмасы терезені жабу үшін қолданылады.



сур. 73

Шаятын су станциялар (екі станция тобы):

Екі станция топтың шаятын су станциясын басқанда, мысалы, тазартылған немесе минералсыздандынған сүмен ([→ "сур. 74-1"](#)) немесе шаятын сүймен ([→ "сур. 74-2"](#)) екінші су тізбегіне қосылған екі су станциясын көрсететін ақпараттық терезе ашылады.

**Нұсқау**


Қосылған беру көзіне байланысты ([→ 6. 30 – 4.2.1 Барлық 6 шаятын су станцияларын бірлесіп қосу](#)) ([→ 6. 31 – 4.2.2 Арасынан 4+2 шаятын су станциялары](#)), осы мәзірде тиісті таңдау жасалуы керек.

Шаятын су станцияларын бағдарламалай (екі станция тобы) тек **Supervisor** (Әкімші) режимінде мүмкін болады.

**Ескерту**

Жақсы бояу сапасына қол жеткізу үшін шаятын су ыдыстарын дұрыс орналастырып, қосу керек.

- Параметрлерді қолдану үшін Save (Сақтау) (\rightarrow "сур. 74-3") батырмасын басыңыз немесе өзгерістерді сақтамай терезені жабу үшін Cancel (Болдырмау) (\rightarrow "сур. 74-4") батырмасын басыңыз.



Жүктеу тартпасында жүктеу станциялары


Аспапты жеткізу кезінде реактивтер жүктеу станцияларына әлі тағайындалмаған.

Егер реагент жүктеушіге тағайындалуы керек болса, келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Кювет жүйесінде (\rightarrow "сур. 19-1") оны басу арқылы тиісті станцияны таңдаңыз.
- Ашылған **Station Details** (Станцияның сипаттамалары) терезесінде қол жетімді реактивтер тізімін ашу үшін қара **Reagent name** (Реактивтің атаяу) (\rightarrow "сур. 75-1") батырмасын басыңыз (\rightarrow 6. 61 – 5.8 Реактивтер тізімі).
- Қажетті реагентті тұрту арқылы таңдаңыз, содан кейін **Apply** (Колдану) батырмасын басыңыз.
- Параметрлерді қолдану үшін Save (Сақтау) (\rightarrow "сур. 75-2") батырмасын басыңыз немесе өзгерістерді сақтамай терезені жабу үшін Cancel (Болдырмау) (\rightarrow "сур. 15-3") батырмасын басыңыз.

✓ Тағайындалған реагенттің атаяу кювет жүйесінде көрсетіледі.

Таңдалған жүктеу станциясында реагент енді қажет болмаса, **Clear** (Тазалау) (\rightarrow "сур. 75-4") және Save (Сақтау) (\rightarrow "сур. 75-2") батырмаларын басу арқылы сәйкес реагенттің тағайындалуын **Station Details** (Станцияның сипаттамалары) терезесіндегі жоюға болады.



сур. 75

**Нұсқау**

Кювет жүйесін қалыптастыру кезінде жүктеу станциялары есепке алынбайды. Жүктеу станцияларындағы реактивтерді пайдаланушы анықтауы және бақылауы керек.

Түсіру тартпасында түсіру станциялары

Реагенттерді 5 түсіру станциясына тағайындау кювет жүйесінде жүзеге асырылатын таңдалған бағдарламаның соғы қадамдарының тағайындалуына байланысты. Бағдарламаның соғы қадамы жұмыс станциясы режимінде HistoCore SPECTRA CV -де түсіру тартпасында, түсіру станциясында немесе өткізу станциясында болуы керек. Егер бағдарлама 5 түсіру станциясының бірінде аяқталуы керек болса, бағдарламаның соғы қадамы ретінде құрылған немесе алдын-ала орнатылған UNL процесс классының реактивін тағайындау қажет.

**Ескерту**

Бағдарламаның соғында штативтер бағдарламада соғы қадамы ретінде берілген тиісті түсіру реактивтерімен толтырылған өткізу станциясына немесе бос түсіру станциясына тасымалданады. Бұл ережені сақтамау үлгілерге зақым келтіруі мүмкін.

Түсіру станцияларын тағайындаудағы мүмкін сәйкесіздіктерге байланысты өнделген штативтер түсіру станцияларынан уақытылы алынуы керек. Бұл шартты сақтамау түсіру өнімділігіне көрі әсер етуі және бояу процесінің үзіліуіне әкелуі мүмкін.

Реактив станциялар және түсіру станциялары

Реактив станцияны немесе түсіру станциясын басқан кезде ақпараттық терезе ашылады. Онда станция түрі туралы қосымша тиісті деректер (реактив станциясы ([→ "сур. 76"](#)), Leica реактив станциясы ([→ "сур. 78"](#)), түсіру станциясы) көрсетіледі.

Reagent name (Реактив атавы)

([→ "сур. 76-1"](#)), Abbreviation
(қысқарту) ([→ "сур. 76-2"](#))

([→ 6. 62 – Жаңа реагентті жасау немесе реагентті көшіру](#))

Unload Station reagent name (Түсіру станциясындағы реагенттің атавы)
([→ "сур. 77-1"](#))**Consumption status (Шығынның күйі)** ([→ 6. 96 – 6.3 Реактивтерді басқару жүйесі \(РБЖ\)](#))
([→ "сур. 76-3"](#))**Remaining slides (Қалған шындар)**
([→ "сур. 76-4"](#)), Slides max. (Макс. шынды)
([→ "сур. 76-6"](#))

Өндөуге болатын қалған төсеніш шындардың санын көрсетеді. Штативті аспапқа орнатқан кезде оның құрамындағы төсеніш шыны санау станциясымен есептеледі және қалған төсеніш шыны санынан алынады.

Slides since exchange
(Аудыстырғаннан кейін төсеніш шындар)
([→ "сур. 76-5"](#))

Реактивтерді соңғы аудыстырғаннан бері өнделген төсеніш шындардың санын көрсетеді.

Onboard shelf life after opening
(Ашылғаннан кейін жарамдылық мерзімі)
([→ "сур. 76-7"](#))

Реактивке арналған ыдысқа құйылған реагенттің беріктігін көрсетеді.

Insert Yes/No (Иә/Жоқ ішпегі)
([→ "сур. 76-8"](#))

Yes (Иә), арнайы бояғыштар үшін кірістіру және 5 төсеніш шынға арналған штатив қолданылады. Бұл станцияны 30 төсеніш шыны штативтері бар бағдарламалар үшін пайдалану мүмкін емес ([→ 6. 61 – 5.8 Реактивтер тізімі](#)).

Exclusive Yes/No (Ерекше Иә/Жоқ)
([→ "сур. 76-9"](#))


Yes (Иә) параметрі реагенттің тек бір бағдарламада тағайындалғанын білдіреді. **No** (Жоқ) реагентті бірнеше бағдарламада пайдалануға мүмкіндік береді ([→ 6. 76 – 5.9.6 Жаңа бағдарлама қадамын кірістіру немесе көшіру](#)).

Expiry date (Жарамдылық мерзімі)
([→ "сур. 78-1"](#)),

ол Leica реагенттер жинағының қаптамасын сканерлеу кезінде автоматты түрде қолданылады.


Lot number (Топтама нөмірі)
([→ "сур. 78-2"](#))

Реактивті станцияның егжей-тегжейлі көрінісі




сүр. 76

Тұсіру станциясының егжей-тегжейлі көрінісі



сүр. 77

Leica реактивті станцияның егжей-тегжейлі көрінісі



сүр. 78

Реактивті аудыстыру

- Егер RMS (РБЖ) реагенттің дерлік немесе толық пайдаланылғанын көрсетсе, реагентті аудыстыру қажет. Бұл аудыстыру **Update Reagent** (Реактивті жаңарту) ([— сүр. 76-10](#)) батырмасын басу арқылы расталуы керек.
- реактивтерін аудыстырған кезде алдымен **Update Reagent** (Реактивті жаңарту) батырмасын басыңыз, содан кейін терезеде сканерлеу және толтыру нұсқауларын орындаңыз ([— б. 85 – Leica реактивтер жиынтығынан реактивтермен толтыру](#)).
- Close** (Жабу) ([— сүр. 76-11](#)) батырмасы терезені жабу үшін қолданылады.

**Нұсқау**

- Есіңізде болсын: Реактивтерді RMS (РБЖ) деректеріне одан әрі жаңарта отырып аудыстыру, егер аспап жұмыс істеп тұрған жағдайда және аспапта штативтер (жүктеу және түсіру тартпаларың қоса алғанда) болмаған жағдайда ғана мүмкін болады.
- Пайдаланушы жасаған бояу бағдарламасы реагентті өзгерту сұрауына қарамастан пайдалануды жалғастырса, төсөніш шындардың саны **Slides max.** (Төсөніш шындардың макс. саны) ([— сүр. 76-6](#)) мәнінен асады. Слайдтар санының артын аудыстырудан кейінгі **Slides since exchange** (Аудыстырудан кейінгі төсөніш шындардадар) және **Slides max.** (Төсөніш шындардың макс. саны) жолдарындағы ақпаратты салыстыру арқылы анықтауға болады ([— сүр. 76-5](#)).
- 30 артық төсөніш шындардың шегі Leica реактивтер жиынтығындағы реагенттерге қолданылады. Бұл шектеу Leica бағдарламасымен байланысты қосымша реагенттерге қолданылмайды (мысалы, спирт, ксиолол).

**Ескерту**

- Тиісті реактивті жаңартпай реактивтің күйін жаңарту сөзсіз бояу сапасының нашарлауына әкеледі.
- ЕШҚАШАН Update Reagent** (Реактивті жаңарту) батырмасын баспаңыз, егер реактив ауыстырылмаған болса.

**Нұсқау**

Leica реактивтерінің әрбір жинағын бір рет сканерлеуге болады!

Егер кювет жүйесі қайта пайда болса, бұрыннан қосылған Leica реактивтері жарамсыз болып саналады.

6.5 Штативті дайындау

**Ескерту**

- Әрбір штатив тұтқасында ([→ "сур. 80-1"](#)) 2 RFID чипі бар. Тиісінше, штатив тұтқаларын штативке үлгіні дайындау үшін ([→ "сур. 80-2"](#)) микротолқынды өңдеудің мүмкін кезеңінен кейін ғана бекітуге болады.
- Төсеніш шыны бар штативтерді Leica CV5030-ға беру кезінде жабын әйнектерінің астына бекіту үшін штативке бекіткіш орнату керек. Бекіткіш Leica CV5030 -ға жабын әйнектерінің астына қонуға мүмкіндік беретін төсеніш шындарды алдын ала белгіленген күйде ұстауға арналған. Бекіткішті HistoCore SPECTRA ST үлгілері бар штативті алып тастағаннан кейін ғана орнатуға болады. Бояу процесінде бекіткішті пайдалану аспапқа соқтығысуы мүмкін, бұл төсеніш шындарға мен үлгілерге зақым келтіруі мүмкін.

HistoCore SPECTRA ST бояу автоматы пайдалану үшін үйлесімді тұтқалары бар штативтердің екі түрлі түрі бар:

- Стандартты бояуға арналған 30 төсеніш шыны бар штатив ([→ "сур. 80"](#)).
- Арнайы бояуға арналған 5 төсеніш шыны бар штатив ([→ "сур. 81"](#)).

**Нұсқау**


HistoCore SPECTRA ST штативтерінен боялған төсеніш шындарды жабын астына қою үшін үшінші тарап аспабы пайдаланылса, HistoCore SPECTRA ST басқа өндірушілердің штативтерін пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл штативтер Leica өндірісінің тұтқаларымен жабдықталуы керек және осы өндірушімен мақұлдануы керек. Әдетте, бояудан кейін басқа өндірушілердің штативтері HistoCore SPECTRA ST түсіру тартпаға тасымалданады және пайдаланушы оларды сол жерден шығаруы керек.

Қол жетімді штатив тұтқалары қарау үшін ([→ 6. 160 – Басқа өндірушілердің штатив тұтқалары](#)).

Аспаптағы штативтерді қолданар алдында түрлі-түсті тұтқаларды дұрыс орнату керек.

Штатив тұтқалары бағдарламаның бұрын анықталған түсіне сәйкес бекітілуі керек ([→ 6. 68 – 5.9.1 Бояу бағдарламасына штатив тұтқасының түсін тағайындау](#)).

Төсөніш шындардың тұтқалары 9 түрлі түсте қол жетімді (бағдарламаның 8 түсі + ақ)
(\rightarrow б. 158 – 9.2 Қосымша керек-жарақтар).



сүр. 80



сүр. 81



Нұсқау

5 төсөніш шындар штативтің тұтқасында арнайы тапсырмалар үшін реактивтермен химиялық реакцияны болдырмайтын арнайы жабынмен жабдықталған (мысалы, темірді анықтау үшін берлин лазурі бояу, Грекотт немесе Гомори сияқты күміспен бояу). Қапталған керек-жарақтармен бірге қолданылуы керек реактивтер туралы толығырақ ([→ 6. 171 – А1. 1-ші қосымша - үйлесімді реактивтер](#)) қараңыз.

Ақ тұтқаның ерекше функциясы:

- Ақ тұтқаның бояу бағдарламасына тұрақты тағайындауды қажет етпейді.
- **ДЖОКЕР ФУНКЦИЯСЫНА** сәйкес бағдарламаны іске қосқан сайын ақ тұтқа бағдарламаның түсіне қайта тағайындалуы керек.
- Ол үшін штативті орнатқаннан кейін экранда таңдау мәзірі автоматты түрде ашылады.

Штатив тұтқаларын бекіту немесе ауыстыру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

Тұтқаны штативтен ажыратыңыз:

- Тұтқаны абайлап тартыңыз ([→ "сур. 82"](#)), осылайша бекіту қапсырмасын штативтегі тесіктерден шығаруға болады.

Тұтқаны штативке бекіту:

- Тұтқаны абайлап тартып, бекіту қапсырмасын штативтің сол және оң жағындағы тиісті тесіктерге кіретіндегі етіп көтеріңіз ([→ "сур. 82-1"](#)) ([→ "сур. 82-2"](#)).




сур. 82



Нұсқау

- Тұтқаның жоғарғы құйінде штативтің ортасында орналасқанына көз жеткізіңіз ([→ "сур. 82"](#)).
- Толтырғышты мықтап орналастыру үшін ([→ "сур. 83-3"](#)), тұтқаны аударылып қалудан ([→ "сур. 83-1"](#)) қосымша қорғаныс ретінде пайдалануға болатындей етіп ([→ "сур. 83-2"](#)) бір жаққа бүгіңіз.



сур. 83

**Ескерту**

- Төсөніш шындарды кірістіру кезінде (→ "сур. 83-3"), төсөніш шыны жапсырмасы жоғары және пайдалануши бағытына бағытталғанын қамтамасыз ету керек. Төсөніш шыны үлгісінің жағы міндепті түрде штативтің алдыңғы жағына қарауы керек.
- Штативтің алдыңғы жағында Leica логотипі бар. Тұтқаны бекітілген кезде, FRONT (Алды) жазуы көрінеді (→ "сур. 83").
- Егер төсөніш шындар дұрыс кірістірмеген болса, бояу процестің кейінгі орындалуында үлгілер зақымдалуы мүмкін.
- Төсөніш шындарда қолданылатын таңбалау және/немесе жапсырмалар аспапта қолданылатын еріткіштерге төзімді болуы керек.

**Нұсқау**

- Тек DIN ISO 8037-1 стандартына сәйкес келетін төсөніш шындар 30 және 5 төсөніш шыны бар штативтермен бірге пайдалануға рұқсат етіледі.
- Штативтер мен төсөніш шындар тұтқаларында баспа немесе қолмен таңбалауды қолданған кезде оларды қолдануды бастамас бұрын еріткішке төзімділігін тексеру қажет.
- Төсөніш шындарды штативке кірістіру кезде, төсөніш шындардың таңдалған бояу бағдарламасына сәйкес келетін штативке кірістіруіне көз жеткізу керек. Тұрлі-тұсті штатив тұтқалары сәйкес бояу бағдарламасына дәл байланыстыруды қамтамасыз етеді.
- Бір ұяға тек бір төсөніш шыны енгізілгеніне және орнату кезінде төсөніш шындың қисауына жол бермегеніне көз жеткізіліз.
- Сондықтан өте үлкен 76 мм x 52 мм төсөніш шындарды тек қосымша Leica керек-жарақтарының ұсынылған қыстырудада пайдалануға болады (→ б. 160 – Арнайы тапсырмалар үшін (өте үлкен төсөніш шындар)).

6.6 Бояу процесі

Бояу процесін орындау үшін келесі талаптар орындалуы керек:

- Барлық параметрлер оңтайландырылды (пештің параметрлері, т.б.).
- Бояу үшін қажетті бағдарламалар құрастырылған
(→ 6. 73 – 5.9.5 Жаңа бояу бағдарламасын жасаңыз немесе көшіріңіз).
- Реактив станциялары дұрыс реактивтермен толтырылған
(→ 6. 93 – 6.2.1 Реактивтерге арналған ыдыстарды дайындау және олармен жұмыс істеу).
- Толтыру деңгейін сканерлеу аяқталды (→ 6. 93 – 6.2 Аспапты құнделікті пайдалануға іске қосу).
- Бояуға арналған штативтер толтырылған, штативтерге дұрыс тұтқалар орнатылған
(→ 6. 105 – 6.5 Штативті дайындау).



Нұсқау

Егер бояу процестерін орындау кезінде **жұмыс қосқышы** (→ "сур. 13") басылса, онда аспапты бақыланатын өшіру басталады (→ 6. 118 – 6.6.6 Құнделікті ауысымды аяқтау). Ол үшін пайдаланушы **жұмыс қосқышы** екі рет басу арқылы аспаптың өшірілгенін раставуы керек.

6.6.1 Бояу процесін бастау



Ескерту

- Жарақаттанудың алдын алу үшін жүктеу тартпаның қозғалу аймағынан аулақ болыңыз.
- Штативті кірістіруі тек жүктеу тартпаның көмегімен мүмкін болады. Аспаптың қаптамасын ашу арқылы реактивтерді немесе пештерді еркін станцияға тікелей кірістіруіне жол берілмейді. Осылайша арқылы кірістірілген штативтер аспап танылмайды және соқтығысуға әкелуі мүмкін!
- Бояу бағдарламалары кезінде қаптаманы ашу тиісті өңдеу қадамдарының орындалуын кейінгे қалдырады, өйткені бұл уақыт аралығында қозғалыстар мүмкін емес. Бұл бояу сапасының өзгеруіне әкелуі мүмкін.
- Бояу бағдарламалары белсенді болса, қаптаманың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Leica компаниясы осыған байланысты бояу бағдарламаларының сапасының төмендеуіне жауапты емес.
- Егер ақ тұтқалары бар штативтер жүктеу тартпаға орнатылса және қандай да бір бағдарламаға тағайындалса, онда аспапты және/немесе қаптаманы қайта ашқаннан кейін оларды бағдарламаға қайта тағайындау қажет. Ол үшін экранда көрсетілетін ақпараттық хабарламалармен танысу қажет.

Бояу процесін бастау

1. Штатив тұтқасын тік күйге қойыңыз (→ "сур. 83").
2. Егер жүктеу тартпасы жасыл түспен жарықтандырылса (→ "сур. 84-1"), оны басып, ашиңыз.
3. Суретте көрсетілгендей (→ "сур. 84-2"), штативті жүктеу тартпасының қол жетімді орнына салыңыз.



сур. 84

4. Штативті штативтің алдыңғы жағындағы Leica логотипі де, түрлі-түсті тұтқасының жоғарғы жағындағы "Front" сөзі де пайдаланушыға қарап тұратындей етіп орнатыңыз. Түрлі-түсті тұтқаның жоғарғы жағындағы көрсеткі құрылғыға қарай бағытталуы керек.
5. Оны жабу үшін жүктеу тартпасының батырманы тағы бір рет басыңыз.
6. Егер жүктеу тартпасы 60 секундан астам ашық тұрса, пайдаланушы тиісті ақпараттық хабарламаны алады.

**Ескерту**

Тартпаларды ашу немесе жабу кезінде абай болыңыз. Ұсақтау қаупі! Тартпалар электржетекпен жабдықталған және батырманы басқан кезде автоматты түрде ашылады және жабылады. Тартпалардың әрекет ету аймағын құлыптауға жол берменіз.

7. Жүктеу тартпасы жабылғаннан кейін аспап түрлі-түсті тұтқада RFID жүйесінің микрочипін таниди.
8. Тұтқаның танылған түсі және аспаптың тағайындалған қысқартуы көрсетілген кювет жүйелері тиісті станцияда көрсетіледі (→ "сур. 85").



сур. 85



Нұсқау

- Егер штатив дұрыс орнатылмаған болса, аспап оны таниды және пайдалануышының араласуын қажет етеді.
- Егер кювет жүйесінде бағдарламалары жоқ тұтқаның түсі бар штатив жүктеу тартпасында орнатылса (→ "сур. 86"), аспап бұл жағдайды таниды және пайдалануышыға тиісті ақпараттық хабарлама арқылы хабарлайды. Штативті аспаптаң алып тастауға керек. Жүктелетін бағдарламаларға сәйкес (→ 6. 73 – сур. 45), штативке сәйкес түрлі-түсті тұтқаны орнатыңыз және штативті қайтадан жүктеу тартпаға орнатыңыз.

SPECTRA ST LHE DWX DHY TS1

сур. 86



Нұсқау

Кірістірілген штативтер үшін аспап белгілі бір бағдарламада көрсетілген қадамдық төзімділікті пайдалануына байланысты штативтерді орнату тәртібінен өзгеше болуы мүмкін өткізу қабілеттілігі үшін оңтайландырылғанын есептейді.

Іске қосу уақыты өткізу қабілеттілігіне оңтайландырылғандықтан, реактивтері бар **ҚАЙТАЛАНАТЫН** станцияларды пайдалану сипатында шамалы айырмашылықтар болуы мүмкін.

- Бағдарламаның бірінші қадамына дейін аспап төсеніш шыны санау станциясында штативке салынған шындарды есептейді (→ "сур. 3-2").
- Төсеніш шындардың белгілі бір саны RMS (РБЖ)-де тіркеледі және өндөледі, сонымен қатар тиісті реагенттердің шығынның күйі жаңартылады.
- Осыдан кейін штатив бағдарламаның берілген бірінші қадамға байланысты пеш станциясына немесе реактивті станцияға тасымалданады.



Ескерту

Егер жүктеу тартпасы мен аспаптың қаптамасы бояу процесі басталғанға дейін бір уақытта ашылса (мысалы, реактивтерді визуалды тексеру үшін), онда 60 секундтан кейін аспап пайдалануышыға жүктеу тартпасын жабуды көрсететін ақпараттық хабарлама береді. Егер штатив жүктеу тартпасы жабылғанға дейін орнатылған болса, қаптаманың жабылғанына және бағдарламалардың іске қосылғанына көз жеткізіңіз.

Егер бағдарламалар автоматты түрде іске қосылмаса, жүктеу тартпасын ашып, қайта жабыңыз.

6.6.2 Бояу процесін бақылау

Келесі мәзірдің көмегімен пайдаланушы ағымдағы бағдарламалар туралы толық ақпаратты шақыра және тексере алады:

- Станция сипаттамалары бар кювет жүйесі (\rightarrow "сур. 85").
- Қалған бағдарлама уақыты мен қадам уақыттары есептелген процесс күйінің дисплейі (\rightarrow 6. 39 – 5.3 Процесс күйін көрсету).
- Күй жолағы (\rightarrow 6. 38 – 5.2 Күй көрсету элементтері) ақпараттық хабарламалар мен ескертудерді көрсететін күні, уақыты және таңбалары бар.




Нұсқау

Соңғы 20 белсенді ақпараттық хабарламаларды мен ескертудерді күй жолағындағы тиісті таңбаларды басу арқылы шақыруға болады (\rightarrow "сур. 16-2") (\rightarrow "сур. 16-3"). Бұл пайдаланушыға құрылғыда болмағаннан кейінгі соңғы жағдайлар туралы білуге және кез келген қажетті әрекеттерді бастауға мүмкіндік береді.

6.6.3 Бояу процесі аяқталды

- Штатив бояу процесінен өткеннен кейін, ол түсіру тартпасына тасымалданады (\rightarrow "сур. 19-4") және бос ұяға орнатылады (\rightarrow "сур. 87"). Пайдаланушы бұл туралы тиісті ақпараттық хабарлама және дыбыстық белгі арқылы хабарланады.



сур. 87

- Штативті түсіру станциясынан шығару үшін оны ашу және штативті шығару үшін (\rightarrow "сур. 19-4") түсіру тартпасындағы батырманы басыңыз.
- Штативті алып тастағаннан кейін, түсіру тартпасын жабу үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.

**Ескерту**

- Пайдаланушы процесс күйінің көрсету индикаторында әртүрлі түсіру станцияларының қолжетімділігі мен таңдалған санын көрмейді. Түсіру станцияларында әртүрлі реагенттерді пайдаланған кезде, түсірудің максималды өнімділігіне жету үшін уақтылы әрекет ету үшін процесті басқару үшін «Кювет жүйесі» мәзірін ([— "сур. 85"](#)) пайдалану ұсынылады.
- Егер өнделген штативтер түсіру станцияларынан уақытында алынбаса, бұл бояу процесінің үзілігіне және бояу нәтижелеріне әсер етуі мүмкін.
- Жарақаттанудың алдын алу үшін түсіру тартпасын қозғалу аймағынан аулақ болыңыз.
- Түсіру станциясын толтыру туралы ескерту пайда болғаннан кешіктірмей түсіру тартпасын ашып, штативтерді алып тастау керек ([— "сур. 88"](#)). Егер бұл ескерту еленбесе, түсіру станциясында келесі штативтерді тасымалдау мүмкін болмайды. Бұл қадамдардың ұзақтығының өзгеруіне және бояу процесінің кідірістеріне, сондай-ақ бояудың болжанбайтын нәтижелеріне әкелуі мүмкін.



сур. 88

- Егер түсіру тартпасы 60 секундан астам ашық тұрса, ([— "сур. 89"](#)) пайдаланушы тиісті ақпараттық хабарламаны алады.



сур. 89

**Нұсқау**

Ескерту пайдаланушыға ықтимал кідірістерді болдырмау үшін түсіру тартпасын жабу қажеттілігін көрсетеді. Түсіру тартпасы ашық болған кезде, аспап түсіру станциясында өнделген штативтерді дұрыс орната алмайды. Бұл қадамдардың ұзақтығының өзгеруіне және бояу процесінің кідірістеріне, сондай-ақ бояудың болжанбайтын нәтижелеріне әкелуі мүмкін.

- Оны жабу үшін түсіру тартпадағы батырманы басыңыз.


6.6.4 Бояу бағдарламасының болдырмасы



Нұсқау


- Бояу бағдарламаларын жою тек **процесс күйін көрсету** арқылы мүмкін болады.
- Төсөніш шыны санау станциясында түрған бағдарламаны (**→ "сур. 3-2"**) болдырмасы мүмкін емес.

- Бояу бағдарламасынан болдырмасы үшін **процесс күйін көрсету** (**→ "сур. 17-3"**) оны тұрту арқылы сәйкес штативті таңдаңыз.
- Бағдарлама қадамдарының тізімі (**→ "сур. 90"**) пайда болады; ағымдағы қадам қызыл түспен белгіленген (**→ "сур. 90-1"**).



сур. 90

- Терезе жақтауы бағдарламаға тағайындалған түсті, бағдарламаның атауын және оның қысқартуын көрсетеді.
- Abort program** (Бағдарламаны тоқтату) (**→ "сур. 90-2"**) батырмасын басыңыз.
- Келесі ақпараттық хабарламада (**→ "сур. 91"**) бағдарламаның аяқталғанын **Yes** (Иә) батырмасын басу арқылы растаңыз немесе процесс күйін көрсету **No** (Жоқ) батырмасын басу арқылы оралыңыз.



сур. 91



Нұсқау

Хабарламадағы ақпаратты (**→ "сур. 91"**) дәл сақтаңыз.

6. **Yes** (Иә) батырмасын басқан кезде экранда киовет жүйесі көрсетіледі. Аспаптағы штативтің орны қызығылт сары түспен белгіленген (\rightarrow "сур. 92-1").
7. Аспаптың қаптамасын ашыңыз және штативті ерекшеленген станциядан алыңыз.




Ескерту

Егер белгіленген станция пешке арналған болса, сол жақ тасымалдау консолін (\rightarrow "сур. 3-1") аспаптың ортасына қарай жылжыту қажет болуы мүмкін.

Сенсор/антенна аймағындағы тасымалдау консоль (-дарын) үстамаңыз немесе жылжытпаңыз (\rightarrow "сур. 115-6")! Қармағыштың металл бөлігін қолмен көтеріп (\rightarrow "сур. 115-1") тасымалдау консоль (-дарын) қажетті қүйге ақырын жылжытыңыз.

Осыдан кейін пеш қақпағын алға қарай сырғытыңыз және штативті алыңыз.

- Белгіленген станцияны басу арқылы штативтің шығарылуын растаңыз, (\rightarrow "сур. 92-1") содан кейін қаптамасын қайтадан жабыңыз.



сур. 92



Ескерту

- Штативті алып тастаған кезде абай болыңыз және қаптама қысқа уақытқа ғана ашық болуын қамтамасыз етіңіз. Қауіпсіздік мақсатында қаптама ашылғаннан кейін барлық қозғалыстар қаптама қайтадан жабылғанша тоқтатылады. Бояу процесі кезінде қаптаманың кез келген ашылуы қадамдық ұзақтығының өзгеруіне, кідірістерге және бояу нәтижелерінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.
- Жарақаттанудың алдын алу үшін пеш қақпағының қозғалыс аймағында болудан аулақ болыңыз (пештің айналу диапазоны).



Нұсқау

Қалған бояу бағдарламалары бағдарлама аяқталғаннан кейін жалғасады.

6.6.5 Жұмыс станциясы режимінде жұмыс істеу

HistoCore SPECTRA ST жабын әйнектін астында кесінділер автоматтандырылған HistoCore SPECTRA CV бірге жұмыс станциясы ретінде пайдалануға болады. Бұл бояу үрдісінен дайын жабын төсөніш шының алып тастауға дейін біркелкі жұмыс процесін қамтамасыз етеді.

Осы мақсат үшін қосымша өткізу станциясы қол жетімді ([→ 6. 158 – 9.1 Аспаптың қосымша компоненттері](#)).



Нұсқау

- Қосымша өткізу станциясы мен HistoCore SPECTRA CV мен HistoCore SPECTRA ST-ға қосылымын тек ғана сертификатталған Leica сервистік маманы орнатуға болады.
- Кез келген бағдарлама қорытынды станция қадаммен аяқталуы керек. Жұмыс станциясы режимінде соңғы қадам ретінде өткізу станциясы таңдалады.
- Ақ тұтқасы бар сөрені орнатқан кезде бағдарламаны таңдау терезесі ашылады, онда кюветта орналасуында белсендірілген тұс бағдарламасы тек осы бағдарлама үшін ақ тұтқаға тағайындалуы керек.
- Өткізу станциясы тағайындалған бағдарламадағы соңғы станция ретінде анықталса, ақ штатив сонымен қатар HistoCore SPECTRA CV -ның ішінде жабын әйнек астына орта салу процесі үшін сәйкес параметрлер жинағы тағайындалуы керек. Пайдалануышыға параметрді таңдау терезесінде де мұны істеу ұсынылады.



Ескерту

Жұмыс станциясы режимінде пайдаланушы келесі ережелерді сақтауға міндетті!

- Кем дегенде екі HistoCore SPECTRA ST түсіру станциясы тағайындалып, сияқты үйлесімді реактивпен (**Ксиол UNL**) жүктеу станциясы (лары) сияқты бірдей HistoCore SPECTRA CV толтырылуы керек.
- HistoCore SPECTRA ST түсіру станциялары мен HistoCore SPECTRA CV жүктеу станцияларын бірдей реактивпен толтыру міндетті болып табылады, өйткені HistoCore SPECTRA CV қол жетімді болмаған жағдайда, бояу процесі аяқталғаннан кейін штативтер түсіру станциясына тасымалданады. Мұндай жағдай HistoCore SPECTRA CV жүктеу тартпасындағы реактив ыдыстарды штативтер алып жатса, шығын материалдары уақтылы қосылмаған болса немесе аспаптың ақаулығы орын алса орын алуды мүмкін.
- Егер HistoCore SPECTRA CV HistoCore SPECTRA ST -тен қосымша штативтерді уақытша қабылдай алмаса, HistoCore SPECTRA CV жүктеу тартпасы толтырылғандықтан, штативтер HistoCore SPECTRA ST түсіру тартпаға тасымалданады.
- HistoCore SPECTRA ST өткізу станциясының аймағында аспаптың ақаулығы орын алған жағдайда немесе HistoCore SPECTRA CV жүктеу тартпасы дұрыс жабылмаған болса, штативтер HistoCore SPECTRA ST түсіру тартпаға тасымалданады.
- Өткізу станциясының жұмысында тұрақты ақаулар болған жағдайда, бояу процесінің соңында қайта инициализациялауға тырысу керек. Егер бұл нәтиже бермесе, жаупты Leica сервистік қызметіне хабарлау қажет.
- 5 және 20 төсөніш шыны штативтері HistoCore SPECTRA CV-ке тасымалдауы мүмкін емес. Бұл штативтер бояу процесінің соңында, бояу бағдарламасында соңғы станция ретінде қандай өткізу станциясы берілгеніне қарамастан, түсіру тартпасына әрқашан енгізіледі.
- Ақ штативті тұтқаны қолданған жағдайда штативті жүктеу тартпасына орнатқан кезде бояу бағдарламасының түсін таңдау керек. Осыдан кейін экранда екінші таңдау терезесі ашылады, онда HistoCore SPECTRA CV үшін параметрлер жиынтығының түсі таңдалған бояу бағдарламасының түсіне сәйкес келмеуі керек. Егер HistoCore SPECTRA CV параметрлер жиынтығы тағайындалмаса, бояу аяқталғаннан кейін штатив HistoCore SPECTRA ST түсіру тартпаға тасымалданады. Пайдаланушы тиісті ескерту алады.
- Жұмыс станциясы ретінде пайдалану HistoCore SPECTRA CV нұсқауларында ежей-тегжейлі сипатталған.



Ескерту

Егер аталған станциялар ұсынылған тәсілмен толтырылмаса, бояу нәтижесінің сапасы төмендейдеп, жабын әйнегіне астына үлгілердің зақымдалуы мүмкін. Аталған станцияларды орындауда кептіру нәтижесінде үлгілердің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

6.6.6 Құнделікті аудысымды аяқтау

Күндізгі аудысымды аяқталғаннан кейін аспапты **standby** (күту) режиміне өтуге дайындау керек:

1. Штативтердің келесі станцияларда қалғанын тексеріңіз және оларды алышыз:
 - Жүктеу тартпасы ([→ "сур. 65-9"](#))
 - Тұсіру тартпасы ([→ "сур. 65-6"](#))
 - Пеш ([→ "сур. 65-1"](#))
 - Кептіру өткізу станциясы ([→ "сур. 65-7"](#))
 - Реактивті ыдыстар өрісі ([→ "сур. 65-3"](#)), ([→ "сур. 65-4"](#)), ([→ "сур. 65-5"](#)) және ([→ "сур. 65-8"](#))
2. Содан кейін реактив бар барлық ыдыстарды реактив ыдыстарды қақпақтарымен жабыңыз.
3. Жасыл **жұмыс қосқышын** ([→ "сур. 9-2"](#)) бір рет басыңыз.
4. Аспап пайдалануышыға **жұмыс қосқышы** қайта басу арқылы аспапты өшіруді растау қажеттілігін көрсетеді.
5. **Жұмыс қосқышы** екінші рет басқаннан кейін аспап бақыланатын түрде өшеді.
6. Енді **жұмыс қосқышы** қызыл болып жанады және аспап **standby** (күту) режимінде.
7. Соңында, сүмен жабдықтауды өшіріңіз.



Ескерту

- Аспапты тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарына қажет болған жағдайда аспапты **негізгі қосқыш** ([→ "сур. 9-1"](#)) көмегімен өшіру керек.
- Аспаптың бағдарламалық жасақтамасының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін пайдалануыш аспапты кем дегенде 3 күнде бір рет қайта іске қосуы керек. Бұл екі блокқа да қатысты HistoCore SPECTRA ST және HistoCore SPECTRA CV дербес режимінде де, жұмыс станциясы ретінде де. Бұл сонымен қатар пайдалануышының HistoCore SPECTRA CV-ді кем дегенде үш күнде бір рет қайта іске қосуы қамтиды.

7. Аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету

7.1 Аспапты тазалауға арналған маңызды нұсқаулар



Ескерту

Жалпы нұсқаулар:

- Тазаламас бұрын аспапты **жұмыс қосқышымен** (→ "сур. 9-2") және **негізгі қосқыш** (→ "сур. 9-1") арқылы өшіріңіз.
- Аспапты тазалаған кезде реагенттерден және инфекциялық микробиологиялық ластанудан қорғау үшін тиісті қорғаныс күйін (зертханалық ҳалат пен қолғап) киіңіз.
- Сұйықтық электр қосылымдарына тиіп кетпеуі керек немесе аспаптың ішкі бөлігіне немесе тасымалдау консолінің астындағы корпусқа түспеуі керек.
- Тасымалдау консоль (-дарын) көтеру және жылжыту қажет болған жағдайда, сенсор/антенна аймағындағы тасымалдау консоль (-дарын) ұстамаңыз немесе жылжытпаңыз (→ "сур. 115-6"). Мұны істеу үшін қармағыштың металл бөлігін қолмен көтеріп (→ "сур. 115-1") тасымалдау консоль (-дарын) қажетті күйге ақырын жылжытыңыз.
- Тазалау құралдарын пайдаланған кезде өндірушінің қауіпсіздік нұсқауларын және қолданатын елде қолданыстағы зертханалық ережелерді сақтаңыз.
- Пайдаланылған реактивтерді қадеге жаратуға тастағанда, пайдалану жұмыс істейтін еліңізде бекітілген қолданыстағы зертхана нұсқамаларын басшылыққа алыңыз.

Келесі аспаптың барлық беттеріне қатысты:

- Төгілген еріткіштерді (реактивтерді) деруе сұртіңіз. Ұзақ уақыт әсер еткенде, қаптаманың беті еріткіштерге шектеулі төзімді!
- Аспаптың сыртқы беттерін тазалау үшін төменде көрсетілген құралдардың ешқайсысын қолданбаңыз: спирт, спирт қосылған тазартқыш құралдар (мысалы, шыны тазалағыштар), абразивті тазартқыш ұнтақтар, құрамында ацетон, хлор немесе ксиол бар еріткіштер.

7.2 Сыртқы беттері, боялған беттері, аспап қаптамасы

Беттерді тазарту үшін жұмсақ және pH-бейтарап тұрмыстық тазартқыштарды қолданыңыз. Тазалап болғаннан кейін беттерді суланған майлышпен сұртіңіз.



Ескерту

Боялған және пластикалық беттерді (мысалы, аспаптың қаптамасын) еріткіштермен, мысалы, ацетонмен, ксиолмен, толуолмен, ксиол алмастырыштармен, спирттермен, спирт қоспаларымен және абразивті құралдармен тазартуға тыйым салынады! Құралдың беттері мен қаптамасы еріткіштердің ұзақ әсер етуіне арналмаған.

7.3 TFT матрицасы бар сенсорлық экран

Дисплейді тықыр майлышпен тазалау. Тиісті тазартқыштарды өндірушінің нұсқауларын ескере отырып қолдануға болады.

7.4 Ишкі кеңістік және қабылдау түпқойма

- Ишкі кеңістікті және қабылдау түпқоймасын тазарту үшін реагенттер мен шаятын су ыдыстарды алыңыз.

Бұл аймақтарды тазарту үшін жұмсақ және pH-бейтарап тұрмыстық тазартқыштарды қолданыңыз.

- Қабылдау түпқоймасын тазалағаннан кейін оны сүмен жақсылап шайыңыз.

7.5 Тасымалдау консольдері

Тасымалдау консолінің беттерін тазалау үшін ([—> "сур. 93-1"](#)), суға малынған майлышты немесе жұмсақ және pH-бейтарап тұрмыстық тазалағышты пайдаланыңыз.



Ескерту

Сұйықтықтардың тасымалдау консольдерінің корпусының астына ([—> "сур. 93-2"](#)) түспеуін қамтамасыз ету керек, өйткені сезімтал бөліктер бар.


7.6 Төсеніш шындардың санау станциясы

Төсеніш шындардың санау станциясының науасы мен сезіглерін ([—> "сур. 93-4"](#)) ластанулар мен реагенттердің қалдықтарын тексеріңіз. Зақымдалған жиектері бар төсеніш шындарды пайдаланған кезде мұнда ([—> "сур. 93-3"](#)) шағын әйнек сынықтары мен қалдықтар жиналуы мүмкін. Сондықтан жарақаттануды болдырмау үшін осы аймақтағы барлық қоқысты мүқият алып тастау керек. Сезбегіште реагенттердің қалдықтары анықталған кезде оларды тықыр майлышпен алып тастаңыз.



Ескерту

Кесу жарақаттарынан қорғау үшін тиісті қорғаныс киімін (зертханалық халат пен қолғап) киіңіз.




сур. 93

**Ескерту**

Спиртті тікелей пластикалық терезеге құймаңыз.

7.7 Жүктеу және түсіру тартпалар

- Реактивті ыдыстарды екі аспаптан алып тастаңыз және оларды аспаптан бөлек орнатыңыз.
- Тартпалардың ішкі кеңістігін реактивтердің қалдықтарын тексеріңіз және қажет болған жағдайда оларды алып тастаңыз.
- Осыдан кейін реактивті ыдыстарды дұрыс ретке кірістірініз.
- Тартпалардағы (→ "сур. 94-1") станция таңбалауға назар аударыңыз.




сур. 94

**Нұсқау**

Жүктеу және түсіру тартпалардағы реактивтерге арналған ыдыстарды таңбалау үшін (→ 6. 21 – 3.1 Стандартты жеткізу жинағы)-ға кіретін таңбаланған қақпақтарды пайдаланыңыз. Басылған әріптердің келесі мәндері бар:

- H_2O = су немесе тазартылған су
- A = спирт
- S = еріткіш, мысалы, ксиолол

7.8 Кептіру өткізу станциясы




сүр. 95

Реактивтер кептіру өткізу станциясының ішпегіне ағып кетуі мүмкін. Бұл қалдықтарды үнемі алып тастау керек.

- Мұны істеу үшін кептіру өткізу станциясының ішпегін жоғары қарай жылжытыңыз, (\rightarrow "сүр. 95-1") ластанудың жоқтығын тексеріңіз және қажет болған жағдайда тазалаңыз.
- Осыдан кейін ішпекті орнына қойып, тиісті түрде бекітіңіз.

7.9 Өткізу станция (қосымша)

- Өткізу станциясын (\rightarrow "сүр. 96") for реактивті қалдықтардың жоқтығына үнемі тексеріп отырыңыз, қажет болған жағдайда оны pH-бейтарап мәні бар жұмсақ түрмистық тазартқышпен тазалаңыз.



сүр. 96

7.10 Реактивті ыдыстар және шаятын су ыдыстар

Жалпы кеңестер

- Ыдыстарды әр түтқадан бір бірден алыңыз. Реактивтің төгілуіне жол бермеу үшін ([→ 6. 93 – 6.2.1 Реактивтерге арналған ыдыстарды дайындау және олармен жұмыс істеу](#)) түтқаның дұрыс орналасуына назар аударыңыз.
- Реактивтерді қолданыстағы зертханалық ережелерге сәйкес кәдеге жаратыңыз.
- Реактив пен шаятын су ыдыстары ыдыс жуғыш машинада максималды температурада 65 °C стандартты сатылымдағы зертханалық ыдыс жуғыш машинаға арналған тазартқышпен пайдаланып жууға болады. Бұл процесс барысында түтқалар әртүрлі ыдыстарға бекітілген күйінде қалуы мүмкін.
- Тығыздағыш сақина ([→ "сур. 97-1"](#)) шаятын су ыдыста қалуы керек.



Ескерту

- Пластикалық реактивті ыдыстарды ешқашан 65 °C-тан жоғары температурада тазаламаңыз, себебі бұл ыдыстың деформациясын тудыруы мүмкін.


Реактив ыдыстар



Ескерту

- Қапталған керек-жарақтарға зақым келтірмеу үшін (арнайы бояғыштарға арналған ішпектер және 5 төсөніш шындарға арналған түтқалар), оларды ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды. Сондай-ақ, қолмен тазалау кезінде жабынның тұтастығын мүқият қадағалаңыз. Жабынның зақымдануы арнайы реактивтермен химиялық реакцияларға әкелуі мүмкін ([→ 6. 171 – A1. 1-ші қосымша - үйлесімді реактивтер](#)).
- Тұрлі-тұсті реактивті ыдыстарға ыдыс жуғыш машинада жуар алдында қолмен жуу керек. Үйдис жуғышта қалған реактивті ыдыстардың түсін өзгертуеу үшін бояудың қалдықтарын мүмкіндігінше алып тастаңыз.
- Егер реактивтерге арналған тазартылған және толтырылған ыдыстарды қайтадан аспапқа орнату керек болса, оларды кювет жүйесінің орналасуына сәйкес дұрыс күйде орнату керек ([→ 6. 80 – 5.9.9 Кювет жүйесін қалыптастыру](#)). Ол үшін аспапты қосыңыз және инициализациялаңыз.

Шаятын су бар ыдыстар



сур. 97



Ескерту

- Шаятын су бар ыдыстарды тығызыдағыш сақинасы жоқ немесе зақымдалған сақинасы бар қайта салмаңыз! Егер тығызыдағыш сақинаны дереу ауыстыру мүмкін болмаса, зақымдалған шаятын су бар ыдысты аспаптан алып тастау керек.
- Бұл жағдайда пайдаланушы **Fill Level Scan** (Толтыру деңгейін бақылау) функциясын іске қосуы керек. Бағдарламалық жасақтама жоғалған ыдысты анықтайды және оны ақаулы деп белгілейді. Тек 1 немесе 2 шаятын су ыдысына әсер етсе, шаятын суының қадамы бар бағдарламаларды әлі де бастауға болады.
- Алдыңғы екі шаятын су кюветі тазартылған су кюветтеріне орнатылған болса және екі кюветаның біреуі сәтсіз болса, тазартылған су қадамы бар бағдарлама кідірістерге ұшырауы мүмкін. Шаятын су бар ыдыстардың екеуі де алынып тасталса, тазартылған су қадамы бар бағдарламаны бастау мүмкін емес!
- Жетіспейтін/ақаулы тығызыдағыш сақина (ларды) Molykote111 майымен ауыстырыңыз және майланыз. Шаятын су бар ыдысты (арды) құрылғыға қайта орнатыңыз және **Fill Level Scan** (Толтыру деңгейін бақылау) қайта іске қосыңыз. Бағдарламалық жасақтама шаятын су бар ыдыстың (ардың) қайтадан пайдалануға дайын екенін біледі.



Нұсқау

- Шаятын су бар ыдыстарды әк шөгінділерінің, бактериялардың, саңырауқұлақтардың, балдырлардың көрінетін микробиологиялық шөгінділерінің және өткізгіштігінің бар-жоғын үнемі тексеріп отыру керек. Әк қалдықтарын жұмсақ сірке суы негізінде тазартқыш ертіндімен кетіруге болады. Сонында, кез келген тазалау құралының қалдықтарын кетірмес бұрын ыдыстарды таза сумен шайыңыз. Тығыздағыш сақиналардың ([—> "сур. 97-1"](#)) зақымдануын тексеру керек. Зақымдалған сақиналарды жаңасымен ауыстырыңыз ([—> 6. 158 – 9.2 Қосымша керек-жарақтар](#)).
- Шаятын су бар ыдыстарды тазалағаннан кейін және оларды аспапқа қайта салмас бұрын, тығыздағыш сақинадағы су құбырына қосылатын бөліктің дұрыс орнатылғанын тексеріңiz ([—> "сур. 97-1"](#)).
- Егер тығыздағыш сақиналар шаятын су бар ыдыстарды алғып тастаған кезде аспапта қалса ([—> "сур. 97-2"](#)), оларды іске кеппен абайлап шығарып, қосылым портына қайта салыңыз.
- Егер тығыздағыш сақина жоқ болса немесе дұрыс орнатылмаса, жуудан кейін шаятын су бар ыдыстарды орнына қайтаруға болмайды, әйтпесе бояу процесінде толтыру функциясын бұзу қаупі бар.
- Тығыздағыш сақинаны орнатқаннан немесе түзеткеннен кейін оны стандартты жеткізілім жиынтығына кіретін Molykote 111 майымен майлау керек ([—> 6. 21 – 3.1 Стандартты жеткізу жинағы](#)).
- Содан кейін шаятын су бар ыдыстарды өз орнына қайтаруға болады.

7.11 Штатив және тұтқа

- Штативті бояғыштар мен басқа да ластаушы заттардың жоқтығына үнемі тексеріп отыру керек.
- Тазалау үшін түрлі-түсті тұтқаны штативтен алу керек.
- Бояғыштардың қалдықтарын кетіру үшін штативтерді жылы сумен және әлсіз pH-бейтарап зертханалық тазартқышпен ваннаға салыңыз да, тазартқыштың әсеріне қажетті уақытқа қалдырыңыз. Бұл жағдайда тазартқыш өндірушінің басқа нұсқауларын және ұсынылған қолдану аймағын дәл сақтаңыз.
- Бояғыштармен қатты ластануды кейіннен щеткамен кетіруге болады.
- Осыдан кейін, бояғыштар мен жуғыш заттардың қалдықтарын толығымен кетіру үшін қажет мөлшерде және уақыт ішінде штативтерді таза сумен шайыңыз.
- Егер штативтерде аяқтағыш ортаның қалдықтары болса, оларды ерткіш ваннаға салуға болады.



Ескерту

Штативтер мен тұтқаларды ерткіште ұзақ уақыт қалдырмаңыз (мысалы, бірнеше сағат немесе түнде), себебі бұл олардың пішіні өзгергітіне тудыруы мүмкін!

Қолданылатын ерткіш пен аяқтағыш ортаның үйлесімділігін тексеріңіз. Ксилол немесе толуол негізінде аяқтағыш орта ксилол ваннасында жойылады. Ксилол алмастырғышқа негізделген аяқтағыш орта тиісті ксилол алмастырышы бар ваннада жойылады.



Нұсқау

Ерткіші бар ваннада ұстай ұзақтығы 1-2 сағаттан аспауы керек. Ерткішті спиртпен жууға болады. Осыдан кейін штативтерді суға шайып құргатыңыз. Егер кептіру үшін сыртқы кептіру пеші қолданылса, температура 70 °C-тан аспауы керек.


7.12 Су төгетін құбыры



Ескерту

Аспаптың су төгетін жүйесін үнемі тексеріп отырыңыз және тазалаңыз. Бұл талапты орындауда су төгетін жүйесінің бітелуіне және соның салдарынан бояу процесінің үзіліуіне немесе бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Су төгетін жүйені тазарту үшін шаятын су бар төрт артқы ыдыстарды ([→ "сур. 65-4"](#)) және олардың айналасындағы реактивті ыдыстарды алыңыз.
- Реактивтері бар қалған ыдыстар қақпақтармен жабылуы керек.
- Торлы сүзгіні алып тастаңыз және қажет болса тазалаңыз ([→ "сур. 98-1"](#)).
- Бір немесе екі белсенді оттегі тазалау таблеткасын (мысалы, тіс протездерін тазалауға арналған құрал) канализацияға салыңыз және әртүрлі қалдықтарды (реактивтер, бактериялар, саңырауқұлақтар, балдырлар) кетіру үшін суда ерітіңіз.
- Содан кейін ұзын, икемді щеткамен аспаптың ішіндегі бүкіл қисық су төгетін аймағын тазалаңыз ([→ "сур. 98-2"](#)).
- Сумен мұқият шаю арқылы ағынды тексеріңіз.
- Торлы сүзгіні орнына қайта салыңыз және ыдыстарды бастапқы орындарына қайтарыңыз.



сур. 98

7.13 Су ағызатын құбыршек

Су ағызатын құбыршекті жыл сайын Leica рүқсат берген қызмет көрсетеу маманы тексеруі керек.

7.14 Сорғыш сүзгісінің сүзгілеу элементін ауыстыру



Ескерту


Сүзгілеу элементінің корпусы еріткіштерге тәзімді емес және сынғыш болып, сынұы мүмкін. Су сүзгісінің корпусын тазарту үшін спирт немесе құрамында спирт бар жуғыш заттардың қолданбаңыз (→ "сур. 99-2"). Мұның салдары бақыланбайтын судың ағуы және зертхана мен зертханалық ортаға зиян келтіруі мүмкін.

Сүзгілеу элементі бар сорғыш сүзгісін жыл сайын тексеріп, оны Leica рүқсаты бар қызмет көрсету маманы ауыстыруы керек.

Кіріктірілген сүзгілеу элементі (→ "сур. 99") аспаптағы ішкі су айналымы тізбегінің компоненттерін тоқтатылған заттар мен минералды шөгінділердің зақымдануынан қорғайды.

Су сүзгісінің қызмет ету мерзімі орнату орнындағы судың сапасына байланысты. Су сүзгісінің максималды қызмет ету мерзімі – 1 жыл.

Сондықтан сүзгілеу элементін сүзгі корпусы арқылы көрінетін ластаушы заттардың бар жоғын үнемі тексеріп отыру қажет.



сур. 99

- 1 Сорғыш сүзгі, тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 49332
- 2 Сүзгі корпусы
- 3 Ескерту таңбасы: Тазалау үшін спиртті пайдаланбаңыз және Пайдалану нұсқаулығын қатаң сақтаңыз



Нұсқау

Техникалық қызмет көрсету мерзіміне дейін (1 жыл) су сүзгісінде елеулі ластану анықталса, су сүзгісін ауыстыру үшін Leica қызметінің маманын шақыру керек.

7.15 Белсендірілген көмір сұзгісін аудастыру

Аспапқа орнатылған белсендірілген көмір сұзгілер (\rightarrow "сур. 1-1") шығатын аудадағы реактив бұларының мөлшерін азайтуға көмектеседі. Сұзгінің қызмет ету мерзімі аспапта пайдалану мен реактив конфигурациясына байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Соңдықтан белсендірілген көмір сұзгісін жүйелі түрде аудастырыңыз (кем дегенде үш айда бір рет) және оны пайдаланатын елдегі қолданыстағы зертханалық ережелерге сәйкес дұрыс тастаңыз.

- Сұзгілеу блогы аспаптың алдыңғы жағынан (\rightarrow "сур. 100-1"), пайдаланушыға қолжетімді екі бөлек сұзгі элементінен тұрады.
- Оларға қол жеткізу үшін құрал қажет емес және оларды құлақшаларды тарту арқылы алуға болады (\rightarrow "сур. 100-2").
- Жаңа сұзгі элементтерін құлақшалар толық орнатылғаннан кейін қол жетімді болатындағы етіп орнатыңыз (\rightarrow "сур. 100-3") ал басылған артикул нөмірі болатындағы етіп кіргізіңіз.
- Сұзгі элементін орнату күнін ақ жапсырмаға белгілеп оны белсендірілген көмір сұзгісінің сол немесе оң жағына жабыстырыңыз (\rightarrow "сур. 100-4").
- Екі белсендірілген көмір сұзгілерін аспаптың артқы жағына тиіп түрғанын сезгенше итеру керек.



сур. 100

**Ескерту**

Дұрыс орнатылмаған кезде белсендірілген көмір сүзгілері екі тасымалдау консолінің қозғалу жолында болады және бояу процесіне кедергі немесе үзіліс әкеледі.

7.16 Пештерді тазалау**Ескерту**

- Ыстық беттерден сақ болыңыз: Бояу процесінде пешті қолданғаннан кейін, тазалау алдында аспапты өшіріп, кем дегенде 10 минут суытыңыз. Пештерді тек көрсетілген жерлерде ұстаңыз.
- Пештің ішкі кеңістігін тазарту үшін еріткіштерді қолдануға тыйым салынады, өйткені процестің басында еріткіш қалдықтарының пешке ену және пеште булану қаупі бар.


Пеште парафин қалдықтарын ұстай табақ металл ішпектерінде кірдің бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз.

- Жылжымалы пеш қақпағын ([→ "сур. 101-1"](#)) аспаптың алдыңғы жағына қолмен жылжытыңыз. Бұл жағдайда пештің қақпағы бүйірге қисаймауы керек.
- Қажет болса, пешке кедергісіз кіру үшін сол жақ тасымалдау консолін бүйіріне қарай ақырын сырғытыңыз.


**Ескерту**

Тасымалдау консоль (-дарын) көтеру және жылжыту қажет болған жағдайда, сенсор/антенна аймағындағы тасымалдау консоль (-дарын) ұстамаңыз немесе жылжытпаңыз ([→ "сур. 115-6"](#)). Мұны істеу үшін қармағыштың металл бөлігін қолмен көтеріп ([→ "сур. 115-1"](#)) тасымалдау консоль (-дарын) қажетті қүйге ақырын жылжытыңыз.

- Алдымен алдыңғы пешті бүйірлерінен ұстап, ([→ "сур. 101-2"](#)) аспаптаң жоғары қарай шығарыңыз, содан кейін артқы пешті алыңыз ([→ "сур. 102-2"](#)).
- Пештің екі камерасын бір-бірінен жоғары және бүйірге тарту арқылы бөлініз.
- Осыдан кейін парафин қалдықтарын тиісті ([→ "сур. 102-3"](#)) және ([→ "сур. 102-4"](#)) пештерінен алу үшін ішпегін ұзартуға болады.
- Табақ металл ішпектерінде парафин қалдығы мен ластануын тексеріңіз және оларды тазалаңыз. Парафинді еріту үшін ішпектерді сыртқы зертханалық пешке қоюға болады.
- Қыздырғаннан кейін парафиннің қалдықтарын тықыр майлышпен тазалаңыз.
- Пеш камераларындағы желдеткіш қалқастардың жұмысын дұрыстырын тексеріңіз. Көрінетін ластаушы заттар болған кезде оларды тықыр майлышпен әбден алып тастаңыз.
- Табақ металл ішпектерін тиісті пешке дұрыс күйде (тесікті жағын жоғары қаратып) сырғытыңыз.
- Тазалауды аяқтағаннан кейін алдымен аспапқа артқы пешті ([→ "сур. 102-2"](#)) содан кейін алдыңғы пешті дұрыс күйде сырғытыңыз ([→ "сур. 101-2"](#)). Қосылған пештердің дұрыс кірістіруін қадағалаңыз.



сүр. 101




сүр. 102

7.17 Пештің аяа сүзгісі

Пештің аяа сүзгісін үнемі тексеріп, тазалап немесе аудыстырып отыру керек.

- Ол үшін сүзгі элементін шығарып (→ "сур. 103-1") оны шайқаңыз немесе жаңа сүзгі элементімен аудыстырыңыз (→ б. 158 – 9.2 Қосымша керек-жарақтар).
- Тексеруден және тазалаудан кейін пешке дәл осылай қайта орнатыңыз.



сур. 103



Нұсқау

Орнату кері ретпен жүзеге асырылады.

7.18 Техникалық қызмет көрсету және аспапты тазалау аралықтары



Ескерту

- Төменде келтірілген техникалық қызмет көрсету және тазалау жұмыстары міндепті түрде орындалады.
- Жылына кемінде бір рет аспаптың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Leica компаниясы рүқсат берген сервистік қызмет маманын аспапты тексеру үшін шақыру қажет.

Аспаптың ұзақ уақыт бойы ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, төмендегі әрекеттерді орындауды міндепті түрде ұсынамыз:

- Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін қызмет көрсету туралы келісім-шарт жасаңыз. Толық ақпаратты құзыретті сервистік қызметтен білуге болады.

7.18.1 Құнделікті аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету



Ескерту

Егер қатты ластанулар немесе төгілген реактивтер анықталса, аспаптың сезімтал бөліктері мен аймақтарын дереу тазалау керек, әйтпесе жұмыстың сенімділігіне кепілдік берілмейді.

- 1 Реактивті ыдыстарын бақылау және толтыру/ (→ 6. 93 – 6.2.1 Реактивтерге арналған ыдыстарды дайындау және олармен жұмыс істеу)
- 2 Реактивті ыдыстарды жабу және қажет болған жағдайда тоңазытқышта қақпақтардың астында сақтау.
- 3 Штативтер мен тұтқаларды парафин қалдықтарының, бояғыш қалдықтарының және шыны сыйықтарының жоқтығына тексеру. (→ 6. 125 – 7.11 Штатив және тұтқа)
- 4 Төсөніш шындардың санау станциясының реактивтердің қалдықтарына толық тексеру, қажет болған жағдайда тазалау. (→ 6. 120 – 7.6 Төсөніш шындардың санау станциясы)
- 5 Жүктеу және түсіру тартпалары аймақтарындағы беттерді еріткіштердің қалдықтарына тексеру, қажет болған жағдайда тазалау. (→ 6. 121 – 7.7 Жүктеу және түсіру тартпалар)
- 6 Кептіру өткізу станциясының ішпектерін тазалаңыз, қажет болған жағдайда тазалаңыз. (→ 6. 122 – 7.8 Кептіру өткізу станциясы)
- 8 Өткізу станциясын (қосымша) реактив қалдықтарын тексеріп, қажет болған жағдайда тазалаңыз. (→ 6. 122 – 7.9 Өткізу станция (қосымша))

7.18.2 Аспапты қажетіне қарай тазалау және техникалық қызмет көрсету

- 1 Дисплейді тықыр майлықпен тазалау. Дисплей тазартқышты өндірушінің нұсқауларына сәйкес қолдануға болады. (→ 6. 119 – 7.3 TFT матрицасы бар сенсорлық экран)
- 2 Сыртқы/боялған беттерді тазалау. (→ 6. 119 – 7.2 Сыртқы беттері, боялған беттері, аспап қаптамасы)
- 3 Аспаптың қақпағын тазалау. (→ 6. 119 – 7.2 Сыртқы беттері, боялған беттері, аспап қаптамасы)
- 4 Аспаптың бағдарламалық жасақтамасының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін аспапты кем дегенде 3 күнде бір рет қайта іске қосуы керек. (→ 6. 118 – 6.6.6 Құнделікті ауысымды аяқтау)

7.18.3 Аспапты апта сайын тазалау және техникалық қызмет көрсету

- 1** Шаятын су бар ыдыстарды бактериялық ластануына тексеріңіз/тазалаңыз.
Тығыздағыш сақиналардың орнында екеніне және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
Зақымдалған тығыздағыш сақиналар жаңаларына ауыстырылуы керек.
- 2** Реактив ыдыстарды тазалау. (→ 6. 123 – 7.10 Реактивті ыдыстар және шаятын су ыдыстар)
- 4** Штативтер мен тұтқаларды тазалау. (→ 6. 125 – 7.11 Штатив және тұтқа)
- 5** Дұрыс жұмыс істеуін тексеру және қажет болған жағдайда аспаптың ішіндегі су ағызатын құбыршекті және торлы сүзгіні тазалау. (→ 6. 126 – 7.12 Су төгетін құбыр)
- 6** Тасымалдау консольдерінің ластануын тексеру және қажет болған жағдайда тазалау. (→ 6. 120 – 7.5 Тасымалдау консольдері)

7.18.4 Ай сайынғы аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету

- 1** Сүзгілеу элементін тексеру (сүзгі корпусы арқылы тексеру). (→ 6. 127 – 7.14 Сорғыш сүзгісінің сүзгілеу элементін ауыстыру)
- 2** Кептіру пешінің ая сүзгісін тексеру, тазалау немесе қажет болған жағдайда ауыстыру. (→ 6. 158 – 9.2 Қосымша керек-жарақтар) (→ 6. 131 – 7.17 Пештің ая сүзгісі)
- 3** Тамшы науасын тазалау. (→ 6. 120 – 7.4 Ішкі кеңістік және қабылдау түпқойма)
- 4** Кептіру пештері мен ұстағыш парақтарда парафин қалдықтарын тексеру және тазалау. (→ 6. 129 – 7.16 Пештерді тазалау)

7.18.5 Әр үш ай сайын аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету

- 1** Белсендерліген көмір сүзгісін ауыстыру. (→ 6. 128 – 7.15 Белсендерліген көмір сүзгісін ауыстыру)

7.18.6 Жыл сайынғы аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету

- 1** Leica компаниясы рүқсат берген сервистік қызмет маманының аспапты тексеруі және техникалық қызмет көрсетуі.

8. Ақаулар, оларды анықтау және жою

8.1 Аспап ақауларының ақауларын жою құралдары

Қате/ақаулық	Себебі	Ақауларды анықтау және жою
Дабылды бар қабылдау түпқоймасында су деңгейін көтеру.	Су ағызы толығымен немесе ішінара бітелген	Су ағызатын құбыршекті тексеру және техникалық қызмет көрсету (→ "сур. 7-1"). Ол үшін жауапты Leica сервистік қызметіне хабарласыңыз.
Аспаптың және/немесе торлы сүзгінін ішіндегі су төгетін құбыры толығымен немесе ішінара бітелген.	Аспаптың және/немесе торлы сүзгінін ішіндегі су төгетін құбыры толығымен немесе ішінара бітелген.	Аспаптағы су төгетін құбырын тексеру және техникалық қызмет көрсету. (→ 6. 131 – 7.18 Техникалық қызмет көрсету және аспапты тазалау аралықтары)-да берілген тазалау нұсқауларын орындаңыз.
Бояу циклдары кезінде аз қарқынды жуу және бояудың мүмкін тұрақсыз нәтижелері.	Шаятын су ыдыстарына су беру азаяды/бітелген. Үйтимал себептері: <ul style="list-style-type: none">• Шаятын су ыдыстардың дұрыс орналаспауы (шаятын су ыдыстың қосқыштың сынуы немесе тығыздарын сақинаның зақымдалуы).• Шаятын су ыдыстағы әк шөгінділері.	Егер бітелу сақталса, шаятын су бар ыдыстарға су беру тоқтатылады және бояу процесі үзіледі. Сондықтан аспаптаң үлгілерді алып тастап қауіпсіз жерге немесе уақытша сақтау орнына қою керек (→ 6. 137 – 8.2 Қуаттың өшіру сценарийі және аспаптың ақаулары). Шаятын су ыдыстарды бақылау және техникалық қызмет көрсету. (→ 6. 123 – 7.10 Реактивті ыдыстар және шаятын су ыдыстар)-да тазалау нұсқауларын орындаңыз, тығыздарын сақинаны және шаятын су ыдыстың қосқышын тексеріңіз.
		Техникалық қызмет көрсетудің тұрақты аралықтарын сақтаңыз.

Қате/ақаулық	Себебі	Ақауларды анықтау және жою
Шаятын су ыдыстар аспаптың жұмысындағы үзілістер кезінде автоматтты түрде ағызылмайды. Тұнған тұрған шаятын су ыдыстар мен үлгілердің микробиологиялық ластануы үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ете алады.	Шаятын су ыдыстың түбіндегі қосымша су төгетін тесік әк шөгінділерімен/ластанумен бітелген.	Шаятын су ыдыстарды бақылау және техникалық қызмет көрсету. (→ 6. 123 – 7.10 Реактивті ыдыстар және шаятын су ыдыстар) -да тазалау нұсқауларын орындаңыз. Техникалық қызмет көрсетудің тұрақты аралықтарын сақтаңыз.
Бояу процестері кезінде жеткіліксіз шаю және бояудың мүмкін тұрақсыз нәтижелері.	Зертхананың су ағызы жүйесіндегі су қысымының жеткіліксіздігі немесе құндізгі ауытқулар.	Су қысымының көрсетілген минималды талаптары (→ 6. 22 – 3.2 Техникалық сипаттамалар) (оның ішінде күн ішінде ауытқуларға қатысты) сақталуы тиіс.
Реактивтерге арналған ыдыстар деформацияланған.	Рұқсат етілмеген реагенттердің қолдану (мысалы, фенол бояу кезінде Циль-Нельсен әдісі бойынша немесе Грам бойынша және т.б.). Тазалау процедурасын дұрыс орындаама.	Рұқсат етілген реактивтер тізімі бойынша қолданылатын реактивтерді бақылау (→ 6. 171 – А1. 1-ші қосымша - үйлесімді реактивтер). (→ 6. 123 – 7.10 Реактивті ыдыстар және шаятын су ыдыстар) -да тазалау нұсқауларын орындаңыз.
Бояудың тұрақсыз нәтижелері	Бояу реактивтер үшін бағдарлама қадамының төзімділігі дұрыс анықталмаған.	Бояу бағдарламалары мен реактивтерді тексеру. Қысқа бағдарлама қадамдарының көпшілігі дәл бояу қадамын қажет етеді. Реактивтің төзімділігі 0 %-ға қойылуы керек.
Әртүрлі бояу нәтижелері	Процестер класстары (парафинді кетіру, бояу және т. б.) реактивтерге дұрыс тағайындалмаған. Мүмкін, кювет жүйесі оңтайлы емес түрде қалыптасқан шығар.	Реактивтердің тағайындалған класстарын тексеру және түзету (→ 6. 62 – Жаңа реактивті жасау немесе реактивті көшіру).

Қате/ақаулық	Себебі	Ақауларды анықтау және жою
Бояудың сапасы жеткіліксіз	<p>Бір бағдарламада ғана қолданылуы керек реагенттерді басқа бағдарламалар пайдаланады.</p> <p>Реактив ластанған, себебі ол "Exclusive" (Ерекше) ретінде бағдарламаланбаған.</p> <p>Судың сапасы талаптарға сәйкес келмейді:</p> <ul style="list-style-type: none"> ISO 3696: 1995 3/ASTM үлгісі D1193-91 IV үлгісі Қолданыстағы ресми нормаларға сәйкес ауыз су <p>Қосылған судың сәйкес емес pH мәні (жоғары қышқылдық) бояу реакциясына әсер етіп, бояу нәтижелерінде ауытқуларға әкелуі мүмкін.</p> <p>Судың сапасы талаптарға сәйкес келмейді:</p> <ul style="list-style-type: none"> ISO 3696: 1995 3/ASTM үлгісі D1193-91 IV үлгісі Қолданыстағы ресми нормаларға сәйкес ауыз су <p>Қышқыл pH мәні тот баспайтын болаттан жасалған аспаптың бөлшектеріне зақым келтіруі мүмкін</p> <p>Тұтынушы жасаған бағдарламалар үшін пеште болу жеткіліксіз уақыт және/ немесе пештің температурасы таңдалады.</p> <p>Бағдарламалау тек аспаптың тыныштық күйінде орындалуы мүмкін; басқаша айтқанда, штативтерді өндөу жүргізілмеуі керек; бұған түсіру тартпалардың позициялары да кіреді.</p>	<p>Тиісті реактивтердің бағдарламалануын тексеру және түзету.</p> <p>ISO 3696 сәйкес судың сапасын тексеріңіз: 1995 3/ASTM үлгісі D1193-91 IV үлгісі және қажет болған жағдайда оны реттеңіз.</p> <p>Мәселе шешілмесе, хаттаманы орнату және бейімдеудің қосымша нұсқаларын талқылау үшін жергілікті Leica қызмет көрсету орталығына және қолданбаларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.</p> <p>ISO 3696 сәйкес судың сапасын тексеріңіз: 1995 3/ASTM үлгісі D1193-91 IV үлгісі және қажет болған жағдайда оны реттеңіз.</p> <p>Мәселе шешілмесе, хаттаманы орнату және бейімдеудің қосымша нұсқаларын талқылау үшін жергілікті Leica қызмет көрсету орталығына және қолданбаларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.</p> <p>Тұтынушы жасаған бағдарламалар үшін пеште болу уақыты мен пеш температурасының параметрлерін тексеріңіз және реттеңіз.</p> <p>Штативтерді түсіру тартпасынаң алышыз, содан кейін бағдарламалауды орындаңыз.</p>
Судың жеткіліксіз сапасы су ыдыстарындағы шаю функциясына әсер етеді (аспап бөлшектері зақымдалуы мүмкін)		
Кептіруден кейін мата төсөніш шындарға әлсіз жанасады және бояу процесінде сырғып кетеді.		
Бояу процестері аяқталды, бірақ қайта немесе қосымша бағдарламалауды (әкімші режимі) орындау мүмкін емес.		

Қате/ақаулық	Себебі	Ақауларды анықтау және жою
Аспаптың инициализациялауды аяқтау мүмкін емес.	Консольдер құлышталған.	Белсендірлген көмір сүзгісінің дұрыс орналасуын тексеріңіз.
Автоматты толтыру деңгейін сканерлеу қате нәтижелерді көрсетеді.	Орнатылған реактив ыдысының қысқыштары реактив ыдыстарының үстінен шығып тұрады және толтыру деңгейін сканерлеу кезінде дұрыс танылмайды.	Реактив ыдыс қысқыштарының дұрыс орналасуын тексеріңіз және қажет болған жағдайда позицияны реттеңіз.
Толтыру деңгейін автоматты тұрде сканерлеу жүктеу тартпасының станциялары және/немесе кептіру өткізу станциясының үшін дұрыс емес нәтиже көрсетеді. Жеке станциялар "Missing" ("Жетіспейтін") деп танылады.	Реактивтерге және/немесе кептіру өткізу станциясына арналған бос реактив ыдыстың түбіндегі шөгінділер толтыру деңгейін автоматты тұрде сканерлеу кезінде өлшеу әдісіне әсер етеді.	Реактив ыдыстарды және/немесе кептіру өткізу станциясын тазалаңыз және ықтимал әк қалдықтарын алып тастаңыз. Осыдан кейін толтыру деңгейін сканерлеуді қайталаңыз (→ 6. 95 – 6.2.2 Толтыру деңгейін автоматты тұрде бақылау).

**Нұсқау**

Белгілі бір ақауларға арналған экрандағы хабарламалар пайдаланушыға ақаулықтарды жою нұсқаулары ретінде суреттер топтамасын қамтиды ([→ "сур. 120"](#)).

8.2 Қуаттың өшіру сценарийі және аспаптың ақаулары**Нұсқау**

- Қысқа мерзімді қуат өшіруіне (бірнеше секунд ішінде) есептегенде, HistoCore SPECTRA ST кіріктірлген ҮҚҚ (үздіксіз қуат көзі) жабдықталған. Қысқа мерзімді қуат өшірілген жағдайда экранда пайдаланушы үшін тиісті ақпараттық хабарлама пайда болады. Қуат қалпына келтірілгеннен кейін ақпараттық хабарлама жоғалады. Оқиға оқиғаларды тіркеу журналына жазылады.
- Сыртқы ҮҚҚ көмегімен ғана ұзақ уақыт бойы қуатын өшіруді болдырмауға болады ([→ 6. 33 – 4.3.1 Сыртқы үздіксіз қуат беру көзін \(ҮҚҚ\) пайдалану](#)).

Ұзақ уақыт бойы қуат беру өшірілген жағдайда (>3 секундтан артық) аспап өшіріледі. Оқиға оқиғаларды тіркеу журналына жазылады.

Кіріктірлген ҮҚҚ сәйкес келмейтін реактивке кездейсоқ тұсудің алдын алу үшін қозғалатын штативтердің екі реагентті станцияның ([→ "сур. 104"](#)) үстінен қауіпсіз күйге ауысуын қамтамасыз етеді.

**Ескерту**

Штативті тасымалдау кезінде реактивтің жылжыуы реактивтің жабысын нәтижесінде орын алуды мүмкін.

Зақымдалған реактив ыдыстары бояу процесін бастамас бұрын қоқыстың бар жоғын тексеріп қажет болған жағдайда ауыстыру керек ([→ 6. 104 – Реактивті ауыстыру](#)).



сур. 104

Аспап қуат қалпына келтірілгеннен кейін қайта іске қосылады.

Инициализация процесінде аспаптың бағдарламалық жасақтамасы пайдаланушыға қуат берудің өшірілген туралы хабарлайтын және белгілі бір әрекеттерді орындау қажеттілігін көрсететін бірқатар хабарламалар мен нұсқаулар береді.

Пайдаланушы көрсетілген көмектерді пайдаланып бояу процесін тоқтата алады немесе қалпына келтіре алады.

**Ескерту**

Пайдаланушы сынни позициялардағы штативтерді аспаптаң деруе алып тастауы керек.


"Сыни" позициялар ретінде белгіленген реактив станциялары шамадан тыс уақыт ұстаумен сипатталады, бұл нашар бояуға немесе үлгінің нашарлауына әкелуі мүмкін.

Сыни позициялар:

- » Шаятын ([→ "сүр. 105-1"](#)) және тазартылған су станциялары ([→ "сүр. 105-2"](#))
- ① Үйдістарды ағызып, үлгілерді ыдыстың түбіндегі суды үздіксіз автоматты түрде ағызу функциясы арқылы кептіруге болады. Үлгілерді аспаптаң шығарып, аспаптың сыртында қауіпсіз жерге қою керек, әсіресе қолмен бояу процесін аяқтау үшін.
- » Кептіру өткізу станциясы ([→ "сүр. 105-3"](#))
- ① Үлгі реактивке салынбаған және кебуі мүмкін. Үлгілерді аспаптаң шығарып, аспаптың сыртында қауіпсіз жерге қою керек, әсіресе қолмен бояу процесін аяқтау үшін.
- » Төсеніш шындардың санау станциясы (SID) ([→ "сүр. 105-4"](#))
- ① Қуат берудің өшірілген жағдайда төсеніш шындарды санау станциясында орнатылған штатив реактивтер үшін екі станция арасындағы қауіпсіз жағдайға ауыстырылады ([→ "сүр. 104"](#)). Штативті ([→ 6. 146 – 8.2.4 Штативті қармағыш механизмінен бөлу](#))-да сипатталғандай алып тастаңыз және оны қайтадан жүктеу тартпасына орнатыңыз.
- » Пеш станциялары ([→ "сүр. 105-5"](#))
- ① Ұзақ уақыт бойы қуат берудің өшірілуі пеш станциясында температуралың төмендеуіне әкелуі мүмкін. Бұл үлгінің дұрыс кептірілуіне кедергі келтіруі мүмкін. Тиісті штативтерді пештен шығарып, қайтадан жүктеу тартпасына орнату керек.
- » Өткізу станциясы ([→ "сүр. 105-8"](#))
- ① Үлгілер реактивке салынбаған және кебуі мүмкін. Үлгілерді аспаптан шығарып, аспаптың сыртында қауіпсіз жерге қою керек немесе жабын әйнектерінің астына жабу үшін HistoCore SPECTRA CV жүктеу тартпасына қолмен орнату керек.

**Ескерту**


Пайдаланушы басқа станцияларда реактивтері бар қосымша штативтердің бар-жоғын тексеруі керек, ([→ "сүр. 105-6"](#)) ейткені шамадан тыс ұстай уақыты осы станцияларда қолданылатын реактивтердің әсерінен бояу сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін. Үлгілерді аспаптаң шығарып, аспаптың сыртында қауіпсіз жерге қою керек, әсіресе қолмен бояу процесін аяқтау үшін.



сур. 105


8.2.1 Қуат өшірілген кейін әрекеттер тәртібі

- ⓘ Аспапты автоматты түрде қайта іске қосқаннан кейінгі алғашқы ақпараттық хабарлама пайдаланушыға қуат өшірілуі уақыты туралы хабарлайды (→ "сур. 106"). Бояу процесін жалғастыру үшін қосымша нұсқауларды белсендіру үшін **OK** батырмасын басу арқылы осы ақпараттық хабарламаны растаңыз.




сүр. 106

1. Осы ақпараттық хабарламаны растиғаннан кейін пайдаланушы бояу кезеңдерінің ықтимал асып кетуі туралы ақпарат алады, яғни жеке штативтер белгілі бір жағдайларда немесе сыны станцияда реактивте тым ұзақ уақыт болды, нәтижесінде бояу сапасының нашарлауы мүмкін. Бұл ақпараттық хабарламаны жалғастыру үшін (→ "сүр. 107") **OK** батырmasын басу арқылы растаныз.




сүр. 107

2. Осыдан кейін, бұл ақпараттық хабарламада пайдаланушыға (→ "сүр. 108") аспаптың бір немесе екі штативтерді реактив екі ыдыстрадың арасында қауіпсіз күйге қойғанын тексеру туралы нұсқау пайда болады (→ "сүр. 104").




сүр. 108

3. **OK** батырмасын басқан кезде (\rightarrow "сүр. 108"), экранда (\rightarrow "сүр. 109") тиісті штативтерді дұрыс алу үшін пайдаланушыға арналған нұсқаулар бар басқа ақпараттық хабарлама көрсетіледі.



сүр. 109

4. Осыдан кейін пайдаланушының бояу процесін жалғастыру (\rightarrow 6. 143 – 8.2.2 Қуат өшірілген кейін бояу процесін жалғастыру) немесе болдырмау керектігін тандау мүмкіндігі бар (\rightarrow 6. 144 – 8.2.3 Қуат өшірілген кейін барлық бояу процестерін болдырмау) (\rightarrow "сүр. 110").



сүр. 110

8.2.2 Қуат өшірілген кейін бояу процесін жалғастыру

- Бояу процесін жалғастыру үшін **Yes** (Иә) батырмасын басыңыз (→ "сур. 110-1").



Нұсқау


Келесі мәзірде өндөлетін штативтер кювет жүйесінің шолуында көрсетіледі (→ "сур. 111").

- Алдыңғы ақпараттық хабарламаға сәйкес аспаптаң маңызды штативтерді алыңыз (→ "сур. 110") және экрандағы тиесті станцияны тұрту арқылы шығаруды (→ "сур. 111-1") растаңыз.



Нұсқау

- Өндөлген штативтерді осы жерде сипатталған әдісті қолдана отырып, қуат өшірілген кезде ғана алуға болады.
- Алынған штативтерден алынған үлгілерді аспаптың сыртында қауіпсіз жерге қою керек, есіресе қолмен бояу процесін аяқтау үшін.



сур. 111

- Барлық маңызды штативтерді алып тастағаннан кейін **Resume** (Жалғастыру) батырмасын басыңыз келесі ақпараттық хабарламаны қарап шығыңыз және оны **OK** батырмасын басу арқылы растаңыз.
- Соңында, аспап толтыру деңгейін автоматты тұрде сканерлейді және аспапта қалған штативтер үшін бояу процесін жалғастырады.



Ескерту

- Жұктеу тартпасында қалған штативтер белгілі бір жағдайларда танылмайды. Бұл жағдайда жұктеу тартпасын ашып, қайтадан жабу керек.
- Бағдарлама ақ штативтерге қайта тағайындалуы керек.
- Ақ штативтер үшін жұктеу тартпасын ашып, қайта тағайындалатын бағдарламаны анықтау үшін дұрыс бағдарламаны анықтау үшін төсөніш шыны белгісін тексеру керек.


8.2.3 Қуат өшірілген кейін барлық бояу процестерін болдырмау

- Барлық штативтер үшін бояу процесі болдырмауы керек болса, **No** (Жоқ) (\rightarrow "сур. 110-2") батырмасын басып, штативтерді болдырмауды бастау үшін **OK** (\rightarrow "сур. 112-1") басу арқылы келесі ескертуді растаңыз.




Нұсқау

Бояу процесін болдырмауды және алдыңғы таңдау мәзіріне оралуды (\rightarrow "сур. 110") **Cancel** (Болдырмау) батырмасын (\rightarrow "сур. 112-2") басу арқылы болдырмауға болады.



сур. 112

- Аспаптың қақпағын ашып, барлық штативтерді алыңыз.
- Экрандағы тиісті станцияны тұрту арқылы штативті шығаруды (\rightarrow "сур. 113-1") растаңыз.



сүр. 113

4. Барлық штативтерді сәтті алып тастағаннан кейін мәзірден шығу және аспапты инициализациялауды жалғастыру үшін **OK** батырмасын (\rightarrow "сүр. 113-2") басыңыз.



Ескерту

- Жүктеу тартпасында қалған штативтер белгілі бір жағдайларда танылмайды. Бұл жағдайда жүктеу тартпасын ашып, қайтадан жабу керек.
- Бағдарлама ақ штативтерге қайта тағайындалуы керек.
- Ақ штативтер үшін жүктеу тартпасын ашып, дұрыс бағдарламаны анықтау үшін төсөніш шыны белгісін тексеру қажет.

- ✓ Аспаптаң сыны штативтерді алып тастағаннан кейін, қалған штативтер одан әрі өндөуге беріледі, ал жаңа штативтер жүктеу тартпасына кірістіріу мүмкін.

8.2.4 Штативті қармағыш механизмінен бөлу


- ① Штативтер екі ілмек арқылы қармағыш механизмінің түбіне бекітіледі. Қуат өшірілген кезде штативті аспаптаң шығарып алу үшін оны қармағыш механизмінен босату керек.




Ескерту

Тасымалдау консоль (-дарын) көтеру және жылжыту қажет болған жағдайда алдыңғы жағындағы таңбаға назар аударыңыз ([→ "сур. 115-7"](#)) және сенсор/антенна аймағындағы тасымалдау консоль (-дарын) ұстамаңыз немесе жылжытпаңыз ([→ "сур. 115-6"](#)). Мұны істеу үшін қармағыштың металл бөлігін қолмен көтеріп ([→ "сур. 115-1"](#)) тасымалдау консоль (-дарын) қажетті күйге ақырын жылжытыңыз.

1. Бір қолыңызben штативтің түрлі-түсті тұтқасының ([→ "сур. 115-2"](#)) астыңғы жағын ұстаңыз және оны ақырын жоғары қарай итеріңіз ([→ "сур. 115-3"](#)).
2. Штативті үлгінің ішкі жағына қарай шам. 1 см сырғытыңыз ([→ "сур. 115-4"](#)).
3. Бос қолыңызben қармағыш механизмін ұстаңыз, ([→ "сур. 115-1"](#)) оны жоғары қарай сырғытыңыз ([→ "сур. 115-5"](#)) және мықтап ұстаңыз.
4. Осыдан кейін штативті аспаптаң алып тастап бір жаққа қоюға болады.
5. Соңында, қармағыш механизмін алға қарай сырғытыңыз және оны сол жақ жүктеу тартпасының жанындағы бос бетке ([→ "сур. 116-3"](#)) немесе оң жақ жүктеу тартпасының жанына абайлап қойыңыз ([→ "сур. 116-6"](#)).



сур. 115



сүр. 116

**Ескерту**

Аспапты қайта іске қосқаннан кейін ақаулық туралы хабарлама пайда болады, ([→ "сүр. 40"](#)) оны белгілі бір штативті алуға көмектесу үшін кювет жүйесін шақыруға болады. Пайдаланушы барлық өндөлөттің штативтерді аспаптаң қолмен алып тастауды керек. Сондай-ақ, төсөніш шыны санау станциясын ([→ "сүр. 3-2"](#)) және пешті ([→ "сүр. 3-10"](#)) штативтегі тексеріңіз, қажет болса, оларды ауыстырыңыз:

Үлгілерді аспаптаң тыс қолайлы реактивке салып, басталған бояу бағдарламасының қалған қадамдарын қолмен орындау керек. Пайдаланушы үлгілерді одан әрі өңдеуге жауапты.

- Құат қалпына келтірілгеннен кейін аспапты қайта іске қосып, оны жаңа үлгілермен жүктеуге болады.




Нұсқау

Бояу процестерінің үзілуіне байланысты және аспаптаң үлгілерді ауды қажет ететін аспаптың елеулі ақаулары болған жағдайда, сипатталған қуат өшіру сценарийіне сәйкес әрекет ету қажет. Аспаптың елеулі ақаулары туралы белгілі бір дыбыстық дабыл хабарлайды ([→ 6. 49 – 5.7.4 Апарттық дабыл мәзірі – Қателер мен дыбыстық белгілер](#)).


8.2.5 Өткізу станциясынан штативті алу

- ① Егер жұмыс станциясының режимінде HistoCore SPECTRA ST өткізу құрылғысы штативті HistoCore SPECTRA CV-ге өткізу станциясы арқылы тасымалдау кезінде ақаулық болса, пайдаланушы штативтің қай жерде орналасқанын тексеруі керек.
1. HistoCore SPECTRA ST қаптаманың ашыңыз.
 2. Өткізу станциясынан штативтің көрінетінін тексеріңіз ([→ "сур. 117-1"](#)).



сур. 117

3. Олай болса, өткізу станциясының ([→ "сур. 118-1"](#)) жылжымаларын қолмен HistoCore SPECTRA ST-ге ([→ "сур. 118-2"](#)) қайта сырғытыңыз ([→ "сур. 118-3"](#)) және штативті ұстағыштан алыңыз ([→ "сур. 118-4"](#)).



сур. 118

4. Осыдан кейін штативті аспаптаң шығарып қауіпсіз жерге қойыңыз.
5. Аспаптың ақаулығы жойылғаннан кейін, төсөніш шыны процесін бастау үшін штативті HistoCore SPECTRA CV жүктеу тартпасына кіргізіңіз.

8.3 Негізгі сақтандырғыштарды ауыстыру



Ескерту

Аспапта ақаулық туындаған жағдайда аспапты **қуат қосқыштың** көмегімен өшіріп оны қуат көзінен ажырату керек. Осыдан кейін негізгі сақтандырғыштарды тексеру қажет.

- Ол үшін қаптаманы ашып, оң жақ қақпақтың жоғарғы жағындағы екі сақтандырғыш ұстағышты ([— "сур. 119-1"](#)) жалпақ бұрағышпен бұрап, зақымдануын тексеріңіз.



Ескерту

Сақтандырғыш ұстағыштарының зақымдалуын болдырмау үшін дұрыс жалпақ бұрағышты пайдалану қажет.



Ескерту

Ақаулы сақтандырғыштардан сақ болыңыз! Сынған шындаң жарақат алудың ықтимал қаупі!



сур. 119

- Егер сақтандырғыш ақаулы болса, оны сақтандырғыш ұстағышынан шығарып, жаңа сақтандырғышпен ауыстырыңыз ([— б. 21 – 3.1 Стандартты жеткізу жинағы](#)).
- Орнату кері ретпен жүзеге асырылады.

8.4 Су төгетін жүйесі бітелген

Су төгетін жүйенің бітелуі торлы сұзгінің ([— "сур. 98-1"](#)) немесе су төгетін құбыршектің ([— "сур. 7-1"](#)) бітелуінен туындауы мүмкін. Бұл қабылдау түпқоймасында су деңгейінің көтерілуіне әкелу мүмкін. Нәтижесінде аспаптағы судың сыни деңгейіне жетуге болады. Экранда пайдаланушыға ақаулық туралы хабарлама пайда болады, ([— "сур. 120"](#)) содан кейін дыбыстық дабылы шығады. Сондай-ақ, қате туралы хабарда суреттер дәйекті топтамасы түрінде бітелуді жою нұсқаулары бар ([— "сур. 122"](#)).



[сур. 120](#)



Ескерту

Сапаның нашарлауы және бояу процесінің кірістері, су ағызы жүйесінің бітелуі нәтижесінде аспаптағы су деңгейінің сыни көтерілуі жағдайында орын алуы мүмкін. Орындалатын бояу бағдарламалары уақытша тоқтатылады. Пайдаланушы бітелуді төменде сипатталған әдіспен дереу жоюы керек.

Су төгетін жүйесінің бітелуін жою

1. Қаптаманы ашыңыз.
2. Су шығару жүйесін тексеріңіз ([→ 6. 126 – 7.12 Су төгетін құбыр](#)).

**Нұсқау**


- Егер шаятын су ыдыстарда әлі де штативтер болса ([→ "сур. 122-1"](#)), оларды алып тастап ([→ "сур. 122-2"](#)) аспаптың сыртындағы суға уақытша қою керек ([→ "сур. 122-3"](#)).
- Бітелуді жойғаннан кейін бояу процесін қайта бастау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін алынған штативтің орнын белгілеңіз.
- Реактивтерге арналған көрші ыдыстар қорғаныс қақпақтарымен жабылуы керек, содан кейін оларды аспапта біраз уақытқа қалдыруға болады.
- Егер еріту процесінде қабылдау түпқоймасында су деңгейі сынни белгіден төмен түссе, хабарлама ([→ "сур. 120"](#)) экраннан жоғалады, содан кейін бояу процесін жалғастыруға болатынын көрсететін басқа хабарлама пайда болады.

3. Шаятын су ыдыстарды ([→ "сур. 122-4"](#)) және қажет болған жағдайда торлы сұзгінің үстіндегі көрші реактивті ыдыстарды абайлап алыңыз ([→ 6. 126 – 7.12 Су төгетін құбыр](#)).


**Ескерту**

Шаятын су ыдыстарды алу кезінде абай болыңыз. Әрбір шаятын су ыдысты көтеріп, ішіндегі судың қабылдау түпқоймасына ағып кетуіне мүмкіндік беріңіз. Аспаптаң ыдыстарды алу кезінде реактив ыдысына су шашырамауы үшін оны толығымен ағызу керек.

4. Аспаптың ішіндегі торлы сұзгіні және қисық дренажды бітеліп қалғанын тексеріп, ([→ "сур. 122-5"](#)) қажет болған жағдайда оларды ([→ 6. 126 – 7.12 Су төгетін құбыр](#)) және ([→ 6. 126 – 7.13 Су ағызатын құбыршек](#))-де көрсетілген әдіспен тазалаңыз.
 5. Бұрын алынған шаятын су ыдыстары ([→ "сур. 122-6"](#)) мен реактивті ыдыстарды орнына қойыңыз. Штативтерді ([→ "сур. 122-7"](#)) бастапқы орнына қайта орнатыңыз ([→ "сур. 122-8"](#)).
 6. Жалғастыру үшін **OK** ([→ "сур. 120-1"](#)) басыңыз.
- ✓ Бітелуді жойғаннан кейін, ([→ "сур. 121"](#)) экранда пайдаланушыға бояу процесі жалғасуы мүмкін екендігі туралы тағы бір хабарлама пайда болады. Жалғастыру үшін **OK** ([→ "сур. 121"](#)) басыңыз.



сур. 121




сур. 122

Су төгетін жүйесінің бітелуі жойылған жоқ, бітелу сақталады

Егер хабарлама (\rightarrow "сур. 120-1") **OK** арқылы расталса, бірақ бітелу жойылмаса, экранда пайдаланушыға қосымша уақыт кезеңін (5 минут) көрсететін жаңа хабарлама пайда болады, (\rightarrow "сур. 123") оның барысында ваннадағы судың жоғары деңгейі жүйемен үздіксіз тексеріледі. Осы аралықта пайдаланушы одан әрі тазалау әрекеттерін орындаі алады.

**Нұсқау**

Қажет болса, пайдаланушы су қадамын жүзеге асыруды қажет ететін барлық штативтерден бас тарта алады. Ол үшін, басқарылатын бас тарту процесін бастау үшін **Cancel** (Болдырмау) (\rightarrow "сур. 123-1") басыңыз және экранда пайда болған хабарламаны **Yes** (Иә) (\rightarrow "сур. 123-2") басу арқылы растаңыз. Күту уақытын жалғастыру үшін **No** (Жоқ) (\rightarrow "сур. 123-3") басыңыз.




сур. 123

Осы сәттен бастап 3 түрлі нұсқа бар:


- Егер жаңа тазалау әрекеттері сәтті болып, бітелу жойылса, су деңгейі сынни белгіден төмен түседі. Экранда пайдаланушыға (\rightarrow "сур. 121") бояу процесі жалғасуы мүмкін екендігі туралы тағы бір хабарлама пайда болады. Жалғастыру үшін **OK** (\rightarrow "сур. 121") басыңыз. Бағдарламаларды іске қосу мүмкіндігі көрсетіледі және процесте бағдарламаларды орындау автоматты түрде жалғасады.

2. Егер 5 минуттан кейін және қосымша тазалау әрекеттері аяқталғаннан кейін бітелу жойылмаса, (→ "сүр. 124") экранда пайдаланушыға су деңгейі әлі де жоғары екенін көрсететін хабарлама пайда болады. **No** (Жоқ) (→ "сүр. 124-1") басу арқылы пайдаланушы жаңа тазалау әрекеттерін орындау үшін күту уақытын тағы 5 минутқа ұзарты алады. Егер осы екінші аралықта одан әрі тазарту әрекеттері сәтті болса, жағдай 1-ші бөлімде сипатталғандай шешіледі. Егер тазалауды орындау үшін көп уақыт қажет болса, **No** (Жоқ) (→ "сүр. 124-1") қайтадан басыңыз. Бұл аралықты бірнеше рет қайталауға болады. Егер барлық тазалау әрекеттеріне қарамастан бітелуді жою мүмкін болмаса, бақыланатын бас тарту процесін бастау үшін **Yes** (Иә) (→ "сүр. 124-2") басыңыз және келесі 3 және 4 бөлімдерді қараңыз.



сүр. 124

3. Егер барлық тазалау әрекеттеріне қарамастан, бітелуді жою мүмкін болмаса, судың қалған сыни деңгейіне байланысты су станциялары өшіріледі. Тиісті су станциялары экранда ақаулы болып көрінеді. Бір немесе бірнеше бағдарламадан бақыланатын бас тарту процесін бастау үшін (→ "сүр. 123-2") немесе (→ "сүр. 124-2") басыңыз. Су қадамын қамтымайтын бағдарламалар бояу процесі аяқталғанша жалғасады. Шаю суының кемінде бір қадамын қажет ететін барлық штативтер жойылып, аспаптаң шығарылуы керек. Келесі хабарламаны (→ "сүр. 125") **OK** басу арқылы растаңыз.




сүр. 125

4. Аспаптаң алынуы керек әрбір штатив үшін экранда тиісті хабарлама көрсетіледі (→ "сүр. 126"). Қаптаманы ашып, хабарламада көрсетілген станциядан штативті алышыз. Шығаруды **OK** басу арқылы растаңыз. Барлық қажетті штативтер аспаптаң алынғанша жалғастырыңыз.



сүр. 126

- ✓ Соңғы штативті алып тастағаннан кейін, пайдаланушыға су станциялары өшірілгендіктен қандай бағдарламаларды енді іске қосу мүмкін болмайтындығы туралы хабарлама беріледі, жалғастыру үшін **OK** (→ "сүр. 127-1") басыңыз. Тиісті су станциялары (→ "сүр. 127-2") экранда ақаулы болып белгіленеді.



сүр. 127

**Ескерту**

Егер бітелу үнемі орын алса немесе жиі орын алса, жауапты Leica сервистік қызметіне хабарлау қажет.

**Нұсқау**

Шаю сүй қадамын қамтымайтын бағдарламаларды бастауға болады. Дегенмен, жауапты Leica сервистік қызметіне хабарлау ұсынылады.

8.5 Штативтерді бекіту, бөлшектеу және тасымалдау кезіндегі қателер




Ескерту

Егер штативті көтеру, түсіру немесе тасымалдау үшін қармағыш және/немесе тасымалдау консолін пайдалану мүмкін болмаса, пайдаланушы экранда ескерту хабарламасы ретінде ақаулық туралы хабарлама алады, мысалы (→ "сур. 128"). Қазіргі уақытта өңделіп жатқан барлық штативтерден бас тартпау үшін мұндай жағдайда **ЕШҚАШАН** қаптаманы ашпаңыз! Әйтпесе, бас тартқан штативтерді аспаптаң дереу алып тастау керек және бояу процесін қолмен аяқтау керек!

Тасымалдау консоль (-дарын) көтеру және жылжыту қажет болған жағдайда, сенсор/антенна аймағындағы тасымалдау консоль (-дарын) ұстамаңыз немесе жылжытпаңыз (→ "сур. 115-6"). Мұны істеу үшін қармағыштың металл бөлігін қолмен көтеріп (→ "сур. 115-1") тасымалдау консоль (-дарын) қажетті күйге ақырын жылжытыңыз.

- Хабарламада ақаулық орын алған жер туралы ақпарат бар. Қаптаманы ашпастан, бұл жерді бітелу мен бөгде заттардың жоқтығын тексеріңіз.
- Егер бөгде заттар немесе айқын бітелу анықталмаса, штативті көтеру, түсіру немесе тасымалдау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін **OK** (→ "сур. 128-1") басыңыз.




сур. 128

**Нұсқау**

Егер штативті тасымалдау қайта басталмаса, **OK** батырмасын (→ "сүр. 128-1") бірнеше рет басуға болады.

3. Егер бөгде зат/бітелу анықталса немесе **OK** батырмасын қайта-қайта басу нәтиже бермесе, **Cancel** (Болдырма) (→ "сүр. 128-2") белгілі бір штативтен қауіпсіз бас тарту және қалған штативтер үшін бояу процесін жалғастыру үшін батырмасын басыңыз.
4. **ЕҢДІ** қаптаманы ашып, штативті аспаптаң алыңыз.
5. **OK** (→ "сүр. 129") басу арқылы растаңыз.




сүр. 129

**Нұсқау**

- Шығарылған штатив үшін процесті жалғастыру мүмкін емес екенін ұмытпаңыз! Бұл жағдайда барлық басқа штативтерді өндөуі аяқталады.
- Алынған штативті аспаптың сыртында тиісті реактивте сақтаңыз. Осы штативтегі төсеніш шындарды бояуы қолмен аяқталуы керек.

9. Аспаптың компоненттері мен техникалық сипаттамалары

9.1 Аспаптың қосымша компоненттері



сур. 131

HistoCore жұмыс станциясының жиынтығы

HistoCore SPECTRA ST-де пайдалану үшін, HistoCore SPECTRA CV қосылған автоматтандырылған жабынының астына кесінділер жасау үшін үлгілерді тасымалдауға үшін. Жинақты орнатқаннан кейін екі аспап жұмыс станциясын құрайды.

Жинақ өткізу модулін және HistoCore SPECTRA ST-ге ендіруге қажетті барлық бөлшектерді қамтиды.

Тапсырыс беру нөмірі: **14 0512 54355**

9.2 Қосымша керек-жарақтар

Атауы	Тапсырыс беру нөмірі
Сорғыш құбыршек, 2 м	14 0512 54365
Белсендірілген көмір сүзгілерінің жиынтығы (2 дана)	14 0512 53772
Пештің аяға сүзгісіне арналған қосалқы сүзгі (3 дана)	14 0512 54943
Су шығатын құбыршек, 2 м	14 0512 55279
Жеткізу құбыршек	14 0474 32325
Реактивтерге арналған ыдыс, жинақта, реагенттерге арналған ыдыстың қақпағы бар	14 0512 47086
3 қақпақты қамтитын ыдыс қақпақтарының жиынтығы	14 0512 57846
Келесі құрамдастарды қамтитын суды қосуға арналған жинағы:	14 0512 49324
2 дана су енгізу құбыршегі, 10 мм, 2,5 м	14 0474 32325
1 дана құбыршек ұзартқышы, 1,5 м	14 0512 49334
1 дана Y-тәрізді қосқыш элемент G3/4	14 3000 00351
1 дана қос емік G3/4 G1/2	14 3000 00359
1 дана сүзгі корпусы	14 0512 49331
1 дана сүзгілеу элементі	14 0512 49332
1 дана құбыр жалғастырғыш G3/4	14 3000 00360
1 дана қақпақ G3/4	14 3000 00434
1 дана тығыздағыш тығырық	14 0512 54772
1 дана біржақты кілт SW30 DIN894	14 0330 54755

Атауы	Тапсырыс беру нөмірі
HistoCore жұмыс станциясының жиынтығы	14 0512 54355
Арнаійы бояу үшін кірістірулер	14 0512 49261
Су сұзгісінің ұстағышы жинақталған	14 0512 59363
Шаятын су ыдысы, көк, жинақталған	14 0512 47087
Molykote 111 майлағышы, 100 г	14 0336 35460
Жұктеу және түсіру тартпаларына арналған таңбаланған қақпақтар жиынтығы (10 жазусыз, 5-тен "H2O"-су, "A"-спирт және "S"-еріткіш, мысалы, ксиол)	14 0512 55161
7x2 тығызыдағыш сақиналар, шаятын су ыдыс қосылатын элементтері үшін (қаптамада 12 дана)	14 0253 54716
30 төсеніш шыны үшін штатив* (қаптамада 3 дана)	14 0512 52473
5 төсеніш шыны үшін штатив* (қаптамада 3 дана)	14 0512 52475
30 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (сары, қаптамада 3 дана)	14 0512 52476
30 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (көгілдір, қаптамада 3 дана)	14 0512 52477
30 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (көк, қаптамада 3 дана)	14 0512 52478
30 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (қызыл, қаптамада 3 дана)	14 0512 52479
30 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (жасыл, қаптамада 3 дана)	14 0512 52480
30 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (қара, қаптамада 3 дана)	14 0512 52481
30 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (сүр, қаптамада 3 дана)	14 0512 52483
30 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (ақ, қаптамада 3 дана)	14 0512 52484
5 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (сары, қаптамада 3 дана)	14 0512 52494
5 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (көгілдір, қаптамада 3 дана)	14 0512 52495
5 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (көк, қаптамада 3 дана)	14 0512 52496
5 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (қызыл, қаптамада 3 дана)	14 0512 52497
5 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (жасыл, қаптамада 3 дана)	14 0512 52498
5 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (жасыл, қаптамада 3 дана)	14 0512 52499
5 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (қара, қаптамада 3 дана)	14 0512 52500
5 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (сүр, қаптамада 3 дана)	14 0512 52501
5 төсеніш шыны үшін штатив тұтқасы* (ақ, қаптамада 3 дана)	14 0512 52502

(* Төсеніш шыны)

**Нұсқау**

- Leica реактивтерінің қол жетімді жиынтығы және Leica валидацияланған бағдарламалары туралы ақпаратты құзыретті Leica дилерінен алуға болады.
- Сонымен қатар, Leica реактивтерінің әрбір жинағы валидацияланған Leica бағдарламаларын импорттау үшін көзді көрсететін нұсқаулықтармен бірге келеді.

Басқа өндірушілердің штатив тұтқалары

Нұсқау

Бұл штатив адаптері HistoCore SPECTRA ST аспапабында Sakura төсеніш шыны ұстағышымен (20 Sakura төсеніш шыны себеті, өнім коды 4768) бірге пайдалану мүмкіндігіне бір рет тексерілді, 2017 жылдың қазан айында қол жетімді.

Төсеніш шыны ұстағыш өндірушісі Leica тексерген және мақұлдаған өнімге өзгерістер енгізе алатындықтан, тұтынушыларға адаптерді үнемі қолданар алдында оны қайта тексеруді ұсынамыз.

20 штативтерге үшін Sakura адаптер тұтқасы (сары, әр қаптамада 3 дана)	14 0512 55661
20 штативтерге үшін Sakura адаптер тұтқасы (көгілдір, әр қаптамада 3 дана)	14 0512 55662
20 штативтерге үшін Sakura адаптер тұтқасы (көк, әр қаптамада 3 дана)	14 0512 55663
20 штативтерге үшін Sakura адаптер тұтқасы (қызыл, әр қаптамада 3 дана)	14 0512 55664
20 штативтерге үшін Sakura адаптер тұтқасы (қызыл, әр қаптамада 3 дана)	14 0512 55665
20 штативтерге үшін Sakura адаптер тұтқасы (жасыл, әр қаптамада 3 дана)	14 0512 55666
20 штативтерге үшін Sakura адаптер тұтқасы (қара, әр қаптамада 3 дана)	14 0512 55667
20 штативтерге үшін Sakura адаптер тұтқасы (сұр, әр қаптамада 3 дана)	14 0512 55668
20 штативтерге үшін Sakura адаптер тұтқасы (ақ, әр қаптамада 3 дана)	14 0512 55669

Арнайы тапсырмалар үшін (өте үлкен төсеніш шындар)

Sakura 20 төсеніш шыны штативті адаптер тұтқасын өте үлкен төсеніш шындарды бояуға арналған арнайы тапсырмаларды орындау үшін пайдалануға болады (арнайы өлшем 76 мм x 52 мм).

Мұндай арнайы тапсырмалар келесі Leica керек-жарақтарын қиыстыруды талап етеді:

Ескерту

Өте үлкен 76 мм x 52 мм төсеніш шындарды 30 төсеніш шыны штативтерге HistoCore SPECTRA ST бояу үшін салуға қатаң тыйым салынады.


Өте үлкен слайдтар (өлшемі 76 x 52 мм) тек 20 төсеніш шыны штатив пен қосымша Leica керек-жарақтарының қиыстыруды қолданыла алады! Штативке өте үлкен төсеніш шындар бойлық бағытта салынуы керек болғандықтан (→ "сур. 132-4"), 30 төсеніш шыны штативті пайдалану есептегіште төсеніш шындардың зақымдалуына немесе бұзылуына әкелуі мүмкін!

Аспаптың өзі өте үлкен шыны шындарды тануға қабілетті емес!

- Sakura 20 штативті адаптер тұтқасы (→ "сур. 132-1"), әртүрлі түстөрде ұсынылады (→ 6. 160 – **Басқа өндірушілердің штатив тұтқалары**).
- 20 төсеніш шыны штатив, Sakura түрі (→ "сур. 132-2"), пластик, тапсырыс нөмірі 14 0474 33463
- Үлкен төсеніш шындарға арналған Leica адаптері (→ "сур. 132-3"), тапсырыс нөмірі 14 0456 27069, екі жыныстық
Жеке өте үлкен төсеніш шындарға арналған адаптер (→ "сур. 132-4") келесі өлшемдегі ең көбі 5 төсеніш шыны кірістіруі үшін:
Биіктігі: шам. 76 мм, ені: 26 мм-ден 52 мм-ге дейін, төсеніш шының қалыңдығы: онтайлы 1 мм, макс. 1,9 мм

**Нұсқау**

Leica Sakura түрі штативтегі өте үлкен төсеніш шындардың 20 төсеніш шынға ерекше бойлық бағытына байланысты слайдтарды санау процесінде RMS (РБЖ) деректеріне аудару кезінде минималды айырмашылықтар болуы мүмкін. Бұл шығын деректері, *slides since last exchange* (соңғы ауыстырудан кейінгі төсеніш шындар) (→ "сур. 76"), шын мәнінде азырақ көрсетіледі. Мұндай минималды айырмашылықтар бояу нәтижелеріне әсер етпеуі керек. Пайдаланушы мұны арнайы бояу тапсырмаларын орындау кезінде ескеруі керек.



сур. 132



сур. 133

Су шығатын құбыршек

Ұзындығы: 2 м

Тапсырыс беру номірі:

14 0512 55279



сүр. 134

Шаятын суды жеткізу құбыршегі

Ұзындығы: 2,50 м, су шүмегі үшін 3/4"
тығырықпен және қосалқы тығыздағышпен
жинақталған

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0474 32325



сүр. 135

Суды қосуға арналған жинақ

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 49324

Құрамында:

- 2 су енгізу құбыршегі, 10 мм, 2,5 м 14 0474 32325
- Құбыршек ұзартқышы, 1,5 м 14 0512 49334
- Ү-тәрізді қосқыш элемент G3/4 14 3000 00351
- 2 қос емік G3/4 G1/2 14 3000 00359
- Сұзгі корпусы 14 0512 49331
- Сұзгіш элементі 14 0512 49332
- Құбыр жалғастырғыш G3/4 14 3000 00360
- Қақпақ G3/4 14 3000 00434
- Тығыздағыш тығырық 14 0512 54772
- Біржақты кілт SW30 DIN894 14 0330 54755



сур. 136

Сорғыш құбыршек

Ұзындығы: 2 м

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 54365



сур. 137

Белсендірілген көмір сүзгісі

2 данадан тұратын 1 жиынтық

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 53772



сур. 138

Реактив ыдысы

Жинақта, реактивтерге арналған ыдыс
қақпағы бар

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 47086



сүр. 139

Шаятын су ыдыс

жинақта

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 47087

сүр. 140

Арнайы бояу үшін кірістірулер

(тек 5 төсөніш шыны штативтер үшін)

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 49261

сүр. 141

Штативтер

30 төсөніш шыныға үшін (қаптамада 3 дана)

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 52473



сүр. 142

Штатив тұтқасы

30 төсөніш шыныға үшін (қаптамада 3 дана)

Тұс

- сары 14 0512 52476
- көгілдір 14 0512 52477
- көк 14 0512 52478
- қызғылт 14 0512 52479
- қызыл 14 0512 52480
- жасыл 14 0512 52481
- қара 14 0512 52482
- сұр 14 0512 52483
- ақ 14 0512 52484

Тапсырыс беру нөмірі:

сүр. 143

Штативтер

5 төсөніш шыныға үшін (қаптамада 3 дана)

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 52475

сүр. 144

Штатив тұтқасы

5 төсөніш шыныға үшін (қаптамада 3 дана)

Тұс

- сары 14 0512 52494
- көгілдір 14 0512 52495
- көк 14 0512 52496
- қызғылт 14 0512 52497
- қызыл 14 0512 52498
- жасыл 14 0512 52499
- қара 14 0512 52500
- сұр 14 0512 52501
- ақ 14 0512 52502

Тапсырыс беру нөмірі:



сур. 145

Үлкен төсеніш шындарға арналған Leica адаптері

Қаптамада 2 дана

Sakura түрі 20 төсеніш шыны штативпен және Sakura 20 штативті адаптер тұтқасымен біріктірілген 76 мм x 52 мм, 5 өте үлкен төсеніш шындарды бояу кезінде пайдалануға арналған (→ б. 160 – Арнайы тапсырмалар үшін (өте үлкен төсеніш шындар)).

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0456 27069



сур. 146


Үйдис қақпақтарының жиынтығы

Бір қақпақты пайдаланып, үйдис өрісінде реактивті үйдистардың барлық қатарын (14 дана) (→ "сур. 65") жабуға болады.

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 57846

Кұрамында:

- 3 үйдис қақпақтары 14 0512 57847



сур. 147

Су сүзгісінің ұстағышы жинақталған

HistoCore SPECTRA ST-ның сол жағына бекіту үшін

Су сүзгісінің ұстағышын су сүзгісін ұсташу үшін пайдалануға болады, бұл пайдаланушының көрінуін және қолжетімділігін арттырады.

Тапсырыс беру нөмірі: 14 0512 59363

Құрамында:

- 1 су сүзгісінің ұстағышы 14 0512 59364
- 2 қалпақшалы бүрандасы 14 2101 03234
- 2 тығырықтар 14 2171 02114

Есіңде болсын: Су сүзгісінің ұстағышын орнату тек Leica рұқсаты бар уәкілетті мамандарымен жүзеге асырылуы керек!

10. Кепілдік және сервистік қызмет

Кепілдік

Leica Biosystems Nussloch GmbH компаниясы, берілген өнім Leica компаниясының ішкі критерийлері бойынша кешенді сапа тексерісінен өткенін, ешқандай ақауы жоқ екенін және мәлімделген барлық техникалық сипаттамаларға және/немесе келісілген сипаттамаларға сәйкес келуін қамтамасыз етеді.

Кепілдік көлемі жасалған шарттың мазмұнына негізделеді. Кепілдік шарттары тек сіздің Leica дилеріңіздің немесе сіз өнімді сатып алған компанияның кепілдік шарттары болып табылады.

Жыл сайынғы профилактикалық күтім

Leica компаниясы аспапқа жыл сайын профилактикалық күтім жасауды ұсынады. Мұндай күтімді Leica қызмет көрсету орталығының білікті маманы орындауы керек.

Қызмет көрсету жөніндегі ақпарат

Техникалық көмек немесе қосалқы бөлшектер қажет болса, өңірлік Leica өкілдігіне немесе аспапты сатып алған Leica дилеріне хабарласыңыз.

Оларға аспап туралы тәмендегі мәліметтерді айтыңыз:

- Аспап үлгісінің атауы және сериялық нөмірі.
- Аспаптың орналасқан жері және байланысатын тұлға.
- Қызмет көрсету орталығына хабарласу себебі.
- Аспапты жеткізу күні.

11. Пайдаланудан шығару және кәдеге жарату



Ескерту

Аспапты және оның бөліктерін қолданыстағы нұсқамаларды орындаі отырып, кәдеге жарату керек. Төгілген реагенттермен ластанған барлық заттар зертхананың басқа аймақтарына немесе зертхана қызметкерлеріне тараптас үшін тиісті дезинфекциялық құралмен дереу дезинфекциялануы керек.

Осы ([→ 6. 119 – 7. Аспапты тазалау және техникалық қызмет көрсету](#)) залалсыздандыруды растайтын тарауын, ([→ 6. 170 – 12. Аспапты залалсыздандыру жөніндегі құжат](#)) Сондай-ақ осы Пайдалану нұсқаулықтың соңындағы тазалау туралы ақпаратты табу үшін HistoCore SPECTRA ST бояу автоматын тарауын қараңыз.

Аспап биоқауіпті үлгілермен ластанған болуы мүмкін. Қайта іске қосу немесе кәдеге жарату алдында мүқият дезинфекция (мысалы, бірнеше рет тазалау, дезинфекциялау немесе зарарсыздандыру) қажет. Аспапты қолданыстағы зертханалық спецификацияларға сәйкес тастаңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін Leica өкіліне хабарласыңыз.



Сызылған қоқыс жәшігі белгіленген компьютер, монитор, т.б. сияқты аспап құрамдас бөліктері 27 қантар, 2003 жылы Еуропалық Парламент пен Кеңестің электрлік және электрондық жабдықтарға (WEEE) қатысты қалдықтар туралы Еуропалық директивасымен 2002/96/EC бағынады.

Бұл заттар жергілікті ережелерге сәйкес жинау орындары арқылы жойылуы керек. Аспапты кәдеге жарату туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті кәдеге жарату компаниясына немесе жергілікті Leica қолдау көрсету қызметкерлеріне хабарласыңыз.

12. Аспапты залалсыздандыру жөніндегі құжат

Leica Biosystems компаниясына қайтарылатын немесе сол жерде техникалық қызмет көрсетуді қажет ететін кез келген өнім тиісті түрде тазаланып, залалсыздандырылуы керек. Аспапты залалсыздандыруды растайтын арнайы үлгіні біздің www.LeicaBiosystems.com веб-сайтымыздың өнім мәзірінен таба аласыз. Бұл үлгіні барлық қажетті деректерді жинау үшін қолдану қажет.

Аспапты қайтарғанда, толтырылған және қол қойылған растау құжатының көшірмесін аспапқа қосып жіберу керек немесе техникалық қызмет көрсету маманына беру керек. Аталған растау құжатынсыз немесе толық толтырылмаған растау құжатынсыз қайтарылған тауарлар үшін жіберушінің өзі жауп береді. Компания потенциалды қауіп қозғалысынан тауарлар жіберушінің есебінен қайтарылады әрі жаупкершілігі де жіберушіге жүктеледі.

A1. 1-ші қосымша - үйлесімді реактивтер



Ескерту

- Тізімге енгізілмеген реактивтерді (мысалы, ацетон немесе құрамында фенол бар ертінділер) немесе реактивтер мен қышқылдарды көрсетілгеннен жоғары концентрацияда пайдалану үлгінің бұзылуына, пайдаланушының жарақаттануына немесе аспаптың зақымдалуына әкелі мүмкін. Аспапты осында пайдалану өз тәуекелімен жүзеге асырылады. Бұл ретте Leica Biosystems компаниясы немесе онымен байланысты сауда және сервистік қызметтері таралынан кез келген жауапкершілік толығымен алынып тасталады.
- Өттің және жарылыстан қорғау себептері бойынша жанғыш реактивтер мен еріткіштердің қыздыруға тыйым салынады. Жанғыш еріткіштермен және реактивтермен жұмыс істеу кезінде барлық тұтану көздерін жою қажет.



Нұсқау

Алдын ала орнатылған Leica бағдарламаларына арналған барлық Leica реактивтері құрылғымен үйлесімді және бояу сапасы мен материалдардың үйлесімділігіне кепілдік береді.

Бояу әдісі немесе реактивтер тобы	Реактивтің атауы	Нұсқаулар
H&E жиынтығы	Leica Infinity	ST Hemalast Гематоксилин ST ST дифференциаторы ST Bluing ST эозин
	Leica SelecTech	Гематоксилин 560 Гематоксилин 560 MX Define MX-ақ Blue Buffer (Көк буферлік)-8 Спиртті эозин Y515 Спиртті эозин Y515 LT Үш түсті эозин 515 Eosin Phloxine

Бояу әдісі немесе реактивтер тобы	Реактивтің атауы	Нұсқаулар	
Басқа H&E реактивтері	Leica	Гематоксилин Gill II Гематоксилин Gill III Харрис Гематоксилині Майердің гемалюмі	
	Leica	Спиртті эозин Су эозині (1 %)	
	Leica	Скотт-тың су ерітіндісі	
	Leica	Қышқылдың спирт ерітіндісі 0,5 %	
	Leica	Қышқылдың спирт ерітіндісі 1,0 %	
	Пайдаланушы жасаған	Хлор-сүтегі қышқылы 2 %	
PAS	Leica	Йод қышқылы 0,5 %	
	Пайдаланушы жасаған	Йод қышқылы (10 % дейін)	
	Leica	Шифф реагенті	
Диастазбен PAS	Leica	Диастаза ерітіндісі (37 °C)	
Алциан көк-PAS	Leica	Көк алциан ерітіндісі	
Алциан көк	Leica		
Алциан көк және басқа бояу әдістері	Leica	Атомдық берік қызыл	
Гомори үш түсті бояу - көк және жасыл коллаген	Leica	Вейгерт гематоксилині (A+B ерітіндісі) Гомори көк түсіндегі үш түсті бояу 1 % сірке қышқылы Жасыл	
Перлс бойынша темірмен бояу	Leica	Гексациан-темірлі қышқылының калий ерітіндісі Хлор-сүтегі қышқылының ерітіндісі	<ul style="list-style-type: none"> Металл иондарымен жана спауы керек Тек 5 әйнекпен қапталған штативтердің тұтқаларымен пайдалану үшін
Гимза	Leica	Метанол А ерітіндісі Бояу 1 ерітіндісі В Бояу 2 ерітіндісі С Буферлік ерітіндісі D	

Бояу әдісі немесе реактивтер тобы	Реактивтің атауы	Нұсқаулар	
Конгоны амилоидқа қызыл түспен бояу	Leica	Конго қызыл ерітіндісі	
	Leica	1 % калий гидроксиді ерітіндісі	
	Пайдаланушы жасаған	Литий көмірқышқыл газының қанықан ерітіндісі	
Хеликобактер пилори үшін сары алциан	Leica	Сары алциан ерітіндісі (0,25 % сары алциан) 5 % йод қышқылы 5 % натрий метабисульфиті 6,8 PH Соренсен буфері Толуидин көк ерітіндісі	
Серпімді бояу/ Верхофф Ван-Гизон	Leica	5 % спиртті гематоксилин 10 % темір хлориді Люголь йодының ерітіндісі 2 % темір хлориді Верхофф бойынша бояу ерітіндісі Ван-Гизон бояуы	
Гомори-метенаминді күмісті бояу	Leica	Өзгерітілген хром қышқылы (5 % дейін) Метенамин бораксы 0,5 % күміс нитраты 1 % екі сульфатты натрий 1 % хлорлы алтын 2 % натрий тиосульфаты Жасыл	<ul style="list-style-type: none"> Металл иондарымен жанаспауы керек Тек 5 әйнекпен қапталған штативтердің тұтқаларымен пайдалану үшін
Папаниколау бойынша бояу (PAP)	Leica	EA -50	
	Leica	Қызылт сары G-6	
	Leica	EA-65 (Екінші контурлық бояу)	
Шморль редукциясы		Шморль ерітіндісі	<ul style="list-style-type: none"> Тек 5 әйнекпен қапталған штативтердің тұтқаларымен пайдалану үшін

Бояу әдісі немесе реактивтер тобы	Реактивтің атауы	Нұсқаулар
(Мюллер) Коллоидты темір	Коллоидты темір ерітіндісі Ферроцианид пен хлор-сүтегі қышқылының ерітіндісі	• Тек 5 әйнекпен қапталған штативтердің тұтқаларымен пайдалану үшін
Басқа реактивтер	Пайдаланушы жасаған	Анилин көк
	Пайдаланушы жасаған	Метилен көк
	Пайдаланушы жасаған	Малахит жасыл
	Пайдаланушы жасаған	Кармин
	Пайдаланушы жасаған	Муцикармин Саутгейт немесе Майер
	Пайдаланушы жасаған	Бейтарап қызыл
	Пайдаланушы жасаған	Сафранин
Еріткіш	Leica/ пайдаланушы жасаған	Ксиол, толуол
	Leica	Leica Ultra ST Алифатты көмірсүтектерге негізделген ксиленді алмастырыш
	Leica	Leica Clearene Ксилен алмастырышқа негізделген лимонен
	Merck	Merck Neo-Clear Алифатты көмірсүтектерге негізделген ксиленді алмастырыш
	Carl Roth	Roti®-Histol Ксилен алмастырышқа негізделген лимонен
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Clear-Rite 3 Алифатты көмірсүтектерге негізделген ксиленді алмастырыш
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Citrus Clearing Solvent Ксилен алмастырышқа негізделген лимонен

Бояу әдісі немесе реактивтер тобы	Реактивтің атауы	Нұсқаулар	
Спирт	Leica/ пайдаланушы жасаған	2-пропанол (изопропанол)	
	Leica/ пайдаланушы жасаған	Этанол Метанол	
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Сусыздандыратын реактив	Этил спирті, метил спирті
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Flex	Изопропил спирті, метил спирті
Стандартты қышқылдар (макс. концентрация)	Пайдаланушы жасаған	Сірке қышқылы (15 % дейін) Хлор-сүтегі қышқылы (5 % дейін) Пикрин қышқылы (3 % дейін)	

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17-19
69226 Nussloch
Германия

Тел.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268
Веб-сайт: www.LeicaBiosystems.com